全盲難聴者の補聴，音に対する課題と それへの支援・対応

高橋信行¹⁾，立入 哉²⁾

¹⁾愛媛県立松山盲学校

²⁾愛媛大学教育学部

要旨：盲ろう者のうち，60～70%は残存聴力を有している。本研究では1名の全盲難聴者に焦点を当て，全盲に難聴が加わる上での移動や日常生活動作におけるオーディオロジーに関する困難さについて，自由記述を得た。この結果，単独歩行時，介助歩行時，日常生活動作時，盲導犬利用時における音の課題と健聴全盲者との差別化の課題が挙げられた。この結果，全盲難聴者が抱える補聴や，「音」に関する課題が明らかになった。

全盲難聴者の補聴器の適用にあたっては，器種の選定時から，ワイヤレス機能の使用希望を聞き，日常生活上で残存聴力の活用が可能となる補聴器調整，周波数特性，ラウドネスの測定結果に基づいた入出力特性，指向性機能，雑音抑制機能，周波数圧縮変換機能など諸特性について微調整を行う必要があること，全盲難聴者の補聴や生活支援にあたって，適切な対応を行うことで，全盲難聴者のQOLの向上を図ることができる可能性を示唆した。

キーワード

盲ろう，盲難聴，補聴，歩行，盲導犬

はじめに

目と耳の両方に障害がある者を盲ろう者という。身体障害者手帳に視覚障害と聴覚障害の両方の記載がある者は，平成24年の全国調査で約14,000人であった¹⁾。さらに，盲ろう者数を総務省の人口推計²⁾と比較する（図1）と，60歳台以降の盲ろう者数が多く，80歳台でピークに達する。つまり，65歳以降の加齢や各種の眼科・耳鼻咽喉科疾患等の重複による盲ろう者数が全盲ろう者の77.4%を占めるほど，高齢盲ろう者が増加している³⁾。

盲ろう者は様々な困難を抱えている⁴⁾。とりわけ強い困難として，以下の3つを挙げることができる。一つ目はコミュニケーションの困難である。聴覚障害が重い場合は，話声を用いた会話が困難であり，視覚障害が重ければ，手話等を用いることがで

きない。二つ目は移動の困難である。視覚障害だけならば自動車のエンジン音を聞き分け，安全を確認して道路を横断する事ができる。聴覚障害だけならば，目で見て安全を確認して道路を横断する事ができる。しかし，双方に障害がある盲ろう者は，そのどちらも不可能である。三つ目は状況把握の困難である。聴覚的な環境情報や視覚的な情報のどちらも把握が不可能なため，場に応じた行動をとることが難しく，そのことが盲ろう者の社会適応を難しくしている⁵⁾。こうした盲ろう者の抱える困難の程度は，「視覚障害による困難」+「聴覚障害による困難」より大きいと考えられ，「視覚障害による困難」×「聴覚障害による困難」と表現されている。

盲ろうを，障害の程度と障害獲得時期によって分類する方法がある。程度では，視覚障害を全盲と弱視，聴覚障害をろうと難聴に分類すると，全盲ろ

図1 年齢階級別盲ろう者数

う、全盲難聴、弱視ろう、弱視難聴の4つの分類ができる。時期では、視覚障害が先行し、点字系コミュニケーション手段の獲得後、聴覚障害が加わった音声言語を話すことが多い「盲ベースの盲ろう者」と、聴覚障害が先行し、後に視覚障害が加わった手話を用いることが多い「ろうベースの盲ろう者」、言語獲得期以前から盲ろうである「先天性の盲ろう者」(幼少時に発症した者を「先天性」に含めるのは正しくないが、便宜上の呼び方として用いられている)、成人以降、両方が不自由になった「健常ベースの盲ろう者」との分類である⁶⁾⁷⁾。

盲難聴者の場合、静かな環境で耳元で話す、十分な声量で話す、明瞭に話す、ゆっくりと話す、補聴器のマイクに向かって話す、FMなど補聴援助システムを併用する等、聞こえにくさに応じた方法を用いる。(社)全国盲ろう者協会の調査によれば、盲ろう者の約6割は聴覚を使用でき、音声を主なコミュニケーション手段として用いている¹⁾。一方、前田らは⁸⁾、高齢期の盲ろう者 約2千名を対象とした調査で71.7%が聴覚活用が可能とされる弱視難聴または全盲難聴であるが、補聴器を受給されている者でも、初対面者の発話が理解可能な者は半数に過ぎないと報告しており、十分な補聴が行われていない実態も報告されている。

目 的

今回、1名の盲難聴者を対象に、1) 単独歩行時、2) 介助歩行時、3) 日常生活動作、4) 盲導犬利用時、5) 健聴全盲者との差別化について質問紙

調査により聴取することで、盲難聴者のQOL向上を図る支援方法を考察する。

方 法

1) 対象者

盲ベースの全盲難聴者(58歳:男性)。網膜色素変性症による視覚障害が15歳頃から進行し、現在、右は光覚弁、左は手動弁である。30歳頃から聞こえにくさを自認するようになった。現在、補聴器を用いれば、音声コミュニケーションが可能である。A県立B盲学校の教員として勤務している。外出時には、慣れた場所であれば盲導犬による単独歩行を行い、慣れていない場所の場合には盲ろう者向け通訳介助員を利用している。

補聴の経緯は、下記の通りである。2009年11月初相談、右65/左65dBHL(四分法)。左耳に5~6年前に購入したアナログ・ノンリニア耳あな型(ITC)補聴器を片耳装用。2011年4月、聞き取り不良を訴え、両耳装用を試みるも、「両耳装用にすると、まっすぐ歩くことができない、歩行時に左右にふらつく」との理由にて、中断した。2012年4月、聞き取りの向上を望まれ来室。左耳の既所持ITCでは利得不足であると説明し、耳かけ型補聴器(RIC)に装用変更した。2019年6月、視覚障害が進行したため、音を頼りにした歩行を試してみたいとの強い希望と、iPhoneと接続することによる利便性向上のため、両耳にBluetooth直結式の耳かけ型補聴器(RIC)の装用を開始した。本研究実施時(2020年3月)、良好な装用状態を維持しており、慣

れた相手であれば、音声コミュニケーションが可能である。

現在の聴力は、純音聴力検査では右 69/左 70 dBHL（四分法平均）（図 2）。最高語音明瞭度は左右とも、85%（90dBHL）であった。補聴器装用時の閾値は図 2 の通りであり、補聴時の最高語音明瞭度は 85%（音場にてスピーカから 65dB SPL にて提示）であった。補聴器は、常時無指向性とし、雑音抑制機能は環境適応型抑制をオン、風切り音防止は弱とした。

2) データの収集方法

2020年3月、補聴器の調整状態が安定した状態になった時点で、対象者に、5項目の課題を挙げ、それぞれの場面に対して自由記述を依頼した。対象者は表示された内容を音声または点字に変換することができるパソコンを使用しており、回答はテキストファイルにより、回収することができた。設定した項目は、1) 単独歩行時における音の課題、2) 介助歩行時における音の課題、3) 日常生活動作における音の課題、4) 盲導犬利用時における音の課題、5) 健聴全盲者との差別化の課題の5点である。項目別にオーディオロジーの観点から検討し、有効な支援方法のあり方について検討・考察を行った。

結 果

設定された5項目に関して、対象者が記述した内

図2 対象者のオーヂオグラム

容を要約し、下記に挙げた。

1) 単独歩行時における音の課題

全盲者が自動車と接触したり、道路から外れ道路下に転落しないためには、道路の方向を正しく認知する必要がある。このため、走行する自動車の音を追尾したり、点字ブロックや歩道の縁石を辿る、道路の形状（多くの道路は中央が最も高く、端に近いほど低くなっている）を足で確認する等の方法を用いている。これらのうち自動車の走行方向の音は、特に有用であると記述されていた。加えて、信号機がない道路を横断する際は、左右それぞれの方向の自動車の音源定位・追尾により、自動車の有無を確認して横断する。歩行速度を 4km/h（1.1m/秒）とすると、6m 幅の 2 車線道路を渡るのに約 6 秒を要する。自動車が時速 40km/h（11m/秒）で走行している場合、全盲者が安全に道路を横断するためには 66m 離れた自動車の音を聞き分ける必要がある。さらに、「屋外で補聴器を装用すると恐怖を感じることがあり、補聴器を外さざるを得ない」と訴える全盲難聴者に出会うことがある。これは自動車が近づいてくると補聴器から突然と大きなエンジン音が聞こえてくることで、あたかも自動車が自分に向かってくるように感じる事が原因と思われる。道路の方向の認知、道路横断の可否、自動車の接近を知ることは単独歩行時に重要であり、①「自動車までの距離（接近）と走行方向の把握」ができることが望まれると記述されていた。

また、音響装置付信号機がない交差点では、信号待ちをしている自動車のエンジン音を定位し、青信号となって発進する車のエンジン音や、信号待ちをしている歩行者が渡り始める足音を追尾する方法がある。②「自動車の発進音や人の足音の音源定位と追尾」ができると、信号の状態の判断が容易になると記述されていた。

健聴全盲者は、歩行時、近くの壁などの障害物と足音やその他の音の反響音を聞き分けることで、障害物の有無や距離・方向を判断し、障害物から一定の距離を保ちながら歩行している。全盲難聴者は③「反響音の聴取」が困難であり、単独歩行を困難にする要因だと記述されていた。

上述した歩行時に活用できる環境音は、雨天時は使用しにくくなる。傘を差すと、傘によって周囲の

音が遮られたり、傘の中で反響したりする他、傘に当たる雨音が環境音より大きくなることで、環境音を手がかりとした歩行が困難になる。そこで、音に頼って歩行する全盲者は、少々の雨ならば傘を差さずに歩行する者も多い。全盲難聴者の補聴器は、④「雨天時における補聴器の装用」、⑤「雨音の影響を最小限に抑えて、歩行に必要な音の聴取」を望むと記述されていた。

歩行の際、目が見える者は、ビルや看板などの視覚的なランドマークを用いる。一方、全盲者にとってのランドマークは、駅の改札や施設の入口などに設置されている「ピンポン」と鳴るチャイム（ランドマークチャイム）、工場、自動販売機、店舗等が発している音、道路表面の特徴的な凹凸や傾斜、床屋や薬店などの特徴的な匂い、コーナー等における空気の流れの変化等である。これらのうち、⑥「ランドマークチャイムなど特徴的な環境音等の聴取」ができると単独歩行の質を高められると記述されていた。

歩行者用信号機の状態を音で知らせる「音響装置付信号機」は、仮に自動車が横断歩道に停車していたとしても音響信号音が聞こえづらくなならないよう、スピーカを高所（信号ランプ付近）に設置している。音響信号音は「カッコー」（幹線道路横断用）、「ピヨ」（幹線道路に沿っての横断用）といった擬音式、『通じゃんせ』等のメロディ式がある。これらの音響信号は高音域の音を主成分としており、しかも斜め上方に設置されていてスピーカまでの距離は遠い。高音漸傾型難聴の者にとって、⑦「高音域の音を主成分とした音響信号の聴取」は不可欠であると記述されていた。

音響装置付信号機の鳴動方式には、同種同時方式（両方向から同じ誘導音が同時に鳴る）、同種鳴き交わし方式（両方向から同じ誘導音が交互に鳴る）、異種鳴き交わし方式（一方向から誘導音「ピヨ」、逆方向から「ピヨピヨ」が交互に鳴る）等がある。交差点の向こう側と手前側で同時に同じ音が鳴ったのでは、横断方向の判断が難しく、異種鳴き交わし方式が選択されるべきだと考える。しかし、回答者の居住地に設置されているものの多くは同種同時方式であり、極めて利用しづらい。⑧「遠方と近傍の音の違いによる音の遠近感と方向感の明確化」があ

ると、横断方向を確認できる可能性が高まると記述されていた。

2) 介助歩行時における音の課題

介助者が全盲者を誘導するときは、全盲者は介助者の一歩後に付き、介助者の肩または肘に掴まる。この場合、全盲者の耳は介助者の口よりも数十 cm 後方に位置する。加えて介助者の口の方向は全盲者の耳に向いていない。同じ位置関係では、全盲難聴者は介助者の声が聞きづらく、会話が困難である。このため、全盲難聴者は介助者の肩や肘に掴まるのではなく、両者が横並びに位置し、手をつなぐか手首に掴まることが多い。また、介助者は話す時にできるだけ全盲難聴者の耳に向いて話すことで格段に会話が聞き取りやすくなる。それにより、⑨「介助者の声の聴取」ができるとことが重要と記述されていた。

3) 日常生活動作における音の課題

全盲難聴者の日常生活で利用できるものとして、視覚障害者用に音声出力機能が内蔵された体重計、血圧計、時計、電卓等が販売されている。残念ながら、必ずしも十分な音量ではなく、聞き取りづらい。また、特に視覚障害者用ではない汎用の機器、例えば、エアコンのリモコンや体温計等には、操作に伴って電子音を発するものもある。これらの多くは高音域の音でしかも音量が小さいことが多い。こうした機器の音の⑩「必要とする日常生活音に特化した聴取」が可能であれば、その者の ADL (Activities of Daily Living) 能力を高め、生活の質の向上が図られると期待できると記述されていた。

一方、例えば、iPhone では「Voice Over」による音声出力機能を用いて、画面が見えなくてもガイド音声によって操作が可能である。しかし、全盲難聴者が聞き取れる程度に音量を上げれば、周囲の人々にメールの内容が全て聞こえてしまい、プライバシーの確保ができない。イヤホンの使用やストリーマを経由して補聴器で聞く方法があるが、iPhone の操作の度に、イヤホンを装着したり、ストリーマを常時、首から下げていなくてはならず、利便性に欠ける。ここでは、⑪「(周囲の他人には聞こえない状態で) 必要とする音の聴取」が必要であり、iPhone と補聴器を直接接続できる MFi (Made For iPhone) 機能等を利用することで解決できたと記

述されていた。

4) 盲導犬利用時における音の課題

盲導犬に対し、『郵便局まで行ってくれ』と指示したら、郵便局まで誘導してくれるものだ』との誤解が多い。しかし、盲導犬は、道の左側に沿って歩く、障害物を回避する、角（コーナー）や段差をユーザーに知らせるといったことに限られる。郵便局に行くためには、ユーザー自身が郵便局までの道順を把握した上で、周囲の交通状況を判断しながら、盲導犬にその都度必要な指示（右に曲がれ、直進しろ等）を与えながら歩行する必要がある。したがって、盲導犬を用いる全盲難聴者にとっては、1)「単独歩行における音の課題」と同様の課題が存在する。加えて、たとえユーザーが「ストレート・ゴー（直進しろ）」と指示したとしても、それが危険な場合、盲導犬はその指示に従わない「非服従」を行う。道路横断の際、自動車がこちらに向かって来ているのにユーザーが直進を指示している場面等である。全盲難聴者は、道路横断の際、自動車がこちらに向かってきているかどうかを判断することが難しく、「非服従」の状態であるかどうかを確認することが困難である。とはいえ、その場にずっと立ち尽くしている訳にもいかないため、安全確認が不十分のままやむを得ず横断することとなる。盲導犬を連

れている場合においても、1)で挙げた⑫「単独歩行時と同様の環境音聴取」は安全確保の上で欠かせないと記述されていた。

盲導犬は犬であるから、餌やり、排泄、清拭、ブラッシング、シャンプーといった世話や行動管理が必要である。健聴全盲者は、盲導犬の首につけた鈴の音により、犬の所在を確認したり、犬の行動を把握することができる。しかし、全盲難聴者は音を頼りにした盲導犬の管理・世話が困難である。鈴以外の他の音でも良いが、⑬「特定の音に対する注意」機能があれば、盲導犬ユーザーの負担を軽減することができる」と記述されていた。

5) 健聴全盲者との差別化の課題

現在、健聴全盲者と盲ろう者とを外見で区別することはまず難しい。周囲の人間にとって、白杖は目立っても、補聴器や人工内耳を装着していることを見つけ、盲ろう者であると気付ける者はほとんどいない。単独歩行時に、全盲者と思い、「ご案内しましょうか」等々、声をかけてくる人に対して、健聴全盲者であれば応答ができる。しかし、全盲難聴者ではその声掛けが聞こえなかったり、聞こえても内容が聞き取れないことで、適切に答えることができず、無視をされたと誤解を受けることがある。⑭「盲に加えて難聴がある者と、健聴全盲者との差別

表1 記述された内容の要約

-
1) 単独歩行時における音の課題
①「自動車までの距離（接近）と走行方向の把握」
②「自動車の発進音や人の足音の音源定位と追尾」
③「反響音の聴取」
④「雨天時における補聴器の装用」
⑤「雨音の影響を最小限に抑えて、歩行に必要な音の聴取」
⑥「ランドマークチャイムなど特徴的な環境音等の聴取」
⑦「高音域の音を主成分とした音響信号の聴取」
⑧「遠方と近傍の音の違いによる音の遠近感と方向感の明確化」
2) 介助歩行時における音の課題
⑨「介助者の声の聴取」
3) 日常生活動作における音の課題
⑩「必要とする日常生活音に特化した聴取」
⑪「（周囲の他人には聞こえない状態で）必要とする音の聴取」
4) 盲導犬利用時における音の課題
⑫「単独歩行時と同様の環境音聴取」
⑬「特定の音に対する注意」
5) 健聴全盲者との差別化の課題
⑭「盲に加えて難聴がある者と、健聴全盲者との差別化」
-

化」を希望することが記述されていた。

考 察

1) 単独歩行時における音の課題

結果で挙げられた①～⑧の課題は、音源定位と追尾（①・②・⑥・⑧）と、補聴器の増幅特性によるもの（①・③・⑦・⑧）、補聴器の機能（④・⑤）の課題に整理できる。①・②・⑥・⑧で挙げられた音源定位と追尾は、感音難聴に加え、補聴器の装用により、さらに困難になるため⁹⁾、根本的な解決は難しいと思われる。一方、指向性マイクの利用により、左右の間違いが起こるものの音源定位が向上するとの研究もあり¹⁰⁾、追加の検討が必要である。一方、補聴器の増幅特性によるもの（①・③・⑧）は、ノンノリア増幅による出力音とラウドネスの不一致および出力制限装置の過抑制が原因であり、よりリニアな増幅が望まれる一方で、③の反射音の聴取という、より弱い音の聴取を可能にするという対立する2つの課題を解決する必要がある。特に過剰なノンノリア増幅は、遠方の自動車は遠方に、近方の自動車は近方に捉えられるようにすることを妨げる可能性がある。

補聴器の機能（④・⑤）としては、防水型補聴器は実現されており、盲難聴者の器種選択上で欠かすことができない視点であろう。また、雨音の抑制は、雑音抑制機能をONにすれば、車のエンジン音をも抑制してしまうこととなり、出力制限装置をより強く設定すると、①の音の距離感を歪める原因にもなりかねない。これも対立する2つの課題の微妙な調節か、雨天時プログラムにて、優先事項を決めた調整を行うしか方法がないと思われる。また、高い周波数帯の音を低い周波数帯に落とし込む周波数圧縮変換機能も存在するが、環境音の音印象を歪めてしまうことになるので、利用者が聞こえ優先か、音質優先かを尋ね、調整状態を変更する必要がある。

一方、香港やオーストラリアで利用されている音響信号機（図3）は人の腰のあたりの高さで「カタカタ」と機械的打音で信号の状態を知らせるもので、高音漸傾型難聴者でも聞き取りやすいと考えられる。さらに打音部分の振動を触って確認できるので、全盲全ろう者でも信号の状態を知ることができ

られると思われる。

2) 介助歩行時における音の課題

結果で挙げられた⑨の課題は、補聴器の調整と、FMなどの補聴援助システムの利用で解決できる。特に、屋外におけるワイヤレスマイク利用のメリットは大きい。ワイヤレスマイクは、マイク装着者の声をクリアに聴取できるが、距離や音源情報を含めることができない。しかし、介助者との会話では、身体的接触があるため、距離や方向感の情報より、ノイズ下でも明瞭な音声聴取が優先される。近年、旧来のFMに替わって、小型のBluetooth接続のワイヤレスマイクが利用できるようになり、かつ、ワイヤレスマイク内のAGC回路が機能向上し、一定の音圧で話者の音声取得ができるようになった。こうした新技術の利用と、障害者総合支援法によるワイヤレスマイクの交付が望まれる。

また、横並びスタイルを採用したとしても、ノイズの多い屋外においては、介助者の声は聞き取りづらい。そうした場合、さらにヘッドセット型マイクを用いることが有効と思われる。ヘッドセット型マイクであれば、首の方向にかかわらず、常に口とマイクの距離が一定に保たれ、かつ周囲のノイズを拾いにくい。

3) 日常生活動作における音の課題

結果で挙げられた課題⑩⑪は、日常生活上で必要とする特定の音源の音聴取という共通の課題のようであるが、⑩は音源の音量を上げる、狭指向性機能

図3 触知式音響信号機

とその音源の周波数帯の利得アップ、2) で挙げたワイヤレスマイクの利用で解決できる可能性がある。一方、⑪は盲難聴者の通信のプライバシー保護という観点では見逃せない点であり、MFi 機能等が内蔵されている補聴器を器種選択の際に考慮すべきである。

4) 盲導犬利用時における音の課題

結果で挙げられた⑫は 1) と同様であるが、上記に挙げられた盲導犬利用時にも環境音の情報が不可欠であることを理解すべきである。さらに⑬は、鈴以外に、その全盲難聴者が聞き取りやすい種類の音を探し、それを盲導犬に装着するなどの工夫が考えられよう。

5) 健聴全盲者との差別化の課題

結果で挙げられた課題⑭は、全盲であり、かつ難聴あるいはろうであることが外見からわかる方法を採用することにより、この課題を解決できると考える。健聴全盲者と全盲難聴者では、ニーズも支援方法も異なっていることから、それらの「差別化」を進める方法として、ブルガリアから発した「紅白白杖」(図4)がある。これは、通常の白杖の一部に赤色反射テープを巻き付けたものであり、近年は、ヨーロッパ全体に広がり、盲ろう者のシンボルとして用いられるようになった。今後、世界中で、盲ろう者のシンボルとして用いられる可能性がある。我が国においても、紅白白杖による全盲難聴者・盲ろう者の差別化により、より適切な支援を受けやすくなることを期待したい。

結 論

盲ろう者のうち、60~70%は残存聴力を有している。しかし、そもそも難聴があることで音を利用することに困難が伴うため、移動やコミュニケーションを含む日常生活において様々な課題を抱えている。小平¹¹⁾は、盲ろう者に単独歩行訓練を行ったところ、僅かでも視覚が活用できる者は単独歩行ができるようになったが、聴覚の利用が困難な者は環境音の把握が困難であり、単独歩行は困難であったと述べている。また、深沢¹²⁾は、盲・難聴生の歩行指導を通して、音の種類、音源の確認・識別が重要な問題であり、訓練プログラムを検討し、解決しなければ歩行指導は困難と述べている。環境音の聴取に

図4 紅白白杖

ついて、補聴器の調整等により、音に関する課題を改善できる可能性がある一方、盲難聴者に対する聴能訓練について言及しており、補聴器の選択・調整だけではなく、特化した聴能訓練の実施も課題であろう。

全盲難聴者の補聴器の適用にあたっては、一般の補聴器ユーザーに加えて、ワイヤレスマイクの選択、Mfi 等の機能の使用希望、日常生活上で残存聴力の活用が可能となる補聴器調整、つまり、周波数特性、指向性機能、雑音抑制機能、周波数圧縮変換機能などの諸特性について微調整を行うことにより、社会活動をより容易で安全になるよう環境調整を進めていく必要がある。

なお、本研究の実施にあたり、ジーエヌヒアリング社の藤垣均氏より、試聴用補聴器の貸与を受けた。試聴器の貸与は無償であり、かつ貸与は同社のデータ収集の目的ではなく、利益相反に該当する事項はない。

Audiological support- and sound-related problems of people who are blind as well as hard of hearing deaf

Nobuyuki Takahashi¹⁾, Hajime Tachiiri²⁾

¹⁾EHIME Prefectural School for the Blind

²⁾Faculty of Education, Ehime University

About 60%–70% of the deaf-blind have residual hearing. In this study, we focused on one blind-and-HOH (hard-of-hearing) person, and analyzed a free description by the individual of the audiological difficulty in movements and activities of daily living. As a result, problems of “sound” when walking alone, when walking with an assist person, when walking with an assist dog, and during activities of daily living were identified, and the differences between the blind only and the blind-and-HOH were analyzed. The results clearly revealed problems related to amplification and importance of the “sound” in the blind-and-HOH.

When prescribing hearing aids to the blind-and-HOH, from the time of selection of the type of amplification equipment, one must listen carefully to the blind-and-HOH, think deeply, and be finely adjusted and use of the remote microphone, the frequency characteristics, the input/output characteristics based on the loudness measurement, microphone directivity, noise reduction, frequency compression, etc., of the hearing aids for improving the hearing ability in daily life. Good selection and adjustment represents appropriate support to improve the QOL of the blind-and-HOH.

文 献

- 1) 社会福祉法人全国盲ろう者協会：平成24年度盲ろう者に関する実態調査，2012
- 2) 総務省統計局：平成24年度 人口推計調査，2012
- 3) 前田晃秀：盲ろう者（視覚聴覚二重障害者）における身体障害者手帳の交付状況の実態 自治体を対象とした全国調査から．社会福祉学 **56**：94-104，2016
- 4) 福島 智：盲ろう者の現状と課題．明石書店，東京，1997
- 5) 河野恵美，小田浩一：盲ろうがある人同士の直接会話を困難にしている要因の検討．第8回日本ロービジョン学会学術総会 第16回視覚障

害リハビリテーション研究発表大会合同会議プログラム抄録集 **8**：61，2007

- 6) 前田晃秀，福島 智：盲聾者のコミュニケーションとその支援．JOHNS **21**：631-635，2005
- 7) 中澤恵江：盲ろう児のコミュニケーション方法 分類と体系化の試み．国立特殊教育研究所研究紀要 **28**：43-55，2001
- 8) 前田晃秀，廣田栄子：高齢期視覚聴覚二重障害者（盲ろう者）の障害程度とコミュニケーション状況に関する全国調査．Audiology Japan **59**：632-643，2016
- 9) 中川辰雄，佐藤正幸，高橋優宏：補聴器装用下の音源定位．日本音響学会聴覚研究会資料 **43**：289-292，2013
- 10) Keidser G, Rohrseitz K, Dillon H, et al: The effect of multi-channel wide dynamic range compression, noise reduction, and the directional microphone on horizontal localization performance in hearing aid wearers. Int J Audiol **45**：563-579，2006
- 11) 小平純子，前田晃秀：盲ろう者の歩行訓練の実際 東京都盲ろう者支援センターで実施した歩行訓練から．視覚障害リハビリテーション研究発表大会抄録 **21**：100，2012
- 12) 深澤 茂：筑波大学附属盲学校寄宿舎における養護・訓練 一盲・難聴生の歩行指導の事例研究一．視覚障害教育・心理研究 **1**：25-28，1980

(2020年7月8日受稿 2021年1月12日受理)

別冊請求先：〒790-0826

愛媛県松山市文京町3番

愛媛大学教育学部

立入 哉

Hajime Tachiiri

Faculty of Education, Ehime University

3 Bunkyo, Matsuyama, Ehime, 790-0826, Japan