箱形補聴器の挿入利得

日医大

中村 賢二, 大藤 周彦

東京電機大学

岡部 馨

ソニー・サウンドテック K.K.

尾上 正嗣

1 研究目的

日本工業規格 (JIS C5512) によって表示される補聴器の利得の特性表示は工業的目的にはなっており、臨床的にも個々の補聴器の性能が規格によって表示されているものと一致しているかチェックする目的に適している。しかし、臨床的に難聴症例について補聴器のフィッティングを行なうときに必要なものは装用状態における (in situ) 実効的な利得である。

工業規格による特性は、使用される 2cc カップラが実耳を擬似しておらず、また装用時の諸効果 (回折, 反射, 吸音, open ear gain の消失等々) が考慮されていない。そのため, in situ 測定により, 補聴器装用による実効的な利得 (挿入利得) を求める必要性が認識されるようになってきた。

しかし、現状では in situ 測定データが添付されている器種はごく一部に限られているため、工業規格による特性から擬似挿入利得を推定するほかない場合が多い。

この場合、McCandless らの提案等が参考資料として利用でき、挿耳形および耳掛形補聴器のマイクロホンの位置による影響に関しては、大藤ら、岡部らの発表が参考になる。

箱形補聴器の増合には、装用条件を一定としても、他の型式のものとくらべ、工業規格表示による利得の特性と挿入利得との差が大きいことは周知のことであるが、箱形補聴器は、他の型式のものと異なり装用条件が多様であり、そのため挿入利得がさらに変化する。箱形補聴器装用時に問題となるバップル・エフェクトに関しても、若干の研究成果がみられるのみで、臨床上具体的に利用できるデータとしては十分なものがないとみなせる。

箱形補聴器使用者のなかには、会話が聞きづらいと

きに、例えばポケットから補聴器を取り出し手で保持することによって聞きずらさを軽減するものがすくなくない。その場合聞き良くなるのは、専ら、話者と補聴器の距離の短縮による S/N 比の改善によるものと理解されていることが多いようである。

しかし、補聴器をポケットから出し、手で保持し、補聴器が軀幹から離れれば、バップル・エフェクトが変化するために挿入利得の特性が変化するはずであるが、従来この問題に関する検討は放置されてきたようである。

そのため、本研究では、箱形補聴器の使用条件と挿入利得の関連、およびマイクロホン開口部の位置による影響について検討する。

2 研究方法

2-1 3 種類の箱形補聴器について測定した。以下、

図1 機種 A, B のマイクロホン開口部の模式図

マイクロホン開口部が補聴器の上面及び1部が前面に向いているものを機種Aとよび、マイクロホン開口部が補聴器の上面のみのものを機種Bとよぶことにする(図1)。また、図2に示す、市販の平面近傍音場收音マイクロホンを、機種Aの本来のマイクロホンの代りに接続したものを機種Cとよぶことにする。

2-2 箱形補聴器をSAMRAI(三浦らによって開発された、日本人の成人男子の頭部および軀幹を擬似したマネキン)に着せた男性の上衣(やや薄での合服)の胸ポケット、および内ポケット(機種A、Bのみ)に装用した状態と、軀幹前面から、10cm間隔で離れた状態での擬似挿入利得を測定し、各条件下での擬似挿入利得の関係、および工業規格による利得との関係を検討した。

測定時の補聴器と音源の位置関係を図3に示す。

2-3 補聴器の調整条件は規準の状態とした。

2-4 2ccカップラによる測定装置には、B. & K. 社製のものを使用した。

2-5 擬似挿入利得の測定は、機種A、Bについては、C-カップラを装着したSAMRAI(男性の上衣着用)およびインパルスを検査音として用いる測定装置(SAMRAI & SPIRIT。図4)を使用した。機種Cについては、無響室内において男性の上衣を着用したKEMARを用い、純音を用いて測定した。

2-6 インパルス検査音のレベルは、純音のレベルに換算した場合60dB (SPL) 未満である。

3 測定結果とまとめ

3-1 図5 2ccカップラによる利得を基準として、擬似挿入利得と、工業規格による利得との差をしめす。図にしめすごとく、胸ポケットに補聴器を装用したときのバップル・エフェクトは、マイクロホン開口部が

図2 平面近傍音場收音マイクロホン

図3 測定における補聴器と音源の位置関係

図4 測定装置のブロック・ダイアグラム

図5 insertion gainと2ccカップラで測定した gain の差。2cc カップラ gain を基準 (0dB)。HATS の胸と HA の距離をパラメータとする。

図6 HA を HATS の胸に密着させた場合の insertion gain を基準 (0 dB) とし, HA を胸から離れた場合の insertion gain の相対的变化。

上面のみの機種Bの方が、開口部の1部が前面にも向いている機種Aよりも大きい。

また、図5の実線でしめされた成績を McCandless らによる提案と比較すると、2cc カップラによる利得とポケット装用時の擬似挿入利得との差の絶対値は、機種A, B, とも 250Hz では McCandless らの値より

も僅かに大きく、1kHz, 4kHz では小さな値をしめしている。また、機種Bでは、3kHz で大きな値をしめしている。

3-2 図6に補聴器を胸から離れたときの擬似挿入利得の相対的变化をしめす。補聴器を胸ポケットからだし、軀幹から離すと、機種A, B, ともに 1kHz 以

図7 HAを上衣の外側ポケットに入れた場合のinsertion gainを基準(0dB)とし、HAを上衣の内側ポケットに入れた場合のinsertion gainの相対的变化。

図8 HAをHATSの胸に密着させた場合のinsertion gainを基準(0dB)とし、HAを胸から離れた場合のinsertion gainの相対的变化(機種C, KEMARを用いて測定)

下の挿入利得が減少し、4kHz から 5kHz の間で利得の増加がみられる。1kHz から 3kHz の範囲では、機種 A、と B では利得の変化分に差が認められる。機種 A では補聴器が軀幹から離れても挿入利得の変化は比較的少ないが、機種 B では利得の変化が顕著である。

3-3 図 7 に補聴器を内ポケットに入れたときの擬似挿入利得の変化をしめす。機種 B では、2kHz から 4kHz の間に曲線に山が認められる（挿入利得の減少度がすくなくなる）が、現段階では、どのような要因によるものかは不明である。私見では、マイクロホン開口部の位置の差よりも、機種 A、B の器械の厚さ（A が B より薄い）が影響した結果ではないかと推定しているが、将来着衣の条件を多様化して再検討する必要があると思われる。

3-4 図 8 に機種 C のマイクロホンを胸から離れたときの擬似挿入利得の相対的变化をしめす。

図 8 と図 6 の機種 A の成績を比較すると、擬似挿入利得の相対的变化は、機種 C では、5kHz 附近で変化分が少ないが、3kHz 以下では、機種 A、C とほぼ同じ傾向をしめしており 1kHz~2kHz での変化は少ない。

4 箱形補聴器マイクロホン開口部の望ましい位置

箱形補聴器は、ポケットに入れるなど身体に密着させたときと、身体から離れたときとは、その挿入利得の周波数特性が変化し、かつ機種によってその変化の度合が異なることを先に示した。

そして、その度合は会話聴取にとって重要な 1000~2000Hz において機種 A、C は割合少なく、機種 B は大幅に変化している。

この差異は、補聴器の音の取り入れ場所すなわちマイクロホンの実質的な開口部の位置の差によるものではないかと考えられる。

図 1 に示したように、機種 B は上面のみに開口が開いているが、機種 A は上面に加え正面にも開口が開いている。

機種 A、B とともに開口部は補聴器外箱の平面に開いており、そこから入った音が比較的狭い音道を通してマイクロホンカプセルに達して收音されるときは、開口部の位置する平面の近傍の音場を收音するとみなしうる。

この場合その平面部による音の回折、反射により種々の効果があらわれる。そして、その効果は一般に平面の面積がある程度大きい方が大きくあらわれるた

め、面積の広い正面にも開口をもつ機種 A の方がその効果が大きいと身体によるバップル・エフェクトの影響を軽減したものと考えられる。

以上のように箱形補聴器では、マイクロホンの実質的な開口部が外箱の面積の広い面にあり、かつポケット等に入れたとき隠されない位置にあることがのぞましいと考えられる。

Insertion Gains Measured by Body Aids

Kenji Nakamura, Kanehiko Daito

(Nihon Medical University)

Kaoru Okabe

(Tokyo Electrical Engineering College)

Shoji Onoue

(Sony Sound Tec Corp.)

Several considerations are given to insertion gains measured by body aids under different measuring conditions.

Measurement was carried out as follows:

- (1) Simulated insertion gain was measured when a body aid is placed in a pocket of a man's jacket and also when the aid is set away from the jacket at intervals of 10cm toward a loudspeaker.
- (2) Two types of body aids were tested.
Apertures of microphone in these aids were set in two different ways.
MODEL (A): The aperture faces both the upper side and the front of the aid.
MODEL (B): The aperture faces only the upper side of the aid.
- (3) Simulated insertion gains were measured by SAMRAI with C-coupler.
- (4) A microphone which has a special aperture was also tested. The structure of the microphone is equivalent to a hearing aid whose aperture faces the front.

From these measurements, it was certain that MODEL (A) is less affected by the difference of measuring conditions than MODEL (B). And the similar result to MODEL (A) is obtained from the microphone mentioned in (4).

As a result, it would be advised that a substantial aperture of a microphone for a body aid should face

the front.

文 献

- 1) G. A. McCandless and P. E. Lyregaard :
Perscription of gain/output (POGO) for hearing
aids. *Hearing Instrument*. **34** ; 16-21, 1983.
- 2) M. C. Killion and E. L. Monser : Coupler
response for flat insertion gain. In G. A. Stude-
baker and I. Hochberg (ed.) *Acoustical factors
affecting hearing aid performance*. pp.149~168.
University Park Press, Baltimore. 1978.
- 3) 大藤周彦, ほか : 挿耳形, 耳掛形補聴器の挿入利
得。 *Audiology Japan*, **26** ; 335-336, 1983.
- 4) 岡部 馨ほか : 補聴器 in situ 測定システムとそ
の応用。 *日本音響学会講演論文集 (昭.58.秋)*。
303~304, 1983.
- 5) N. P. Erber : Body-baffle and real-ear effects in
the selection of hearing aids for deaf children. *J.
Speech Hearing Dis.* **38** ; 224-231, 1973.
- 6) G. F. Kuhn. : Some effects of microphone loca-
tion, signal bandwidth, and incident wave field on
the hearing aid input signal. In G. A. Stude-
baker and I. Hochberg (ed.) *Acoustical factors
affecting hearing aid performance* pp.55~80.
University Park Press, Baltimore. 1973.
- 7) 会田ほか : 剛平面近傍の音場収音システムへの応
用。 *電子通信学会*. EA 83-32, 1983.
- 8) 三浦種敏 : ダミーヘッドマイクロホンの応用。 *聴
覚心理勉強会資料*。82-1-1, 1982.
- 9) 岡部 馨ほか : 補聴器測定用ダミーヘッドマイク
ロホンの構成。 *日本音響学会講演論文集 (昭.57.秋)*,
243~244, 1982.
- 10) Okabe, K. et al. : Head and torso simulator
(SAMRAI) with simplified artifical ear and its
application to simulated in situ measurment of
hearing aid. *Proc. 11th ICA*. vol. **6** ; 7-10, 1983.
- 11) 三浦種敏, ほか : 補聴器の Impulse を用いた In
Situ 測定。 *聴覚心理勉強会資料*。資料番号83-1-1,
1983.
- 12) 岡部 馨ほか : インパルスを用いた補聴器の In
Situ 測定。 *電子通信学会* EA 83-21, 1983.

(受付59.1.31)