3I1330

1 分子に局部標識したナノ結晶の運動特性

○佐々木 裕次^{1,2,3}、奥村 泰章^{1,2,4}、大石 昇⁵ (1Spring-8/JASRI 生物医学G、² 科技団戦略基礎佐々木チーム、³ 大阪大学タンパク質研究所、⁴ 信州大学(院工)、⁵ 帝京大学医学部)

X線1分子計測法(Diffracted X-ray Tracking :DXT)は、1分子内の構造変化及び分子内揺らぎを実時間で、かつ~pm (1/1000nm)の精度で計測することができる。しかし、検出しているのはあくまで1分子内の計測したい部位に標識された1つのナノ結晶(直径10nm)の運動である。従って、検出された運動がナノ結晶自身の運動なのか、本計測系の目的である被標識体の運動なのかの評価をしなければならない。予想では、あるタンパク質分子の局所的な運動をナノ結晶を介しても計測できる標識条件というものがある。タンパク質分子ごとに存在し、そこから外れる条件下ではナノ結晶自身の運動しか計測できないと思っている。標識条件で重要と思われる因子は、(1)ナノ結晶と目的分子との結合数(2)結合距離(3)ナノ結晶の大きさ(4)ナノ結晶の表面電荷等であろう。今回の実験ではナノ結晶の大きさは実時間計測(ビデオレイト)可能な最小の大きさのもの(直径10nm)とし、結合距離やナノ結晶の表面電荷も同様の標識条件とし、(1)の結合数のみを検討した。ナノ結晶と目的生体分子との結合数は、生体分子の結合可能部位の空間配置とナノ結晶体の大きさを揃えることで可能にした。使用したサンプルは石英基板に固定したF-アクチン。F-アクチンは5.5nmの間隔でシステインを表面付近に持っている。金ナノ結晶の直径は10nmであるからアクチンとの結合数は多くて2箇所である。この空間配置において、反応システイン残基をHg化合物(PCMB)を用いてつぶしていく。ある反応比になれば結合数は1つになる。本実験ではHg化合物の反応時間を制御して検出されるナノ結晶の運動動態を詳細に計測してみた。実験は、大型放射光施設SPring-8(BL-44B2)で行なった。

Y.C.Sasaki, Y.Okumura and N.Oishi : Specific Motions of Labeled Nanocrystals in Single Molecular Units

3I1400

新しく開発したミリ波領域誘電率測定装置による各種誘電体の誘電率測定

○土井 昭孚¹、寺中 正人¹、立川 敏明¹、出原 敏孝² (¹香川
医大・基礎放射線学、²福井大・遠赤外研究センター)

【目的】ミリ波、サブミリ波帯の特徴を活かし、医学的应用の一つとして、生体内部の悪性腫瘍などへの効果的なカテーテル照射を行うために、各種アンテナの設計、開発を行い、ヌードマウスに移植、増殖させた癌組織を含む生体および組織への照射実験を試みてきた。照射実験の結果から、アンテナの素材であるテフロン誘電率と空気や生体成分の誘電率との比による、光学的理論に依存する反射、屈折により伝播経路、即ち照射方向が決定されることから、今後のヒトの組織に対する照射実験を考えると、生体成分のミリ波、サブミリ波帯における誘電率測定の必要性が生じた。そこで今回新しく開発したミリ波誘電率測定装置を用い、テフロン、植物油、牛肝臓、水などの誘電率を測定した結果について報告する。【実験方法】テフロン(固体)の誘電率測定はホーンアンテナ、植物油や水などの液体の測定では円柱形のテフロンロッドアンテナを用い、Gunn 発振器による規格 90.05GHz のミリ波が試料板と反射板との間に生じたと考えられる定在波を、試料の厚さや試料台の位置を変化させたり、Phase shifter の目盛りを変化させ、その波長のずれや位相のずれを測定し、計算により誘電率を求めた。また牛肝臓組織の誘電率は 94.26GHz を発振する INPAT 発振器(出力 0.3W)を用い、導波管口と組織片との間にテフロン、石英、マイカなどの薄膜を挿入し、薄膜の光の干渉効果による反射、屈折の理論によるシュミレーション結果と、照射による組織の熱変性効果とを比較し誘電率の推定を行った。【実験結果と考察】テフロン及び植物油は既報の低周波の数値とかなり近い値のそれぞれ 2.05、2.29 が得られたが、水については Gandhi らの報告に比してかなり大きな値(17.3)となった。また牛肝臓は 8~9 の範囲に入るものと推定された。この範囲は挿入する誘電体薄膜の素材によりせまるものと期待される。

A.Doï, M.Teranaka, T.Tatsukawa and T.Idehara : Dielectric constant measurement of certain dielectrics using a newly developed apparatus in the millimeter range

3I1345

バクテリオロドプシンのダイナミクス1分子計測

○奥村 泰章^{1,2,3}、岡 俊彦²、谷口 彬雄¹、佐々木 裕次^{2,3,4} (¹信大・院・工、²Spring-8/JASRI、³JST/CREST (Sasaki Team)、⁴阪大・蛋白研)

In-vivo 下において、生体 1 分子が示す分子内構造変化情報をリアルタイムで可視化することができれば、生体分子の構造と機能の相関を明確化できる究極的手法になるであろう。本研究では X 線を利用した 1 分子計測法 (Diffracted X-ray Tracking: DXT) により上記目標へのアプローチを試みている。DXT とは、基板上に固定した目的生体 1 分子にナノ結晶をラベルし、そのナノ結晶からの回折 X 線斑点を指標に時分割トレースを行う計測法である。1 分子計測法のプローブに X 線を利用する最も大きな特徴は、その波長特性と、透過性にある。X 線が有する nm 以下の波長が、目的となる生体 1 分子の極微 (~pm レベル) な分子内構造変化計測を可能にし、またその透過性が In-vivo 計測をも可能にする。本報告では、本計測法の第一目標である In-vivo 1 分子計測を実現するために、より In-vivo 下に近い膜タンパク質を用い、1 分子の動的挙動を計測することを試みた。今回我々が選択したのは Bacteriorhodopsin (bR) である。膜タンパクである bR は分子内に有するレチナール分子が特定波長 (568nm) を吸収し異性化反応を示すことにより、プロトンポンプとしての機能を発現する。結果として、bR 1 分子の特定部位 (アミノ酸 35 残基目) において、機能発現時に、約 2.2 Å の構造変化を示すことが分かった。本報告では、これらの計測結果と共に、bR の機能、更には分子揺らぎの相関についても詳しく議論する。

Y.Okumura, T.Oka, Y.Taniguchi, Y.C.Sasaki : Intramolecular Conformational Changes of Single Bacteriorhodopsin Molecule

3I1415

加速度計による階段一段の飛び降り動作時のパワー測定（エネルギーの収支）について

○宮本 学、進藤 昌彦（大阪医大・第一生理）

加速度計は、3 D モーションキャプチャシステムに比べ簡便で場所を選ばない。そこで、加速度計を用いた階段の一段を飛び降りた時のパワー（エネルギー）の収支を測定した。すなわち、重心近くに加速度計をつけ加速度の測定からパワー曲線を計算して求めた。パワーは、二種類ある。ひとつは正のパワーで、かかる力と進行方向が一致したときに得られるパワーである。もうひとつは、負のパワーでかかる力と進行方向が反対のときに失うパワーである。しかし、飛び降りたときに空中にいるあいだは、階段の高さによる位置エネルギーから正のパワーを得る。着地では、このあいだに得た運動エネルギーを、支持筋肉群が負のパワーを出して相殺し吸収する。このときのやり取りにおいて、重心におけるパワーの出入りは一致する。ここでは、飛び降り時とその着地におけるパワー曲線の解析を行った。飛び降り時における正のパワー曲線の高さは 745.0 ± 61.4 (n=5) Watts であった。得た運動エネルギーは、 53.9 ± 4.6 (n=5) Joules であった。筋肉の要した機械的エネルギーは、 150.4 ± 7.5 (n=5) Joules であった。筋肉について考えると、飛び降りの空中においてはそのパワーはいらない。着地時にはじめて大きな負のパワーが必要となる。これらの筋肉から見たエネルギー収支の結果を他の動作と比較すると、同じ階段を使ってふつうに降りる時の一段あたりの消費総エネルギーと等しくなった。また、平地歩行で要する一歩あたりの総エネルギー量 330 Joules に相当した。

M.Miyamoto, M.Shinndo : Power analysis in the gravity center of human on jumping down motions