レター

水溶液表面でのレーザー多光子イオン化法による
ピレンスルホン酸の高感度分析増田 員拓・井上 高教・安田 徹*
中島 慶治・小川 禎一郎

九州大学総合理工学研究科分子工学専攻 春日市春日公園 (〒816)

(1993 年 1 月 11 日受理)

Highly Sensitive Detection of Pyrenesulfonic Acid by Laser
Multi-Photon Ionization on Water SurfaceKazuhiro MASUDA, Takanori INOUE, To-oru YASUDA*,
Keiji NAKASHIMA and Teichiro OGAWADepartment of Molecular Science & Technology, Kyushu University,
Kasugashi, Fukuoka 816

(Received January 11, 1993)

The laser multi-photon ionization technique has been applied to the highly sensitive detection on water surface. The detection limit of pyrenesulfonic acid was $1.1 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ (310 ppt). This result indicates that the photoionization technique is useful and sensitive even for a highly polar solvent such as water.

1. 緒 言

生体の構成要素として、また地球環境において最も重要な液体である水の表面を高感度に分析することは容易ではない。

レーザー多光子イオン化法は無極性溶媒中の吸光性分子の高感度分析に適した方法である¹⁻⁶⁾。電流の測定は蛍光の測定より簡便であるから、装置も簡単となる。しかし極性溶媒はリーク電流が大きく、この方法で高感度分析を行うことは困難であった^{7,8)}。

最近、レーザー多光子イオン化法により金属表面に付着した吸光性分子の高感度検出が可能であることを示し

た^{9,10)}。このように電極の一つを表面上の空間において検出を行えば、極性溶媒中の試料に対してもリーク電流の影響を無視して高感度に検出できるのではないかと考えた。

水の表面よりの光電子放出はすでに渡辺ら¹¹⁻¹³⁾により系統的に研究が行われており、多くの無機塩類のイオン化しきい値の決定に利用されている。しかし、真空紫外光による1光子イオン化では、溶媒を始め殆どすべての化合物がイオン化される可能性がある。これに対し、本研究のように中間に実状態を経由する2光子イオン化法によれば、レーザー波長に吸収を示す分子のみを選択的にイオン化し検出することができる。すなわち、溶媒や表面などの媒質自体のイオン化を避け、注目する対象分子のみを選択的に検出できるのがレーザー多光子イオ

* 現在は三菱電機北伊丹製作所、伊丹市 (〒664)
Now at Mitsubishi Electric, Co LTD., Itami 664

Fig. 1 Schematic diagram of the experimental apparatus.

- (a) When the laser irradiates the solution at a large incident angle, most of the radiation is reflected and the ionization proceeds mostly on surface.
- (b) When the laser irradiates the solution at a small incident angle, the ionization proceeds also in bulk solution. The escape probability of electrons produced in the bulk depends on depth and concentration of the solute.

HV: High voltage power supply unit, C: stainless steel solution cell, Amp: Amplifier.

ン化法の特長である¹⁻⁶⁾。この観点に立ち、ピレンスルホン酸水溶液の表面を利用した分析を試みた。

2. 実験

実験装置はすでに報告した金属板の表面分析に利用したもの^{9,10)}と類似しており、その原理を図1(a)に示す。ステンレス鋼製の容器に試料水溶液を入れ、その表面にレーザーを集光し入射する。入射レーザー光の大部分が表面で反射され試料溶液内に入って行かないように、レーザーの入射角は表面の垂直線から85°とした。表面の上8mmの所に対電極を置き、2000–2500V程度の電圧をかける。信号はステンレスの容器側から取り、電流増幅器(Keithley 427)とデジタルストレージスコープ(Iwatsu DS 6411)で検出した。

水は市水を蒸留しイオン交換膜を通し、さらに石英製の蒸留装置で再蒸留して使用した。ピレンスルホン酸ナトリウムはキシダ化学製特級を用いた。

3. 結果

レーザーを水溶液表面に照射して得られる電流信号は、図2に示すように金属表面に照射した場合¹⁰⁾とよく似ており、速い成分と遅い成分を有する。分析のさいはこの電流信号を積分して面積を求め、生成電荷量より定量を行った。

Fig. 2 A typical time profile of the photoionization current of pyrenesulfonic acid. Applied voltage: 2500 V, time resolution: 10 μ s.

溶液表面からの多光子イオン化を行うには、レーザーの入射角を水面すれすれとすることが重要である。これは図1(a)に示すように、表面垂線に対し85°程度の入射角であると入射光の大部分は反射され液内部に入っていないため、イオン化は液表面でのみ優先的に起こる。この場合は、電子の表面からの飛び出しの確率は溶質濃度に依存せず、得られる電流信号は溶質の表面濃度に比例することとなる。これに対し、図1(b)のように表面垂線に対し小さな角度でレーザーを入射すると、レーザー光は溶液内部にも入り、液内部でもイオン化が起こる。しかし、液内部で生成した電子が表面から飛び出す確率は、溶媒や溶質の諸性質に複雑に支配され、溶質の濃度にも依存する。この場合、検量線が45°の直線とならず、分析化学的には有用でない。

ピレンスルホン酸ナトリウムを試料として検量線を作成したところ 10^{-7} – 10^{-9} mol $\cdot$ dm $^{-3}$ の範囲で直線となった。検出限界は、S/N=3となる濃度として、310 ppt (1.1×10^{-9} mol $\cdot$ dm $^{-3}$)であった。

4. 考察

溶液表面から電子がどのように飛び出すのかは未だ明確ではない。測定された電流の波形は図2で示されるように金属表面の場合¹⁰⁾と同様であったので、同様の帰属を行った。金属表面試料について行われた波形の雰囲気気体の依存性¹⁰⁾を考慮して、速い成分は表面から飛び出した電子に、遅い成分は飛び出した電子が大気中の酸素分子に捕まって生成した酸素アニオンに帰属した。しか

し、測定の時間分解能は $10 \mu\text{s}$ であったため、速い成分の波形は時間分解能の不十分さのため歪んでおり、詳しい考察のためにはより速い測定計器による研究が必要である。

電極面にレーザー光があたると、光電効果で電極面から電子が飛び出し大きな雑音が生じる。本研究ではレーザー光の表面入射角を変化させるため、電極の一方は液表面から 8 mm の位置に置いた。信号電流の面積強度は単位距離あたりの電場の強さに依存する¹⁰⁾ことが予想されるので、レーザー光の入射角を液面すれすれに固定すれば、この電極をより表面に近づけより小さい印加電圧で分析を行うことができよう。

溶液中での溶質の濃度は表面とバルクとで同一であろうか。検量線が直線であることからみて、表面濃度はバルク濃度と比例しているようだが、必ずしも同一とは言えない。本研究で決定しているのは表面の濃度である。今後このような手法が発展すれば、バルクと表面の溶液の性質の違いについての研究が進展していくものと思われる。

5. 結 語

レーザー多光子イオン化法は非極性溶媒中の吸光性分子の超高感度な分析法であることが知られていたが、極性溶媒では適用が困難であった。表面を利用することによりこの困難を解消し、極性溶媒中でもこの方法による高感度分析が可能なことを水を例として初めて示した。

これにより非蛍光性分子であっても、極性・無極性溶媒いずれの場合でも、レーザー多光子イオン化法により超高感度な分析が可能であると結論した。

文 献

- 1) S. Yamada and T. Ogawa: Prog. Anal. Spectrosc. **9**, 429 (1986).
- 2) E. Voigtmann, A. Jurgensen, and J. D. Winefordner: Anal. Chem. **53**, 1921 (1981).
- 3) S. Yamada, K. Kano, and T. Ogawa: Bunseki Kagaku **31**, E247 (1982).
- 4) S. Yamada, A. Hino, K. Kano, and T. Ogawa: Anal. Chem. **55**, 1914 (1983).
- 5) S. Yamada: Anal. Chem. **60**, 1975 (1988); **61**, 612 (1989).
- 6) T. Ogawa, K. Kise, T. Yasuda, H. Kawazumi, and S. Yamada: Anal. Chem. **64**, 1217 (1992).
- 7) E. Voigtmann and J. D. Winefordner: Anal. Chem. **54**, 1834 (1982).
- 8) S. Yamada, T. Ogawa, and P. Zhang: Anal. Chim. Acta, **183**, 251 (1986).
- 9) T. Ogawa, T. Yasuda, and H. Kawazumi: Anal. Sci. **8**, 81 (1992).
- 10) T. Ogawa, T. Yasuda, and H. Kawazumi: Anal. Chem. **64**, 2615 (1992).
- 11) I. Watanabe, J. B. Flanagan, and P. Delahay: J. Chem. Phys. **73**, 2057 (1980).
- 12) I. Watanabe, K. Ono, and S. Ikeda: Bull. Chem. Soc. Jpn. **64**, 352 (1991).

賛 助 会 員 名 簿

旭硝子(株)中央研究所	(株)トプコン
味の素(株)中央研究所	(株)東レリサーチセンター
愛宕物産(株)	中野電子工業(株)
アンリツ(株)	(株)ニコン
(株)インフラレッド・ラボラトリーズ	日産自動車(株)総合研究所
ウシオ電機(株)	日製産業(株)
NTT光エレクトロニクス研究所	日本板硝子(株)中央研究所
(株)大沢商会	日本科学エンジニアリング(株)
大塚電子(株)	日本鋼管(株)技術研究所
(財)応用光学研究所	日本ジャーレル・アッシュ(株)
オリンパス光学工業(株)	日本真空光学(株)
川崎製鉄(株)技術研究所	日本石油(株)中央技術研究所
川鉄テクノリサーチ(株)	日本電子(株)
キノ・メレスグリオ(株)	日本電子輸入販売(株)
旭光通商(株)	日本パーカーライジング(株)総合技術研究所
キャノン(株)中央研究所	日本バステック(株)
(株)京都光研	日本ブルカー(株)
(有)光伸光学	日本分光(株)
神津精機(株)	日本冶金工業(株)川崎製造所
コロンビア貿易(株)	(株)パーキンエルマージャパン
三 共(株)研究総務部	浜松ホトニックス(株)
三 共(株)	(株)日立製作所
サンテック(株)	(株)日立製作所計測器事業部
塩野義製薬(株)研究所	富士光機(株)
(株)資生堂研究所	富士写真フイルム(株)
(株)島津製作所	富士ゼロックス(株)
ジャスコインターナショナル(株)	(株)富士通研究所
信越化学工業(株)	分光計器(株)
新日本製鉄(株)先端技術研究所	ヘルツ工業(株)
住友化学工業(株)有機合成研究所	HOYA(株)
セイコー電子工業(株)	(株)堀場製作所
西進商事(株)	松下電器産業(株)
清和陶器(株)	松下電子工業(株)
セキテクトロン(株)	丸 文(株)
竹田理化工業(株)	(株)溝尻光学工業所
大機ゴム工業(株)	三井東圧化学(株)中央研究所
TDK(株)開発研究所	三菱電機(株)中央研究所
東燃(株)総合研究所	ミノルタカメラ(株)
(株)東京インスツルメンツ	(株)村田製作所
(株)東芝	(株)ルミネックス
東北電子産業(株)	(株)メステック
東ソー(株)	理学電機工業(株)
東洋ハイブリッド(株)	(株)リガク光事業部

平成5年5月15日現在の本学会賛助会員は上記のとおりです。本学会の事業に対し御賛助いただき厚く御礼申し上げます。(五十音順)