博士論文要録

水素結合を利用するアニオン認識試薬の合成と分析化学的应用

加 藤 亮

学位授与：東北大学（2002年3月25日）

環境や生体中にはカルボキシル基、リン酸基等を有するアニオン性基質や塩化物イオン等のアニオンが多数存在しており、重要な役割を果たしている。しかしカチオン類には各種の認識試薬が存在するのにに対し、アニオンに対する認識試薬は一部のアニオンに対するものに限られている。したがってアニオン及びアニオン性基質と選択的に錯形成し、かつ光学的な応答を示すアニオン認識試薬を開発することは、分離・検出といった分析化学的应用ばかりでなく人工触媒や膜輸送などの生化学方面への応用も期待できる。生体中においては水素結合をアニオン認識に利用して高錯形成能及び高選択性を達成している例があり、水素結合をアニオン認識に利用することで優れた性能を持つアニオン認識試薬の開発が期待できる。

第1章“序論”では、アニオン認識、及びアニオン分析法の現状と本論文の目的について述べた。

第2章“水素結合を利用するアニオン認識比色試薬の合成と機能評価”では、アニオンを水素結合により認識し、応答を色調の変化により検出する水素結合性アニオン認識比色試薬の新規合成及び機能評価を行った。分子設計として、アニオン認識部位としてのチオ尿素基に発色団官能基として

-

ニトロフェニル基を結合した3種の水素結合性ホスト分子を考案した。これらのホスト分子のチオ尿素基がアニオンと水素結合により錯形成し、チオ尿素-

-

ニトロフェニル基間での電荷移動を生ずるので、この電荷移動吸収バンドの波長シフトによりアニオンを検出することが可能であると期待される。そこで3種のホスト分子をそれぞれ新規合成し、アセトニトリル（MeCN）及びMeCN-水系におけるアニオン認識能を評価した。

MeCN中におけるアニオン認識能を吸光光度法及び¹H-NMR分光法により評価した。吸収スペクトル測定の結果、アニオン添加によりいずれのホスト分子の場合においても吸収スペクトルは長波長シフトを示し、溶液の色調は無色から黄色へと変化した。この波長シフトはアニオンとの錯形成によりホスト分子単独の時よりも励起状態が安定化したことに由来すると考えられる。アニオンとの1:1錯形成定数 K_{11} と長波長シフトの大きさはどちらの場合においても

-

ニトロフェニル基を二つ導入した1,3-di(4-nitrophenyl)thiourea（DNPTU）に対して最大となった。これ

は電子吸引性官能基の段階的導入によりチオ尿素基の酸性度が増大した結果引き起こされたと考えられる。最も大きな錯形成と波長シフトを示すDNPTU-酢酸イオンの組み合わせでは、 $K_{11} = 1.7 \times 10^6 \text{ M}^{-1}$ という錯形成定数が得られ、電荷-電荷相互作用や多点水素結合を導入したホストに匹敵する錯形成能を達成した。吸収極大波長 λ_{max} は343 nmから392 nmへと大きく長波長シフトした。

自然界に存在するアニオンやアニオン性基質の多くは水中又は多くの水を含む状態で存在するため、実際の分析では多くの水分子が存在する状況で測定されることが予想される。非水素結合性であるMeCN分子とは異なり水分子はそれ自身がホストやアニオンと水素結合を形成するため、ホスト-アニオン錯体の形成を阻害する。そこでMeCN-水系においてDNPTUのアニオン認識能を評価することで、DNPTUのアニオン認識能に及ぼす水の影響を検討した。まずDNPTUの酢酸イオン認識能を評価した。その結果、水の割合が1%までは応答の減少がほとんど見られなかった。そこでMeCN 99%-水1%でのDNPTUのアニオン選択性を評価したところ、一部の有機カルボン酸に応答するものがあるものの、無機アニオンに対してはほとんど応答せず、酢酸イオンにほぼ選択的に色調及びスペクトル変化を示し、酢酸イオンに対するall or nothing的な比色試薬として機能することが分かった。食品試料中の酢酸イオンの定量分析に応用した結果、DNPTUを用いて精度良く、かつ簡便に比色定量することが可能であった。

第3章“液液界面におけるアニオン認識機能評価”では、親水的環境ながら水素結合の形成が報告されている界面に着目し、液液界面における水素結合性ホストのアニオン認識能を評価した。互いに混合しない二つの溶媒の境界面、すなわち液液界面は両相の中間程度の溶媒極性や空間的制約による分子運動への制限など、バルク中とは異なる物理化学的性質を有している。したがって界面においてはバルク中では見られない現象が起こることが期待される。そこで、液液界面におけるアニオン認識能を動的滴容法による界面張力測定から速度論的及び熱力学的に解析し、水素結合によるアニオン認識に与える液液界面の効果を検討した。

種々のホスト分子について測定を行った結果、チオ尿素型ホスト分子に対しては界面張力の減少が見られなかったが、電荷を有するアニオン認識部位であるイソチオ尿素を

導入したホスト分子に対して界面張力の減少が見られた。速度論的解析の結果、界面錯形成反応の反応機構はホスト濃度により変化することが明らかとなった。更に、イソチオ尿素基にチオ尿素基を導入したチオ尿素-イソチオ尿素型ホスト BT-C₁ は、イソチオ尿素型ホスト MT-C₁ に比べて界面張力の減少量が增大した。更に熱力学的解析を行った結果、界面での安定度の目安である吸着定数 K も BT-C₁ のほうが大きかった。この結果は水分子が多く存在する液液界面において中性官能基であるチオ尿素による水素結合が効果的に働いたためであると考えられる。吸着定数 K から見たアニオン選択性については MT-C₁ では H_2PO_4^- ($K = 30000 \text{ M}^{-1}$) $\approx$ Cl^- ($K = 25000 \text{ M}^{-1}$)、BT-C₁ については H_2PO_4^- ($K = 170000 \text{ M}^{-1}$) $>$ Cl^- ($K = 63000 \text{ M}^{-1}$) となり、BT-C₁ にリン酸イオン選択性が発現した。二相分配系においては脱水とエネルギーの大きいリン酸イオンに対しては選択性が現れないことを考えると、液液界面が特異的な反応場として機能することが判明した。

第4章 “結論” では、本論文での主な結果と知見をま

とめた。

以上本論文で得られた結果は水素結合を利用したアニオン認識、及び水素結合をより水に近い場において有効に働かせる反応場としての液液界面の有用性を示唆するものであり、水系での水素結合を利用するアニオン認識への展開が期待できるものである。今後はホスト分子の合理的な設計はもとより、分子認識反応場の設計にも着目することにより高感度かつ高選択的なアニオン分析法の開発が期待できる。

公表論文

- 1) S. Nishizawa, R. Kato, T. Hayashita, N. Teramae: *Anal. Sci.*, **14**, 595 (1998).
- 2) T. Hayashita, T. Onodera, R. Kato, S. Nishizawa, N. Teramae: *Chem. Commun.*, **2000**, 755.
- 3) R. Kato, S. Nishizawa, T. Hayashita, N. Teramae: *Tetrahedron Lett.*, **42**, 5053 (2001).
- 4) S. Nishizawa, T. Yokobori, R. Kato, T. Shioya, N. Teramae: *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **74**, 2343 (2001).

☆

Digest of Doctoral Dissertation

Synthesis of an anion-selective chromophore based on hydrogen bonding and its application to analytical chemistry

Ryo KATO

Department of Chemistry, Graduate School of Science, Tohoku University,
Aramaki, Aoba-ku, Sendai 980-8578

(Awarded by Tohoku University dated March 25, 2002)

The development of artificial receptors for anions is of current interest in host-guest chemistry. In a dissertation, chromogenic thiourea based receptors were designed, and their anion sensing functions were evaluated by ^1H -NMR and UV-Vis spectroscopies. In acetonitrile-water, 1,3-di(4-nitrophenyl) thiourea exhibited an effective color change for acetate and aliphatic carboxylates, based on a strong hydrogen bond-mediated complexation of the receptor with these anions. Essentially no responses were observed for various inorganic anions, such as dihydrogenphosphate and halide anions. The application of the receptors to food analysis, was also examined; the receptors were found to be useful for the determination of acetate in vinegar. As charged receptors, isothiurea-based anion receptors were designed, and their anion recognition function at the 1,2-dichloroethane/water interface was examined by dynamic interfacial tensiometry. The complexation kinetics of a thiourea-induced isothiurea receptor with such anions as H_2PO_4^- and Cl^- was dependent on the receptor concentration. Both the saturated interfacial concentration and the adsorption constant of the thiourea-induced isothiurea receptor were found to be larger than those of a mono-substituted isothiurea receptor, exhibiting formation of an effective hydrogen bonding between isothiurea group and anion at the interface. Thus, the importance of the hydrogen bonding functions of the thiourea and isothiurea for anion recognition in the bulk solutions as well as at liquid/liquid interfaces was clarified in the present study.

(Received June 19, 2002)

Keywords : anion recognition; hydrogen bonding; chromogenic sensing; thiourea; interface; dynamic interfacial tension; isothiurea.