ノ ー ト

プロピレングリコールを用いるセロトニンの 簡便かつ高感度な蛍光光度法

加藤 貴大¹, 時 吉 愛¹, 柏田 侑亮¹, 宮地加奈子², 森山 健三²,
森本 茂文³, 浅野麻実子¹, 山口 敬子^{®1}, 藤田 芳一¹

1 緒 言

セロトニン (5-ヒドロキシトリプタミン, 5-HT) は, 人体内に 10 mg 存在し, 90 % は小腸粘膜のクロム親和細胞, 8 % が血小板, 2 % が中枢神経系に存在している. 5-HT は, 血液凝固・血管収縮, 疼痛閾値の調節, 脳血管収縮活動の調節, 睡眠, 体温, 情緒・気分, 食欲, 嘔吐, 性機能など多くの末梢・中枢作用を示し, 血漿中のセロトニン量が異常を示す疾患として, ダンピング症候群¹⁾²⁾, カルチノイド腫瘍³⁾, 喘息及び偏頭痛などとの関連性が注目されており, 呼吸, 歩行, 咀嚼などのリズム運動によって賦活される⁴⁾, 非常に重要な生理活性アミンである.

5-HT は, 必須アミノ酸であるトリプトファンから 5-ヒドロキシトリプトファンを経て生合成され, 5-ヒドロキシインドール酢酸 (5-HIAA) に代謝される. (Fig. 1)^{5)~7)} 5-HIAA は脳内の 5-HT 代謝産物のほぼ 100 % を占め, 5-HT の貯蔵と代謝が行われる脳および末梢部位から, 尿中に排泄される. 健康成人における通常の尿中の 5-HIAA 量は, 1 日 2~10 mg であり, それらの量を非侵襲性である簡便な尿検査などで簡便に測定することは, 疾病の診断及び治療後のモニタリングを行う上でも大変有意義である.

従来, 5-HT の測定法としては, フルオレサミンや *o*-フタルアルデヒド, 2,3-ナフトジアルデヒドなどのラベル化試薬を用いたアミノ基の蛍光誘導体化, ベンジルアミンと 5-ヒドロキシインドール化合物の蛍光反応を利用する方法など多くの定量法が報告されているが, ラベル化試薬は多くのアミン類を誘導体化し, ベンジルアミンは他の生理活性アミンとも反応するなど, 選択性や簡便性において問題を抱えている⁸⁾⁹⁾.

今回, 5-HT をプロピレングリコールなどの溶媒中で加熱するとき, 蛍光極大波長が顕著にレッドシフトする蛍

光体が生成することを見いだしたので, 本反応を用いて, 簡便で選択的な 5-HT の蛍光光度定量法の開発を目的とし, 加熱温度と時間, 反応溶媒などの基礎的定量条件, および他の生理活性アミンの反応性などについて種々検討を行った.

2 実 験

2.1 試薬の調製

セロトニン溶液: 5-Hydroxytryptamine (5-HT, 和光純薬製) 25 mg を精密に測り, メタノールを加えて溶解させた後, プロピレングリコールで希釈してセロトニン溶液を調製し, 冷所保存した.

なお, プロピレングリコールは和光純薬製をそのまま用い, メタノールはナカライテスク製をモレキュラーシーブ (キシダ化学製) にて脱水後用いた.

2.2 装 置

蛍光スペクトル及び蛍光強度の測定: 日立製 F-2500 形分光蛍光光度計を用い, セルは層長 10 mm の四面透明石英製セルを使用した.

また, 加熱操作にはタイテック製アルミブロックドライサーモユニット DTU-1C を用いた.

2.3 標準定量操作

共栓試験管にセロトニン 0.05~2.5 $\mu\text{g/mL}$ のプロピレングリコール溶液 2.0 mL を加え, よく攪拌する. 次に共栓試験管に空冷管を付し, アルミブロック恒温槽中で, 170 °C, 40 分加熱, 5 分水冷した後, 一定量のエタノールで空冷管をよく洗浄し, 洗液とともに全量 6.0 mL の試料溶液とする. 次に本溶液 (Sample) と同様に処理して得た空試験液 (Blank) の相対蛍光強度 (RFI) をそれぞれ励起波長 (Ex) 474 nm, 蛍光波長 (Em) 550 nm で測定した値の差 (ΔF) を求め, あらかじめ作成して得た検量線によりセロトニン量を求める.

¹ 大阪薬科大学: 569-1094 大阪府高槻市奈佐原 4-20-1

² 近畿大学医学部附属病院薬剤部: 589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2

³ 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター薬剤科: 586-8521 大阪府河内長野市木戸東町 2-1

Fig. 1 The metabolism of 5-HT

Table 1 Effect of reaction solvents

Reaction solvents	RFI ^{a)}		ΔF
	Sample (S)	Blank (B)	
Propylene glycol	114.7	0.1	114.6
1,3-Propanediol	81.5	0.3	81.2
Polyethylene glycol 400	6.4	1.3	5.1
Polyethylene glycol 300	7.3	1.6	5.7
Polyethylene glycol 200	6.2	1.2	5.0
Diethylene glycol	78.3	0.3	78.0
Ethylene glycol	47.4	0.3	47.1
Dimethyl sulfoxide	6.5	0.1	6.4
Ethanol	1.3	0.1	1.2
Methanol	2.9	0.0	2.9
H ₂ O	0.2	0.1	0.1

a) RFI (Relative fluorescence intensity). 5-HT: 1.0 $\mu\text{g/mL}$, Ex 474 nm, Em 550 nm

3 結果と考察

3.1 反応溶媒の選定

本発光体生成時における反応溶媒の影響を、メタノール、エタノール、ジメチルスルホキシド、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、1,3-プロパンジオール、1,2-プロパンジオール（以下プロピレングリコールとする）など、種々の溶媒について検討した。その結果 Table 1 に示すように、プロピレングリコールを用いるとき、最大で一定の ΔF を示した。Fig. 2 に検討した溶媒の構造を示す。

3.2 反応温度と反応時間の影響

本発光体生成時における反応温度の影響を、150, 160, 170, 180 $^{\circ}\text{C}$ で、更に反応時間の影響を 15~90 分の範囲で検討した。その結果、発光体は 170 $^{\circ}\text{C}$ で 40 分間

Fig. 2 Structure of reaction solvents used

加熱したときに最大で一定の ΔF を示し、室温静置 180 分まで安定であったので、最終的に 170 $^{\circ}\text{C}$ で 40 分間加熱反応させることにした。

3.3 反応溶媒量及び測定溶媒量の影響

蛍光体生成反応時、反応溶媒量の影響を、1.0, 2.0, 3.0 mL で検討したところ、1.0 mL のときには蛍光強度は低かったが、2.0, 3.0 mL のときにはあまり大きな差は見られなかった。操作の簡便性からも最終的に反応溶媒量を 2.0 mL にすることにした。次に生成した蛍光体の溶解剤として、最も溶解性に優れているエタノールの量を、4.0, 6.0, 8.0, 10.0 mL で検討したところ、6.0 mL のときに最大で一定の ΔF を示したので、測定溶媒量も考慮して、最終的にエタノールを加え全量で 6.0 mL にすることにした。

3.4 蛍光スペクトル

以上の基礎的定量条件の検討結果に基づき、発光体の蛍光スペクトルを測定したところ、Fig. 3 に示すように、474 nm で励起するとき、Sample 溶液と Blank 溶液との間

Fig. 3 Fluorescence emission spectra (uncorrected)
Curves (1) ~ (3); serotonin, (1) 2.81 $\mu\text{g/mL}$, (2) 0.82 $\mu\text{g/mL}$, (3) 0.41 $\mu\text{g/mL}$, Curve (4); reagent blank Ex 474 nm

に明瞭な蛍光強度差が認められ, 550 nm 付近で最大で一定の ΔF を示すので, 定量操作として両溶液の励起波長 474 nm, 蛍光波長 550 nm における ΔF を測定することにした。

3.5 検量線の作成

2.3 の標準定量操作に従って 5-HT の検量線を作成したところ, 0.05 ~ 2.5 $\mu\text{g/mL}$ の 5-HT 濃度範囲において, $y = 102.5x$ と原点を通る良好な直線を得ることができた。また決定係数は $R^2 = 0.999$, 相対標準偏差 (RSD) は ($n = 5$, 1.0 $\mu\text{g/mL}$ 5-HT) 2.4 % であり, 相関性及び再現性にも優れていた。

3.6 5-HT 関連化合物の加熱前後の最大励起波長と最大蛍光波長の変化

プロピレングリコール中, 種々の生理活性アミンや関連物質の加熱前, 及び 170 $^{\circ}\text{C}$ 40 分加熱した後の最大励起波長と最大蛍光波長を比較検討したところ, 5-HT と, その前駆物質である 5-ヒドロキシトリプトファン (5-HTP) において, 加熱後, 最大励起波長と最大蛍光波長ともに大きな長波長シフトが見られたが, 他のアミン及び関連化合物においてはこのような現象はほとんど見られず, 5-HT 及び 5-HTP のみが特異な蛍光挙動を示すことを認めた (Table 2)。また他の化合物においてもプロピレングリコールとの加熱反応前後において最大励起波長と最大蛍光波長に著しい相違が見られるので, これら化合物あるいは代謝物の分別定量が可能と考えられる。なお Fig. 4 に検討したアミンなどの構造を示す。

Table 2 Effect of heating

Amines	Before heating		After heating	
	EX max (nm)	EM max (nm)	EX max (nm)	EM max (nm)
5-HT	291	349	474	550
5-HTP	289	347	470	542
Tryptophan	284	352	270	463
5-HIAA	290	349	287	347
5-Hydroxy indole	284	344	284	346
Tyrosine	284	315	271	316
L-Dihydroxyphenylalanine	289	328	273	395
Dopamine	289	331	251	333
Noradrenaline	287	328	252	448
Adrenaline	288	329	270	516

Fig. 4 The structure of amines used

3.7 標準定量操作時における種々のアミンの蛍光強度

2.3 の標準定量操作に従って種々のアミンの蛍光強度を測定したところ, 5-HT と同じ濃度の 5-HTP は 5-HT の 1/2 の ΔF が得られたが, その他のアミンでは 5-HT の 10 倍モル反応させても, 顕著な蛍光性は見られなかった (Table 3)。

3.8 共存物質の影響

本操作法における共存物質の影響をセロトニン 1.0 $\mu\text{g/mL}$ に対して, 共存物質を試料量の数倍 ~ 100 倍モルの範囲で添加して検討した (Table 4)。塩化ナトリウム, 塩化カリウム, ヨウ化カリウム, 炭酸カリウム, 塩化アンモニウム, 塩化マグネシウム, 塩化亜鉛, 酢酸ナトリウムについては, 試料量の 100 倍モルでもほとんど妨害しなかった。ヨウ化ナトリウムや亜硝酸ナトリウムについては試料量の 100 倍モルにおいて正の妨害が見られたが, それぞれ試料量の 10 倍, 1 倍モルにおいてはほとんど妨害が見られ

Table 3 Fluorescence intensity of various amines and related compounds by the procedure

Amines	Concentration of amines ($\mu\text{g/mL}$)	RFI ^{a)}		ΔF
		Sample (S)	Blank (B)	
5-HT	1.0	114.7	0.1	114.6
5-HTP	1.0	46.7	2.0	44.7
Tryptophan	10.0	19.2	0.3	18.9
5-HIAA	10.0	1.9	0.3	1.6
5-Hydroxy indole	10.0	0.3	0.3	0.0
Tyrosine	10.0	1.2	0.3	0.9
Dihydroxyphenylalanine	10.0	18.5	0.3	18.2
Dopamine	10.0	13.4	0.3	13.1
Noradrenaline	10.0	2.7	0.3	2.4
Adrenaline	10.0	30.4	0.3	30.1

a) RFI (Relative fluorescence intensity). Ex 474 nm, Em 550 nm

Table 4 Effect of foreign substances

Substance	molar ratio (Sub/5-HT)	Recovery (%)
NaCl	100	100.0
NaI	10	100.0
NaNO ₂	10	122.8
KCl	100	100.0
KI	100	100.0
K ₂ CO ₃	100	100.0
CH ₃ COONa	100	100.0
MgCl ₂	100	100.0
ZnCl ₂	100	100.0
NH ₄ Cl	100	100.0
Ascorbic acid	5.0	79.7
Citric acid	0.1	88.6
Oxalic acid	100	100.0
Glucose	100	100.0
Fructose	100	100.0
Phenylalanine	1.0	80.7
Thiamine	0.1	96.0
Caffeine	1.0	91.8
Pyridoxine	1.0	92.9
Creatinine	1.0	82.2
Cysteine	1.0	84.4
5-Hydroxy indole	10	107.2

5-HT 1.0 $\mu\text{g/mL}$, Ex 474 nm, Em 550 nm

なかった。またグルコースやフルクトースなどの糖類は 5-HT の 100 倍モルでもほとんど妨害しなかった。しかしながら、アスコルビン酸、クエン酸、フェニルアラニン、チアミン、カフェイン、ピリドキシン、クレアチニン、システインなどでは少量の存在においても負の妨害が見られた。また、5-HT の基本骨格である 5-ヒドロキシインドールでは 10 倍モルでもあまり妨害しなかった。

3・9 実試料適用への検討

本法を実試料中の 5-HT 分析に応用するための予備的検討として、その添加回収実験を行った。試料としてヤギ血

Table 5 Recovery test

Sample	Recovery (%)
Goat serum	103.3
Calf serum	100.0
Human urine	100.0

5-HT 1.0 $\mu\text{g/mL}$, Ex 474 nm, Em 550 nm

清、仔ウシ血清、ヒト尿を選び、それぞれの試料 10 mL を凍結乾燥した後、10 mL のメタノールに沈殿処理後、上澄み溶液を 0.1 mL ずつ Sample 及び Blank 溶液に添加した結果、添加回収率は Table 5 に示すように、ヤギ血清で 103.3 %、仔ウシ血清、ヒト尿で 100.0 % と良好な値が得られた。今後より詳細な実試料の検討を行う必要があるが、凍結乾燥後に反応溶液に溶解させる簡便な前処理により、内在性セロトニンについても同様に測定できる可能性が示唆された。

4 結 語

セロトニンをプロピレングリコール溶媒中で加熱するとき、発蛍光体が生成する反応を用い、5-HT の簡便で高感度、選択的な蛍光光度定量法を開発した。本法は 0.05 ~ 2.5 $\mu\text{g/mL}$ セロトニン濃度範囲において、原点を通る良好な検量線が得られ、決定係数 $R^2 = 0.999$ 、相対標準偏差 $\text{RSD} = 2.4\%$ ($n = 5$) と、相関性及び再現性にも優れていることを認めた。本反応において、最大励起波長、最大蛍光波長ともに、セロトニンの自然蛍光よりも著しく長波長シフトした蛍光体が得られるのに対し、セロトニンの代謝物や前駆体、他の生理活性アミンではこのような蛍光現象はほとんど確認できないため、これらアミンの分離定量が可能であると考えられる。また、5-HT の実試料（ヤギ血清、仔ウシ血清、ヒト尿）中での回収率はほぼ 100 % を示し非常に好結果を得ることができた。

発蛍光体の詳細な構造については、現在検討中であるが、MS や NMR により構造を検討したところ、2 分子のセロトニンと 1 分子のプロピレングリコールが蛍光生成反応に関与している可能性が確認できた。

文 献

- 1) D. Silver, W. G. Anlyan, R. W. Postlethwait, C. V. Morgan, C. E. Mengel: *Ann. Surg.*, **161**, 995 (1965).
- 2) L. P. Johnson, R. D. Sloop, J. E. Jesseph, H. N. Harkins: *Ann. Surg.*, **156**, 537 (1962).
- 3) J. M. Feldman, T. M. O'Dorisio: *Am. J. Med.*, **1986**, 41.
- 4) 有田秀穂他: “日本医事新報 No.4453”, (2009), (日本医事新報社).
- 5) グッドマン・ギルマン: “薬理書・第 10 版—薬物治療の基礎と臨床— (上巻)”, p. 341 (2003), (廣川書店).

- 6) 佐藤 進編: “新薬理学テキスト”, p. 354 (2004), (廣川書店).
7) 今堀和友, 山川民夫監修: “生化学辞典 (第3版)”, p. 421 (1998), (東京化学同人).
8) T. Yoshitake, K. Fujino, J. Kehr, J. Ishida, H. Nohta, M. Yamaguchi: *Anal. Biochem.*, **312**, 125 (2003).
9) T. Yoshitake, J. Kehr, S. Yoshitake, K. Fujino, H. Nohta, M. Yamaguchi: *J. Chromatogr. B. Analyt. Technol. Biomed. Life Sci.*, **807**, 177 (2004).

Simple and Highly Sensitive Fluorometric Determination of Serotonin Using Propylene Glycol

Takao KATO¹, Ai TOKIYOSHI¹, Yusuke KASHIWADA¹, Kanako MIYACHI², Kenzo MORIYAMA², Shigefumi MORIMOTO³, Mamiko ASANO¹, Takako YAMAGUCHI¹ and Yoshikazu FUJITA¹

¹ Osaka University of Pharmaceutical Science, 4-20-1, Nasahara, Takatsuki-shi, Osaka 569-1094

² Department of Hospital Pharmacy School of Medicine, Kinki University, 377-2, Ohno-Higashi, Osaka-Sayama-shi, Osaka 589-8511

³ National Hospital Organization, Osaka Minami Medical Center, 2-1, Kidohigashi-machi, Kawachi-nagano-shi, Osaka 586-8521

(Received 18 March 2011, Accepted 17 June 2011)

A novel fluorophotometric method was established for the determination of serotonin on the heating in propylene glycol. In the determination of serotonin, the calibration curve exhibited linearity over a serotonin concentration range of 0.05 ~ 2.5 µg/mL at an emission wavelength of 550 nm with an excitation of 474 nm; the relative standard deviation was of 2.4 % ($n = 5$) for 1.0 µg/mL of serotonin. The method was applied to recovery tests of serotonin in goat serum, calf serum, and human urine; the results were satisfactory. The proposed method should be useful for a simple and selective determination of serotonin in real samples.

Keywords : serotonin ; fluorophotometry ; propylene glycol.