with chloroform at pH 9 as its oxinate and was determined by measuring the absorbancy at 390 m μ .

Aluminum in high purity chromium and commercial products by the thermit process were

determined (Table XII and XIV).

The conditions for coprecipitation and extraction of aluminum, and for removing of disturbing elements have been investigated in detail.

(Received Apr. 12, 1962)

パラフィン系炭化水素の質量分析

大島 昌三， 勝 又 章*

高質量の炭化水素の質量スペクトルの測定法について検討した。試料導入法として、ステンレス製試料びんにマイクロピペットで液状で導入した試料を加熱して、試料留に蒸発させる方法を採用し、試料びんからの蒸発、試料留での吸着、質量スペクトルの再現性について検討した。

C₆ から C₂₂ までのノルマルパラフィン系炭化水素の質量スペクトルを測定し、ノルマルパラフィンの分子イオンによる分析法を検討し、よい結果を得た。

1 概 論

炭化水素の質量分析に関してはすでに多くの報告があり、比較的沸点の炭化水素について測定したもの^{1)~4)}、高沸点の炭化水素、たとえば燈油、軽油、潤滑油およびワックスなどの報告^{5)~10)} および低エネルギーイオン化法により、飽和炭化水素の共存下の不飽和の炭化水素を測定したもの¹¹⁾¹²⁾などがある。しかし、化学工業の発展とともにさらに高質量の炭化水素の質量分析が要求されている現状であり、また、質量分析法も近年ますます高質量を測定する方向に向っており、そのためには、装置および測定法について検討すべき点が多く残されている。

著者は飽和炭化水素のうち、ノルマルパラフィンを分子イオンを用いて分析する方法を検討する目的で、C₆ から C₂₂ までのノルマルパラフィンの質量分析を行ない、試料の導入、試料導入系内での吸着および排気、質量スペクトルの再現性などについて測定し、若干の知見を得たので報告する。

2 実 験

2.1 質量分析計

実験に使用した質量分析計は日立製作所製 RMU-5B 型質量分析計で、分析管はステンレス製、90° 型、イオ

ン軌道半径が 200mm のものである。コレクター部のコレクタースリットは可変で、測定においては質量の増加とともにスリット幅をせばめ、M/e 12 においてスリット幅を 1.5mm とし、M/e 100 以上で 1.2mm、M/e 160 以上にて 1.0mm、さらに M/e 200 以上 310 までは 0.5mm として測定した。イオン量の記録は 4 素子のオッシロ記録である。イオン源のイオン化室は 250°C に加熱し、リークからイオン化室間も同一温度に保持した。試料導入系はすべてステンレス製で、主オープン、主オープンよりリーク間の配管およびコックを 150°C に保って実験した。試料導入系については後述する。試料圧の測定法は C. E. C. 製マイクロマノメーターを用いたが、150°C での炭化水素の測定精度について検討し、使用目的に適することを認めた。分析管の排気用油拡散真空ポンプには液体窒素およびドライアイストラップを、油回転真空ポンプにはドライアイストラップを用いているが、試料導入系の排気用油拡散真空ポンプおよび油回転真空ポンプにもおのおのドライアイストラップを使用した。

2.2 試料導入法

高沸点の液体および常温で固体の有機物を試料留に導入する方法としてはすでに多くの報告^{6)13)~19)}があるが、いずれにも長所および欠点があり完全な方法ではない。この実験では内容約 5ml のステンレス製試験管型の試料びんを試料容器として使用した。Fig. 1 に試料導入系および試料びんを示す。なお、この導入法を用いた理由は後述する。

使用法はこの試料びんを 300°C にて長時間（数時間以上）加熱しつつ拡散ポンプで排気し、吸着物などを除

* 丸善石油株式会社中央研究所：和歌山県海草郡下津町

Fig. 1 試料導入系および試料びん

去したのち排気を中止し、試料びんをイオン源に直結し、質量スペクトルを測定して分析管のバックグラウンド以上のピークのないことを確認し、導入系より試料びんを取りはずし、大気中にてマイクロピペットで試料を液状で導入した。ノルマルヘキサデカン以上の常温で固体の試料は加熱液化後同一の方法で行なった。試料を入れた試料びんはアルミニウムパッキングで試料導入系のサブオープンに取付け、試料びん中の空気は試料びんをドライアイスとアルコールのトラップに入れ、回転真空ポンプおよび拡散真空ポンプで排気し除去する。この場合、純試料の導入には試料びんに多量の試料(約数 μl)を入れ、試料びんの冷却前に回転真空ポンプで1分間排気したのち冷却して両ポンプで排気し、混合試料の導入は約 $1 \mu\text{l}$ の試料を入れ、冷却後両ポンプで排気する。純試料と混合試料とで排気方法の異なるのは、純試料の場合最初に冷却すると、空気中の水および炭酸ガスが試料に混入して、試料圧の測定に誤差が生じるため、冷却前に排気して水と炭酸ガスを空気と同時に排気除去する。この際、試料の一部も排気されるが純試料では問題はない。混合試料をこの方法で行なうと組成が変わってくる。また、混合試料では水および炭酸ガスが混入しても問題はない。なお、両真空ポンプにはドライアイスとアルコールのトラップを取付けた。試料びんからの試料の試料留への蒸発は 300°C に加熱して行なった。

主オープンはすべてステンレス製で、試料留は 3 l であり、系全体を 150°C に保持して実験した。温度コントロールはサーミスターを用いたコントローラーの3点制御で、制御精度は $\pm 0.5^\circ\text{C}$ である。サブオープンは 200°C にした。主オープンからイオン源までの配管およびコックはすべて 150°C に保持した。

2.3 試 薬

測定した炭化水素は C_6 , C_8 , C_{10} , C_{12} , C_{14} , C_{16} , C_{18} , C_{20} および C_{22} のノルマルパラフィンでいずれも A. P. I.

の標準試料を使用した。合成試料もこの試薬を調合したものである。

3 結果および考察

3.1 試料の導入

試料は前述したように、ステンレス製試験管型の試料びんにマイクロピペットで導入し、この試料びんをサブオープンに取付け、試料びん中の空気を排気除去後試料びんを外部ヒーターで加熱し、試料留に蒸発させた。試料びんからの試料の蒸発は外部ヒーターにより試料びんを 300°C に保ち、試料留を 150°C およびサブオープンを 200°C にして行なった。試料びん中は真空であり、ドライアイスとアルコールで冷却された炭化水素は、ステンレス面に固相で付着した状態から外部ヒーターにより加熱されて蒸発し、拡散して試料留に気化する。試料量は液体で $1 \mu\text{l}$ であるから、これが全部蒸発すると試料留の圧は約 $30 \mu\text{Hg}$ である。また、測定したパラフィン系炭化水素は C_6 から C_{22} までで、そのうち沸点が最も高い C_{22} のノルマルパラフィンの 150°C での蒸気圧は約 1 mmHg であり、 300°C では約 150 mmHg である。ゆえに 150°C の試料留中では $1 \mu\text{l}$ の液体試料はいずれも気体状で存在しうし、また、 300°C の試料びんからの蒸発もかなり速いと推定される。

パラフィン系炭化水素の蒸発の状態を測定した結果を Fig. 2 に示す。この測定ではマイクロマンメーターの指示値が変化しなくなるまで放置し、一定値になった時に全試料が蒸発したものとみなした。

C_6 から C_{14} までのパラフィン系炭化水素は瞬間的に蒸発するが、 C_{16} 以上は Fig. 2 に示すように推定とかなり異なり、蒸発に長時間を必要とすることが判明した。また、全部が蒸発してしまうに要する時間は試料量、すなわち試料留の圧に無関係で分子によって決まる。このように、長時間を要する理由としては試料びん

Fig. 2-a *n*-hexadecane および *n*-eicosane の蒸発

Fig. 2-b *n*-docosane の蒸発

の材質とその表面状態の影響もあり、また、一度固体になったものの蒸発に長時間を要するという事も考えられる。いずれにしても、沸点の高い液体試料を質量分析に導入する場合には、いかなる導入法を用いても蒸発の問題があり、蒸発にある程度の時間はどの導入法でも必要であり、比較的に蒸発時間を与えやすい方法として、試験管型試料びんによる導入法を選んだ。

この結果、純試料の測定においては、多量の試料を試料びんにいれ、一部を蒸発させて測定すれば短時間で測定が可能であり、混合試料は混合試料のうち、最大時間を要する成分が蒸発するまで待たなければならない。

3.2 試料の吸着

前項に記したように、蒸発に長時間を要することから考えて試料留、配管およびコックへの吸着が相当あることが推定される。この吸着を調べる目的で次の実験を行った。

主オープン、サブオープンおよび配管部を長時間加熱しつつ排気し、吸着ガスを除去して実験した。通常測定では Fig. 1 の (1), (5), (6) のコックを閉めて (2), (3), (4) のコックを開け、試料トラップより試料留に蒸発させるが、この実験では (2), (5), (6) のコックを閉め、(3), (4) のコックを開けて蒸発させ、蒸発させたのち (2) のコックを開けて圧低下を測定した。このときの主オープンの温度は 150°C、サブオープンは 200°C、主オープンからイオン源までの配管およびコックは 150°C である。測定結果を Fig. 3 に示す。

測定順位は前に測定したものの吸着があり、その影響があるため測定順位によって減少率が変わってくるので、重要な意味がある。また、コック (1), (2) 間の容積は全試料留容積の約 2% であることを考えると、最初の 42%

Fig. 3 吸着量の測定

測定順位	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
炭化水素	<i>n</i> -C ₂₀ H ₄₂	<i>n</i> -C ₂₂ H ₄₆	<i>n</i> -C ₂₀ H ₄₂	<i>n</i> -C ₂₂ H ₄₆	<i>n</i> -C ₁₆ H ₃₄
減少率(%)	42	27	22	11	2

減少は相当量の吸着の起っていることを示しており、前の吸着があるために、測定順位(II)以下では順次吸着量が減少していることを減少率の低下から推定することができる。この実験によって十分吸着させたのち同一の測定をこころみたが、ほとんど吸着はなかった。それは吸着が飽和になっているため、その後の新たな吸着が少ないものと思われる。また、この状態で試料留のバックグラウンドを測定したが、分析管のバックグラウンドとほぼ同一であった。

次に、主オープンからイオン源までの配管および (1) コックの温度を 150°C 以上に上げた場合のバックグラウンドを測定した結果を Table I に示す。温度を上げてバックグラウンドが増すのは吸着された炭化水素が温度上昇により放出されるためで、この結果、試料導入系の温度は相当厳密に一定に保っておく必要があり、吸着量についても注意する必要がある。

Table I バックグラウンドの測定

M/e	150°C	155°C	160°C
41	0.2	0.3	0.3
42	0.1	0.1	0.2
43	0.4	0.7	1.1
57	0.2	0.3	0.5
71	0.1	0.2	0.3
85	0	0	0.1
91	0	0.1	0.1
115	0	0.1	0.2

また、前の測定で試料導入系に吸着した炭化水素が新たに導入した試料と吸着・脱着により交換するか否かについて検討した。まず試料留に *n*-ヘキサデカンを導入し吸着させたのち排気し、続いて *n*-ドコサンを導入し

て質量スペクトルを測定し, 試料導入系を十分高温排気し, 吸着物がほぼない状態で導入し測定した n -ドコサンの質量スペクトルと比較した結果, 質量スペクトル測定の再現性以内に交換は起らないことを認め, 次に, n -ドコサンを先に導入し, 更に n -ヘキサデカンを導入測定した場合も同様であった. また, n -ヘキサデカンの代わりに n -アイコサンを用いた結果も同様であった.

3.3 混合試料の質量スペクトル

前記した試料導入法によって, 高沸点の炭化水素の混合試料を組成の変化なく導入することができるか否かについて検討した. すなわち, 混合試料の質量スペクトルの再現性を測定した. 次に, 一例としてノルマルヘキサン, ノルマルデカン, ノルマルドデカンおよびノルマルオクタデカンの混合試料の再現性の測定結果を Table II, 参考資料として純試料 (2-メチルデカン) の再現性を Table III に示す. なお, 2-メチルデカンの値はパターン係数で示しており, 測定回数は 4 回である.

この結果, 混合試料の質量スペクトルの再現性は純試料とほぼ同一とみてよいと思う. すなわち, 混合試料の蒸発の再現性は良好と考えられる. しかし, 再現性が良好でも組成の変化なしにイオン源への導入が行なわれて

Table II 混合試料の質量スペクトルの再現性

M/e	平均値	平均偏差 (%)
29	183.5	0.19
41	250.1	0.27
43	507.4	0.17
57	468.4	0.15
71	211.5	0.32
85	133.6	0.21
98	23.5	0.98
99	28.6	0.45
113	21.1	0.71
141	16.7	1.20
164	14.1	0.57

Table III 2-メチルデカンの質量スペクトルの再現性

M/e	平均値	平均偏差 (%)
43	126.5	0.25
56	19.7	0.71
57	100.0	
58	4.45	0.67
71	59.2	0.37
85	27.6	0.72
99	7.36	0.54
113	15.3	1.11
141	7.31	0.82
155	1.85	1.62

いることの証明にはならない. すなわち, 特定成分が吸着除去されており, その再現性がよければ測定される質量スペクトルの再現性も良好になるはずである. それゆえ, 質量スペクトルの再現性の測定のほか, 合成値と分析値との一致を検討する必要がある. これに関して後述する.

3.4 ノルマルパラフィンの分析

パラフィン系炭化水素のうち, ノルマルパラフィンの混合試料を質量分析する方法を検討する目的で合成試料を調合して測定した.

解析は炭化水素の分子イオンによって行なった. その結果を Table IV, Table V および Table VI に示す.

Table IV 合成試料 No. 1 の分析 (vol %)

成 分	合成値	分析値 (平均値)	平均偏差
n -C ₁₀ H ₂₂	33.9	33.1	0.39
n -C ₁₂ H ₂₆	34.2	35.3	0.36
n -C ₁₄ H ₃₀	32.0	31.6	0.34

Table V 合成試料 No. 2 の分析 (vol %)

成 分	合成値	分析値 (平均値)	平均偏差
n -C ₆ H ₁₄	10.2	9.4	0.26
n -C ₁₀ H ₂₂	41.6	42.7	0.39
n -C ₁₂ H ₂₆	37.7	38.1	0.35
n -C ₁₈ H ₃₈	10.5	9.8	0.25

Table VI 合成試料 No. 3 の分析 (vol %)

成 分	合成値	分析値 (平均値)	平均偏差
n -C ₆ H ₁₄	8.3	8.7	0.25
n -C ₈ H ₁₈	11.8	12.3	0.23
n -C ₁₀ H ₂₂	19.9	20.4	0.27
n -C ₁₂ H ₂₆	19.8	19.3	0.31
n -C ₁₄ H ₃₀	14.5	15.1	0.34
n -C ₁₆ H ₃₄	15.4	14.7	0.22
n -C ₁₈ H ₃₈	10.4	9.5	0.17

測定回数はいずれも 3 回である. ノルマルパラフィンの分子イオンは比較的大きく, しかもノルマルパラフィンのみの試料では分子イオンが単独のピークとして測定され, 同位体によるピーク以外の他の成分のピークの重なることがないために分析精度は良好であり, 誤差としては質量スペクトルの再現性による誤差が主で, 解析上の誤差はほとんど入ってこない. 質量スペクトルの再現性は前項で述べたように良好であることから考えて,

Table IV, Table V および Table VI の結果も当然と考えられる。

また、合成値と分析値との一致の得られたことから、試料導入が良好に行なわれており、試料留での特定成分の吸着もあまりないものと考えられる。ただし、この合成試料の測定は試料の吸着の項で述べた実験をしたのちに行なったもので、試料導入系は炭化水素を十分吸着した状態であると考えられ、長期間使用していない試料導入系で合成試料を測定する場合は注意する必要がある。

分析管内での高質量炭化水素の吸着はあまり問題はなく、30分の排気でバックグラウンドは M/e 18 および M/e 44 が少量と炭化水素のピークが若干認められる程度である。今回の測定による分解能の低下およびイオン源の特性変化はなかった。

最後に、本実験を行なうにあたって、御協力下さった日立製作所那珂工場牧野勇夫部長および質量分析計担当のかたがたに感謝いたします。

(昭和37年4月、日本化学会第15年会において発表)

文 献

- 1) R. A. Brown : *Anal. Chem.*, **23**, 430 (1951).
- 2) H. Sobcov : *ibid.*, **24**, 1306 (1952).
- 3) A. R. Glasgow, R. J. Gordon, C. B. Willingham, B. J. Mair, F. D. Rossini : *ibid.*, **29**, 357 (1957).
- 4) M. B. Epstein, C. B. Willingham, B. J. Mair, F. D. Rossini : *ibid.*, **28**, 1924 (1956).
- 5) H. E. Lumpkin, B. H. Johnson : *ibid.*, **28**, 306 (1956).
- 6) M. J. O'Neal, T. P. Wier : *ibid.*, **23**, 830 (1951).
- 7) R. J. Clerc, A. Hood, M. J. O'Neal : *ibid.*, **27**, 868 (1955).
- 8) H. E. Lumpkin : *ibid.*, **28**, 1946 (1956).
- 9) M. L. André, M. J. O'Neal : *ibid.*, **31**, 164 (1959).
- 10) R. A. Brown, D. J. Skahan, V. A. Cirillo, F. W. Melpolder : *ibid.*, **31**, 1531 (1959).
- 11) F. H. Field, S. H. Hastings : *ibid.*, **28**, 1248 (1956).
- 12) G. L. Kearns, N. C. Maranowski, G. F. Crable : *ibid.*, **31**, 1646 (1959).
- 13) R. C. Taylor, W. S. Yong : *Ind. Eng. Chem.*, **17**, 811 (1945).
- 14) R. A. Friedel, A. G. Sharkey, C. R. Humbert : *Anal. Chem.*, **21**, 1572 (1949).
- 15) K. M. Purdy, R. J. Harris : *ibid.*, **22**, 1337 (1950).
- 16) S. Meyerson : *ibid.*, **25**, 338 (1953).
- 17) V. A. Yarborough : *ibid.*, **25**, 1914 (1953).
- 18) V. J. Caldecourt : *ibid.*, **27**, 1670 (1955).
- 19) E. H. Rowe : *Rev. Scientific Inst.*, **28**, 1094 (1957).

☆

Mass spectrometry for paraffines. Shozo OSHIMA and Akira KATSUMATA (Research Center, Maruzen Oil Co.)

A method for measuring mass spectra of high-mass hydrocarbons has been presented. A special device is given for introducing samples in the instrument, where liquid hydrocarbon taken by a micropipet in a stainless steel bottle is heated and introduced by the evaporation into a sample vessel. Suitable conditions for evaporation of sample out of the bottle and absorption of it by the vessel are sought for to obtain high reproducibility of the mass spectra.

The mass spectra of $C_6 \sim C_{22}$ paraffins and the development of a method for analyzing normal-paraffin by molecular ion indicates a possibility of the analysis of normal-paraffins with high accuracy.

(Received Apr. 13, 1962)

質量分析法によるノルマルパラフィン とイソパラフィンのタイプ分析法

大 島 昌 三*

側鎖を2個以上有するイソパラフィンが共存しないパラフィン系炭化水素をノルマルパラフィンとイソパラフィンにタイプ分析する質量分析法を報告したが、その報告では C_6 から C_{11} までについて検討したものであった。高分解能の質量分析計および高温試料導入系を使用して C_{22} までのパラフィン系炭化水素の質量スペクトルを測定した。その結果、 $C_nH_{2n}^+$ のイオン量の M/e 42 以上の合計値（ただし、イオン量はノルマルヘキサンの M/e 57 を基準ピークにした相対ピーク量）と分子イオンによるタイプ分析法が C_{12} 以上 C_{22} までのパラフィン系炭化水素に適用できることを認めた。

また、 $\Sigma 41$, $\Sigma 42$, $\Sigma 43$, 分子イオンおよび質量スペクトルの図型について若干の知見を得た。

* 丸善石油株式会社中央研究所：和歌山県海草郡下津町