の誤差を与える傾向が認められるが、シアン酸塩に対するモル比で 1:1 以下の場合には 1% 以内の誤差であった。

おわりに、本研究を激励された大阪府立大学教授武者宗一郎先生に深甚なる謝意を表します。また実験に助力された宇野米生、和田幸寛の両君に感謝します。

(昭和 38 年 10 月 14 日, 第 39 回日本化学会)
中国四国支部常会において一部講演

文 献

- 1) 有泉 昌, 熊尾信一, 原竜三郎: 工化, **46**, 237 (1943).
- 2) R. Ripan: *Z. anal. Chem.*, **102**, 32 (1935).
- 3) 武井信典: 本誌, **4**, 479 (1955).
- 4) R. Ripan: *Z. anal. Chem.*, **98**, 23 (1934).
- 5) W. H. R. Shaw, J. J. Bordeaux: *Anal. Chem.*, **27**, 136 (1955).
- 6) E. L. Martin, J. McClelland: *ibid.*, **23**, 1519 (1951).
- 7) "Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricultural Chemists", 9th Ed., p. 46 (1960), (Association of Official Agricultural Chemists, Washington); *Chem. Abstr.*, **46**, 7465 (1952).
- 8) H. A. Laitinen, I. M. Kolthoff: *J. Phys. Chem.*, **45**, 1079 (1941).
- 9) H. A. Laitinen, W. P. Jennings, T. D. Parks: *Ind. Eng. Chem., Anal. Ed.*, **18**, 355 (1946).
- 10) 尾崎徳郎: 本誌, **11**, 241 (1962).
- 11) 西田義郎, 池田早苗, 池上和夫: 第39回日本化学

会中国四国支部常会発表(1963).

☆

Amperometric titration of cyanate with silver nitrate using the micro rotating platinum electrode. Sanae IKEDA and Girô NISHIDA (Technical College of Tokushima University, Minamijosan-jima, Tokushima)

Cyanate can be titrated rapidly with silver nitrate in a dilute solution, using a rotating platinum wire electrode as the indicator electrode in amperometric titrations, although a trend for lower results (*ca.* -3.5%) is observed in 0.01*N* aqueous solution of cyanate even at a temperature as low as 5°C.

Cyanate can be titrated in 25 vol% methanol below 5°C with the error of about 1%. Nitrate such as potassium nitrate or barium nitrate is recommended as the supporting electrolyte, suitable concentration of which is about 0.1*F* since excess nitrate affects the end point.

The recommended procedure is as follows. Add 10 ml of 1*F* potassium nitrate solution, 2 ml of 1% gelatin solution, 25 ml of methanol and 10 ml of 1*F* barium nitrate solution if carbonate is present to a neutral solution containing about 0.001*F* cyanate, and adjust the total volume to 100 ml with water. After cooling the mixed solution below 5°C, titrate it with 0.1*N* silver nitrate standard solution. The end point is determined graphically.

(Received Dec. 26, 1963)

o-クレゾールフタレインコンプレクソン による海水中のストロンチウムの定量

上杉 勝弥**, 田伏 正之*, 村上 敏治**, 重松 恒信*

o-クレゾールフタレインコンプレクソンによるストロンチウムの吸光光度定量法について検討し、海水、かん水中のストロンチウムの定量に応用した。最適条件 [pH 11.2(NH₄Cl-NH₄OH), 試薬濃度 0.01%] におけるストロンチウム錯体の分子吸光係数は 32,000 で感度は高いが, Ca²⁺, Mg²⁺, Ba²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, Fe³⁺ などが妨害する。ストロンチウムの分離にはカルシウムを担体とするシュウ酸塩沈殿, 陽イオン交換を適用した。⁸⁹Sr, ⁴⁵Ca をトレーサーとして求めたストロンチウムの回収率は, シュウ酸塩沈殿 96~98%, イオン交換 >99% で, 全操作を含めて 96~97% であり, カルシウムの混入は 0.005% 以下で無視できる。

海水, かん水中のストロンチウムを定量し, 海水 7~8 mg/l, 15°Bé のかん水で約 30 mg/l の値を得た。さらにかん度の高いかん水ではストロンチウムが析出除去されて, その濃度は低下する。

* 京都大学化学研究所: 京都市左京区吉田本町

** 姫路工業大学: 姫路市伊伝居

1 緒 言

ストロンチウムの吸光度定量試薬にはムレキサイド¹⁾, *o*-クレゾールフタレインコンプレクソン²⁾, クロラニル酸²⁾などが用いられているが, 天然物中の微量ストロンチウムの定量には発光分光分析, 蛍光分析などが一般に用いられる。

著者らは, *o*-クレゾールフタレインコンプレクソンを海水, かん水³⁾中のストロンチウムの定量に適用することを試みた。この試薬はアルカリ土類金属をキレート滴定する際の金属指示薬として知られ³⁾, Pollard らによってカルシウム, ストロンチウム, バリウムの比色定量に利用された⁴⁾。海水, かん水のストロンチウムの定量では, 妨害元素を分離する必要があるが, まず, シェウ酸カルシウムと共沈, ついでイオン交換法によりカルシウムと分離したのちストロンチウムを定量した。

海水中のストロンチウムは 7~8 mg/l, かん水³⁾中では海水に対しての濃縮の度合に関係するが, ~15° Bé のかん水では ~30 mg Sr/l であった。かん水濃度がさらにあがると, 硫酸カルシウムとともに沈殿析出して, かってストロンチウム含量が低くなる。

2 試薬および装置

塩化ストロンチウム溶液: $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ を水に溶解して, 0.100 mg Sr/ml とした。

塩化カルシウム溶液: 炭酸カルシウムを少量の塩酸に溶解, 0.1M Ca^{2+} 溶液として用いた。

塩化アンモニウム-アンモニア緩衝溶液: 塩化アンモニウム 0.24 g とアンモニア水 5 ml を水で 100 ml とし, pH 11.2 に調節する。

o-クレゾールフタレインコンプレクソン溶液(0.1%): 試薬(同仁薬化学研究所製) 100 mg を塩化アンモニウム-アンモニア緩衝液(pH 11.2) 28 ml に溶解, 水で 100 ml とする。試薬溶液は毎日新しく調製した。

ストロンチウム-89, カルシウム-45 溶液: ORNL より購入した塩化物溶液を希釈し, 1~3 $\mu\text{C}/\text{ml}$ として使用した。

吸光度の測定には島津光電分光光度計 QR-50 型を, pH の調節には日立-堀場 pH メーター M4 型を使用, 放射能の測定にはメトロ E1T スケーラー 6E 型と TEN 端窓型 GM 管 132 を用いた。

3 実 験

3.1 ストロンチウムの吸光度定量

o-クレゾールフタレインコンプレクソンによりストロンチウムを吸光度定量する場合の諸条件について検討した。

3.1.1 吸収スペクトル ストロンチウム 28 μg をとり, 塩化アンモニウム-アンモニア緩衝液 20 ml を加

え, 約 44 ml に希釈, 試薬溶液 5 ml を加える。全容を 50 ml として, 水対照で吸光度を測定した。試薬ブランクについても同様にし, 結果を Fig. 1 に示した。pH 11.2 では試薬, ストロンチウム錯体ともに 575 m μ に吸収極大を示す。

3.1.2 pH の影響 ストロンチウム 100 μg , 0.1% 試薬溶液 2 ml として, pH を変え, 575 m μ における吸光度を測定した結果を Fig. 2 に示した。試薬, スト

Fig. 1 Absorption curves of Sr-complex at pH 11.2

(1) Reagent 100 ppm + Sr 0.56 ppm

(2) Reagent 100 ppm (3) Sr-complex (1-2)

Fig. 2 Effect of pH

I: Reagent + Sr II: Reagent

ンロンチウム錯体溶液ともに pH の増加にしたがって吸光度が増すが、試薬ブランクを対照にすると pH 11.2～11.8 でほぼ一定の吸光度を示す。

3.1.3 試薬濃度 ストロンチウム 50 および 100 μg に、緩衝溶液 (pH 11.2) 20 ml, 水を加えて約 40 ml とし、試薬溶液の一定量を加え、全容を 50 ml として、試薬ブランクを対照に 575 m μ の吸光度を測定、試薬濃度の影響をみた。結果は Fig. 3 のように、試薬量の増加に従って吸光度が徐々に増す。

なお、試薬量 5 ml のものにつき吸光度の経時変化を調べたが、試薬添加後約 3 分間は不規則に変化、約 5 分後一定吸光度を示し、約 20 分間は一定値を保つが、以後徐々に吸光度が減少する。

Fig. 3 Effect of reagent concentration

(1) 100 μg Sr/50 ml (2) 50 μg Sr/50 ml

3.1.4 定量操作 以上の実験結果に基づきストロンチウムの定量操作をつぎのように定めた。

ストロンチウム 10～150 μg を含む試料溶液に塩化アンモニウム-アンモニア緩衝溶液 20 ml を加え、水で約 40 ml とする。0.1% 試薬溶液 5 ml を加え、水で 50 ml に希釈、5 分後試薬ブランクを対照にして吸光度を測定する。検量線を Fig. 4 に示した。150 $\mu\text{g}/50\text{ ml}$ まではベールの法則に従い、分子吸光係数は 32,000 で、感度は高い。

3.1.5 共存塩の影響 主として海水中に含まれる金属イオンの影響を調べた結果が Table I である。Ca²⁺, Mg²⁺, Ba²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, Fe³⁺ などが妨害し、

海水、かん水では Ca²⁺, Mg²⁺ から完全に分離する必要がある。

Fig. 4 Calibration curve for strontium

Table I Effect of diverse ions

Ion	added	as	Sr found (μg)
Ca ²⁺	5 μg	CaCl ₂	61.5
	20 μg		93.5
Ba ²⁺	10 μg	BaCl ₂	62.5
Mg ²⁺	5 μg	MgCl ₂	55.0
	20 μg		67.5
Be ²⁺	20 μg	BeCl ₂	50.5
Mn ²⁺	20 μg	MnSO ₄	51.5
Fe ³⁺	20 μg	FeCl ₃	57.5
Zn ²⁺	20 μg	ZnCl ₂	46.0
Cu ²⁺	20 μg	CuSO ₄	44.0
Al ³⁺	20 μg	AlCl ₃	50.0
NaCl	1 mg		50.3
KCl	1 mg		50.5

Sr: 50 $\mu\text{g}/50\text{ ml}$

3.2 ストロンチウムの分離

ストロンチウムをシュウ酸カルシウムと共沈、分離したのち、陽イオン交換によって妨害元素とわけた。分離の程度は ⁸⁶Sr および ⁴⁵Ca をトレーサーとして検討した。

3.2.1 ストロンチウムの共沈分離 かん水または海水を水で希釈、⁸⁶Sr をトレーサーとして加え、シュウ酸溶液を加えたのち pH を調節する。砂浴上で約 1 時間加温、放冷後ろ過する。ろ液の放射能を測定してストロンチウムの沈殿率を求めた。結果は Table II に示した。かん水では 10～30 倍に希釈した試料から約 90% のストロンチウムが沈殿するが、50 倍に希釈すると共沈率がさがり、担体カルシウムを 6～12 mg 加えるとストロンチウムはほぼ定量的に沈殿する。

海水の場合、10 ml を 10 倍に希釈し、担体としてカル

シウムを添加すると, かん水の場合と同様の結果が得られた。

なお, かん水中にわずかに存在する有機物の影響をみるために, 人工かん水と比較したが差を認めなかった。

Table II Precipitation recovery of strontium

	Sample taken(ml)	Ca added (mg)	pH	Total volume(ml)	Sr precipitated (%)
Brine	5		2	25	71.4
	"		3	"	82.2
	"		3.5	"	83.9
	"		4	"	85.1
	"		5	"	85.2
	"		6	"	85.1
	"		8	"	86.5
	"		4	100	90.3
	10		4	25	86.2
	"		"	100	91.7
	"		"	200	91.6
	"		"	300	91.8
	"		"	500	88.9
	2		4	100	87.0
	"	2	"	"	94.7
Sea water	"	4	"	"	96.0
	"	6	"	"	97.1
	"	8	"	"	97.9
	"	10	"	"	97.5
	"	12	"	"	97.1
	10		4	100	88.3
	"	4	"	"	96.8
	"	6	"	"	97.6
	"	10	"	"	98.2

Composition of sample brine (pH : 7.70, sp. gr. 1.116 at 30 °C), Ca : 0.1436, Mg : 0.6489, K : 0.1923, Na : 5.3739, SO₄ : 1.2329, Cl : 9.6983 g/100 ml

3・2・2 ストロンチウム, カルシウムの分離 ストロンチウムとカルシウムの分離は陽イオン交換法によった。Dowex 50 W×12 (200~400 メッシュ) 10 ml を径 10mm のカラムにつめ, アンモニア水, 水, 塩酸, 水の順に処理, 調整して, 最後に 1M 酢酸アンモニウム溶液を通して NH₄⁺ 型にする。0.3M アンモニアアルカリ性溶液として試料溶液を通し(流速 0.3 ml/min), 水洗する。1.5M 酢酸アンモニウム溶液 50 ml を, 0.3 ml/min の流速で通しカルシウム (+ マグネシウム) を溶出させたのち, 水 10 ml で洗い, ついで 6M 塩酸 50 ml でストロンチウムを溶離する。

Fig. 5 に溶離曲線の一例を示したが, ⁸⁹Sr をトレーサーとして求めたストロンチウムの回収率は 99% 以上である。カルシウムの量は EDTA 滴定によって求めた。ストロンチウムフラクションへのカルシウムの混入については ⁴⁵Ca を使用して検討した。すなわち各フラクションにカルシウム担体を加え, シュウ酸塩として沈殿させ, 沈殿をろ別, 放射能を測定した。結果は Table III に示すようにカルシウムの混入率は 0.005% 以下で無視できる。

Fig. 5 Separation of Ca and Sr by cation exchanger

Dowex-50 W-×12 (NH₄ form, 200~400 mesh column: 10 cm×0.9 cm²; Room temperature; Flow rate: 0.3 ml/min; Ca 10mg+⁸⁹Sr(~22,000 cpm)

Table III Elution of calcium

Eluant 1.5M CH ₃ COONH ₄ (ml)	Ca eluted (%)
0~20	
20~25	23.0†
25~30	46.5†
30~35	28.5†
35~40	1.9†, ††
40~45	0.040††
45~50	0.014††
50~55	0.003††
55~60	0.002††
60~65	0.000

10 mg Ca added

† EDTA titration

†† activity-measurement of ⁴⁵Ca

海水およびかん水を用いてシュウ酸塩沈殿, 強熱, イオン交換を含む全操作を行なった場合のストロンチウムの回収率は Table IV に示したように, 96% 以上であるが, 損失は主として沈殿操作でおこり, 強熱の際のつぼへの吸着は考慮する必要はない。

Table IV Recovery of strontium from sea water and brine

Sample	taken (ml)	diluted to (ml)	Ca added (mg)	Strontium recovered (%)	
				oxalate ppt.	ion-exchange
Sea water	10	100	8	96.7	96.3
Brine	2	100	8	96.4	96.1

Table V Strontium in sea water and brine

Sample	Sampled at	Date	Specific gravity	Chlorinity	Sr found (mg/l)	Sr recalculated based on standard chlorinity
Sea water	(1) Shikama, Himeji-shi, Hyogoken	1962, Dec., 26	1.024(12°C)	17.14‰	8.3	9.2
	(2) Higashihama, Akaho, Hyogoken	1963, Mar., 30	1.026(11°C)	17.11"	7.4	8.2
	(3) Ejima-kō, Hyogoken	1962, June, 13	1.024(11°C)	15.58"	6.8	8.3
	(4) Murozu, Hyogoken	1963, Apr., 26	1.025(16°C)	17.02"	7.2	8.0
	(5) Murozu, Hyogoken	1963, Apr., 29	1.024(17°C)	17.00"	7.3	8.2
Brine	(1) Akaho-kaisuikogyo, Co.	1962, Aug., 11	1.116(30°C)	†96.983 g/l	33.8	
	(2) Akaho-higashihama-engyo, Co.	1963, Mar., 31	1.050(11°C)	†37.498 "	14.3	
	(3) "	"	1.099(11°C)	†92.376 "	29.2	
	(4) Oshio-engyo, Co.	1963, Apr., 18	1.114(16°C)	†90.628 "	27.4	
	(5) "	"	1.128(16°C)	†105.094 "	23.8	

† Cl : g/l

3・3 海水、かん水中のストロンチウムの定量

以上の結果から海水、かん水中のストロンチウムの定量操作をつぎのように定めた。

海水 10 ml またはかん水にカルシウム 8 mg を加え、全容を 100 ml に希釈、シュウ酸を加えたのち pH を 4 に調節する。砂浴上で 1 時間加熱、シュウ酸塩沈殿を口過、洗浄、強熱灰化する。少量の塩酸を含む温水中に溶解、0.3M アンモニア溶液としてイオン交換樹脂柱を通す。ストロンチウムを溶出、分離して、蒸発乾固、さらに加熱して塩化アンモニウムを駆除する。温水中に溶かし全容を 50 ml とし、その 10~20 ml を分取してストロンチウムを比色定量する。

数種の試料について定量した結果は Table V のとおりである。海水中のストロンチウムは従来種々の方法で定量され^{4)~12)}、長く ~13 mg/kg とされてきたが、Chow 氏⁸⁾ および菅原^{9)~12)} によって海水中のストロンチウムが ~8 mg/kg であることが確かめられた。著者らの得た結果は 7~8 mg/l で、濃度の低い内海水を試料としたのであるが、この値を標準濃度 (Cl : 19.‰) に換算すると 8.0~9.2 mg/l となり、内海水中のストロンチウム量も外洋の値とあまり変わらないようである。

かん水では 15° Bé 程度の濃度では約 30 mg/l であるが、かん度が高くなるとストロンチウムが析出除去され、かえってストロンチウム濃度が低くなる。

(昭和 38 年 6 月、分析化学討論会で発表)

文 献

- 1) F. H. Pollard, J. V. Martin : *Analyst*, 81, 348 (1956).
- 2) P. J. Lucchesi, S. Z. Lewin, J. E. Vance : *Anal. Chem.*, 26, 521 (1954).
- 3) G. Anderegg, H. Flaschka, R. Sallmann, G. Schwarzenbach : *Helv. Chim. Acta*, 37, 113 (1954).

- 4) W. Noll : *Chem. Erde*, 8, 507 (1934).
- 5) Y. Miyake : *Bull. Chem. Soc. Japan*, 14, 55 (1939).
- 6) A. A. Smales : *Analyst*, 76, 348 (1951).
- 7) H. T. Odum : *Science*, 114, 407 (1951).
- 8) T. J. Chaw, T. G. Thompson : *Anal. Chem.*, 27, 18 (1955).
- 9) K. Sugawara, T. Koyama, N. Kawasaki : *Bull. Chem. Soc. Japan*, 29, 683 (1956).
- 10) K. Sugawara, N. Kawasaki : *Records of Oceanographic Works in Japan*, Special Number, 2, 227 (1958).
- 11) K. Sugawara, K. Terada, N. Kanamori, S. Okabe : *The Antarctic Record*, 7, 422 (1959).
- 12) K. Sugawara, K. Terada, S. Kanamori, N. Kanamori, S. Okabe : *J. Earth Sciences, Nagoya University*, 10, 34 (1962).

☆

Spectrophotometric determination of strontium in sea water using o-cresolphthalein complexone. Katsuya UESUGI**, Masayuki TABUSHI*, Toshiharu MURAKAMI** and Tsunenobu SHIGEMATSU (* Institute for Chemical Research, Kyoto University, Sakyo-ku, Kyoto; ** Himeji Institute of Technology, Himeji)

A spectrophotometric method for strontium using o-cresolphthalein complexone was studied and applied to the determination of strontium in sea water and brine samples. Strontium reacted with the reagent at pH 11~12 to form a colored complex having an absorption maximum at 575 mμ. Beer's law was followed up to 3 ppm of strontium and the molar extinction coefficient was 32,000.

In order to prevent the interfering effects of diverse ions, strontium was separated by coprecipitation with calcium oxalate and by cation exchange treatment, whereby 96~97% recovery of strontium was ascertained by using ⁸⁶Sr as a tracer. Strontium in sea water samples was estimated to be 7~8 mg/l, and in brine samples (15° Bé) to be 30 mg/l.

(Received Jan. 13, 1964)