weight ammonium chloride. Uranium(VI) complex extracted into chloroform with dodecyl-octyl-methyl-benzylammonium chloride has an absorption maximum at $655\text{ m}\mu$, and the absorbance is constant in the pH range from 0.8 to 1.2. Molar absorptivity of the complex is found to be 5.6×10^4 , and the molar ratio of uranium(VI) to Arsenazo III in the complex in the organic phase is estimated to be 1 to 1.

The recommended procedures are as follows; A sample containing 0~30 μg of uranium(VI) was taken in 50 ml extractive tube (20 ϕ $\times$ 250 mm test tube with a ground stopper), and 2.0 ml of $1.0 \times 10^{-2} M$ EDTA solution was added and then the pH of the solution was adjusted to 0.8~1.2 by an addition of hydrochloric acid or sodium hydroxide. After 3.00 ml of $5.0 \times 10^{-4} M$ Arsenazo III solution was added, 10.0 ml of 5% dodecyl-octyl-methyl-benzylammonium

chloride-chloroform solution was added and the solution was shaken for about ten minutes. The absorbance of the chloroform layer was measured at $655\text{ m}\mu$ against the reagent blank. Beer's law is obeyed at least up to $1.2 \times 10^{-5} M$ uranium(VI) in chloroform solution.

The presence of manganese(II), nickel(II), copper(II), zinc(II), cadmium(II), aluminum(III), chromium(III), iron(III), zirconium(IV), vanadium(V) and tungsten(VI) causes no disturbance of the determination of uranium(VI), but thorium(IV) is extracted like the uranium(VI) complex and interferes the determination. The sensitivity of this method is twice as much as that of extraction method using diphenylguanidium chloride-butanol solution.

(Received Feb. 8, 1972)

過塩素酸-塩酸系溶液における極微量ヨウ素の 反応速度法による定量

深 沢 力, 岩 附 正明, 上 杉 恵子*

(1972 年 2 月 26 日受理)

陰イオン交換分離した $0.01 \sim 0.1\text{ }\mu\text{g}$ 程度のヨウ素の定量のため、過塩素酸-塩酸系溶液中でセリウム(IV)-ヒ素(III)の酸化還元反応におけるヨウ素の触媒作用を利用する反応速度法による定量法を研究した。 $0.5M$ 過塩素酸に 3% 程度の塩化ナトリウムを共存させると感度および検量線の直線性が最もよくなり、イオン交換樹脂分解物によると思われる影響は二つの反応時間における未反応セリウム量の比 (実際には吸光度の比) の対数を用いることによって除去できた。妨害イオンや酸濃度の影響についても検討した。この方法は硫酸酸性における方法より感度がよく、ヨウ素の陰イオン交換分離法と併用できるほか、他の分離方法とも組み合わせる種々の試料中の極微量ヨウ素の定量に便利に応用できると思われる。

1 緒 言

岩石, ある種のガラスや半導体などの極微量ヨウ素は地球科学的にあるいは物性との関連で重要であるが, その定量はきわめて困難でじゅうぶん研究されていないものの一つである。すなわち酸性溶液で試料を分解すればヨウ素が揮散しやすく, アルカリ性溶液またはアルカリ融解により分解すると, 一般に多量のアルカリや塩類との分離が必要になる。著者らはアルカリ性溶液におけるイオン交換分離とその分析化学的应用について一連の研

究を行なっているが, ヨウ素は強アルカリ性溶液において強塩基性陰イオン交換樹脂にきわめてよく吸着し, カラム法によって試料中の他の元素や多量のアルカリ金属と簡単に分離でき, ヨウ素の溶離液としては過塩素酸ナトリウム溶液が最もよいことがわかった。一方, ヨウ素の高感度定量法としてはセリウム(IV)によるヒ素(III)の酸化反応速度を利用する方法^{1)~4)}があるが, この方法はすべて硫酸酸性で行なわれている。したがって, この方法を上記の陰イオン交換分離と併用し, 岩石, ガラス, 半導体その他の極微量ヨウ素の定量に応用することを目的として過塩素酸酸性における定量条件を種々検討

* 山梨大学工学部応用化学科: 甲府市武田4丁目

した。その結果従来の硫酸酸性の場合に比べ2倍近く感度がよく、イオン交換樹脂分解物によると思われる影響は二つの反応時間における未反応セリウム量の比に相当する吸光度比を用いることにより除去でき、試料溶液5~7 ml 中の0.01~0.1 μg 程度のヨウ素が簡便に定量できることがわかり、また上記の試料やアルカリ性溶液における分離法によらない場合でも便利に応用できると思われるので報告する。

2 試薬および装置

2.1 試薬

ヨウ素標準溶液：特級ヨウ化カリウム（和光純薬）を水に溶解して0.1 $\mu\text{g I}^-/\text{ml}$ の溶液を調製して用いた。

セリウム(IV)溶液(0.0066*N*)：特級硫酸セリウム(IV) (4水塩) (関東化学) 0.532 g を1.8*M* 硫酸に溶解し200 ml とした。

ヒ素(III)溶液(0.02*N*)：特級亜ヒ酸ナトリウム（和光純薬）0.260 g を水に溶解し200 ml とした。

鉄(II)溶液(0.03*N*)：特級硫酸鉄(II) アンモニウム(6水塩) (関東化学) 2.4 g を0.6% 硫酸に溶解し200 ml とした。

チオシアン酸カリウム溶液(3.2 w/v%)：特級チオシアン酸カリウム（和光純薬）6.4 g を水に溶解して200 ml とした。

過塩素酸：1級過塩素酸（和光純薬）を水でうすめて用いた。

強塩基性陰イオン交換樹脂：Amberlite CG-400, Type I (100~200 mesh)。

その他の試薬はすべて市販特級品を用いた。また水はイオン交換水をバイレックスガラス製蒸留器で蒸留したものを用いた。

2.2 装置

分光光度計：日立 101 型，吸収セルは10 mm ガラス製を用いた。

恒温そう：ヤマト科学機器製，マグネット式コンタクトサーモレギュレーターにより $\pm 0.1^\circ\text{C}$ に制御した。

3 定量方法

3.1 原理

本法はセリウムとヒ素の酸化還元反応に対するヨウ素イオンの触媒作用を利用するもので反応は式(1)で表わされる。

今、ヒ素(III)を大過剰に加えると擬一次反応となり速度定数*K*は式(2)で表わされる。

$$K = \frac{2.30}{t_2 - t_1} \log \frac{[\text{Ce}^{4+}]_{t_1}}{[\text{Ce}^{4+}]_{t_2}} \cdots \cdots (2)$$

ここで t_1, t_2 は反応時間である。この*K*がヨウ素イオン濃度に比例するので、一定反応時間後のセリウム(IV)イオン濃度を測定することによりヨウ素イオン濃度を求めることができる。多くの場合、セリウム(IV)イオン濃度を直接測定しているが、吸光度測定中に反応が進み不便であるので、ここでは過剰の鉄(II)イオンを加えて未反応のセリウム(IV)イオンを還元して反応を停止させ、生じた鉄(III)イオンをチオシアン酸塩法により定量した。

3.2 定量操作

種々検討した結果、定量操作を次のように定めた。まず、0.01~0.1 μg のヨウ素を含む中性試料溶液5 ml ずつを2本の共せん付き試験管にとり、3.5*M* 過塩素酸1 ml と21 w/v% 塩化ナトリウム溶液1 ml をそれぞれ加え混合する。陰イオン交換分離と併用する場合は、ヨウ素を含む0.5*M* 過塩素酸ナトリウム流出液に塩酸を加えて酸性度を前述の条件に合うように調節し、2本の試験管におのおのその7 ml ずつをとる。

これにセリウム(IV)溶液1 ml とヒ素(III)溶液2 ml をそれぞれ加え、30°C で一方は5分間*、他方は20分間保持したのち、鉄(II)溶液0.5 ml を加えて反応を停止させる。生じた鉄(III)イオンをチオシアン酸カリウム溶液0.5 ml を加えて発色させ、50分後に水を対照液としてチオシアン酸鉄の極大吸収波長（ここでは455 nm で行なった）における吸光度を測定する。反応時間5分間および20分間のときの吸光度を A_5 および A_{20} とし、 $\log(A_5/A_{20})$ とヨウ素濃度との関係線（検量線）からヨウ素を定量する。検量線はヨウ素標準溶液0~1 ml を約10個の共せん付き試験管にとり、試料溶液と同量の過塩素酸と塩化ナトリウム、または過塩素酸ナトリウムと塩酸を加え、以下同様に操作して作成する。

4 定量条件の検討

4.1 塩化ナトリウムの影響

Fig. 1 および Fig. 2 に示すように過塩素酸酸性のみでは感度も直線性もよくなかったが、これに塩化ナトリウムを加えるとこれらが著しく改善されることがわかった。ただしあまり多量に加えるとかえって感度が低下し、また試薬からの汚染もあるので、3% 前後が適当と考えられる。この塩化ナトリウムの役割は酸化還元電位を変化させて不活性のヨウ素酸塩の生成をおさえるので

* イオン交換分離と併用しない場合は、反応時間20分間のみで行なってもよい。

Fig. 1 Effect of concentration of NaCl (1)

I^- : —○— 0, —●— 0.03 μg , —△— 0.05 μg , —×— 0.07 μg , —□— 0.10 μg

Fig. 2 Effect of concentration of NaCl (2)

NaCl: —×— 0, —●— 0.6%, —○— 2.9%, —△— 5.7%, —▲— 8.6%

あろうと考えられる³⁾。

4.2 過塩素酸濃度の影響

過塩素酸濃度は 0.2~0.6M の範囲では特に大きな影響は認められなかった (Fig. 3)。一方ヨウ素の溶離には 0.5M 程度が良好であった (分離については別に報告する) ので定量にも 0.5M を用いることにした。

Fig. 3 Effect of concentration of HClO_4

I^- taken (μg): —●— 0, —○— 0.03, —△— 0.05, —□— 0.07, —×— 0.10

4.3 検量線

3.2 の操作に従って 検量線を作成すると Fig. 4 のように直線性が得られ、感度は文献³⁾における硫酸酸性の場合より 2 倍近く高いことがわかった。

4.4 共存イオンの影響

ヨウ素イオンはイオン交換分離によって他のイオンからほとんど完全に分離されるが、念のため比較的分離しにくい臭素イオン、ケイ酸塩試料のマトリックスであるケイ酸イオンおよびフッ素イオンについて共存の影響を調べた。その結果、試料溶液 5 ml 中にヨウ素を 0.05 μg 含む場合について臭素イオンは 1 μg 、フッ素イオンは 10 μg 、ケイ酸イオンは 100 μg まで共存させてもいずれも影響は認められなかった。

4.5 イオン交換樹脂分解生成物の影響

アルカリ性溶液におけるイオン交換分離を行なう場合 CO_3 型または OH 型強塩基性樹脂を用い 0.5M 程度

Fig. 4 Calibration curves

—x— 0.5M H₂SO₄; —o— 0.5M HClO₄

Fig. 5 Calibration curve for effluent

—x— Not passed through column; —o— Passed through column; A₅, A₂₀: Absorbance after 5 or 20 min

の過塩素酸ナトリウム溶液で溶離するが、これについては別に報告する。したがってここではこれに合せて、0.5M 過塩素酸ナトリウム溶液を CO₃ 型樹脂に通したものにヨウ素一定量と塩酸を加えて、3・2 と同一酸性度として、樹脂を通したときの影響について検討した。その結果、樹脂を通したときは通さないときより吸光度が

低下した。これは樹脂の分解生成物によると思われる。しかしながら二つの反応時間（この場合 5 分と 20 分）での吸光度の比の対数を用いることにより Fig. 5 に見られるようにこの影響を除くことができ、実際のイオン交換分離した試料溶液に適用可能であることがわかった。このことは、反応時間対未反応セリウム量の関係の解析結果などを考えあわせると、セリウム(IV) により分解生成物が最初に酸化されてしまうことにより、5 分間以後の反応過程に影響を与えなかったことを示すものと思われる。

(1971 年 4 月 4 日, 日本化学)
(会第 24 年会において発表)

文 献

- 1) F. D. Snell, C. T. Snell: "Colorimetric Methods of Analysis", Vol. IIA, p. 623 (1959), (D. van Nostrand Comp. Inc., Princeton, N. J.).
- 2) B. Rogina, M. Dubravčić: *Analyst*, **78**, 594 (1953).
- 3) M. Dubravčić: *ibid.*, **80**, 146, 295 (1955).
- 4) P. A. Rodriguez, H. L. Pordue: *Anal. Chem.*, **41**, 1376 (1969).

☆

Kinetic determination of ultratrace amounts of iodide in perchloric-hydrochloric acid medium.

Tsutomu FUKASAWA, Masaaki IWATSUKI and Keiko UESUGI (Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Yamanashi University, Takeda, Kofu-shi)

A kinetic analytical method of 0.01 to 0.1 µg of iodide in perchloric-hydrochloric acid medium has been developed. The method is based on the catalytic effect of iodides on the oxidation of arsenious ions with ceric ions. The method is more sensitive than the method carried out in sulfuric acid medium. It is also applicable to the determination of ultratrace amounts of iodide in combination with an anion-exchange technique.

The procedure can be outlined as follows. 5 ml of a neutral sample solution containing 0.01 to 0.1 µg of iodide is taken into a test tube with a ground glass stopper. 1 ml of 3.5 M perchloric acid and 1 ml of 21 w/v% sodium chloride solution are added and mixed. In the case of the combined method with the anion-exchange separation, hydrochloric acid is added to 0.5 M sodium perchlorate effluent containing iodide in order to make the acidity of the solution the same as that above described. 7 ml of the resulting solution is taken in the test tube. 1 ml of 0.0066 N ceric sulfate solution and 2 ml of 0.02 N sodium arsenite solution are added. After keeping at 30±0.1°C for 20 min, 0.5 ml of 0.03 N ferrous sulfate solution is added in order to reduce ceric ions which has not yet reacted, and to arrest the reaction of ceric-arsenious system. Then 0.5 ml of 3.2 w/v% potassium thiocyanate solution is added and after standing for 50 min, the absorbance of the resulting ferric-thiocyanate solution is measured at 455 nm against water. In

the case of the combined method with the anion-exchange, the same procedure is also carried out at 5 min of the reaction time using another sample solution. If the absorbance at 20 and 5 min of the reaction time is denoted as A_{20} and A_5 , respectively, iodide is determined from the calibration curve of the $\log A_{20}$ and $\log(A_5/A_{20})$ vs. iodide concentration. The calibration curve is prepared as follows: An adequate amount of an iodide standard solution and the same amount as the sample solution of perchloric acid and

sodium chloride solutions are taken into several test tubes, respectively. After that, the same procedures as described above are followed.

The effect of decomposed substances of the resin on a single measurement of the absorbance was eliminated by a couple of measurements at two reaction times. The effects of the experimental conditions and coexisting ions are also described.

(Received Feb. 26, 1972)

置換反応を利用した水銀の間接原子吸光分析

深町 和美, 森本 昌宏, 徳永 隆司*

(1972 年 2 月 29 日受理)

酢酸ブチル中のカドミウム(II)-DDTC 錯体は非常に安定で, この錯体中のカドミウムと水銀との置換反応は定量的に進む. これを利用して微量有機および無機水銀の原子吸光分析法を検討した.

pH 5.5~9.5 で水銀を含む水溶液とカドミウム(II)-DDTC 錯体の酢酸ブチル溶液とを振り混ぜてカドミウムと水銀とを置換させ有機相のカドミウム量を空気-アセチレンフレイムの原子吸光で定量することにより相当する水銀の定量が可能である. $0.5 \mu\text{g}$ -カドミウム/ml カドミウム(II)-DDTC 錯体の酢酸ブチル溶液 10.0 ml を用いた場合, 検量線は $0 \sim 5.0 \mu\text{g}$ -水銀(II) (有機水銀: $0 \sim 10.0 \mu\text{g}$ 水銀) の範囲で直線となり, その傾きは有機水銀 1 に対して無機水銀(II) は 2 であった. 1% 吸収の水銀濃度は有機水銀で $0.05 \mu\text{g}$ 水銀/ml (有機相), 無機水銀(II) で $0.025 \mu\text{g}$ 水銀/ml (有機相) である. また, くりかえし定量における標準偏差パーセントは有機水銀で 1.4%, 無機水銀(II) で 3.0% であった. $\text{Cd}(\text{DDTC})_2$ 錯体中のカドミウムと水銀との置換反応を利用して, 連続変化法により水銀(II)-DDTC, メチル水銀-DDTC 錯体の組成を検討した. その結果, 水銀(II) と DDTC およびメチル水銀と DDTC の結合モル比はそれぞれ 1:2 および 1:1 であった.

1 緒 言

水銀は通常の原子吸光分析法ではきわめて分析感度の低い元素の一つである. そこで山本ら¹⁾は 2,2'-ジピリジル-亜鉛の陽イオン錯体と水銀(II) の臭素陰イオン錯体とのイオン 会合体を 1,2-ジクロロエタンに抽出し, 有機相の亜鉛を空気-アセチレンフレイムの原子吸光で定量することにより水銀の高感度間接定量法を報告している. この方法では無機水銀のみで有機水銀化合物はそのままでは定量不可能である. また, 共存イオンの影響も大きいようである. 一方無炎原子吸光法^{2)~6)}では水銀の気化法や有機物, 硫化物, 水分あるいは紫外線を吸収するガスおよび共存イオンなどの妨害があり, また, 分析精度にもまだ問題があるように思われる.

* 福岡県衛生研究所: 福岡市中央区天神 1 丁目

著者らは有機および無機水銀と有機溶媒に溶解したカドミウム(II)-ジエチルジチオカルバミン酸錯体のカドミウムとを置換させ, 有機相のカドミウム量あるいは水溶液相に遊離したカドミウム量を空気-アセチレンフレイムの原子吸光で求めることにより有機および無機水銀を高感度に定量する方法を検討したので報告する.

2 実 験 法

2.1 装 置

日本ジャーナルアッシュ社製 AA-1-S 型原子吸光炎光兼用光度計を用いて吸光度を測定した. 光源にはウェスティングハウス社製多元素 (カドミウム-亜鉛-銅-鉛) 中空陰極ランプを, バーナーは光路長 10 cm の水冷スロット型を使用した.

pH は東亜電波製 HM-5A 型ガラス電極 pH メーターによって測定した.