イオンクロマトグラフィーによる 3-アセトキシ メチルセファロスポリン注射液中の酢酸の定量*

伊藤 久昭[®], 新堀 義夫^{**}, 田村 典洋^{***}

(1983 年 6 月 11 日受理)

3-アセトキシメチルセファロスポリン注射液は 3 位のアルコールに結合したアセチル基の脱離により、酢酸を遊離して低活性体となることから、その安定性を検討する目的で、イオンクロマトグラフィーによる注射液中の酢酸の定量を試みた。分離カラムに Amberlite XAD-4 樹脂 {(100~200) メッシュ} カラムを用い、サブレッサーとして陰イオン分析用サブレッサーカラムと銀型陽イオン交換樹脂カラムを用いることにより、注射液を希釈するだけで迅速に酢酸を分析できることが分かった。本法により、セファセトリルナトリウム注射液中の酢酸を定量した結果、4℃ で冷暗所に保存した場合、24 時間後でも酢酸の遊離はほとんど起こらないが、25℃ の室温保存では時間の経過に比例して遊離酢酸量の増加が観察された。

1 緒 言

セファセトリルナトリウム (CEC) はセファロスポリン系抗生物質の一つであり注射剤として用いられている。しかし、CEC のようなアセチル基を有する 3-アセトキシメチルセファロスポリン系抗生物質の注射液は一部が分解して酢酸を遊離していることがあり、脱アセチル化により低活性体となる¹⁾ことから、この酢酸を定量することはこれらの注射液の安定性を検討するうえで有用と考える。

酢酸のような低級脂肪酸の定量法としてはこれまでに、ガスクロマトグラフィー (GC)^{2)~4)} や高速液体クロマトグラフィー (HPLC)^{5)~7)} などの方法が報告されている。しかしながら、GC において、CEC 注射液のような試料を沈殿・分離などの前処理操作を行わずに直接カラムに注入した場合、カラム中での CEC の新たな分解やカラム性能の低下の問題がある。最近、池田⁸⁾らは注射液にジオキサンを添加し、生じた沈殿を 4℃ で遠心分離した後、上澄液中の総酢酸量を、まず GC で求め、次いで HPLC により上澄液中の残存 CEC 量を

測定し、対応する酢酸量を総酢酸量から差し引いて遊離酢酸量を求める方法を報告している。

一方、HPLC によるこれら脂肪酸の直接測定は感度に問題があり、今日、紫外吸収⁹⁾や蛍光⁷⁾を有する誘導体として測定する方法が報告されているが、このような操作の CEC 注射液への直接適用は CEC 自身と試薬の反応及び新たな酢酸の遊離などの問題が生ずる。いずれにしても、これらの方法は煩雑な前処理操作が必要であり、迅速性及び簡便さという点で難点がある。

イオンクロマトグラフィー (IC)⁹⁾ はイオン交換と伝導度検出を用いる液体クロマトグラフィーの一つであるが、複雑なマトリックス中のイオン化学種を迅速かつ高感度で分析できることから、今日、環境分析^{10)~14)} や食品分析¹⁵⁾などに繁用されており、又、医薬品¹⁶⁾や生体試料¹⁷⁾¹⁸⁾中の有機酸類の分析法としても注目されている方法である。

今回、著者らは 3-アセトキシメチルセファロスポリン系抗生物質の安定性を検討する目的で、IC による CEC 注射液中の遊離酢酸の分析を試み、分離カラム充てん剤として Amberlite XAD-4 樹脂を用いることにより、煩雑な前処理なしに、簡便迅速に分析できることが分かったので報告する。

2 実 験

2.1 装置及びカラム

イオンクロマトグラフ：米国 Dionex 社製 Model 10

* イオンクロマトグラフィーによる陰イオンの分析 (第 3 報)。前報は伊藤久昭, 新堀義夫: 分化, **31**, T39 (1982)。

** 城西大学薬学部製薬学科物理分析学教室: 埼玉県坂戸市けやき台 1-1

*** 城西歯科大学化学教室: 埼玉県坂戸市けやき台 1-1

を用いた。

分離カラム：最初、Dionex 社製陰イオン分析用分離カラム (AS-3, P/N 30985) を用いて分析を試みたが、酢酸と CEC の分離が十分でなく、好ましい分析条件を見付けることができなかった。そこで、本実験では、酢酸と CEC を分離する目的で、水溶液や血清中の有機化合物の吸着・分離など¹⁹⁾²⁰⁾に用いられている Amberlite XAD-4 樹脂を分離カラム充てん剤として用いることを試みた。XAD-4 樹脂カラムの調製は次のようにして行った。市販の Amberlite XAD-4 樹脂 (Rohm & Haas Co.) をめのう乳鉢中で粉碎した後、JIS 標準ふるいを用いて (100~200) メッシュ画分を採取した。この樹脂をソックスレー抽出器により、メタノールを用いて 24 時間洗浄した後、50 °C で減圧乾燥した。樹脂のカラム (パイレックス, 3 mm I. D.) への充てんはメタノールを用いてスラリー法によって行った。なお、カラムの両端にはテフロン布を詰め、樹脂を固定するようにした。このようにして作製したカラムは、最初、メタノール/水 (50/50, v/v) 混液を用いて、流量 $2.0 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ で 1 時間洗浄した後、溶離液 ($1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ NaHCO}_3$ 溶液) を 30 分間流すことにより平衡化した後、実験に用いた。

サブレッサーカラム：Dionex 社製陰イオン分析用サブレッサー (9 mm I. D. $\times$ 100 mm) を用いた。

Ag⁺ 型陽イオン交換樹脂カラム：Dionex 社製 Ion Chromatography Exclusion 用サブレッサーカラム (6 mm I. D. $\times$ 70 mm) を用いた。なお、このカラムは、本システムでは強酸イオン (Cl^- など) と酢酸イオンが近接して溶出し、強酸イオンの多量の存在は酢酸イオンの定量を妨害するため、その除去を目的として用いた。

Fig. 1 に本実験におけるフローシステムの模式図を示した。

2.2 試料及び試薬

セファセトリルナトリウム (CEC)：セルトール筋注用 1 Gm (武田薬品 K. K.)

注射液の調製：遊離型として 1 g に相当する量の CEC を注射用蒸留水あるいは添付の 2 w/v % リドカイン溶解液 2.5 cm^3 に溶解した。

酢酸カリウム：和光純薬製特級試薬を電気オープン中 (100 °C) で 24 時間乾燥して用いた。

その他の試薬類はすべて市販特級試薬をそのまま用いた。

2.3 実験操作

種々な条件で保存した試料溶液 0.25 cm^3 を 50 cm^3 メスフラスコに採り、蒸留水で標線を合わせる。この 1 cm^3 をテルモ社製デスポーザブルシリンジを用いてイオンクロマトグラフに注入する (100 mm^3 ループ使用)。連続 5 回の測定 (注入) を行った後、分離カラムをシステムから取り外し、再生ラインに接続する。最初、メタノール/水 (50/50, v/v) 混液にて 10 分間 (流量 2.0

Fig. 1 Flow diagram of apparatus

① Eluent, ② Pump, ③ Injection valve, ④ Amberlite XAD-4 column, ⑤ Anion suppressor column, ⑥ Ag form column, ⑦ Conductivity cell, ⑧ Recorder

$\text{cm}^3 \text{ min}^{-1}$)、次いで蒸留脱イオン水で 5 分間洗浄した後、溶離液で 10 分間平衡化して再び分析に用いる。

試料中の酢酸量は、得られたクロマトグラムのピーク高さを測定し、あらかじめ酢酸カリウム標準液を用いて作成した検量線から求めた。

3 結果及び考察

3.1 分析条件の設定

2.1 の調製法に従って、長さの異なる数本のカラムを調製し、それらを直列に接続することによって分離カラム全体の長さを変え、酢酸と CEC の分離について検討した。なお、溶離液としては予備実験から $1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$ 炭酸水素ナトリウム溶液を用いることとした。Fig. 2 にカラムの長さを 300 mm 及び 800 mm としたときのクロマトグラム例を示した。XAD-4 樹脂充てんカラムの長さが 300 mm 以上で酢酸ピークと CEC ピークを完全に分離できること (Fig. 2A), カラム長の増加につれ CEC ピークだけにブロードニングがみられ、酢酸ピークの形はほとんど変化せず、その強酸ピークとの分離がわずかではあるが良くなること (Fig. 2B), 更に、予備実験から、CEC の脱アセチル化が室温中で比較的速やかに起きることから、より短時間に分析するこ

Fig. 2 Chromatograms of CEC injections ($\times 200$ dilution)

Peak no.—1: Strong acid, 2: Acetic acid, 3: CEC; A): IC conditions except for the length of separator column are the same as in Table 1. The length of the separator column: 300 mm; B): IC conditions are the same as in Table 1.

とを目的として, XAD-4 樹脂カラムの長さを 800 mm とし, 五つの試料を連続注入した後, 遅れて溶出する CEC を除去するため, XAD-4 樹脂カラムを再生ラインに接続し, 2・3 の操作に従って再生を行うようにした。

予備実験及び上記の結果から, 分析条件を Table 1 のように定めた。又, この分析条件において CEC 注射液を 5 回連続注入して得られたクロマトグラム例を Fig. 3 に示した。

Table 1 Analytical conditions

Separator column	3 mm I. D. $\times$ 800 mm, Amberlite XAD-4 resin {(100~200) mesh}
Suppressor column	9 mm I. D. $\times$ 100 mm, Dionex Anion Suppressor (P/N 30828)
	6 mm I. D. $\times$ 70 mm, ISC-ICE Suppressor (Ag ⁺ form) (P/N 30891)
Eluent	1×10^{-3} mol dm ⁻³ NaHCO ₃
Flow rate	2.0 cm ³ min ⁻¹
Sample injection volume	100 mm ³
Meter full scale setting	10 μ S

Fig. 3 Chromatograms of CEC injections ($\times 200$ dilution)

* Acetic acid peak; Chart speed: 5 mm min⁻¹; IC conditions are the same as in Table 1.

3.2 検量線及び精度

Table 1 に示した測定条件において, 酢酸カリウム標準液のピーク高さを用いて作成した検量線は, 少なくとも $0 \sim 40 \mu\text{g cm}^{-3}$ の間で原点を通る良好な直線関係を示した。又, 酢酸カリウム標準液及び CEC 注射液でのクロマトグラムのピーク高さの繰り返し再現性を求めた。その結果を Table 2 に示す。相対標準偏差は標準溶液の場合, 0.3 %, CEC 注射液の場合, (0.4~3.5) % といずれにおいても良好な結果が得られた。

3.4 CEC 注射液の安定性

注射用蒸留水あるいはリドカイン溶解液に溶解して調製した注射液について, 室温 (25 $^{\circ}\text{C}$) 及び冷暗所 (4 $^{\circ}\text{C}$) に保存し, 一定時間後, その 0.25 cm³ を取り出し, 2・3 の実験操作に従って遊離酢酸量を測定した。その定量結果をまとめて Fig. 4 に示した。

冷暗所保存では 24 時間後においても調製直後とほとんど変わらない酢酸存在量を示し, 低温では脱アセチル化がほとんど進行しないことが確かめられた。一方, 室温保存では 24 時間後には調製直後の約 7 倍量の酢酸の存在が認められ, 保存温度が高い場合には時間の経過に比例して遊離酢酸量が増加することが確かめられた。今, すべての CEC が脱アセチル化した場合を 100 % として, 調製直後及び室温保存 24 時間後における遊離酢酸量から, 脱アセチル化率 (%) を求めてみると, そ

Table 2 Precision of this method based on peak height measurements (mm)

Sample	$\bar{x}$					Mean $\pm$ S. D.	R. S. D. (%)
	1	2	3	4	5		
Acetate standard ($10 \mu\text{g cm}^{-3}$)	28.8	28.8	29.0	28.7	29.0	28.9 ± 0.09	0.3
CEC/lidocaine injections ($\times 200$ dilution)	A	12.0	11.8	11.0	12.2	11.7 ± 0.41	3.5
	B	35.0	34.5	35.0	35.0	34.7 ± 0.40	0.4

A: 20 min after preparation; B: 8 h after preparation

Fig. 4 Variation of amount of acetic acid liberated from CEC injections

○, ●: CEC/H₂O solution; △, ▲: CEC/lidocaine solution

れぞれ、1.1% 及び 8.4% であった。なお、注射用蒸留水及びリドカイン溶解液のいずれに溶解した場合にも、全く同様の結果が得られ、溶解液による差は見られなかった。又、溶解直後の注射液中における酢酸の存在は、注射剤の製造あるいは保存の段階においても脱アセチル化が起きることを意味していると考えられることから、溶解前の注射剤粉末の保存にも十分な注意が必要であると考えられる。

4 結 語

3-アセトキシメチルセファロsporin系抗生物質はその3位のアルコールに結合したアセチル基の脱離により酢酸を生じ、低活性体を生ずることが知られている。著者らは、3-アセトキシメチルセファロsporin系抗生物質注射剤の安定性を検討するための簡便・迅速な分析法の開発を目的として、IC による注射液中の遊離酢酸の定量を試み、分離カラムに Amberlite XAD-4 樹脂{(100~200)メッシュ}カラムを用いる改良法により、煩雑な前処理なしに、単なる希釈操作だけで、注射液中の酢酸を簡便・迅速かつ高精度で定量できることを見いだした。

本法により、CEC 注射液中の遊離酢酸を定量した結

果、調製後冷暗所に保存した注射液では 24 時間後においても脱アセチル化はほとんど起こらず、注射液は活性を保持していると考えられるが、25°C 室温保存では時間の経過に比例して脱アセチル化が進行することが確かめられた。

(1981 年 10 月、日本分析化学)
(会第 30 年会にて一部発表)

文 献

- 1) 加藤康道, 齊藤 玲, 富沢磨須美, 中山一郎, 矢島 戢, 石川清文: *Chemotherapy*, **23**, 2626 (1975).
- 2) 岡林南洋, 石黒智彦, 長谷川隆, 重田芳広: 分化, **25**, 436 (1976).
- 3) J. C. du Preez, P. M. Lategan: *J. Chromatogr.*, **150**, 259 (1978).
- 4) M. H. Henderson, T. A. Steedman: *J. Chromatogr.*, **244**, 337 (1982).
- 5) N. E. Hoffman, J. C. Liao: *Anal. Chem.*, **48**, 1104 (1976).
- 6) D. P. Matthees, W. C. Purdy: *Anal. Chim. Acta*, **109**, 61 (1979).
- 7) J. B. F. Lloyd: *J. Chromatogr.*, **189**, 359 (1980).
- 8) 池田満雄, 坂口武一, 嶋田健次, 足立泰義, 影向範昭: 分化, **30**, 274 (1981).
- 9) H. Small, T. S. Stevens, W. C. Bauman: *Anal. Chem.*, **47**, 1801 (1975).
- 10) E. Sawicki, T. D. Mulik, E. Wittgenstein: "Ion Chromatographic Analysis of Environmental Pollutants", Vol. 1, (1978), (Ann Arbor Science, Michigan).
- 11) J. D. Mulik, E. Sawicki: "Ion Chromatographic Analysis of Environmental Pollutants", Vol. 2, (1979), (Ann Arbor Science, Michigan).
- 12) 高松武次郎, 川嶋宗継, 小山陸夫: 分化, **28**, 596 (1979).
- 13) 貴船育英, 及川紀久雄: 分化, **28**, 587 (1979).
- 14) 伊藤久昭, 新堀義夫: 分化, **29**, 239 (1980).
- 15) K. Oikawa, H. Saito, S. Sakazume, M. Fuji: *Bunseki Kagaku*, **31**, E 251 (1982).
- 16) H. Itoh, Y. Shinbori: *Chem. Lett.*, **1982**, 2001.
- 17) W. Rich, E. Johnson, L. Lois, P. Kabara, B. Stafford, L. Marton: *Clin. Chem.*, **26**, 1492 (1980).
- 18) W. G. Robertson, D. S. Scurr, A. Smith, R. L. Orwell: *Clin. Chim. Acta*, **126**, 91 (1982).
- 19) G. A. Junk, J. J. Richard, M. D. Grieser, D. Witiak, J. L. Witiak, M. D. Arguello, R. Vick, H. J. Svec, J. S. Fritz, G. V. Calder: *J. Chromatogr.*, **99**, 745 (1974).

☆

Determination of acetic acid in 3-acetoxymethyl cepharosporanic acid injection by ion chromatography. Hisaaki ITOH, Yoshio SHINBORI*, and Norihiro TAMURA** (*Faculty of Pharmaceutical Sciences, Josai University, 1-1, Keyakidai, Sakado-shi, Saitama; **Department of Chemistry, Josai Dental University, 1-1, Keyakidai, Sakado-shi, Saitama)

It is known that 3-acetoxymethyl cepharosporanic

acid injection partially decompose to liberate acetic acid in an aqueous solution and the resulting desacetyl derivative has only a low potency. For the purpose of the simple and rapid determination of the acetic acid liberated in the aqueous injections, ion chromatographic technique was examined. By the use of the column packed with Amberlite XAD-4 resin {(100~200) mesh} as separator, acetic acid in the injections can be analyzed without any tedious pretreatment except for simple dilution with deionized water. This technique was applied to the analysis of acetic acid in the sodium cefacetrile (CEC) aqueous injections. The results of this study also indicate that although the CEC aqueous injections are relatively stable under low temperature (4 °C), acetic acid is liberated in

proportion to the preserving time when stored at room temperature (25 °C).

(Received June 11, 1983)

Keyword phrases

determination of acetic acid in 3-acetoxymethyl cepharosporanic acid injection by ion chromatography; separation of acetic acid and 3-acetoxymethyl cepharosporanic acid on a Amberlite XAD-4 column; effect of temperature on the stability of sodium cefacetrile injection; decomposition of 3-acetoxymethyl cepharosporanic acid to desacetyl derivative.

マレオニトリルジチオールを用いるパラジウム(II) 及び 白金(II) の吸光検出逆相イオン対クロマトグラフィー

蝦 名 毅[®], 鈴 木 長, 四ッ柳隆夫*

(1983 年 6 月 8 日受理)

マレオニトリルジチオール (MNT, H_2L) を用いて, パラジウム(II) 及び白金(II) を吸光検出高速液体クロマトグラフィーにより分離定量する方法を開発した. 錯形成反応は, $pH=5$ (0.01 mol dm^{-3} 酢酸緩衝液), $10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$ エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム (EDTA), $4 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ MNT の溶液中で, 80°C , 40 分間の加熱で定量的に進行した. 充てん剤として ODS-シリカを用い, 溶離液として 0.2 wt % の臭化テトラブチルアンモニウム, 0.1 wt % の酢酸-酢酸ナトリウム, 及び 0.02 wt % の EDTA を含む 42 wt % テトラヒドロフラン-水混合溶媒が適当であった. 検出波長 320 nm における検量線は, パラジウム(II): $(2 \times 10^{-8} \sim 10^{-5}) \text{ mol dm}^{-3}$, 白金(II): $(5 \times 10^{-8} \sim 10^{-5}) \text{ mol dm}^{-3}$ の範囲で直線となった. 本法は, 既存の吸光分析法に比べて最も高感度な分析法である.

1 緒 言

マレオニトリルジチオール(以下 MNT 又は H_2L と略記)は多くの金属イオンと反応し, 陰イオン性の水溶性錯体を生成する¹⁾²⁾. これらの錯体は, 有機陽イオンとイオン対を形成し有機溶媒に抽出できる³⁾. 以上の性質は, 微量金属イオンのマスキング⁴⁾, 吸光光度法¹⁾²⁾, 及び抽出-原子吸光分析法⁵⁾⁶⁾に応用された. 一方, 白金族金属は, 触媒(自動車排ガス浄化触媒など), 電極, 及び電子材料などとして多方面に利用されているが, 我が国

にはほとんど産しない希少資源として, その回収法, 及び簡便かつ高感度な工程管理分析法の開発が望まれている. 又, これらの環境への影響を評価する方法の確立も重要な課題となりつつある.

白金族金属イオンの分析法の一つとして種々の吸光光度法⁷⁾が提案されてきた. しかし, これらの金属イオンの配位子置換反応が極めて遅いため, 測定に時間がかかる欠点をもち, かつ, 他の白金族元素を含む共存物質の影響を受けやすい欠点がある. 高速液体クロマトグラフィー (HPLC) は, この共存物質を相互分離する有力な手段の一つであり, ロジウムとイリジウム錯体の分離⁸⁾や, 白金族元素のハロゲン錯体の同時定量⁹⁾に応用され

* 東北大学工学部応用化学科: 宮城県仙台市荒巻字青葉