ノ ー ト

ガスクロマトグラフィー/ヘリウム マイクロ波誘導プラズマ発光分析法 によるベリリウム及びクロムのアセ チルアセトン錯体の定量

田尾 博明®, 今 川 隆,

宮 崎 章, 番匠 賢治*

(1987 年 1 月 22 日受理)

1 緒 言

Al, Be, Cr などの β -ジケトン錯体は、沸点が低く、熱的に安定なことから、GC による分析が可能である¹⁾。例えば、海水中の Be²⁾ や生体中の Cr³⁾ をトリフルオロアセチルアセトン錯体として抽出した後、電子捕獲検出器 (ECD) で F を検出することにより、数十 fg の検出限界でこれらの金属を分析できることが報告されている。更に元素選択性を高めるため、ECD に代えて直流プラズマ (DCP)⁴⁾ やマイクロ波誘導プラズマ (MIP)^{5)~7)}、又は ICP⁸⁾ を用いる発光法が検討されているが、Beenakker type のヘリウム MIP (He-MIP) で分析された例は見当たらない。そこで本研究では、Be などのアセチルアセトン錯体をキャピラリーカラムで分離した後、He-MIP で分析する方法の、分離条件、各分析パラメーターの検出限界に与える影響、及び放電管内における各発光線の空間分布などについて検討した。その結果従来の報告に比べて、約 150 倍検出限界が改善されることが分かった。

2 実 験

2.1 試 薬

各アセチルアセトン錯体の標準溶液 (金属として 1000 $\mu\text{g/ml}$) は、Be, Cr (東京化成工業製) 又は Al (和光純薬工業製) の試薬を精製せずそのままベンゼン (和光純薬工業製、特級) に溶解調製した。更に低濃度のものについては、これを順次希釈調製した。

* 工業技術院公害資源研究所 : 305 茨城県筑波郡谷田部町小野川 16-3

2.2 装置及び操作

使用した装置と測定条件を Table 1 に示す。分析操作としては、まず試料 0.2 μl をインジェクションポートに注入した後、キャピラリーカラムで分離し、次に一定時間経過してベンゼンが排出された後、四方コックを切り換えて錯体を MIP に導入した。なお、四方コックから MIP のキャビティまでの導管はリボンヒーターで加熱し、錯体の析出を防いだ。又、このステンレス鋼部での錯体の分解を抑えるため、メークアップガスを四方コックの前で加えることにより、これ以降での滞在時間を短縮した。検討した分析パラメーターは、GC 側ではインジェクションポート温度、カラム温度、キャリアーガス流量、MIP 側ではプラズマパワー、プラズマガス流量 (メークアップガスとキャリアーガスの合計)、放電管の内径、分析波長である。発光線の空間分布を調べる際に分光器 II を使用した以外は、すべて I を用いた。

Table 1 Apparatus and operating conditions

Gas chromatograph	Hitachi 163
Column	OV-1 coated fused silica capillary column, 0.53 mm i. d., 10 m long, 2.0 μm film thickness
Column temperature	120 °C (Be), 160 °C (Cr)
Injection port temp.	200 °C
Carrier gas	Helium (99.995%), flow rate of 15 ml/min
Microwave cavity	Model 218L (EMS, U.K.), TM ₀₁₀ , Beenakker type
Discharge tube	6 mm o. d., 1 or 2 mm i. d., quartz
Microwave generator	Microtron 200 Mark3 (EMS, U.K.)
Spectrometer I	Model AA-8500 (Nippon Jarrell-Ash), 0.5-m Ebert-mounting scanning monochromator with 1180 rulings/mm grating and R456 photomultiplier (Hamamatsu Photonics)
	Reciprocal linear dispersion of 1.6 nm/mm
	Slit 100 μm $\times$ 5.9 mm
II	Prototype Spectra Span Model 101 Echelle Spectrometer (Spectra Metrics, U.S.A.), 0.75-m Cherny-Turner mounting
	Reciprocal linear dispersion of 0.042 nm/mm at 200 nm
	Entrance slit 200 $\times$ 200 μm , Exit slit 200 $\times$ 400 μm

3 結果と考察

3.1 インジェクションポート温度の影響

120~280 °C の範囲で、Be 錯体は温度の上昇と共にピークも高くなったが、Al, Cr 錯体は各々 200, 220 °C でほぼ一定となった。従って、これ以降インジェクションポート温度は 200 °C とした。なお、Al 錯体は同一

含有量試料を同一条件で分析しても、しばしば後になるほどピークが高くなり精度も悪いことから以降の実験では検討しなかった。

3.2 カラム温度の影響

シグナルピーク高さ及び溶媒ピークとの分離度を考慮すると、カラム温度は Be 錯体では 120 °C, Cr では 160 °C が最適であった。各錯体を逐次分析する場合は、初期温度 120 °C, 最終温度 170 °C, 昇温速度 15 °C/min で Al を含めて良好な分離が可能であった。

3.3 プラズマガス流量及びプラズマパワーの影響

Be 及び Cr の各分析波長において、プラズマガス流量及びパワーの発光強度に与える影響を検討した。Fig. 1 に Be の結果を示す。なお、ガス流量は 1 気圧, 25 °C に換算した値を、又パワーはプラズマで直接消費された値ではなく (約 17% が反射され、更に一部は熱として失われる) 入力量で示した。又、キャリアガス流量は、マークアップガス流量に比べて影響が小さく、最大

ピークを与えた 15 ml/min (換算値 50 ml/min) で一定とした。放電管内径が 1 mm の場合、Be 及び Cr の各分析線では、パワーが高くなるほど SB 比の最大値が低下した。これはプラズマ密度の増加に伴ってバックグラウンド発光が上昇し、又放電管壁とプラズマの接触により Si が発光してその迷光が増加したためである。ガス流量を増加した際 SB 比が低下する理由は、錯体のプラズマ中での滞在時間が短縮されるためで、低パワーのときほど最適ガス流量が減少するのも同様の理由による。特にイオン線は原子線に比べてガス流量の影響が顕著であった。Quimby らによると GC/MIP の最適ガス流量は 50 ml/min 前後で、例外的に Mn の場合の 220 ml/min が報告されているが⁹⁾、本報の 600~700 ml/min はこれに比べて相当大きな値である。しかし、この差が何に起因するかは分からなかった。放電管内径が 2 mm の場合、Be のイオン線の最適ガス流量と最適パワーは実験した範囲では、内径 1 mm の場合に比べ共に大きくなった。最適ガス流量の増加は滞在時間の増加による。最適パワーの増加は、プラズマ体積の増加により電子密度の上昇が抑制され、イオン-電子再結合による連続光が 1 mm の場合に比べて小さいためである¹⁰⁾。しかし、Be I 234.9 nm, Cr I 424.5 nm, Cr II 283.6 nm はパワーを増加しても、発光強度があまり増大しないために、むしろ SB 比は低下した。

3.4 発光線の空間分布

Be 及び He の各発光線の空間分布 (内径 2 mm の場合) を、最大強度を 100 に規格化して Fig. 2 に示す。なお、軸方向にプラズマの厚さがあるため、ここでは He の発光強度が最大となる断面を焦点距離 10 cm のレンズにより 1:1 の大きさにスリット上に結像させた。He I 388.9 nm ($3p^3P^0 \rightarrow 2s^3S$) はこれまでの報告¹⁰⁾ 同様、放電管の一方の壁に近い領域で認められた。Be の原子線は放電管内径よりもかなり広い領域で観測されたが、これは主に放電管壁がプラズマによりエッチングされ、肉眼でも観測されたように径が広がったためであろう。しかしそれ以外にも、Be と He の発光位置が軸方向で異なり、焦点がずれるために像が広がっている可能性も考えられる。一方イオン線は非常に狭い領域で観測された。先のガス流量の影響と考え合わせると、イオン線の発光条件は非常に微妙である。又、各発光線の最大強度を与える位置は各々異なっており、例えば He 388.9 nm が最大るとき Be II 313.0 nm は最大値の約 30% しか発光しなかった。

Fig. 1 Effect of microwave power on emission intensities as a function of helium flow rate

(A) discharge tube, 1 mm i. d.; (B) discharge tube, 2 mm i. d.

Fig. 2 Spatial distribution of emission intensity measured at He I 388.9 nm, Be II 313.0 nm, and Be I 234.9 nm

Fig. 3 Calibration curves for Be and Cr

Table 2 Comparison of estimated detection limits^{a)} (pg)

Element	Wavelength/nm	This work	Reference
Be	II 313.04	0.10 ^{b)}	10 ^{c)}
	313.11		—
	I 234.86	7.5	15 ^{d)}
	249.47	95	—
Cr	265.06	6.9	—
	II 267.72	11	92 ^{c)}
	283.56	9.0	—
	I 357.87	170	—
	359.35	140	—
	425.44	180	1500 ^{d)}

a) defined as the amounts of metal that yields a net signal equal to three times the standard deviation of the blank signal. b) these two lines could not be resolved with spectrometer I. c) with trifluoroacetylacetone by ICP-AES (without GC)⁸⁾. d) with acetylacetone by GC/Ar-MIP (tapered rectangular type)-ES⁹⁾.

3.5 検量線及び検出限界

各分析線を用いた場合の検量線と検出限界 ($S/N=3$) を各々 Fig. 3, Table 2 に示す. 検量線の傾きはすべての分析線で約 1.2 であった. 又, 検出限界は従来の Ar-MIP と比べて, Be, Cr とともに約 150 倍向上することが分かった. なお, 今回用いた分光器 I は AAS のものを代用したため, 必要以上にスリット幅が広く SB 比が悪くなっていること, 又観測位置を He 388.9 nm の最大強度位置に設定したため, 各分析線の最大強度位置から外れていることを考慮すれば, 検出限界は更に向上する可能性がある. 分析精度は Be の絶対量が 1.7 pg のとき 11% ($n=8$) であった. 海水や河川水の Be の分析への応用を現在検討中である.

文 献

- 1) 荒川基一, 谷川啓一: “有機金属化合物のガスクロマトグラフィー”, p. 73 (1969), (技報堂).
- 2) C. I. Measures, J. M. Edmond: *Anal. Chem.*, **58**, 2065 (1986).
- 3) J. Savory, P. Mushak, F. W. Sunderman, Jr., R. H. Estes, N. O. Roszel: *Anal. Chem.*, **42**, 294 (1970).
- 4) R. J. Lloyd, R. M. Barnes, P. C. Uden, W. G. Elliot: *Anal. Chem.*, **50**, 2025 (1978).
- 5) R. M. Dagnall, T. S. West, P. Whitehead: *Analyst* (London), **98**, 647 (1973).
- 6) H. Kawaguchi, T. Sakamoto, A. Mizuiki: *Talanta*, **20**, 321 (1973).
- 7) M. S. Black, R. E. Sievers: *Anal. Chem.*, **48**, 1872 (1976).
- 8) T. Fujinaga, T. Kuwamoto, K. Isshiki, N. Matsubara: *Spectrochim. Acta*, **38B**, 1011 (1983).
- 9) B. D. Quimby, P. C. Uden, R. M. Barnes: *Anal. Chem.*, **50**, 2112 (1978).
- 10) K. Tanabe, H. Haraguchi, K. Fuwa: *Spectrochim. Acta*, **38B**, 49 (1983).

☆

Determination of acetylacetonates of beryllium and chromium by GC/helium-induced plasma emission spectrometry. Hiroaki TAO, Takashi IMAGAWA, Akira MIYAZAKI and Kenji BANSHO (National Research Institute for Pollution and Resources, 16-3, Onogawa, Yatabe-cho, Tsukuba-gun, Ibaraki 305) Atmospheric pressure helium microwave induced plasma sustained with a Beenakker type cavity (He-MIP), which is very useful for the determination of metallic and non-metallic elements, has not yet been applied to volatile β -diketonates. The purpose of this work is to investigate optimum conditions for the determination of Be and Cr acetylacetonates with GC/He-MIP emission spectrometry. A OV-1 coated fused silica capillary column (0.53 mm i. d., 10 m long, 2 μ m film thickness) and a TM₀₁₀, Beenakker type cavity were used. The most critical parameters were plasma power and plasma gas flow rate. Optimum conditions for Be II 313.0~1 nm (these two lines could not be

resolved with a monochromator used) with 1 mm i. d. discharge tube were as follows: microwave power, 60 W (10 W reflected); carrier gas flow rate, 15 ml/min; plasma gas flow rate, 600 ml/min. In general, gas flow rate influenced emission intensities of ionic lines more severely than those of atomic lines. Each special distribution of emission intensity of Be II 313.0 nm, Be I 234.9 nm and He I 388.9 nm was different. The linear dynamic range was almost 10^4 , and the limits of detection ($S/N=3$) were 0.1 pg for Be and 9 pg for Cr, respectively. The relative standard deviation was 11% at 1.7 pg of Be.

(Received January 22, 1987)

Keyword phrases

determination of acetylacetonates of beryllium and chromium; GC; atmospheric pressure helium microwave induced plasma emission spectrometry.

1-ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウムを用いる銅(II)の重量分析

林 謙次郎®, 佐々木義明, 田頭昭二,
村上良子, 楠森 功吉, 森永佳子*

(1987 年 1 月 29 日受理)

1 緒 言

銅化合物の銅含量検定については, 電解重量法, チオ硫酸滴定法及びムレキンドを指示薬とする EDTA 滴定法が JIS¹⁾ で指定されている. その他, 酸化銅法²⁾ やチオシアン酸銅法³⁾ などの重量法もよく知られている. しかし, それらの重量法の重量係数は 1.0~0.5 といずれも大きい. 又, EDTA 滴定法は終点が不明確である.

1-ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム (NH₄ pdtc) を用いる Cu(II) の抽出吸光度法や抽出 AAS はよく知られているが, pdtc を用いた Cu(II) の重量法の例はいまだ見ない. NH₄ pdtc は高純度のものが容易に入手可能で, 水に対する溶解性も良く, 沈殿剤として用いるのに適している. 今回, [Cu(pdtc)₂] 錯体による Cu(II) の重量法を検討した. その結果, 沈殿は 110 °C

* 山口大学理学部化学教室: 753 山口県山口市吉田 1677-1