医用超音波画像の特徴と今後

望月 剛†

キーワード：医用，超音波，放射線画像，映像法，光音響

1. まえがき

現在，病院などのエコー検査で用いられている装置が超音波診断装置と呼ばれるもので，今や医療の場では，X線CT装置や核磁気共鳴イメージング（MRI）装置などと同じく診断および治療において必須のモダリティとなっています。しかし医用画像は他の映像，例えば，自然の景色とか町中の映像とは大きく異なり，画像としてその読影には極めて高い専門性が要求されます。また，医用断層画像として代表的なCTやMRI画像と比較しても超音波画像は異なるユニークな情報を提供しています。そこで本稿では，簡単にそれら超音波画像の特徴を述べ，それらの実際の臨床画像などをできるかぎり多く提示しながら画像の特徴を紹介することにします。

2. 超音波診断装置とその特徴

超音波診断装置は，病院などで中央エコー検査室に置かれている比較的大きな装置（図1（左））からラップトップ型（図1（右））や，今や手のひらに乗る小型のもの（図1（中央））まで，その性能と機能に応じた種類のものが市販されています。お医者さんのトレードマークである白衣と聴診器のかわりに，白衣に超音波診断装置を携帯する時代はもうすぐそこに来ています。超音波診断装置の画像構成方法は，レーダーやソナーの原理と同様に，超音波パルスを送波して目標物から反射して来るエコー信号を検出し，そのエコーが飛来する方向と時間による距離計測から目標物の空間座標を得てその座標にエコー強度を画像の濃淡として表示した画像です。すなわち，これは身体の断層画像を表示する画像となり，Bモード画像（断層画像）と呼ばれます。画像構成の詳細な原理は文献を参照願います¹⁾²⁾。

画像例として腹部のBモード画像例を図2の左側に，同

図右側にはMRI画像を示しています。肝臓の中に腫瘍がある症例で超音波検査とMRI検査で得られた画像のほぼ同一

図1 超音波診断装置の種類

図2 腹部の超音波断層画像とほぼ同一部位のMRI画像

† 株式会社MU研究所

"Feature and Future of Medical Ultrasound Imaging" by Takashi Mochizuki (Medical Ultrasound laboratory Co., Ltd., Tokyo)

図3 肝臓と腎臓の超音波断層画像

部位を並べて表示しています。この例のように異なるモダリティで異常組織が同時に検出される場合と、どちらか片方の画像でしか検出されない場合があります。このように異なる種類の画像を並べて表示する方法は読影をする医師にとって大変に有用な表示法となります³⁾。

図3には腹部検査における肝臓と腎臓の画像を供覧します。同図上段左は肝臓が、その隣中央は肝臓と腎臓(丸く大きな楕円状の画像)が同時に入る断面画像が、そして右も同じく肝臓の画像が表示されています。それらの画像で黒色の細長い部位が血管の画像です。下段左は腎臓(楕円の像)の中に丸く黒く抜けた画像が見えますが、これは腎臓内に発生した嚢胞(膿や体液が溜まっている袋状のもの)が表示されています。下段中央も腎臓ですが、腎臓内にボール状の大きな腫瘍が描出されています。さらに下段右は肝臓の右に黒く抜けた部位が胆嚢であり、その中に白く強いエコー像が見え、その下に黒く音響陰影を引いているものが、胆嚢内にできた胆石です。超音波検査では超音波プローブを体表に当てるとその場ですぐに上記のような画像が映し出されます。

超音波検査では次のような特徴があります。

- (1) レントゲン検査やX線CT検査において、厳密に管理されなくてはならない放射線の影響がまったくない特徴があります。このため放射線に特に影響を受けやすい胎児の検査などには、早くから超音波検査が用いられ必須の検査法です。
- (2) 放射線管理室やMRI装置で必要な磁気シールド室などの特殊な検査室を特に必要としない点、そして小

型な装置が開発されていることなどからベットサイドなど、どこでも検査が可能なことです。

- (3) 超音波診断装置は実時間表示であるので、その場で診断が可能である点、また手術などのナビゲーションに使用可能な点です。CTやMRI装置でも技術進歩により上記の画像表示速度が高速になり、毎秒数百フレームまで来ている装置も登場していますが、超音波装置ではその1桁から、高速モードでは2桁以上の毎秒数百フレームまでの高速表示が可能です。

以上が超音波診断画像として必ず列挙される特徴ですが、執筆者はさらに次の点を本稿では強調したいと思います。すなわち、放射線や磁気を用いた画像装置では比較的に患者さんの体型などの影響を受けにくく、数種類の物理パラメータのみで変化します。それに対して超音波が人体を伝搬する際にはかなり多くの物理パラメータが関係してきます。このために患者さんの個体差などにより画質が大きく変わるなどの問題が生じます。例えば、太った人では脂肪が多く超音波の吸収減衰が大きいために、また逆に筋肉質の痩せた人でも今度は散乱減衰が大きいのために体の深部の臓器が診にくい問題があります。さらにはその減衰特性が周波数特性を持ち、すなわち高周波程減衰が大きいために、超音波パルスは、生体内を伝搬するとそのパルスの波形が刻々と変化してしまう点や、次節で述べる特性として生体組織の非線形伝搬特性があるためにさらに波形が変化するなど複雑に変化します。このため良い画像を得る装置の開発者にとってはとても厄介な問題です。そして同時にこの複雑な画像を読影される医師にとっても、高

度な読影能力や読影経験を身につけなくてはならない問題となります。しかし、これは見方を変えると超音波画像では患者さんのより多くの情報を反映している画像であるとも言えます。事実、この特徴を逆手にとってユニークな画像表示が実現して来ています。その幾つかを次に紹介いたします。

3. 最新の映像法と臨床画像例

3.1 カラー Doppler 画像

超音波パルスを、血管内を流れる血液の中に送波すると非常に微弱なエコー信号が得られますが、この信号レベルは他の生体組織からのエコー信号のそれと比較して 30 dB から 40 dB も小さな信号であるために通常の B モード画像では映像化されず、したがって血管内は黒く抜けた画像となります。しかし、血液は流れていますのでその部位からのエコー信号では Doppler 効果によりその信号の周波数が僅かながら偏移しています。この Doppler 偏移周波数を検出し、この周波数の平均値を色情報として表示した画像がカラー Doppler 画像です⁴⁾。図4には心臓内を流れる血流の状態をカラー Doppler 表示した例を示します。同図左には心臓の拡張期に下の左房から、開いた僧帽弁を經由して上の左室に血液が流入する様子が表示されています。振動子が扇状走査(セクタ走査と呼ぶ)の先端位置にあり、この時の血流は下から上に流れているので、振動子に近づく方向に血流があるため、カラー Doppler 表示では赤色に表示されています。それとは反対に収縮期には僧帽弁が閉じて今度は右側の大動脈弁が開き一気に左室内の血液がこの弁を通して右下に押し出されます。このとき血流の流れは振動子から離れる方向ですので青色で表示されます。この図ではそれぞれの時相での静止画ですが、超音波診断装置の画面では実時間で動画として表示されています。これまでの医療ではこのような血液の正確な流れ情報を得るために患

図4 心臓内血流速のカラー Doppler 表示

者さんに造影剤を静注する X 線アンギオグラフィが必須でしたが、それに替わって、カラー Doppler 表示は非侵襲的に血液の流れの画像が得られる大変に優れた方法です。このため、今やこの表示機能がない超音波診断装置の方が少ないほど普及しているものです。

3.2 パワー Doppler 画像

カラー Doppler 画像が血液の平均流速を映像化しているのに対して、パワー Doppler 画像⁵⁾では、Doppler 信号のパワーをマッピングしています。この Doppler 信号のパワーは血球の量に比例しますので、この映像では血流量を映像化した画像となります。図5(左)には腎臓内の血液の様子が表示されています。この場合にはカラー Doppler 表示と異なり血流の方向はわかりませんが、色の輝度が増す(この画像では白色に近づく)ところは血流量が多い、すなわちこの画像では太い血管を表しています。しかし、最近

http://us-ism.com/2005/11/post_186.html

提供: コニカミノルタ

図5 腎臓内血液の超音波パワー Doppler 表示

ではこのパワードップラ表示にカラードップラ処理による血流方向の情報を加えて、血流方向も含めたパワードップラ表示も可能となりました(図5(右))。

3.3 ハーモニックイメージング

Bモード画像表示では、送波した超音波パルスの周波数とほぼ同じ周波数のエコー信号で画像を構成します。ところが生体からのエコー信号のスペクトラムを観察すると、生体がつも超音波伝搬特性の非線形性が原因で送波の周波数(これを基本周波数とよぶ)成分のほか、その周波数の通倍に当たる高調波成分(ハーモニック成分)が検出されます。図6にその様子を示します。そこで、この高調波成分で断層画像を構成したものがハーモニックイメージングです⁶⁾。この画像の特徴は、高調波成分で画像が構成されているので、通常のBモード画像よりも空間分解能の良い画像となります。またハーモニックの勢力は超音波送信音圧の2乗に比例しますので、主ビームのハーモニック成分の発生に比較して、音圧が低いサイドローブではハーモニックの発生がより小さくなります。すなわちサイドローブによる音響ノイズが少ない画像となります⁷⁾。同様に多重反射しているエコー信号でもそのハーモニック成分が小さくなり、多重反射によるアーチファクト(虚像)が少ない画像となります。ただし、このハーモニック成分が生じるには、超音波パルスがある深さまで伝搬する必要があるので、振動子に近い距離ではハーモニック画像が充分に得られません。逆に深いところでは、ハーモニックによるエコー信号は高周波であるために振動子まで戻って来ると途中で減衰してしまう問題があります。したがって、ハーモニックイメージングでは、中程度の深さの位置で綺麗な画像が得られる特徴があり、Bモード画像との使い分けが行われています。

3.4 エラストグラフィ

別名、弾性画像とも呼ばれますが、組織の硬さ情報を提供できる画像です。Bモード画像では形態情報を表示していますので、例えば、乳房内に周りの正常組織と異なる構造物(腫瘍など)が読影されます。もし、さらにその組織の硬さ情報が得られるならば、その腫瘍が悪性腫瘍(がん組織)なのか、良性腫瘍(おでき)なのかの鑑別が可能となります。この鑑別は大変に重要で治療方針に大きく影響する情報です。超音波によりこの弾性情報を得る方法は大きく2種類あります。その一つは、通常の超音波検査では医師または技師が超音波の送受信を行う超音波プローブと呼ばれるものを把持し、これを患者に直接当てて体内のエコー情報を得ます。このときにこのプローブで少し体表を押しながら、断層画像を得ます。このとき装置の方では押している間に得られる複数枚の画像から組織の変位を測定し、その変位量(歪み量)を画像化します。この画像の原理は、柔らかい組織は押されることによる歪み量が大いですが逆に硬い組織ではこれが少なくなることを利用しています

図6 超音波エコー信号の基本周波数成分とハーモニック成分

図7 超音波の縦波と横波を利用した組織弾性画像の原理

ので、Strain imaging (歪み画像)と呼ばれることがあります⁸⁾。もう一つの方法は、図7に示すように通常のBモード画像を構成する超音波パルスよりも少し音圧の強いパルス(これをプッシュウェイブと呼ぶ)を送信すると、このパルスの放射力によって組織がパルスの伝搬方向に押されます。そしてその組織がもとの位置に戻るときに横波(Shear Wave)が発生します。この横波はプッシュウェイブが伝搬する方向に対して直角の横方向に伝搬しますが、この横波の波面は同図に示すように斜めの線として広がって行きます。そして組織の横波伝搬速度が速いときにはこの傾き角が大きくなり、遅い場合には小さくなります。したがってこの傾きをBモード画像で検出すれば組織中の横波の音速が得られます。この原理で得られる画像はShear Wave Imagingと呼ばれています。または放射圧を用いることからARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) とも呼ばれています⁹⁾。これらが可能な理由は、生体組織では横波の音速が縦波のそれと比較して非常に遅いためです。さらに組織の硬さ情報が得られるのは、生体組織の違いにより縦波音速はそれほど変化しないのに対して横波音速は大きく変化する特徴があるためです。このように生体と超音波とは大変に複雑な関係がありますが、逆にこの特徴を利用したユニークな方法と言えます。図8には上記の2種類の方法で得られた臨床画像を示します。図8(a)は乳房のBモード

図8 歪み弾性画像例とせん断断画像例

図9 腫瘍への増殖血管の光音響画像¹²⁾

画像です。中央付近に丸い異状な画像が観測され、腫瘍であることが疑われます。しかし、この腫瘍の良悪性判定はこの画像だけで判断することはかなり難しくなります。そこでエラストグラフィ表示に切替えると、図8(b)、図8(c)の画像表示が得られます。図8(b)はBモード画像とその画像にStrain Imagingを色情報として重畳した画像です。この画像では、Bモードで腫瘍と疑われる部位が青色にそれに対して周囲の組織が赤色に表示されていることから、この部位は周辺組織よりも硬い組織であることがわかります。同様に図8(c)の画像でも腫瘍部位が硬いことを示す表示が示されています。ただし、この表示では硬い組織を先ほどとは逆に赤く表示しています(色の表示方法はユーザ選択で逆にすることも可能です)。

3.5 光音響画像

Photoacoustic Image (PAI)¹⁰⁾とも呼ばれ、最近注目されている映像技術です。光学の特徴と超音波画像の特徴を合わせもつ新しい映像法です。原理は光を短時間、生体内の一点に集束させると局所的に組織が断熱膨張し、そのためにそこから超音波が発生します。その超音波を超音波診断装置の受信側で受信して映像化するものです。この画像の特徴は光と超音波を用いるので、光のみで送受信をするOCT (Optical Coherence Tomography)¹¹⁾画像よりも深いところの画像が得られ、かつ、超音波のみの場合よりも空間分解能の良い画像が得られます。ちょうどOCTと超音波画像の中間の高分解能画像となるわけです。さらに特徴的なことは、血液での吸収が大きい波長の光を利用するこ

とにより毛細血管などを非常に高分解能で表示できる特徴があります。図9は文献¹²⁾から引用した画像ですが、腫瘍等への血管増殖の様子などを高精度で表示できることを示しています。このように腫瘍への増殖血管の詳細な状態が把握できると、例えば、抗がん剤等の正確な効果判定にも応用が可能となり、化学療法の発展にも寄与することになります。

4. むすび

超音波画像は、専門外の人には良くわからない画像であると言われることが多いので、ここでは比較的理解しやすい画像例を紹介しました。まず基本となる超音波Bモード画像を中心に超音波画像の解説を行いました。続いて放射線画像では得にくい血流情報の画像を提示し、形態診断のみならず機能診断も可能である点、さらに硬さ情報も映像化できるようになり、超音波診断の幅が広がり、より多くの情報を医師に提供できている現状を紹介しました。最後に今後の展開としては光学と超音波の両方の特徴を有するまったく新しい技術を紹介しました。しかし、超音波診断装置にはまだまだ沢山の特徴的な機能が、例えば、超音波3次元表示¹³⁾やコントラスト造影表示¹⁴⁾などが、実際の臨床場で使用されています。またそれらの表示の高分解能を実現する技術開発も精力的に進められています¹⁵⁾。さらに医用超音波技術は画像診断のみならず、治療に応用する研究も進んでいます。強力な音響エネルギーでがん組織を焼灼する技術(HIFU: High Intensity Focused Ultrasound)¹⁶⁾や、抗がん剤と超音波を併用する技術¹⁷⁾、マイクロバブルと超音波を用いて遺伝子治療を行うsonoporation技術¹⁸⁾、超音波放射力を用いたDDS技術¹⁹⁾、超音波放射力を用いたカテーテル誘導技術²⁰⁾など、超音波の利用は増々広がりを見せています。残念ながら今回は紙面の都合でそれらについて紹介できませんでしたが、本稿を読まれた方々が少しでも医用超音波に関心を持っていただけたら幸いに思います。

謝辞 執筆に当たり多くの方のお世話になりました。超音波画像の高分解能の研究で先進的な研究をされている富山大学の長谷川英之先生、エラストグラフィや最新の光音響工学についてご教授いただいた京都大学の椎名毅先生に感謝いたします。また、貴重な臨床画像のご提供をいただきました、GEヘルスケアジャパン株式会社、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン、コニカミノルタジャパン株式会社等々の各医療機メーカーの皆様はこの場を借りましてお礼を申し上げます。(2017年7月28日受付)

〔文 献〕

- 1) 望月：“特集の狙いと現状の超音波診断装置の概要”，Medical & Imaging, 3, pp.15-21 (2015)
- 2) 伊東，望月：“超音波診断装置”，コロナ社
- 3) 橋本：“最新の超音波ボリュームデータ処理”，Medical & Imaging, 4, pp.33-37 (2016)
- 4) 滑川，原田，河西：“超音波ドップラーによるリアルタイム血流映像装置”，信学誌，J70-D, 7, pp.1432-1440 (1987)
- 5) J.M. Rubin, R.O. Bude, P.L. Carson, et al: "Power Doppler US: A potentially useful alternative to mean frequency-based color Doppler US", Radiology, 190, pp.853-856 (1994)
- 6) 秋山：“超音波非線形現象を用いた新しいイメージング”，日本音響学会誌，54, 10, pp.739-743 (1998)
- 7) 梅村：“Tissue harmonic imaging: 抜けのよさを生むメカニズム”，超音波医学，25, pp.323-324 (1998)
- 8) J. Ophir, I. Cespedes, B. Garra, et al: "Elastography: ultrasonic imaging of tissue strain and elastic modulus in vivo", Eur. J. Ultrasound, 3, pp.49-70 (1996)
- 9) K. Nightingale, S. McAleavey, G. Trahey: "Shear-wave generation using acoustic radiation force: in vivo and ex vivo results", Ultrasound Med. Biol. 29, pp.1715-1723 (2003)
- 10) M. Xu and L.V. Wang: "Photoacoustic imaging in biomedicine", Review of Scientific Instruments, 77, 041101 (2006)
- 11) Bezerra, G. Hiram, Costa, A. Marco, Guagliumi, Giulio, et al.: "Intracoronary Optical Coherence Tomography: A Comprehensive Review", JACC: Cardiovascular Interventions, 2, 11, pp.1035-1046, PMID 19926041 (Nov. 2009)
- 12) J. Laufer, P. Johnson, E. Zhang, et al: "In vivo preclinical photoacoustic imaging of tumor vasculature development and therapy", Journal of Biomedical Optics 17, 5, 056016 (May 2012)
- 13) 嶺，久我：“音波検査の3次元表示－原理と効果－”，超音波医学，42, 4 (2015)
- 14) 森安，飯島：“微小気泡造影剤を使った造影超音波診断の現状と展望”，映像Medical, 38, 5, pp.570-578 (2006)
- 15) H. Hasegawa and H. Kanai: "Effect of sub-aperture beamforming on phase coherence imaging", IEEE trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 61, 11, pp.1779-1790 (2014)
- 16) S. Shoji, M. Nakano, Y. Nagata, Y. Usui, T. Terachi, T. Uchida: "Quality of life following high-intensity focused ultrasound for the treatment of localized prostate cancer: A prospective study", Int J Urol, 17, pp.715-719 (2010)
- 17) 山田，田畑：“超音波とDDSを組合せたがん治療法”，生体医工学，43, 2, pp.238-246 (2005)
- 18) 根岸，高橋（達藤），鈴木，丸山，新橋：“バブルリボソームと超音波技術を融合した骨格筋への遺伝子デリバリーシステムの開発”，Yakugaku Zasshi, 130, 11, pp.1489-1496 (2010)
- 19) H. Wada, J. Koido, S. Miyazawa, T. Mochizuki, K. Masuda, J. Unga, Y. Oda, R. Suzuki and K. Maruyama: "Experimental analysis of behavior in nanobubbles using echograms under ultrasound exposure", Japanese Journal of Applied Physics, 55, 07KF06 (2016)
- 20) T. Mochizuki, N. Tsurui, N. Hosaka, R. Koda and K. Masuda: "Quantitative measurement of acoustic radiation force on a thin catheter to apply to endovascular therapy", Japanese Journal of Applied Physics, 53, 07KC09 (2014)

もちつき たけし
望月 剛 1994年，東京農工大学大学院工学科博士課程修了。超音波診断装置の研究開発に従事し，2012年，日立アロカメディカル(株)(現(株)日立製作所)を定年退職。同年，東京農工大学大学院生物システム応用科学府特任教授就任と同時に，(株)MU研究所を設立し，その代表取締役役に就任。現在，東京農工大学を退職し，同大学客員教授。また，首都大学東京および埼玉医科大学の非常勤講師。著書に『超音波診断装置』共著(コロナ社)，『医用音響工学』共著(東京電機大学出版局)。博士(工学)。