— 報 告 —

機動的希ガス分析に向けて：希ガス元素分析における装置移動の影響評価の試み

田村 肇^{1a*}, 熊谷 英憲^{1a}, 佐藤 佳子^{1a}, 鈴木 勝彦^{1a}

四重極型質量分析計を装備した超高真空試料真空破碎装置を実験室外に移動して分析を行うことで、希ガスおよび共存する炭酸ガス、水、窒素のガス分析を機動的に行う可能性を検証した。移動に際し装置超高真空部の封止に注意を払うことで、移動後も実験室内での運用と同程度の 10^{-5} Pa台の圧力が維持された。火山ガスを大量に含む玄武岩質ガラス6K834R4の分析において、ベースラインからの見かけ変動値は最少で、装置内の分圧として 7×10^{-7} Paであった。今回の結果により、移送および組み立てにおいて十分な配慮があれば、所要の電力が供給された観測船や車両において、流体中の微量ガスのその場分析が可能であるという見通しが得られた。

キーワード：質量分析，現地機器分析，希ガス

2009年2月24日受領；2009年9月7日受理

1 独立行政法人海洋研究開発機構・地球内部変動研究センター

現在の所属

a：独立行政法人海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域

代表執筆者：

田村 肇

独立行政法人海洋研究開発機構・地球内部ダイナミクス領域

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2-15

046-867-9318

jim-tamura@jamstec.go.jp

著作権：独立行政法人海洋研究開発機構

— Report —

Mobile noble gas analysis: A trial of on-site measurement of noble gas elemental abundance

Hajimu Tamura^{1*}, Hidenori Kumagai¹, Keiko Sato¹, Katsuhiko Suzuki¹

A vacuum sample crushing system equipped with a quadrupole residual gas analyzer was operated out of laboratory and was proved to perform reliable sample analyses of noble gases and coexisting carbon dioxide, water, and nitrogen. Careful sealing at disassembly and assembly maintained the apparatus under ultra high vacuum of 10^{-5} Pa that is comparable to the pressure in usual operation. The analyses of a gas rich basaltic glass from East Pacific Rise, 6K834R4, represented minimum detection limit down to 7×10^{-7} Pa as a partial pressure in the instrument; the value was determined as the difference between an apparent value of change from a base line. The result demonstrates the potential of “on-site” gas analyses on fluids on research vessels or vehicles when the sufficient electric power is supplied and the apparatus is treated carefully at transportation and assembly.

Keywords : mass spectrometry, on-sight instrumental analysis, noble gas

Received 24 February 2009 ; Accepted 7 September 2009

1 Institute for Research on Earth Evolution, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

Corresponding author :

Hajimu Tamura

Institute for Research on Earth Evolution, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

2-15 Natsushima-cho, Yokosuka 237-0061, Japan

+81-46-867-9318

jim-tamura@jamstec.go.jp

Copyright by Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

1. 序

地球科学のための希ガス分析においては、可搬測定に対する需要が広く存在する。地質活動と関連すると考えられる噴気や湧水のような湧出現象での希ガス元素の存在度や同位体比の変動は、時間的にも空間的にも、ガス供給の契機となる地質活動の変化を示唆する。こうした希ガス組成の変動の検出のために、現地より試料を採集し、実験室内で同位体組成等を分析している例としては、Sano and Nakajima (2008) など多数の例がある。ガス試料は、大気中での採取による混染が避けられず、保管による試料の劣化が生じやすいという欠点もある。このため、対象とする湧出現象の場に分析装置を携行することは、より新鮮な試料での分析を可能にするという利点がある。また試料を採集する場合運搬能力や採集容器の数の制約から単位時間あたりの試料数が制約されてしまう。現地での分析であれば、分析に要する時間によって決まる限界まで高密度での分析が可能である。希ガス同位体分析に用いられる扇形磁場型質量分析計は、構造上振動に弱くかつ大型であるため、簡便に携行が可能な装置とすると分析が元素組成に限られる。そのような制約があるとはいえ、現地分析の利点は大きく、さらに、現地で得られた情報にもとづき高価値の試料をその場で選別することで実験室での試料分析をより絞り込んだ形で行うことも可能になる。例えば Zimmer and Erzinger (1995) ではドイツの大陸地殻掘削プロジェクトである KTB において掘削泥水からガスを採取し、希ガス元素存在度を含む微量ガス元素濃度をモニターしている。海洋研究開発機構は観測・調査に立脚した海洋地球科学研究を実施する機関であり、観測・調査の現場における試料情報の収集手段を充実することは必須であろう。機動的希ガス分析は噴気や湧水のような湧出を伴う地質活動の時間的・空間的な変動に関わる調査・観測において有用である。

気体試料中の希ガス元素の分析には、通常質量分析法を用いる。質量分析は分子量の違いにもとづいて試料の組成を分析する手法である。試料分子はイオン源でイオン化され、電場による加速を受けた後、分析部で質量数と荷数の比(m/z)にもとづいて分離される。分離されたイオンは検出部でイオン電流として検出される。

希ガス質量分析においては、装置内の圧力を 10^{-5} Pa 以下の超高真空に保つことが必須である。 m/z によるイオン飛跡の違いを利用して分析を行うには、イオンが他の分子に衝突することなくイオン源から検出部まで飛行することが必要である。すなわち装置内における気体分子の平均自由行程がイオン源から検出部まで

のイオンの飛行距離を上回っている必要があり、ここから装置内の圧力の上限が定まる (de Hoffmann and Stroobant, 2002)。また、希ガス元素のイオンの m/z は比較的小さく、大気中に含まれる希ガス元素や大気に含まれる希ガス以外の物質のイオンの m/z と重なるため、これらをできる限り取り除くためにも装置内の圧力を低く保つ必要がある。 10^{-5} Pa 以下の圧力が求められるのはこのためであるが、装置を単純に排気するのみでは内面に吸着性の高い物質が残留する。このような物質が分析の際に再放出されると、その中で希ガス元素に近い m/z を持つようにイオン化されたものは、希ガス元素のイオンビームと重なって検出され、分析を妨害してしまう。真空容器を排気しつつ加熱すること (ベークイングと称する) などにより、吸着性の高いガス種を含めて装置内の残留ガスを充分に取り除き、その状態を保つことが重要である。

機動的希ガス分析においては、装置の移動の際に装置の停止および分解を行うことが考えられる。車両などの輸送機材が測定作業が可能な状態の装置を搭載するだけの空間を持ち、かつ十分な電源を搭載していれば、装置の移動に伴って装置を停止ないしは分解する必然性は必ずしもない。しかし分析を実施する地点の道路事情や輸送に際しての特殊事情から、そのような前提を満たす大型の機材を用いて輸送できない状況がある。

そのような装置の停止および分解において、装置内の圧力が高くなり、あるいはこれも含めて装置内部を汚染する可能性がある。これは、超高真空を作り出す真空ポンプとしてターボ分子ポンプを用いるための必然的リスクである。ターボ分子ポンプは音速付近で回転する回転翼によって分子の移動方向や運動速度をそろえ、低真空側に向かって分子の流れを作り出して排気を行うポンプである (堀越, 1994)。気体を装置外に排出し、動作中に装置内を汚染しない形式の超高真空ポンプとして唯一の選択肢であるが、回転翼を安定して回転させる機構は振動に弱く、装置を運搬する際には停止する必要がある。その際に内部には低真空側から気体が逆流し、ポンプ内部を汚染する。また、ターボ分子ポンプは大気圧からの排気能力を持たないため、始動時の粗引き用、および、動作中に排気側圧力を下げる目的で、しばしばオイルロータリーポンプが用いられる。オイルロータリーポンプは、故障が少なく大量の気体を排気する能力を持つが、動作中であっても、使用している油の蒸気が高真空側に存在する。したがって、ターボ分子ポンプを停止すると、油蒸気が高真空側へいわば「逆流」するため、大気以上にポンプ内部

を汚染してしまう。このため、ターボ分子ポンプを組み込んだ真空装置は、移動の際には一度装置を停止し、オイルロータリーポンプを高真空側容器から切り離す必要がある。このときにも装置内部が汚染されないよう、バルブの開閉とポンプの停止の順序を適切に処置し、油蒸気の流入を防ぐことが重要である。これは、移動中のみならず、移動が完了してポンプを起動した後も、移動中に発生したポンプの汚染が装置の超高真空部に及ばないようにすることを含む。そのためには、12時間程度ポンプを含めて装置全体のベーキングを行う。しかしながら、加熱用のヒーターが大電力を消費すること、脱ガスとその後の装置の冷却に一昼夜程度の時間が必要であること、また質量分析計は一般に加熱脱ガス後に調整が必要になることから、機動的希ガス分析においては、装置全体の加熱脱ガスを移動後に行うことは、避けることが望ましい。また、移動に伴う振動は、ターボ分子ポンプ回転翼の損傷だけでなく、分析装置や配管の気密を損う可能性がある。

本研究では、将来的な機動観測を念頭に、装置移動に伴う分析への影響を評価するため、JAMSTEC横須賀本部構内で実際に装置を移動し、移動の前後に試料の分析を行い、比較試験を行った。

2. 機材および試料

今回用いた真空試料破碎装置(Fig. 1)は、横須賀本部に設置された希ガス質量分析装置(Sato et al., 2005; Tamura et al., 2005)の一部として、2002年度より必要な部品の収集を開始し、2003年度に組み立てを行い、運用を開始したものである。試料破碎管と四重極型質量分析計Stanford Research Systems製RGA200を含む超高真空部分(Fig. 1のB~D)がひとつの架台に載っており、コイル電源およびRGA200の制御部を別途用意すれば希ガス質量分析装置と切り離しての運用も可能である。四重極型質量分析計は分析部が固定された電極のみからなるため振動に強い。本実験のため、希ガス質量分析装置から切り離れたうえで、真空破碎装置コイル電源の制御をAdtek System Science製AXP-PI02を用いたものに変更した。RGA200はStanford Research Systems製RGA Software ver. 2.30を用いて制御し、これを動作させるためのラップトップ型コンピューターを用意した。超高真空部分においては、部品の接続にコンフラット(ConFlat®)フランジとして知られるナイフエッジ型メタルシールフランジ(ISO, 1986; 黒河内ほか, 2007)を用いている。使用したガスケットは無酸素銅を打ち抜き加工したものである。この形式のフランジはベーキン

Fig.1. Schematic configuration of the vacuum crushing system modified from Sato et al. (2005). Squares and circles with cross are vacuum valves. Valves marked with circle symbols are operated in the experiment. A - G symbols indicate parts of the instruments which are A; oil rotary pump, B; turbo molecular pump, C; sample preparation and measurement part including the electromagnetic vacuum crusher and RGA200, D; sample purification part, E; electromagnetic coil, F; coil and RGA200 control including PC, G; sample purification apparatus for isotope analysis.

グ可能な超高真空用フランジとして広く用いられている。オイルロータリーポンプとターボ分子ポンプの接続には、クイックカップリングとして知られるOリングシールクランプ締めフランジ（日本規格協会, 1988; 黒河内ほか, 2007）を使用している。この形式のフランジは、ガスケットホルダーに装着したゴム製Oリングをチェーンクランプで締めつけることで、容易に着脱でき、かつ高真空を維持するのに十分なシールが得られる（堀越, 1994）。

本研究において上記の機材を使用した理由は、そもそもある程度の分解移動を念頭において製作されていたためである。使用後は確実に原状に復帰することが必要であるため、比較のための分析については、使用した機材が供えている機能を用いたガラス試料の破碎分析とした。本研究は将来実現されるべき分析として連続ガス分析を想定しているが、これを行うには、ガスを分析に適した圧力に減圧するためのキャピラリーや流量調節器の追加が必要であり、かつ装置内の汚染やポンプの破損の危険が伴う。

比較のため分析する試料は、東太平洋海膨でのYK04-07航海にて採取された玄武岩質ガラス6K834R4であり、多量のガスを含むことが報告されている(Geshi et al., 2007)。本研究では試料由来のガスが容易かつ確実に検出できることが望ましかったため、このような試料を使用した。

3. 試験手順

前述の真空試料破碎装置をJAMSTEC横須賀本部構内で移動し、移動の前後で試料のガスを分析することで、試験を行った。移動に際しては装置を四個の部分に分解し、移動後組み立てを行った。組み立て後は分析の前に12時間排気を行ったが、ベークিংは行わなかった。手順の詳細は以下の通りである。装置をFig. 1のD部とG部の境界で希ガス質量分析装置(G部側)から切り離し、試料を破碎管に封入の上、ターボ分子ポンプで3時間排気した。次に200°Cで装置全体のベークングを12時間行い、室温に冷却してから移動前の分析を行った。その後、すべてのバルブを閉め、装置を停止の上、超高真空部分(Fig. 1のB~D)、オイルロータリーポンプ(Fig. 1のA)、コイル(Fig. 1のE)、制御部(Fig. 1のF)に四分割した。超高真空部分の移動は、架台に付属しているキャスターを用いて、実験棟5階にある実験室から試験を行う別棟1階まで、通路(アスファルト敷きの道路を含む)およびエレベーターを経由して手押しした。それ以外の部分は、同じ経路で別途移動した。移動後、装置の組み立てを行い、オイルロータリーポ

ンプを起動、30分後にターボ分子ポンプ(Fig. 1のB)を起動し、1時間後にすべてのバルブを開放して超高真空部分の排気を開始した。12時間後にバルブV8を閉めて移動後の分析を行った。移動後の排気中、ベークিংは一切行わなかった。

分析に際しては、破碎管から四重極型質量分析計までをV1を閉めて静作動状態とし、測定を行いつつ試料を破碎することで、測定値の変動を観察した。分析時の設定をTable 1に示す。測定を行う m/z は、試料から破碎により放出が期待されるガス種とバックグラウンドに由来する可能性があるガスを含むように m/z : 4, 14, 18, 40, 44とした。すなわち、試料から放出されたガスの指標として希ガス元素のヘリウムとアルゴンを選び、もっとも強いピークが得られると考えられる m/z : 4 ($^4\text{He}^+$)および、40($^{40}\text{Ar}^+$)を測定することとした。バックグラウンドに由来するガスとしては水、窒素、炭酸ガスを選び、それぞれ m/z : 18 ($^1\text{H}_2^{16}\text{O}^+$), 14 ($^{14}\text{N}^+$ ないしは $^{14}\text{N}_2^{2+}$), 44 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^{2+}$)を測定した。窒素は m/z : 28 ($^{14}\text{N}_2^+$)がもっとも量が多いと考えられるが、使用したRGA200では相当量の一酸化炭素($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^+$)が m/z : 28に見られるため、干渉の少ないと考えられる m/z : 14を用いた。また窒素に由来する m/z : 14のイオンは $^{14}\text{N}^+$ ないしは $^{14}\text{N}_2^{2+}$ の二種類があるが、他の物質で見限り使用したRGA200での二価イオン生成率は高くないため、イオン源で窒素分子が分解されることによる $^{14}\text{N}^+$ が主体であると考えられる。分析に用いたRGA200はファラデー検出器とより高感度のContinuous Dynode Electron Multiplier(CDEM)検出器の二種類の検出器を備えているが、上述のうちもっともガス量が少ないと考えられるヘリウムのみCDEM検出器を用い、他はファラデー検出器を使用した。CDEM検出器は二次電子増

Table 1 Operating setting of RGA Software in this experiment. Target rows contain target materials and the specific settings for each target material. CDEM and Faraday in the detector column specify the detector type to measure the material. See text for difference in detection mechanism between them. Integration row denotes integration time of a measurement in second, and display style row denotes the mode of measurement and style of partial pressure display.

Target	Material	m/z	Detector
	Helium	4	CDEM
	Nitrogen	14	Faraday
	Water	18	Faraday
	Argon	40	Faraday
	Carbon dioxide	44	Faraday
Integration	1 second		
Display style	Pressure vs. Time, logarithmic		

倍管の一種である (Stanford Research Systems, 1996). 二次電子増倍管による信号増幅は、増幅率が高く、ファラデー検出器の出力を電子回路によって増幅した場合と比べて暗電流の影響が少ないため、微小なイオン電流を検出できる。一方で増幅率がイオンの入射速度に依存し、長期的に不安定であること、強いイオンビームを入射させると劣化することから、高濃度のガスの検出には向かない (Habfast, 1997).

測定値の読み取りに際しては、破碎前の測定値と破碎後の測定値の差を読み取り、この差を放出量と見なした。RGA Softwareは指定した m/z を順に測定し、時刻順に出力する動作モードを持っている。この動作モードを用いて、測定値を収録し、測定値が急激に増加した時点を境として、その直前を破碎前のブランク測定値とし、その後、測定値の変動が見られなくなった部分を破碎後の試料ガスの測定値として用いた。またガス種によっては真空装置内の減衰の傾向が異なるため、測定値のピークの頂点を破碎後の測定値とした。この測定値の決定の詳細については後述する。

4. 結果

試料ガス分析時のRGA200の出力変動の例を Fig. 2に示す。破碎により最大数桁程度出力が立ち上がっている。出力の代表値の読み取りに際しては、ヘリウムおよびアルゴンについては平坦部の値を用いた。平坦部に先立つ尖頭部については Tamura et al. (2006) にてポスター報告している。窒素と水は徐々に立ち上がり、10分程度の分析では平坦部もしくは極大値を得られなかった。このためデータの最高値を代表値としており、過小評価の可能性もある。炭酸ガスでは立ち上がってピークを形成した後、減衰を示している。これはガス分子がイオンソースで分解するためと考えられる。このためピークトップの値を代表値として用いた。窒素と水の挙動

Fig.2. Typical snapshots of gas release. Time scale of each graph is same. a; helium, b; nitrogen, c; water, d; argon, e; carbon dioxide.

Table 2 Comparison between pre- and post-relocation states of the instrument.

	Pre-relocation (Pa)		Post-relocation (Pa)	
Total Pressure (blank)	4.5×10^{-5}		3.2×10^{-5}	
	Before crushing (Pa)	Released (Pa)	Before crushing (Pa)	Released (Pa)
Helium	2.0×10^{-8}	1.2×10^{-7}	2.6×10^{-8}	4.2×10^{-7}
Nitrogen	4.7×10^{-6}	1.6×10^{-4}	2.5×10^{-6}	3.1×10^{-5}
Water	8.4×10^{-6}	5.9×10^{-5}	3.2×10^{-6}	1.1×10^{-5}
Argon	2.2×10^{-6}	1.2×10^{-5}	2.7×10^{-6}	4.8×10^{-6}
Carbon dioxide	3.0×10^{-5}	8.5×10^{-3}	2.0×10^{-5}	8.3×10^{-3}

は明らかにヘリウム、アルゴン、二酸化炭素と異なる。出力の増加が続く期間が長いことから試料からのガス放出とは考えにくいので、イオン源での炭酸ガスと水素の反応による一酸化炭素と水の生成を見ている可能性もある。二酸化炭素の多い条件での分析については、詳細な検討が必要であろう。また窒素とアルゴンについては、スパイク状のピークが生じている。このスパイク状ピークは、他の測定ではスパイク状ピークではなく矩形波状の増減として見えていることもある。まずイオン電流値のデジタル化の際の量子化の影響を疑ったが、より小さな単位で増減を生じている部分があるので異なる現象と考えられる。スパイク状であるとはいえ10秒程度継続している現象であるため、電気的な雑音とも考えにくい。イオン化の不安定であれば、量としては同程度で、よりイオン化しにくいヘリウムに同様の傾向があつてしかるべきと考えられるが、そのような現象は観察されていない。ヘリウムや水で見られないことから考えて分圧条件のみで生じるものではなく、また m/z : 40ないしはこれに近い値を持つイオンで $^{40}\text{Ar}^+$ より多量に存在するものは考えにくいので、質量分解能が小さいことによる他のイオンビームからの影響とも思われない。ここでは、窒素についてはスパイク状ピークの最大値を、またアルゴンについては平坦部の平均値を代表値とした。

移動前および移動後の分析結果をTable 2に示す。移動の前後で破碎前の全圧や窒素、炭酸ガス、水の測定値に大きな増加はなく、むしろ全圧や窒素、水、二酸化炭素については減少している。これは移動前の装置の冷却が十分でなかったことを示唆するが、一方で移動や分解による大気の流れこみはなかったと考えられる。炭酸ガスの測定値も移動の前後で増加していないので、装置内はオイルロータリーポンプの油のような有機高分子によって汚染されていないと考えられる。移動前の超高真空部の圧力は、 4.5×10^{-5} Paであった。封止中の超高真空部の圧力は、移動の前後で 10^{-4} Pa台に保たれた。また、バルブV1の開放によって、超高真空部分の圧力は 10^{-5} Pa台に改善した。この圧力は希ガス質量分析装置から分離する前の超高真空部分の圧力と同等であり、上述の通り12時間の排気によってさらに減少し、 3.2×10^{-5} Paとなった。移動の前後における破碎前の測定値は、ヘリウムとアルゴンはほぼ等しいが、窒素、水、二酸化炭素は半分程度に減少している。移動に伴って装置に漏れが発生したのであればすべてのガスが顕著に増加するべきであるから、それが見られないということは漏れは発生していなかったと言えることができる。一方ここで減少しているガスは大気に由来し、試料や

Table 3 Partial pressures of measured gases in the experiment.

Number of crushing	Helium	Nitrogen	Water	Argon	Carbon dioxide
	10^{-7} Pa	10^{-6} Pa	10^{-6} Pa	10^{-7} Pa	10^{-4} Pa
1	41.9	30.6	10.6	47.9	83.4
2	37.0	66.3	28.3	45.4	83.9
3	36.8	78.0	88.7	43.8	83.9
4	29.7	91.9	18.5	43.8	81.6
5	29.7	95.0	21.9	32.6	79.4
6	20.9	63.8	9.8	37.4	62.1
7	21.3	60.6	10.1	39.8	63.1
8	32.9	19.8	11.3	33.0	66.6
9	20.3	32.6	9.0	19.6	62.8
10	18.3	54.9	15.8	18.6	65.0
11	4.0	8.9	22.3	20.1	8.2
12	12.7	17.4	8.8	34.6	64.3
13	13.8	40.5	9.4	35.8	103.5
14	10.7	15.3	6.4	23.0	50.0
15	10.1	22.2	15.4	34.6	56.4
16	11.5	24.1	9.7	18.6	60.3
17	13.7	33.7	29.9	32.6	76.4
18	10.3	31.1	26.5	13.7	66.4
19	10.4	23.9	27.5	39.4	66.4
20	12.2	26.5	13.4	23.4	67.3
21	10.4	22.0	24.5	31.0	62.0
22	11.2	30.6	22.7	32.6	66.7
23	11.0	29.4	25.9	31.0	66.2
24	10.1	22.9	26.3	34.2	69.8
25	10.1	20.8	22.2	19.3	63.5
26	8.8	21.1	23.0	25.8	62.0
27	9.2	21.5	28.0	20.0	52.5
28	10.6	21.1	21.4	20.0	42.8
29	10.7	25.0	74.4	25.0	62.5
30	11.0	20.0	75.9	25.0	63.5
31	9.8	18.4	18.5	20.9	50.4
32	10.4	24.1	19.6	18.5	47.3
33	10.9	19.4	16.4	11.2	17.6
34	12.2	23.1	17.2	15.0	39.4
35	9.3	19.3	15.6	14.4	29.0
36	10.9	23.0	16.3	11.2	23.4
37	11.5	15.3	15.6	14.4	29.1
38	11.3	23.7	18.8	15.0	30.1
39	11.8	16.4	15.4	15.0	32.3
40	12.3	18.7	11.0	11.8	27.1
41	8.7	17.7	13.9	12.6	16.8
42	10.8	14.4	13.5	12.6	18.3
43	10.0	17.1	16.9	11.8	22.5
44	10.6	17.1	17.7	11.8	28.5
45	9.9	16.3	14.0	10.2	22.2
46	8.9	14.0	13.9	11.2	21.0
47	8.3	14.4	13.6	8.0	14.3
48	8.7	13.8	14.1	6.4	12.6
49	8.2	14.7	11.9	5.6	9.0
50	8.3	16.8	14.4	6.4	9.0
51	9.5	15.1	12.9	8.0	17.0
52	8.3	17.0	14.4	6.4	9.0
53	8.2	15.1	12.9	8.0	17.0
54	10.8	15.6	13.7	11.2	25.6
55	3.3	18.5	8.0	10.5	14.0
56	6.8	16.2	12.6	8.0	11.5
57	6.9	20.5	12.6	8.0	11.5
58	8.6	14.1	11.8	11.2	15.4
59	10.4	29.4	20.3	14.4	30.6
60	10.4	29.4	20.3	14.4	30.6
61	5.1	19.5	13.5	6.4	10.1
62	6.7	14.2	10.4	6.4	10.8
63	8.3	14.6	12.8	11.2	14.9
64	8.1	15.8	13.4	8.0	13.4
65	6.5	17.8	10.3	11.2	11.9
66	7.0	14.5	11.4	8.0	11.9
67	8.0	23.9	14.0	6.4	7.9

Fig.3. Variation of partial pressures of gases according to number of crushing. Nitrogen and water data are out of order in initial 11 times crushing.

装置内部に吸着していると考えられる物質であり、測定しているのは物質質量ではなく分圧である。したがって、移動前の分析の時点ではベーキング後の冷却が不十分であって、見かけ上装置内の圧力が高くなっていた可能性がある。移動後の測定は移動前の測定の時点から移動、組み立てと排気をはさんで14時間程度経過してから行われており、これにより装置が十分冷却されたことが、移動後にむしろ残留ガス量が減っているように見える理由と考えられる。ファラデー検出器でのベースラインがCDEM検出器に比べて高いのは、対象としているガスの残留量の影響のほか、先に述べたようにファラデー検出器による測定への暗電流の影響という原理上の限界による。

試料の分析結果は、移動によって装置の分析性能に支障が生じていないことを示している。移動の前後でヘリウムが増え、二酸化炭素が同程度、他のガスは減っている。これは試料のガス放出の傾向による差と思われる。この後引き続き67回分析を行ったが、最初の数回では窒素や水は大きな変動を示している (Table 3, Fig. 3)。67回目での出力はヘリウムが 8.0×10^{-7} Pa、アルゴンが 6.4×10^{-7} Paであり、少なくともファラデー検出器、CDEM検出器共に 10^{-7} Pa程度のガス放出を検出できていると言える。

5. 結論と展望

本実験により、四重極質量分析計を計測手段とした希ガス質量分析装置は、移動および組み立て後の起動に際して適切な配慮をすれば、搬送しての分析に用いることができる確証が得られた。移動の際は、ターボ分子ポンプを主排気用ポンプとしている場合や電源を確保できない場合は、超高真空部を封止して移送した上で、封止した状態のまま再起動し、移動の際に大気にさらされた排気部のみを十分に排気することが必要になる。ただし、今回対象としたガス種の分析を目的とするならば、封止移動後に装置全体のベーキングを行う必要はない。

今後、水や気体(噴気等)に含まれる希ガスを分析する場合は試料の導入にあたってはベーキングを必要としないため、適切な希気精製装置を用いることで、装置起動後迅速に分析を始めることが可能である。Erzinger et al. (2006) による現地分析の事例では、四重極型質量分析計が広い質量範囲を迅速に走査可能であることを利用し、連続的に多元素分析を行う形となっているが、希ガス組成に着目した場合、試料導入後精製を行って活性ガスを除去しての高精度分析も有益と考える。特にネオンをヘリウムやアルゴンと比較することでガスの起源についての情報が得られるが、ネオンの分析において、 $^{20}\text{Ne}^+$ と $^1\text{H}_2^{18}\text{O}/^2\text{H}_2^{16}\text{O}$ および Ar^{2+} の

m/z はほぼ20と近い値であり、四重極型質量分析計による質量分離は難しい。そのため、非蒸発性ゲッターなどでガスを精製することにより水を除去し、希ガスのみとした後でさらに低温トラップ分離によりアルゴンを除去しなければ分析することができない。ガスの精製を行うと、連続的な分析は望めず、間歇的な分析の時系列としてデータが得られることになるが、0.5～1時間につき1試料の分析であれば実現可能であると推定される。

謝辞

本実験の実施に際し、2005年横須賀本部一般公開における担当者篠塚一典博士を始めとする海洋研究開発機構地球内部変動センター地球内部試料データ分析解析研究プログラムの各位、および地球内部変動研究センター研究推進室のご協力をいただいた。また羽生毅博士には、本装置の機材の使用をご承諾いただいた。山形大学理学部の齋藤和男教授、岩田尚能博士および海洋研究開発機構の木下正高博士には、査読者として建設的なご意見をいただいた。本論文の掲載に当たっては、JAMSTEC-R編集委員会および事務局のご高配を賜った。皆様に謝意を表明する。

引用文献

- de Hoffmann, E. and V. Stroobant (2002), *Mass Spectrometry: Principles and Applications Second Edition*, Wiley, 407 pp.
- Erzinger, J., T. Wiersberg, and M. Zimmer (2006), Real-time mud gas logging and sampling during drilling, *Geofluids*, 6, 225-233.
- Geshi, N., S. Umino, H. Kumagai, J. M. Sinton, S. M. White, K. Kushimoto, and T. W. Hilde (2007), Discrete plumbing systems and heterogeneous magma sources of a 24 Km³ off-axis lava field on the western flank of East Pacific Rise, 14°S, *Earth. Planet. Sci. Lett.*, 258, 61-72.
- Habfast, K. (1997), Advant isotope ratio mass spectrometry I: Magnetic isotope ratio mass spectrometers, ed. Platzner, I. T. *Modern Isotope Ratio Mass Spectrometry*, Wiley, 11-82.
- 堀越 源一(1994), 真空技術[第3版], 東京大学出版会, 246 pp.
- ISO (1986), ISO 3669:1986 Vacuum Technology — Bakable flanges — Dimensions, International Standard Organization, 5 pp.
- 黒河内 智, 菊地 俊雄, 秋道 斉, 平田 正紘(2007), 真空用フランジおよび配管継手類に関する国際・国内規格の概要と相関, *J. Vac. Soc. Jpn*, 50, 524-526.
- 日本規格協会(1988), JIS B8365 真空装置用クランプ形継手の形状及び寸法, 日本規格協会, 6 pp.
- Sano, Y. and J. Nakajima (2008), Geographical distribution of ³He/⁴He ratios and seismic tomography in Japan, *Geochim. J.*, 42, 51-60.
- Sato, K., H. Tamura, K. Kumagai, and T. Hanyu (2005), Application of K-Ar dating system to be performed by new noble gas mass spectrometry and its calibration from standard air analysis, *IFREE REPORT FOR 2003-2004*, 2, 1-6.
- Stanford Research Systems (1996), Operating manual and programming reference: Models RGA100, RGA200, and RGA300 residual gas analyzer rev.1.6, Stanford Research Systems, 338 pp.
- Tamura, H., K. Sato, T. Hanyu, and H. Kumagai (2005), New Noble Gas Isotope Analysis System: Design and Implementation, *IFREE REPORT FOR 2003-2004*, 2, 1-5.
- Tamura, H., H. Kumagai, and K. Sato (2006), Fine step release of helium, argon, and carbon dioxide from a MORB glass by vacuum crushing and the potential of relocatable noble gas mass spectrometer for preliminary analysis for noble gas research, *Geochim. Cosmochim. Acta*, 70, A635, doi:10.1016/j.gca.2006.06.1181.
- Zimmer, M. and J. Erzinger (1995), On the geochemistry of gases in formation and drilling fluids — results from KTB, *Scientific Drilling*, 5, 101-110.