シンポジウム I : 気管食道科における診断の進歩

2. 喉頭・食道入口部の内視鏡的診断

*福田 宏之, 牟田 弘, 高山 悦代
加納 滋, 藤岡 正, 川井田政弘
蓼原 東紅, 斎藤 成司,**粉川 信行
***牧野 克巳, 都築 達
****鈴木 理文

Symposium I : Recent Advances in Diagnostic Aspects in Bronchoesophagology

2. Endoscopic Evaluation of the Larynx and Inlet of the Esophagus

Hiroyuki Fukuda, M.D., Hiroshi Muta, M.D.,
Etsuyo Takayama, M.D., Shigeru Kano, M.D.,
Tadashi Fujioka, M.D., Masahiro Kawaida, M.D.,
Toko Tatehara, M.D. and Shigeji Saito, M.D.

Department of Otolaryngology, Keio University, School of
Medicine, Tokyo

Nobuyuki Kokawa, M.D.

Kuki-shi, Saitama

Katsumi Makino, M.D. and Toru Tsuzuki, M.D.

Hiratsuka Citizen's Hospital, Hiratsuka

Masafumi Suzuki, M.D.

Yokohama Citizen's Hospital, Yokohama

Nobody can deny that the endoscopic evaluation of the larynx or the hypopharynx including the inlet of the esophagus plays a very important role in laryngological clinic.

Today, many types of endoscopes for the larynx are on market. Therefore, we can use a selective one according to the purpose or to a patient's condition.

If you want to observe the larynx with minimum painful sensation to a patient, use a small sized flexible fiberscope through the vocal cavity.

If you want to observe the larynx and obtain a clearer photograph, use a straight rigid type fiberscope to obtain a clearer and whole image of the larynx.

If you want to observe a special area of the larynx, for example anterior commissure, use a curved telarlaryngoscope to obtain a very magnified view of some part of the larynx.

The most advanced thing in our clinic is "fiberstroboscovideography". In order to videotape a stroboscopic image of the vocal fold vibration, we combine Nagashima's brightest laryngostroboscope with Victor's home-use video camera. Then, we can stroboscopically observe and videotape the vocal fold vibration with a reasonably priced system.

*慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室
**埼玉県久喜市

***平塚市民病院
****横浜市民病院

For ordinary laryngostroboscopy, a patient must phonate. A stroboscopic image can not be obtained under general anesthesia. We introduce a method by which we can get stroboscopic image even without a patient voice. A vibrator which is set on the neck externally produces a vibration on the surface of the vocal fold. Hence, We use this method as a monitor system for phonosurgical treatment.

For clearer observation of the hypopharynx, a specially made endoscope is now on market. This scope has a hood at its tip in order to extend the cavity and the mucous membrane never covers the lens itself.

If you can not obtain this newly designed scope, use an ordinary laryngo-fiberscope with an intratracheal tube. This intratracheal tube plays a role of a hood instead of a fixed hood.

In this paper, many kinds of methods of endoscopic evaluation in the field of the larynx and hypopharynx are introduced in addition to newly developments of endoscopic devices and methods in our clinic.

Key words : larynx, hypopharynx, endoscopical technology, dynamic evaluation

1. はじめに

喉頭あるいは下咽頭食道入口部の内視鏡的進歩は最近においてきわめて著しい。その原因のひとつは各種器具の改良ないしは開発にあるといえる。レンズ系を用いる光学系器具もさることながら、ガラス繊維を用いた glass-fiberscope の用途に応じた開発は特筆に値する。このような直接的な器具の開発と同時にその周辺装置の開発も忘れてはならない。むしろこのような開発があつてはじめて、全体としてのシステムが進歩したといえるだろう。そのひとつが光源である。普通光源はますます明るくなり、写真撮影も自動化されてつかいやすくなってきている。その上ストロボ光源の改良には著しいものがあり、光輝度となって映像記録が可能となり声帯振動に対して評価の観点をかえつつある。いまひとつは記録装置の発展である。なかでも VTR システムの普及化は内視鏡診断の進歩に大きな役割りを演じている。とくにビデオカメラの先端技術の投入が、安価なビデオカメラでも声帯振動のストロボ撮影を可能にしている¹⁾。

さて喉頭に関する内視鏡的診断では何が進歩といえるであろうか。ひとつはレンズ光学系器具を用いた良好な画質の記録、または超拡大によるマイクロ検査²⁾、撓性ファイバースコープの発声時声帯の観察³⁾などがあげられる。いまひとつはストロボ光源を用いた声帯振動の観察をあげることができる。喉頭のストロボスコピ

イ⁴⁾⁻⁶⁾ 自体は歴史の古いものであるが、それを撓性ファイバースコープによって映像記録⁷⁾されたのは1978年である。当時はイメージインテ

図1 硬性型喉頭ファイバースコープ。
上：側視型
下：カーブドテレラリノスコープ

ンシファイアーを用いたりしても白黒がせいぜいであった。それが最近では特別な装置なしにカラーでビデオ記録が可能となったのである。拡大して記録でき、なおかつくりかえし再現できるのでストロボスコピの情報量が増加したといえる。直達鏡による喉頭顕微鏡下検査がやや先行して開発されてきた傾向があるが、その結果が最近の日常的内視鏡検査の開発を刺激したといえるであろう。

一方、下咽頭や食道入口部といったところは永らく盲点であったが最近ようやく確実に観察されるようになった。盲点であった理由はこの部の粘膜が十分にたるみを有していてこのままでは確実な視野が得られなかったことや普段は閉鎖腔であるといったところにある。それらを解決するために、ファイバースコープの先端にカフをつけたり⁸⁾、フッドつきの下咽頭食道鏡⁹⁾の開発などがある。いずれもたるんだ粘膜を伸展させて観察しようとするものである。もちろん普通の食道ファイバースコープでも、注水や送気を上手におこなえば、観察できないということはないが、このような工夫が、特別な技術を必要とせず、誰にでも日常的におこなえる検査を可能としているのである。

2. 喉 頭

1) 喉頭内視鏡の種類

喉頭内視鏡の種類は大きくわけて硬性型と軟性のファイバースコープにわけることができる。硬性型にはストレートな側視鏡と拡大視を目的としたカーブドテレラリノスコープがある。軟性のファイバースコープはいわゆる喉頭ファイバースコープといわれるもので、撓性であってその径に大中小とあり、大きなものでは鉗子や吸引操作が可能で、処置用としても使用

図2 軟性喉頭ファイバー各種の先端を示す。

図3 側視型硬性鏡(上)とカーブドテレスコープ(下)による喉頭像(同一症例)。

図4 軟性ファイバースコープ(円内)とカーブドテレスコープによる喉頭像(同一症例)。

できる。細いものは経鼻的に挿入され自然な発声時などの喉頭観察に適している。図1は硬性型を、図2に軟性ファイバースコープの先端を示す。

2) 各種スコープの像と特徴

図3に硬性の側視鏡とカーブドテレスコープで撮影された同一の喉頭像を示す。

像そのものの差というのは顕著であるが、側視型のは仮声帯や披裂部をふくめた喉頭像全体を観察するのにきわめて適しており、一方カーブドの方は声帯の一部などの超拡大に適している。この例は小さな声帯結節である。

図4に軟性ファイバースコープ、およびカーブドスコープで撮影された同じ喉頭を示す。この症例は声帯癌であるが、図であきらかなようにカーブドスコープは局所の拡大に有効で、とくにこの症例のように前連合の状態などの診断に威力を発揮し、治療方針を決定するのになくてはならないものである。一方、軟性ファイバーの方は無麻酔でも喉頭全体を観察しうるのでまず喉頭全体の状況の把握としての初期の道具としてもなくてはならないものとなっている。各々の特徴をのべると、像の質については軟性ファイバースコープがやや劣り、拡大視はカーブド型が最も優れており、処置は現在のところ軟性ファイバースコープにおいて可能であり、カーブドタイプは苦痛がややあり、麻酔を必ず必要とするといったところである。

3) 喉頭ストロボビデオグラフィ

最近われわれのところで軟性ファイバースコープを用いて、声帯振動像をビデオ記録することが充分に可能となったので記述する。特色は安価なホームユースのビデオカメラを用いることにある。われわれはこれを laryngo-fiber strobvideography と称している。喉頭ストロボスコープは永島医科器械製の LS-3A で、充分な光量があるので軟性ファイバースコープによっても振動像がビデオ記録できるようになっている。この場合でも高感度のビデオカメラは不可欠であり、われわれは $\frac{1}{2}$ インチの撮像管をもった日本ビクター製の家庭用カラービデオカメラ GX-N7 を用いている。これに対しては硬性型の側視鏡も対応しうが、この場合は舌を牽引するなどかなり不自然な発声が必要とする。しかし軟性ファ

図5 軟性喉頭ファイバースコープによるストロボビデオグラフィ。モニターテレビよりリフォートされたもので一振動を示す。

図6 声帯癌(左)と声帯ポリープ(右)の計測点を示す。血管などを目標として設定される。

図7 図8における2点間の距離の変動。

A: 声帯癌 B: 声帯ポリープ

ファイバースコープを用いると喉頭内腔への麻酔が必要であるとしても発声はより自然である。現在のところ軟性ファイバースコープを喉頭の遠くにおいての観察は光量不足になるために不可能である。そのため喉頭内腔に対して4%リドカインを十分に塗布し表面麻酔をおこなう。そのためファイバースコープを十分に声帯に近づけることが可能であり、しかも声帯が拡大して撮影される。図5に一振動を示す。これはテレビのスクリーン上から一フレームずつコマ送りをおこない撮影されたものである。従来のストロボスコピの評価は、一周期内の開放期や閉鎖期、また両側声帯の同期などに力点がおかれていたが、このように撮影された画像からは粘膜波動の状態がよく観察され、とくに波動の大きさや一部の欠如など、声帯粘膜の物性を評価するのにきわめて有効であり、しかも多くの観察者がくりかえし観察しうる上に、被検者にも供覧できるなど、喉頭ストロボスコピの価値を一段と高めたといえるであろう。

4) 他動的声帯振動の観察¹⁰⁾

喉頭ストロボビデオグラフィなどにより粘膜波動の状態がよく理解されるようになったわけであるが、この方法は被検者の発声が不可欠という欠点がある。たとえば全身麻酔下では観察できない。そのため毎秒100回程度のバイブレーターを前頸部におしあて、声帯に他動的な振動

を生ぜしめ、この時に生じる粘膜波動を観察しようとするのが最近開発された他動的声帯振動の観察法である。用いる光源はストロボ光であり、これをマニュアルで調節して粘膜波動を自由なスピードで観察するものである。図6の左に声帯癌、右に声帯ポリープを示し、計測点を各々2つの黒点として示してある。各々の2点間の距離の経時的変化を図7に示す。声帯癌上の2点間の距離には全く変化がない。すなわち互いに平行移動するような運動をしているのみであり、このことはこの部の粘膜にゆがみが生じないということである。一方、声帯ポリープの場合は規則的に距離が変化しているのがわかる。すなわち波動が生じるために二点が近づいたり離れたりしているわけである。このような場合は声帯粘膜の可撓性が保たれているといつてよい。すなわちこの検査は声帯粘膜の可撓性の検査であり、通常のストロボスコピとは異なり、全身麻酔下でも観察しうるということが特色である。

したがって、とくに喉頭癌の全身麻酔下における喉頭顕微鏡下の生検時に確実な資料をとるのに応用したり、レーザー処理をする場合に、バイブレーターによる粘膜波動をみながらどこを蒸散させればよいかのモニタに利用している。

5) 処置用軟性ファイバースコープの利用

内視鏡的にイメージとして診断したあとでは、とくに悪性疾患を疑う場合は生検を必要とする。喉頭の場合、現在もっとも一般的におこなわれるのは喉頭顕微鏡下の生検である。入院の上全身麻酔下でおこなうのが理想的であるが、早期に確定診断が望まれるような場合は外来において局所の塗布麻酔のみでおこなう場合もある。この場合患者にかなりの苦痛を強いるようになる。あるいは開口障害とか心血管障害のために喉頭展開が望まれない場合もある。このような場合すめられる方法が処置用の軟性ファイバースコープを用いる方法である。現在市販されている軟性の処置用ファイバースコープでも充分対応できるが、我々は生検や小手術のために専用のスコープ¹¹⁾を開発しているので若干記述する。特色は先端径が10mmと太く、そのため大きな処置用チャンネルを有し、従来より大きな鉗子を用いることが可能である。こ

図8 気管内挿管チューブにおさめられた喉頭ファイバー。

の大きな鉗子のため確実な生検が可能なのである。そしてスコープ本体が固定式のため安定性よく確実に喉頭をとらえることができる。

しかしながら一般的にはこの軟性タイプのファイバースコープによる生検や小手術はかなりの熟練を要するというのが定説となっている。しかしわれわれの経験では以下のようにして若干のコツさえのみこめれば、決して難しいものではないと思っている。列記すると

- ①確実な塗布麻酔。
- ②対象物にあわせて鉗子のむきを定める。
- ③ある程度スコープから鉗子を出しておく。
- ④鉗子とスコープを一体化して対象物に近づける。鉗子をみだりに操作しない。
- ⑤スコープを操作して鉗子内に対象物をもっていく。
- ⑥もしも鉗子操作とスコープ操作を2人でおこなう時はビデオを用いて、共通のモニター下で協同作業をおこなう。

この方法は内視鏡的診断のうちイメージ診断と共に両論となりうる位重要な手段であるのでこれから積極的に試みるべきものと考えている。

3. 食道入口部

この部や下咽頭（梨状窩）などは粘膜がたるんでいたり、閉鎖系であるなどの理由により内視鏡診断の困難な場所とされていたものである。通常の食道ファイバースコープを用いる時は、挿入してから抜去しつつ注水や送気をつく

図9 気管内挿管チューブに喉頭ファイバースコープを収めて下咽頭・食道入口部を広げながら観察。

図10 梨状陥凹から食道入口部に入ろうとしているところ。矢印が食道入口部。

りかえし観察することになる。しかし安定した像をある時間内観察するというのはかなり困難である。そこでいろいろな工夫がある。オリンパスから発売されているものは食道ファイバースコープ EF-P₂ に対して附属のフードをとりつけられるようにしたものである。このフードによって内腔を広げて観察するわけである。一方、町田からは専用のフードつき下咽頭鏡が発売されている。専用であるので全長もみじかくあつかいやすくなっている。また光軸などに工夫がみられ優れた存在であるといえる。また片山ら⁹⁾は食道ファイバースコープにバルーンをとりつけ、挿入されてから送気し内腔を広げるという工夫をおこなっている。細径のスコープでは固定に難点があるので、ある程度の太さが必要であり、かつ広視野角を有すべきとしている。オリンパスの GIF-XO の先端に食道静脈瘤の硬化療法時に使用されるディスポーザブル内

視鏡装着バルーン23Gをとりつけ、観察時に5～10 mlの空気を注入する。

いずれにしてもスコープの先端から先で固定した、しかも開放された腔を作ろうとするものである。

われわれのところでは簡便な方法として喉頭ファイバースコープFLT-6(町田)と気管内挿管チューブを用いる方法を開発してきた。チューブに喉頭ファイバースコープを入れておき、先端が約1 cm ひっこんだかっこうになっているからフードをとりつけたのと同じ原理である。図8にチューブにおさめられた喉頭ファイバーの先端を示す。また図9に実際にこの検査法を施行しているところを示す。普通はこのように仰臥位で行う。まず喉頭全体をみてから一方の梨状陥凹に導入させ食道入口部に挿入する。一応観察してからひきぬきつつ再度観察し、次に他方の梨状陥凹から同じ操作をくりかえす。前処置としては0.5%アトロピン1 Aを筋注しておく。図10に梨状陥凹から食道入口部に導入させようとしているところを示す。左側に均一な像があるが、これはチューブそのものである。すなわちこれがフードあるいはサヤになっているわけで粘膜を伸展させる効果をもっているのである。しかもこのフードは固定でないの必要に応じて有効長を変更しうるのである。

4. ま と め

喉頭の内視鏡的診断は、その疾患の多様性また機能の多彩性からみてもきわめて重要である。まず器具としても多くの種類があるから目的に応じて選択すべきである。観察の要点としてはいろいろあると思われるが、声帯の運動の観察を忘れてはならず、なかでも声帯振動に対して確実な評価を与えることである。そのため今回開発された、通常のビデオカメラを用いるファイバーストロボビデオグラフィは各施設への普及の可能性を有しており、喉頭ストロボスコピの新たな発展につながるものと考え。そしてその情報の質にも変化がみられとくに粘膜波動の状態に重きがおかれ声帯粘膜の物性の変化、すなわち可撓性の変化に対する評価に重点がおかれるようになるであろう。また発声に関係なくこの面の検査としてバイブレーターの

応用が開発されており、いよいよ声帯の形態の変化ばかりでなく質の変化への評価が可能となってきたといえる。

食道入口部や下咽頭というのは機能が多彩でなく、また疾患としても頻度の多いものではない。しかし下咽頭癌などの早期発見はきわめて重要で、その点いろいろ工夫することによりこの部が観察しやすくなってきつつあることはきわめてよろこばしいことである。その工夫は全て共通していて腔を広げ、粘膜を伸展させて観察しているのである。

いずれにしても内視鏡診断の進歩というのは新しい器具を開発することだけにあるのではなく、その運用をふくめたシステム全体の進歩であるといえる。

文 献

- 1) 牟田弘・他：家庭用ビデオカメラを用いた喉頭ストロボスコーピー，日気食会報，37：19-24，1986。
- 2) Saito, S. et al.: Curved laryngoscope. Laryngoscope, 94: 1103-1105, 1984.
- 3) Sawashima, M. et al.: New laryngoscopic technique by use of fiber optics. J. Acoust. Soc. Am., 43: 168-169, 1968.
- 4) Öertel: Das Laryngostroboskop U. die laryngostroboskopische Untersuchung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 3. H.: 1-6, 1895.
- 5) 切替一郎：喉頭ストロボ活動写真撮影法による発声時における人間声帯の振動ならびに声門開閉の時間的關係に関する研究，日耳鼻，49：236-262，1943。
- 6) Timcke, R.: Die Synchron-Stroboskopie von menschlichen Stimmkppen bzw. ähnlichen Schallquellen und Messung der Öffnungszeit. Z. Laryng. Rhinol., 35: 331-335, 1956.
- 7) Saito, S. et al.: Stroboscopic observation of vocal fold vibration with fiberoptics. Folia Phoniat., 30: 241-244, 1978.
- 8) 片山修・他：下咽頭，食道入口部ファイバースコープ検査の問題点，日気食会報，36：9-14，1985。
- 9) 磯貝豊・他：フードを装着した食道ファイバースコープの実際，日気食会報，34：215，1983。
- 10) 福田宏之：声帯粘膜の可撓性を考慮した手術的アプローチ，音声外科における最新の進歩，医学教育出版社，東京，1984。
- 11) 福田宏之・他：固定式処置用喉頭ファイバースコープの開発，日気食会報，33：313-319，1982。

（別刷請求：〒160 東京都新宿区信濃町35
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室
福田 宏之）