遠隔操作による大腸 X 線検査法

梅田和夫 岡本十二郎 西尾碩人
 阿部公彦 新谷陽一郎 斉藤勝正
 原正博 玉利勝範* 牧野惟義
 木村幸三郎 上村晃一 楠元慶明
 一宮博勝** 高根重信 菅和夫
 園下善継 益田伸子*** 太田大平
 布谷和紀 高瀬俊恭**** 松尾弘司
 小森田広昭***** 吉武清透*****
 松岡順之助*****

大腸のX線診断は、従来、本邦において、(1) 大腸疾患（特に早期癌）が少なかった特殊事情と、(2) 検査に当り前処置の面倒なこと、(3) X線検査の煩雑なこと、すなわち診断に値するいい写真を撮るには長時間を要し、かなりの経験と技術がいること、(4) 被曝線量がかなりの量になること等から、欧米に比べてかなり遅れていた。しかし、1969年 Brown が第12回国際放射線学会（東京）で direct air-contrast examination of the colon の方法を発表してから関心がもたれるようになって来た。

私どもは、1972年から、高根ら（大腸検査装置開発グループ）とX線IVを使用し、大腸検査（注腸）を遠隔操作で行う装置（造影剤自動注排泄装置）の開発を行って来たが、上述の悪条件、(3)、(4)を克服したので、装置の構造、実施方法、使用成績について述べる。

I. はじめに

消化管のX線診断のうち、胃のX線診断、特に早期癌においては驚異的な発展をみ、すでに完成されたといっても過言ではないと思う（白壁、市川）。しかしながら、大腸のX線診断においては、従来、本邦に、(1) 大腸疾患（特に早期癌）が少なかった特殊事情と、(2) 検査に当り前処置の面倒なこと、(3) X線検査の煩雑なこと、すなわち、診断に値するいい写真をとるには長時間を要し、かなりの経験と技術がいること、(4) 被曝線量がかなりの量になること等から、欧米に比べて、かなり遅れていた。しかし、1969年、Brown が第12回国際放射線学会（東京）で direct air-contrast examination of the colon の方法を発表してから関心がもたれるように

なって来た。

私共は、1972年から、高根等（大腸検査装置開発グループ）とX線テレビを使用し、大腸検査（注腸）を遠隔操作で行う装置（造影剤自動注排泄装置）の開発を行って来たが、上述の悪条件の(3)、(4)を克服したのでここに報告する。

II. 装 置

本装置は、(1) 造影剤自動注排泄装置、(2) 空気発生装置、(3) 遠隔操作盤の3つの装置から出来ている。

1. 造影剤自動注排泄装置（図1, 2, 3）。

本装置は造影剤の注入、排泄、空気送込がスイッチでワンタッチに出来、遠隔操作盤を使用することで完全な遠隔操作が出来る。

図1の3本のゴム管は、(1) 造影剤注入のためイルリガートルまたはパロスパスエニマセット（堀井薬品工業株式会社）に、(2) 造影剤排泄のため、汚物入れに、(3) 空気送込のため空気発生装置に、それぞれ接続し、取りはずし出来る金属の4方管で連絡し、4方管の一端をゴム管で直腸カテーテルに接続する。

* 東京医科大学放射線科

** 東京医科大学牧野外科

*** 北九州市立戸畑病院放射線科

**** 北九州市立門司病院放射線科

***** 北九州市立小倉病院放射線科

***** 国家共済連合会新小倉病院

***** 社会保険小倉記念病院

図1 造影剤自動注排泄装置

図2 造影剤自動注排泄装置の説明図

図3 造影剤自動注排泄装置に3本のゴム管をセットした図

本装置に3本のゴム管をセットする方法を説明すれば以下の通りである。

自動注排泄装置の押し釦(造影剤排泄)(2)、造影剤注入(3)、空気送入(4)にスイッチを入れると、3本のゴム管を取付けるそれぞれの圧迫子のゴム台がさがり、樹脂柱を回転させ、3本のゴム管を各々の台に置き、樹脂柱を元に戻し、ストップの釦を押すと圧迫子が

図4 空気発生装置

図5 空気発生装置の説明図

作動して、3本のゴム管が圧迫閉塞してセットが完了する。

造影剤注入，排泄，空気送入は押し釦(3)，(2)，(4)にスイッチを入れると作動し，押し釦(1)ストップで，それぞれの作動が停止する。

2. 空氣發生裝置

本装置（図4、図5）は安全を第1とした。

腸内に空気を送入するために、水の落差による圧力を利用し、空気発生、貯蔵(タンク)、調整の反復が可能であるよう考慮した。

本装置に造影剤注排泄装置を接続し、遠隔操作盤を使

用することで完全な遠隔操作が出来得る。

装置に説常を加えれば以下の通りである。

図4の空気ポンプ(2)が作動すると、下のタンク(1)の水は接続パイプ(3)を通して、上のタンク(4)に押し上げられる。同時に、上のタンクの(4)の内部にあるフロート(5)が最上部まで押し上げられ、空気ポンプ自動停止装置が作動して停止する。このようにして、下のタンク(1)に貯蔵された空気はゴム管を通して、造影剤注排装置に接続し、遠隔操作によって腸内に送入される。

送入される空気の圧力について：上のタンクから下のタンクへの水の落差に等しい圧力が得られる。この圧力は最高48mm/Hgに調整しているが、遠隔操作盤を使用して遠隔操作を行う時は、0 mm/Hg から48mm/Hg までの、いずれの圧力にても使用し得る。

送入される空気のスピードについて：流下水量の調節はフロート(5)の穴5mmφ(6)と空気調節弁5mmφ、3個(7)と6mmφ、3個(8)で遠隔操作によって調整し、上のタンク(4)の水が下のタンク(1)に落下する水量を調整することによって、スピードの調整が出来る。

送入される空気のスピードの調整について：以下の4段階に調整し得る。

- (1) 5mmφ 1個
- (2) 5mmφ と5mmφ 3個
- (3) 5mmφ と6mmφ 3個
- (4) 5mmφ と5mmφ 3個と6mmφ 3個

送入される空気のスピードの確認について：遠隔操作盤の送入調整パイロットランプの点滅によって確認し得る。空気送入のスイッチを入れたら、(1) 5mmφ 1個の穴から水量が落下する、この時、送入調整パイロットランプは点灯しない。(2) 5mmφ と5mmφ 3個の穴から水量が落下する時は空気送入調整パイロットランプ1が点灯する。(3) 5mmφ と6mmφ 3個の時は空気送入調整パイロットランプ2が点灯する。(4) 5mmφ と5mmφ 3個と6mmφ 3個の時は調整パイロットラ

図6 遠隔操作盤

図7 遠隔操作盤の説明図

ンプは1, 2が点灯する。

空気発生貯蔵量：遠隔操作盤を使用し、すみやかに2,000cc が反復貯蔵し得る。

送入される空気の量：遠隔操作盤を使用し、100cc から1,500cc までの必要とする量を送入し得る。なお、空気送入量を知るために、遠隔操作盤に数字真空管で100cc 単位で表示され送入空気量を知り得る。

3. 遠隔操作盤(図6, 7, 8, 9)。

X線 TV の透視台に造影剤自動注排装置を取付け、空気発生装置はリングスタンドに固定し、遠隔操作盤はX線 TV の操作室に設置し使用する。各装置の作動は遠隔操作盤のパイロットランプで正確に表示される。送入空気量は数字真空管で表示され正確な量を知り得る。また、送入される空気のスピードは空気送入調整パイロ

図8 X線 TV の透視台に造影剤自動注排装置(左下)、空気発生装置(右上)にセットした図

図9 X線TV操作室に遠隔操作盤(右上)に設置した図

ット1, 2の点滅によって確認し得る。なお, 送入される空気のスピードはいずれのスピードでも可能である。

III. 使用方法

私どもは1972年から, 島津製および東芝製全遠隔操作方式X線テレビに, (1) 造影剤自動注排泄装置, (2) 空気発生装置, (3) 遠隔操作盤を取り付けて, 大腸検査(注腸)を完全な遠隔操作によって行っている。

(1) 造影剤自動注排泄装置は図8のように透視台に, (2) 空気発生装置はリングスタンドにそれぞれ固定し, (3) 遠隔操作盤はX線TVの操作室に取り付けて使用している。

大腸検査に当り, (1), (2), (3)を接続し, 次いで, 自動注排泄装置に3本のゴム管をセットし, 造影剤排泄のためのゴム管は汚物入れに, 4方管の一端のゴム管は直腸カテーテルに接続し, 各装置が完全に作動するかを遠隔操作盤のパイロットランプで確認し, 空気発生装置に2,000ccの空気を貯蔵してから, 直腸カテーテルを患者の直腸内に挿入し, 造影剤を注入して始まる。

IV. 大腸検査(注腸)の実際

上述の方法で造影剤を注入する。

医師はX線TV室でテレビによる透視を行い, 患者者の指示(体位変換等)はすべてマイクを通して十分に行うことが出来る。従って, 医師, 看護婦のX線被曝は全くない。

透視撮影に当り, 透視台の角度, 患者の体位がどのようであっても遠隔操作が可能である。また, 造影剤および空気のいかなる量でも注入, 排泄の反復が可能である。従って, Fischer法, Welin法, Brown法の検査方法では造影剤の濃度を変えることと, 前処置の困難な問題は本法により解決(マグコロール, 大腸検査前処置用下剤, 堀井薬品工業株式会社)が可能である。私どもはルーチン検査, 精密検査のいずれにも使用している。

V. 遠隔操作による大腸検査(注腸)の経験

1969年4月に高根ら(大腸検査装置開発グループ)が開発し, 1970年4月から1974年3月までに経験した結果は表1の通りである。

表 1

／	機 種	東京医 大・放 射線科	北九州 市立戸 畑病院	北九州 市立門 司病院	合 計
1970	100型 200型 300型	／	198	47	245
1971	400型 500型 600型	／	206	76	282
1972	600型 700型	25	176	73	274
1973	700型 800型	35	200	43	278
1974	800型	27	29	4	60
	小 計	87	809	243	1,139

開発以来, 機種改良を種々行って来たが, 現在使用している800型は満足すべき装置といえる。

VI. 考 按

造影剤, 空気送入の自動注排泄装置は, 胃のX線診断, 特に早期癌発見の一方法として, 二重造影法が注目された頃, 機械的に二重造影法を行うため, 松本³⁾, 小高⁴⁾等によって開発された。なお, これらの装置は大腸のX線検査(注腸)も利用し得る³⁾⁴⁾⁵⁾。

大腸のX線検査(注腸)を遠隔操作法で行う装置の開発は, 1968年佐々木¹⁾によって本邦において初めて行われた。東芝製および島津製のX線TVを使用し, 全遠隔操作方式によるものである。しかしながら, 造影剤の注入, 空気の送入が手動(加圧注入), 造影剤の自動排泄, 撮影体位において, 完全な立位撮影の出来ぬ難点を除けば, 医師の被曝線量は0で, 当時は画期的な試みであったと思う。

高根ら(大腸検査装置開発グループ)は1964年4月, X線TVに, (1) 造影剤自動注排泄装置, (2) 空気発生装置, (3) 遠隔操作盤より成る遠隔操作による大腸X線検査(注腸)のための装置(100型)を開発し, 1970年4月から使用を始め, その後, 200型, 300型, 400型, 500型²⁾, と改良を加えた。600型の使用時より, 私どもも大腸検査装置開発グループの協同研究者として, 種々改良(700型)に協力し, 現時点にてほぼ満足すべき800型の完成をみた。

本装置は全遠隔操作で検査を行うため, 医師, 看護婦

のX線被曝は全くない。透視撮影に当り、透視台の角度、患者の体位がどのようであっても遠隔操作が可能である。また、造影剤および空気のいかなる量も注入、排泄の反復が可能である。従って、Fischer 法、Welin 法、Brown 法の諸検査法も造影剤の濃度を変えることで可能である。

VII. む す び

X線 TV に、本装置をセットし使用することで、全遠隔操作が可能となり、医師および看護婦のX線被曝線量は0となる。遠隔操作によって、透視台の角度、患者の体位がどのようであっても、また、造影剤および空気のいかなる量の注入、送入、排泄の反復も可能となる。Fischer 法、Welin 法、Brown 法の諸検査法もなし得る。

稿を終わるにあたり、ご指導、ご鞭撻をいただいた、北九州市立戸畑病院院長田村忠雄博士、外科副院長中田嘉則博士、内科、放射線科、副院長稲田雍博士、東京医科大学放射線科技師沢村光男、藤田良三の諸氏に深謝するしだいであります。

なお、本研究の一部は昭和47年度の財団法人東京医科大学がん研究事業団、がん研究助成金、福岡県がん協会、特別研究助成金によって行われた。

文 献

- 1) 佐々木常雄・古賀佐彦・金子昌生：遠隔隔操作方式による注腸検査法について、臨床放射線，13：5，347-349，1968.
- 2) 高根重信・菅和夫・園下善維・益田伸子・吉武清秀・太田大平・布谷和紀・高瀬俊恭・小森田広昭：逆行性腸透視用造影剤自動注排泄装置の間発(第3報)，第27回日本放射線技術学会総会抄録集，131，1971.
- 3) 松本健二：消化管のX線精密検査法について(第1報)，消化管検査用バリウム注入装置の研究，日本医学放射線学会雑誌，20：13，2796-2800，1961.
- 4) 小高光・土屋豊・吉野純男・井上信弥・橋本明・川俣健二：胃大腸二重造影の一方法(簡易消化管造影剤注入装置による)，日本医学放射線学会雑誌，22：5，703，1962.
- 5) 松本健二・森昭尾：大腸X線検査法，日本医学放射線学会雑誌，22：5，523，1962.

4. Remote Operation for X-ray Scrutiny of Large Intestine

K. Umeda, S. Okamoto, H. Nishio, K. Abe, Y. Shintani,
K. Saito, M. Hara and K. Tamari

Department of Radiology, Tokyo Medical College Hospital, Tokyo

K. Makino, K. Kimura, K. Kamimura,

Y. Kusumoto and H. Ichimiya

Department of Makino Surgery, Tokyo Medical College Hospital, Tokyo

S. Takane, Y. Suga, Y. Sonoshita and N. Masuda

Department of Radiology, Tobata Municipal Hospital, Kitakyushu

T. Ohta, K. Nunotani and T. Takase

Department of Radiology, Moji Hospital, Kitakyushu

K. Matsuo and H. Komorida

Department of Radiology, Kokura Municipal Hospital, Kitakyushu

K. Yoshitake

Shin-Kokura Hospital, International Mutual Aid Association

J. Matsuoka

Kokura Memorial Hospital, Social Insurance, Kitakyushu

X-ray diagnostics for large intestine in Japan had been behind in comparison with that in Occidental by reason of the followings;

- (1) particular circumstances of rare disease in large intestine (early cancer, especially).
- (2) the complicated management prior to the inspection.
- (3) the troublesome X-ray scrutiny which needed considerably longer time, skillful experience and technique to get a favorable film.
- (4) a large amount of exposure dose.

Since the direct air contrast examination of the colon had been reported by Brown 1967 at the meeting of 12th International Radiology in Tokyo, those methods have been interested.

Since 1972, we have been trying to develop the remote controlled apparatus with an automatic injective and excretory install for the contrast media against the barium enema of large intestine using the X-ray television with S. Takane et al. who are the members of the development group for scrutiny apparatus of large intestine, however disagreeable conditions such as (3) and (4) above had been overcome, so that the structure of this apparatus, method and these results would be reported.