〔実験室〕

イメージング・プレートについて

——新しい二次元X線検出器——

高エネルギー物理学研究所 神谷信夫†, 雨宮慶幸
富士写真フイルム(株) 宮原 諄 二

1. はじめに

X線結晶学の各分野では、逆空間情報の効率的な収集を目的として、従来からのX線フィルムと共に、多線式比例検出器(multiwire proportional chamber; MWPC)やX線テレビなどの二次元X線検出器が用いられている¹⁾。X線フィルムは、広い面積にわたる一様な感度と高い位置分解能を特徴とするが、他に比べて感度が低く、動作範囲や感度の直線性に問題があり、また現像処理を必要とするので即時性に欠ける。一方、MWPCやX線テレビは、感度とその直線性、動作範囲や即時性においてはX線フィルムに優るが、感度の一様性や位置分解能では及ばないため、実際には、それぞれの実験目的に合わせて検出器の選択が行われている。

イメージング・プレートは、富士写真フイルム(株)により、デジタルX線医用画像診断のために開発された新しい二次元X線検出器^{2,3)}である。この検出器は、X線フィルムと同程度の感度の一様性と高い位置分解能を保持しながら、感度とその直線性、動作範囲においても、MWPC(多線式比例検出器)やX線テレビに匹敵する、ないしはそれを凌ぐ画期的なものであり、X線結晶学に対しても非常に有効であると考えられる⁴⁾。本稿では、イメージング・プレートとその読み取り装置から成るシステムの概略について述べ、二次元X線検出器としての基本的な性能、及びX線結晶学に対する応用例として、蛋白質結晶の回折像を記録した結果について紹介する。

2. イメージング・プレート・システム

本稿では、イメージング・プレート(以後 IP と省略する)とその読み取り装置(富士写真フイルム(株), FCR-101)を合わせて、イメージング・プレート(IP)・システムと呼ぶ。

2.1 イメージング・プレート

イメージング・プレート(IP)とは、二価のユーロビウムイオンをドープしたバリウムフロロブromaid (BaFBr:Eu²⁺)の粉末結晶蛍光体を、プラスチック・フィルム上に塗布したものである。本蛍光体は、入射X線の一光子に対して多数の色中心を形成する(第1図参照)⁵⁻⁷⁾。この色中心は、室温で数十時間にわたって安定である一方、He-Ne レーザー光(波長 633 nm)を吸収し、波長 390 nm にピークを持つ寿命 0.8 μ s の輝尽性蛍光(photostimulated luminescence; PSL)⁸⁾を効率よく発生して基底状態にもどる。また、He-Ne レーザー照射後に少量残る色中心は、白色可視光の照射により完全に消去できる。すなわち、IP(イメージング・プレート)は何度でも再利用が可能である。

IPの有感面積は、X線フィルムと同様、原理的にはいくらかでも大きくできるが、読み取り装置による制約は受ける。第1表に、現在市販されているIPの大きさと、後に述べる読み取り装置での読み取りフォーマットを示した。

2.2 読み取り装置

読み取り装置は、主に画像読み取り部、デジタル画像処理部、磁気記録部及び、画像再生部(自動現像機を含む)から成る^{2,3)}。

画像の読み取りは、以下の手順に従って行われ

† 現在の所属 理化学研究所
Nobuo KAMIYA, Yoshiyuki AMEMIYA, Junji MIYAHARA: Imaging Plate—a New Type of X-ray Area Detector

第1図 イメージング・プレート・システムの動作原理

第1表 イメージング・プレートの大きさと読み取りフォーマット

有感面積 (mm×mm)	251×200	251×302	352×352	352×428
画素の大きさ (μm×μm)	100×100	150×150	200×200	200×200
全画素数	2510×2000	1670×2010	1760×1760	1760×2140

る。まず、X線画像を記録したIPを、画像読み取り部に装着する。画像読み取り部では、第1図に示したように、レンズ系で細く集光したHe-Ne レーザー光の向きを振動ミラーにより変化させ、IP上で直線的な走査を行う。以後この向きをレーザー走査方向と呼ぶ。また同時に、レーザー走査方向と垂直にIPを移動させる。以後これをIP移動方向と呼ぶ。画像読み取り部では、以上の2種類の機構によりIP上の二次元画像の読み取りを行う。一方、この際蛍光体から発生したPSL(輝尽性蛍光)は、アクリル樹脂製集光ガイドを通して光電子増倍管(photomultiplier tube; PMT)に導かれ、IP上の各画素の並びに対応した時系列電気信号として取り出される。このアナログ信号は、対数増幅器により増幅された後、アナログ/デジタル変換器により8ビット†のデジタルデータ(0~255)に変換され、デジタル画像処理部に送られる。

デジタル画像処理部では、得られたデジタルデータを磁気記録部(磁気テープ)に送る他に、X線医用画像診断用の画像処理⁹⁾を行う。

画像再生部では、デジタル画像処理部からのデータに基づいて、読み取りに使用したものとは別

のHe-Ne レーザーにアナログ変調をかける。このレーザー光を用いて、再生用写真フィルムに最適な条件で画像を焼き付けた後、自動現像機を通してフィルムを現像し、再生画像を得る。

IPシステムの出力は、以上述べたように、磁気テープへのデジタル・データと写真フィルムへの再生画像であるが、データ処理の過程では、画素を適当に間引きして得られた画像をテレビ画面に出力して確認することもできる。

3. 性能評価

IPシステムの性能評価は、(i)感度の直線性と動作範囲、(ii)測定精度、(iii)感度の一様性、(iv)位置分解能、及び(v)画像の歪みの5項目に対して行った。ただし、行った実験は、以下に述べるように、(i)(ii)のための実験A、(iii)のための実験B、及び(iv)(v)のための実験Cの3種類である。

実験は、KEK・PF†で行った。まず、銅又はモリブデンを対陰極とする封入型X線管から得られた、それぞれCuK β 線とMoK α 線を、鏡面研磨したシリコン結晶(反射面(111))を用いて単色化し、鉛直方向に強度分布の様な帯状のX線を得た。IPは、すべて大きさ251×200mm²のも

† 現在市販の読み取り装置FCR-201では10ビットである。

† 高エネルギー物理学研究所・放射光実験施設

のを、ステッピング・モーターで駆動する走査台 ($1\mu\text{m}/\text{step}$) に搭載して使用した。

実験Aでは、走査台を一定速度で水平方向に往復運動させることにより、IP の $18\times 20\text{mm}^2$ の領域に一定量のX線を入射した。入射X線量は、走査速度の変更 ($41\mu\text{m}/\text{sec}\sim 1.1\text{mm}/\text{sec}$) とX線吸収板 ($\text{CuK}\beta$ 線に対してはアルミニウム, $\text{MoK}\alpha$ 線に対してはモリブデンのホイルを使用) の挿入により変化させた。その絶対X線光子数は、NaI (TI) シンチレーション・カウンタを用いて測定した。こうして、入射X線量がほぼ3桁にわたって変化するように条件 (20種類程度) を設定し、一枚のIPに場所を変えて記録した。また入射X線量が、上記の実験のほぼ10倍、100倍となる条件で、それぞれ異なるIPに対して同様の実験を行った。

実験Bは、入射X線量を常に一定にした点を除けば、実験Aと同様である。

実験Cでは、シリコン結晶から得られたX線を、幅 $20\mu\text{m}$ のスリットを通して、線状に整形して使用した。IPへのX線照射は、静止状態で行った。また、IPの長辺及び、短辺方向に対して、それぞれ一定間隔 (30mm) ごとに同様の照射を繰り返した。

IPの読み取りは、富士写真フィルム宮の台開発センターの読み取り装置を用いて行った。読み取りにより得られたデジタル・データ (D) とPSLの相対強度 (T) は、次式によって関係づけられる。

$$T = C \cdot 10L \cdot D / 255$$

ここで、 C は、PMT (光電子増倍管) の相対感度 (E) に依存する定数である。また L は、変更可能なPMTの動作範囲の桁数であり、通常は3.6を用いた。なお、以下の解析は、すべて T に対して行った。

3.1 感度の直線性と動作範囲

$\text{CuK}\beta$ 線と $\text{MoK}\alpha$ 線を用いた実験Aにより、それぞれ3枚のIPに対する記録と読み取りが行われた。第2図(a)は、入射X線量が一定の領域から $10\times 10\text{mm}^2$ (100×100 画素) の領域を適当に選び、10000画素にわたる相対的PSLの平均値 ($\bar{T}$) を、各画素あたりの平均入射X線光子数 ($\bar{N}$) に対して、両対数目盛でプロットしたものである。なお同図では、異なるPMT感度で読み取られた結

(a)

(b)

第2図 (a) 感度の直線性と動作範囲。○△□は $\text{MoK}\alpha$ 線, ●▲■は $\text{CuK}\beta$ 線に対する結果。○●は $E=4000$, △▲は $E=400$, □■は $E=40$ で、それぞれ $L=3.6$ で読み出した。第1の結果には、共通部分が重なり合うように平行移動した第2, 第3の結果も合わせて示した。なお、■については他と異なり、静止したIPに帯状X線を入射し、PSL分布のピークに位置する100画素の平均値を用いている。

(b) IPシステムの測定精度。○●はIPシステム, △▲はX線フィルム (KODAK DEF-5)。○△は $\text{CuK}\beta$ 線, ●▲は $\text{MoK}\alpha$ 線に対する結果。X線フィルムの場合には、係数 γ^{10} ($dD/d(\log_{10}\bar{N})$; D と $\bar{N}$ はそれぞれフィルムの吸光度と平均入射X線光子数) による補正を加えた。

果の共通部分が、互いに重なり合うように平行移動したものも合わせて書き込んである。この結果に対して、直線 ($\bar{T}=a(\bar{N}+b)$) と二次曲線 ($\bar{T}=a[(\bar{N}+b)+c(\bar{N}+b)^2]$) を観測関数とする最小2乗法を適用したところ、IPは、入射X線光子数が $8\sim 4\times 10^4\text{photons}/(100\mu\text{m})^2$ の領域では、誤差5%の範囲内で直線的な応答を示し、 $3\text{photons}/(100$

第4図 (a) アミノ基転移酵素結晶のワイセンベルグ写真。カメラの振動角 30° ，カメラ半径 287mm，コリメーターの大きさ $0.3 \times 0.3 \text{ mm}^2$ ，電子ストレージ・リングの運転条件 2.5GeV, 113mA, IP の読み取り条件 $L=3.6$, $E=1000$ 。2本の矢印の間隔は, 20mm.

第4図 (b) ミオグロビン結晶の異常分散写真. カメラの振動角 64° , 撮影領域 $-5^\circ < 2\theta < 40^\circ$, X線露光時間 40 分. 他の条件は第4図(a)と同じ. 2本の矢印の間隔は20mm.

$\mu\text{m})^2$ から始まるほぼ 5 桁の領域では、 $1 \sim 3 \times 10^{-6}$ という極めて小さな非直線性定数 (c) を持つ二次曲線的な応答 (誤差 5%) を示すことが判明した。

3.2 測定精度

実験 A で得られたデータを用い、IP システムの測定精度を調べる目的で、10000 画素の測定値に対する標準偏差とその平均値の比、すなわち出力の S/N 比の逆数を計算した。第 2 図(b)は、その結果を示したものである。同図には、比較の目的で、市販の X 線フィルムの中でもっとも高感度なものの一つである KODAK DEF-5 を用いた同様の実験の結果も、合わせて示した。ここで KODAK DEF-5 の黒化度が 1OD(optical density) となる入射 X 線量は、 $\text{CuK}\beta$ 線と $\text{MoK}\alpha$ 線に対して、それぞれ $6000\text{photons}/(100\mu\text{m})^2$ と $12000\text{photons}/(100\mu\text{m})^2$ であった。なお X 線フィルムの読み取りには、安部設計(株)製のデンストメーター (モデル 2605) を用いた。以上の結果から、IP システムを用いれば、X 線フィルム (KODAK DEF-5) の場合の $1/15 \sim 1/25$ の X 線量で、同等精度 (10% を仮定) の実験が行えることが判明した。

一方第 2 図(b)には、感度 100% と 10% の理想的な検出器を使用した場合に予想される結果を、それぞれ実線と破線を用いて示してある。これによれば IP システムは、平均入射 X 線光子数 ($\bar{N}$) が $10 \sim 1000\text{photons}/(100\mu\text{m})^2$ の領域では、感度 100% の理想的な検出器として動作しているが、 $\bar{N} \leq 10\text{photons}/(100\mu\text{m})^2$ と $\bar{N} \geq 1000\text{photons}/(100\mu\text{m})^2$

の領域では、理想的な動作特性からはずれていることがわかる。 $\bar{N} \leq 10$ の領域でのずれは PMT の暗電流や PMT に入るレーザー光の迷光などに起因するシステムの雑音によると思われるが、IP システムの雑音は、X 線フィルムを用いた場合と比べれば、はるかに小さいことが図から読み取れる。また、 $\bar{N} \geq 1000$ の領域でのずれの原因としては、IP の各画素ごとの感度の微視的な不均一性、読み取り装置のレーザー光強度や PMT の感度のゆらぎなど、システムに起因するものと、実験に使用した X 線発生装置の電源変動や、入射 X 線の強度分布、走査台の走査速度の不均一性など、実験系に起因するもの、および次に述べるデータのデジタル化に起因するものが考えられる。IP システムでは前述したように、PSL の相対強度を対数増幅した後、8 ビットすなわち 255 段階 (0 を含めれば 256 段階) に分割して出力している。この場合、ある 1 段階に含まれる PSL の相対強度 (T) の幅は、読み取り時の PMT の動作範囲 (L) が 3.6 では、 T に対して 3.3%、 $L=1$ では 0.9% である。したがって、システムと実験系に起因する出力のばらつきがこれらの値と同程度になると、測定精度に与えるデータのデジタル化による影響が顕著になる。ちなみに、第 2 図(b)の $\bar{N} \geq 1000\text{photons}/(100\mu\text{m})^2$ の領域では、測定精度が約 2% ($L=3.6$) とほぼ一定の値をとるようになるが、 $L=1$ で同様の読み取りを行ったところ、その値は 1.5% まで減少した。

第 3 図 位置分解能。(a) レーザー走査方向と (b) IP 移動方向。それぞれの座標 (x, y) はピーク位置を原点とした。尚、PSL の相対値は線状画像の線方向における 100 画素分の平均値を、ピークを 1 に規格化して示した。

3.3 感度の一様性

IP のほぼ全域に広がるように 20 点を選び、実験 B により $3200 \text{ photons}/(100 \mu\text{m})^2$ の X 線を入力した。また実験 A におけるデータ処理と同様に、それぞれの領域から 10000 画素を選び、その相対的 PSL の平均値 ($\bar{T}$) を求めた。この 20 個の平均値の標準偏差から、IP の全面にわたる感度のばらつきは、 $L=1$ の読み取り条件で 1.6% と見積られた。なお、読み取り装置のレーザー光走査機構では、IP とミラー間の距離は場所により変化するが、実験に使用した IP では、 T に対するこの距離の依存性は認められなかった。

3.4 位置分解能

IP システムの位置分解能の見積りは、実験 C の出力データに基づき、線状画像の線幅を求めて行った。第 3 図の (a) と (b) は、それぞれレーザー走査方向と IP 移動方向での、PSL の相対強度分布の例であり、その半値幅は、いずれの場合も $200 \mu\text{m}$ 以下であった。また、この強度分布とその半値幅に対する、レーザー走査方向と場所に依存した変化は見出されなかった。

3.5 画像の歪み

IP システムにおける画像の歪みは、実験 C の結果から線状画像のピーク間隔と、IP を搭載した走査台の送り間隔の実測値との照合を行って求めた。その結果、両者の比は、レーザー走査方向で 1.010、IP 移動方向で 0.996 であった。これらより、IP システムでは、IP の全面にわたり 1% 程度の歪みで画像を再現できることが判明した。

4. 応 用 例

蛋白質や核酸など生体巨大分子の X 線結晶解析の分野では、その回折点密度の高さ故に、二次元 X 線検出器として X 線フィルムを用いた回折強度データの収集が広く行われてきた。しかしながらその感度は低く、回折写真撮影には長い X 線露光時間を必要とした。またその動作範囲の狭さから、5 桁にも及ぶ結晶の回折強度範囲を精度良く測定するためには、複数のフィルムを重ねたマルチ・フィルム法を行う必要があった。これは後のデータ処理を煩雑にし、データ精度の悪化の原因となってきた。X 線フィルムの入出力関係が直線的で

ないことについても事情は同様である。巨大分子結晶解析が、より大きな分子量でより回折強度の弱い試料を対象にし、また従来の解析精度をより向上させることを目標にして進行している現在にあたって、IP システムは、上記の X 線フィルムの欠点をすべて解消したものであり、非常に強力な武器となり得る。

一方、KEK・PF の放射光 X 線は、その高い輝度と平行性、及び白色性などの特徴を有し、巨大分子結晶解析を含む X 線結晶学の各分野に革命を起こしつつある。しかしながらその高い X 線強度は、有限の計数速度を有するシンチレーション・カウンタや MWPC では、ややもすれば数え落としの原因となるが、IP システムにはその弊害もない。そこで、IP システムと放射光 X 線を組み合わせて、巨大分子結晶の回折写真を撮影してみた。

第 4 図 (a) は、シリコン (111) 三角形弯曲型モノクロメーターを用いて単色化、及び集光した放射光 X 線¹¹⁾ (波長 $1.022 \text{ \AA}$) により撮影した、アミノ基転移酵素 (分子量 43,000) の結晶 (水銀誘導体)¹²⁾ のワイセンベルグ写真¹³⁾ である。本結晶は、斜方晶系に属し、その空間群は $I222$ 、その格子定数は、 $a=124.7 \text{ \AA}$ 、 $b=137.9 \text{ \AA}$ 、及び $c=61.45 \text{ \AA}$ である。本結晶の X 線回折強度は中程度で、X 線フィルム (KODAK DEF-5) を用いた場合には、約一時間半の X 線露光を必要としたが、IP では、それが約 5 分にまで短縮された。また、IP システムを用いて得られた回折強度データの測定精度 ($R_{\text{sym}} = \sum_{h,i} (I_{h,i} - \bar{I}_h) / \sum_{h,i} I_{h,i}$; I 及び $\bar{I}$ は、それぞれ各同価反射の回折強度とその平均値、添字 h と i は、それぞれ反射の指数と同価反射につけた番号) は約 5% で、X 線フィルムを用いて得たデータの場合より数% 改善された。なお、本結晶に対するワイセンベルグ写真からの回折強度測定の結果については、本号の実験室欄 (京都大学薬学部・東常行博士)¹⁴⁾ に詳しいので、それを参照していただきたい。

放射光 X 線の出現により、X 線結晶学の各分野では、その白色性を利用した異常分散効果の利用の機運が高まりつつある。この事情は、巨大分子結晶解析においても同様であり、従来もつばら行われてきた重原子多重同型置換法¹⁵⁾ による反射の位相決定の他に、異常分散効果を利用した位相決定法¹⁶⁾ が検討されている。しかしながら、後者に

においては前者にも増して、より高精度の回折強度データが必要なため、IP システムの高い測定精度（十分なX線量では約2%）は注目に値する。

第4図(b)は、ミオグロビン結晶の異常分散写真¹⁶⁾で、結晶内に含まれる鉄原子に照準を合わせて、そのK吸収端（波長 1.744Å）前後の3波長（1.734Å, 1.744Å 及び 1.754Å）のX線を、三角形弯曲型モノクロメーターから同時に取り出して撮影したものである。したがって、本回折写真では、ある指数の反射に対して、上記の3波長のX線に対応する3つの回折点が一連の点列として記録される。本撮影法によれば、各波長に対する回折写真撮影を別々に行った場合に生ずるフィルム間誤差、結晶のX線損傷による回折強度の変化や結晶の交換に起因する誤差は含まれず、測定精度の向上が期待される。IP システムと本撮影法を組み合わせて得たデータを解析したところ、まだ十分とは言えないまでも、ミオグロビン結晶に含まれる鉄原子間のベクトルを、異常分散項によるパターンソン合成図から同定することに成功した¹⁷⁾。

5. おわりに

以上述べてきたように、IP システムは、X線結晶学に対しても非常に有効な二次元X線検出器であり、巨大分子結晶解析ばかりでなく、今後様々な分野での利用が予想される。また、IP の感度の高さは、IP による時分割測定をも可能にするだろう。しかしながら、IP システムは元来X線医用画像診断のために開発されたものであるため、細かくはX線結晶学上の様々な要求に、十分には合致しない点もある。たとえば、データのデジタル化の際の分割は、さらに細かい方が良く、分野によっては、より高い位置分解能を必要とするものもある。そこで我々は、これらの点を改良し、よりX線結晶学の目的に合致した新しい読み取り装置を、現在 KEK・PF において開発中である。

本研究を進めるにあたり、富士写真フィルム(株)の高橋健治氏、森信文氏、及び綾戸宏氏には、IP の読み取りに協力していただきました。また様々な助言をいただきました、千川純一教授、松下正助教授、及び佐藤能雅博士に感謝致します。蛋白質結晶の回折写真撮影は、坂部知平教授、坂部貴和子博士に協力していただきました。アミノ基

転移酵素の結晶を使用させていただきました森田雄平教授、相原茂夫博士に感謝致します。本稿の執筆にあたり助言をいただきました安藤正海教授に感謝致します。

本研究は、昭和60年度文部省科学研究費（試験研究(1)60850013）の助成により行われた。

文 献

- 1) J. Helliwell : Nucl. Instr. and Meth. **201**, 153 (1982).
- 2) M. Sonoda, M. Takano, J. Miyahara and H. Kato : Radiology **148**, 833 (1983).
- 3) 宮原諄二, 加藤久豊 : 応用物理 **53**, 884 (1984).
- 4) J. Miyahara, K. Takahashi, Y. Amemiya, N. Kamiya and Y. Satou : Nucl. Instr. and Meth. A **246**, 572 (1986).
- 5) K. Takahashi, K. Kohda, J. Miyahara, Y. Kanemitsu, K. Amitani and S. Shionoya : J. Lumin. **31/32**, 266 (1984).
- 6) K. Takahashi, J. Miyahara and Y. Shibahara : J. Electrochem. Soc. **132**, 1492 (1985).
- 7) 高橋健治, 幸田勝博, 宮原諄二, 金光義彦, 網谷幸二, 塩谷繁雄 : 螢光同学会講演予稿集 p. 23, (1984).
- 8) H. W. Leverenz : *An Introduction of Luminescence of Solids*, p. 150. Dover Publications, New York (1962).
- 9) 高野正雄 : 画像診断 **4**, 131 (1984).
- 10) J. C. Dainty and R. Shaw : *Image Science*, Academic Press, New York (1974).
- 11) N. Sakabe, N. Kamiya, K. Sakabe and H. Kondo : J. Biochem. **95**, 887 (1984).
- 12) Y. Morita, S. Aibara, K. Yonaha, S. Toyama and K. Soda : J. Mol. Biol. **130**, 211 (1979).
- 13) N. Sakabe : J. Appl. Cryst. **16**, 542 (1983).
- 14) D. Harker : Acta Cryst. **9**, 1 (1956).
- 15) U. W. Arndt, T. J. Greenhough, J. R. Helliwell, J. A. K. Howard, S. A. Rule and A. W. Thompson : Nature **298**, 853 (1982).
- 16) N. Kamiya, T. Higashi, K. Sakabe and

N. Sakabe : Photon Factory Activity Report, 238 (1984/85).

17) 東常行, 神谷信夫, 坂部知平, 坂部貴和子

: 日本結晶学会講演要旨集 1806 (1985).

18) 東常行: 日本結晶学会誌 28, 356 (1986).

巨大分子用ワイセンベルグカメラ

——データ処理について——

京都大学・薬学部 東 常 行

1. はじめに

結晶からのX線回折強度データを収集する場合、格子定数が大きくなるにつれて回折計より写真法が多く用いられる。逆格子点が込み合ってくるにつれて、一点毎に強度を測定して行くよりも、多数の逆格子点を同時にフィルム上に記録する方が能率的であるというのがその主な理由である。これに加えて、最近開発されたイメージングプレート¹⁾という新しいタイプの検出器の出現は、写真法にとってもうひとつの有望な材料といえそうである。蛍光体²⁾を利用した二次元検出器であるイメージングプレートは、X線フィルムと比較して、感度で約20倍、ダイナミックレンジで約1000倍の性能を持ち、しかもX線フィルムと同様に扱うことができる^{3,4)}。これを用いることにより、露出時間は大幅に短縮され、面倒な多重フィルム法は不用となるであろう。

写真法としては振動カメラがこれまでもっぱら用いられてきた⁵⁾。この振動カメラでは、回折斑点の重なりを避けるために一枚の写真に対する振動範囲を狭く限らなければならない。この欠点を改良する目的で、巨大分子用ワイセンベルグカメラが開発された^{6,8)}。

このカメラで撮影されたフィルムを処理するために、我々はRossmannによって開発された振動写真用プログラム^{9,10)}を基本として、処理プログラムWEISを開発した。ここでは、巨大分子用ワイセンベルグカメラの特徴を簡単に説明した上で、WEISによるデータ処理法及びその使用例について述べる。

2. 巨大分子用ワイセンベルグカメラの特徴

結晶を実格子軸の回りに回転させX線をこの軸に対しある定まった方向から入射し、回折X線を円筒フィルムに記録すると、回折斑点は回転軸に垂直な何本かの平行な直線(層線)上に分布する。各層線上の回折斑点を、結晶の回転に同期してフィルムを移動させることにより、層線間のすき間に展開して記録するというのがこのカメラの原理である。つまりスクリーンレス・ワイセンベルグカメラというわけである。このカメラで得られる回折像とそのシュミレーション図とを第1図に示す。

このカメラの特徴は、振動カメラに比べて正確な軸立てを要する代りに振動範囲を広く設定できることにある。このカメラにおける振動範囲は、

$$\Delta\phi = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{R}{a} \cdot \frac{W}{S}$$

で与えられる⁷⁾。ここに、 R は分解能($\text{\AA}$)、 a は入射X線方向の面間隔($\text{\AA}$)、 W はフィルム移動距離(mm)、 S は分解能 R 、面間隔 a で隣接する反射のフィルム上におけるフィルム移動方向の回折斑点間距離(mm)である。振動カメラの場合は、

$$\Delta\phi = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{R}{a}$$

で与えられる⁶⁾から、フィルム移動により (W/S) 倍だけ振動範囲を広く設定できることになる。結晶回転角とフィルム移動距離との比 $(\Delta\phi/W)$ をカップリング定数 C という。フィルム移動距離は、隣の層線上の回折斑点と重ならないように、フィルム上での層線間隔より小さく設定する。層線間隔は回転軸方向の周期によって決まるから、周期の最も短い軸を回転軸に選ぶようにすれば $\Delta\phi$ を

Tsuneyuki HIGASHI : Weissenberg camera for macromolecular crystal. —Data processing—