冷凍外科に関する実験的研究

組織内温度と組織変化

渡 辺 邦 一

Experimental studies on cryosurgery

Tissue temperature and histologic change

Kunikazu WATANABE

緒 言

局所の病変の治療に、超低温を利用する試みは、相当以前から知られていた。すなわち、1851年、冷凍麻酔の開拓者といわれている英国の James Arnott が、氷と食塩を入れた氷嚢（ -20°C ）を用いて子宮頸癌や乳癌の疼痛軽減および止血に利用したのが低温治療に関する最初の報告だといわれている¹⁾。1899年に、White²⁾は紅斑性狼瘡、上皮腫、帯状疱疹などの多くの皮膚病変の処置に対して、液体空気の利用を報告した。1907年には、Pusey³⁾がドライアイス（雪状炭酸）による種々の皮膚疾患の治療を発表した。その後液化ガスが容易に利用できるようになったため、液体酸素が一般に使用された。1929年に、Irvine ら⁴⁾が通常の疣贅に、また1948年に、Kile ら⁵⁾が1000例以上の角化症および疣贅に液体酸素を使用したと報告した。さらに液体窒素、笑気、フロンなどが冷媒として使用されるようになり、1945年、Allington⁶⁾は疣贅に液体窒素の使用を報告した。その後 Cooper (1961年)⁷⁾が液体窒素による凍結器械を作成し、これが一般に入手可能となり、いわゆる近代の冷凍外科が確立されたといっても過言ではない。このように近年、冷凍外科についての研究が盛んになり、皮膚疾患だけでなく、外科、耳鼻咽喉科、眼科など多くの領域で用いられるようになった。本邦においては、1968年頃から脳外科領域に導入され、眼科領域で最も普及し、白内障の手術では一般的なものとなってきた。口腔外科領域では、1965年に、Gage ら⁸⁾が口唇および口腔の癌に対する冷凍外科療法を報告し、1967年には、Emmings ら⁹⁾が口腔の良性腫瘍に対する冷凍外科療法について報告している。また本邦においては、1969年、飯田¹⁰⁾がハムスターの正常および炎

症を起させた頬嚢における凍結効果を報告している。

局所の病変を超低温に下げ、組織の破壊を主目的としたこれら冷凍外科療法を行うにあたり、生体組織にきわめて低い温度を適用した場合、種々の生体防禦反応が条件のいかんを問わず起ることが考えられるが、低温度が組織に伝わる機構を究明することおよび凍結による壊死の範囲とその修復機転を知ることは、きわめて重要なことである。特に凍結用プローベの接触条件、組織の種類および解剖学的位置関係が、凍結に要する時間および範囲に大きな影響を与えると考えられる。種々の条件下で凍結した場合に生じる組織壊死の要因に関してもいまだ一致した見解がみられない。

1961年に、Grimmett¹¹⁾が凍結時間と壊死の深さについての関係、さらに1967年に、Zacarian ら¹²⁾が液体窒素適用による人体皮膚 2mm の深さにおける温度記録についての報告が散見されるにすぎず、いまだその詳細については明らかでない。しかし Zacarian ら¹²⁾によれば、冷凍生物学者が細胞および組織破壊の目的のために要求される温度を -18°C から -20°C であることを確立したと述べている。

今回、著者は冷凍外科療法を臨床に応用するにあたり、その基礎的実験として、家兎腰背部を用いて液体窒素による凍結を行い、生体組織の温度変化、組織内温度と壊死との関係および組織修復の過程を、経目的に観察し、さらに臨床上の手技について考察を加えた。

実験材料と方法

1. 実験動物

約2週間ケージで飼育した成熟家兎（体重 3kg 前後）30匹を使用した。なお実験中はオリエンタル固形飼料（RC5）で飼育した。

2. 使用器械

凍結用器械には、Union Carbide 社の Linde CE Type

大阪歯科大学口腔外科学教室第一講座（主任：淳教授）
First Department of Oral Surgery, Osaka Dental University (Chief: Prof. Jun Takasu)
受付 昭和49年7月31日

写真 1 冷凍外科装置

図 1 凍結用プローブ

4 冷凍外科装置を使用した(写真 1)。この器械は、液体窒素に圧力を加えてプローブ先端で気化させ、その時の潜熱を利用するものであり、プローブに装備されている Thermister によって希望の温度が得られるようになっている。またプローブ先端の加熱は、付属したヒーターで行われるように設計されている。この器械の特徴は、50°C から超低温の -196°C の広範囲にプローブ先端内温度を電氣的に持続あるいはコントロールできることである。

また用いられる冷媒は液体窒素(最大冷却温度 -195.8 °C)である。

局所の組織内温度測定にあたっては 40°C から -200°C まで測定可能である熱電対針(銅-コンスタンタン)を用いた 4 チャンネルの Union Carbide 社の Linde Tissue Temperature Indicator を使用した(写真 2)。

図 2 凍結用プローブ先端部の構造

と真空によりプローブの凍結が先端に限局されるように設計されている。

なお本実験はすべてプローブの先端内温度を最大冷却温度である -196°C に一定した。

3. その他の器具, 材料

生体組織の温度測定にあたっては、プローブと測定部位を一定に保つため、図 3 に示すようなレジンブロック

図 3 温度測定用レジンブロック構造図

写真 2 組織温度計

凍結用プローブは図 1 に示したような直径 7.92 mm CE Type 4 用の円筒形のものを使用した。その内部構造は図 2 に示したように同じ中心をもつ 3 本のチューブよりなっており、圧力を加えられた冷媒は内側のチューブを通り先端に運ばれて気化される。そして中間のチューブを通して排出される。また外側のチューブは絶縁体

を考案作成した。このブロックには、プローベ挿入のための直径 8mm の孔をつくり、プローベ表面から 5mm 間隔にサーモニードルが挿入されるように、内径 1mm のアルミニウムチューブをブロック内に埋設した（写真 3）。また組織内温度を測定した位置を記録し、温度と組織変化との関係を明らかにするため、サーモニードル挿入部にインデアンインクで組織入墨を行った。

写真 3 考案作成したレジンブロック

実験方法

実験 I プローベの凍結能力

プローベ先端の凍結能力を測定するため、約 1m³ の Water Bath に 37°C に調節した生理的食塩水を入れ軽く攪拌し、その中にプローベを挿入、プローベ先端温度を -196°C にし、生理的食塩水中で形成される氷塊の大きさを測定した。

実験 II 生体組織の温度変化

本実験は平均気温 25°C の室内で行った。

家兎の腰背部皮膚を脱毛剤で脱毛し、ネンブタール (25mg/kg) による腹腔内麻酔を行った。実験中は固定器により、腹臥位に固定した。家兎腰背部皮膚にプローベを適用した場合、プローベに隣接する組織内温度を経時的に測定するため家兎 10 匹を用いて次の実験を行った。

A. 皮膚表面にプローベを圧接した場合（図 4）

(a) 皮膚表層の温度変化（水平的）

レジンブロックに凍結用プローベを挿入し、温度測定点としてプローベ直下とプローベ表面から 5mm, 10mm および 15mm 離れたところをそれぞれ T0, T1, T2, T3 とし、ここにサーモニードルを固定し皮下組織内に挿入、温度測定をした。これらのサーモニードルは Tissue Temperature Indicator に接続、経時的に記録を行った。凍結時間は 15 分で、凍結開始から 1 分毎に、90 分間にわたって皮膚表層の温度測定を行った。

(b) 皮膚深部の温度変化（垂直的）

レジンブロックに凍結用プローベを挿入固定し、その先端表面から 5mm, 10mm および 15mm の深さにサーモニードルを挿入固定し、それぞれ T'1, T'2, T'3 とし、

図 4 レジンブロックに挿入した凍結用プローベとサーモニードル
（皮膚表層および深部測定の場合）

図 5 レジンブロックに挿入した凍結用プローベとサーモニードル
（プローベ組織内挿入時測定の場合）

その温度変化を前実験と同様の条件で測定した。

B. 皮膚に切開を加えプローベを挿入した場合（図 5）

皮膚に長さ 2cm, 深さ 1cm の切開を加えてその部にプローベを挿入し、プローベ表面より 5mm, 10mm, 15mm および 20mm 離れた皮下を測定部位として、それぞれを T1, T2, T3, T4 とし、ここにサーモニードルを挿入固定し測定した。

実験 III 組織内温度と組織変化

生体組織が低温に急冷された場合の組織変化を病理組織学的に観察するため、実験 II と同様の前準備を行い、家兎腰背部皮膚に前記したレジンブロックにプローベを挿入固定し、プローベ直下とプローベ表面からのおの 5mm, 10mm および 15mm 離れた皮下組織にサーモニードルを挿入、温度測定を行い、プローベ表面から 5mm

離れた皮下組織内温度が -20°C になるまで凍結を行った。凍結組織が融解後直ちにサーモニードル挿入部にインデアンインクで入墨を行い、凍結後24時間、1週、2週、3週に凍結部の肉眼的所見を観察し、過量のネンブタールによって屠殺、凍結を行った腰背部皮膚を凍結部位よりも広範囲に採取、10%ホルマリンで約1週間固定後、ツエロイジン包埋を行い、おのおのサーモニードル挿入部、すなわちインデアンインク入墨部を同一標本内にあらわすように、10~15 μ の厚さに切片標本を作成し、H-E染色を施し病理組織学的に検索した。

実験結果

実験Ⅰ プローベの凍結能力

軽度攪拌した 37°C 生理的食塩水中で5分間凍結を行った結果、プローベの水塊形成は最大径で5mm以内であり(写真4)、15分間凍結を行ってもこの水塊の大きさはほぼ5mmであった。

写真 4 生理的食塩水中凍結5分後の水塊形成

実験Ⅱ 生体組織の温度変化

A. 皮膚表面にプローベを圧接した場合

(a) 皮膚表層の温度変化

皮膚に軽く圧接した常温のプローベ先端が凍結開始後 -196°C に達するには、平均30秒を要した。

凍結開始後組織内温度変化は、表1、図6に示すように15分間凍結を行った場合、T0の温度は -65°C に達し、T1では -24°C 、T2では -4°C 、T3では 18°C であった。組織内温度が 0°C に達するのは、T0では1分、T1では5分、T2では12分を要したが、T3では15分間凍結では 0°C にまで冷却されなかった。凍結終了後凍結した組織が融解するまでの時間、すなわち凍結組織内温度が 0°C に回復する時間は、T0では6分、T1では5分、T2では3分であった。しかし、凍結終了後75分を経過しても、T0からT3のいずれの測定部位でも正常体温には

表 1 プローベより各測定部位における皮膚表層の温度変化

室温 25°C : 体温 40°C

	時間 (分)	T0	T1	T2	T3	時間 (分)	T0	T1	T2	T3
凍結終了	1	0	36	39	40	46	18	22	26	32
	2	30	30	38	39	47	19	23	27	32
	3	44	28	32	39	48	20	23	27	32
	4	51	2	24	37	49	20	23	27	32
	5	54	10	20	32	50	21	23	28	32
	6	57	17	18	30	51	22	24	28	33
	7	58	17	14	29	52	22	25	29	33
	8	60	18	12	28	53	23	25	29	34
	9	62	19	6	24	54	24	26	30	34
	10	62	20	4	22	55	25	27	30	34
	11	63	20	2	21	56	26	27	30	34
	12	64	22	0	20	57	27	28	31	35
	13	65	22	-2	20	58	27	29	32	35
	14	65	23	-4	18	59	28	29	32	35
	15	65	24	-4	17	60	28	30	33	35
	16	32	16	-5	16	61	28	30	33	36
	17	25	10	-3	17	62	29	31	34	36
	18	10	-4	0	17	63	30	31	34	36
	19	-2	-2	0	14	64	30	32	34	36
	20	-1	0	2	13	65	30	32	34	36
	21	0	0	2	12	66	31	32	35	36
	22	0	0	2	12	67	32	32	35	36
	23	1	1	4	12	68	32	32	35	36
	24	1	1	4	12	69	32	33	35	37
	25	1	1	5	14	70	32	33	36	37
	26	2	2	5	15	71	32	33	36	37
	27	2	2	6	16	72	33	34	36	37
	28	2	3	9	16	73	33	34	36	37
	29	3	3	9	17	74	33	34	36	37
	30	4	4	9	17	75	33	34	37	38
	31	5	5	10	18	76	33	34	37	38
	32	5	5	10	18	77	34	35	37	38
	33	5	6	10	19	78	34	35	37	38
	34	5	6	10	20	79	34	35	37	38
	35	5	8	12	23	80	34	35	37	38
	36	5	8	13	24	81	34	35	37	38
	37	5	9	15	25	82	34	35	37	38
	38	5	11	16	25	83	34	35	37	38
	39	7	12	18	26	84	34	35	37	38
	40	8	13	19	26	85	35	36	37	38
	41	9	14	20	27	86	35	36	37	38
	42	11	16	22	28	87	35	36	37	38
	43	12	17	22	30	88	35	36	38	38
	44	14	19	25	31	89	35	36	38	38
	45	16	21	26	31	90	35	36	38	38

図 6 皮膚表層の温度変化曲線

回復しなかった。温度変化は T0 と T1 では凍結開始後 5 分までは急激な下降を示し、それ以後凍結を続行しても、経時的に温度下降曲線はゆるやかになる。しかし T2 と T3 においては凍結開始より温度下降曲線はゆるやかである。凍結を終了すると、T0 と T1 では 5 分間で急速に 0°C 近くまで上昇し、その後は徐々に正常体温に回復する。T2 と T3 では凍結終了後もなおゆるやかな温度下降がみられ、とくに T3 では凍結終了後 10 分を経過しても、温度下降の傾向がみられた。

(b) 皮膚深部の温度変化

凍結用プローベを皮膚に圧接し、皮膚表面から深さ 15mm までの温度変化を測定した結果は、表 2、図 7 に示すとおりで、T'1 は -64°C、T'2 では -15°C、T'3 では -2°C であった。

図 7 皮膚深部の温度変化曲線

また組織が 0°C に達するには、T'1 では 1 分以内、T'2 では 5 分、T'3 では 11 分を要した。

凍結終了後凍結組織が 0°C に回復するには、T'1 では 6 分、T'2 では 5 分、T'3 では 2 分であった。なお前実験と同様、凍結終了後 75 分を経過してもいずれの測定部位でも正常体温に回復しなかった。温度変化について観察すると、T'1 では凍結開始後 5 分以内に急激な下降曲

表 2 プローベより各測定部位における皮膚深部の温度変化

室温 25°C : 体温 40°C

時間 (分)	T'1	T'2	T'3	時間 (分)	T'1	T'2	T'3
1	-35	25	30	46	9	25	27
2	-38	13	26	47	9	25	27
3	-44	7	21	48	9	25	27
4	-50	2	18	49	10	26	27
5	-53	-2	13	50	10	26	27
6	-55	-4	11	51	10	26	28
7	-57	-6	7	52	11	26	28
8	-58	-8	4	53	11	27	28
9	-58	-9	2	54	12	27	29
10	-59	-10	1	55	12	27	29
11	-60	-11	0	56	12	27	29
12	-61	-13	-1	57	13	27	29
13	-61	-14	-2	58	13	27	29
14	-62	-14	-3	59	13	27	29
15	-64	-15	-2	60	13	27	29
16	-50	-12	-2	61	13	28	29
17	-36	-10	0	62	13	28	30
18	-22	-6	0	63	13	28	30
19	-8	-1	2	64	14	28	30
20	-2	2	3	65	14	28	30
21	0	2	4	66	14	28	30
22	2	4	5	67	14	28	30
23	2	4	6	68	14	28	30
24	3	5	6	69	14	28	30
25	4	5	8	70	14	28	30
26	4	5	8	71	14	29	31
27	4	6	10	72	14	29	31
28	5	6	11	73	15	29	31
29	5	6	11	74	15	29	31
30	5	6	12	75	15	29	31
31	5	7	13	76	15	29	31
32	5	8	14	77	15	29	31
33	5	10	16	78	15	29	31
34	6	12	18	79	15	29	32
35	6	14	20	80	15	29	32
36	6	16	22	81	15	29	32
37	6	18	23	82	15	29	32
38	7	20	23	83	16	30	32
39	7	21	23	84	16	30	32
40	7	22	23	85	16	30	32
41	8	23	23	86	16	30	32
42	8	23	24	87	16	30	33
43	8	24	25	88	16	30	33
44	9	24	25	89	16	30	33
45	9	25	26	90	16	30	33

表 3 プローベ組織内挿入時、プローベより各測定部位における皮膚表層の温度変化
室温 25℃：体温 40℃

時間 (分)	T1	T2	T3	T4	時間 (分)	T1	T2	T3	T4	
1	0	36	39	39	46	13	14	17	28	
2	-30	24	38	39	47	14	15	19	28	
3	-35	12	34	37	48	15	16	19	29	
4	-40	-1	30	37	49	15	17	20	29	
5	-46	-4	22	36	50	17	18	21	30	
6	-48	-6	18	34	51	17	18	21	30	
7	-52	-10	14	32	52	17	19	21	30	
8	-54	-13	10	30	53	18	20	22	31	
9	-57	-16	8	25	54	19	20	22	31	
10	-62	-18	7	23	55	20	21	23	32	
11	-63	-19	4	20	56	20	21	24	32	
12	-65	-21	3	20	57	21	22	25	32	
13	-65	-21	0	19	58	22	23	25	32	
14	-66	-22	-2	19	59	22	24	26	33	
凍結終了	15	-66	-22	-4	18	60	23	25	27	34
16	-40	-16	-5	16	61	24	25	27	34	
17	-23	-4	-2	16	62	25	26	28	35	
18	-12	-1	0	14	63	25	26	29	35	
19	-5	0	2	12	64	26	26	30	35	
20	-2	1	4	10	65	26	27	30	36	
21	-2	1	4	10	66	27	28	31	36	
22	-1	1	5	11	67	28	29	32	37	
23	-1	1	6	11	68	28	29	32	37	
24	-1	1	6	11	69	28	30	33	37	
25	0	2	7	12	70	29	31	33	37	
26	1	3	8	13	71	29	31	34	37	
27	1	5	9	15	72	30	32	34	37	
28	3	6	10	17	73	30	32	35	38	
29	5	6	10	18	74	30	33	35	38	
30	6	7	11	20	75	30	33	35	38	
31	6	7	12	21	76	31	34	36	38	
32	6	7	12	21	77	31	34	36	38	
33	7	8	12	22	78	31	34	36	38	
34	7	8	13	23	79	32	34	37	38	
35	7	9	13	24	80	32	34	37	38	
36	7	9	14	25	81	32	35	37	38	
37	8	10	14	25	82	32	35	37	38	
38	8	10	15	25	83	33	35	37	38	
39	8	11	15	26	84	33	35	37	39	
40	10	11	15	26	85	33	35	37	39	
41	11	12	16	27	86	33	35	37	39	
42	11	12	16	27	87	33	35	37	39	
43	12	13	17	27	88	34	35	37	39	
44	12	13	17	28	89	34	35	37	39	
45	13	14	17	28	90	34	35	37	39	

線を示し、その後温度の下降はゆるやかになる。T'2とT'3ではその下降曲線はゆるやかである。15分間の凍結が終了すると、T'1の組織内温度は急激に上昇して0℃近くまで回復し、その後ゆるやかな曲線を描き、次第に正常体温近くまで回復する。T'2とT'3では温度上昇はゆるやかな曲線で、凍結終了後25分を経過すると、ほぼ近似した曲線を描く。

B. 皮膚に切開を加えプローベを挿入した場合
皮膚切開部よりプローベを1cm挿入した場合、凍結開始後のプローベ表面からの各測定部位の組織内温度は、表3、図8に示すとおりで、15分間凍結を行った結果、

図 8 プローベ組織内挿入時皮膚表層の温度変化曲線

T1では-66℃、T2では-22℃、T3では-4℃、T4では18℃にまで温度が下降する。組織内温度が0℃に達するには、T1では1分、T2では4分、T3では13分を要したが、T4では0℃以下に達しなかった。凍結終了後凍結組織が融解し、0℃に回復するには、T1では10分、T2では4分、T3では3分を要した。凍結終了後75分を経過しても、各測定部位とも正常体温にまで回復しなかった。その温度変化曲線を見ると、T1とT2では凍結開始後5分までは急激な下降を示し、それ以後はややゆるやかな温度下降を示す。T3とT4ではゆるやかな下降曲線を描く。15分間の凍結を終了すると、T1とT2においては約5分以内に急速に0℃近くまで回復し、しばらくは0℃付近で温度の停滞がみられるが、その後徐々に正常体温近くまで回復する。T3とT4では凍結終了後も約5分間にわたってなおゆるやかな温度下降がみられたが、その後ゆるやかな曲線を描き温度上昇がみられ、正常体温近くまで回復する。しかし、いずれの測定部位でも、凍結終了後75分では正常体温にまで回復しない。

実験III 組織内温度と組織変化

A. 肉眼的所見

凍結された局所皮膚が融解し、数分を経過するとやや赤味をおびるが、凍結されない部との判別は困難である。

写真5 凍結後24時間の肉眼的所見

写真6 凍結後1週の肉眼的所見

24時間後には凍結部は暗紫色になり、周囲組織は凍結部を取り囲むように軽度の浮腫がみられる(写真5)。

1週後では同凍結部位の暗紫色は著明となり壊死組織がみられ、その壊死部分は部分的に剥離されて一部肉芽組織の露出がみられる(写真6)。

2週後には同部は硬い壊死組織となり全体に収縮がみられ、剥離脱落の傾向を認める。

また浮腫などの炎症性症状もほとんど消失する(写真7)。

写真7 凍結後2週の肉眼的所見

3週後に壊死組織は収縮し、2週後に比較して約1/2程度の大きさになる。またこの壊死部を取り囲む皮膚はほぼ正常な皮膚に回復しているのを認めた(写真8)。

写真8 凍結後3週の肉眼的所見

写真9 凍結後24時間の病理組織学的所見(×10)
T0部表面は剥離あるいは断裂している 写真10 T0部皮下結合組織(×150)
浮腫状の結合組織と血球を充満した血管様構造を認める筋組織は断裂し、萎縮がみられる

B. 病理組織学的所見

凍結後24時間の所見は、 -20°C より低い温度に凍結されたT0部では、上部はエオジンに染色した無構造な層

よりなり、表層は剥離あるいは断裂し、皮下結合組織では浮腫状を呈し、核および原形質などの細胞構造は認められない。また血球を充満した血管様構造はみられるが、血管壁の細胞構造は認められない。筋組織は断裂し、強い萎縮がみられる(写真9, 10)。 -20°C に凍結されたT1部を境に通常の染色性をもった上皮層がみられ、皮下結合組織においても通常の染色性を示した。またT1部に隣接した -20°C より低い温度変化を受けた部には血球を充満した毛細血管がとくに脂肪組織に隣接した部にみられる。またこの部の毛細血管壁には内皮細胞がみられる(写真11, 12)。 -20°C より高い温度変化を受けたT2とT3部は正常な染色性を示し、皮下結合組織には密な膠原線維組織中に遊走細胞浸潤と出血像がみられる。なおこ

写真 11 T1部表層 ($\times 75$)
T1部を境に通常の染色性をもった上皮層がみられる

写真 12 T1部に隣接した結合組織にみられる毛細血管 ($\times 370$)
血球を充満した毛細血管が脂肪組織に隣接した部にみられる

写真 13 T2からT3部にみられる毛細血管 ($\times 370$)
多数の多核白血球が充満しているのを認める

写真 14 凍結後1週の病理組織学的所見 ($\times 10$)
T0部を境にして壊死部と生存部が明らかとなっている

写真 15 T0部表層 ($\times 75$)
表層は無構造な壊死組織となっている

の部の毛細血管内には多数の多核白血球が充満していた(写真 13)。

凍結 1 週後の組織変化は、T0 部の表層は無構造な壊死組織となり、これを取り囲む基底部結合組織は T1 部にかけて水腫様変性をきたし、炎症性細胞浸潤もみられる。またこの部の筋組織にも強い萎縮がみられる。T1 部では、皮下結合組織は著明な線維芽細胞の増殖と炎症性細胞浸潤が壊死部を取り囲むようにみられ、上皮組織がこの部分に増殖進入しているのがみられる。T2 と T3 部では、結合組織は浮腫状を呈し、中等度の炎症性細胞浸潤がみられる(写真 14, 15, 16)。

2 週を経過すると、T0 部は完全に壊死組織となり、その周囲は T1 部を境として T0 部の無構造な壊死組織

写真 16 T1部表層 (×75)
上皮組織がこの部に増殖進入しているのがみられる

写真 17 凍結後 2 週の病理組織学的所見 (×10)
T0部は完全に壊死組織となっている

写真 18 T1部表層 (×40)
T1部を境として壊死組織を取り囲むように軽度の炎症性細胞浸潤と線維芽細胞の増殖の厚い層がみられる

写真 19 T1からT2部の皮下結合組織 (×185)
著明な毛細血管および線維芽細胞の増殖がみられる

を取り囲むように軽度の炎症性細胞浸潤と線維芽細胞の増殖した厚い層がみられ、T1 から T2 部にかけて著明な毛細血管および線維芽細胞の増殖がみられる。また T2 と T3 部においては、線維細胞の増加がみられる(写真

写真 20 凍結後 3 週の病理組織学的所見 (×10)
T0部の壊死組織は痂皮となり、脱落の傾向がみられる

写真 21 壊死部と生存部境界 (×75)
上皮組織は新生肉芽組織を被うように
増殖している

写真 22 T1部の皮下結合組織 (×150)
破壊消失した筋組織に線維芽細胞の増殖がみられる

17, 18, 19)。

凍結後3週を経過したものでは、T0部の壊死組織は痂皮となり、脱落の傾向がみられる。その基底部はT1部に相当し、新生肉芽組織で分たれている。上皮組織はこの肉芽組織を被うように増殖しているのが認められる(写真20, 21)。T1部の筋組織はほとんど萎縮し、一部筋組織の形態は認められるが、個々の細胞核は不明瞭となっており、破壊消失した筋組織には線維芽細胞の増殖が認められる(写真22)。T2とT3部では炎症反応は減少し、密な膠原線維増殖がみられる。

総括および考察

生体組織が超低温に下げられた場合、なぜ壊死に陥い

るかについての定説はないが、一般的な仮説を要約すると、急速な凍結により氷結晶が細胞内外に形成されて細胞の脱水が起きる。この結果、電解質の濃縮をきたし、原形質の水素イオン濃度も変化し、細胞膜や細胞内の蛋白変性が起きる。さらに凍結された組織の小血管の破壊や毛細血管の栓塞のため局所的な循環不全をきたし、これが組織壊死の要因といわれている^{13)~15)}。一方、凍結した組織が融解する条件も組織壊死の重要な因子になるといわれている¹³⁾。Mazur¹⁾によれば、Smithは通常毎分100°C以上の急速凍結と毎分1~10°Cの融解が組織細胞に最大の障害を与えると述べている。またMazurは-20°Cより低い温度に組織が急速に凍結され、緩徐に融解すると組織が壊死になると述べている。さらにGrimmett(1961)¹¹⁾は皮膚へのhemostasis loopの使用は、局所の血管壁を圧縮し、循環に影響を与えることによって効果的な凍結を行い得ると述べている。本実験成績についてみると、プローブ先端温度が-196°Cという超低温になっても、そのプローブを接触させた皮膚直下の温度は-100°C以上である。またプローブの接触条件についてみると、皮膚に切開を加えてプローブを挿入させた場合のほうが皮膚表面に接触させた場合より、同一測定部位ではるかに低温を示している。0°Cに達する時間を比較しても同一測定部位で皮膚に切開を加えてプローブを挿入させた場合のほうがはるかに短時間である。ついで組織内温度が0°Cに回復するまでの時間をみると、皮膚に切開を加えてプローブを挿入させた場合よりも、皮膚表面接触のほうが短時間であるが、これは15分凍結した場合のそれぞれ同一測定部位での温度差に関係することから当然のことと考えられる。

すなわち、-196°Cに一定した低温プローブを生体に作用させた場合、急速に-20°Cにまで下げられる組織の範囲は時間よりプローブのもつ容量ならびに組織との接触面積に大きく影響され、また局所の循環状態、プローブの接触状態などによっても左右されることがわかった。

つぎに各凍結条件下の各測定部の組織内温度と時間的關係を温度変化曲線として観察すると、ほぼ同じ曲線を示しており、5分以内に急激な下降を示し、その後経時的に曲線はゆるやかになる。このことは、病理組織学的所見で観察したように、組織が壊死にならず影響を受ける範囲の温度変化が経時的に拡がることから、凍結時間は5分以内にとどめたほうが生存部組織への影響も少なくより効果的な凍結を行い得ると考えられる。この事実は皮膚の凍結効果について一つの示唆を与えるものと考えられ、凍結療法を行う場合十分考慮する必要がある。

また実験Iで示したように、プローブの凍結能力はごく限られたもので、組織壊死の範囲は凍結部の拡がりにもかかわらず5mm以内である。プローブが適用される部の状態および組織の低温感受性によっても、組織壊

死に大きな影響を与えると考えられる。たとえば、本実験に使用された皮膚は常に乾燥した状態であり、外界の刺激に対してもかなりの低抗力があると思われる。これらのことから、われわれが取り扱う常に湿潤した口腔領域に凍結を行う場合、その凍結効果はより大きいと考えられる。

—20°Cより低い温度に凍結された部の小血管は術後24時間を経過しても血液の貯留、すなわちうっ血、充血がみられるが、血管壁の構造はH-E染色による通常の染色性はみられず、また白血球の浸潤などもほとんどみられない。一方、—20°Cまでの温度変化を受けた部は炎症性反応が著明にみられ、ことにこの部の毛細血管には多数の多核白血球がみられることから、おそらく—20°Cより低い温度に凍結された部の毛細血管および小血管は凍結直後より停止あるいは一時的に停滞してしまうのではないかと考えられる。

本実験では低温度プローベを15分というかなり長時間作用させたが、壊死になる範囲はプローベ表面から5mm以内であり、低温度によって影響を受ける範囲はプローベ表面から15mm離れた部でもみられ、これが術後浮腫の原因となると考えられる。

また組織学的に、—20°Cを境に壊死部と生存部が分たれることが明らかになったが、—20°C境界深層部においては生存部が認められることから、臨床の応用にあたっては、冷凍外科療法の範囲に十分考慮しなければならないと思われる。これらの事実から、临床上、冷凍外科療法を行う場合にはその病巣の位置的關係、範囲などについて十分な配慮がなされなければならないと考える。

結 論

冷凍外科療法を臨床に応用するにあたり、その基礎的実験として、家兎腰部皮膚を用いて液体窒素による凍結を行い、生体組織の温度変化、組織内温度と壊死との関係および組織修復の過程を経日的に観察し、次のような結果を得た。

1. プローベ先端温度が—196°Cであっても、接触部直下の温度は—100°C以上であった。
2. プローベ適用条件にかかわらず、温度変化はほとんど類似の曲線を示した。すなわち5分以内に急激な下降を示し、凍結終了後いづれも約5分以内に組織が0°Cに回復し、終了後75分を経過しても正常体温まで回復しなかった。
3. プローベを組織に挿入した場合のほうが、表面に圧接した場合に比較して、著明な凍結効果が得られた。このことから凍結効果は凍結時間よりも接触面積に大きく影響されることがわかった。
4. 病理組織学的に、—20°Cを境に壊死部と生存部が分けられた。
5. —20°Cより低い温度に凍結された組織は、24時間

後通常の染色性は失われ、炎症性細胞浸潤はほとんど認められなかった。1週後には無構造な壊死となり、2週後に壊死部の境界が著明となり、3週後には痂皮となり脱落の傾向が認められた。

6. —20°Cより高い温度変化を受けた組織は、24時間後正常な染色性を示し、炎症細胞浸潤と浮腫がみられ、1週後著明な線維芽細胞の増殖と炎症性細胞が壊死部を取り囲むようにみられ、2週後には新生肉芽組織の増殖が、3週後には上皮がこの肉芽組織を被うように増殖しているのが認められた。

稿を終るにあたり、御校閲をいただいた高須 淳教授ならびに岡野博郎教授に深謝し、また終始御指導をいただいた飯田 武助教授と種々の御援助をいただいた教職員各位に深甚の謝意を申しのべます。

この論文要旨は、第17回日本口腔外科学会総会（昭和47年10月7日、福岡）および第216回大阪歯科学会例会（昭和49年5月11日、大阪）において発表された。

参 考 文 献

- 1) Rand, R. W., et al. : Cryosurgery. Charles C Thomas, Illinois, 1968, p 3. p 32.
- 2) White, A. C. : Liquid air in medicine and surgery. Med Rec 56 : 109 1899.
- 3) Pusey, W. A. : Use of carbon dioxide snow in the treatment of nevi and other skin lesions. J Amer Med Ass 49 : 1354 1907.
- 4) Irvine, H. G., et al. : Liquid oxygen in dermatology. Arch Derm Syph 19 : 270 1929.
- 5) Kile, R. L., et al. : Liquid oxygen in dermatologic practice. Arch Derm Syph 57 : 57 1948.
- 6) Allington, H. V. : Liquid nitrogen in the treatment of skin disease. Calif Med 72 : 153 1950.
- 7) Cooper, I. S., et al. : Cryothalametomy-Hypothermic congelation. A technical advance in basal ganglia surgery. Preliminary report. J Amer Geriatr Soc 9 : 714 1961.
- 8) Gage, A. A. et al. : Cryotherapy for cancer of the lip and oral cavity. Cancer 15 : 1646 1965.
- 9) Emmings, F. G., et al. : Cryotherapy for benign lesions of oral cavity. J Oral Surg 25 : 320 1967.
- 10) Iida, T. : The effect of deep freezing on normal and inflamed hamster cheek pouch. J Osaka Dental University 3 : 82 1969.
- 11) Grimmer, H. : Liquid nitrogen therapy. Histologic observations. Arch Derm 83 : 563 1961.
- 12) Zacarian, S. A., et al. : Cryogenic temperature studies of human skin. J invest Derm 48 : 7 1967.
- 13) Meryman, H. T. : Mechanics of freezing living cells and tissues. Science 124 : 515 1956.
- 14) Armand, M. K., et al. : Tissue freezing. A theory for injury and survival. Cryobiology 2 : 99 1965.
- 15) Goldwyn, R. M., et al. : Cryosurgery large

- hemangiomas in adults. *Plast reconstr Surg* 43 : 605 1969.
- 16) Iida, T., et al. : The effect of deep freezing on hamster cheek pouch carcinoma. *Oral Surg* 34 : 844 1972.
- 17) Emmings, F.G., et al. : Freezing the mandible without excision. *J Oral Surg* 24 : 145 1966.
- 18) Emmings, F.G., et al. : Combined curettage and cryotherapy for recurrent ameloblastoma of the mandible. *J Oral Surg* 29 : 41 1971.
- 19) Hall, A.F. : Advantages and limitations of liquid nitrogen in the therapy of skin lesions. *Arch Derm Syph* 82 : 9 1960.
- 20) von Leden, H., et al. : Cryosurgical technics in head and neck surgery. *Amer Surg* 33 : 36 1967.
- 21) 飯田武 : 口腔領域の冷凍外科. *看護技術* 18 : 152 1972.
- 22) Cooper, I.S., et al. : Cryogenic congelation and necrosis of cancer. *J Amer Geriat Soc* 10 : 289 1962.
- 23) Fish, J.C., et al. : Freezing and heat coagulation as hemostatics in surgery of liver and spleen in dogs. *J Trauma* 7 : 456 1967.
- 24) Cooper, I.S. : A new methods of destruction of extirpation of benign or malignant tissues. *New Engl J Med* 268 : 743 1963.