412. 脳動脈瘤に於けるCT検査手技の検討

Technical Study of the CT(Computed Tomography) Examination with Intracranial Aneurysms.

大垣市民病院放射線技術部 ○安田英明 市川秀男 安田鋭介 伊藤益弘
 (Hideaki Yasuda) (Hideo Ichikawa) (Eisuke Yasuda) (Masuhiro Ito)
 中村 学 岩崎浩康 吉田 宏 金森勇雄
 (Manabu Nakamura) (Hiroyasu Iwasaki) (Hiroshi Yoshida) (Isao Kanamori)

【目的】クモ膜下出血直後のCT像は、脳底部の髄液槽、特に鞍上槽、シルビウス裂溝、迂回槽、大脳半球裂に高吸収域を認める。しかし、その原因となる破裂脳動脈瘤の発生部位、大きさ等は単純CTでは殆ど確認できない。そこで、今回我々は、造影剤を用いて脳動脈瘤検出のためのCT検査手技について検討した。

【使用機器】CT装置：横河製Quantex-RX 自動注入器：根本杏林堂製A-20

【方法】(1)過去1年間で検索し得た破裂脳動脈瘤21例の発生部位と大きさを、血管撮影所見及び手術所見より調べた。

(2)スキャン角度：動脈瘤の発生部位と無作為にとりだした25例の血管撮影側面像より検討した。

(3)スライス厚、スライス間隔：動脈瘤の大きさと第2次勧告を基にcontrast法を用いて調べたスライス厚の違いによる空間分解能とで検討した。

【結果】(1)動脈瘤の発生部位は、前交通動脈11例(52.4%)、内頸動脈6例(28.6%)、中大脳動脈4例(19%)であった。このことより、ウィリス動脈輪に平行にスキャンすれば動脈瘤が検出され易いと思われた。又、大きさは3mm未満6例(28.6%)、3mm以上5mm未満11例(52.4%)、5mm以上4例(19%)であった。(図.1)

(2)ウィリス動脈輪は、GMラインにほぼ平行(25例中20例)であったのでスキャン角度は、GMラインを基準とした。また、必要に応じて頭蓋底部の骨との重なりを避けるために、GMラインとは逆傾斜の眼窩下縁と外耳孔を結ぶIMラインを基準として追加スキャンを行うことにした。

(3)当院における脳血管CT検査手技は、非イオン性造影剤50mlを2ml/secで注入し、注入開始10秒後より5mm厚で2mm移動の重複スキャンをGMラインを基準として連続15回行う方法である。(図.2)

図1. 動脈瘤の発生部位、大きさ N=21

【症例】症例は、本法で脳動脈瘤を検出することができた例で、前交通動脈瘤破裂によるクモ膜下出血で、前大脳縦裂間後部に4.1×3.5mmの卵円形の高吸収域を認め前交通動脈瘤が疑われた。なお、この症例は、手術によって前交通動脈瘤が確認された。

図.2 当院における脳血管CTスキャン手技

【症例】前交通動脈瘤破裂