524.

マルチモダリティレーザーイメージャーシステムのバックアップ

Back-up system for multimodality laser imager

—自動現像機管理の実践—

—Practical management of X-ray film processor—

国立循環器病センター   山田雅直   坂下善治   小倉裕樹   大竹野浩史   上野智明
 (Masanobu Yamada) (Yoshiharu Sakashita) (Hiroyuki Ogura) (Hiroshi Ohtakeno) (Tomoaki Ueno)
 コニカ (株) 医用技術部   佐藤茂吉   矢口誠二
 (Mokichi Satoh)   (Seiji Yaguchi)

【目的】 当院のマルチモダリティシステムは、2台のレーザーイメージャー(Li1&Li2)に各々自動現像機(KX400&SRX502)を直結した並列処理をしている(図1)。今回、同等な仕上がり写真を得るため自動現像機間の処理特性の違いを補正する方法について検討した。

【方法①】 異なる処理系統から同等な仕上がり写真を得るため、45秒用超迅速処理液(XD-SR・C)を共用した自動現像機SRX502(35℃, 45秒)とKX400(34℃, 90秒)の処理特性の違いを補正した。Li2(LUT2)+SRX502の仕上がり写真特性を基準として、Li1(LUT2)+KX400(34℃)を処理液の温度調整とルックアップテーブル(LUT)の作成により、特性曲線の高濃度域及び低濃度域の補正をした。

【結果及び考察①】 1 図2に基準となるLi2(LUT2)+SRX502の諸特性を示す。(a)はSMPTEパターンを露光したGrayScaleの特性曲線であり仕上がり写真の特性を示し、(b)は感光計を使用して Optical Wedgeを露光した特性曲線であり自動現像機(LUT2)の特性を示した。また(c)はGrayScale, (a), (b)からの逆算にて求められ、Li2(LUT2)のレーザー出力特性を示した。

2 図3にSRX502とKX400(31℃, 90秒)の特性と、同一のLUT(LUT2)を使用するレーザーの出力特性を示す。KX400の特性曲線は、現像温度補正によりSRX502の曲線と近似した。しかし、同機種のレーザーイメージャーで同一のLUTを用いて処理したが、仕上がり写真特性には大きな差異が生じた。そこでレーザー出力特性に着目したところ、同機種のレーザーイメージャー間に差異が生じていた。

3 基準処理系の仕上がり写真特性から、LUT2のCurve Shapeを補正しLUT1を求めた。また、これによりレーザーイメージャーの機器差によるレーザーの出力特性の違いを補正することができた(図4)。

【方法②及び結果】 マルチモダリティシステム以外の自動現像機 FPM4000(34℃)でも、同等な写真特性が得られるよう階調を補正した。FPM4000の現像液はRD-3を使用した。図5に基準処理系と(Li2(LUT2)+FPM4000(34℃, 90秒))の諸特性を示す。同等な仕上がり写真を得るためのLUTとして、同様にLUT6を求めた。また、LUT6によって変換されたレーザー出力特性を図6に示す。

図1 バックアップシステム

図4 Li1(LUT1)のレーザー出力特性

図2 レーザー出力特性の作成法

図5 SRX502&FPM4000の諸特性

図3 温度補正とレーザー出力の機器差

図6 Li2(LUT6)のレーザー出力特性

【まとめ】 ・レーザーイメージャー間の機器差を考慮したLUTの作成により、並列処理における同等な仕上がり写真を得ることができた。

・同機種のレーザーイメージャーを用いたバックアップシステムを構築する際、各々のレーザー出力特性を把握しておくことが重要である。

・システム以外の自動現像機(FPM4000)においても、同等な仕上がり写真を得るためのLUT補正は、十分可能であった。

・現在当院では、Li-10のLUTプリセット機能により処理システムに合わせたLUTを選択し、常に同等な仕上がり写真を得るようにしている。