119. パソコンを利用した乳房接線照射法の検討

Study of tangential irradiation of breast cancer using personal computer

近畿大学医学部附属病院 中央放射線部
 ○奥村雅彦 南部秀和 澄田貢 村野喜彦
 [MASAHIKO OKUMURA] [HIDEKAZU NANBU] [MITSUGU SUMITA] [YOSHIHIKO MURANO]

【目的】

近年、乳房温存術と放射線治療を組合わせた方法が行われている。過去に、種々の方法が報告されているが、我々は、X線シミュレータを使用し回転横断写真とパソコンを用いて、治療計画の精度向上並びに時間の短縮を目的とする方法を検討したので報告する。

【使用機器】

コバルト照射装置：RTGS-2DM X線シミュレータ：SAT-2型
 パーソナルコンピュータ：PC9801VX プロッター：MP-1000
 RTPシステム：MODULEX-T

【方法】

(1) 乳房接線照射法は、BEAM DIVERGENCEによる方法を用いる。その概略図、並びに計算式をFig.1に示す。(2) 患者をX線シミュレータ上にのせ、固定する。照射野の上縁、下縁を決め、その中心と正中、中腋窩線との交点にマーカーを置き、回転横断写真を撮影する。(3) 回転横断写真上に、拡大率を補正し作成した座標に、正中のマーカーをY軸上に、中腋窩線のマーカーをX軸上に設定し、値をプログラムに入力します。(4) 次に、正中-中腋窩線を結ぶ直線の2等分線される点から垂直にA-B間距離を読み、照射野を予測しプログラムに入力する。(Fig.2) 回転横断写真上では、正確な照射野の設定は難しくA-B間距離を参考に設定する。Table.1に照射野幅を設定した時の実際のA-B間距離を線源-アイソセンタ間距離80cm、100cmの場合を示す。(5) Fig.3に、実際のプログラム上の画面を示す。正中、中腋窩線座標、照射野幅を入力する事により計算値が表示され印刷が同時に実行される。また、回転横断写真の輪郭をパソコンに入力しプロッターにて正中、中腋窩線、ビーム入射点、サイドポイントを書かせ、患者の輪郭を型取った型紙を作成した。それを利用する事により、セットアップの確認、照射毎の変化の確認を行うことができた。(6) Fig.3に示すように正中、中腋窩線からの距離Q、Rのポイントを皮膚上に正確にマークする為になるべく患者を動かさずにマーキングするのが最適と考え、スケールを作成した。(Fig.4) (7) スケールをFig.4のように設置し、正中からアイソセンタまでの距離は、チェーンを移動させ皮膚マーキングする(スケール2)。中腋窩線からの距離は、サイドポイントを中腋窩線上に合せ、アイソセンタまでの距離をスケール1にチェックし、ベッドをダウンさせ皮膚マーキングする。マーキングが終了するとアイソセンタを移動させ、設定値のガントリ角度に回転させコリメータ角度等を透視下にて決定させる。(8) Fig.5に患者の固定の状態を示す。簡易的な固定法であるが、両肘の間に発砲スチロールを個々の患者用の長さに調整し固定させる事により、毎日の再現性が向上した。

【まとめ】

- (1) プログラム作成・使用により、アイソセンタ座標・ガントリ角度等が、正確に且つ早く求めることができる。それにより治療計画にかかる時間が短縮され、患者への負担が軽減された。
- (2) スケール作成により、正確な皮膚マーキングが可能となった。ファントムによる実験では精度よく一致し、患者のシミュレーションでも大きな誤差は認められなかった。
- (3) 回転横断写真より作成した型紙を使用することにより、セットアップ毎の確認が容易にできた。また、照射毎の乳房の変化は、あまり見られなかった。

Fig.1

Fig.4

Fig.2

Fig.5

Fig.3

照射野	80 cm	100 cm
4 cm	4.07	4.06
5 cm	5.12	5.09
6 cm	6.18	6.14
7 cm	7.25	7.19
8 cm	8.33	8.25
9 cm	9.43	9.33

Table.1