314. 高速 X 線 C T (ProSeed Accell) の性能評価

Performance Evaluation of High Speed x-ray CT(Pro Seed Accell)

昭和大学病院 中央放射線部

○船田 智也

新田 勝

宮 樹仁

岡部 圭吾

Funata Tomonari Nitta Masaru Miya Juni Okabe Keigo

加藤 京一

中澤 靖夫

神田 幸助

Katoh Kyouichi Nakazawa Yasuo Kanda Kousuke

横河メデカルシステム(株)

畦元 将吾

Azemoto Shougo

【目的】スリッピング方式による2秒サイクルでスキヤン可能な高速X線CT装置プロシードアクセル導入にあたり、各種基本性能を評価したので報告する。

【使用機器】ProSeedAccell(横河), TCT60A-60(東芝) CTW600(日立), CTテスト用JIS規格ファントムAJCT型(京都科学)

トモト-頭部用-線量計192X型PC-4P型プローブ1.2cmφ x 10cm マタリム製円形ファントム16cmφ (キャピテンック)

【方法】○コントラストスケール, スライス厚, 雑音, 低・高コントラスト分解能: 高速X線CTとフルスキヤン3秒機2台についてCTテスト用JIS規格ファントムを用いて『X線CT装置性能評価基準』に従い被曝線量を含めて比較評価した。

○テーブル移動精度: ノギスを用い副尺部のみを診台移動部に固定し、各移動距離について実測する。

【結果・考察】Fig. 1に低コントラスト分解能を示す。全く同一線量で評価できないが、各装置とも被曝線量に依存した分解能を示し、おおむね3機種とも同等の性能であるといえる。Fig. 2に高コントラスト分解能を示す。それぞれ最高の認識能に差は認められない。しかし、プロシードでは、0.5mmφが明瞭ではないが認識できた。これは、スリッピングなど各種基本性能の差によるものであろう。Fig. 3に雑音とコントラストスケールを示す。やはり各装置同一線量で評価できないが、プロシードで高い雑音を示したのは、低線量のためであり、B装置と比べほぼ同一線量では同雑音であること、及び低線量での低コントラスト分解能は劣らないことから、おおむね同等の性能であるといえる。Fig. 4に各装置のテーブル移動精度を示す。各装置と比較し十分な移動精度である。Fig. 5にスライス厚精度を示す。他装置に比べプロシードで比較的大きな誤差が大きい。

【結語】

高速X線CTプロシードアクセルは、スキヤン時間1秒の短時間でも従来機と同等の各種性能を有することを確認した。ただし、連続X線を使用しているためか、従来指摘されているように、被曝線量に配慮が必要である。

機種名	撮影条件	被曝線量	CT認識最小径
A装置	150 3	180	29.6
	250 3	300	48.6
	400 3	480	75.3
	400 4.5	288	30.0
B装置	200 3	384	44.3
	400 3	576	66.8
	400 4.5	576	66.8
	250 1	130	28.5
Pro Seed Accel	200 1	200	43.6
	250 1	250	54.7
	160 1.2	320	70.0
			6.0

Fig. 1 低コントラスト分解能

機種名	撮影条件	被曝線量 (mGy)	認識最小径 (mm)
A装置	400mA 3S	75.26	1.0
	480mAS		1.0
B装置	400mA 4.5S	66.82	1.0
	576mAS		1.0
Pro Seed Accel	250mA 1S	54.66	1.0
	250mAS		1.0

Fig. 2 高コントラスト分解能

機種名	撮影条件	被曝線量 (mGy)	雑音 (%)	コントラストスケール
A装置	400mA 3S	75.26	0.2568	2.002
	480mAS			x10
B装置	400mA 4.5S	66.82	0.2948	2.039
	576mAS			x10
Pro Seed Accel	160mA 2S	69.95	0.2945	1.980
	320mAS			x10
	250mA 1S	54.66	0.3247	1.978
	250mAS			x10

Fig. 3 雑音とコントラストスケール

機種名	設定値 (mm)	実測値 (mm)	誤差 (mm)
A装置	10	9.92	-0.08
	5	4.93	-0.07
	2	1.97	-0.03
	1	0.98	-0.02
B装置	10	8.95	-1.05
	5	4.97	-0.03
	2	1.91	-0.09
	1	0.94	-0.06
Pro Seed Accel	10	9.99	-0.01
	5	5.01	0.01
	2	2.00	0.00
	1	0.99	-0.01

Fig. 4 テーブル移動精度

機種名	設定値 (mm)	実測値 (mm)	誤差 (mm)
A装置	10	9.52	-0.48
	5	4.88	-0.12
	2	2.01	0.01
	1	1.31	0.31
B装置	10	9.27	-0.73
	5	4.81	-0.19
	2	2.52	-0.48
	1	1.18	0.18
Pro Seed Accel	10	9.32	-0.68
	5	4.76	-0.24
	2	3.30	0.30
	1	1.50	0.50

Fig. 5 スライス厚精度