160

体幹部回転パノラマX線撮影装置による肩甲骨撮影の試み

Scapula projection by new body trunk pantomography.

駿河台日本大学病院放射線部・日本医科大学附属千葉北総病院中央画像検査室*
(株) 島津製作所**

○久保田 三平・中澤 康弘・黒羽 隆夫・川村 義彦*
(Sanpei Kubota)(Yasuhiro Nakazawa)(Takao Kuroha)(Yoshihiko Kawamura)
水野 正之*・丸山 智之*・増田 哲夫**・斎藤 正男**
(Masayuki Mizuno)(Tomoyuki Maruyama)(Tetuo Masuda)(Masao Saitou)

[目的]

体幹部回転パノラマX線撮影装置の開発を目的に第51回総会学術大会において胸骨、第23回秋期大会で肋骨撮影について報告したがリアルタイムにX線量を変動させる課題が残った。

そこで、今回はオートショットを設置し肩甲骨の撮影を試みたので報告する。

[方法]

開発当初の装置は、単相自己整流方式で最大出力 95kV 10mAで体幹部撮影には、X線の容量が不足したため島津製作所・医療用トランス型発生装置・単相全波整流 (ID 150L3 定格・125kV 500mA)と、回転陽極X線管 (0.5/1P13C 200KHU)を導入し出力向上を図った。

しかし、体厚の変化により出力を可変させる機構を有さなかったため60度の範囲までしか撮影できなかった。[図1]

そこで、今回はオートショット機構を第2スリット前面に設置し、更にX線の出力を向上させるため発生装置を三相全波整流 (島津製作所・HD150G-60 定格 125kV 630mA)にした。管電圧は60~100kVの範囲で変動し管電流も65mAまで出力可能にした。

従来の装置では、回転移動範囲が180度のため被検者の左右真横にX線管、カセットホルダーがあり位置合わせが困難なため回転移動範囲を230度にした。撮影範囲は従来と同一の180度で撮影所要時間を18秒にした。

肩甲骨撮影の位置付けは、後前方向で装置の中心に目的部位を合わせる必要があるため腋下固定アームの片側を外し左側を撮影するときは左側の腋下を固定し右側に15度傾斜させ中心及び左右のポインターにより肩甲骨の中心に合わせる、右側を撮影する場合には腋下固定アームを反転させ左側に15度傾け同じように撮影する。[図2]

断層域の形態について肩甲骨を目的に円形及びドーム形の2種類で検討を行った。

[結果]

- 1). 従来の装置では60度の範囲までしか撮影出来なかったがオートショット設置により180度の範囲まで撮影可能になった。
- 2). オートショットに絶えず通電しているため肩甲骨撮影ではオートショットが飽和状態になり関節面で急激な変化に追従できず関節面が判読できないため現在パルスによる制御を考慮中である。
- 3). 回転移動範囲を230度にしたためX線管等が全く邪魔にならず中心及び左右のポインターで肩甲骨の中心を合わせることににより簡単に撮影可能である。
- 4). 片側だけのアーム腋下固定ではあるが目的部位側を抱え込むようにするため無理なく安定した体位がとれる。
- 5). 肩甲骨は平坦に近い曲面なため円形の形態では断層域から外れ暈けてしまうが[図3]、ドーム形の形態では断層域に一致し骨辺縁までを綺麗に追う事ができドーム形の断層域形態が適している[図4]。

[図1]

従来の撮影範囲

[図2]

肩甲骨の撮影体位

[図3] 円形断層域の画像
肩甲骨下縁が暈けている [図4] ドーム形断層域の画像
肩甲骨の辺縁を綺麗に追える

曲面の部位を展開画像として得られ体幹部回転パノラマX線撮影は有用な撮影法であり、装置開発に更なる研鑽を続けたい。