資料

MRI装置のQCと施設間比較を対象とした性能評価法の構築

小倉明夫・東田満治¹⁾・山崎 勝¹⁾・井上博志²⁾・石黒秋弘³⁾論文受付
1999年6月21日論文受理
2000年2月5日

Code No. 261

京都市立病院放射線科

1) 大阪市立大学医学部附属病院中央放射線部

2) 洛和会音羽病院放射線部

3) 大阪府立母子医療センター放射線科

緒言

磁気共鳴画像装置(以下, MRI装置)の性能評価法のプロトコルとしては, 諸外国の研究機関から, 数種の報告がなされている。代表的なところでは, NEMA Standards (National Electrical Manufacturers Association Standards: 以下, NEMA基準^{1~4)}), American Association of Physicists in MedicineのReports of AAPM nuclear magnetic resonance Task Group No.1(以下, AAPM報告^{5,6)}), European Economic CommunityのRe-

search Projectの報告^{7,8)}等がある。これらは, 装置メーカーのシステムの性能仕様(装置の性能に関する仕様)を対象とするもの, あるいは, 日常の品質管理を目的とするものと様々であるが, その評価法にほとんど大差はない。

しかしながら, これらの方法は, われわれユーザが日常点検の目的や施設間の差を評価する目的で用いるには, 手法が煩雑であったり, 測定の際に制限がある等, 多くの問題が存在する。そのため, われわれはユ

Performance Evaluation by Means of Quality Control of MRI System and Comparison of Institutions

AKIO OGURA, MITSUJI HIGASHIDA,¹⁾ MASARU YAMAZAKI,¹⁾ HIROSHI INOUE,²⁾ and AKIHIRO ISHIGURO³⁾

Department of Radiology, Kyoto City Hospital

1) Department of Radiology, Osaka City University Hospital

2) Department of Radiology, Otowa Hospital

3) Department of Radiology, Osaka Medical Center & Research Institute for Maternal & Child Health

Received June 21, 1999; Revision accepted Feb. 5, 2000; Code No. 261

Summary

To evaluate the performance of clinical magnetic resonance imaging systems, standard test procedures have been recommended by the NEMA, AAPM task group, EEC concerted research project, and others. The purpose of these standard tests is to determine system performance specifications, reference procedures for test acceptance, and periodic examination of quality control. However, the recommended measurements are very complicated when used for periodic quality control checks or comparisons with other systems. Therefore, we determined new standard test procedures that serve these purposes. Eleven clinical MRI systems in nine clinical facilities were evaluated using these new standard test sets. Results indicated that the measurement time was too short using the new test sets. However, through comparison with various MRI systems, the specificity of each system could be determined.

Key words: Quality control, Slice thickness, Contrast-to-noise ratio (CNR), Magnetic resonance imaging (MRI)

別刷資料請求先: 〒604-8845 京都市中京区壬生東高田町 1-2
京都市立病院 放射線科 小倉明夫 宛

Table SE imaging parameters for evaluating the performance of MRI systems.

	TR (msec)	TE (msec)	NEX	FOV (mm)	Slice thickness (mm)	Matrix
SNR	2800	15 - 20	1	250	8	256 × 256
Uniformity	2800	15 - 20	1	250	8	256 × 256
Slice thickness	2800	15 - 20	1	200	3	128 × 128
Distortion	300	15 - 20	5	256	8	512 × 512
CNR-1	2000	90	1	250	8	256 × 256
CNR-2	500	15 - 20	3	250	8	256 × 256

ーザサイドに立った，われわれの目的に合致する性能評価法の構築を行い，その評価法によって，各施設同一ファントムを巡回し，評価を行った。

本著においては，それらの性能評価法の紹介と，施設間の性能評価値の比較から得た若干の知見を報告する。

1. 性能評価項目

性能評価項目としては，NEMA基準，AAPM報告を参考とし，以下に示す5項目とした。

- (1) 信号雑音比(signal-to-noise ratio：以下，SNR)
- (2) 均一性
- (3) スライス厚
- (4) 二次元的幾何学的歪
- (5) コントラスト雑音比(contrast to noise ratio：以下，CNR)

2. 使用ファントム

評価用ファントムとして，日石式PVAゲル封入ファントム90-401型(以下，PVAファントム：日興ファインズ工業株式会社製)を使用した。このファントムの使用理由は，導電率が人体と等価であること，またQ値やプロトン密度，T₁値，T₂値が人体と等価であること，経時的に安定していること等によるが，同様の特性を有するファントムであれば他のものでも問題ない^{9,10)}。ただし，ファントム内容物によりMR信号が異なるため，QC目的や装置間，施設間の比較においては，経時変化のない，同一のファントムを使用すべきである。

AAPM報告では施設間の比較においては，同一のファントムを使用しても，比較不能と提議している。しかし，われわれは同一ファントムを使用し，施設間，装置間の特性を評価した。これは，各装置の絶対的な評価は行えないとしても，相対的な比較により各装置の特性を検討できる可能性があると考えたためである。

3. 各性能評価法

3-1 信号雑音比(SNR)

PVAファントムをRF受信コイルの中心に置き，

Tableに示す撮像条件によって，head coilとbody coilで，それぞれ横断像の撮像を行う。

なお撮像は，1回目目の撮像後5分以内に，同一条件で2回目の撮像を行い，画像を2枚作成する。1回目の画像をA，2回目の画像をBとして，二つの画像をサブトラクションした像に16cmφのROIを設定し，そのROI内の信号の標準偏差(SD)をSDとする。同様に1回目の像にも同上のROIを設定し，ROI内の平均ピクセル値をSとする。SNR(サブトラクション法)は下式で算出を行う。

$$SNR = \sqrt{2} \cdot S / SD$$

ここで，サブトラクション処理は，各装置に付属の処理機能を用いて行うことが一般的であるが，装置によっては，サブトラクション処理を有しないものや，サブトラクション処理において，マイナス値を0に置き換える装置が存在する。これは，これらの付属機能が臨床画像の処理を目的とするため，マイナス値の表示をする臨床的意義がないことに起因するが，SNRの実験をする場合には誤測定の原因となる。

このサブトラクション処理機能の有無を検証する方法として，A画像-B画像のサブトラクション画像のSDとB画像-A画像のサブトラクション画像のSDが同一であることを確認する。これらが異なる値を示す場合は，サブトラクション画像のSDは以下の数式より算出できる。

$$SD_{SAB} = \sqrt{SD_{A-B}^2 + SD_{B-A}^2}$$

ただし，SD_{A-B}は，画像A-Bのサブトラクション像のSD，SD_{B-A}は，画像B-Aのサブトラクション像のSDを示す。

3-2 均一性

SNR評価と同様の撮像条件(Table)において，PVAファントムをhead coilでは横断像，body coilでは横断像と矢状断像を撮像する。各画像から，われわれが構

Fig. 1 Schema of the position of ROI for calculating uniformity.

築した均一性評価法(区分法)によって、局所均一性および総合均一性の評価を行う。

区分法¹¹⁾は、局所不均一分布を簡便に把握する手法である。Fig. 1 に示すように、撮像ファントム像内に最大径の90%の直径のROIを設定し、その平均ピクセル値を $S(W)$ とする。その大きなROIの中に25%の小さなROIを上下左右中心にそれぞれ5カ所設定し、その平均ピクセル値を、 $S(O)$, $S(U)$, $S(R)$, $S(L)$, $S(C)$ とする。各小さなROIの平均ピクセル値と大きなROIの平均ピクセル値 $S(W)$ の差を $S(W)$ で除した値を局所均一性 U のindexとする。

たとえば、局所均一性 $U(O)$ は、

$$U(O) = (S(O) - S(W)) / S(W)$$

で示される。

また、総合均一性は、各局所均一性より以下の式によって算出する。

$$U = \sqrt{(U(C)^2 + U(R)^2 + U(L)^2 + U(O)^2 + U(U)^2) / 5}$$

3-3 スライス厚

Tableに示す撮像条件によって、PVAファントムのウエッジファントムを撮像し、われわれが構築したpartial volume effectを用いた方法¹²⁾(以下、PVE法)によりスライス厚の測定を行う。PVE法は、スライスプロファイルからFWHMを測定するのではなく、異なるスライス位置の4枚の画像の同位置のROI内の平均ピクセル値から、スライス厚を算出する手法で、非常に簡便である。

PVE法は、Fig. 2に示すような隣接した二つの異なるMR信号を有するファントムにおいて、任意のスライス内に、ファントムAのみを含む場合と、ファントムBのみを含む場合、そして、スライス内にファントムAとBを両者含む場合を、含む率を変化させて2回、合計4回撮像する。スライス位置の設定は、Fig. 2のような位置決め画像を参照し、オフセット値を入力することにより行う。それぞれのスライス像内にFig. 3に示すようなROIを3カ所設定し、三つのROI内の平均ピクセル値を求める。ファントムAのみを含むスライス像の平均ピクセル値を Sa 、ファントムBのみを含むスライス像の平均ピクセル値を Sb 、ファントムAとBをパーシャルに含むスライス像の平均ピクセル値を $Sp1$, $Sp2$ とすると、スライス厚 S は、以下の数式によって算出できる。

$$S = d(Sa - Sb) / (Sp1 - Sp2)$$

ただし、 d は、ファントムAとBをパーシャルに含むスライス中心間の距離である。

ここで、この手法の重要なポイントは、MRI信号の異なる二つのファントムをパーシャルに含むスライス内の信号が、ファントムの隣接面とスライスの中心位置のズレに対し、直線性があるという前提が成り立っていることである。すなわちこれは、スライス面がファントム面と平行になっているというアライメントに依存する。したがって、この実験を行う前には、Fig. 3に示す三つのROI内の信号値に差がないか、またスライス位置のオフセットの値を0.1mmずつずらしていった場合、信号値に直線性があるかを確認しておく必要がある。

3-4 二次元的幾何学的歪

PVAファントムのピンセクション部を用い、Tableに示す撮像条件によって横断像を撮像する。

Fig. 4に示すピンセクションのAからHそれぞれの

Fig. 2 Schema of the slice position in the PVE method of evaluating slice thickness.

Fig. 3 Schema of the position of ROI in the PVE method of evaluating slice thickness.

Fig. 5 Diagram of how to determine the center with the pin section.

ピン中心のディスプレイ上のXY座標を求める。座標の求め方は、目的ピン上に数本のプロファイルカーブを描き、幅の最も広いプロファイルカーブの中心のディスプレイ上のXY座標を読み取る (Fig. 5)。AB間、CD間、EF間、GH間、EG間、HF間、EH間、GF間の距離を各ピン中心のXY座標からピタゴラスの定理を用いて算出した。たとえば、ピンAの中心が X_a, Y_a で、Bの中心が X_b, Y_b ならば、距離AB間は、

$$AB = \sqrt{(X_a - X_b)^2 + (Y_a - Y_b)^2}$$

で示される。

歪み率は、以下の式において算出した。

$$\text{歪み率\%} = \left[\frac{(\text{真の距離} - \text{画像上の距離})}{\text{真の距離}} \right] \times 100$$

Fig. 4 Schema of the pin section for measuring image distortion.

3-5 コントラスト雑音比(CNR)

PVAファントムのコントラストセクションを用い、Tableに示す二つの撮像法によって横断像を撮像した。コントラストセクションには、あらかじめ含水率の異なるPVAゲル(76, 78, 80%)を封入した円筒が3本と、常磁性体イオン(Gd^{3+})の混入量が異なるPVAゲル(含水率はすべて82%, Gd^{3+} 濃度は0.1, 0.2, 0.3mmol)を封入した円筒が3本埋め込まれている。撮像後の画像から、これら六つの円筒部内にROIを設定し、ROI内の平均ピクセル値からCNRを測定する。CNR測定法は文献13)に示す西沢らの評価法を用いた。数式を以下に示す。

$$CNR = (GVC / ALV)^{1/2}$$

$$GVC = \frac{\sum (\mu_i - \sum \mu_i / N)^2}{N}$$

$$ALV = \frac{\sum \sigma_i^2}{N}$$

ただし、 N はコントラスト資料数、 $\mu_i, \sigma_i (i = 1, 2, \dots, N)$ は各コントラスト資料のROI内のピクセル値の平均値と分散を示す。この評価法の有用性は文献14)に示されている。

4. 施設間、装置間評価

同一ファントムを、各施設持ち回り、Tableに示す撮像条件で、上記評価法による性能評価を、9施設11機種により行った。

スライス厚測定の実験において、スライス厚は3mm、パーシャルのスライス中心シフト距離は1.5mmと限定した。また、SNRおよび均一性評価はhead coilとbody coilの両者で、スライス厚とCNR評価はhead coilのみで、幾何学的歪の評価はbody coilのみで測定を行った。

Fig. 6 SNR values of various MRI systems.

Fig. 7 Uniformities of various MRI systems. The value is large for non-uniformity.

Fig. 8 Local uniformity in the magnet coil.

a | b

5. 結果

5-1 信号雑音比

Fig. 6 に各施設、各装置のSNRの結果を示した。同一機種においても、設置している施設によりSNRが異なる結果となった。また、head coilとbody coilの比較に関しては、すべての機種、施設においてhead coilの方がSNRが高い値を示した。機種間の比較においては、有意な特性はみられなかった。

ここで本来、装置性能比較の目的においては、撮像シーケンスのバンド幅を統一すべきであるが、一般的にはユーザの設定領域外のため、可能な限り近い設定条件で比較を行った。

5-2 均一性

Fig. 7 に各施設、各装置の総合均一性を、Fig. 8 に局所均一性の結果を示した。総合均一性に関して、われわれのデータでは、GE社のHorizon1.5Tのhead coilの均一度が他装置に比べ、優良な傾向を示した。それ

以外は、特に装置の特異性は見られず、同種装置においても、施設間で値は異なった。また、局所均一性においても、不均一分布は装置、施設間での特異性はみられなかった。

5-3 スライス厚

3mmの設定スライス厚に対し、ほとんどの装置が、3mmを上回る値を示したが、その誤差は最大でも15%以内であり、3mm以下の値を示す施設も存在した(Fig. 9)。

5-4 二次元的幾何学的歪測定

歪みに関しては、すべての施設、装置において、歪み率が $\pm 0.5\%$ 以内で良好な結果を示した(Fig. 10)。

5-5 コントラスト雑音比(CNR)

CNRに関しては、当然ながら静磁場強度が変化すれば、 T_1 緩和の差によりコントラストも変化する。しか

Fig. 9 Slice thickness of various MRI systems.

Fig. 10 Distortion of various MRI systems.

Fig. 11 CNR of various MRI systems.

Fig. 12 GVC of various MRI systems. GVC indicates image contrast without the effect of SNR.

し、同種装置においても、CNRの値のバラツキがみられた(Fig. 11). CNRは、コントラスト成分のみを評価するのではなく、SNRにも依存するため、コントラスト成分のみを示すGVCを横軸にしたグラフ(Fig. 12)を提示する. Fig. 12より、コントラストのみを考慮した場合には、同種装置間の差が減少した.

6. 考 察

MRI装置の性能維持管理は、従来、メーカーに任せることが多く、ユーザが使用装置の経年的な性能の変化の把握や、他装置あるいは他施設の同一機種との性能比較の把握が困難な場合が多い. その原因として性能評価法に統一性がなく、また手法が煩雑で時間を要することが考えられる.

そのため、今回われわれは、それらの目的に合致した評価法の構築を行い、多施設において性能評価を実施した.

各施設、装置において定期的な点検を実施し、すべての装置の性能が基準値内に保持されているが、今回の測定では、同種装置においても差がみられた. 特

に、SNR, CNR, 均一性においては、その差が顕著であった. これらは、特にコイルの性能に依存するところが大きい. われわれは、この評価結果から、再度メーカーに調整を依頼して、指示を行った経験もある. これらの点からも、各自施設の装置の性能を把握しておくことは意義があることと考えられる.

性能評価を定期的の実施するためには、測定法が簡便であることが必須であり、われわれは特にその点に留意して、評価法の構築を行った. その結果、評価に要する時間は、評価に対する慣れや、個人差もあるが、NEMA基準やAAPM報告と比較し、1/5程度に短縮可能となり、全行程を終了する時間は、1時間程度であった. また、QCのみを目的とした評価であれば、評価項目を選択し、さらに評価時間の短縮が可能であり、今後の課題としたい.

また、メーカー間や装置間の比較において、今回は顕著な特性の差は得られなかった. これは、測定機種数が少ないためとも考えられるが、メーカー間あるいは機種間の性能差より、むしろ各施設の装置固有の性能差が大きいためと考えられた.

ただし、本来装置性能のみの比較を目的とするならば、RF特性を含め、諸条件の統一を行うべきであるが、今回の実験においては、ユーザが日常使用する撮像に対する比較を目的としたため、装置性能のみの比較とはいえない。

以上、ユーザが自施設の使用機器の性能特性を把握しておくことは、重要であり、そのため定期的に性能評価を実施することが必要と考察する。

謝 辞

本研究に対し、日本放射線技術学会近畿部会より研究助成をいただいた。

また、日石式PVAゲル封入ファントムを快く貸していただいた、日興ファインズ工業株式会社に感謝いたします。

参考文献

- 1) National Electrical Manufacturers Association: Determination of signal-to-noise ratio in diagnostic magnetic resonance images. NEMA Standard Publication, MS 1, (1988).
- 2) National Electrical Manufacturers Association: Determination of two-dimensional geometric distortion in diagnostic magnetic resonance images. NEMA Standard Publication, MS 2, (1988).
- 3) National Electrical Manufacturers Association: Determination of image uniformity in diagnostic magnetic resonance images. NEMA Standard Publication, MS 3, (1988).
- 4) National Electrical Manufacturers Association: Determination of slice thickness in diagnostic magnetic resonance images. NEMA Standard Publication, MS 5, (1988).
- 5) Price RR, Axel L, Morgan T, et al.: Quality assurance methods and phantoms for MR imaging: Report of AAPM Nuclear Magnetic Resonance Task Group No.1. Med Phys, 17(2), 287-295, (1990).
- 6) Och JG, Clarke GD, Sobol WT, et al.: Acceptance testing of magnetic resonance imaging systems: Report of AAPM Nuclear magnetic resonance Task Group No.6. Med Phys, 19(1), 217-229, (1992).
- 7) Report on "Standard methodologies for in vivo studies" approver at the Plenary Workshop organized by F.Podo.Rome. Eurospin Quarterly, 7, 79-111, (1986).
- 8) EEC Concerted Research Project: Identification and characterization of biological tissues by NMR. Magn Reson Imaging, 6, 198-199, (1988).
- 9) 南部昌夫: 高含水ゴム—医用材料およびNMRファントム—. NMR医学, 5(2), 85-90, (1985).
- 10) Mano I and Kobayashi T: PVA gel material for MRI phantoms and applications regarding the Q factor and effect of field strength. Med Imag Tech, 9(2), 162-167, (1991).
- 11) 小倉明夫, 井上博志, 東田満治, 他: 診断用MRI装置における新しい画像均一性評価法の構築. 日放技学誌, 53(12), 1789-1794, (1997).
- 12) 東田満治, 山崎 勝, 小倉明夫, 他: partial volume effectを用いたMRIのスライス厚測定. 日放技学誌, 54(8), 947-952, (1998).
- 13) 西沢かな枝, 福田信男, 蜂屋順一, 他: MR画像におけるコントラスト・ノイズ比(CNR)の評価. 日磁医誌, 8(4), 255-261, (1989).
- 14) 小倉明夫, 東田満治, 山崎 勝, 他: MR画像における各種CNR算出法と信号検出能の関係. 日放技学誌, 54(6), 778-783, (1998).

図表の説明

- Fig. 1 均一性評価におけるROIの位置.
Fig. 2 スライス厚測定のためのPVE法のスライス設定.
Fig. 3 スライス厚測定のためのPVE法のROI設定.
Fig. 4 画像歪 評価のためのピンセクションの図.
Fig. 5 ピンセクションにおける中心位置の求め方.
Fig. 6 各施設MRI装置のSMR値.
Fig. 7 各施設MRI装置の均一度. 均一度値は, 不均一なほど, 値が大きい.
Fig. 8 マグネットコイル内の局所均一性.
Fig. 9 各施設MRI装置の実測スライス厚値.
Fig. 10 各施設MRI装置の歪率.
Fig. 11 各施設MRI装置のCNR値.
Fig. 12 各施設MRI装置のGVC値. GVC値は, SNRに依存しないコントラスト特性を示す.

Table MRI装置の性能評価に使用されるSEの撮像パラメータ.