臨床技術

椎体変形における dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) 腰椎正面測定と側面測定の骨密度の比較： ファントム評価

竹谷 明^{1*} 石田 悟¹ 戸澤光行¹ 稲岡 努² 寺田一志²

抄 録

腰椎骨密度は初期の骨密度変化を把握できるため、治療効果の判定に用いられている。しかし、二次元測定である dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) は腰椎変形がある場合には適用外となる。本研究では、変形している場合の正面・側面測定結果を比較し、腰椎骨密度の評価の可能性を検討することを目的とした。脊柱後弯を想定し、腰椎ファントムを0度～40度まで10度ずつ傾けた場合と、側弯を想定し、左右に0度～10度まで5度ずつ傾けたときの正面、側面測定の値を比較した。後弯している場合は側面測定が、側弯している場合は正面測定が高精度であること、受像面に対して平行面上での回転の影響は小さいことがわかった。しかしながら、変形の方向に対して平行に測定できるとは限らないため、2方向で測定することでより精度が向上すると考えられる。今まで測定不可とされていた変形性腰椎症の患者でも腰椎骨密度を評価できる可能性が認められた。

Key words: dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bone mineral density (BMD), spinal deformity

緒 言

近年、日本人の高齢化に伴いさまざまな問題が指摘されるようになり、その一つに骨粗鬆症が挙げられる。骨粗鬆症とは「骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾患」であるが、日本骨代謝学会の骨粗鬆症の診断基準は、「脆弱性骨折があり、椎体骨折または大腿骨近位部骨折がない場合には若年成人平均値 (young adult mean: YAM) の80%未満、脆弱性骨折がない場合はYAM値70%以下または-2.5 (standard deviation: SD) 以下の状態」としている¹⁾。骨強度は骨密度と骨質の二つの要因からなり、骨密度は骨強度のほぼ70%を説明する²⁾。種々ある骨密度測定方法のうち、2重エネルギーX線吸収法 (dual-energy X-ray absorptiometry: DXA) は低侵襲でありながら精度が高く、腰椎DXAは現在最も普及している測定方法の一つである。この方法は二つの異なるエネルギーのX線 (高、低エネルギー) を用いることにより脂肪などの軟部組織を除去し、骨のみの吸収量の測定を可能にしている。その測定結果は骨塩量 (bone mineral content: BMC [g]) を骨面積 (bone area: Area [cm²]) で除した値となり、これを骨密度 (bone mineral density: BMD [g/cm²])

として三次元の骨を二次元に投影することで表している。DXA法では全身骨の測定が可能であり、主に測定されている部位は腰椎、橈骨、大腿骨頸部、踵骨である。特に腰椎は初期の骨密度変化を把握することが可能であり、薬物療法の治療評価にも用いられやすいという長所があり、治療効果の判定には原則腰椎で実施する^{2,3)}。診断の場合も腰椎と大腿骨どちらか一方の測定では、過小評価となる可能性があり、両方を計測する必要があるとの報告もある⁴⁾。二次元測定法であるDXAは変形している場合に不向きであるが現実には腰椎変形している患者は多い。吉村⁵⁾は地域住民コホート研究で、変形性腰椎症の有病率は70.2%であったと報告している。変形性腰椎症の影響を受けずに骨密度が測定可能とされる quantitative computed tomography (QCT) は測定精度や被ばく線量の問題がある。

近年、Cアーム回転により患者への負担や精度が優れた腰椎側方向からのデータ収集が可能な骨密度測定装置が開発され臨床で利用されている。現在行われている腰椎正面測定では高齢者でしばしば認められる腹部大動脈の石灰化を計測範囲内に含み、骨量が過大評価される可能性があり、皮質骨が主体である後方成分 (突起部や関節部) と海綿骨が主体の椎体が一緒に計測される⁶⁾。加齢または閉経に伴う骨密度の低下は、皮質骨よりも海綿骨で早期に著明に生じる。これは、海綿骨が皮質骨よりも骨表面積が大きく、骨代謝回転が速いことを意味する⁷⁾。海綿骨の豊富な椎体部のみを選択的に測定する目的で行われているのが腰椎側面測

論文受付: 2021年5月5日

論文受理: 2021年10月5日

¹ 東邦大学医療センター佐倉病院中央放射線部

² 東邦大学医療センター佐倉病院放射線科

* 連絡先著者: 〒285-8741 佐倉市下志津 564-1

東邦大学医療センター佐倉病院中央放射線部 竹谷 明

E-mail: mei.takeya@med.toho-u.ac.jp

定である⁸⁾。

今回われわれは脊柱後弯，側弯を想定したファントムを用いて腰椎正面と側面をそれぞれ測定し，椎体変形症例における腰椎 DXA での骨密度評価の可能性を検討したので報告する。

1. 方法

1-1 測定・解析プロトコル

Hologic (Marlborough, MA, USA) 社製の骨密度測定装置 (HorizonA) を用いた DXA 法により腰椎ファントム (Hologic社製 Model DPA/QDR-1 Anthropomorphic Spine Phantom) の正面，側面の第2腰椎 (L2) から第4腰椎 (L4) の骨面積，骨塩量および骨密度を測定した。測定条件を Table 1 に示した。

腰椎側面の測定では，L2-L4 の全体の骨密度のほか，椎体中央に関心領域 (region of interest: ROI) を縦 27 ピクセル，横 43 ピクセルの 3.07 cm^2 と一定の大きさにして L2-L4 の各椎体中央に配置した。

撮像および計測は同一の技師が行った。

1-2 変動係数 (Coefficient of Variation: CV) の計算

骨密度の変動係数を以下の式(1)で求めた^{2,9,10)}。

$$CV_i = \frac{SD}{avg.} \dots\dots\dots (1)$$

SD は骨密度の標準偏差を，avg. は平均値をそれぞれ示している。これらの値を用いて最終的に測定精度を求めるには，統計学的には平均 CV 値ではなく，2乗平均平方根 (root mean square: RMS) を算出する必要がある。したがって，本実験で行った各角度 (後弯: 0-40 度の5通り，側弯: 左 10-右 10度の4通りの計9症例) について3回測定し， CV_i を求めた。正面，側面，椎体中央の CV_{RMS} を以下の式(2)で求めた。

$$CV_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m CV_i^2} \dots\dots\dots (2)$$

m は症例を示している。なお，測定は各症例の3回測定は同日連続して実施し，9症例の測定を数日間に分けて行った。

1-3 脊柱後弯

脊柱後弯症では，椎体が年齢に伴う変形や圧迫骨折などにより前かがみに曲がっていくため，腰椎ファントムを0度～40度まで10度ずつ傾け，正面，側面測定 of BMD, BMC，骨面積の平均値で両者の結果を比較した (Fig. 1)。

1-4 腰椎側弯

側弯症は背骨が左右に弯曲した状態であるため，腰椎ファントムを左右に0度～10度まで5度ずつ傾け，正面，側面測定 of BMD, BMC，骨面積の平均値を比較した (Fig. 2)。

1-5 誤差率

0度のときを基準とした誤差率 E_{error} を式(3)を用いて

Table 1 Scan parameters for DXA

	PA	LAT
Scan width [cm]	11.4	14.5
Line spacing [cm]	0.1008	0.1008
Point resolution [cm]	0.0901	0.1006
Tube voltage [kVp]	140/100	
Average tube current [mAavg.]	2.5	
Frequency [Hz]	50	

①Kyphosis

Fig. 1 Experimental geometry of the kyphosis.

②Scoliosis

Fig. 2 Experimental geometry of the scoliosis.

Fig. 3 Comparison of CV values.

算出した.

$$E_{\text{error}}[\%] = \frac{M_n - M_0}{M_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots (3)$$

ここで, M_n は n 度にしたときの測定値, M_0 は 0° のときの測定値を示している.

1-6 統計解析

0 度のときと角度をつけたときの骨面積, 骨塩量, 骨密度の値に有意差があるかどうかを student's t test を用いて統計解析し, $p < 0.05$ を有意差ありとした.

2. 結果

2-1 変動係数 CV_{RMS}

今回の測定の骨密度の CV_{RMS} は正面測定で 0.69%, 側面測定で 1.71%, 椎体中央 ROI で 1.65% であった (Fig.3).

2-2 後弯

後弯を想定した結果を Fig. 4 に示す. エラーバーは標準偏差を示している.

正面測定で角度がつくほど骨面積が有意 ($p < 0.01$) に減少し, 40 度で -10.6% の誤差率となった. 骨面積の減少に伴い, 骨塩量も減少したが骨面積の減少に比べて緩やかであり, 最大でも -7.2% であった. 骨密度は 10 度以上のすべてのデータに有意差 (10 度, 20 度で $p < 0.05$, 30 度以上で $p < 0.01$) がみられ, 最大 4.3% の過大評価がみられた (Fig. 4a).

側面測定では骨面積は 40 度のときのみ有意差 ($p < 0.01$) がみられたものの 1.5% 以内の変動であり, 骨塩量は 0.5% 以内の変動で有意差はみられなかった. 骨密度は 40 度のときに 1.4% の過小評価 ($p < 0.01$) がみられた (Fig. 4b).

骨面積が一定の椎体中央では骨塩量と骨密度はほぼ同じ変動であり、40度のときに骨塩量、骨密度で2.3%、2.0%の過大評価 ($p<0.05$) がみられた (Fig. 4c).

2-3 腰椎側弯

側弯を想定した結果を Fig. 5 に示す。

正面測定では骨面積、骨塩量、骨密度、全体を通して1.7%以内の誤差に収まったものの、骨面積は左右10度のときに有意に上昇し ($p<0.01$)、骨密度は左に10度傾けた時のみ有意に上昇した ($p<0.01$) (Fig. 5a)。

側面測定では角度がつくほど骨面積が有意 ($p<0.01$) に上昇し、最大10.6%の誤差がみられた。一方、骨塩量は2.1%以内の誤差に収まった。そのため骨密度は角度が大きくなるほど減少し、最大で11.4%の過小評価となった (Fig. 5b)。

椎体中央では骨面積が一定のため、骨塩量、骨密度はほぼ同じ値となり、角度がつくほどばらつきがみられたものの有意な変化はみられなかった (Fig. 5c)。

3. 考 察

骨量の経時的変化は、骨量測定の再現性 (CV_{RMS}) と実際の変化量を用いてその有意性が評価される²⁾。最少有意変化 (least significant change: LSC) は、測定値が前回値に比して統計学的に有意上昇あるいは低下しているか否かを判断する基準となる値である⁹⁾。LSCは以下の式(4)で求め、LSCを超える変化が認められた場合を有意差ありとする。

$$LSC = Z' \times CV \times \sqrt{2} \quad \dots\dots\dots (4)$$

ここで、 Z' は統計学的信頼水準によって定まる定数で、95%の信頼水準の場合は1.96である。すなわち、 CV の2.77 ($=1.96 \times \sqrt{2}$) 倍以上が経過観察における骨量変化の検出限界として考えられるため、よりLSCが低いことが望ましい^{2, 11)}。今回の測定結果の CV_{RMS} は腰椎正面測定に関しては0.69%、側面測定では1.71%、椎体中央ROIでは1.65%であり、95%の信頼水準のLSCは1.92, 4.73, 4.58%である。この数値は、現在発表されているDXA測定部位による治療後骨量変化率²⁾ Table 2と比較しても良好な数値ではあるが、側面測定で有意な変化としてとらえるには正面測定の約2.5倍の変動が必要となる。また、Fig. 3をみてわかるように、側面測定の CV_i のばらつきは大きい。これは、DXA法による骨密度測定で重要な要素であるベース・ラインの設定に必要な軟部組織のROIの設定が正面測定では幅が決められているのに対し、側面測定ではマニュアルで設定が必要なためだったと考えられる。骨塩定量はベー

ス・ラインを基点として算出されるので常に一定のベース・ラインの設定が必要である¹⁰⁾。具体的には今回使用したHorizonAでは椎体前面に椎体の1/2の長さの軟部組織のROI設定を手動で行う必要がある¹²⁾。側面測定において軟部組織の面積設定範囲の違いで骨密度に変動幅がみられたという報告もある¹³⁾。今回の測定は軟部組織・骨組織の組成が均一であるファントムで行ったものであり、実際の被験者では軟部組織には脂肪と筋肉、骨組織には皮質骨と海綿骨が混在するため均一ではなく、ROI設定法の違いによる骨密度の変動は更に大きくなることが予想される。そのため、臨床の現場で骨密度測定をするうえで、再現性および精度を保つために、ROI設定には十分な注意が必要である。

脊柱後弯を想定した測定結果において、正面測定で骨面積が大きく変化したのは、DXAにおいては骨が二次元画像に投影されるということが影響している。なお、斜めにすることにより骨の厚さが増え、骨塩量は増加するとも考えられたが、実際には骨面積の減少による影響のほうが大きく、骨塩量の減少よりも骨面積の減少の度合いが大きく、骨密度が過大評価されてしまった。一方、側面測定は骨面積、骨塩量の変化の度合いが1.5%以下と小さかったため骨密度に有意差がみられなかった。40度のときに側面測定・椎体中央ROIに有意差がみられたが、これは椎体が斜めになることにより解析範囲内における軟部条件の測定可能範囲が狭かったためベース・ラインの設定に誤差が生じ、骨密度に影響したと考えられる。実際の症例では「く」の字に曲がっているため、更に側面の精度が悪くなると予想される。一般に骨面積値が前回に比して5%以上異なる場合には再解析の施行が必要とされている¹⁰⁾が今回の測定では骨面積の変化率が1.5%でも骨密度に有意差 ($p<0.05$) がみられた。通常の診療で経過観察の場合では骨面積の変化はみられないので、骨面積の変化が大きくみられる場合は、スキャン時のポジショニング、ROI設定の誤り、圧迫骨折の発生などが原因となっている¹⁴⁾ことが考えられ、骨面積設定にはより慎重になる必要がある。

側弯においては正面測定の骨密度では左に10度傾けたときに有意差 ($p<0.05$) がみられたものの、ほぼ一定の値となった。一方、骨面積は角度が大きくなるほど有意に増大 ($p<0.01$) しているが、これはファンビーム撮影の影響だと考えられる。側面測定では5度以上の場合に有意な変化がみられた。骨面積、骨塩量の変化率を見てみると側弯時は側面測定で角度が大きくなるほど骨面積が大きくなり、5度では約2%の誤差だっ

Fig. 4 Measurement result of the phantom (L2-L4) in kyphosis. Values are shown as mean $\pm$ standard deviation (SD). (a) Frontal, (b) Lateral, (c) Middle
* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

Fig. 5 Measurement result of the phantom (L2-L4) in scoliosis.
Values are shown as mean $\pm$ standard deviation (SD). (a) Frontal, (b) Lateral, (c) Middle
* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

Table 2 Comparison of the least significant change value with the rate of change in bone mass after the effect of treatment at the measurement site of the DXA method

	Lumbar BMD	LSC(%)		
		Frontal	Lateral	Middle ROI
Alendronate	7.48%/2-4 year			
Risedronate	4.54%/1.5-3 year			
Zoledronic acid	6.71%/3 year			
Raloxifene	2.51%/2-3 year	1.92	4.73	4.58
Hormone replacement therapy	6.76%/2 year			
Denosumab	9.2%/3 year			
Teriparatide (daily medication)	8.6%/21 month			
Teriparatide (weekly medication)	6.4%/18 month

Fig. 6 Reasons for increased bone area in scoliosis measurements.

たのに対し、10度では10%と極端に増加した。骨塩量は前後はあるものの2%以下の誤差に収まっていたため、骨密度は過小評価された。今回使用したファントムでは側弯5度では若干椎体間隙がみられるが、10度では完全に椎体間隙がみられなくなる (Fig. 6)。角度がつき、骨面積が大きく認識され、骨密度は過小評価になったのだと考えられる。骨面積一定の椎体中央測定では有意な変化がみられなかったのもこのことから説明がつく。DXAにおいて骨塩量は椎体の厚みが多い、すなわちX線強度が減衰するほど大きくなるため、骨塩量の変動が小さいということは椎体射入による椎体の厚みの影響は10度以内では少ないと考えられる。一般に5度以上側弯していると腰椎DXAは不適切といわれている。しかし、実際の臨床の現場で5度以上の側弯は対象外としてしまうと対象外の人が多くなってしまふ。当院でもDXA実施患者(75歳以上の高齢者)の約半数が5度以上の側弯症例であった。椎体が中央

から外れるほど正面でもよりファンビームの影響を受けると予想される。なお、横方向のずれは正面測定でも骨密度に影響¹⁰⁾し、側面測定では拡大率の影響を受け骨密度に変動が起きること¹⁵⁾が報告されている。しかしながら、今回の結果からは斜入の影響が少ない10度以内の場合の骨面積が一定の椎体中央測定では適切なサイズでの設定、配置のルール作りをすれば経過観察での有用性も示唆される。しかし、椎体中央ROIは10度以内では有用であると安易に結論はできない。今回の測定は均一な物質でできたファントムであったが、角度がつくほどばらつきが大きくなりみられた。実際の人体では椎体内においても骨密度が均一でないこと¹⁶⁾も知られており、椎体中央ROIの配置場所の設定による変動は大きくなることも予想される。特に骨変形例において、ROIの設定の違いによる椎体中央ROIの骨密度の変動は全体の骨密度より大きいことも報告されている^{13, 17)}。そのため、臨床の現場でのROIの配置設定

には議論の余地がある。

側面測定には以下のような問題点もある。一般に正面方向の腹厚より左右方向の厚みのほうが大きい。そのため、正面方向からのデータ収集に比して、光子が通過すべき組織が多いため、散乱線の影響が大きくなり、統計学的誤差も増加し、X線強度が測定に適さないことなどから、分解能や測定精度が低下する欠点が知られている^{6,18)}。また、上部腰椎は肋骨、下部腰椎は腸骨と重なる場合もあるため、対象椎体が1または2個となることもある¹⁹⁾。被ばく量に関しても公称入射皮膚線量はFast Arrayモードで正面測定が0.07 mGyなのに対し、側面測定では0.3 mGyと4倍以上となっている。今回の測定での面積線量は、正面測定では1.1 cGy/cm²に対し側面測定では5.3 cGy/cm²であった。しかしながら、この線量が低線量であることには違いない。また、側面測定のCV値は正面測定の約2.5倍となり、正面より大きな変化がなければ変化を検出できないが、側面測定は海綿骨が豊富な椎体に絞った測定が可能で、側面測定から得られたデータはQCTと相関関係にあるなど有用性は多数報告されており^{16,19-21)}、加齢による骨量の減少の感度は正面の2倍であるとの報告もある²¹⁾ため、正面測定と同程度のデータになると予想される。

また、本研究の限界点として、本研究の結果は均一な物質でできた単純なファントムでの評価であること、測定・解析は一人の技師が行い同一症例に対しては同日に連続測定したため、CVは過小評価の可能性がある。ファントムと臨床では測定精度が大きく異なる報告¹⁰⁾もあるため、今後は人体データでの更なる検証が必要である。

正面、側面のどちらが優位かではなく、DXAは二次元投影法ということを考えると、精度の高い測定をするためには2方向測定する意義があると思われる。現

在主流である1方向撮影だけではなく、2方向撮影したとしても被ばく量は低値であり、変形性腰椎症のようにアライメントがずれ、椎体の重なりが生じた場合であっても、腰椎骨密度の評価が期待できるといえる。

4. 結 語

本研究から受像面に対して平行面上での回転（側面測定に対する後弯、正面測定に対する側弯）での影響はある程度許容されることがわかった。また、側面測定は海綿骨が豊富な椎体に絞った測定ができるなど有用性は多数報告されている。正面、側面の2方向撮影したとしても変形性腰椎症の影響を受けないとされるQCTと比較しても被ばく量は低値である。腰椎DXAの測定精度を高めるのに2方向撮影は有用であり、今まで測定不可とされていた変形性腰椎症の患者での腰椎骨密度の評価できる可能性も考えられる。

本研究の結果は、均一な物質でできた単純なファントムでの評価であり、解剖学的な影響は含まれていない。今後は人体でデータを集め、再現性の度合いなども更なる検証が必要である。

謝 辞

本研究に際し、研究協力していただいた東邦大学医療センター佐倉病院のスタッフの皆様にご感謝とともに御礼申し上げます。

なお、本研究の要旨は第77回日本放射線技術学会総会学術大会（2021年、横浜）にて発表した。

利益相反

筆頭著者および共著者全員が開示すべき利益相反はない。

参考文献

- 1) Soen S, Fukunaga M, Sugimoto T, et al. Diagnostic criteria for primary osteoporosis: year 2012 revision. *J Bone Miner Metab* 2013; 31(3): 247-257.
- 2) 骨粗鬆症の治療と予防ガイドライン作成委員会. C. 治療効果の評価と管理 a. 骨量. 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版. ライフサイエンス出版, 東京, 2015, 66-67.
- 3) 林田敬一, 高折和夫. 骨棘形成状態での腰椎骨密度の変化. *大阪教大紀 III 自然科・応用科* 2006; 55(1): 63-68.
- 4) 百田吉伸, 岩田栄一郎, 前川勇人, 他. 同一被験者において同日に行った大腿骨近位部と腰椎骨密度の差異. *整形外科* 2019; 70(13): 1344-1345.
- 5) 吉村典子. 変形性関節症の疫学. *Clin Calcium* 2018; 28(6): 761-766.
- 6) 福永仁夫. 骨塩測定の現状. *日放技学誌* 1991; 47(4): 643-647.
- 7) 福永仁夫. 骨密度測定と骨粗鬆症の臨床研究. *川崎医学会誌一般教養* 2010; 36: 1-9.
- 8) 川畑充. 2. DEXA法による骨塩定量測定の問題点（骨塩定量の現状）. *日放技学誌* 1997; 53(4): 489-493.
- 9) 福永仁夫, 友光達志, 曾根照喜. 図説DXA法による骨量測定—腰椎と大腿骨近位部—. ライフサイエンス出版, 東京, 2013: 29.
- 10) 友光達志, 川畑充, 北山彰, 他. 胸・腰椎X線撮影法と骨塩定量法の基準化: dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) における骨塩量の標準定量法と装置の基本性能評価法. *日放技学誌* 1999; 55(2): 165-187.
- 11) 曾根照喜. 骨密度測定の基本と実際—骨量と骨密度は同

- じこと？ *Medicina* 2008; 45(3): 420–422.
- 12) 東洋メディック株式会社. X線骨密度測定装置簡易操作マニュアル. Ver APEX5, 6. 2015; UPDATE Ver 1.1: 14.
 - 13) 伊藤幹, 安達伸也, 高橋誠, 他. 116 DEXA 法による腰椎側面測定における ROI 設定の誤差要因の検討: 第 1 報 正常例における検討 (第 25 回秋季学術大会一般研究発表予稿集). *日放技学誌* 1997; 53(9): 1442.
 - 14) 曾根照喜. 骨粗鬆症診断概論. *日臨* 2020; 78(12): 2016–2021.
 - 15) 蛇川嘉大, 谷口直人, 清水秀美, 他. 骨密度 (DEXA 法) における腰椎正面と側面想定と比較. *日放技学東北支部雑誌* 2008; 17: 118.
 - 16) Fukunaga M, Tomomitsu T, Otsuka N, et al. Lateral scanning of the lumbar spine: bone mineral density determination with dual energy X-ray absorptiometry. *J Bone Miner Metab* 1991; 9: 41–43.
 - 17) 安達伸也, 伊藤幹, 高橋誠, 他. 117 DEXA 法による腰椎側面測定における ROI 設定の誤差要因の検討: 第 2 報 骨変形例における検討. *日放技学誌* 1998; 54(1): 130.
 - 18) 串田一博. 骨塩測定法と測定部位からみた骨塩測定の意義. *Clinical Calcium* 2002; 12(11): 9–13.
 - 19) Larnach TA, Boyd SJ, Smart RC, et al. Reproducibility of lateral spine scans using dual energy. *Calcif Tissue Int* 1992; 51(4): 255–258.
 - 20) Briggs AM, Perilli E, Parkinson IH, et al. Measurement of sub-regional vertebral bone mineral density in vitro using lateral projection dual-energy X-ray absorptiometry: validation with peripheral quantitative computed tomography. *J Bone Miner Metab* 2012; 30(2): 222–231.
 - 21) Mazess RB, Gifford CA, Bisek JP, et al. DEXA measurement of spine density in the lateral projection. I: Methodology. *Calcif Tissue Int* 1991; 49: 235–239.

Comparison of Frontal and Lateral Measurements of Bone Mineral Density of the Lumbar Spine with Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) in Spinal Deformity: a Phantom Study

Mei Takeya,¹ Satoru Ishida,¹ Mitsuyuki Tozawa,¹ Tsutomu Inaoka,² and Hitoshi Terada²

¹ Department of Central Radiology, Toho University Sakura Medical Center

² Department of Radiology, Toho University Sakura Medical Center

Received May 5, 2021; Revision accepted October 5, 2021

Abstract

The bone mineral density (BMD) measurement of the lumbar spine with dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) has the advantage of being able to detect early changes in BMD, which is usually used for the evaluation of drug therapy. However, DXA is not considered suitable for spinal deformity because it is a two-dimensional measurement. The aims of this study were to compare frontal and lateral measurements with a phantom and to examine the possibility of the evaluation of lumbar spine BMD in spinal deformity. The values of frontal and lateral measurements were compared when the lumbar phantom was tilted by 10 degrees from 0 to 40 degrees, assuming kyphosis, and when it was tilted by 5 degrees from 0 to 10 degrees to the right and left, assuming scoliosis. We revealed that in the case of kyphosis, the frontal is more accurate, and in the case of scoliosis, the lateral is more accurate; small rotation of subjects on the plane parallel to the image receiving surface could be acceptable. In general, the two-directional BMD measurement is useful for the improvement of the accuracy and may have a potential to measure patients with spinal deformity, which was previously thought to be impossible.

Key words: dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), bone mineral density (BMD), spinal deformity