宇宙実験用実験装置の開発^{*1}

(イメージ炉・卵ラック)

浜 一 守^{*2}

Key Words: Space Engineering, Design, Microgravity, FMPT

1. はじめに

平成4年9月12日に打ち上げられたスペースシャトル「エンデバー」による第一次材料実験 (FMPT) では、材料実験系の1実験装置としてイメージ炉が搭載され4テーマの材料実験が行われた。またライフサイエンス系では、鶏受精卵30個が打ち上げられたが、振動に弱い受精卵は、生物試料防振機構 (卵ラック) に収納・保護されて打ち上げられた。本稿ではFMPT用イメージ炉、卵ラックの開発経緯、主要機能性能について概説する。

2. イメージ炉

2.1 開発経緯 イメージ炉は、昭和40年代後半から高品質の単結晶材料開発の一環として開発が進められ、無容器処理を可能とするフローティングゾーン法による単結晶製造装置として完成された。イメージ炉は第1図に示すように、回転楕円体の一方の焦点に加熱源であるハロゲンランプを置き、他方の焦点に溶融・結晶成長させたい原材料を置くことを特徴とした材料実験炉であり、その名もここに由来する。従来、半導体や酸化物などの光・電子デバイス用結晶はほぼ内で溶融・結晶成長が行われてきたが、イメージ炉は溶融容器を必要とせず、容器からの不純物の混入を排除できる画期的な装置であると言える。

2.2 FMPT用イメージ炉¹⁾ FMPTで用いられ

著者紹介

浜 一守 (正会員)

昭和19年生。長野県出身。昭和42年山梨大学工学部機械工学科卒業。同年日本電気(株)入社。現在、宇宙開発事業部統括部長。宇宙環境利用機器、人工衛星システムの開発に従事。日本機械学会会員。

に従事。日本機械学会会員。

たイメージ炉の主要性能を第1表に、また本体およびモータ駆動制御部の外観図を第2図、第3図に示す。イメージ炉本体はNASA安全性要求を満たすため全体をアルミ製カバーで覆われており、その内部構造を第4図に示す。各部の主要機能性能は次のとおりである。

2.2.1 加熱炉本体 試料を溶融・結晶成長させる加熱炉本体は、第1図に示したように、回転楕円体を2個組み合わせ加熱性能を高めた双楕円型を採用しており、また窒素ガスおよび微量のハロゲンガスを封入したハロゲンランプも二重コイルのフィラメントに更にサブワイヤを巻き付け加熱性能を高め、直径4mmのアルミナ試料を溶融可能 (2000°C) なものとした。

試料は、炉中心部の交換可能な石英管 (炉心管とも呼ばれる) 内に置かれ、加熱・溶融した試料から発生するアウトガスにより炉内が汚染されないよう配慮されている。また炉内、石英管内は真空排気が可能で、実験要求により石英管内にはアルゴンガスが流される。最大約1kWの電力が消費される加熱炉はスペースシャトル (STS) 側から供給される冷却水で冷却されている。

2.2.2 駆動機構 イメージ炉による結晶成長は、試料を均一加熱するために、試料を回転させながら炉本体を低速で上方向に移動させて行われる。このため本イメージ炉では、加熱炉本体および原材料が取り付けられる上シャフトには上下移動機構が、また種結晶の取り付けられる下シャフトおよび上シャフトには回転機構が設けられている。これら全ての機構はモータ駆動制御部により独立駆動制御され、実験に最適な条件が任意に設定できるように設計されている。また各機構にはDCトルクモータおよびタコジェネレータが用いられており、スムーズなアナログ回転制御により、良好な微小重力環境下での材料実験ができるよう工夫されている。

2.2.3 観察系 本イメージ炉には、試料の溶融状態をその場観察するための観察装置およびテレビカメ

^{*1} 平成6年3月29日原稿受理 Development of the Image Furnace and Egg Rack for the FMPT

^{*2} 日本電気(株)宇宙開発事業部 Kazumori HAMA

第1図 イメージ炉加熱炉本体断面図

第1表 イメージ炉主要性能表

項 目	性 能
炉型式	双楢円型
ランプ	ハロゲンランプ 500 W 級 2 灯
試料サイズ	φ 20 mm×150 mm (最大)
加熱温度	2000°C (最高, φ 4 Al ₂ O ₃ で)
結晶成長法	フローティングゾーン法
雰囲気ガス	アルゴン又は真空
結晶成長速度	2~200 mm/時
加熱炉, 上シャフト粗動速度	50 mm/分
試料回転速度	3~30 rpm (上下シャフト独立回転)
試料冷却	アルゴンガス又は自然冷却
形状, 重量	
イメージ炉本体	410×908×438(mm) 75 kg
モータ駆動制御部	438×177×491(mm) 21 kg

ラが設けられている。クルーはこの観察装置で実験状態をリアルタイムで監視し、必要によりランプ電力や原材料の送り込み量のマニュアル調整を行い、実験条件を最適に保つことができるように設計されている。またテレビカメラの映像は地上にも伝送され、実験研究者が観察できるようになっており、地上からクルーに実験条件の変更指示などができるシステムとなっている。

2.3 軌道上実験 イメージ炉は上述のような特長を持ちながら、地上では重力の影響で溶融帯は試料径程度の長さしか保持できず、特に高密度で表面張力の小さい材料では難しく、また密度差のある材料の均一混合は他の実験装置同様克服はできていない。これらの課題は微小重力下での実験では解決できると考えられており、今回イメージ炉では下記4種類の実験が実施された。その結果地上では決して得ることのできない大溶融帯が形成でき、無重量実験ならではの成果が得られたと報告されている。

- PbSnTe 大形結晶の試作（赤外線発光・センサ材料—高密度差材料）

第2図 イメージ炉本体外観図

第3図 モータ駆動制御部外観図

- InSb 単結晶の試作（赤外線センサ材料—高密度/低表面張力材料）
- ガラスの加熱、溶融、凝固実験（ガラスの物理定数測定）
- サマルスカイトの合成（高密度差材料）

2.4 開発上の課題 本イメージ炉開発に当たっては、打上げ・帰還時の耐振性の確保、駆動機構系の g ジッタ発生抑制、小型・軽量・低電力化の要求などのほか、第3章で述べる卵ラックと同様 NASA 安全性要求のクリアが大きな課題となった。本イメージ炉は、ほぼ常温常圧の保たれるスペースラブ内に搭載され、また必要によりクルーによる修理、メンテナンスが受けられるため、この範囲においては一般地上品と大差なく設計されている。しかし一方で可燃性材料、有毒ガスを放出する材料、応力腐食割れの生じる材料等の使用は厳しく規制され、全ての材料は NASA の

第4図 イメージ炉本体内部構造 (単位 mm)

承認無しでは使用できない。またクルーの感電、火傷、ガラス容器破損による怪我や水漏れ、ガス漏れなどの防止のため、装置構成全部品に対し安全性評価が実施され、危険度合により二重三重の防護対策を施すことが義務づけられ、これらが実験装置開発上大きな制約となった。またこれらは実験研究者側が用意した試料サイズや試料保持構造にもインパクトを与えた。

3. 卵 ラ ッ ク

3.1 開発経緯 軽量で信頼性の高い衛星設計を行うためには、高い減衰率を持つ構造物の有効性が認識され、昭和57年から粘弾性材料の開発が進められてきた²⁾。その結果、科学衛星「ぎんが」に適用された減衰材³⁾を皮切りに科学観測用ロケットにも採用されてきた。またSTSへの搭載化も目指され、NASA難燃性基準を満足する粘弾性材料も開発された^{4,5)}。かかる開発の成果がFMPT用卵ラックにも適用できることが判明し、防振装置の開発が開始された。

3.2 主要機能・性能⁶⁾ 本卵ラックは、鶏卵を無重力状態で育成し骨細胞の分化機能とその調節メカニズムに及ぼす無重力の影響を調べる実験に用いられ、その主要機能はSTS打上げ・帰還時の振動から受精卵を保護するものであった。卵ラックの外観を第5図に示すが、外形寸法は480 mm×370 mm×240 mm (H)、重量は16.3 kgである。

3.2.1 防振機構 STS打上げ・帰還時には、静加速度と振動加速度が作用するが、実験の結果、鶏卵は正弦波振動加速度には耐えられないことが判明し、何

らかの防振機構の開発が必要となった。開発当初、振動加速度は5 Hzから100 Hzまでの周波数領域で規定されていたが、NASAとの詳細な調整の結果、5 Hzと15 Hzに卓越した振動モードがあることが明らかになり、これを減衰させる防振装置の開発が行われた。数百個にもおよぶ受精卵の振動試験の結果、受精卵の許容振動レベルは第2表の値となることが求まり、低周波数域での振動減衰に有効なシリコーンゲルとコイルバネで構成された防振機構が設計された。その共振点は、5 Hz、15 Hzでの振動入力と鶏卵の耐振性が考慮され、7 Hzに設定された。本防振機構の振動伝達率(解析値)を第6図に示す。また製作された卵ラックの防振特性(実測値)も第2表に併せ示すが、いずれの方向においても受精卵の許容振動レベル以下に保つことができた。

3.2.2 鶏卵収納構造 本卵ラックには0, 7, 10日齢の鶏卵各10個が搭載された。鶏卵を収納するために、本卵ラックには第7図に示す構造を持たせた。NASA難燃性要求を満たし、かつ通気性のあるスポンジで鶏卵は支持された。また万一鶏卵が割れた場合の飛散防止のために、通気性フィルムで更に鶏卵はくまられた。8日間にわたる宇宙実験後、鶏卵は無事地上に持ち帰られ、防振機構はその機能を十分果たしたことが確認された。

4. お わ り に

以上FMPT用イメージ炉、卵ラックの概要を述べたが、今回の実験をとおり装置開発者側としても貴重

第5図 卵ラック外観図

第6図 卵ラック振動伝達率（解析値）

な多くの知見を得た。本イメージ炉の開発成果は、JEM（宇宙ステーション取付型日本実験モジュール）搭載用共通実験装置帯域炉の開発に反映されている。また卵ラックの開発成果は、本年7月に打上げが予定されているIML-2（第2次国際微小重力実験室）制振実験装置の開発に反映されており、より良好な微小重力環境下での宇宙実験が可能な技術開発が進められている。

尚、末筆ながら両装置の開発に当たり実験研究者殿、宇宙開発事業団殿から多大な御指導を賜った。ここに誌面を御借りし厚く御礼を申し上げます

参考文献

- 1) Obi, S., et al.: Development of Image Furnace for Japan's Space Experiment, NEC Research & Development, April, 1990, pp. 43-49.
- 2) 山内文雄, 他: フェライト複合材料, NEC 技報, 37, No. 9 (1984), pp. 23-34.

第2表 STSからの振動レベルと受精卵の許容レベル及び卵ラック防振特性（単位 G）

軸方向	周波数 (Hz)	STS 入力 振動レベル	受精卵 許容レベル	防振機構 防振レベル
X 長径方向	5	1.0	2.4	2.1
	15	3.5	2.0	1.0
Y 短径方向	5	1.0	2.4	2.3
	15	3.6	1.5	1.0
Z 短径方向	5	1.0	2.4	2.4
	15	5.9	1.5	1.5

第7図 卵ラック断面図

- 3) 池田瑞穂, 他: ASTRO-C ヨーヨー取付金具の防振, 第30回宇宙科学技術連合講演会, 1986, pp. 344-345.
- 4) 藤本 淳, 他: 振動・騒音制御材料の開発, NEC 技報, 44, No. 5 (1991), pp. 28-38.
- 5) Fujimoto, J., et al.: Damping Material for Spacecraft Structure, Proceedings of 17th ISTS, 1990, pp. 489-499.
- 6) 留目一英, 他: シャトル搭載用生物試料防振機構の開発, NEC 技報, 44, No. 4 (1991), pp. 13-17.