Examination of Soft-Heating Hyperthermia Exciting Composition with a Plane Type Spiral Coil

T. Maruyama, T. Takura, F. Sato, H. Matsuki, S. Aiba*, and T. Sato**

Department of Electrical and Communication Engineering, Graduate School of Tohoku University, 6-6-05 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, 980-8579, Japan

* Department of Medical Science, Graduate School of Tohoku University, 2-1 Seiryō, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, 980-8575, Japan

** NEC TOKIN Corporation, 6-7-1 Koriyama, Taihaku-ku, Sendai, Miyagi, 982-8510, Japan

Hyperthermia is a therapeutic method that necrotizes cancer tumors by heating. We developed an implantable heat element for tumors, which is excited by applying an external magnetic field. The previously proposed soft-heating method of hyperthermia features the use of thermosensitive ferrite as the heat element. This means that the heat element can control the temperature automatically by referring to the Curie temperature of the thermosensitive ferrite. The heat element consists of a thermosensitive ferrite and a metal ring. For wrapped around the ferrite to increase the heat quantity. For application to superficial tumors, the utility of a plane-type spiral coil was examined. As a result, it was confirmed that the influence of the magnetic gradient in excitation does not greatly influence the temperature characteristic. Moreover, arranging the magnetic ferrite in a plane-type coil is effective in easing the excitation current value and the directivity of the magnetic flux.

Key words: hyperthermia, soft heating method, thermosensitive ferrite, plane-type spiral coil, solenoid coil

平面型コイルを用いたハイパーサーミア励磁構成に関する検討

丸山 赳・田倉 哲也・佐藤 文博・松木 英敏・相場 節也*・佐藤 忠邦**

東北大学大学院工学研究科, 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-05 (〒980-8579)

*東北大学大学院医学系研究科, 宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1 (〒980-8575)

**NEC トーキン株式会社, 宮城県仙台市太白区郡山 6-7-1 (〒982-8510)

1. はじめに

現在日本において、癌による死亡率が第1位を占めている。発癌率は60歳を越えてから急激に増えることから、高齢化社会を迎えた現在、発癌者、癌による死亡者は増えつづけ、2015年には年間89万人が癌に罹患することが予想されている。その治療法としては、手術や化学療法、放射線療法を行うことが一般的である。また、通常の治療法では治すことが難しい局所進行癌や再発癌に対しては、ハイパーサーミア等の温熱療法が注目されている。

ハイパーサーミアは癌組織が、正常組織より熱に弱いことを利用した治療法である。正常組織は約44℃で生存率低下が起こるのに対し、癌組織は約42.5℃で生存率が低下する。正常組織では、癌組織と同じように温められても、血流の影響が強いいため、発熱を抑えることができる。しかし、癌組織の中にある血管は温められても拡張することができず、癌組織のみが温められ死滅する。

ハイパーサーミアでは様々な加温方式が提案されている。その中でも本研究では、加温方式としてソフトヒーティング法¹⁾²⁾³⁾を用いている。その特徴として素子自身が温度制御機能を保有し、過度な加温を避けることができるという利点を持つ。広域的な腫瘍組織に対してハイパーサーミアを適用する場合、血流の影響が強い場合や広範囲に腫瘍が存在している場合は範囲致死温度まで達しない部分が存在する可能性がある。そこで癌組織全体を完全に壊死させることができる温度にまで高温にし、外科的効果をも狙った高温ハイパーサーミア⁴⁾⁵⁾⁶⁾が提案されている。高温ハイパーサーミアは、ソフトヒーティング法を応用したものであり、自己制御機能と高発熱の両方を実現している。

本研究における加温方式の適用可能範囲は磁場が届く範

囲すべてであり、脳腫瘍、肝腫瘍、膵癌などの深部腫瘍、皮膚腫瘍の表在性腫瘍など多岐に渡る。本研究では、適用可能な一例として、表在性腫瘍を取り上げる。表在性腫瘍では、腫瘍が浅部に存在するため、励磁構成としては、深部腫瘍をターゲットとした場合と比べると比較的簡素なものでよいといった利点が存在する。そのため、平面型スパイラルコイルによって、小型励磁構成を実現し、浅部に磁界を発生させる構成法についてコイル試作、発熱素子の発熱特性の検証、磁性体配置による磁束の指向性に関して検討を行い、簡素で携帯可能な励磁システムの構築を目指している。なお、浅部を表皮から10mm程度までの表面上のものと定義するものとする。

2. ソフトヒーティング法と高温ハイパーサーミア

ソフトヒーティング法は常温近傍の比較的低い温度領域にキュリー温度をもち、かつヒステリシス損の大きい磁性材料を発熱体として利用する。そしてこの磁性材料を高周波交番磁界の中に設置して励磁し、発生するヒステリシス損を発熱源としている。磁性体の温度がキュリー温度以上になると自発磁化が失われ、急激にその実効透磁率は減少する。そのことによって、磁性体に磁束の集中の有無が起こる。また、高温ハイパーサーミアを実現するためには、より大きな発熱を得る必要があるため、磁性体を金属環で取り巻いた複合型構造の発熱体を利用している。この複合型発熱体を高周波磁界で励磁すると金属環に誘導電流が流れ、短絡電流損が生じこれが主な発熱源となる。この短絡電流損は非常に大きいため、高温ハイパーサーミアを行う上で非常に有効である。この高温ハイパーサーミアでは、複合型素子を中心に加温範囲が

広がることから、局所的な加温が可能である。これによって、正常組織への影響を最小限に抑えつつも癌組織を死滅させることが可能である。

Fig. 1 に温度制御の原理を示す。磁心温度がキュリー温度（以下 T_c とする）以下の場合、磁束が磁性体に集中し金属環には誘導電流が流れ、短絡電流損が生じる。しかし磁心温度が T_c を超えると磁性体の自発磁化が失われ、磁束の集中がなくなるため、短絡電流損は非常に小さいものとなる。そして再び磁心温度が T_c を超えると磁束を集中することとなり、発熱する。すなわち T_c の値を必要とする温度に設定することで発熱を自動的に制御が可能となる。また、Fig. 2 に複合型発熱素子の概観を示す。

3. 実験

3.1 励磁方式

発熱素子の励磁には、主にソレノイドコイルによる励磁（Fig. 3）と平面型コイルによる励磁（Fig. 4）が考えられる。前者の場合は、体の一部もしくは全体が必ずコイル内部に入る。そのため、患者へ圧迫感を与えることが懸念される。しかし、後者の場合、患部に発熱素子を埋め込み、素子を埋め込んだ部位に平面型コイルを配置するだけであるため、圧迫感は減少すると考えられる。特に表在性腫瘍などの体の浅部への励磁の場合は、素子、コイル間の距離が短いため、平面型コイルによる励磁も容易となる。

また、使用した発熱体は感温フェライト（ $\mu_r: 3500$, $T_c: 70^\circ\text{C}$, $0.6 \times 0.6 \times 10\text{ mm square type}$ ）に銅環（厚さ 0.05 mm ）を巻きつけたものである。この励磁条件に対する到達温度の特性をFig. 5に示す。Fig. 5の横軸に周波数と磁束密度の積を示してある。これは、この発熱素子の主な発熱源が短絡電流によるものであり、周波数の2乗と磁束密度の2乗に比例することから、この値を一つの基準とした。この特性からこの発熱素子の励磁条件としては200付近から、特性が向上するため、励磁素子の最低条件としては $f[\text{kHz}] \times B[\text{mT}]$ が200を超えることを目標としている。

Fig. 1 Principle of heating.

Fig. 2 Complex type of heat element.

Fig. 3 Excitation with a solenoidal coil

Fig. 4 Excitation with a plane-type spiral coil.

Fig. 5 Temperature characteristic of a complex type of heat element.

3.2 磁場分布の差異の発熱特性への影響

ソレノイドコイルによる励磁の場合、コイル内部に一樣磁界を発生させることが出来るが、平面型コイルの場合、磁界は距離に従って減衰する。そのため、長さ 10 mm の発熱素子を配置する素子両端の磁界は大きく異なる。このことによる素子発熱特性を検討する。

今回使用した平面型スパイラルコイルは内径 20 mm、外径 110 mm、50 turns のものである。このコイルの磁束密度特性を Fig. 6 に示す。また、内部に一樣磁界を発生させるために用いたソレノイドコイルは内径 60 mm、長さ 110 mm、40 turns のソレノイドコイルである。このソレノイドコイルの磁束密度特性を Fig. 7 に示す。

本実験では Fig. 6 の 5-15 mm の地点に素子を配置し、励磁を行うことで、その磁束密度傾斜が、発熱特性に影響するか考察する。また Fig. 7 のソレノイドコイルは中央部に素子を配置し、励磁を行うことで、一樣磁界中における発熱特性を実現している。また、実験値とともに、試作したコイルと同様にモデリングし、コンピュータシミュレーションを行った結果を併せて表記するものとする。

実験環境としては、発熱素子を、断熱材で覆い、外部からの熱影響を遮断している。また、恒温槽中(37℃一定)に発熱素子とコイルを設置し実験を行っている。

素子表面の発熱温度の測定結果を Fig. 9 に示す。この結果から、平面型スパイラルコイルではコイル近傍すなわち磁束密度が大きい箇所ではソレノイドコイルの場合と比べ、高い表面温度分布が得られることが分かる。一方、コイルから離れた磁束密度が減衰している箇所においてもソレノイドコイルの場合とほぼ同等の温度まで上昇していることが分かる。そのため、発熱特性として、この磁場勾配が大きく影響することはないと考えられる。

Fig. 6 Magnetic flux density characteristic of plane type spiral coil (B_z)

Fig. 7 Magnetic flux density characteristic of solenoidal coil (B_y).

Fig. 8 Temperature characteristic of the center of the element.

Fig. 9 Temperature characteristic of the surface of the element.

Fig. 10 Magnetic flux density characteristic of a spiral coil (B_z)

Fig. 11 Magnetic flux density characteristic of a spiral coil with ferrite (B_z)

3.3 磁性体の効果

平面型スパイラルコイルを励磁素子として想定した場合、コイル面と垂直の両方向へ磁束の放射が起こる。この場合、発熱素子を励磁するには、片方向への磁場のみを利用することになる。また、平面型コイルの形状を想定した場合、磁性体を背面に配置することが容易となる。このことから、平面型コイル背面に磁性体を配置することによって、磁性体を配置した方向への磁束の放射を抑えることが可能となる。本研究においては、磁性材料として、Mn-Cu-Zn 系フェライト $150 \times 150 \times 2.5$ mm のものをコイル背面に配置している。また、磁性体を平面型スパイラルコイルの背面に配置した場合と配置しない場合の同電流値における磁束密度特性の変化を Fig. 10, Fig. 11 に示す。このことよ

り、磁性体を背面に配置する効果によって磁路を変化させ、同電流値において、高い磁束密度を確保することが可能である。すなわち低電流値において強磁界の発生が可能であり、簡素な励磁システムを実現する上で有用である。特に装置の小型化を図る場合などでは、同等の磁束密度を得るために必要な電流値の軽減が可能である。

4. 結言

高温ハイパーサーミア発熱素子を浅部腫瘍に適用することを想定した。そのため、コイル近傍に強磁界を発生させることを前提とし、平面型スパイラルコイルの試作を行い、そのコイルによって作り出される近傍磁界を用い、素子の励磁加温を行った。平面型コイルでは、距離によって磁束密度が急激に減衰するため、磁場勾配が複合型発熱素子の発熱特性に影響するか、検討した。その結果、発熱特性は低下することはなかった。これによって、表在性腫瘍など浅部の腫瘍に対し、平面型スパイラルコイルでの励磁が悪影響を及ぼすことはなく、圧迫感の減少などの点での有用性を見出すことができた。また、平面型コイルの構成にすることによって磁性体の配置が容易に行うことができる。その効果、磁束の指向性を高めることができ、同電流での高磁束密度を確保できるため、励磁電流値を軽減できる。そのため、励磁装置の小型化を図る上でコイル自体を小さく設計可能となる。また、この発熱素子の特性として、角度ずれへの対応を考慮した場合、平面型スパイラルコイルにおいて作られる磁場分布の方が、ずれ方向への磁場が存在するため、角度ずれに対応できる可能性がある。

また、本検討では、主に体の浅部を中心に検討を行っている。本研究で述べた励磁コイルを含む励磁構成を小型のユニットとして実現し、利便性を高める必要がある。また、腫瘍は体のどの部位にでも存在する可能性がある。そのため、浅部腫瘍に対する励磁ユニットの試作とともに体深部の腫瘍に対して、励磁加温可能な励磁構成の設計も今後の課題である。

謝辞 本研究の一部は文部科学省科学研究費「若手研究 A」によった。

References

- 1) K. Murakami, and H. Matsuki, *Thermosensitivity Magnetism Applied Engineering.*, pp. 1-33, and 135-140. (Baifukan, Tokyo, 1993)
- 2) H. Matsuki and K. Murakami, *IEEE Trans. Magn.*, **21**, 1927 (1985)
- 3) K. Murakami, and H. Matsuki, *JARECT*, **21**, 1986
- 4) F. Sato, M. Jojo, H. Matsuki, T. Sato, M. Sendoh, K. Ishiyama, and K. I. Arai, *IEEE Trans. Magn.*, **38**, 3362 (2002).
- 5) F. Sato, N. Suzuki, J. Shimizu, H. Matsuki, and T. Sato, *IEEE Trans. Magn.*, **40**, 2967 (2004)
- 6) Y. Sawaya, N. Suzuki, F. Sato, H. Matsuki, S. Aiba, and T. Sato, *IEEE Trans. Magn.*, **41**, 4161 (2005)

2006年10月19日受理, 2007年5月16日採録