解 説

高齢者支援機器に要求される ヒューマンインタフェース技術

伊 福 部 達*

1. はじめに

高齢化すると個人差はあっても必ず手足や感覚の機能が衰えてくる。そのため高齢者が身体障害者となるケースが確実に増えてくる。昭和 62 年の厚生省の調査によると、60 才以上の身体障害者は全国で 1,394,000 人となっており、全身体障害者の 57.7% と過半数を占めている。これから到来する高齢化社会ではこの比率が急増することは必至である。高齢者の衰えた機能を何らかの機器で支援し、社会生活する上でできるだけハンディキャップを少なくするための研究はとくに急がなければならない。

衰えたり失った生体機能を支援するためのヒューマンインタフェースとしては次の 2 点が重要になる。第 1 点は、感覚機能の低下に伴う言語やパターン認識に関する支援手段であり、第 2 点は、手足の機能低下に伴う移動や作業に関する支援手段である。現在のロボットも感覚や手足に障害を抱えていると考えると、ロボット技術の進歩がそのまま高齢者支援技術に活かされる場合も多いであろう。ここでは、主に高齢化による感覚機能の低下や消失によってどのようなヒューマンインタフェースに関する支援機器が必要とされ、ロボット技術がそれに応じて応えればよいのかを考えてみたい。

2. 高齢者における生体機能低下の特徴と問題点

社会生活を送る上で支障をきたすほど生体機能が低下すると身体障害者福祉法により身体障害者とみなされる。人口 1,000 人に対する身体障害者の割合は、全体では 26.7 人であるが、60~64 才では 56.9 人、65~69 才では 72.9 人、70 才以上では 88.0 人となり、高齢になるほど高い割合となっている¹⁾。また、60 才以上の人達が

身体障害者となる割合は昭和 55 年のとき (1,067,000 人) よりも昭和 62 年になると 30% (327,000 人) 増加しており、身体障害者全体の年齢構成の高齢化が進んでいることが分かる。

障害は一般に、視覚障害、聴言障害、肢体不自由、内部障害に分けられ、いずれも程度に応じて 1 級から 6 級までに分類される。ただし、視覚障害では極度の視野狭窄も含まれており、聴言障害は聴覚障害だけでなく平衡機能の障害および音声・言語の機能障害なども含まれる。視覚障害者や聴言障害者は高齢化とともに確実に増加することが知られており、人間や機器とのコミュニケーションに大きな支障をきたしている。図 1 に示したように、老人性失明の発生率は 50 才を境に加齢とともに急増しており²⁾、また、図 2 に示したように、老人性難聴も 60 才を境に高音域からの聴力低下が著しくなる³⁾。

肢体不自由の中でも最も大きな問題は下肢の衰えによる歩行機能の障害である。車椅子がその障害の補助とし

図 1 老人性失明の発生率 (0~9 才を 1 とする)

原稿受付 1993 年 5 月 4 日

Human Interface Technology Required for Supporting
Devices of the Elderly

* 北海道大学電子科学研究所

図 2 高齢化による聴力レベルの変化

て利用されているが、わが国の場合、車椅子を利用できる設備が極めて貧弱なため、車椅子に代わる 2 足歩行支援技術の開発などが将来の課題となろう。

さらに、高齢者の障害は感覚や手足の末梢器官にあるばかりでなく、中枢における処理機能の低下が原因となっている場合も多い。高齢者は若年者と異なり、脳の可塑性も劣ってくる。高齢者の中途失明者や失聴者は点字や手話を覚えるのが不可能に近いため、その支援機器は訓練をあまり必要としないものが要求される。とくに残存する正常な機能をいかに有効に活用するかが重要になる。

3. 感覚機能の衰えた高齢者のための ヒューマンインタフェース

弱視など比較的軽い視覚障害者の場合は残存視覚を利用することができる。ただし、眼鏡でも矯正しきれない場合には CCTV (Closed-circuit television system)、オブスコープなどの拡大読書器が必要になる。これらは、書面をテレビカメラで写し、テレビのブラウン管に拡大して映し出すもので、4~20 倍の拡大が可能で可視範囲が広く画面のちらつきを抑えたモニターテレビを備えて

図 3 話速変換機能を備えたデジタル補聴器の外観

いる⁴⁾。人工現実感技術も弱視や視野狭窄を補助する上で有効な手段となることが期待される。書面ばかりでなく環境の情報を拡大して立体的に表示したり、視野狭窄を補うために画面を魚眼レンズを介しているように座標変換して表示する方法などがとれる。また、弱視者の特性にあわせて特徴抽出機能を画像処理で実現するデジタル眼鏡なども今後の課題となろう。さらに、移動が困難になった高齢者がロボットを操作し、自分の見たい環境の情報をロボットのカメラで捉えてそれを自己の視覚に提示するというテレグジスタンスの技術も高齢者のためのインターフェースとして実際に使われるようになるであろう。

高齢化による感覚機能の低下で最も深刻なのは、老人性難聴である。老人は手話を覚えるのがまず不可能であり、音圧を増幅するだけの補聴器も役に立たない場合が多い。このような老人性難聴者は全国で 300 万人ともいわれている。この難聴は中枢性のものが多いため、周波数分解能や時間分解能が衰え、言語処理能力も低下する場合がある。最近、これらの機能の低下を補うようなデジタル補聴器の研究が盛んに進められている。この種の補聴器のハードウェアは一般に 1 個の DSP を中心にして構成され、一種の微分機能により子音部の強度を増強したり側抑制関数を用いてホルマントを強調するような処理がなされる⁵⁾。さらに、ニューラルネットを導入して雑音を軽減する処理も検討されている。オクターブ毎に増幅率を調整し、健常者と同じラウドネスが得られるようなフィルタをデジタルで実現した補聴器なども考案されている⁶⁾。ただし、これらのデジタル補聴器が本当に老人性難聴の補助に有効かは未だに明確な答えは出ていない⁷⁾。

音声の母音部を検出して 1.25~1.5 倍に引き延ばして聴取させるデジタル補聴器を開発し(図 3)、老人性難聴者にこの話速変換が有効かどうかを調べた研究がある⁸⁾。その結果、明瞭度の変化はなかったが、聞き取り易さという主観的な応答をみると時間分解能が劣る難聴者ほど話速変換の効果が大きいことが分かっている。このことは、老人性難聴は聴力損失だけでは評価できなく、時間分解能の低下に伴って言語処理速度も衰えていく可能性のあることを示している。

4. 感覚機能を失った高齢者のための ヒューマンインタフェース

文章を音声に変換する装置は高齢失明者にとって有効な読書手段である。米国ではアルファベットで構成された文章を光学的に読み取って、パターン認識を行った後、音声に変換する読書器が実用化されている。1979 年に

図 4 Kurzweil 型読書器の外観

Kurzweil Reading Series 400 というのが発表された後⁹⁾, 1988 年には個人用の装置 (ZEROX/Kurzweil Personal Reader 7315) に改良されている (図 4)。これは、入力された文字情報をインテリジェント OCR と呼ばれるパターン認識アルゴリズムによりアスキーコードに変換し、単語の判別を行って、DECTalk という発話装置を介して音声として出力するものである。読書速度やイントネーションを変えたり、男性、女性、子供などの声色を選ぶこともできる。現在、世界で約 1 千台、国内で約 30 台が利用されている。

日本語の場合、複雑なパターンを持つ漢字があり、しかも文意によって漢字の読み方が異なるので、文字を音声に変換する技術は極端に難しくなる。通産省工業技術院の指導のもとで、日本語文字を光学的に読み取り文書を解析して音声に変換する研究が進められたことがあるが、あまりにも難題であるため、実用には成功していない。

一方、画像の認識のために、特殊な用紙を用いてコピーすることにより黒の部分が盛り上がり簡単な地図を作ったり、マトリクス状に配列された多数の棒を上げ下げして 3 次元的な図形を作って触知させる研究も進められている⁴⁾。これも、画像に関する概念を獲得している

図 5 単音節音声タイプライタの外観

失明者には有効な情報呈示法といえよう。なお、失明者のヒューマンインタフェース技術として通産省工技院で研究が進められていた盲導犬ロボット¹⁰⁾は、今後のテレビグスタンス技術の進展とともに再び重要なテーマとして取り上げられるであろう。

ところで、失明すると手の届かない環境の状況を音だけを手がかりにして認識する機能が育ってくる。この機能は障害物知覚と呼ばれ、先天的な盲の場合は、60 cm 離れたところにある半径 4 cm の障害物でも認識できるようになることが知られている。現在のところ、失明するとコウモリのような反響定位機能や、障害物によって生じる音の遮音や回折をパターン認識する機能が育ってくるのが分かってきている¹¹⁾。高齢者の場合には、自然に備わってくる環境認識機能を増強するようなヒューマンインタフェースを構築すべきであろう。

一方、高齢失聴者のためには音声を変換して見せる音声タイプライタがコミュニケーションエイドとして有効である。ただし、誰の声でも連続的に話しても正しく文字に変換する装置を実現するのは現在の技術では不可能である。ところで、日本語の場合、一つの単音節音声の一つの仮名文字に対応しており、しかもどのような文章でも単音節ごとに区切って発声できるという特徴がある。この特徴に注目して、68 個の単音節音声を仮名文字に変換する音声タイプライタが開発されたことがある (図 5)。話者の音声をあらかじめ登録するという手続きは必要であるが、一音節あたり 0.2 秒で 96% の精度で文字に変換できるものである¹²⁾。現在の技術があれば極めて低価格でポケットに入る程度の大きさにすることができることを考えると、もう一度失聴者用の音声タイプライタとして開発しても良い時期にきているといえる。

高齢化すると喉頭癌などでコミュニケーションに不可欠な発声機能を失う障害者が急増する。従来、喉頭を摘

図 6 ビッチ制御型電気人工喉頭の外観 (左上が呼吸センサ、右の箱が呼吸ビッチ変換器、左下が喉にあてる振動子)

図 7 疑似網膜 LSI の概念図

出すると訓練により食道で発声させる方式とか色々な器具を使った補助具が利用されてきた。しかし、高齢者が食道発声を習得するのは容易なことではないし、また、従来の補助具ではイントネーションが出しづらいので極めて不自然な音声しか生成することができなかった。既に獲得している呼吸によるピッチや音圧の調整機能をそのまま利用するという方法も提案され、気管孔で呼吸圧を検出し、それでピッチを制御するという電気人工喉頭も開発されている(図 6)。この方法を用いると短時間の訓練でイントネーションのついた自然な人工喉頭音声を生成できることが分かっている¹³⁾。

5. 高齢者の人工感覚のための神経インタフェース

既に獲得された文字・画像や音声・音響に関する概念が中枢に保存されているとすれば、その中枢に直接情報を伝達することにより再び正常な感覚にもどる可能性がある。視覚領野を刺激して記憶しているパターンを再現させるということも原理的には可能である¹⁴⁾。しかし、直接大脳刺激により映像を知覚させるためには、網膜から視覚野にいたるまで未知の情報処理を人工的に再現す

図 9 耳鳴治療器の概念図

図 8 22 チャンネル人工内耳の外観(左が刺激電極と受信器、右の箱が信号処理器、中央の黒門が送信器)

る必要があり、実用化のめどはたっていない。最近、網膜の機能に類似する人工網膜を開発しようとする研究が進められている¹⁵⁾。図 7 に示したように、この疑似網膜 LSI は、映像情報を人間の神経を流れるのと同様のインパルス信号として取り出せる特徴があるため、生体の実際の網膜を代替する素子として検討されている。しかし、生体の神経系との結合手法に大きな問題が残されており、文字通りの人工網膜の実現にはかなり時間がかかると予想される。

一方、聴神経が電気刺激されると音の感覚が生じるということは古くから知られていた。1970 年代にオーストラリア、米国、オーストリアなどで電極構造や信号処理について独自の方法が提案され、それらの優劣について盛んに議論された¹⁶⁾。わが国では、筆者が米国スタンフォード大学で 8 チャンネル型人工内耳を作り音声弁別に関する研究を行ってきたが、期待されたほどの効果が得られなかった¹⁷⁾。一方、メルボルン大学で開発された 22 チャンネル人工内耳はオーストラリアの Nucleus (米国コクレア社) で製品化され瞬く間に全世界に普及した(図 8)。1991 年末までで 3,400 例を越え、わが国においても 10 施設 97 例に及んでいる。わが国では東京医科大学の船坂らによって初めて導入され、日本語の聴取能の検査が盛んに行われている¹⁸⁾。音質はDonald Duck 音声に近く不自然ではあるが、音声言語の概念を獲得している場合には、高齢者でも比較的短時間で習得できる。ただし、人工内耳は重度聴覚障害者の全てに有効な訳ではなく、恐らく障害者の 10~20% に適用できる程度であろう。残りの 80% 以上の聴覚障害者については他の感覚を代替利用する感覚代行が必要になる。

ところで、蝸牛に電気刺激を与えると耳鳴が消失したり抑制され、6 割以上の患者に効果があることが報告されている¹⁹⁾。難聴者の 5~6 割に耳鳴が発生していることが知られており、とくに、老人性難聴でこの割合が高

図 10 機能的電気刺激 (FES) の概念図

い。しかし、その効果は一時的であるため、図 9 に示したような埋め込み型耳鳴治療器が開発され、耳鳴が始まったら自分で電気刺激を与えることができるようになっている¹⁹⁾。高齢化すると、聴力が衰えるばかりでなく、それに伴って耳鳴が生じたり、発声機能の低下もみられるようになる。高齢者のヒューマンインタフェースでは、このような感覚機能の低下に付随する問題を解決するのも忘れてはならない。

6. 運動機能に障害のある高齢者のための感覚インタフェース

四肢麻痺の再建を目的とする機能的電気刺激は高齢者のインタフェース技術として将来定着するものと期待されている (図 10)²⁰⁾。問題は四肢を制御するための信号を得たり、四肢の体性感覚に環境や物体の情報をどのように提示するかという点である。ところで、ヒトが指で物体に触れたときに生じる応力の感覚や材質の感覚を心理物理実験に基づいて調べ、感覚フィードバック型ハンドに不可欠な触覚センサと触覚ディスプレイも設計されている²¹⁾。この感覚フィードバック型ハンドの研究すなわち触覚のトレイグジスタンスや人工現実感の研究は、四肢麻痺再建のための機能的電気刺激に使われる触覚センサや触覚ディスプレイとしても利用できるようになるであろう。さらに、古くて新しいテーマである人工義手や人工義足の研究はこれからのロボット技術の発展とともに新たな展開を見せることが予想される。

トレイグジスタンスに利用されるフォースディスプレイは用途を広げることにより、機能を失った四肢を動かすためのアクチュエータとして利用されるであろう。その場合、少ないパワーで大きな出力を得るようなアクチュエータが必要になる。例えば、水素吸蔵合金型アクチ

図 11 水素吸蔵合金 (MH) アクチュエータによる上肢補助具の外観図 (6g の MH で 10 kgf の出力が得られる)

図 12 知覚運動協応の機能を検査する装置の外観 (半円筒に 19 個の LED と発音器が配列され、頭部、眼球、指示運動の同時計測ができる)

ュエータは 6g の材料で 10 kg の物体を持ち上げることができ、速度は 1 cm/sec と遅いがコンプライアンスがヒトの肘と類似する値を持っている²²⁾。ヒトに接着するためのアクチュエータ (図 11) として馴染みが良いことから高齢者ヒューマンインタフェースの一つとして利用できる可能性を秘めている。

ところで、周囲の刺激に誘発されて瞬間的に運動が発現するのを知覚運動協応という。例えば、図 12 に示したような装置を開発し、ヒトの頭を取りまく空間の中に視覚や聴覚刺激を瞬間的に提示し、その方向をできるだけ速く注視したり、指示させるという実験を通じて、知覚運動協応のメカニズムを調べることができる²³⁾。その場合、若年者でも頭頂連合野に仮想されている空間的座標と実際に注視したり指示する方向は周辺で大きくずれることが分かっている。高齢者と環境とのヒューマンインタフェースを設計する上で、高齢化とともに知覚運動協応の特性がどのように変化するかを調べておくことも必要であろう。

7. おわりに

高齢者の脳は可塑性が若年者に比べて劣るため、障害

補助のためのヒューマンインタフェースでは学習や訓練をできるだけ少なくても良いような方法をとるべきである。それよりも既に獲得している概念や機能を積極的に活用するようなヒューマンインタフェースが有効である。現在のロボットの感覚や手足もある意味では高齢者が抱えているのと同様の障害を持っているといえる。高齢者支援技術を狭く捉えないで、ロボット工学の一部に組み込み、将来、優れた人工の感覚や手足を高齢者支援のために活かすよう努力すべきである。問題なのは、中枢の老化により概念や記憶そのものが変質して理解能力が低下したり、独居などによる精神的な不安をいかに解消するかである。そのため、ロボットが高齢者の体の一部になって理解能力を助けたり、ロボットが高齢者の慰めとなる友達のような役割がヒューマンインタフェースを構築する上で重要となろう。

参 考 文 献

- 厚生省社会局更正課監修「日本の身体障害者」昭和62年身体障害者実態調査報告、第一法規出版、pp.19-20, 1991.
- 市川 宏, 大頭 仁, 鳥居修晃, 和気典二(編)「視覚障害とその代行技術」名古屋大学出版、pp.24-55, 1984
- 鈴木篤郎「難聴」金原出版、pp.153-158, 1978.
- 伊福部達(編)「人工感覚技術」医療福祉機器の高度化技術に関する調査報告書、日本機械工業連合会、医療福祉機器研究所、pp.33-53, 1992.
- 吉住嘉之, 目片強司, 山田義則, 鈴木良二, 田中 豊, 河野 淳, 船坂宗太郎「難聴者向け音声強調方式の一手法—難聴者に対する評価—」日本音響学会、聴覚研究会資料、H93-18, 1993.
- 尾野湊夫「デジタル補聴器の現状と将来」日本音響学会誌、Vol.47, pp.778-784, 1991.
- 伊福部達「聴覚補償へのデジタル技術の応用」日本音響学会誌、Vol.47, pp.760-765, 1991.
- 福袋義人, 池田 宏, 今村俊樹, 泉 隆, 伊福部達, 松島純一「難聴者による話速変換方式の評価」日本音響学会、音声研究会資料、SP 92-150, 1993.
- Goodrich, G. L. et al., "Kurzweil Reading Machine: A Partial Evaluation of its Optical Character Recognition Error Rate", J. Visual Impairment & Blindness. Vol.73, p. 389, 1979.
- S. Tachi, K. Tanie, K. Komoriya, M. Abe, "Electrocutaneous communication in a guid dog robot (ME LDOG)", IEEE Trans., BME-37-2, pp.461-469, 1985.
- 関 喜一, 伊福部達, 田中良広「盲人歩行補助のための基礎的研究—聴覚による障害物知覚の要因について—」信学技報, MBE 90-121, 1990.
- 伊福部達「音声タイプライタの設計」CQ 出版, 1983
- 上見憲弘, 伊福部達, 泉 隆, 松島純一「人工喉頭のための音源制御方式の検討」信学技報, MBE 91-31, pp. 91-96, 1991.
- 伊福部達「感覚障害のための機能的電気刺激」日本 ME 学会誌, Vol.6, pp. 25-33, 1992.
- 中西 博, 東 実「人工網膜の開発」映像情報(I) No. 4, p. 25, 1990.
- Feigenbaum E, "Cochlear implant devices for profoundly hearing impaired", IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Vol.6, pp.10-21, 1989.
- Ifukube T., White R. L.: A speech processor with lateral inhibition for an eight channel cochlear implant and its evaluation", IEEE Trans., Vol. BME-34, pp.883-890, 1987.
- 船坂宗太郎, 高橋 整, 湯川久美子「22 ch 人工内耳装着者の日本語聴取能」電子情報通信学会技術研究報告, sp 87-72, 1987.
- 松島純一, 原田千洋, 平田恵啓, 坂元正次, 伊福部達「耳鳴患者への蝸牛電気刺激—その効果と安全性—」日本 ME 学会誌, Vol.7, No.3, pp. 31-35, 1993.
- 星宮 望「機能的電気刺激の基礎」日本 ME 学会誌, Vol.6, No.8, pp.1-7, 1992.
- 井野秀一, 泉 隆, 高橋 誠, 伊福部達「感覚フィードバック型ハンドのための把持感覚に関する研究」電子情報通信学会論文誌, D-II, J 75-D-II, No.11, pp.1909-1916, 1992.
- S. Shimizu, S. Ino, T. Izumi, M. Takahashi, T. Ifukube, "Development of actuator using Metal Hydride for forced display to elbow joint", J. Robotics and Mechatronics, Vol.5, No.3, pp.1-5, 1993.
- 水戸部一孝, 高橋 誠, 加藤充孝, 泉 隆, 伊福部達「光と音に対する指示運動と内部空間の構成に関する考察」信学技報, MBE 92-27, 1992.

伊福部達 (Tohru IFUKUBE)

1971年、北海道大学大学院修士課程(電子工学専攻)終了。同年、北海道大学応用電気研究所助手。1977年、同助教授。1984年、米国スタンフォード大学客員助教授。1989より北海道大学応用電気研究所教授。工学博士。現在、同大学電子科学研究所教授。この間、福祉工学の研究に従事し、触知ボコーダ・音声タイプライタ・人工内耳・九官鳥音声・蠟管音声再生・人工喉頭・超音波眼鏡・感覚フィードバック型ハンドなどの研究を行った。(日本ロボット学会正会員)