解説

健康的な生活を支援する技術の開発

Development of Support Technology for Living Healthily

永田可彦* (独) 産業技術総合研究所

Yoshihiko Nagata* *National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

1. 福祉機器グループ

旧工業技術院は、さらなる産業技術の発展を目指して、平成13年4月に独立行政法人産業技術総合研究所として生まれ変わった。研究所、研究部、研究室制を廃止し、中長期戦略の実現に向け一定の継続性を持って研究を進める研究部門、時限的に設置され特定の課題を解決するための研究センター、研究部門の新設や研究センター化などの展開を目指して異分野融合性の高いテーマを扱う研究ラボからなる体制を敷くようになった[1]。これによって人材をより流動的に活用できるようになり、また内外の研究動向に対して組織として素早く対応できるようになった。我々が所属する人間福祉医工学研究部門[2]は、高齢社会において安心・安全で質の高い生活を実現することを目指して、高齢社会における快適な生活環境・使いやすい製品(ユニバーサルデザイン)、高齢者の変容した身体機能の支援機器、患者にとって負担の少ない医療機器技術などの開発を進めるために、人間生活工学、福祉工学および医工学の3分野の連携を核にして研究を進めている。その中にあって福祉機器グループは、高齢者が健康な生活を送るために必要な支援技術の開発を担当すべく、計測・制御、機械機構を専門とした研究者が集い研究を開始した。その後、人間を対象とした機器開発にとって必要不可欠な、意匠デザインや運動生理を専門とする研究者が加わり現在に至っている(図1)。我々は健康な生活を送るために必要とされる様々な支援技術を、社会参加のためのステップの中で位置付け、連続的な研究課題として取り組んでいる。

2. 社会参加のためのステップ

高齢者が心身ともに自立し、安心して社会参加するためには、身体機能の衰えを予防するのはもちろんのことであるが、いったん機能が衰えた場合は、その機能を補助また

は代替するか、その機能を回復させなければならない。さらに回復した機能を維持し、向上させる必要もあるであろう。またさらに、機能レベルから生活レベルへと対象を上げ、日常生活に支障のない健康状態を保ち、状態を良くしていく必要がある。これらを整理すると、(1) 機能の補助・代替、(2) 機能の回復・維持、(3) 健康の維持・増進となる。本稿では、これら社会参加のための各ステップにおいて必要となる支援技術、支援機器の研究について紹介する。

3. 補助・代替

3.1 尿量の推定技術

我が国では60歳以上の在宅高齢者の2割弱400万人が尿失禁に悩んでいると推定されている。60歳以下でも脊髄損傷や手術等による多数の尿失禁者が存在し、尿失禁防止対策のための技術開発が急務となっている。そこで我々は利用者の負担が少ない尿意センシング技術を利用した携帯可能な尿量測定装置(図2)の開発を行っている。

これは下腹部皮膚表面に接触させた発振子から超音波を

図1 福祉機器グループの構成

図2 尿量測定装置

原稿受付 2003年2月5日

キーワード: Assistive Device, Healthcare, Urination Sensor, Bio-remote, Multi-DOF Rehabilitation System, Mimic Sensing

*〒305-8564 茨城県つくば市並木1-2-1

*Tsukuba-shi, Ibaraki

図3 尿量の推定

図4 PD値と尿量の関係

照射することで、膀胱の容量を推定する技術である。図3に測定方法を示す。臨床実験の結果、膀胱の後壁エコー強度(P)と前後壁間距離(D)の積(PD)が膀胱容量と高い相関を持つことが分かった[3]。試作した装置では、四つの超音波素子を利用して信頼性を高めている。図4に実験結果の一部を示す。

3.2 家電製品バリアの解消

広く一般家庭にまで浸透したIT技術は、高齢者の生活上や就労支援に重要な役割を果たしている。しかしながら、IT技術を活用した機器類と人間を結ぶインターフェースは、必ずしも高齢者に配慮して設計されているとは限らず、高齢者にとって一種のバリアとなっている場合がある。

そこで我々は人間の体が発生する様々な生体生理情報を利用して、複雑な操作を必要とすることなく機器類を制御

するための技術(図5)を広島大学と共同で開発している。これまでに、筋電信号を機器への指令信号として利用し、テレビ、ビデオ、パソコンなどの家電製品を本人の意思で制御することが可能であることを確認してきた(図6)。我々はこの技術をバイオリモートと名付け、障害者などの協力を得てその有用性について確認を進めている[4]。

4. 回復・維持

4.1 下肢リハビリ装置

衰えた身体機能の回復および維持を図ることを目的としたリハビリのニーズは益々増加している。しかしリハビリを提供する理学療法士などの専門職が不足し、負担が大きくなっている。そのため療法士を補助する機器の開発が望まれている。そこで我々は歩行などの日常生活動作を回復するために必要不可欠な下肢機能のリハビリに関して、複数の関節を対象とした多自由度の訓練を可能とするシステムの研究を行っている[5]。

現在、安全性、軽量性、取り扱いの簡便さ、使用者の心理的負担を考慮し、ワイヤパラレル機構によるアクチュエータの小型化、および使用者に対する拘束感の低減を目指した装置の開発を行っている。開発にあたって、リハビリ機器として適切な動作を実現するため、筑波技術短期大学理学療法学科との共同研究を行い、理学療法士の意見を参考にしながら研究を進めている。本装置で対象とする関節運動は、(1)膝関節の屈曲・伸展、(2)股関節の屈曲・伸展、(3)同内旋・外旋、(4)同内転・外転、(5)足関節の底屈・背屈、(6)同内反・外反の6自由度である。図7が装置の概念図である。ワイヤの長さを調節する巻き取りローラと、そのローラが移動するためのガイドレールからなる。これまでに(1)~(4)を実現する機構を開発し、運動特性に関

図5 バイオリモート

図6 家電製品の制御実験

図7 ワイヤパラレルによる駆動

する実験を行ってきた [6]。膝関節の屈曲および伸展動作の人体ダミーによる確認実験の様子を図 8 (a) に示す。足に加わる力を法線方向成分とするため、ローラをガイドレール

(a) 装置の外観

(b) 訓練方法

図8 下肢リハビリ装置

ルに沿って移動させながら、ワイヤの長さを調節して屈曲・伸展動作を実現している (図 8 (b))。

5. 維持・増進技術

5.1 ミミックセンシング

回復した機能を維持していくためには、継続的なリハビリに加えて、身体機能管理のための日常的な体調測定が重要である。しかし高齢者や障害者にとって在宅における体

図9 受話器による血流量の測定

調測定作業の継続は困難である。かといって作業を自動化するために、計器類を家庭に単に持ち込んだだけでの測定では、平常状態における体調を把握できない可能性がある。そこで、我々は生活空間の中で使用者の日常的な行動に干渉することなく、体調に関する生理指標を取得するための技術を提案している [7]。

日常生活に干渉することなく、生理信号を測定するためには、センサを生活用品の中に埋め込み、利用者へ与える影響を極力抑えればよいのではないかと考えた。これがミミックセンシングの考え方である。ミミックとは擬態という意味であり、目立たないように埋め込まれた複数のセンサを個人の生活パターンを考慮して日常的に必ず立ち寄る場所に配置すれば、間欠的だが継続的に体調に関する生理信号を測定することができる。図9にミミックセンシングの例として、血管動態測定のためのシステムを示す。電話の受話器の指先が当たる部分に血流センサが埋め込まれており、受話器を持つことで血流の流れを測定することが可能になっている (図10)。これまでの実験によって、血流量変化の測定に加えて、取得した波形から自律神経の活動を観察できることを確認している [8]。

5.2 健康の増進のための状態識別

現代の社会生活ではストレスや肩こりを訴える人の数が多くなっている。一般的に肩こりは、首や肩の筋肉疲労が原因と言われているが、その他にも肩に広がる神経根の圧迫障害や内臓系の疾患など様々な要因が考えられ、発生のメカニズムは現在でも明らかではない。しかし健康の増進を図るためには、この筋疲労を取り除く技術が望まれていることは言うまでもない。

これまで筋疲労を取り除くため数多くのマッサージ器が開発されてきた。しかし可動部の制御方法は一定もしくはあらかじめ決められた動作を繰り返すだけであった。そこ

図10 測定された血流量変化

で我々はマッサージ中に使用者から計測した生理指標を解析し、その結果に応じて最適な動作を行えるバイオコミュニケーション型マッサージ器の研究を進めている。

現在は使用者ごとの生体生理状態変化に適応可能なマッサージ刺激解析システムに関する実験を行っている。まず状態変化の様子を観察するため、変化が現れると思われるいくつかの指標について、マッサージ前、中、後の値を測定した。図11にその結果を示す。心拍間隔、血圧変動からの自律神経活動、呼吸変動、血中アドレナリン濃度、平均血圧、筋硬度、血中乳酸濃度の指標において同様の傾向が認められた。そこで実験中最も測定しやすく、かつ客観的な指標となる心拍間隔を利用することにした。図12はあらかじめ学習しておいた心拍変動を基に、安静状態とマッサージを受けている状態を識別した結果である。安静とマッサージ状態の切替の際に識別の遅れがあるが、状態識別が可能であることが確認できる [9]。

6. おわりに

以上、現在我々が取り組んでいる機能補助・代替、回復・維持、健康維持・増進という社会参加のためのステップにおいて健康回復過程に必要な支援技術・支援機器について紹介した。このほかにも計測評価技術として、天井走行リフトの安全性に関する研究 [10] や、下肢筋組織評価技術の開発、運動障害による血管循環機能の特性変化の研究なども行っている。これらは我々のグループの中だけで閉じた研究ではなく、大学や企業との共同研究を行うことで、より広い知識を集結しながら進められている。このことが、科学技術を先導し、産業応用を図るという産業技術総合研究所に課せられた使命を果たすことにも繋がると考えている。本報告が、新たな連携を生み、福祉機器技術の発展に貢献できれば幸いである。

図 11 マッサージによる生理状態の変化

図 12 マッサージ器使用者の状態識別結果

参考文献

- [1] 産業技術総合研究所研究紹介ページ,
<http://www.aist.go.jp/aist-j/research/research.html>
- [2] 人間福祉医工学研究部門,
<http://www.aist.go.jp/aist-j/research/research.html>

- [3] H. Kodama, H. Hieda, I. Kuchinomachi, Y. Takeichi and H. Matsumoto: Ultrasonic urination sensor and monitoring of urine volume in the bladder, Biobehavioral Self-Regulation, pp.263-267, Springer Verlag, 1995.
- [4] 福田修, 辻敏夫, 内田康弘, 追坂則弘: “障害者の日常生活を支援するバイオリモートの開発”, ロボティクス・メカトロニクス講演会, 2002.
- [5] 本間敬子, 福田修, 永田可彦, 甲田壽男, 薄葉眞理子: “下肢リハビリ支援システムの開発—第2報—”, 日本機械学会福祉工学シンポジウム, 2001.
- [6] K. Homma, O. Fukuda and Y. Nagata: “Study of a Wire-driven Leg Rehabilitation System,” Proceedings of 2002 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, vol.2, pp.1451-1456, 2002.
- [7] 永田可彦: “ミミックセンサを利用した体調モニタリング”, 自動車技術, vol.54, no.4, pp.96-97, 2000.
- [8] 永田可彦, 菅原順, 福田修, 本間敬子: “生体情報伝達のためのミミックセンシング技術の開発”, 計測制御学会システムインテグレーション部門講演会講演論文集 (I), pp.421-422, 2002.
- [9] 福田修, 甲田壽男, 永田可彦, 本間敬子: “マッサージ器が生体を与える影響の解析と制御への応用”, 第40回日本 ME 学会大会論文集, p.633, 2001.
- [10] 永田可彦, 甲田壽男: “天井走行リフトの走行動作が利用者の主観的安全感覚に及ぼす影響”, 日本人間工学会誌, vol.36, no.4, pp.5-8, 2000.

永田可彦 (Yoshihiko Nagata)

1986年富山大学大学院工学研究科修士課程修了。通商産業省工業技術院機械技術研究所入所。光音響効果を利用した顕微鏡開発に従事。1994年ロボット工学部福祉応用研究室配属。健康・福祉機器に関する研究に従事。2001年(独)産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門福祉機器グループ配属。日本人間工学会、精密工学会の会員。