エアウェイスコープの開発コンセプトと声門視認

エアウェイスコープ開発は2003年に遡る。第31回日本救急医学会総会・学術集会で“安全かつ確実な気道確保のための新しい装置の開発”と題して、プロトタイプ1を報告した¹⁾。その際、開発コンセプトとして以下の4点を提示した。①気道確保(挿管)をより確実にする。②安全な気道確保をコメディカルスタッフにも可能にする。③挿管対象患者を広げる(頸損患者も対象にする)。④気道確保の客観的な検証を可能にする。そして、それぞれのコンセプトを具体化するために、高い声門視認性を持ち、容易に使用可能であり、頸部伸展不要で、複数者による確認が可能であることなどが新機器に必要な機能であると考えた。以来、4世代のプロトタイプ開発を経て、2006年認可のエアウェイスコープに発展している²⁾(Fig. 1)。従って、エアウェイスコープの高い声門視認性は、開発当初からの最優先機能である。小径charge coupled device (CCD) イメージセンサーをブレード先端に配置することで、十分な明るさと高精細画像を得ることが可能となっており、ブレード先端の喉頭蓋展開板は舌根及び喉頭蓋を押し上げ、観察可能な空間をつくり出す。CCDの光軸はブレードに対して内側に20度傾斜し、気管チューブの挿入方向と前方で交差し、交点にターゲットマークが配置されている。これらの設計はすべて、エアウェイスコープの高い声門視認性を確保するとともに、容易かつ安全に気管挿管が達成できることを目的としている。

気管チューブとCCDの相対的な位置関係は開発当初に議論された。“理論的にはブレード、CCD、気管チューブのすべてが同軸上にあることが気管挿管の確実性という観点から望ましいのではないか”、または、“完全な同軸でなくても同一矢状面内にそれぞれを配置すればよいのではないか”との意見があった。しかし、前者のCCDとチューブの完全同軸の代表例であるファイバースコープ方式では、“器械が大きくなりすぎ、臨床の現場では使いづらいのではないか”、また、後者のようにCCDとチューブを同一矢状面に配置すると、“ブレード先端が厚くなりすぎるのではないか”と推測され、最終的には、CCDとチューブを左右に配置し、従来のマッキントッシュ喉頭鏡に準じて非鏡像

対称の構造になった。

本号の中村ら³⁾による抜管前の声門視認にエアウェイスコープが有効であるという論文は、抜管後の喉頭浮腫が致命的気道閉塞を起こし得るという事実から、抜管前に非侵襲的かつ客観的に喉頭観察を行いたいという麻酔科医の専門的モチベーションに基づいていると理解した。全身麻酔患者10例を対象に、気管チューブ抜去前に、エアウェイスコープを用いて確認を行ったところ、声門の視認率は100%であり、チューブの死角を除いて非常に広い視野で喉頭の確認ができた一方、エアウェイスコープによる確認の前後では、確認後に有意に心拍数、血圧の上昇を認めたと報告している。

エアウェイスコープを用いた声門視認率については、いくつかの報告がある。Asaiらは、100例の外科手術前の全身麻酔後にエアウェイスコープを用いて気管挿管を行ったところ、歯牙損傷の可能性があり途中で挿管を断念した1例を除く99例で、声門を完全に視野に捉えることが可能で、気管挿管を達成できたと報告している⁴⁾。また、Suzukiらはエアウェイスコープを用いて気管挿管を試みた320例の臨床報告をしている。それによると、マッキントッシュ喉頭鏡ではCormack Lehane分類でグレード3ないし4であった46例で、エアウェイスコープの使用により、45例がグレード1に、1例がグレード2aに改善し、結果的に96%が一回目の手技によって気管挿管に成功し、残る4%も二回目で気管挿管が達成されている⁵⁾。また、マッキントッシュ喉頭鏡では気管挿管が困難な、いわゆる挿管困難症例において、エアウェイスコープを用いることによって声門が視認可能となり、挿管を達成できたという報告もいくつかなされている^{6)~8)}。このように、手術室での気管挿管時のエアウェイスコープの高い声門視認性は既に確実となりつつある。中村らは、この声門視認性を将来的には手術室だけでなく集中治療室や一般病棟でも活用し、結果的に気道合併症の減少を期待していると推察できる。個人的な経験であるが、病棟での気管チューブ入れ替えの際に、あらかじめ新しいチューブをエアウェイスコープに装着し、既に挿入されているチューブ及び喉頭を確認した状態でチューブの入れ替えを行っている。このよう

Fig. 1 Components of the AirWay Scope

Pictures showing components of the AirWay Scope (PENTAX-AWS outside Japan) and its overview. Two AA batteries activate a 2.4-inches full-colored monitor and a charge coupled device (CCD) image sensor with light-emitting diodes (LEDs), both in the main body of the PENTAX-AWS (a). The Intlock (P-Blade outside Japan), made from polycarbonate plastic, is designed to accurately guide a tracheal tube into the glottis (b). The P-Blade and tracheal tube are set within the main body prior to the intubation procedure (c).

にすることで抜管後に気道を見失う危険性や、気道合併症が減少する可能性があると感じている。また、Sadamoriらは、エアウェイスコープを用いれば心臓マッサージを中断することなく気管挿管が可能であると報告しており⁹⁾、エアウェイスコープの応用範囲は、手術室から集中治療室、病棟、救急室、院外へと広がっていく可能性が示唆されている。

中村らの研究に敬意を表するとともに、本邦発のエアウェイスコープの有用性が、今後多方面で医学的根拠をもって証明され、気道確保はもちろん、結果的に救命処置の一助になることを願ってやまない。そして、既に多く寄せられている小児用ブレードの開発や本体のスリム化などの希望に早急に答えていくことも、開発者の責務であると考えている。

小山 淳一

伊那中央病院脳神経外科

(〒396-8555 長野県伊那市小四郎久保1313番地1)

Development concepts of PENTAX-AWS and glottis visualization

Key words: ① development concepts, ② PENTAX-AWS, ③ glottis visualization

Jun-ichi Koyama

Department of Neurosurgery, Ina Central Hospital
1313-1 Koshirokubo, Ina, Nagano 396-8555, Japan

J Jpn Soc Intensive Care Med. 2009;16:11~12.

文 献

- 1) 小山淳一, 高砂浩史, 岩下具美, 他. 救急時の気道確保を支援する装置の開発 —エアウェイスコープ/プロトタイプ1—. 日臨救医誌. 2005;8:341-2.
- 2) Koyama J, Aoyama T, Kusano Y, et al. Description and first clinical application of AirWay Scope for tracheal intubation. J Neurosurg Anesthesiol. 2006;18:247-50.
- 3) 中村隆治, 楠 真二, 河本昌志. エアウェイスコープで抜管前の声門視認が可能か? 日集中医誌. 2009;16:77-8.
- 4) Asai T, Enomoto Y, Shimizu K, et al. The PENTAX-AWS video-laryngoscope: the first experience in one hundred patients. Anesth Analg. 2008;106:257-9.
- 5) Suzuki A, Toyama Y, Katsumi N, et al. The PENTAX-AWS rigid indirect video laryngoscope: clinical assessment of performance in 320 cases. Anaesthesia. 2008;63:641-7.
- 6) 鈴木昭広, 林 大, 国沢卓之, 他. エアウェイスコープで挿管し得たCormack分類4度の挿管困難2症例. 臨麻. 2007;31:853-6.
- 7) 鈴木昭広, 黒澤 温, 国沢卓之, 他. エアウェイスコープとスタイレットスコープで気道確保を行った巨大甲状腺腫瘍の1例. 臨麻. 2007;31:43-7.
- 8) 上嶋浩順, 浅井 隆, 新宮 興, 他. エアウェイスコープにブジーを併用し気管挿管が可能であった症例. 麻酔. 2008;57:82-4.
- 9) Sadamori T, Kusunoki S, Ishida M, et al. Video laryngoscopy for emergency tracheal intubation during chest compression. Resuscitation. 2008;77:155-6.

受付日2008年 6 月16日
採択日2008年 6 月27日