総説**REVIEW ARTICLE****保険収載のレーザー治療**小中 千守^{1,2,3}¹ 日本レーザー医学会 社会保険委員会² 化学療法研究会 化学療法研究所附属病院³ 国際医療福祉大学

(平成 26 年 3 月 17 日受理, 平成 26 年 3 月 19 日掲載決定)

Insurance Covered Laser Treatment

Chimori Konaka

¹ *Social Insurance Committee, Japan Society for Laser Surgery and Medicine*² *Chemotherapy Research Institute, KAKEN Hospital*³ *International University of Health and Welfare*

(Received March 17, 2014, Accepted March 19, 2014)

要 旨

レーザー治療の保険収載に向けた日本レーザー医学会の社会保険委員会のこれまでの取り組みとその経緯について述べる。また、現在、保険収載されているレーザー治療及び機器を表としてまとめ、その詳細について述べる。

キーワード : レーザー治療, 保険収載

Abstract

The past activities of Social Insurance Committee of the Japan Society for Laser Surgery and Medicine for obtaining the insurance coverage of laser treatment were described. And, the present insurance coverage for laser treatment and those laser devices was listed.

Key words : laser therapy, insurance coverage

1. 日本レーザー医学会の社会保険委員会と レーザー医療への取り組み

日本レーザー医学会は1979年に医用レーザー研究会を母体として設立された。目的とするところは医療応用可能な新規レーザーの開発と使用技術の向上、医療用レーザーの対象となる疾患や新しい診断、治療法の開発、研究にある。

我が国におけるレーザー医療では1980年に炭酸ガスレーザーがレーザーメスとして初めて医療承認を受けて以来、Nd:YAGレーザー、アルゴンレーザーなど様々なレーザーが開発されてきた。それにつれてレーザー医療の保険適用に向けて日本レーザー医学会を中心に活動がなされ、炭酸ガスレーザーの承認から5年目の1985年に治療にレーザーを使用した場合に悪性腫瘍2000点、良性腫瘍500点が初めてレーザー加算という形で保険収載された。その後順調に1994年早期肺がん、表在性悪性胃腫瘍・食道腫瘍、子宮頸部初期がんに対するポルフィマーナトリウムとエキシマダイレーザー及びYAG-OPOレーザーの組み合わせによる光線力学療法が保険収載された。そして1996年には皮膚レーザー照射療法、低出力レーザーによる疼痛緩解、経尿道的レーザー前立腺切除術、子宮頸部上皮内がんのレーザー治療などの保険収載を獲得してきた。

順調に見えたレーザー治療であったが、2002年の診療報酬改定ですべてのレーザー加算が消滅し、手術装置としてのレーザーメスに大きな打撃を被った。これを機にレーザー治療の保険復活に向けて2004年に日本レーザー医学会の社会保険委員会と医用レーザー機器のメーカーで構成する日本医用レーザー協会が合同委員会を発足し、レーザー治療の保険収載を目的とした保険対策委員会を設立し、活動を開始した。初代委員長は日本レーザー医学会理事の小中千守が就任し、委員は渡辺晋一先生、土田敬明先生、臼田実男先生、増田勝紀先生、萩原達雄先生、坂本優先生、田部哲也先生が選ばれ、日本医用レーザー協会からは会長の高柳修平、副会長の伊豆悟、理事の竹内一政、事務局の前田知己が参加した。

2009年に日本レーザー医学会が日本医学会分科会への加盟がみとめられ、外科系学会社会保険委員会連合(外保連)を通じて独自に保険収載の希望を提出することが可能となり、委員会設立から6年目の2010年の診療報酬改定で早期肺がん光線力学療法の適応拡大(その他のもの;進行がんにも適応可)と増点、胃がん、食道がん、子宮頸がんの光線力学療法でも増点、さらに皮膚レーザー照射療法で照射面積拡大に増点などを獲得した。2012年の改定では新規に下甲介粘膜レーザー焼灼術(アレルギー性鼻炎)と気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術が認められ、さらに表在性食道がんと胃がんの光線力学療法の増点を獲得した。そして今年度の改定で新規に悪性脳腫瘍に対する光線力学療法が保険収載され、それなりの実績を示した。その他、保険対策委員会とは別にそれぞれの学会が独自で動き、2012年新規に下肢静脈瘤血管内焼灼術、経尿道的結石除去術、内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術などが保険収載されている。現状の保険収載

されているレーザー治療および機器については次章を参照いただきたい。

今後の保険収載に向けての保険対策委員会としては、外科手術に関するレーザー使用の認可、及び光線力学療法では肺がんでは認められている、より治療効果が高く副作用の少ない半導体レーザーとレザフィリンの組み合わせを食道がん、胃がん、子宮頸部がんにも認められるように努力したいと思う。

2. 保険収載されているレーザー治療及び機器一覧

日本レーザー医学会・医用レーザー機器開発推進委員会(委員長:栗津邦男先生)において、保険収載されているレーザー治療に関する実態を調査することとなり、その結果をTable1、及びTable2にまとめた。表の作成にあたっては、診療報酬点数表からの抜粋に関連通知から注意や条件などの情報を集め、また日本医用レーザー協会に加盟している企業(27社)を対象に調査を行い、承認されている医療機器の情報を集めた。企業への調査では、各社の承認済み医療機器のうち、現在も製造販売されているものと、製造販売は中止されているがまだ市場で使用されている装置に限定し調査した。また製品数の多い企業には代表的な装置に絞っていただいた。

平成26年の医科と歯科の診療報酬点数表からレーザー治療に係るものを抜粋しまとめた(Table1)。Table1には保険診療の[区分]と[名称]、[保険点数]、[留意事項]、そして「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号)から算定方法の該当部分を抜粋し[通知]とし、さらに該当の保険診療で使用可能な[特定診療報酬算定医療機器の区分]、またその医療機器の[一般的名称]、そして実際に使用されている[装置名][製造販売元][販売元]、最後に[現況]とし現在も製造販売されている装置には○、製造販売は中止されているがまだ市場で使用されている装置には△で区別した。

Table2は全て日本医用レーザー協会加盟企業から収集した情報をベースに作成した。各社から情報提供された機器に関し波長順に(短→長)並べた。波長193nmのエキシマレーザーから波長10,600nmの炭酸ガスレーザーまで、幅広い範囲の波長が医療応用され、実際に使用されていることがわかる。

Table2中の項目は[波長][レーザーの種類][販売名][製造販売会社][販売会社]そして[承認年月日]と[承認番号]。[波長]は複数の波長を発振できる装置は代表的な波長を[波長①]に、その他を[波長②]に記載した。ご存知の通り医療機器は改良が加えられていくのが常であり、ここにも一変申請されている装置が多くあるが、承認日は最初のモデルが承認された日とした。また[使用目的及び効能・効果]の項には、承認書に記載されている文言をそのまま記載した。[現況]は先の説明の通り、[保険]にはその装置で可能な保険診療を、Table1で振った一連の番号を記載した。

今回この表を作成するにあたりご協力いただいた日本医用レーザー協会の会員会社の一覧をTable3とした。

3. まとめ

これからの日本のレーザー医療をさらに活性化し一般化するには、日本レーザー医学会が中心となって医療関係者だけでなく広く一般社会に向けて啓蒙活動が必要であり、それには日本の医療の基本である保険適用の獲得は欠かせないものと考え、これからも学会と工業会が協力して地道な活動を続けていくことが必要かと思われる。

利益相反の開示

利益相反なし。

著者紹介

小中 千守 (Chimori Konaka)

東京医科大学卒，同大学院修了，医学博士，前王立カロリンスカ研究所 研究員，前東京医科大学 第一外科 助教授，前 (財) 化学療法研究会研究所 所長，埼玉医科大学 呼吸器外科 非常勤講師，日本呼吸器学会 認定医，呼吸器外科 専門医・指導医，日本外科学会 指導医，細胞診専門医，気管支鏡専門医・指導医，日本レーザー

医学会理事，米国胸部疾患学会会員，日本がん治療認定医機構暫定認定医，日本外科系連合学会 Fellow，The Best Doctor in Japan 2004-2005。東京医科大学で長年にわたって呼吸器外科診療に従事。特に肺がん治療を得意としており，診療から治療までを迅速に行うことをモットーに，肺がん，気胸，縦隔腫瘍を中心に診療。気管支鏡専門医，細胞診専門医として診断を行い，呼吸器外科指導医としては現在まで 2,000 例以上の肺がん手術を執刀。1980 年より全国に先駆けて胸腔鏡を用いた診断・治療を行い，肺がんに対しても，胸腔鏡を用いたより侵襲の少ない手術を実施。自然気胸に対する胸腔鏡手術の経験も豊富。また肺がんの化学療法にも力を入れており，呼吸器疾患における最新の診断・治療の実施をめざしている。平成 25 年 3 月まで化学療法研究所の所長も兼務。同研究所が平成 17 年 3 月に国際医療福祉大学の臨床医学研究センターとして指定を受けてから，各種がんの診断と，治療としてのがん化学療法に主眼を置いた研究に取り組んでいる。

Table1 Laser devices arranged in the order of insurance classification

*1 現況：○＝現在販売中、△＝まだ市場で使用されているが販売終了済。
(注) 日本医用レーザー協会加盟企業を対象とした調査による。

番号	区分	名 称	保険点数	留意事項	通知 (平成 26 年 3 月 5 日保医発 0305 第 3 号)	特定診療報酬算定 医療機器の区分	一般的名称	装置名	製造販売元	販売元	現況 ^{*1}
①	J054-2	皮膚レーザー照射療法（一連につき）	2,170 点	3 歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、所定点数に 2,000 点を加算する。	(1) 皮膚レーザー照射療法は、単なる美容を目的とした場合は算定できない。 (2)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね 3 月間にわたり行われるものをいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1 回のみ所定点数を算定する。 (3) 皮膚レーザー照射療法を開始した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前回の一連の治療の開始日を記載する。 (4)「1」の色素レーザー照射療法は、単純性血管腫、莓状血管腫又は毛細血管拡張症に対して行った場合に算定する。 (5)「2」の Q スイッチ付レーザー照射療法は、Q スイッチ付ルビーレーザー照射療法、ルビーレーザー照射療法、Q スイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法をいう。 (6) Q スイッチ付レーザー照射療法は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。また、各部位において、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定する。 (7) Q スイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った場合に算定できる。なお、一連の治療が終了した太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に対して再度当該療法を行う場合には、同一部位に対して初回治療を含め 5 回を限度として算定する。 (8) 扁平母斑等に対しては、同一部位に対して初回を含め 2 回を限度として算定する。 (9) Q スイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症等に対して行った場合に算定できる。なお、扁平母斑にあっては算定できない。	皮膚レーザー照射装置（Ⅰ）	色素レーザ	NIIC レーザリ－ MODEL DO101	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	○
		PhotoGenica V						サイノシュア－株式会社		△	
②		2 Q スイッチ付レーザー照射療法 イ 4 平方センチメートル未満 ロ 4 平方センチメートル以上 16 平方センチメートル未満 ハ 16 平方センチメートル以上 64 平方センチメートル未満 ニ 64 平方センチメートル以上	2,000 点 2,370 点 2,900 点 3,950 点			皮膚レーザー照射装置（Ⅱ）	ルビーレーザ アレキサンドライトレーザ	皮膚の単純性血管腫治療レーザー装置 SPTL シリーズモデル：SPTL-1b	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	△
		皮膚良性血管病変治療用レーザー装置 Vbeam	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	○						
								皮膚良性色素性疾患治療用レーザー装置 ALEX Lazr	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	○
		The Ruby nano_Q	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	○						
								ザ・ルビー Z1	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	○
		Q-SW ルビーレーザ－ MODEL IB101	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	○						
③	J119-3	低出力レーザー照射（1 日につき）	35 点		(1) 筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を行った場合に、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず 1 日につき所定点数を算定する。 (2) 同一患者につき同一日において、低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。 (3) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る薬剤料又は特定保険医療材料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。）については、低出力レーザー照射の費用は算定できない。	レーザ治療器	ヘリウム・ネオンレーザ治療器 半導体レーザ治療器	メディレーザソフト 1000 他	パナソニックヘルスケア株式会社	パナソニックヘルスケア株式会社	△
		ソフトレーザリ－ MODEL JQ305						日本赤外線工業株式会社	ミナト医科学株式会社	△	
								ヘリウム・ネオン レーザ－ベルビ－ム	タカラベルモント株式会社	タカラベルモント株式会社	△
		ソフトレーザリ－ MODEL JQ310	株式会社ニーク	ミナト医科学株式会社	△						
								ソフトレーザリ－ MODEL JQ-W1	澁谷工業株式会社	ミナト医科学株式会社	○
④	K169	頭蓋内腫瘍摘出術 1 松果体部腫瘍 2 その他のもの 注2)原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラボルフィンナトリウムを投与した患者に対し PDT 半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、 10,000 点 を所定点数に加算する。	158,100 点 132,130 点					PD レーザ BT	パナソニックヘルスケア株式会社	パナソニックヘルスケア株式会社	○
⑤	K254	治療的角膜切除術 1 エキシマレーザによるもの(角膜ジストロフィーまたは帯状角膜変性に係るものに限る) 注)手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。	10,000 点					エキシマレーザ－角膜手術装置 EC-5000	株式会社ニデック		△
		エキシマレーザ－角膜手術装置 EC-5000CXⅢ						株式会社ニデック		○	
⑥	K259	角膜移植術 注)レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に 5,500 点を加算する。	54,800 点		(1)角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。 (2)角膜を移植する場合においては、平成 12 年 1 月 7 日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第 25 号)、平成 12 年 1 月 7 日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第 26 号)を遵守している場合に限り算定する。 (3)眼科用レーザ角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、レーザー使用加算を併せて算定する。		眼科用レーザ角膜手術装置				
⑦	K270	虹彩光凝固術	6,620 点			眼科用光凝固装置	眼科用レーザ光凝固装置 眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置	ウルティマ200SE アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス2000 アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス オムニ マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス ヴェルディ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								エリート グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバススペクトラ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								ノーバスヴァリア マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								Vision One マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								Valon マルチスボットレーザ光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								エピック オフサルミック レーザ	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								オーラ オフサルミック ヤグレーザ	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								セレクトα デュエット	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								Aura オフサルミクックヤグレーザ	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								セレクトα オフサルミック レーザシステム	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								マルチカラーレーザ光凝固装置 MC-7000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザ光凝固装置 GYC-2000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザ光凝固装置 GYC-1000	株式会社ニデック		○
								マルチカラーレーザ光凝固装置 MC-300	株式会社ニデック		△
								マルチカラーレーザ光凝固装置 MC-500	株式会社ニデック		○
								半導体レーザ光凝固装置 DC-3300	株式会社ニデック		△

*1 現況：○＝現在販売中、△＝まだ市場で使用されているが販売終了済。
(注) 日本医用レーザー協会加盟企業を対象とした調査による。

番号	区分	名 称	保険点数	留意事項	通知 (平成 26 年 3 月 5 日保医発 0305 第 3 号)	特定診療報酬算定 医療機器の区分	一般的名称	装置名	製造販売元	販売元	現況 ^{*1}
⑧	K271	毛様体光凝固術	4,670 点			眼科用光凝固装置	眼科用レーザー光凝固装置 眼科用レーザー光凝固・パルスレーザー手術装置	マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-7000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザー光凝固装置 GYC-2000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザー光凝固装置 GYC-1000	株式会社ニデック		○
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-300	株式会社ニデック		△
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-500	株式会社ニデック		○
								半導体レーザー光凝固装置 DC-3300	株式会社ニデック		△
								エリート グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバススペクトラ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								ノーバスヴァリア マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
⑨	K273	隅角光凝固術	8,970 点			眼科用光凝固装置	眼科用レーザー光凝固装置 眼科用レーザー光凝固・パルスレーザー手術装置	ウルティマ200SE アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス2000 アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス オムニ マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス ヴェルディ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								エリート グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバススペクトラ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								ノーバスヴァリア マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								Vision One マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								Valon マルチスポットレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								セレクト デュエット	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								セレクト オフサルミック レーザシステム	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-7000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザー光凝固装置 GYC-2000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザー光凝固装置 GYC-1000	株式会社ニデック		○
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-300	株式会社ニデック		△
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-500	株式会社ニデック		○
								半導体レーザー光凝固装置 DC-3300	株式会社ニデック		△
⑩	K276	網膜光凝固術 1. 通常のもの (一連につき) 2. その他特殊なもの (一連につき)	10,020 点 15,960 点		(1)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (2)「2」その他特殊なものとは、網膜剥離裂孔、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類嚢胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。	眼科用光凝固装置	眼科用レーザー光凝固装置 眼科用レーザー光凝固・パルスレーザー手術装置	ウルティマ200SE アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス2000 アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス オムニ マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバス ヴェルディ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								エリート グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								ノーバススペクトラ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								ノーバスヴァリア マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								Vision One マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								Valon マルチスポットレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-7000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザー光凝固装置 GYC-2000	株式会社ニデック		△
								グリーンレーザー光凝固装置 GYC-1000	株式会社ニデック		○
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-300	株式会社ニデック		△
								マルチカラーレーザー光凝固装置 MC-500	株式会社ニデック		○
								半導体レーザー光凝固装置 DC-3300	株式会社ニデック		△
⑪	K282-2	後発白内障手術	1,380 点		後発白内障切開術（観血的）は当該区分に準じて算定する。	眼科用レーザー手術装置	眼科用パルスレーザー手術装置 眼科用レーザー光凝固・パルスレーザー手術装置	エピック オフサルミック レーザー	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								オーラ オフサルミック ヤグレーザー	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								セレクト デュエット	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	△
								Aura オフサルミクックヤグレーザ	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								セレクト オフサルミック レーザシステム	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								眼科用ヤグレーザ手術装置	株式会社ニデック		○
⑫	K331-3	下甲介粘膜レーザー焼灼術 (両側)	2,910 点					ダイオードレーザ	飛鳥メディカル株式会社	飛鳥メディカル株式会社	○
								エスレーザー ESPRIT	有限会社エル・アイ・ビー	株式会社ジェイメック	○
								ニーク レーザリー IS502	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	○
								ニーク レーザリー 15Z	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	○
								ニーク レーザリー 20Z	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	○
								オサダユニサージ 30	長田電機工業 (株)		○
								オサダライトサージスクエア 5	長田電機工業 (株)		○
								炭酸ガスレーザー手術装置 COL-1040	株式会社ニデック		△
								炭酸ガスレーザー手術装置 COL-1015	株式会社ニデック		○
⑬	K510-2	光線力学療法 1 早期肺がん(0 期または 1 期に限る)に対するもの 2 その他のもの	8,710 点 8,710 点		光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー (波長 630 nm) 及び YAG-OPO レーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。	レーザー手術装置 (Ⅱ)	PDT エキシマレーザー PDT 半導体レーザー	PD レーザ	パナソニックヘルスケア株式会社	パナソニックヘルスケア株式会社	○
								エキシマダイレーザー PDT EDL-1	浜松ホトニクス株式会社		△
								エキシマダイレーザー PDT EDL-2	浜松ホトニクス株式会社		△
⑭	K510-3	気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術	8,710 点					ドルニエ Medilas Fibertom 8100	ドルニエメドテックジャパン株式会社	ドルニエメドテックジャパン株式会社	○

＊1 現況：○＝現在販売中、△＝まだ市場で使用されているが販売終了済。
(注) 日本医用レーザー協会加盟企業を対象とした調査による。

番号	区分	名 称	保険点数	留意事項	通知 (平成 26 年 3 月 5 日保医発 0305 第 3 号)	特定診療報酬算定 医療機器の区分	一般的名称	装置名	製造販売元	販売元	現況 ^{*1}
⑮	K526-3	内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法	11,490 点		内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630 nm) 及びYAG-OPOLレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。	レーザー手術装置(Ⅱ)	PDT エキシマレーザー	エキシマダイレーザ PDT EDL-1	浜松ホトニクス株式会社		△
								エキシマダイレーザ PDT EDL-2	浜松ホトニクス株式会社		△
⑯	K548	経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 2 エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの	24,500 点	手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。	(1) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあつては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。 ア 過去の実施時期 イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキシマレーザー血管形成用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数 ウ 今回、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)を実施する理由及び医学的根拠 (2) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本冠動脈外科学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会及び日本糖尿病学会の承認を受けた「安定冠動脈疾患における待機的PCIのガイドライン(2011年改訂版)」、「虚血性心疾患に対するバイパスグラフトと手術術式の選択ガイドライン(2011年改訂版)」と両ガイドラインに記載された「PCI/CABGの適応に関するガイドライン(安定冠動脈疾患に対する冠血行再建術(PCI/CABG：ステートメント&適応(冠動脈血行再建術適応協議会)」及び「非S T上昇型急性冠症候群の診療に関するガイドライン(2012年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。						
⑰	K599-5	経静脈電極除去術(レーザーシースを用いるもの)	28,600 点	手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。	当該手術の実施にあたっては、関連学会の定める実施基準に準じること。						
⑱	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	14,360 点	手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。	所定の研修を終了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。	レーザー手術装置(Ⅳ)	ダイオードレーザ	ELVeS レーザー	株式会社インテグラル	株式会社インテグラル	○
⑲	K653-4	内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法	6,460 点		(1) 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630 nm) 及びYAG-OPOLレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。 (2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。	レーザー手術装置(Ⅱ)	PDT エキシマレーザー	エキシマダイレーザ PDT EDL-1	浜松ホトニクス株式会社		△
								エキシマダイレーザ PDT EDL-2	浜松ホトニクス株式会社		△
⑳	K781	経尿道的尿路結石除去術 1 レーザによるもの	22,270 点		経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破碎し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、碎石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、区分番号「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。	レーザー手術装置(Ⅲ)	体内挿入式レーザ結石破碎装置 色素レーザ ホルミウム・ヤグレーザ パルスホルミウム・ヤグレーザ 色素・アレキサンドライトレーザ	バーサパルス セレクト 80W	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								バーサパルス セレクト 30W	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								バーサパルスパワースイート	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								バーサパルス セレクト 80：100	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
	K841-2	経尿道的レーザー前立腺切除術									
㉑		1 ホルミウムレーザーを用いるもの	20,470 点		(1) 経尿道的レーザー前立腺切除術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。 (2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。	レーザー手術装置(Ⅰ)	ホルミウム・ヤグレーザ パルスホルミウム・ヤグレーザ	バーサパルス セレクト 80W	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								バーサパルス セレクト 30W	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								バーサパルスパワースイート	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								バーサパルス セレクト 80：100	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	○
								NiIC ホルミウムヤグレーザー IH102	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	○
㉒		2 その他のもの	19,000 点			レーザー手術装置(Ⅰ)	炭酸ガスレーザ ネオジミウム・ヤグレーザ エキシマレーザ 色素レーザ ネオジミウム・ヤグレーザ倍周波数レーザ 一酸化炭素レーザ エルビウム・ヤグレーザ アルゴン・クリプトンレーザ ルビーレーザ 銅蒸気レーザ 色素・アレキサンドライトレーザ クリプトンレーザ ダイオードレーザ ヘリウム・カドミウムレーザ KTP レーザ	ベルレーザ	タカラメディカル株式会社	タカラベルmont株式会社	○
								ベル・ラクサー CO ₂ スーパーパルス レーザ	タカラベルmont株式会社	タカラベルmont株式会社	△
								レザウィンCH S	株式会社モリタ製作所		△
								ベル・ラクサー CO ₂ レーザー・セレクト	株式会社ベルmont	タカラベルmont株式会社	△
								ベル・ラクサー CO ₂ レーザー	株式会社ベルmont	タカラベルmont株式会社	△
㉓	K867-4	子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌 レーザー照射治療	3,330 点					ドルニエ Medilas Fibertom 8100	ドルニエメドテックジャパン株式会社	ドルニエメドテックジャパン株式会社	○
㉔	K872-5	子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法	8,450 点		子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630 nm) 及びYAG-OPOLレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。	レーザー手術装置(Ⅱ)	PDT エキシマレーザー	エキシマダイレーザ PDT EDL-1	浜松ホトニクス株式会社		△
								エキシマダイレーザ PDT EDL-2	浜松ホトニクス株式会社		△
㉕	K910-2	内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術	40,000 点		内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術は双胎間輸血症候群と診断された患者に対し、双胎間輸血症候群の十分な経験を有する医師の下で行われた場合に算定する。			ドルニエ Medilas Fibertom 8100	ドルニエメドテックジャパン株式会社	ドルニエメドテックジャパン株式会社	○

*1 現況：○＝現在販売中、△＝まだ市場で使用されているが販売終了済。
(注) 日本医用レーザー協会加盟企業を対象とした調査による。

番号	区分	名 称	保険点数	留意事項	通知 (平成 26 年 3 月 5 日保医発 0305 第 3 号)	特定診療報酬算定 医療機器の区分	一般的名称	装置名	製造販売元	販売元	現況 ^{*1}
㉔	J063	歯周外科手術 (1 歯につき) 4 歯肉剥離掻爬手術 5 歯周組織再生誘導手術 イ 1 次手術 (吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) ロ 2 次手術 (非吸収性膜の除去) 注5)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算として、 60点 を所定点数に加算する。	630 点		(12)「注 5」に規定する加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支) 局長に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面の歯石除去を行うことが可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。	歯石除去用レーザー	エルビウム・ヤグレーザ	デントライト 30	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	△
			840 点					アーウィン アドベール	株式会社モリタ製作所		○
			380 点					アーウィン	HOYA 株式会社		△
								デントライト	HOYA 株式会社		△
㉔	M001	歯冠形成 (1 歯につき) 3 窩洞形成 イ 単純なもの ロ 複雑なもの 注7) 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、 40点 を所定点数に加算する。	60 点 86 点		(11)「注 7」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支) 局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能な「う蝕除去・窩洞形成レーザー」による照射をいう。 (12)「注 7」の加算とは、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯の充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものをいい、エアータービン等切削器具を用いた場合は算定できない。	う蝕除去・窩洞形成用レーザー	エルビウム・ヤグレーザ 罹患象牙質除去機能付レーザー	デントライト 30	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	△
								トパル	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	△
								アーウィン アドベール	株式会社モリタ製作所		○
								オサダエルファイン 400	長田電機工業 (株)		○
								アーウィン	HOYA 株式会社		△
								デントライト	HOYA 株式会社		△
㉔	M001-2	う蝕歯即時充填形成 (1 歯につき) 注1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的にう蝕歯即時充填形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、 40点 を所定点数に加算する。	126 点		(4)「注 1」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支) 局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能な「う蝕除去・窩洞形成レーザー」による照射をいう。 (5)「注 1」の加算とは、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯のう蝕歯即時充填形成のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものをいい、エアータービン等切削器具を用いた場合は算定できない。	う蝕除去・窩洞形成用レーザー	エルビウム・ヤグレーザ 罹患象牙質除去機能付レーザー	デントライト 30	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	△
								トパル	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	△
								アーウィン アドベール	株式会社モリタ製作所		○
								アーウィン	HOYA 株式会社		△
								デントライト	HOYA 株式会社		△

Table2 Laser devices arranged in the order of wavelength

*1 現況：○＝現在販売中、△＝まだ市場で使用されているが販売終了済。*2 保険：保険シートの同番号の治療で使用可能
(注) 日本医用レーザー協会加盟企業を対象とした調査による。

番号	波長① (nm)	波長② (nm)	レーザの種類	販 売 名	製造販売会社	販売会社	承認年月日	承認番号	使用目的及び効能・効果	現況 ^{*1}	保険 ^{*2}
1	193		エキシマレーザー	エキシマレーザー角膜手術装置 EC-5000	株式会社ニデック		平成10年4月24日	21000BZZ00271000	1.使用目的 (1)角膜屈折矯正術 (PRK)：近視及び近視性乱視の矯正。 (2)治療的角膜切除術 (PTK)：角膜表層の病変部の切除。 (3)レーザー角膜内切削形成術 (LASIK)：近視及び近視性乱視、遠視及び遠視性乱視の矯正。 2.効能又は効果 (1)角膜屈折矯正術 (PRK)：屈折度の安定した近視又は近視性乱視の低減若しくは矯正。年齢は20歳以上、屈折度の上限は等価球面值で10.0Dとする。 (2)レーザー角膜内切削形成術 (LASIK) ①近視及び近視性乱視の矯正：PRKと同じ ②遠視及び遠視性乱視の矯正：屈折度の安定した遠視又は遠視性乱視の低減若しくは矯正。年齢は21歳以上、屈折度の上限は等価球面值で5.0D、球面度数が+5.0D、円柱度数が+2.0Dとする。	△	⑤
2	193		エキシマレーザー	エキシマレーザー角膜手術装置 EC-5000CX III	株式会社ニデック		平成19年10月1日	21900BZX00810000	1.使用目的 (1)角膜屈折矯正術 (PRK)：近視及び近視性乱視の矯正。 (2)治療的角膜切除術 (PTK)：角膜表層の病変部の切除。 (3)レーザー角膜内切削形成術 (LASIK)：近視及び近視性乱視、遠視及び遠視性乱視の矯正。 2.効能又は効果 (1)角膜屈折矯正術 (PRK)：屈折度の安定した近視又は近視性乱視の低減若しくは矯正。年齢は20歳以上、屈折度の上限は等価球面值で10.0Dとする。 (2)レーザー角膜内切削形成術 (LASIK) ①近視及び近視性乱視の矯正：PRKと同じ ②遠視及び遠視性乱視の矯正：屈折度の安定した遠視又は遠視性乱視の低減若しくは矯正。年齢は21歳以上、屈折度の上限は等価球面值で5.0D、球面度数が+5.0D、円柱度数が+2.0Dとする。	○	⑤
3	488	514	アルゴンレーザ	ウルティマ200 SE アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成7年12月4日	20700BZY01122000	虹彩切除術、虹彩形成術及び閉塞隅角緑内障と開放隅角緑内障における線維柱体形成術、網膜光凝固術、汎網膜光凝固術等における眼内組織の止血、凝固及び蒸散に用いる。	△	⑦／⑨／⑩
4	488	514	アルゴンレーザ	ノーバス2000 アルゴンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成7年12月4日	20700BZY01152000	眼底又は眼球内に生じた病変部位の凝固に用いる。	△	⑦／⑨／⑩
5	520.8	530.9/568.2/647.1	クリプトンイオンレーザ	マルチカラーレーザ光凝固装置 MC-7000	株式会社ニデック		平成21年11月20日	22100BZX01056000	眼科用（主として眼底疾患の）光凝固。	△	⑦／⑧／⑨／⑩
6	521	531/568/647	クリプトンイオンレーザ	ノーバス オムニ マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成7年12月4日	20700BZY01153000	光彩切除術、光彩形成術及び閉塞隅角緑内障と開放隅角緑内障における線維柱体形成術、網膜光凝固術、汎網膜光凝固術等における眼内組織の止血、凝固及び蒸散に用いる。	△	⑦／⑨／⑩
7	532		DPSS レーザ	グリーンレーザ光凝固装置 GYC-2000	株式会社ニデック		平成21年11月20日	22100BZX01057000	眼科用（主として眼底疾患の）光凝固。	△	⑦／⑧／⑨／⑩
8	532		DPSS レーザ	グリーンレーザ光凝固装置 GYC-1000	株式会社ニデック		平成21年11月20日	22100BZX01054000	眼科用（主として眼底疾患の）光凝固。	○	⑦／⑧／⑨／⑩
9	532	561/659	DPSS レーザ	マルチカラーレーザ光凝固装置 MC-300	株式会社ニデック		平成21年11月20日	22100BZX01055000	眼科用（主として眼底疾患の）光凝固。	△	⑦／⑧／⑨／⑩
10	532		DPSS レーザ	エリート グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成20年12月3日	22000BZX01635000	眼科における眼底疾患や緑内障等の眼疾患の治療	△	⑦／⑧／⑨／⑩
11	532		DPSS レーザ	ノーバスペクトラ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成20年12月3日	22000BZX01636000	眼底における眼底疾患や緑内障等の眼疾患の治療	○	⑦／⑧／⑨／⑩
12	532	561/659	DPSS レーザ	ノーバスヴァリア マルチカラーレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成20年12月3日	22000BZX01637000	眼科における眼底疾患や緑内障等の眼疾患の治療	○	⑦／⑧／⑨／⑩
13	532	577/659	DPSS レーザ	Vision One マルチカラーレーザ光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成24年9月26日	22400BZX00352000	レーザの熱作用を利用して、網膜、虹彩、毛様体、又は隅角光凝固術による眼疾患の治療を行う。	○	⑦／⑨／⑩
14	532		DPSS レーザ	Valon マルチスポットレーザ光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成24年9月26日	22400BZX00353000	レーザの熱作用を利用して、眼疾患の治療に用いる。網膜・虹彩・毛様体・隅角の光凝固術等に用いる。	○	⑦／⑨／⑩
15	532	577/647	DPSS レーザ、OPSL、半導体レーザ	マルチカラーレーザ光凝固装置 MC-500	株式会社ニデック		平成21年3月9日	22100BZX00215000	レーザの熱作用を利用して、網膜、虹彩、毛様体、又は隅角光凝固術による眼疾患の治療を行う。	○	⑦／⑧／⑨／⑩
16	532	1064	KTP レーザ	KTP/YAG レーザ手術装置	HOYA 株式会社		平成3年11月15日	20300BZY01027000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
17	532		KTP レーザ	KTP レーザー手術装置 DL	HOYA 株式会社		平成9年6月3日	20900BZY00407000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
18	532		KTP レーザ	ノーバス ヴェルディ グリーンレーザー光凝固装置	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成11年9月17日	21100BZY00546000	眼科において、眼底疾患（網膜剥離等）や緑内障などの眼疾患の治療に用いる。	△	⑦／⑨／⑩
19	585	±5	色素レーザ	皮膚の単純性血管腫治療レーザー装置 SPTL シリーズ モデル：SPTL-1b	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	平成4年8月7日	20400BZY00807000	皮膚の単純性血管腫の治療	△	①
20	585		色素レーザ	PhotoGenica V	サイノシュアー株式会社		平成8年9月17日	20800BZY00699000	良性皮膚血管病変（単純性血管腫、莓状血管腫、毛細血管拡張症、クモ状血管腫、その他）の治療	△	①
21	590		色素レーザ	NIIC レーザリー MODEL DO101	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	平成2年11月14日	20200BZZ01385000	母斑、特に皮膚表在性疾患である単純性血管腫の治療	○	①
22	595	±5	色素レーザ	皮膚良性血管病変治療用 レーザー装置 Vbeam	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	平成22年4月21日	22200BZY00002000	皮膚良性血管病変（単純性血管腫、莓状血管腫、毛細血管拡張症）の治療	○	①
23	630		エキシマダイレーザ	エキシマダイレーザ PDT EDL-1	浜松ホトニクス株式会社		平成6年10月12日	20600BZZ01015000	手術等の他の根治的治療が不可能な場合、あるいは、肺又は子宮頸部の機能温存が必要な患者に他の治療法が使用できない場合で、かつ、内視鏡的に病巣全容が観察でき、レーザー光照射が可能な下記疾患。 早期肺癌（病期0期又は病期Ⅰ期肺癌） 表在型食道癌 表在型早期胃癌 子宮頸部初期癌及び異形成	△	⑬／⑮／⑰／⑳
24	630		エキシマダイレーザ	エキシマダイレーザ PDT EDL-2	浜松ホトニクス株式会社		平成10年12月28日	21000BZZ00724000	手術等の他の根治的治療が不可能な場合、あるいは、肺又は子宮頸部の機能温存が必要な患者に他の治療法が使用できない場合で、かつ、内視鏡的に病巣全容が観察でき、レーザー光照射が可能な下記疾患。 早期肺癌（病期0期又は病期Ⅰ期肺癌） 表在型食道癌 表在型早期胃癌 子宮頸部初期癌及び異形成	△	⑬／⑮／⑰／⑳
25	632.8		ヘリウム・ネオン レーザー	ヘリウム・ネオン レーザー ベルビーム	タカラベルモント株式会社	タカラベルモント株式会社	昭和63年9月9日	(63B) 第 1599 号	歯頸部楔状欠損あるいは歯肉退縮による歯根露出で、冷温水刺激等の外的刺激に反応する象牙質知覚過敏症の緩和。	△	③
26	635		半導体レーザ	メディレーザソフト 1000 他	パナソニックヘルスケア株式会社	パナソニックヘルスケア株式会社	平成10年4月21日	21000BZZ0026600	筋肉・関節の慢性非感染性炎症による疼痛の緩解	△	③

＊1 現況：○＝現在販売中、△＝まだ市場で使用されているが販売終了済。＊2 保険：保険シートの同番号の治療で使用可能
(注) 日本医用レーザー協会加盟企業を対象とした調査による。

番号	波長① (nm)	波長② (nm)	レーザの種類	販 売 名	製造販売会社	販売会社	承認年月日	承認番号	使用目的及び効能・効果	現況 ^{＊1}	保険 ^{＊2}
27	664		半導体レーザ	P Dレーザ	パナソニックヘルスケア株式会社	パナソニックヘルスケア株式会社	平成16年1月7日	21600BZZ00026000	使用目的 本装置は腫瘍親和性光感受性物質を投与した後、レーザ光を照射することによって腫瘍に蓄積した上記物質を活性化させ、腫瘍細胞を死滅させる光線力学的治療 (PDT：Photodynamic Therapy) に使用することを目的としたレーザ装置であり、下記医薬品とあわせて使用するものである。 製造販売元：Meiji Seika ファルマ株式会社 一 般 名：タラボルフィンナトリウム 販 売 名：注射用レザフィリン 100 mg 効能又は効果 外科的切除等の他の根治的治療が不可能な場合、あるいは、肺機能の温存が必要な患者に他の治療法が使用できない場合で、かつ、内視鏡的に病巣全容が観察でき、レーザ光照射が可能な下記疾患。 早期肺癌（病期 0 期又は Ⅰ 期肺癌）	○	⑬
28	664		半導体レーザ	P Dレーザ BT	パナソニックヘルスケア株式会社	パナソニックヘルスケア株式会社	平成25年9月20日	22500BZX00420000	本装置は、光感受性物質タラボルフィンナトリウムを用いた光線力学的療法 (Photodynamic Therapy:PDT) に使用することを目的としたレーザ装置である。 対象疾患：原発性悪性脳腫瘍 (腫瘍摘出手術を施行する場合に限る)	○	④
29	694		ルビーレーザ (Q スイッチ)	The Ruby nano_Q	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	平成23年6月30日	22300BZX00301000	本装置は、色素沈着性母斑や刺青 (いれずみ) などと、正常皮膚の分光特性の差を利用し、ルビーレーザ光がこれらの色素沈着部位に選択的に吸収されることによりこれを破壊し、治療しようとするものである。	○	②
30	694		ルビーレーザ (Q スイッチ)	ザ・ルビー Z1	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	昭和62年2月26日	16200BZZ00173000	本装置は、色素沈着性母斑や刺青 (いれずみ) などと、正常皮膚の分光特性の差を利用し、ルビーレーザ光がこれらの色素沈着部位に選択的に吸収されることによりこれを破壊し、治療しようとするものである。	○	②
31	694		ルビーレーザ (Q スイッチ)	Q-SW ルビーレーザー MODEL IB101	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	平成10年11月9日	21000BZZ00628000	色素性皮膚疾患の治療	○	②
32	755	±20	アレキサンドライトレーザ	皮膚良性色素性疾患治療用レーザ装置 GentleLASE	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	平成15年6月19日	21500BZY00268000	深在性皮膚良性色素性疾患及び外傷性並びに入墨による刺青の治療	○	
33	755	±20	アレキサンドライトレーザ (Q スイッチ)	皮膚良性色素性疾患治療用レーザ装置 ALEX Lazr	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	平成16年2月26日	21600BZY00098000	深在性皮膚良性色素性疾患及び外傷性並びに入墨による刺青の治療	○	②
34	808		半導体レーザ	オサダユニサージ 30	長田電機工業 (株)		平成24年7月3日	22400BZX00234000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	⑫
35	808		半導体レーザ	オサダライトサージスクエア 5	長田電機工業 (株)		平成23年12月6日	22300BZX00449000	耳鼻咽喉科、歯科 (口腔外科) の生体軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	⑫
36	808		半導体レーザ	半導体レーザ光凝固装置 DC-3300	株式会社ニデック		平成21年11月20日	22100BZX01053000	眼科用 (主として眼底疾患の) 光凝固。	△	⑦／⑧／⑨／⑩
37	810		半導体レーザ	オサダライトサージスクエア	長田電機工業 (株)		平成22年4月20日	22200BZX00556000	口腔内の軟組織の止血、切開、凝固及び蒸散	△	
38	810		半導体レーザ	オサダライトサージ 3000	長田電機工業 (株)		平成17年2月4日	20800BZZ00571000	口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
39	810		半導体レーザ	ダイオードレーザ	飛鳥メディカル株式会社	飛鳥メディカル株式会社	平成25年12月6日	22500BZX00520000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	⑫
40	810		半導体レーザ	ソフトレーザリー MODEL JQ310	株式会社ニーク	ミナト医科学株式会社	平成9年6月6日	20900BZZ00498000	筋肉・関節の慢性非感染性炎症による疼痛の緩解	△	③
41	810		半導体レーザ	ソフトレーザリー MODEL JQ-W1	澁谷工業株式会社	ミナト医科学株式会社	平成22年7月30日	22300BZX00158000	筋肉・関節の慢性非感染性炎症による疼痛の緩解	○	③
42	810		半導体レーザ	ソフトレーザリー MODEL JQ305	日本赤外線工業株式会社	ミナト医科学株式会社	平成3年3月30日	20300BZZ00409000	筋肉・関節の慢性非感染性炎症による疼痛の緩解	△	③
43	900		半導体レーザ	トリンブル D	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダクロステック株式会社	平成2年1月	20200BZZ00109000	歯頸部のクサビ状欠損、あるいは歯肉退縮による歯根露出で、冷温水刺激等の外的刺激に反応する知覚過敏症の緩和	○	
44	980		半導体レーザ	ELVeS レーザー	株式会社インテグラル	株式会社インテグラル	平成22年6月14日	22200BZX00660000	本品は、一次性下肢静脈瘤 (血管径 20 mm 以下の大伏在静脈瘤又は小伏在静脈瘤) 患者における伏在静脈本幹の血流遮断に使用する。	○	⑱
45	1060		ネオジミウム・ヤグレーザ	ニーク レーザリー IS502	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	平成21年7月10日	22100BZX0084000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	⑫
46	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ	パワーパルス 1 (EPY-PP1)	株式会社アルテック		平成11年12月15日	21100BZZ00759000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
47	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ	ストリーク STREAKー I	株式会社アルテック	株式会社アブソルート	平成15年10月20日	21500BZZ00607000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
48	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ	ニューアポロニア	株式会社ウイズ・アス	株式会社 DEKA JAPAN	平成10年11月12日	21000BZY00655000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	—
49	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ	レイラ	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	平成14年2月5日	21400BZY00057000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
50	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ	オペレーザー Nd: 2	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	平成10年7月	21000BZZ00359000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
51	1064	±4	ネオジミウム・ヤグレーザ	ヤグレーザ装置 GentleYAG	キャンデラ株式会社	キャンデラ株式会社	平成22年2月4日	21700BZY00062000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
52	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ	ドルニエ Medilas Fibertom 8100	ドルニエドメックジャパン株式会社	ドルニエドメックジャパン株式会社	平成21年10月19日	22100BZX00991000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	⑭／⑳／㉕
53	1064	532	ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	メドライト C6	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	平成22年10月21日	22200BZX00869000	体表面の刺青と肝斑を含む色素性病変の蒸散及び除去	○	
54	1064	532	ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	メドライト C3	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	平成17年7月7日	21700BZY00361000	体表面の刺青と色素性病変の蒸散及び除去	△	
55	1064	532	ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	メドライト	株式会社ジェイメック	株式会社ジェイメック	平成8年11月28日	20800BZG00071000	体表面の刺青と色素性病変の蒸散及び除去	△	
56	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	眼科用ヤグレーザ手術装置	株式会社ニデック		昭和63年7月27日	16300BZZ01256000	眼内患部組織に対する破壊・切断・穿孔・剥離。	○	⑪
57	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	エピック オフサルミック レーザー	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成10年3月24日	21000BZY00201000	眼科において、白内障や緑内障などの眼疾患の治療に用いる。	△	⑦／⑪
58	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	オーラ オフサルミック ヤグレーザー	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成12年6月26日	21200BZY00375000	眼科において白内障や緑内障等の眼疾患の治療に用いる。	△	⑦／⑪
59	1064	532	ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	セレクト デュエット	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成15年6月25日	21500BZY00300000	眼科において白内障や緑内障等の眼疾患の治療に用いる。	△	⑦／⑨／⑪
60	1064		ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	Aura オフサルミクックヤグレーザ	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成21年1月26日	22100BZX00016000	パルスレーザの衝撃波による破壊作用又は / 及び熱作用を利用して、眼疾患の治療に用いる。	○	⑦／⑪
61	1064	532	ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	セレクトア オフサルミック レーザシステム	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成21年12月17日	22100BZX01111000	パルスレーザの衝撃波による破壊作用及び熱作用を利用して、眼疾患の治療に用いる。	○	⑦／⑨／⑪
62	1064	532	ネオジミウム・ヤグレーザ (Q スイッチ)	マイキュア：デュアル	キュテラ株式会社	キュテラ株式会社	平成25年3月29日	22500BZX00163000	体表面の刺青と肝斑を含む色素性病変の蒸散及び除去	○	
63	1470		半導体レーザ	ELVeS レーザー 1470	株式会社インテグラル	株式会社インテグラル	平成26年3月7日	22600BZX00093000	本品は、一次性下肢静脈瘤 (血管径 20 mm 以下の大伏在静脈瘤又は小伏在静脈瘤) 患者における伏在静脈本幹の血流遮断に使用する。	○	保険収載申請中
64	2100		パルスホルミウム・ヤグレーザ	バーサパルス セレクト 80W	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成9年8月25日	20900BZY00766000	生体組織の切開、止血、凝固、蒸散及び尿路の結石破砕術	○	⑳／㉑
65	2100		パルスホルミウム・ヤグレーザ	バーサパルス セレクト 30W	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成10年12月8日	21000BZY00726000	生体組織の切開、止血、凝固、蒸散及び尿路の結石破砕術	○	⑳／㉑
66	2100		パルスホルミウム・ヤグレーザ	バーサパルスパワースイート	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成22年3月4日	22200BZX00225000	本装置は、一般外科治療の際の生体組織の切開、止血、凝固、蒸散及び尿路の結石破砕術に用いる。	○	⑳／㉑
67	2100		パルスホルミウム・ヤグレーザ	NIIC ホルミウムヤグレーザー IH102	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	平成11年10月25日	21100BZZ00653000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	㉑
68	2100	1064	パルスホルミウム・ヤグレーザ/ネオジミウム・ヤグレーザ	バーサパルス セレクト 80：100	株式会社日本ルミナス	株式会社日本ルミナス	平成11年1月25日	21100BZY00047000	生体組織の切開、止血、凝固、蒸散及び尿路の結石破砕術	○	⑳／㉑
69	2940		エルビウム・ヤグレーザ	アーウィン	HOYA 株式会社		平成7年11月22日	20700BZZ01090000	軟組織：切開・止血・凝固・蒸散 硬組織：蒸散 歯周 (主として歯石)：蒸散	△	⑳／㉑／㉒

＊1 現況：○＝現在販売中、△＝まだ市場で使用されているが販売終了済。＊2 保険：保険シートの同番号の治療で使用可能
(注) 日本医用レーザー協会加盟企業を対象とした調査による。

番号	波長① (nm)	波長② (nm)	レーザの種類	販 売 名	製造販売会社	販売会社	承認年月日	承認番号	使用目的及び効能・効果	現況 ^{*1}	保険 ^{*2}
70	2940		エルビウム・ヤグレーザ	デントライト	HOYA 株式会社		平成11年10月8日	21100BZZ00623000	軟組織：切開・止血・凝固・蒸散 硬組織：蒸散 歯周（主として歯石）：蒸散	△	②⑥／②⑦／②⑧
71	2940		エルビウム・ヤグレーザ	オサダエルファイン 400	長田電機工業（株）		平成21年4月9日	21400BZZ00215000	歯科硬組織のアブレーション（飛散）による窩洞形成	○	②⑦
72	2940		エルビウム・ヤグレーザ	アーウィン アドベール	株式会社モリタ製作所		平成15年12月4日	21500BZZ00720000	硬組織疾患：蒸散 歯周疾患：切開、蒸散 軟組織疾患：切開、止血、凝固、蒸散	○	②⑥／②⑦／②⑧
73	2940		エルビウム・ヤグレーザ	デントライト 30	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	平成19年1月	21900BZZ00006000	硬組織：う蝕罹患歯質（エナメル質、象牙質）の蒸散。 軟組織：歯肉組織、歯肉変色および炎症性不良肉芽組織の切開、止血、凝固、蒸散。 歯周（歯石）：明視下における歯肉縁下歯石の蒸散。	△	②⑥／②⑦／②⑧
74	10600		炭酸ガスレーザ	ベル・ラクサー CO ₂ レーザー・セレクト	株式会社ベルumont	タカラベルumont株式会社	平成10年5月22日	21000BZY00311000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	②②
75	10600		炭酸ガスレーザ	ベル・ラクサー CO ₂ レーザー	株式会社ベルumont	タカラベルumont株式会社	平成5年2月9日	05B 輸第 0074 号 20500BZY00074000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	②②
76	10600		炭酸ガスレーザ	スマートサイド	株式会社 DEKA JAPAN	株式会社 DEKA JAPAN	平成24年8月1日	22400BZX00280000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	—
77	10600		炭酸ガスレーザ	炭酸ガスレーザ手術装置 COL-1040	株式会社ニデック		平成9年11月20日	20900BZY00993000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	②②
78	10600		炭酸ガスレーザ	炭酸ガスレーザ手術装置 COL-1015	株式会社ニデック		平成15年10月1日	21500BZZ00550000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	②②
79	10600		炭酸ガスレーザ	レザウィン CH S	株式会社モリタ製作所		平成13年4月13日	21300BZZ00172000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	②②
80	10600		炭酸ガスレーザ	レザウィン II	株式会社モリタ製作所		平成24年9月5日	22400BZX00330000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
81	10600		炭酸ガスレーザ	トバル	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	平成11年10月	21100BZZ00688000	罹患象牙質除去機能付レーザ部：無麻酔下での C2 罹患象牙質の除去（インレー窩洞を除く） 炭酸ガスレーザ部：生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	②⑦／②⑧
82	10600		炭酸ガスレーザ	オペレーター 03S II SP	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	平成13年2月	21300BZZ00063000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
83	10600		炭酸ガスレーザ	ピュア YM レーザー SP	株式会社吉田製作所	クロステック株式会社 株式会社レザック	平成13年2月	21300BZZ00063000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
84	10600		炭酸ガスレーザ	オペレーター Lite	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ	平成14年1月	21400BZZ00009000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
85	10600		炭酸ガスレーザ	ピュア YM レーザー F	株式会社吉田製作所	クロステック株式会社 株式会社レザック	平成14年1月	21400BZZ00009000A01	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
86	10600		炭酸ガスレーザ	オペレーター PRO	株式会社吉田製作所	株式会社ヨシダ クロステック株式会社	平成16年6月	21600BZZ00246000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
87	10600		炭酸ガスレーザ	ニーク レーザリー 15Z	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	平成14年4月2日	21400BZZ00339000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	②②
88	10600		炭酸ガスレーザ	ニーク レーザリー 20Z	澁谷工業株式会社	株式会社エムエムアンドニーク	平成21年4月1日	22100BZX00266000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	②②
89	10600		炭酸ガスレーザ	ベル・ラクサー CO ₂ スーパーパルス レーザー	タカラベルumont株式会社	タカラベルumont株式会社	平成8年8月6日	20800BZY00592000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	②②
90	10600		炭酸ガスレーザ	ベルレーザ	タカラメディカル株式会社	タカラベルumont株式会社	平成17年8月9日	21700BZZ00348000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	②②
91	10600		炭酸ガスレーザ	エスレーザ ESPRIT	有限会社エル・アイ・ビー	株式会社ジェイメック	平成13年4月20日	21300BZZ00188000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	②②
92	10600		炭酸ガスレーザ	アロウー2001	有限会社エル・アイ・ビー	株式会社クロスアローズ	平成13年4月20日	21300BZZ00188A01	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
93	10600		炭酸ガスレーザ	エスレーザ Smart	有限会社エル・アイ・ビー	株式会社ジェイメック	平成23年7月7日	22300BZX00313000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	
94	10600		炭酸ガスレーザ	ジーシーナノレーザ GL-I	株式会社ジーシー	株式会社ジーシー	平成11年3月23日	21100BZZ00206000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
95	10600		炭酸ガスレーザ	ジーシーナノレーザ GL-II	株式会社ジーシー	株式会社ジーシー	平成13年6月1日	21300BZZ00256000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	△	
96	10600		炭酸ガスレーザ	ジーシーナノレーザ GL-III	株式会社ジーシー	株式会社ジーシー	平成19年8月3日	21900BZX00685000	生体組織の切開、止血、凝固及び蒸散	○	

Table3 Member companies of Japan Medical Laser Association

会 社 名	住 所	TEL FAX
飛鳥メディカル株式会社	600-8231 京都市下京区油小路通下魚棚下る油小路町 288	075-342-5477 075-342-5488
株式会社アブソルート	231-0011 神奈川県横浜市中区太田町 6-79	045-228-8885 045-228-8886
株式会社アルテック	405-0024 山梨県山梨市歌田 21	0553-21-8085 0553-21-8086
株式会社インテグラル	141-0021 東京都品川区上大崎 2-25-2	03-6417-0810 03-6417-0853
株式会社エムエムアンドニーク	111-0052 東京都台東区柳橋 1-16-6	03-3865-6575 03-3865-6585
有限会社エル・アイ・ビー	854-0021 長崎県諫早市仲沖町 19-10	0957-23-7016 0957-23-7018
長田電機工業株式会社	141-0031 東京都品川区西五反田 5-17-5	03-3492-7651 03-3492-7793
株式会社オフィールジャパン	330-0854 さいたま市大宮区桜木町 4-384	048-646-4150 048-646-4155
オリンパスメディカルシステムズ株式会社	192-8507 東京都八王子市石川町 2951	042-642-2126 042-642-2307
キャンデラ株式会社	130-0026 東京都墨田区両国 2-9-5	03-3846-0552 03-3846-0553
キュテラ株式会社	150-0031 東京都渋谷区桜丘町 12-10	03-5456-6325 03-5456-2213
サイノシュアー株式会社	113-0024 東京都文京区西片 1-15-15	03-5844-3651 03-5844-3652
株式会社ジーシー	174-8585 東京都板橋区蓮沼町 76-1	03-3965-1291 03-3965-1329
株式会社ジェイメック	113-0034 東京都文京区湯島 3-31-3	03-5688-1803 03-5688-1805
タカラベルモント株式会社	542-0083 大阪市中央区東心斎橋 2-1-1	06-6212-3619 06-6212-3697
株式会社DEKAJAPAN	107-0062 東京都港区南青山 2-21-37	03-6785-2133 03-5785-2166
ドルニエメドテックジャパン株式会社	141-0021 東京都品川区上大崎 3-8-5	03-3280-3994 03-3280-2788
株式会社ニデック	443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜 34-14	0533-67-8901 0533-67-6628
株式会社日本ルミナス	141-0041 東京都品川区大井 1-14-3	03-4431-8300 03-4431-8301
パナソニックヘルスケア株式会社	224-8539 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 600	050-3686-9402 045-939-1992
浜松ホトニクス株式会社	431-3196 静岡県浜松市東区常光町 812	053-435-1560 053-431-0148
HOYA株式会社	196-0012 昭島市つつじが丘 1-1-110	042-500-5848 048-500-5857
ミナト医科学株式会社	650-0047 神戸市中央区港島南町 5-2-10	078-306-3720 078-306-3728
メトラス株式会社	150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-2-11	03-5794-8455 03-5794-8457
株式会社モリタ製作所	612-8213 京都市伏見区東浜南町 680	075-611-2141 075-605-2354
山本光学株式会社	113-0034 東京都文京区湯島 2-1-13	03-3834-1876 03-3834-2136
株式会社吉田製作所	130-8516 東京都墨田区江東橋 1-3-6	03-3631-2158 03-5624-0626