低出力レーザーの臨床効果に関する検討

ー腰痛、膝痛に対する治療効果についてー

Studies on the Effect of Low Energy Laser Irradiation
Therapy -The Effect of Ga-Al-As Diode Laser Therapy for
Low Back Pain and Knee Pain-

石丸圭荘、和辻 直、篠原昭二、北出利勝、行待寿紀
Keisou ISHIMARU, Shoji SHINOHARA, Tadashi WATUJI,
Toshikatsu KITADE, and Toshinori YUKIMATI

明治鍼灸大学 東洋医学教室
Department of Oriental Medicine, Meiji College of Oriental Medicine

Abstract: For the purpose of investigating the clinical effects of low Energy Laser irradiation Therapy for Low back pain and Knee pain, 32 patients (Low back pain: 21 cases and knee pain: 11 cases) and 12 normal volunteers were irradiated.

But 8 cases with low back pain and 11 cases with knee pain were not irradiated as placebo group.

Clinical effects were judged by, ① degree of pressure pain, ② ROM and ③ numerical scale as pain scale and visual analogue scale.

These results suggested that low laser irradiation was clinically useful for pain control.

1. はじめに

低出力レーザーは、無侵襲で苦痛がなく安全性の高い治療法として注目されている。そこで腰痛、膝痛を訴える患者を対象に、従来のペンシル型プローブと異なり、皮膚接着固定式で同時に4ヶ所刺激可能な低出力半導体レーザー（株式会社製作所製 Bio Laser MSL-40）の効果について検討した。

2. 方法

対象：腰痛患者21例（平均年齢27歳）をブラシーボ群8例、照射群13例に分類した。また、膝痛患者（変形性膝関節症）11例（平均年齢65.9歳）も同様にブラシーボ群6例、照射群5例に分類した。次に患者群と比較するために健常者群として腰部照射6例、膝部照射6例、計12例の対照群を設けて検討を行った。

レーザー照射方法：出力30mW、波長780nm 連続波にて4カ所同時に6分間照射を行った。

照射部位：腰痛患者には左右の第2、4腰椎の高さの脊柱起立筋、膝痛患者には患側の内・外側広筋腱移行部、前脛骨筋起始部、驚足部の4カ所とした。

治療効果の判定：①照射前後に圧痛計（木下式）を用いて圧痛kg（痛覚域値）を測定した。②関節可動域Range of Motion:ROMとして腰部前屈指床間距離、腰部後屈角度または膝屈曲角度を比較検討した。③自覚的な症状の変化は、Visual analogue scale:VASを指標として比較した。

3. 結果

レーザー照射による各群の圧痛測定値を比較すると、各部の測定値は各群とも統計的に有意な変化は認めなかった（図1）。しかし、腰部のROMを表す指床間距離は照射群が -2.1 ± 3.3 cm、ブラシーボ群では 0.3 ± 0.7 cm、健常者群では 0.3 ± 0.5 cmと他

図1 圧痛測定値の比較

の群と比較して照射群が有意($P<0.05$)に短縮した(図2)。また後屈角度は、照射群が 5.7 ± 3.4 度であったのに対して、プラシーボ群では 0.4 ± 0.7 度、健常者群では 0.0 ± 0.0 度で照射群が他の群と比較して有意($P<0.05$)に改善した(図3)。一方、膝痛を訴える患者における膝屈曲角度は照射群が 2.0 ± 2.5 度、プラシーボ群では 4.7 ± 4.8 度、健常者群が 1.2 ± 1.3 度で統計的に有意な改善は認められなかった(図4)。次に症状の変化についてみると、腰痛患者の照射前後の痛みの程度の変化をVASで評価した結果、プラシーボ群では $85.9 \pm 16.8\%$ であったのに対して、照射群では $54.2 \pm 30.3\%$ で両群間に有意($P<0.02$)な差を認めた。

また、膝痛患者のVASはプラシーボ群が $55.9 \pm 26.9\%$ であったのに対して、照射群が $38.2 \pm 13.3\%$ で両者間に有意($P<0.02$)な差を認めた。(図5)。また、今回の症例において照射による副作用については1例も訴えがなかった。

4. 考察

圧痛の変化は各群とも有意な差が無く、レーザー照射を行っても各部の圧痛にはほとんど影響が見られなかった。圧痛は、皮膚および筋膜レベルでの Pain Threshold (痛覚域値)を反映するものであるが¹⁾、少なくとも低出力レーザー刺激ではこれらの痛覚域値に変化を与えるものではないようである。しかし、山本²⁾は低出力レーザー刺激で痛覚域値は上昇しナロキソンによって拮抗されると報告し、また、河野³⁾は末梢神経活動が抑制されると報告していることから低出力レーザー照射によって痛覚域値の上昇も期待される。一方鍼

図2 腰部前屈指床間距離の変化

図3 腰部後屈角度の変化

図4 膝関節屈曲角度の変化

通電刺激による痛覚域値の上昇は刺激量すなわち通電量に比例して痛覚域値が上昇することが知られており⁴⁾今後レーザー照射の出力等についての検討の余地がある。

次に、腰部前屈指床間距離、腰部後屈角度等のROMに及ぼす効果についてみると、照射群とプラシーボ群および健常者群の間に有意な改善を認めている。岡本、小幡ら⁵⁾⁶⁾は、傍脊柱起立筋部を中心とした圧痛部に低出力半導体レーザーを照射

することにより運動痛は有意に改善すると報告しており、今回の我々の結果も同様に脊柱起立筋部への4ヶ所同時照射によって脊柱起立筋の筋緊張が緩和し、体幹の前屈、後屈が容易となり、体幹の可動域が改善したものと考えられる。また、同時に自発痛も軽減している。

一方、膝屈曲角度の変化は、照射群とプラシーボ群および健常者群の間に有意な差を認めなかった。これは、対象となった膝痛患者が平均年齢が65.9歳と高齢者であった為に、膝関節の退行性変化が原因で膝屈曲角度に変化を及ぼさなかったものと考えられる。

また、自覚的な症状の変化を示す指標であるVASは、プラシーボ群に対して照射群で有意に改善していることから低出力半導体レーザーの障害局所への照射は、副作用が無かった点からも有用な治療法の一つであると考えられる。

また、従来ペンシル型プローブの1点照射法が一般的であり、皮膚面より照射距離や固定が繁雑であるなどの欠点があったが、今回採用した皮膚接着用プローブ2対を用いることにより照射距離の均一化とプローブの固定が確実に行え、4ヶ所の同時照射が可能となった。

図5 治療直後のVASの変化

5. 結語

Bio Laser MSL-40 を用いて、腰痛・膝痛を訴える患者を対象として、臨床効果について検討し以上の結果を得た。

1. 照射後の圧痛（痛覚域値）には有意な変化を示さなかった。

2. 腰部前屈指床距離、後屈角度は有意に改善した。

3. 痛みの指標であるVASは有意に改善された。

4. レーザー照射にて副作用は1例も認められなかった。

これらの結果から低出力半導体レーザーの照射は臨床的に有用性があることが示唆された。

文 献

- (1) 兵頭正義, 北出利勝: SSP療法, SSP療法研究会, 1989.
- (2) 山本博之, 他: ラットにおける経絡経穴レーザー照射の鎮痛効果, ペインクリニック8(1):12-17, 1987.
- (3) 山下直人, 他: ラット後肢へのホルマリン注入により, 脊髄後角細胞に惹起される活動に対する低出力レーザー照射効果, 日本レーザー医学会誌, 10(3):89-92, 1989.
- (4) 石丸圭荘, 篠原昭二, 他: 鍼およびSSP電極通電刺激が痛覚域値に及ぼす影響, 明治鍼灸医学:6, 61-67, 1990.
- (5) 岡本仁志: 半導体レーザーの腰痛に対する治療効果, 日本温泉気候物理医学会誌, 52(3)131-145, 1988.
- (6) 小幡純一, 他: 腰部変形性脊椎症に対する低出力レーザー療法の効果, 日本レーザー医学会誌10(3)1989.