極限ファイバースコープに向けて
ー心血管インターベンション評価のための血管内視鏡ー

中村文隆、東丸貴信、大曲泰彦*、内田康美
東京大学第二内科、オリンパス光学工業 第三開発部*

Angioscopy for evaluation of vascular interventions

Fumitaka Nakamura, Takanobu Tomaru, Yasuhiko Omagari*, Yasumi Uchida
The 2nd Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Tokyo
*Endoscope Section, Product Development Department, Olympus Optical Co Ltd

Abstract

Objective: Angioscopy has proved to provide more detailed information on lesion morphology than angiography. Therefore, to evaluate the effects of vascular interventions, angioscopy was performed in 68 patients with peripheral or coronary artery disease who underwent interventions.

Methods and results: *PTCA:* Angioscopy was performed in 29 patients who underwent PTCA. The characteristics of angioscopic findings after PTCA consisted of cleft, fractures of plaques, intimal bleeding, exfoliation of endothelium and thin mural thrombi. *Thermal laser anigoplasty:* Angioscopy was performed 12 patients who underwent laser thermal angioplasty. Laser thermal angioplasty was performed with a Nd:YAG laser system equipped with a probe temperature programmable microprocessor that could monitor and control probe temperature simultaneously. Coagulation and carbonization were observed, when the probe temperature was over 100°C and 200 °C, respectively. *Excimer laser anigoplasty:* Angioscopy was performed in 2 patients with peripheral and 25 patients with coronary artery disease who underwent excimer laser angioplasty. The excimer laser was operated at 308 nm, 135 nsec, 25 Hz and 40-60 mJ/mm² and was coupled into multifiber wire-guided catheters. The characteristics of angioscopic findings after excimer laser angioplasty consisted of flaps, fractures of plaques and abundant tissue remnants. There was no apparent thermal injury.

Conclusions: These results indicate that 1) angioscopy is effective and safe for evaluation of lesion morphology after interventions, 2) excimer laser ablation does not result in thermal injury, which is commonly observed after thermal laser ablation, 3) irregular channels after recanalization and abundant tissue remnants may explain the suboptimal results after excimer laser angioplasty, and 4) all interventions may result in the same kind of mechanical vascular wall damage.

【緒言】

循環器領域における最新の進歩のひとつに経皮経管的冠動脈形成術に代表される心血管インターベンションの進歩があげられる。これまでインターベンションの評価は主に血管造影検査によってなされてきた。しかしながら血管造影は血管内腔

の影を見ているに過ぎず血管内腔面の壁在血栓形成や内膜の剥脱などの微細な変化を捉えることができない。そのため機械的な手段で再開通した場合の効果の評価は血管造影のみでは不十分なことが多い。最近では細径の血管内視鏡と誘導カテテルが開発され血管内腔面も経皮経管的に観察す

ることが可能になっている¹⁾。

そこで我々はレーザー血管形成術を中心とした心血管インターベンションの前後で血管内視鏡検査を施行しインターベンションに伴う血管内腔の変化の特徴や閉塞血管再開通の機序につき検討したので報告する。

【対象】

冠動脈あるいは末梢動脈疾患を有する68例に対して以下の各種心血管インターベンションを施行し、内視鏡による観察を行った。

経皮経管的バルーン冠動脈血管形成術	29例
先端加熱型レーザー末梢血管形成術	12例
エキシマーレーザー末梢血管形成術	2例
エキシマーレーザー冠動脈血管形成術	25例

【方法と結果】

1. 経皮経管的冠動脈形成術 (PTCA)

PTCAを施行した29病変においてPTCA前後での冠動脈内腔の変化を0.4mmより1.4mmまでの細径の血管内視鏡とバルーン付き冠動脈内誘導カテテルを用いて検討した²⁾。

29例中26例においてPTCA前後で血管内視鏡による観察が可能であり、PTCA後の血管内視鏡所見は以下のとおりであった。

	n	%
内面平滑な圧排	10	38
血管内膜の剥脱 (major)	12	46
血管内膜の剥脱 (minor)	26	100
動脈硬化巣の破裂	5	19
内膜下出血	13	50
壁血栓形成	7	27

白色のplaqueの方に裂開や剥離が高頻度に見られたのに対し黄色のplaqueでは比較的滑らかに拡張されるものが多かった。

以上よりバルーンによる狭窄解除の機序は動脈硬化巣を押し潰しながら狭窄を拡げることと考えられた。血管壁も同時に伸展を受けるために動脈硬化巣の破裂に加えて内膜の剥脱や壁血栓形成や内膜下出血等の血管壁の傷害を示す所見が得られたものと判断された。

2. 先端加熱型レーザーによる末梢血管形成術

近年バルーンによる血管形成術の困難例に対して動脈硬化巣を焼灼することを目的にしてレーザーを用いた血管形成術が行われている。当初連続波レーザーを金属に当てて熱することにより焼灼を行う先端加熱型レーザー装置が開発され良好な初期成績を収めた。しかし過剰な熱傷害による血管攣縮や血栓閉塞などの合併症が問題となった。そこで今回我々は合併症を避けるため、温度制御方式の先端加熱型レーザー装置を開発し、先端温度ごとの血管内腔の変化を調べた³⁾。

対象病変は総腸骨動脈2例、外腸骨動脈1例、浅大腿動脈9例の計12例で、いずれも完全または亜完全閉塞病変で閉塞部の病変長は平均13.8cm(2-30cm)であった。温度自動制御式レーザー装置はオリンパス社製Nd:YAGレーザー発振装置、温度センサーつき金属製hot-tipとレーザープローベ(径1.8mm)、温度制御用コンピューターよりなっており、限界温度を越えるとレーザー発振が停止し、設定温度以下になると発振するというデジタル制御にて目標温度を維持した。

内視鏡所見では以下に示すごとく先端温度が200℃を越えると組織の炭化が、100℃を越えると

組織の熱凝固が認められた。内膜の剥脱や内膜下出血は先端温度にかかわらず認められた。

最高先端温度 (°C)	≤100	≤200	≤300	≤350
炭化	0	0	80	100
凝固壊死	0	50	100	100
壁在血栓形成	0	100	40	83
内膜の剥脱	100	100	100	100
内膜下出血	100	100	100	100

以上より再開通の機序は熱エネルギーとカテーターによる機械的刺激の双方が考えられた。

3. エキシマーレーザーによる末梢閉塞血管形成術

代表的パルスレーザーであるエキシマーレーザーは先端加熱型レーザーと異なり動脈硬化を熱エネルギーによらず高エネルギーにより破壊するため、石灰化病変に対しても有効であるとされている⁴⁾。そこで総腸骨動脈1例、外腸骨動脈1例の石灰化を伴う完全閉塞病変に対してエキシマーレーザーによる末梢血管形成術を行った⁵⁾。

波長 308nm、パルス幅 135nsec の Spectranetics 社製 xenon chloride のエキシマーレーザー (CVX 300) を用い出力 40-60 mJ/pulse/mm² を 25 Hz で径 2.2 mm の wire-guided multifiber catheter を通じて照射を行い、血管内視鏡により血管内腔の観察をレーザー照射前後に行った。

内視鏡により粥腫の破壊像や内膜の剥脱、器質化血栓の焼灼像などを認めたが、炭化、熱凝固などの熱傷害の所見は認めず、エキシマーレーザーによる閉塞血管再開通には熱エネルギーは関与しないことが示された。しかし血管壁の損傷はバルーン形成によるものと同様の変化であった。

3. 冠動脈エキシマーレーザー血管形成術

近年エキシマーレーザーを用いた冠動脈形成術が行われておりその初期成績は良好であるが、合併症として冠動脈解離、冠攣縮、急性冠閉塞が少なからず認められ問題となっている⁶⁾。そこでエキシマーレーザー冠動脈形成術に伴う血管内腔の変化を血管内視鏡により観察し合併症の起こる機序を検討してみた⁷⁾。

エキシマーレーザー血管形成術前後に冠動脈血管内視鏡を施行した25例（左前下行枝18例、右冠動脈5例、bypass静脈片2例）を対象とし、波長 308nm、パルス幅135nsecの Spectranetics 社製 xenon chloride のエキシマーレーザーを用い、出力 40-60mJ/pulse/mm²を25Hzで発信した。径1.4mmから2.0mmの wire-guided multifiber catheter を冠動脈に挿入し照射を行い、冠動脈内腔の観察をレーザー照射前後に行った。

25例中23例においてレーザー照射前後で血管内視鏡による観察が可能であり、レーザー照射後の血管内視鏡所見は以下のとおりであった。

	n	%
内膜面の熱障害	0	0
壁在血栓形成	7	30
血管内膜の剥脱 (major)	7	30
血管内膜の剥脱 (minor)	16	70
動脈硬化巣の破裂	14	60
残存組織の血管内腔面への突出	23	100

エキシマーレーザーは熱傷害を起こさなかったが、新鮮壁在血栓形成、内膜の剥脱、残存組織の血管内腔面への突出が認められ、これらがレーザー照射後の冠動脈解離や急性冠閉塞に関与していることが示唆された。

【考案】

血管内視鏡により経皮的に安全にインターベンション前後で血管内腔の変化を観察できた。これらの変化はそのほとんどが血管造影では捉えられないような微細な変化でありとくに熱傷害や壁在血栓等は血管造影では判定不可能であった。

それぞれのインターベンションによる閉塞血管再開通の機序は内視鏡所見からある程度推察することが可能であった。いずれのインターベンションによっても機械的刺激による内膜の剥脱解離などの傷害が血管内腔に認められ、現時点でのそれぞれのシステムの限界を示すものと考えられた。

またレーザーに関しては先端加熱型レーザーで認められた熱傷害はパルスレーザーでは認められなかった。パルスレーザーでも機械的傷害が認められ、カテーテル自体による機械的刺激のほかパルスレーザーによる衝撃波の関与も考えられた。

血管内視鏡の問題点としては血管内腔表面のみの観察しか行えことが挙げられるが、血管内超音波と組み合わせることにより、より詳細なインターベンションの評価が可能になるものと思われる。

【総括】

- 1) 血管内視鏡により経皮的に安全に血管造影では捉えられないような微細な変化を観察できた。
- 2) 血管内視鏡によりインターベンションによる閉塞血管再開通の機序をある程度さぐることが可能であった。
- 3) いずれのインターベンションによっても内膜の剥脱解離などの機械的な傷害が血管内腔に起こった。
- 4) 先端加熱型レーザーでは熱傷害が認められたがパルスレーザーでは認められなかった。

5) 今後も新しいインターベンションの評価に血管内視鏡が強力な補助手段となりうることが示された。

【参考文献】

1. 中村文隆、内田康美、杉本恒明：経皮的心血管内視鏡 BME 2巻7号、467-472、1988
2. Uchida Y, Fujimori Y, Hirose J, Oshima T: Percutaneous coronary angioscopy. Jpn Heart J 1992; 33:271-294.
3. 内田康美、中村文隆、大島朋光、藤森義治、広瀬純一：閉塞性末梢動脈硬化症に対する percutaneous transluminal balloon angioplasty, laser angioplasty, laser-assisted balloon angioplastyに伴う病変部変化の血管内視鏡による比較検討。脈管学 30巻 5号 417-424 1990
4. Geschwind HJ, Nakamura F, Kvasnicka J: Laser angioplasty: past and present. In: Ginsburg R, Geschwind HJ, eds. Primer on laser angioplasty, 2nd Edition. Mount Kisco: Futura Publishing Co., 1992, 159-170
5. Nakamura F, Kvasnicka J, Uchida Y, Geschwind HJ: Percutaneous angioscopic evaluation of luminal changes induced by excimer laser angioplasty. Am Heart J 1992, in press.
6. Geschwind HJ, Nakamura F, Kvasnicka J, Dubois-Randé JL: Excimer and Holmium YAG laser coronary angioplasty. Am Heart J, in press.
7. Kvasnicka J, Nakamura F, Dupouy P, Dubois-Randé JL: Angioscopic assessment of coronary arteries following excimer coronary angioplasty. Circulation 1992;86 (Suppl I): I-654