Semi-Autonomous Control of Electric Wheelchairs using Multi-Camera Information

学 ○西田 貴亮 (明石高専) 正 関森 大介(明石高専)

Takaaki NISHIDA, Akashi National College of Technology, 679-3, Nishioka, Uozumi, Akashi, Hyogo
Daisuke SEKIMORI, Akashi National College of Technology

1 はじめに

電動車椅子の運転には周囲の状況を見ながら常に操作することが強いられるため、多くのユーザにとって大きな負担となっている。また、その結果、注意確認が散漫になり、重大な事故が発生する危険性も高くなる。そこで、本研究では、負担軽減の観点から、簡便なジョイスティック操作量と複数のカメラ情報から走行すべき軌道を求めることによって、半自律型の走行を実現する電動車椅子を開発する。

2 システム構成

Fig.1 に開発した電動車椅子の外観とシステム構成を示す。車椅子は市販車をベースとしており、これにパーソナルコンピュータ(PC)、マイクロコンピュータ(MC)、ロータリーエンコーダ、2台のUSBカメラが取り付けられている。本システムのソフトウェアは Windows7 上の Microsoft Visual C++を用いて構築されており、画像処理部には OpenCV¹⁾の画像処理ライブラリを利用している。

Fig1. System configuration

3 半自律走行

本研究では電動車椅子が歩道を走行することを前提とする。この場合、歩道の縁石線から一定間隔を保つ線为目标軌道と定め、これを辿ることで自律走行を実現する。まず2つのUSBカメラから得られた画像にハフ変換を施して縁石線を抽出する。それをオフセット移動し、さらに座標変換することで車椅子座標系における目標軌道を決定する。そして目標軌道を辿るように車椅子を制御することによって自律走行を実現する。

T字路や交差点のような分岐では複数の目標軌道が存在する。この場合には、現在の目標軌道に一番近いものを選択されて自律移動が続けられるが、別の目標軌道に変えた場合には、その目標軌道に沿うようにジョイスティック操作で一時的にマニュアル走行を行う。目標軌道が定まら

ない環境ではマニュアル操作のみの走行とする。

4 実験および考察

本研究の有効性を検証するために、Fig.2に示す屋内環境で実験を行った。まず分岐の無い通路から車椅子の自律走行を開始し、十字路口に差し掛かったところでジョイスティックにより一時的な入力を加えて軌道変更を行う。Fig.3に電動車椅子の走行軌道を示す。

結果より、分岐点での一時的なマニュアル操作のみで、軌道変更が実現できていることが確認できた。

Fig2. Environment of experiments

Fig3. Experimental results

5 おわりに

簡便なジョイスティック操作量と複数のカメラ情報を利用した半自律型の電動車椅子の開発を行った。今後は複雑な環境や移動物体が存在する環境での検証を行う予定である。

参考文献

- 1) 詳解 OpenCV —コンピュータビジョンライブラリを使った画像処理・認識, 2009