21012 長尺配管を有する3次元6自由度空気圧式アクティブ除振装置の制御に関する研究

Control of 6DOF Active Vibration Isolation Devices
Using Pneumatic Actuators with Long Piping System

○学 和田 政臣（東京農工大学大学院） 正 田川 泰敬（東京農工大学大学院）
正 前川 祥生（日立プラント建設） 正 今岡 静男（日立プラント建設）

Masaomi WADA, Tokyo University of Agriculture and Technology, 2-24-16, Naka-cho, Koganei-city, Tokyo, Japan

Yasutaka TAGAWA, Tokyo University of Agriculture and Technology

Satio MAEKAWA, Hitachi Plant Corporation

Sizuo IMAOKA, Hitachi Plant Corporation

Recently, influence of micro vibration on precision machines is increasing in many high technology fields such as semiconductor manufacturing. Therefore, active vibration isolation devices equipped with air actuators and sensors come into use for the micro vibration control field, and these active vibration isolation devices have achieved good vibration performance. Recently, active vibration isolation devices are required in very strong magnetic field such as NMR. In conventional devices, the servo valves which provide actuators with air are set up on actuators directly. However, in strong magnetic field, servo valves need to be separated from actuators by using long pipes to avoid the effect of magnetic field, and this long pipe changes the dynamics of the device itself. In this study, simulations and experiments are conducted for the above vibration isolation device with long pipe system, and the effectiveness of the proposed MM control system is verified.

Key words : active vibration isolation device, piping system, dynamics.

1. 緒言

近年、精密機器の高精度化が進む中、床外乱などの微振動の影響が無視できないものになってきている。この背景を踏まえて、除振性能の高いアクティブ除振装置の適用が拡大しつつある。現在、除振対象としてNMR装置（核磁気共鳴装置）などのような強磁場を発生する装置が検討されている。しかし、アクティブ除振装置に付属されている空気アクチュエータに空気を供給するサーボバルブが装置本体に直接設置されているため、強磁場の影響を受けるサーボバルブに誤作動が発生する。そこで配管を用いてサーボバルブを装置本体から離れた位置に設置し、磁場の影響の抑制を図るが、この配管の影響により特性が複雑に変化することが確認されている。

本研究では、上述のアクティブ除振装置において、その特性を解析することにより、新たな装置モデルを構築し、このモデルに基づき制御器の設計を行い、シミュレーション及び実験により有効性を確認する。

2. 実験装置

実験装置の概観をFig.1に示す。実験装置はテーブル、鉛直方向4個と水平方向4個の空気アクチュエータから構成され、加速度センサがテーブルに鉛直方向3個、水平方向3個、床に鉛直方向1個、水平方向2個が設置されている（Fig.1）。各アクチュエータに空気を供給するサーボバルブ

は、配管により、アクチュエータから離れた位置に設置されている（Fig.2）。

Fig.1 Experiment device

Fig.2 Device prepared piping

3. 配管の動特性を考慮したモデル化

本研究では、まず、配管長さ5mの床外乱加速度～テーブル加速度間の周波数応答、及びサーボバルブ操作電圧にステップサイン波を入力した時の入力電圧～テーブル加速度間の周波数応答を測定した。

特性としては、床外乱加速度～テーブル加速度の閉ループ伝達関数は、共振、反共振が交互に繰り返され、位相は共振

点で 180 度遅れ、反共振点で戻るという特性になっている。また、入力電圧～テーブル加速度は共振が繰り返され、位相は共振点で 180 度ずつ遅れていく特性になっている。これらの特性を踏まえて、3 次共振点までを考慮したプラントモデルを作成した (Fig.3)。このモデルから運動方程式を導出し、モード解析を行い、実験から既知である固有角振動数、任意に固有ベクトルを代入して同定を行った。結果としてシミュレーションと実験結果がよく一致しておりモデルの有効性が確認できた。なお、結果は、床（鉛直方向）及び入力電圧からテーブル（鉛直方向）を示す (Fig.4 Fig5)。

Fig.3 3DOF model

(a) Length of piping 5m

Fig.4 Bode diagram(From floor Acc. to table Acc.)

(a) Length of piping 5m

Fig.5 Bode diagram(From Input voltage to table Acc.)

4. 制御器設計

同定したモデルを用いて制御器を作成した。制御手法としては、モデルマッチング法（以下、MM法）を用いた。MM法とは、ある条件を満たしながら全系の閉ループ伝達関数を希望に沿うように適当な極を配置し、この望みの特性と、既知であるプラントの伝達関数からコントローラを決定する制御手法である。本研究は、除振を目的としているため、床からの外乱を抑制するように設計を行った。設計指針としては、1 次共振、2 次共振に減衰がかかるように極をそれぞれ 4 つ配置し、アクチュエータの極を 1 つ、2 次共振点より高周波側に 2 つの極を配置した。設計した制御器を用いて、解析ソフト MATLAB においてシミュレーションを行った。その結果、望み通りに、共振ピークを抑える事ができた。

さらに床外乱加速度信号を用いて、更なる除振性能向上を

実現させた。現在、除振対象として想定している NMR 装置は、一般に測定時に除振台に与える影響が、周波数帯域 1～10Hz であると考えられている。そのため、この周波数帯域において、特に除振性能を高める必要がある。そこで、床外乱加速度信号を利用したフィードフォワード制御（以下、FF制御）を併用させた (Fig.6)。FF制御器の設計指針は、周波数帯域 1～10Hz の全系の閉ループ伝達関数床外乱～テーブル加速度を、ある条件下で最小にするように設計した。この制御器をMM法による制御器と併用したシミュレーション結果、実験結果を Fig.7, Fig.8 に示す。

Fig.6 Block diagram

(a) Length of piping 5m (Simulation)

Fig.7 Bode diagram(From floor Acc. to table Acc.)

(a) Length of piping 5m (Experiment)

Fig.8 Bode diagram(From floor Acc. to table Acc.)

5. 結言

本研究は、アクティブ除振装置の空気圧式アクチュエータ部分に配管を配した際の除振性能の向上を目指し、その特性を解析し、MM法によるフィードバック制御器の設計を行い、実験を通して除振性能を向上させた。また、今回、除振対象として想定している NMR 装置が測定時に悪影響を及ぼす周波数帯域 1～10Hz を特に除振させるように床外乱加速度信号を利用した FF 制御を併用させることによって、この周波数帯域の除振性能を向上させた。今回は、床及びテーブル鉛直方向のみのシミュレーション結果及び実験結果を掲載したが、この手法を用いて 3 次元 6 自由度に拡張を行った際の水平各軸方向ともに同等の良好な結果が得られた。

参考文献

[1] 田川泰敬, 清野嘉彦, 安田正志, 藤田隆志. 空気圧式アクチュエータを用いた 6 自由度微振動制御装置に関する研究. 日本機械学会 D&D 講演論文集 (vol B). 1994