訂 正 Erratum

隔膜真空計を用いた圧力測定のための熱遷移補正

吉田 肇・小松 栄一・新井 健太・平田 正紘・秋道 齊

Compensation of Thermal Transpiration Effect for Pressure Measurements by
Capacitance Diagram Gauge

H. YOSHIDA, E. KOMATSU, K. ARAI, M. HIRATA and H. AKIMICHI

[J. Vac. Soc. Jpn., 53 (11) (2010) 686]

式(3), 式(5)および Table 1 に誤りがありましたので訂正します.

修正箇所 正誤表

修正箇所	現状 (誤)	修正 (正)
式(3)	$T = \frac{T_1 - T_2}{2}$	$T = \frac{T_1 + T_2}{2}$
	$X = dp_2$	$X = dP_2$
式(5)	$\frac{1 - (P_1/P_1)}{1 - (T_1/T_2)^{1/2}}$	$\frac{1 - (P_1/P_2)}{1 - (T_1/T_2)^{1/2}}$
Table 1	Takaishi-Sensui [6] AVS recommended practice [16] Furuyama [17] Yasumoto [18] Setina [4]	Takaishi-Sensui [8] AVS recommended practice [18] Furuyama [19] Yasumoto [20] Setina [5]