化学とバイオイメーjing

藤田克昌

大阪大学大学院工学研究科

SEMINAR ROOM

一般人のもつ科学者のイメージは白衣を着て顕微鏡を覗いている姿ではないだろうか。白衣を着て様々な化学薬品を取り扱い、未だ見ぬ世界を求めて顕微鏡を覗く。科学研究に欠かせないものとして光学顕微鏡が多くの場面で活躍してきた所以であろう。

最近、その光学顕微鏡技術、特にバイオイメーjingを目的とした顕微鏡技術に大きな進展が見られる。それも光学や物理学でなく、化学の手を借りて。

その1つは超解像法と呼ばれる新しい手法である。光を使った顕微鏡は、光の波長より小さな物体の観察はできないとされてきた。しかし、近年、試料を染色する蛍光分子の特性をうまく利用し、この限界を超えることに成功した。また、もう1つ、試料を染色することなく観察できる手法の開発も進んでいる^(1~3)。生体分子と光との相互作用は小さいため、細胞や生体組織を観察する際はあらかじめ試料を染色しておく必要があった。しかし、近年、分光学的手法を駆使し、試料中の分子振動を利用して、試料の顕微鏡像をつくりだすことが可能になった⁽⁴⁾。

上記の2つの新しい顕微鏡は、光と観察対象の物理化学的な相互作用を積極的に利用し、これまでの光学顕微鏡の限界を超えることに成功した。今回は、光学技術を駆使するだけでは超えられなかった壁をいかにして超えたか、その原理を概説する。

超解像バイオイメーjing

光学顕微鏡は微小な物体を手軽に観察できる道具であるが、どれだけ細かな構造を観察できるかについては、電子顕微鏡や原子間力顕微鏡にはかなわなかった。光は波動性をもつため、有限の大きさまでしか集光できず、小さな物体を観察してもボケた画像しか得られない(図1-A)。この像の広がり物理的に波長の半分よりも大きくなるため、いくら高性能な顕微鏡光学系を利用しても、それより小さな構造を観察することができなかった。

この像のボケのために、微細な構造、すなわち微細な発光点の分布を正確に判断することはできない。しかし、発光点が1つのみと仮定すると、その場所は、ボケた像の中心の座標として精度良く求めることができる。

Photoactivated Localization Microscopy (PALM), Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) と呼ばれる手法は、これをうまく利用して従来の顕微鏡を超えた空間分解能を実現した^(5,6)。通常の顕微鏡試料では、発光体が単独でなく、密集して存在している。このため、観察される光(光子)がどの発光体から来たかは判別できない。しかし、PALM/STORMでは試料を染色する蛍光分子の発光状態を制御することで、これを可能とした。

Dronpaなどの蛍光性タンパク質やCy5などの色素

図1 ■ 顕微鏡の結像と超解像の手法

(A) 微小な発光点を同時に結像すると、光の波動性のため、像がボケてしまう。(B, C) 一度に観察する発光点の数を少なくできれば、それらの位置を正確に測定し、空間分解能の高い顕微鏡画像を構築できる。*従来のレーザー走査型顕微鏡（例、共焦点顕微鏡）もレーザースポットで試料を照明、走査することで像を構築するが、STED, SAX の検出領域はレーザースポットよりも小さいため、高い空間分解能を得ることができる。

は、特定の波長域の光を吸収して蛍光を発するが、これとは別の波長の光（スイッチング光）の照射により、発光可能な状態/不可能な状態が切り替えられる。PALM/STORM では、まずすべての蛍光分子を非発光な状態にしておき、その状態でスイッチング光を照射することにより、ごく少数の分子のみを発光可能な状態にする。この状態で、別の波長の光で分子を励起・観察すれば、その座標を正確に求めることができる（図1-B）。観察を終えた分子は褪色させるか、非発光状態に切り替えておく。同様の作業を試料中のすべての蛍光分子の測定を終えるまで繰り返していくと、最終的に、蛍光分子の空間分布、すなわち蛍光画像を構築することができる。

この手法では、蛍光分子の座標計測の精度が空間分解能を決める。その精度は、1つの分子から計測される光子の数 (N) で決まり、 $\sigma/\sqrt{N}$ で与えられる。 σ は検出光子数が1の場合の測定座標の標準偏差で、上記の像のボケの範囲 (2 nm～300 nm) に相当する。各分子から数百個の光子を測定できる場合、数十 nm まで空間分解能を高めることができる。

PALM/STORM とは別のアプローチで超解像を実現するアイデアもいくつか提案されている。その例を図1-Cに紹介する。この方法は試料中の狭い領域のみにスポットライトを当て、それを走査しながら試料を観察する手法である。

Stimulated Emission Depletion (STED) 顕微鏡は、誘導放出*を利用して、蛍光の発光領域を非常に狭い領域に限定する^(7,8)。レーザー光を対物レンズで絞り込

んだレーザースポットで蛍光を励起すると、直径が波長の半分程度の領域にある分子が同時に励起される。しかし、励起された蛍光の発光範囲を狭めることは可能である。STED 顕微鏡では誘導放出を利用して蛍光の発光を抑制し、分子の発光領域を制御している。誘導放出を起こす光をドーナツ状の光強度分布となるようにし、それを蛍光分子を励起するレーザースポットに重ねる。こうすると、レーザースポット周辺部の分子は励起されても発光できず、一度に観察できる領域が非常に狭くなる（図2-A）。

また、筆者らは、蛍光励起の飽和現象 (Saturated Excitation: SAX) を利用して、一度に観察される領域を狭める手法を提案した^(9,10)。蛍光励起の飽和とは、強度の大きなレーザー光を蛍光物質に照射した際に見られる現象で、照射する励起光の強度と蛍光の強度が比例せず、飽和する現象を指す。この現象は、レーザースポットの強度の高い部分に顕著に現われるため（図2-B）、この飽和による発光と通常の蛍光発光とを分離検出すれば、レーザースポット内の狭い領域の蛍光分子のみを検出できる。

図3に、従来の共焦点顕微鏡と筆者らが提案したSAX 顕微鏡とで蛍光試料を観察した例を示す。試料にはHeLa細胞を用い、アクチンを蛍光分子ATTO488により染色した。飽和した蛍光応答の分離検出のため、時間的に励起光強度を変化させながら蛍光分子を励起し、変調された蛍光信号に飽和が見られるかどうか（高調波数をもつか）を判別することにより行なった。図3の結果より、飽和励起の利用により、空間分解能が向上した様子がわかる。

*光の照射により励起状態にある物質を脱励起する現象

図2 ■ STED 顕微鏡および SAX 顕微鏡における蛍光検出領域の制限方法

*励起光を変調すると蛍光信号も変調される。励起の飽和が起これば、変調蛍光信号に歪みが生じるため、高い周波数の変調信号が現われる。この高い周波数の成分はロックイン検出器により容易に分離検出できる。

図3 ■ アクチンフィラメントを染色した HeLa 細胞の観察像 (A) 従来の共焦点顕微鏡像。 (B) SAX 顕微鏡での観察結果。 (C, D) は同様の試料の xz 断層の観察像。 SAX 顕微鏡による観察像では、3次元のすべての方向に空間分解能が向上していることがわかる。

STED 顕微鏡では、蛍光検出領域の走査を高速にすることで撮像速度を向上でき、これまで 33 ミリ秒/フレームでの観察結果も報告されている。また、SAX 顕微鏡は、励起光の強度を変調する必要があるため、数分程度の撮像時間が必要である。しかし、励起光の変調のみで超解像が得られるという、非常にシンプルな点が特徴である。

これらの超解像観察法は、どれも蛍光分子の発光特性

を物理化学的に十分に理解し、また制御することにより実現された。それには、蛍光プローブ分子や蛍光タンパク質の開発、高感度光検出、光制御などの最先端の技術が必要であり、化学、生物、物理の分野単独の技術、思考では達成不可能である。これらは、化学、物理の分野にとらわれず、それらを積極的に融合させることによりもたらされた成果である。

無標識バイオイメーjing

光学顕微鏡は生体の観察に向いているといわれるが、その理由は光と生体分子の相互作用が小さいためである。このため、顕微鏡観察時には、光を吸収したり発光したりする色素で試料を染色し、その空間分布を画像のコントラストとして観察していた。ところが最近、試料を染色することなく、生体分子の分布から画像のコントラストを形成する手法が多く開発されている。そのために、化学の分野でおなじみの振動分光技術が活用されている。

振動分光技術には、主に赤外吸収を利用した手法、ラマン散乱を利用した手法があるが、近年、バイオイメーjingにはラマン散乱を利用したものが多く登場している。赤外光は水に多く吸収されてしまうため、水中の試料を取り扱うことが多い生体イメーjingには、利用する光を可視から近赤外で選択できるラマン散乱を用いる場合が多い^(11~13)。

図4 は、生きた HeLa 細胞内に波長 532 nm のレーザー光を照射した際に得られたラマン散乱スペクトルで、様々な分子振動がラマン散乱ピークとして現われて

図4 ■ 生きた HeLa 細胞より得られたラマン散乱スペクトル

波長 532 nm のレーザーにより照明

図5 ■ ラマン散乱顕微鏡で観察した無染色の HeLa 細胞

(A~C) はそれぞれ別の分子振動からのラマン散乱ピークの強度分布を示す。(D) はそれぞれの画像を各カラーチャンネルに設定した合成像

いることがわかる。このラマン散乱スペクトルの細胞内での分布を得れば、分子振動の情報をもとに、試料の観察像を構築することができる。

図5は生きた HeLa 細胞内の各部位でラマン散乱スペクトルを測定し、現われるラマン散乱ピークの強度の分布により構成した顕微画像である⁽¹³⁾。図5-Aは750 cm⁻¹に現われるシトクロム *c* 内のピロール環の呼吸振動のラマン散乱ピークの空間分布を示す。シトクロム *c* はミトコンドリア内に多く存在し、呼吸鎖中の電子移動

図6 ■ 細胞分裂中の HeLa 細胞のラマン散乱像

赤, 青, および緑は、主に脂質分子, タンパク質, およびシトクロムの空間分布をそれぞれ示す。

に関わっている。このことより図5-Aはミトコンドリアの細胞内分布を示していると考えられる。図5-Bに示す1,683 cm⁻¹のラマン散乱ピークは、ペプチド結合の振動モード (Amide I) に帰属でき、この波数領域でのラマン散乱はタンパク質 β シートより観察されることが知られている。このため、図5-Bは細胞内のタンパク質の大きな分布を示していると考えられ、細胞全体からラマン散乱が得られているのも納得できる。図5-Cの2,850 cm⁻¹はCH₂に見られるCH伸縮振動に帰属できる。脂質分子は炭化水素を多く含むため、図5-Cの像は主に脂質分子の濃度分布によりコントラストが与えられているものと考えられる。明るい輝点は細胞内の脂質小胞、また細胞内で暗くコントラストを形成している部分は、ミトコンドリアの二重脂質膜によるものと推測される。

図5に示したようにラマン散乱を用いれば、基本的な分子振動を用いて大まかに生体分子を分析しながら、その空間分布を知ることができる。ラマン散乱は非常に発生確率の低い光学現象であるため（蛍光分子による光吸収に比べ10桁低い）、これまで生きた細胞の観察に使用されることはほとんどなかった。しかし、近年の光検出器の高感度化、狭帯域高出力レーザーの登場が、効率の良いラマン散乱観察を可能とし、細胞分裂のような進行為比較的遅い細胞機能の追跡が可能となった（図6）。

上に挙げたような自発ラマン散乱以外のラマン効果もバイオイメージングに利用されている。コヒーレントアンチストークスラマン散乱 (Coherent Anti-Stokes Raman Scattering: CARS)^(14, 15) や誘導ラマン散乱 (Stimulated Raman Scattering: SRS)^(16, 17) といった非線形なラマン散乱はより高感度に分子検出が行なえるとされ、より高速な生体観察に利用されている。また、金属の表面で見られるラマン散乱の増強効果（表面増強ラマン散乱）を利用すれば、ラマン散乱の検出効率を $10^4 \sim 10^6$ 程度向上でき（典型値、10の10乗乗向上するという報告もある）、非常に感度高く分子を検出、分析することができる。この共鳴ラマン散乱を利用した細胞内の分子計測の試みも進んでいる⁽¹⁸⁾。また、ラマン散乱用の微小な「タグ」の開発も進んでいる。このようなタグは生体内の分子が通常もたない構造をもち、ラマン散乱を用いれば生体分子とは区別して検出される。このようなタグは蛍光分子に比べ非常に小さくでき（たとえば Alkyne タグだと原子3個）、蛍光分子では染色できないような小分子を追跡を可能にする⁽¹⁹⁾。このように、分子振動を検出し、画像化するラマン顕微鏡を利用した新しいイメージング法がこれからも登場していくと期待される。

おわりに

バイオイメージングにおける、“光学”と“化学”のコラボレーションについて概説した。もうひとつ“生物”の貢献の具合が気になることであろう。バイオイメージングということで、試料として生物分野は当然貢献している……というわけではなく、もちろんイメージング技術の発展に大きく寄与してきた。2008年のノーベル賞を受賞した蛍光タンパク質は生きた試料の顕微観察のため

蛍光プローブとして必要不可欠であり、最近では、その技術がさらに発展している。顕著な例としては生物発光の利用がある。蛍の発光のように、光の励起なしで蛍光プローブを発光させ、細胞内の様子や分子の活動を観察することも可能になってきた⁽²⁰⁾。よく考えると、上のノーベル賞は化学賞であったし、光学技術の発展がなければその受賞は難しかったかもしれない。分野を分けて考えることは最先端の研究においてはあまり意味をなさなくなっているようだ。

（おわり）

文献

- 1) S. W. Hell : *Nature Methods*, **6**, 24 (2009).
- 2) S. W. Hell : *Science*, **316**, 1153 (2007).
- 3) 藤田克昌 : 生物物理, **40**, 174 (2010).
- 4) K. Fujita & N.I. Smith : *Molecules and Cells*, **26**, 530 (2008).
- 5) E. Betzig, F. H. Patterson, R. Sougrat, O. W. Lindwasser, S. Olenych, J. S. Bonifacino, M. W. Davidson, J. Lippincott-Schwartz & H. F. Hess : *Science*, **313**, 1642 (2006).
- 6) M. J. Rust, M. Bates & X. Zhuang : *Nature Methods*, **3**, 793 (2006).
- 7) S. W. Hell & J. Wichmann : *Opt. Lett.*, **19**, 780 (1994).
- 8) C. Eggeling *et al.* : *Nature Methods*, **4**, 915 (2007).
- 9) K. Fujita, M. Kobayashi, S. Kawano, M. Yamanaka & S. Kawata : *Phys. Rev. Lett.*, **99**, 228105 (2007).
- 10) M. Yamanaka, S. Kawano, K. Fujita, N.I. Smith & S. Kawata : *J. Biomed. Opt.*, **13**, 050507 (2008).
- 11) Y. S. Huang, T. Karashima, M. Yamamoto & H. Hamaguchi : *J. Raman Spectrosc.*, **34**, 1 (2003).
- 12) Y. S. Huang, T. Karashima, M. Yamamoto, T. Ogura & H. Hamaguchi : *J. Raman Spectrosc.*, **35**, 25 (2004).
- 13) K. Hamada, K. Fujita, N.I. Smith, M. Kobayashi & S. Kawata : *J. Biomed. Opt.*, **13**, 44027 (2008).
- 14) J. X. Cheng & X. S. Xie : *J. Phys. Chem. B*, **108**, 827 (2004).
- 15) 橋本 守 : 分光研究, **49**, 51 (2000).
- 16) C. W. Freudiger, W. Min, B. G. Sarr, S. Lu, G. R. Holtom, C. He, J. C. Tsai, J. X. Kang & X. S. Xie : *Science*, **322**, 1857 (2008).
- 17) Y. Ozeki, F. Dake, S. Kajiyama, K. Fukui & K. Itoh : *Opt. Express*, **17**, 3651 (2009).
- 18) K. Fujita, S. Ishitobi, K. Hamada, N.I. Smith, A. Taguchi, Y. Inouye & S. Kawata : *J. Biomed. Opt.*, **14**, 024038 (2009).
- 19) H. Yamakoshi, K. Dodo, M. Okada, J. Ando, A. Palonpon, K. Fujita, S. Kawata & M. Sodeoka : *J. Am. Chem. Soc.*, **133**, 6102 (2011).
- 20) K. Saito, N. Hatsugai, K. Horikawa, K. Kobayashi, T. Matsu-ura, K. Mikoshiba & T. Nagai : *PLoS ONE*, **5**, e9935 (2010).