側方光散乱粒子カウンターの改良*

—光学レンズ系幾何条件の改善—

横 地 明**・金 川 昭**

京都大学 原子炉実験所

緒 言

煙霧体粒子個々の散乱光を個別に光電管に受けて電気的パルスとして計数し、そのパルス高分布と頻度から煙霧体の粒径分布と粒子数濃度を知る光散乱粒子カウンターは自動的かつ連続的に多大の測定数が容易に得られ、結果の即時性がきわめて高い特徴をもち、すでに光学系幾何条件の異なる多くの型式のものが開発実用化されている。

たとえば、90°側方光散乱型である Royco カウンター¹⁾、前方光散乱中空円錐入射光型である Sinclair-Phoenix カウンター²⁾、前方光散乱中空円錐集光型である Bausch & Lomb 40-1 型カウンター³⁾などが特によく知られており、さらに側方型としては Thomas ら⁴⁾の 45°側方光散乱カウンター、Stuke ら⁵⁾の 30°側方光散乱チンダルスコープなどがあって、それぞれの光学系幾何条件に相応したカウンター特性を有している。

金川は光散乱粒子カウンターの特性に対する光学系幾何条件の理論的な影響を側方型¹⁾および前方型²⁾について系統的に論じ、前出の諸種のカウンターの光学系幾何条件が特に理論的にすぐれた条件とはなっていないことを明らかにし、さらに結論的に 60°側方型が性能的に最も望ましい幾何条件の 1 つであることを見出している。

一方、著者ら³⁾はポリスチレン・ラテックス標準粒子を用いて Royco カウンターに関する特性試験を行ない技術的な問題点の解明を詳細に行なってきたが、その結果 Royco カウンターの可測最小粒径の公称値 0.3μ は屈折率 1.595*** をもつポリスチレン粒子に対するものであることを明らかにした。すなわち、可測最小粒径はその出力パルス高 S とカウンターのノイズレベル N とのいわゆる S/N 比によって決められ、安定した測定結果を期待するには S/N 比は 2 以上であることが要求され

るが、Royco カウンターの 0.3μ ポリスチレン粒子に対する S/N 比が大体 2 程度であることを実験的に確かめた³⁾。したがって、屈折率がポリスチレンの値より小さい粒子については粒径 0.3μ に対する S/N 比は 2 以下に小さくなって測定精度はもはや保証されないことになり、可測最小粒径 0.3μ を保証するにはカウンターの基本的な改良が必要であることを指摘した。

これらのことから、著者らは光軸交角が 90°, 80°, 70°, 60° の 4 種の側方光散乱粒子カウンターを試作し、その特性試験を行ない金川の計算値¹⁾と比較検討したので報告する。

1. 側方型カウンターの理論的特性¹⁾

側方型カウンターの光学系幾何条件は Fig. 1 に示すように入射光レンズ開き角 (2γ)、集光レンズ開き角 (2β) および両レンズ光軸交角 (ϕ) によって決められ、これらの値から光電管に受光される散乱光の光量と角度範囲が決められる。両レンズ開き角はできるだけ大きくすることが光電管への受光光量を増やして感度を高める意味から重要であるが、実際的にはレンズ性能および光トラップの問題などから当然技術的な限界があるものと思われる。たとえば Royco カウンターの入射光レンズ開き角 33° は、集光レンズ開き角は 47° である⁹⁾。そして、

Fig. 1 Optical system of sideways light scattering particle counter

* <Improvement in Sideways Light Scattering Aerosol Particle Counter—Rearrangement of Optical Lens Geometry—>

Received on December 13, 1969

化学工学協会第35年会 (昭和45年4月) にて発表

** Akira Yokochi, Akira Kanagawa (Research Reactor Institute, Kyoto University, Osaka, Japan)

*** この値は文献により多少異なるが、ここでは Royco 社の Aerosol Generator Manual¹⁰⁾ の値を採用した。

Fig. 2 Construction of optical system

Fig. 3 Block diagram of aerosol flow system

レンズ開き角の大小は感度には大きく影響するが、比例性および屈折率依存性にはあまり影響しない。

一方、両レンズ光軸交角は集光レンズに集められる散乱光の角度範囲を決めて感度、比例性および屈折率依存性のいずれにも関係する。一般に、粒子からの散乱光は入射光の進行方向から測った散乱角度 θ の小さい前方散乱である程、強度が強く屈折率依存性も少ないが、粒径との比例性が悪くなる。そしてこの比例性の悪さは散乱角度 θ が 60° 程度まではそれほど大きく現われないが、 45° 近傍以下となると急激に著しく現われる。したがって光軸交角は小さい方が感度を高めるうえに有利であり、屈折率依存性も良くなることが期待されるが、 60° 以下に小さくし過ぎると比例性を悪くする恐れがあり、また光トラップの問題からレンズ開き角の大きさに制限を与えることにもなって必ずしも好ましくない。

レンズ開き角が Royco カウンターの値程度である場合、光軸交角は技術的に 60° 程度が限度でありそれ以下の値を望む場合はレンズ開き角を小さくする必要がある。そして、両レンズ開き角を 44° とし光軸交角を 50° 、

60° , 70° , 80° , 90° , 100° , 110° とした場合の金川の応答計算によれば、交角 60° 以上ならば比例性にほとんど問題なく光軸交角の減少が感度の増大にきわめて効果的に役立つが、 50° の場合は若干比例性が悪くなる。

以上のことから、側方光散乱カウンターの光学系幾何条件はレンズ光軸交角 60° 前後で両レンズ開き角を技術的にできるだけ大きくすることが最も適当であると思われる。

2. 実験装置および実験方法

Fig. 2 に試作した側方光散乱粒子カウンターの光学系本体の構造を示す。光学系本体は入射レンズ系 A、光散乱室 B および集光レンズ系 C の 3 つの部分からなり、光散乱室を交換することによって入射、集光両レンズ光軸交角が変えられるよう設計されている。入射レンズ開き角は 36° ($\gamma=18^\circ$)、集光レンズ開き角は 48° ($\beta=24^\circ$) で、光散乱室は両光軸交角 (ϕ) をそれぞれ 60° , 70° , 80° , 90° とする 4 種のものが用意されている。そして光源にはタングステン標準ランプ、光電管には Royco カウンターなど多くの光散乱カウンターに用いられているサイドウィンド型 RCA 1P-21 光電子増倍管を使用した。

光源ランプからの光は入射レンズ系を通して光散乱室中央部で焦点を結び、感光域を形成する。光散乱室への試料煙霧体の導入は $1.25\text{mm}\phi$ の細管により光学系に対し垂直に上部から下部へ流れる方向で 300cc/min の一定流速で連続的に行なわれる。この煙霧体導入細管は感光域部分において中断されており、煙霧体粒子は感光域を通過して入射光を散乱し、散乱光は集光レンズ系を通して光電管に受けられ電気的パルスに変換される。

カウンターのノイズの最も大きな原因の 1 つとなる光散乱室内壁などによる迷散乱光の発生を防ぐため入射直進光を完全に受ける光トラップが設けられている。光トラップに入った入射光の 1 部は回転板チャッパーでパルス化され光パイプを通して再び集光レンズ筒の正面より光散乱室に入り集光レンズを経て光電管に受けられ、光源の光量変化、光電管の感度変化、増幅回路、分別回路などの校正に使用されている。入射レンズ系の調整は入射光線の焦点を煙霧体導入細管中断部の中心で結ばせることで行ない、一方集光レンズ系の調整はチャッパー、光パイプを経た校正用入射光パルスに対する光電管の感度の最も良い状態を見いだすことで行なう。

煙霧体粒子は感光域内に 1 つずつ入る必要があり、煙霧体濃度が高い場合には同時に 2 つ以上の粒子が感光域内に存在してコインシデンス誤差を起こす原因となるため希釈を行なう必要が起こる。このため、Fig. 3 に示すカウンター煙霧体導入系の系統図からわかるように希釈

Fig. 4 Block diagram of counter system

装置が設けられていて、10倍までの希釈を可能にしている。一般に毎分の計数値を10000カウント以下にすれば、コインシデンスはほとんど問題にななくてよい³⁾。希釈用空気は5 μ および0.1 μ メンブラン・フィルタで汚過清浄されており、排出試料ガスも同様に汚過清浄後外気へ放出されている。

試験用煙霧体標準粒子としては米国 Dow Chemical 製のポリスチレンラテックス均質粒子を用い、その発生は Royco 型噴霧式煙霧体発生装置によった。Table 1 にここで使用した8種のラテックス粒子の公称粒径および偏差と著者の電子顕微鏡 (JEM-7) 写真による偏差測定値を示す。きわめてすぐれた均一性をもつことがわかる。この噴霧装置によるラテックス煙霧体の発生に際してはきわめて多くの細心な注意が必要とされるが³⁾、その詳細は別の機会にゆずる。

発生パルス高の測定はシンクロスコープ (Iwasaki, SS-5003), 電磁オシロ (YEW-EMO-61) および放射線計測用100チャンネル波高分析装置 (TMC Gamma-Scope II, Model 102) を並用して行なった。Fig. 4 に計測系の系統図を示す。この TMC 波高分析装置は放射線計測用であるため入力パルスの立ち上がり時間は0.1~0.5 μ sec 程度に早いことが要求される。しかし、粒子カウンターの発生パルスの立ち上がり時間は100 μ sec 程度と遅いためパルスの高さを変えずに立ち上がり時間だけを早くするパルス変換装置が必要とされ、独自に開発使用された。

3. 実験結果

マルチチャンネル波高分析装置を使用したことで数種の粒径の異なるラテックスを同時に使用した測定も可能となった。Fig. 5 にパルス高分析の測定結果の1例を示す。

Fig. 5 Pulse height spectrum of 60° counter for polystylen latex aerosol generated from LS-061-A, LS-1029-E and LS-424-E mixture

Table 1 Uniformity of polystylen latex particles (from Dow Chemical Co. Data)

Dow Chemical run number	Particle dia. [μ]	Standard deviation		Number of measurement
		Dow Chemical	Measured	
LS-1047-E	0.234	0.0026	—	—
LS-061-A	0.365	0.0079	0.0083	217
LS-1029-E	0.500	0.0027	—	—
LS-1036-E	0.750	0.0026	0.013	175
LS-424-E	0.871	0.010	0.0245	122
LS-067-E	1.171	0.013	0.0209	202
642-5	1.90	0.012	0.016	219
642-6	2.68	0.0149	0.0365	125

Table 1 に示した0.234 μ から2.68 μ までの8種類の粒径のポリスチレンラテックス粒子を用いて、光軸交角が60°, 70°, 80°, 90°の4種の試作カウンターの応答特性すなわち粒径対パルス高の関係を測定しその結果をFig. 6 に示した。

Fig. 6 に示されるように、光軸交角 ϕ の値が小さくなるほどカウンターの感度は高く、たとえば交角90°の場合に比べて、0.500 μ において80°で1.3倍、70°で1.9倍、60°で3.1倍、また1.171 μ においては80°で1.6倍、70°で2.3倍、60°で3.3倍もパルス高は大きくなっている。一方、粒径とパルス高との比例性はそれぞれわずかながら変わっているが特に問題はない。

これらの測定結果を理論計算値と比較すればFig. 7 のようになる。実線で示す計算値はタングステンランプ

Fig. 6 Experimental response of sideways light scattering particle counters ($\gamma=18^\circ$, $\beta=24^\circ$)

Table 2 Response and S/N ratio of 60° and 90° counter for polystylen latex aerosols

Particle diameter [μ]	Response ratio		S/N	
	60° counter 90° counter	90° counter	90° counter	60° counter
0.234	—	—	—	1.9
0.365	2.7	1.6	1.6	7.5
0.500	3.1	2.3	2.3	13
0.750	2.8	4.0	4.0	20
0.871	3.0	4.6	4.6	24
1.171	3.3	5.7	5.7	32
1.90	2.7	13	13	60
2.68	3.2	23	23	127

(2870°K) 光源, RCA 1P-21 光電管を用いた場合の $\gamma=18^\circ$, $\beta=24^\circ$ におけるそれぞれ $\psi=60^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 90^\circ$ としたときの屈折率 1.595 に対する値である。実測値は交角 90° の場合の 0.750μ に対するパルス高を基準として計算値に合わせ、他の点はそれとの相対的關係としてプロットしてある。実測値と計算値との相対的關係はかなり良く一致していることがわかる。

一方、カウンターのノイズレベルは光軸交角が小さくなるほど低く、光電管印加電圧を 420V とした時、交角 90° で 70mV*, 80° で 60mV, 70° および 60° で 40mV であった。これは光軸交角が小さいほど光トラップ内の反射光が幾何学的に集光レンズ系に入りにくくなったこと、および光トラップの構造を長くしたことによるものと思われる。いずれの場合も光電管を含めた電気回路系からのノイズは光源を消した状態での測定から 10mV 以下であり、カウンターのノイズの主要原因は光学系の

* この値は Royco カウンターのノイズレベル実測値 40mV³⁾ よりかなり大きくなっている。

Fig. 7 Comparison of experimental response with theoretical response curves (H.V. = 420 V)

迷反射光が光電管に入るためと考えられ、したがって光トラップの改良によってはさらにノイズレベルを下げる事が可能であると思えた。

Table 2 に光軸交角 60° および 90° の場合の S/N 比および両者のパルス高実測値比を示す。 60° カウンターは 90° カウンターに比べて感度は 3 倍程度高く、可測最小粒径を S/N 比を 2 とする粒径とすれば、ポリスチレンラテックスに対する可測最小粒径を 0.24μ 程度まで下げ得ることがわかる。そして屈折率がポリスチレンラテックスの値 1.595 より小さい粒子に対するこの 60° カウンターの可測最小粒径は理論的に屈折率 1.50 に対して 0.26μ , 1.40 に対して 0.29μ , 1.33 に対して 0.32μ となることが計算され、 60° カウンターは屈折率が小さい場合でも 0.3μ の測定をかなり確実にすることがわかる。

結 言

側方光散乱粒子カウンターの発生パルス高と粒径との関係を、試作した光軸交角 $60^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 90^\circ$ の 4 種のカウンターについて実験的に求め、カウンターの感度、比例性の検討を理論的關係と比較して行なった。

その結果、理論から期待された通り 60° カウンターは 90° カウンターより感度が 3 倍程度すぐれ、しかもノイズレベルがかなり低く可測最小粒径を大きく下げ得ることおよび比例性にはほとんど差のないことなどを明らかにした。

【付記】 本研究に際し終始御助力をいただいた京都大学原子炉実験所筒井天壽教授およびパルス変換器の開発に御指導をい

ただいた三菱電機株式会社中央研究所平林庄司、田畑則一両研究員に深謝の意を表します。なお、粒子カウンターの試作は株

式会社ダン科学（ダン産業）において行なった。関係諸氏の御協力に深謝します。

Nomenclature

N	= noise level of counter	θ	= scattering angle measured from direction of propagation of incident light	[°]
S	= signal output of counter	ϕ	= angle between projecting lens axis and collecting lens axis	[°]
β^*	= semiangle of collecting lens aperture			
γ	= semiangle of projecting lens aperture			

Literature cited

- 1) Kanagawa, A.: *Kagaku Kōgaku*, **34**, 521 (1970)
- 2) Kanagawa, A.: *Kagaku Kōgaku*, **34**, 991 (1970)
- 3) Kanagawa, A. and Yokochi, A.: *Kuuki Seijō*, **6**, [4]40 (1968)
- 4) Martens, A. E. and Keller, J. D.: *Am. Ind. Hyg. Assoc. J.*, **28**, 257 (1968)
- 5) Sinclair, D.: *J. Air Pollut. Control Assoc.*, **17**, 105 (1967)
- 6) Stuke, J. und Rzeznik, J.: *Staub*, **24**, 366 (1964)
- 7) Thomas, jr., A. L. and Oglesby, jr., S.: *Mining Eng.*, **11**, 328 (1959)
- 8) Zinky, W. R.: *J. Air Pollut. Control Assoc.*, **12**, 578 (1962)
- 9) Operating and Service Manual for Royco Particle Counter Model 200 & 202, Fig. 4-3A, Royco Instruments, Inc., Calif. (1963)
- 10) Operating and Service Manual for Royco Aerosol Generator Model AGS 256 or AGS 255, Royco Instruments, Inc., Calif.

化学工学データ

酢酸+水+テトラクロルエチレンおよび

酢酸+水+四塩化炭素系の液液平衡*

井 口 昭 洋***・布 施 憲 司**

東京工業大学工学部 化学工学科**

緒 言

酢酸+水+有機溶媒系の液液平衡は比較的多く測られているが、ふつうは有機溶媒相内の酢酸の濃度のひくいところの値しか得られていない。特に溶媒が炭化水素またはハロゲン化炭化水素の系についてはデータがすくない。われわれは先に酢酸+水+塩化エチレン系¹⁾ および酢酸+水+トリクロルエチレン系²⁾ の平衡測定を行なったが、さらに、テトラクロルエチレンまたは四塩化炭素

をふくむ系についても溶解度曲線とタイラインを求めた。

白濁法について

液液平衡の溶解度は白濁法³⁾ で求められることが多い。その場合、2相分離の状態に溶質を加えていく方法と、均一相の状態から第3成分を加えていく方法とがあるが、後の方がひろく行なわれているようである。

酢酸+水+塩化炭化水素系でも均一相溶液に第3成分を滴下していったが、酢酸と塩化炭化水素との混合液に水を加える方法を用いた。

酢酸水溶液に塩化炭化水素を滴下することもこころみしたが、四塩化炭素やテトラクロルエチレンなどはガラスにぬれにくいのでビュレットの管端に生ずる滴が小さ

* <Liquid-liquid Equilibria of the Systems Acetic Acid+Water+Tetrachloroethylene and Acetic Acid+Water+Carbon Tetrachloride>

Received on December 9, 1969

** Kensi Fuse (Dept. of Chem. Eng., Tokyo Inst. of Tech., Tokyo)

*** Akihiro Iguchi (武蔵工業大学工学部 Faculty of Eng., Musashi Inst. of Tech., Tokyo)

高圧における気液平衡 — $\text{N}_2\text{-CO}_2$, $\text{H}_2\text{-CO}_2$ 系— (頼
実正弘・吉村尚真・舛岡弘勝, 化学工学, 34, 953~957
(1970)) 蒸気循環法により不可視式平衡セルを用いた気液平
衡測定装置を開発し, 0°C で $\text{N}_2\text{-CO}_2$, $\text{H}_2\text{-CO}_2$ 系について臨界
点付近の気液平衡関係を測定した。すなわちステンレスのパイプ
で平衡セルを製作し, セル内の液面は, 浮子に永久磁石を貼りつけ
たものを気液の界面近くに浮かせ, 平衡セルの外部に設置したコイ
ルを用いて電気的に検知した。推算は BWR 法により一般化法で
BWR 定数を求めて行なった。この方法は固有定数が得られない場
合にも有用な方法であることを確認した。

気泡塔における流動の研究 (宮内照勝・徐嘉男, 化学工
学, 34, 958~964 (1970)) $D_T=10\text{cm}$ の気泡塔において,
サンプリング法により半径方向ガスのホールドアップ分布と液循環
速度を測定した。ガスのホールドアップ分布による密度差が循環流
の推進力になると考えて, 半径方向乱流粘度が一定になると壁付近
は層流状態の仮定のもとで, 流動方程式を解き, 循環速度分布を
提出した。
実験値により, 混相乱流粘度を規定し, これに基づいて, 液循環
流を計算した。文献値を用いて, 乱流粘度と速度分布についての塔
径への影響を考察した。

直交流冷水塔における総括エンタルピー容量係数の算出
法 (林 良茂・平井英二, 化学工学, 34, 965~971 (1970))
本報告は, 空気飽和エンタルピーを温度の 1 次式によって近似し,
直交流熱交換器の理論を適用して, 直交流冷水塔の総括エンタル
ピー移動容量係数を求める 2 つの解析方法を提案した。そして, これ
ら 2 つの方法による計算値と内田によって報告されている図式解法
による値とを比較検討した。その結果, 本報で示した方法が, ほぼ
妥当であることを見いだした。また, 直交流冷水塔の総括エンタル
ピー移動容量係数は, 本法によれば, 比較的簡単に求められること
が明らかになった。

成型多孔質固体内における物質移動に関する実験的研究
—シリカ・アルミナ触媒内・各種浸漬液の乾燥速度—
(笠岡成光・新田邦昭・阪田祐作・村尾匠昭, 化学工学,
34, 972~978 (1970)) 多孔質の成型シリカ・アルミナ内に
浸漬をさせた各種のアルコール類, 炭化水素類, 水, 四塩化炭素な
どの液体物質の乾燥速度を, 蒸気圧の小さい低温 ($25\sim 70^\circ\text{C}$) かつ,
外部抵抗の無視できる空気流速下で, 熱天秤を用いて追跡した。そ
の結果, 乾燥速度データは巨視的ではあるが, 水の乾燥の場合を除
いては, 有効拡散係数 (D_e) を一定とする非定常拡散則で解析で
きることが示された。さらに併せて, 細孔構造特性を簡易に推定す
るための D_e の評価が当手法によって可能であることを示した。

修正 θ 法について (斉藤日出雄・山田幾穂・杉江日出澄,
化学工学, 34, 978~984 (1970)) Lyster による θ 法は
多成分系蒸留の操作問題の解決にしばしば応用されてきたことはよ
く知られているが, この方法は, 補正係数 α を用いて, 広瀬および
共同研究者によって最近非理想系へ発展した。

本報では, 筆者らは, θ 法の収束過程を幾何学的に考察し, 非理
想性が基因する収束の不確かさに対する理由を示し, 収束解をうる
ために Regula-Falsi 法を適用した修正 θ 法を提示した。そして,
本法は他の方法より少ないくり返し回数で収束解をみた。

粉塵負荷を伴う乾式汙布フィルターの捕集効率 (木村典
夫・白戸紋平, 化学工学, 34, 984~990 (1970)) 汉布
式フィルターは一般に粉塵負荷の高い状態で用いられており, 汉布
の捕集効率に及ぼす粉塵負荷の影響は重要である。本報においては,
粉塵負荷による単一繊維あたりの効率増加 $\Delta\eta_e$ を実験的に決定し,
汉過時間などの関数として無次元式にまとめた。なお, 片面起
毛汉布において, 粉塵の汉過面を無起毛側とすれば, 起毛側で粉塵
を分離する場合より捕集効率はよく, また, 汉布組織は朱子織ある
いは 2/3 あや織汉布の捕集効率がよい。

前方光散乱粒子カウンターの応答計算 (金川 昭, 化学
工学, 34, 991~996 (1970)) 煙霧体粒子の前方散乱光を
光電管に個々に受けて計数する前方光散乱粒子カウンターについて,
理論的な応答パルスの大きさと煙霧体粒子の粒径および屈折率との
関係を種々の光学レンズ系幾何条件において求め, カウンターの感
度, 比例性および屈折率依存性に対する幾何条件の影響を考察した。
結論的に前方光散乱粒子カウンターは比例性に難点があり, 特にサ
ブミクロン粒子の粒径測定には問題のあることを明らかにした。

側方光散乱粒子カウンターの改良 —光学レンズ系幾何
条件の改善 (横地 明・金川 昭, 化学工学, 34, 997~
1001 (1970)) 光軸交角 $60^\circ, 70^\circ, 80^\circ, 90^\circ$ の 4 種の側方光散
乱粒子カウンターについて発生パルス高と粒径との関係をポリスチ
レンラテックス煙霧体粒子を用いて実験的に求め, 側方型カウンタ
ーの感度, 比例性, 可測最小粒径についての検討を理論的關係と比
較して行った。その結果, 60° カウンターが理論から期待された通
りもっともすぐれた特性を示すことを明らかにした。

<化学工学データ>
酢酸+水+テトラクロロエチレン系および酢酸+水+四
塩化炭素系の液液平衡 (井口昭洋・布施憲司, 化学工学,
34, 1001~1005 (1970)) 酢酸+水+テトラクロロエチレン
または四塩化炭素との系の 25°C の液液平衡を測定し, 溶解度曲線
とタイラインのデータを得た。プレイトポイントを

$$\log x_w : (y_w - x_w) / x_w$$

の相関関係を利用して求めた。低濃度範囲に対しては

$$\log \frac{y_w}{1-y_w} : \log \frac{x_w}{1-x_w}$$

の關係が成り立つ。ここで, x_w は塩化炭化水素相内の酢酸重量分
率で, y_w は水相内の酸の重量分率である。

溶解度曲線を求める白濁法について検討した。酢酸+水+塩化炭
化炭素の系では, 塩化炭化水素の約 20wt% 以下または 80wt% 以
上では相の分離が見られる。これは平衡状態にある両相の密度差お
よび界面張力によるものと思われる。

<寄書>
単粒子破砕面の走査電子顕微鏡による観察 (八嶋三郎・
神田良照・諸橋昭一, 化学工学, 34, 1006 (1970))
球形単粒子を圧縮破砕してその破断面を観察し, 1) ガラス質試料
の試験片では破断面が断こん状をなし, 2) へき開性のない天然産
試料試験片の破断面は不規則で, 3) へき開性を有する天然産試料
の試験片ではへき開面に沿って破壊しているのが認められた。

Improvement in Sideways Light Scattering Particle Counter—Rearrangement of Optical Lens Geometry—, A. Yokochi and A. Kanagawa (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 997~1001 (1970)

The characteristics of the sideways light scattering aerosol particle counter has been improved by rearrangement of the optical lens geometry to receive more forward angle scattering light. Four counters with different optical lens geometry, employing respectively 60°, 70°, 80° and 90° mean scattering angle, have been constructed, and the calibration of these counters has been performed with uniform size polystyrene latex spheres.

The photo electrical pulses from a phototube are measured and counted automatically with the multichannel pulse height analysing technique, which is utilized widely in the field of nuclear science. The experimental values of counter responses are in good agreement with theoretical responses calculated by Mie theory of light scattering by transparent spherical particles.

As a result of theoretical and experimental studies on sideways counter, it has been found that the 60° counter has the most excellent characteristics among the test counters. The sensitivity of the 60° counter is three fold higher than that of the 90° counter, and there is little difference in the linearity of both counters.

Liquid-liquid Equilibria of the System Acetic acid+Water+Tetrachloroethylene and Acetic acid+Water+Carbon tetrachloride, Akihiro Iguchi (Musashi Inst. of Tech.) and Kensi Fuse (Tokyo Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 1001~1005 (1970)

Solubility curve and tie-lines were determined for the systems acetic acid+water+tetrachloroethylene and acetic acid+water+carbon tetrachloride at 25°C.

The concentration of acetic acid at plait point was obtained from extrapolation of the following correlation line,

$$\log x_w \text{ vs. } (y_w - x_w)/x_w$$

where x_w is acetic acid concentration (wt. fraction) in organic layer and y_w is acid concentration (wt. fraction) in water layer.

The data for lower concentration region were well correlated by Hirata's plots,

$$\log y_w/(1-y_w) \text{ vs. } \log x_w/(1-x_w)$$

For the acetic acid+water+chlorinated hydrocarbon systems, cloudy states did not appeared and phases were separated below nearly 20 wt % or above nearly 80 wt % of chlorinated hydrocarbons, perhaps, due to the difference of densities and interfacial tension of water- and organic phases.

Observation of Fracture Surface of Crushed Particle by Scanning Electron Microscope, S. Yashima, Y. Kanda and S. Morohashi (Yamagata Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 1006 (1970)

By the observation of fracture surfaces of single spherical particles we obtained the following results, 1) the fracture surfaces of specimens of glassy materials were mainly of conchoidal structure, 2) the status of fracture surface of mineral specimens having incomplete cleavage was quite irregular and 3) the specimens of minerals having complete cleavage were fractured along to their cleavage plane.

On the Modified θ Method, Hideo Saito, Ikuho Yamada and Hidezumi Sugie (Nagoya Inst. of Tech.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 978~984 (1970)

It has been wellknown that the θ method by Lyster has often applied to solve the operational problem of multi-component distillation. This method, using the correction parameter z , has been recently developed to non-ideal systems by Hirose and his coworker.

Discussing the convergence process of θ method by the geometrical consideration, the authors have shown the reason for the inconsistency of convergence depending on the nonideality, and have proposed the modified θ method by means of "Regula-Falsi" method to obtain the converged solution, which requires less iteration number than other method.

Collection Efficiency of Dry Cloth-Filters with Dust Loading, Norio Kimura and Mompei Shirato (Nagoya Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 984~990 (1970)

Dry cloth filters are commonly used under heavy dust loading conditions, and it is essentially of practical importance to estimate the effects of dust loading on the collection efficiency of filters. In this report, the increment $\Delta\eta$ of collection efficiency of a single thread due to dust loading is obtained experimentally, and an empirical formula for collection efficiency is presented in terms of the operating conditions and the characteristics of filter cloth and dusts.

It becomes experimentally evident that one-side napped cloth should be used under the condition of the napped surface downstream because of its higher efficiency. Fabric structures of sateen and 2/3 twill are excellent in both of collection efficiency and pressure drop.

Response Calculations for Forward Light Scattering Aerosol Particle Counters, A. Kanagawa (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 991~996 (1970)

The response curves of the forward light scattering aerosol particle counter have been obtained with various optical geometries in both the hollow cone illumination type and the central dark stop collection type.

The response to be expected from spherical transparent particles have been calculated from Mie theory and Gucker-Hodkinson equation, taking into account the spectrum characteristics of the light source and the phototube. And, the influence of the counter optical geometry on the counter performances, such as the sensitivity, the linearity and the dependency on the refractive index of the aerosol particle, has been discussed.

It has been pointed out that the forward light scattering counter might not be suitable to determine the aerosol particle size in submicron range.

Vapor-Liquid Equilibrium at High Pressure— $\text{N}_2\text{-CO}_2$, $\text{H}_2\text{-CO}_2$ System, M. Yorizane, S. Yoshimura and H. Masuoka (Univ. of Hiroshima)

Kagaku Kōgaku, **34**, 953~957 (1970)

An experimental apparatus was developed for measuring the relations of vapor-liquid equilibria at high pressure by vapor circulating method. A special feature of the apparatus was the equilibrium cell. The liquid surface in the equilibrium cell was detected with floating magnetic needle coupled with outside coils. Vapor-liquid equilibrium data for hydrogen-carbon dioxide system at 0°C were obtained by the apparatus up to 370 atm. and the data of nitrogen-carbon dioxide system at 0°C were also obtained. Estimation of the vapor-liquid equilibrium was carried out by the BWR method using generalized constants. The results of calculation were not so good. But it was ascertained that the method is useful when the BWR constants are not available.

Flow of Fluid in Gas-Bubble Columns, Terukatsu Miyauchi and Chia-Nan Shyu (Univ. of Tokyo)

Kagaku Kōgaku, **34**, 957~964 (1970)

The radial distribution of gas hold up and the circulations of liquid were measured by a sampling method in a gas-bubble column of 10 cm diameter.

A theory of circulation is presented, which assumes a dual structure of turbulent core flow and a laminar wall sublayer.

Experimental results are used in the theory to calculate the effective turbulent viscosity in the column. Some other data are discussed by the theory to show the effect of column diameter on the viscosity and the liquid circulation.

The Calculation of Over-all Volumetric Enthalpy Transfer Coefficient in Cross-flow Cooling Towers, Y. Hayashi and E. Hirai (Kanazawa Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 965~971 (1970)

This paper proposes two analytical methods to obtain the over-all volumetric enthalpy transfer coefficients in cross-flow cooling towers with the idea of cross-flow heat exchangers, assuming that the actual saturated enthalpy of the air can be numerically determined as the first degree in temperature and the numerical values calculated by these two methods is compared with the values of the graphical method reported by Uchida.

As the result, authors find that the methods reported in this paper are considerably reasonable and further it becomes clear that the numerical values of over-all volumetric enthalpy transfer coefficient for cross-flow cooling towers can be calculated more easily by these two methods than by the past methods.

Experimental Study on Mass Transfer within Pressed Shaped Porous Solid—Drying Rate of Various Liquids Contained in Silica-alumina Catalyst—, Shigeaki Kasaoka, Kuniaki Nitta, Yusaku Sakata and Nariaki Murao (Okayama Univ.)

Kagaku Kōgaku, **34**, 972~978 (1970)

An experimental investigation of the Fick model for diffusion has been made of a liquid phase transfer within porous solids of different shape-sizes.

The respective speci of alcohols, hydrocarbons, water and carbon tetrachloride was impregnated and contained uniformly in the pores of cylindrical or ring type silica-aluminas.

The transfer (drying) rates were measured using the thermobalance in constant air flow and low temperature (25 to 70°C), under which the vapor pressure was markedly low and the external mass transfer resistance was almost negligible.

It was confirmed that these rates obey the unsteady state diffusion model macroscopically under constant overall effective diffusivity, D_e except for the case of water transfer, and that this procedure is simple and accurate for the estimation of D_e , the characteristics of pore structures.