原 著

パラフィンブロック薄切時持続冷却の標本の厚みに与える影響の画像解析による検討

齊尾 征直¹, 守谷 駿一¹, 藤森 美沙¹, 羽鳥 瑞歩¹, 小林さやか¹, 木村 公則²¹ 群馬県前橋市昭和町 3-39-22 群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査科学² 東京都文京区本駒込 3-18-22 東京都立駒込病院肝臓内科

要 旨

目 的：ミクロトーム連結式パラフィンブロック固定台冷却装置による薄切時持続冷却（持続冷却）と薄切された標本の厚さ（標本厚）評価におけるデジタル画像解析（DIA）の有用性を検討した。

方 法：魚肉ソーセージのホルマリン固定パラフィン包埋ブロックを持続冷却し薄切した場合と保冷剤での事前冷却後薄切した場合（保冷剤冷却）について、エオシン染色後 DIA でエオシン陽性面積率を比較検討した。

結 果：設定値 2~8 μm で薄切した時の陽性面積率は対数曲線を示し、高い相関係数 ($R^2 > 0.93$) を示したため検量線として用いた。次に 3 μm の設定値で 3 名が各 20 枚薄切した平均値を比較すると、持続冷却は 4 μm 以下、保冷剤冷却では 6 μm 以上であった。

結 論：DIA 技術を用いると標本厚の推定が可能であり、保冷剤冷却ではブロックの膨張で設定値の約 2 倍の厚みの標本が作製されている可能性が示された。

文献情報

キーワード：

病理検査学,
ミクロトーム,
パラフィンブロック薄切時持続冷却,
義歯安定剤,
画像解析

投稿履歴：

受付 平成31年 2月15日
修正 平成31年 3月 4日
採択 平成31年 3月 7日

論文別刷請求先：

齊尾征直
〒371-8514 群馬県前橋市昭和町3-39-22
群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査科学
電話：027-220-8942
E-mail: saio@gunma-u.ac.jp

I 目的

病理組織学的な検討を行う際は、通常ホルマリン固定パラフィン包埋標本を用いる。その際パラフィン包埋ブロック内の組織片を薄く切ることを薄切と言い、薄切する器械をミクロトームという。¹ 通常、薄切の際は、パラフィンブロックを硬くさせるためにパラフィンブロックを冷却してから薄切を開始するが、¹ ミクロトーム上に載せるとブロックは冷却されないで、膨張することを念頭に入れた薄切が必要である。¹ このような点を考慮して、市販の自動切片作製装置では、温度が $17-18 \pm 2^\circ\text{C}$ 、湿度が $50 \pm 5\%$ 前後に保たれ、安定した薄切状態が保たれるように設計されたタイプがみられるものの、² 未だに普及しているとは言いがたい。また、大別するとミクロトームにはユング型、シャンツェ型、テトランダー型などの滑走式とミノー型、ザルトリウス型などの回転式があり、³ 欧米では主に回転式が日本では主に滑走式が用いられているが、⁴ 連続薄切や硬組織の薄切には後者が向いている。³

我々は最近滑走式ミクロトームの一つであるユング型のミクロトームのパラフィンブロック固定台を直接持続冷却できる装置とパラフィンブロック裏面の隙間を埋めるための義歯安定剤を用いると、薄切中もパラフィンブロック温度を一定に保つことができ、常温のパラフィンブロックよりも薄い薄切を安定して行うことが可能であることを見出した（論文印刷中）。この過程で、薄切時持続冷却（持続

冷却)ではパラフィンブロックの温度に変化を来さないため、パラフィンブロックを通常のように薄切前だけ冷却し薄切時は冷却しない場合と比較すると、同じ厚みに設定して薄切してもパラフィンブロックの厚みは持続冷却の方が薄いのではないかと気が付いた。その一方で、標本の厚みを標本中のたんぱく質の染色された領域の面積で表すことで検量線を求めることができれば検量線から薄切した標本の厚さ(標本厚)が推定できるのではないかという着想を得た。

そこで本研究では、魚肉ソーセージのホルマリン固定パラフィン包埋標本を用いて、標本厚の推定を画像解析を用いて行ったので報告する。

II 材料と方法

1. パラフィンブロック作製

パラフィンブロック作製には包埋センター(クライオコンソール, TEC-P-CC-J0, ディスペンシング・コンソール, TEC-P-DC-J0, サクラ精機, 中央区, 東京都)を用いた。あらかじめ60℃に加温したパラフィンブロック作製の包埋皿(2.4×2.4 cmのブロック作製用, 13号, サクラファインテックジャパン, 中央区, 東京都)を包埋センターから取り出し、ホットプレート上に置き、容器の中に加温されたパラフィン(病理組織包埋用パソブレップ568, 富士フィルム和光純薬, 中央区, 大阪市)をディスペンサーから注いだ。病理組織疑似検体として厚さ約4 mmで半月形あるいは5 mm角に切った魚肉ソーセージ(マルちゃんソーセージL, 東洋水産, 港区, 東京都)を中に埋め込み、コールドプレートで一旦パラフィンの表面を固めて魚肉ソーセージの位置を固定した後に(パラフィンブロックのみの場合はこの行程を省略)、パラフィンブロック用のカセット(ティッシュ・テック固定包埋用カセット, 41870 ホワイト, サクラファインテックジャパン)を容器の内側にセットし、さらに加温されたパラフィンをディスペンサーから注いだ。注ぐパラフィンの量は、カセットの網目が隠れる程度とカセット裏面からパラフィンが溢れない程度に満たされる程度の二種類を作製した。その後クライオコンソールの上で30分以上冷却したあと、包埋皿を取り外し、重量を測定した後、パラフィンブロックとして本研究の検討に用いた。

2. パラフィンブロック裏面への義歯安定剤充填

本研究では新ライオデント(以下LDN)(ライオン, 墨田区, 東京都)を用事、一旦ラップに包んだうえでパラフィンブロック裏面の窪みにカセット裏面が埋まり平坦になるように充填して研究に用いた。

3. パラフィンブロック表面温度測定

パラフィン表面の温度の測定には、赤外線放射温度計

(AML00021, A Life, 深セン市, 広東省, 中国)を用いた。測定時パラフィンブロックの表面から12センチの高さに固定し、表面温度を測定した。温度計のマニュアルでは「検体からの距離12 cmで直径1.5 cmの表面温度の平均値を測定し表示する」とるので、この条件では直径1.5 cmの円形のエリアの平均温度を計測していることになる。

4. パラフィンブロックの薄切

大型滑走式マイクローム(TU-213, 大和光機工業, 朝霞市, 埼玉県)にマイクローム替刃(A35 フェザー, 美濃市, 岐阜県)を取り付けて薄切に用いた。薄切は、23℃にエアコン温度設定された実験室内で行った。ブロックの持続冷却にはブロック固定台連結型固定台冷却装置(PARA COOLER, PC-110, 大和光機工業)を用い、あらかじめ1時間装置を稼働させて温度の安定した装置に、パラフィンブロックを取り付けて、あらかじめパラフィンブロック全面が出るように荒削りをして、ブロック温度が安定してから薄切を開始した。他方持続冷却装置を用いない場合は、保冷剤(キャッチクール, トライ・カンパニー, 沼津市, 静岡県)を-20℃の冷凍庫に保存しておき、用事取り出し、ブロック固定台に設置した常温のブロックを最低20分間表面冷却し、温度が安定してから薄切2分、表面冷却2分を交互に繰り返した。薄切時は、薄切されたパラフィンと魚肉ソーセージ組織片を紙片ですくい、直ちに水に浮かべ、その後ガラスに拾いパラフィン伸展板で30分以上伸展後、37℃の恒温槽で一晩乾燥させた。その後パラメイト(カケンギエネックス, 松戸市, 千葉県)で標本面をパラフィンコートして使用時まで冷蔵保存した。なお、検量線作製の標本は2~8 μmの厚さで各5枚を持続冷却条件で作製し、標本厚推定用は厚さ3 μmで持続冷却、保冷剤冷却のいずれも各20枚作製した。検討は独立して2回行った。

5. Eosin 染色

薄切標本をキシレン3槽(各5分)で脱パラフィンし、純エタノール, 95%エタノール, 70%エタノールにそれぞれ1分浸漬し加水処理した。流水水洗1分後、エオシン(New エオシン液 TypeM, 武藤化学株式会社, 文京区, 東京都)に3分浸漬した。流水でリンス後、70%エタノール, 95%エタノールでそれぞれリンスし、無水アルコール2槽に各30秒浸漬して脱水した。その後キシレン3槽5分透徹して封入後検討に用いた。

6. 標本の画像取り込みと解析

染色された標本はバーチャルスライドスキャナ(パーソナルスキャナSQ, 浜松フोटニクス, 浜松市, 静岡県)で、対物レンズ:20倍, 取り込み倍率:20倍, 露光:Autoモード, 焦点:Manualモードで標本上の任意の5点を指定、をそれぞれ行い取り込んだ。その後、Slide Converter(3D

Histech 社, ブタペスト, ハンガリー)で画像変換後に HistoQuant ソフト (3D Histech 社) で画像解析した. 画像解析の設定値は, Color ranges (0-255); Red: 175-255, Green: 107-202, Blue: 156-235, Noise reduction: Gauss (0-32); 10, Separation; no, Fill holes; no, Size filter; no, Shape filter; no とし, 標本上の任意の5か所を20 倍の倍率の画像で解析し, 画面上の設定色調陽性率を記録した.

7. 統計学的解析

統計学的解析には JMP Pro 12.2.0 (SAS Institute Japan, 港区, 東京都) を用いた. 2 群間の平均値の差の検定には Welch の t 検定を行った. また, $p < 0.05$ を統計的に有意差ありと判定した. 検量線を作製する際には Microsoft Excel の機能を用い近似曲線の作製と数式表示, R^2 の表示を行った. 相関係数は, $R = 0.9$ 以上を非常に強い相関, $0.7 \sim 0.9$ までを強い相関, $0.5 \sim 0.7$ までを中等度の相関, $0.3 \sim 0.5$ までを弱い相関ありとし, 0.3 未満を相関なしとした.⁵

III 結果

1. パラフィンプロック裏面間隙量の多寡による義歯安定剤補充の有無によるパラフィンプロック温度の検討
前回の報告で我々は, パラフィンプロック薄切時冷却の

際, パラフィンプロック裏面の間隙に義歯安定剤を充填すると, 充填なしと比較して5 分後には有意にブロック温度が低下することを報告した. その際 LDN を用いるとブロックの20 分後の温度が, LDN なしと比較して低い可能性があったが, 有意差が出るには至らなかった (論文印刷中). その際は 2.4×3 cm のブロックを用いていたが, 今回我々は魚肉ソーセージを包埋するときに用いたものと同じ 2×2 cm のパラフィンのみ (魚肉ソーセージなし) のブロックを用いて検討を行った. まず検討に当たって, ブロック裏面の隙間の大きい群 (隙間大) と隙間の小さい群 (隙間小) を用意し, そのブロックの重量及び隙間を完全に充填した時の LDN 使用重量を計測した (表 1). ブロック裏面の隙間が少ないと有意にブロック重量が重たく, ブロック裏面を完全に充填するために必要な LDN 量は有意に少なかった. したがって異なった隙間量の2 群を作ることができた. そこで, 表 1 で用意したブロックを用いて充填剤の有無や隙間量でどのようにブロックの冷却が影響されるか検討した. 図 1 にその結果を示すが, ブロック冷却5 分後でも20 分後でもいずれも LDN の充填なしと比較してブロック裏面に LDN を充填した方が有意にブロック温度が低下した. また, ブロック裏面の隙間が大きい方が隙間が小さい時と比較して, 充填剤がある時もない時もブロックの温度が有意に高かった. 以上より, パラフィンプロック

表 1 ブロック裏面の隙間充填に必要な義歯安定剤 LDN 量とブロック重量

ブロック裏面の隙間量	隙間充填に要する LDN 量 (g) 平均 (±SD)	検定	ブロック重量 (g) 平均 (±SD)	検定
隙間大 (n=6)	3.4 ± 0.4	$p < 0.0001$	6.6 ± 0.3	$p < 0.0001$
隙間小 (n=5)	1.6 ± 0.3		8.2 ± 0.2	

図 1 パラフィンプロック裏面の隙間の大きさとパラフィンプロック裏面の隙間への義歯安定剤 LDN の充填の有無によるブロック冷却温度への影響の評価: ブロック固定台冷却装置にブロックを設置後5 分後 (A) と20 分後 (B) におけるパラフィンプロックの表面温度を示す. 使用したのは表 1 で示したブロックであり, 隙間の大きいブロック (隙間大) と隙間の小さいブロック (隙間小) に分けて比較検討したものである.

図2 魚肉ソーセージを用いた薄切標本での検量線の一例：2～8 μm までの各5枚の検体の薄切厚のマイクロトームでの設定値をX軸にとり、エオシン陽性面積率の5枚の平均値をY軸にとりグラフにプロットしたあと、Microsoft Excelの近似曲線機能で対数を選んだ時の曲線とその時の数式及びR²係数を図中に示す。3回の検討の1例を図として示す。

裏面の隙間の広さはブロックの冷却される温度に影響することが示唆され、それを一定に保つためには、義歯安定剤の充填による温度の調節が役立つ可能性があることが示唆された。

2. 魚肉ソーセージとデジタル画像解析を用いた標本厚の推定用検量線作製

次に我々は、魚肉ソーセージを試料として用い、デジタル画像解析を応用した標本厚の推定を試みた。図2に標本薄切時持続冷却下における2～8 μmの薄切の厚さ（薄切厚）設定下での各厚さ5枚の標本のエオシン陽性面積率の平均値をプロットした結果を示し、その結果が得られた時の代表的な標本のエオシン染色結果と図2で得られた検量線から推定された各標本の推定の標本厚を図3に示した。図2に示す通り、エオシン陽性面積率は直線的ではなく、対数曲線に近似していることが分かったと同時に非常に高い近似を示す対数曲線であることも示され、3回の独立した検討で最低でもR²>0.93以上といずれも強い相関を示した（R²=0.9903, 0.9631, 0.9922）。また、図3に示す通り、魚肉ソーセージは脂質部分が明るく抜け、それ以外の部分がエオシンで染色されるため、標本厚が厚くなるとともに画像におけるエオシン陽性の面積が増えることが分かった。以上より、この近似曲線を検量線として用いることで標本厚不明の魚肉ソーセージ標本のエオシン陽性面積率から標本厚の推定値が求められる可能性が示唆された。

3. 薄切時持続冷却と保冷剤による冷却後薄切での標本厚推定値の比較

次に薄切厚を3 μmに設定し、持続冷却下薄切と定法通りの事前冷却後薄切（つまり薄切時は非冷却）の条件で標本を各20枚薄切し、エオシン陽性面積率を同日に染色した検量線用検体のデータから導き出された検量線の数式に代入することで標本厚の推定値を求めた。保冷剤を用いた時のブロック表面温度の推移例を図4に示す。パラフィンブロックは、はじめに20分間保冷剤（表面温度0℃）で冷却後に2分の冷却と2分の薄切（その間は冷却なし）することにより冷却直後は7～8℃台の温度となり、冷却を止めて薄切を2分間すると約4℃温度が上昇した。他方、薄切時に持続冷却装置を用いた場合は、先に図1で示したようにLDNを隙間小のブロックに充填した時に、保冷剤冷却時と類似した7～8℃のブロック温度に保つことができたことが明らかとなっていた。そこで、本検討ではパラフィンブロック裏面の隙間が小さいブロックにLDNを充填して薄切する条件を用いた。その条件を用いて魚肉ソーセージ包埋ブロックを薄切した際の標本厚の推定値について、3名の異なる実験者による結果を図5に示す。実験を行った3名の薄切経験は次の通りである。A氏は研究での薄切経験が20年以上あるものの業務としての薄切経験はなく、B氏は業務として約8か月の薄切経験がある。また、C氏は業務経験はなく研究としての薄切経験も半年未満で薄切経験も乏しい。3氏いずれも持続冷却の場合はほぼ失敗なく標本を拾うことができたが、保冷剤冷却下の薄切では、A氏とC氏は2分で5枚を拾うことができたのに対

図3 魚肉ソーセージを用いた薄切標本の検量線作製に用いた検体の各設定薄切厚での代表的なエオシン染色標本：図2を作製した時の各薄切厚における代表的なエオシン染色標本（対物20倍）の結果を写真で示す。写真の下にはマイクロトームの各薄切設定値とその時のエオシン陽性面積率及び、その面積率を図2の検量線に当てはめた際に推定された標本厚を示す。

図4 保冷剤を用いたパラフィン標本の冷却と冷却を止めた後の温度の経時的変化：保冷剤を用いてブロックは20分以上室内で表面を冷却し、その後0分から2分間隔でブロックの冷却と標本薄切を繰り返した。その時の薄切直前と直後のブロック表面温度を測定しプロットしたものを示す。図は3名各2回の独立した検討のうちA氏の1回目のデータである。

して、B氏は2分で8～11枚を拾うことができた。図5に示す通り持続冷却と保冷剤冷却では約2倍程度の標本厚の差があり、保冷剤冷却の標本厚の方が有意に厚かった。なお、図5のデータの3名全員を合わせた平均値は持続冷却下では 3.78 ± 1.15 、保冷剤冷却下では 6.38 ± 1.08 であった。以上の結果より、連続冷却下薄切では標本厚は設定値に近い厚さとなるが、従来のように保冷剤などで薄切前のみ冷却した場合は、設定値よりも約2倍程度厚く薄切されている可能性が高いことが示唆された。また、20枚薄切した

時の標本厚の最大値と最低値は、持続薄切下で3名合わせて最大値 $6.87 \mu\text{m}$ 、最低値 $1.60 \mu\text{m}$ と推定され、保冷剤冷却下では最大値 $8.89 \mu\text{m}$ 、最低値 $4.26 \mu\text{m}$ と推定された。これらの結果は、今回用いた旧式の逆V字型マイクロトームでは毎回の薄切における標本厚が非常にばらついている可能性が示唆された。

図5 持続冷却と保冷剤冷却による標本厚のDIAによる推定値：3名の実験者（A氏～C氏）の各条件20枚の薄切結果を示す。箱ひげ図の下に平均値と標準偏差を示し、上にWelchのt-検定の結果を示す。また各図の下に20枚の標本厚の推定値の最も厚い例と最も薄い例を示す。

IV 考察

義歯安定剤には大きく分けて、粉末タイプ、クリームタイプ、テープタイプ、クッションタイプがあるが、LDNはクッション型の義歯安定剤の中でもポリプロピレングリコールが添加されているため、剥がしやすいが柔らかい。⁶ 今回我々はLDNをブロック裏面の隙間に充填すると図1に示す通り、隙間充填をしない場合と比較して有意にブロック冷却装置でブロックを冷却する際の温度を低く保つことができることを明らかにした。図4に示すように、保冷剤冷却でのブロックの温度は約7～8℃であったが、今回我々は、持続冷却装置とLDNを併用することで、持続的に7～8℃のブロック温度に保つことができることを明らかにした。さらに図5で示すように、保冷剤を用いた薄切ではミクロトームの設定値と比較して2倍以上ずれた標本厚に薄切されている可能性が高いことが示唆された。日常業務においてパラフィンブロックの冷却は欠かせないが、⁷ ミクロトーム上に載せるとブロックは冷却されないの、膨張することを念頭に入れた薄切が必要である。¹ しかし、どの程度冷却を止めた後にブロックが膨張することが標本厚に影響するかを評価した論文は国内外を通じて、我々が探し得た中では見当たらなかった。今回我々は保冷剤による冷却後に2分で約4℃の温度上昇が起こること、薄切は設定値の約2倍の厚さになる可能性が高いことを示した。そこで保冷剤冷却下薄切で何故標本厚に違いが出たかを考察したい。実験を行った3名は結果に示す通り薄切の業務での経験値に違いがあり、標本を拾うスピードが異なり、特に水に浮かせるまでのスピードはB氏が圧倒的に速く、他者はその半分程度であった。パラフィンブロックの膨張率が一定と仮定した場合、同じ時間で多くの枚数を拾うこ

とができればブロック膨張の影響を受けにくいので、保冷剤冷却下薄切で標本厚がB氏において他者より薄くなったことは理解可能な結果であると思われる。他方、持続冷却でB氏の標本の厚さが他者より平均値において厚くなったのは、標本薄切の時、B氏が時折ブロックに息かけを行っていたことに理由がある可能性がある。なぜなら、息かけは薄切時の静電気を防ぐ加湿の目的があるが、それと同時に加湿にもつながるからである。⁸ B氏については、息かけによる僅かな加湿の影響でブロックが膨張した状態で薄切していたので、平均値が他者より高くなった可能性がある。なお、息かけをせず加湿器で過剰に加湿をした場合、大型の水滴がブロック表面にでき、標本が刃に付着して拾いにくい。⁸ そのため今後加湿器を購入して検討する場合は、最適な加湿条件を決めることが検討課題と思われる。

今回用いたミクロトームは旧式のユング型（逆V字型）である。この逆V字型ミクロトームは硬組織や大きいブロックを薄切すると浮き上がる欠点があり、近年はその欠点をなくすためにクロスローラーベアリング方式の滑走式ミクロトームが多く施設で用いられている。³ また、ミクロトームによる薄切厚の安定性を決める因子としては、試料台の剛性やミクロトームの刃の逃げや振動などの要素があり、最新型のミクロトームでは改良が重ねられている。⁹ 今回、図5で示した通り、持続冷却において保冷剤冷却と比較して薄切標本の平均の厚みは設定値に近似していたにも関わらず標本厚が安定しなかった。それは、旧式の逆V字型ユング型ミクロトームを用いていたため、試料台の剛性やミクロトームの刃の逃げや振動などの影響で毎回の薄切が安定していなかった可能性がある。この点については今後新型のミクロトームとの対比が必要であると思われる。

デジタル画像解析 (Digital Image Analysis: DIA) は近年、病理組織学的な解析に様々使用されており、免疫染色の評価¹⁰、核形状の解析¹¹、肝の線維化の評価¹² など様々な用例が報告されている。今回我々は DIA の仕組みを標本厚の推定に取り入れたが、一般的に薄切し終わったガラス面上の標本の厚みを推定することは困難であり、現行で薄切された検体を実体顕微鏡で観察できる装置は市販されているが¹³、標本厚を測定できる装置は市販されていない。今回の我々の DIA の用例は DIA の持つ潜在的な活用法の幅の広さを示すものであり意義深い。今回は魚肉ソーセージを用いたが、今後標本厚測定のための標準試料ができれば、検体の傍らに標準試料を併設して包埋し、薄切後に標本厚を推定することも可能になると思われる。病理学的な研究はとくに相対的評価が多く、観察者間の相違が大きいと指摘されているが¹⁴、今後 DIA の使用が進めば、病理組織を用いた研究の客観性がより高まることが期待され意義深い。

V 結語

今回我々はパラフィンブロックの持続冷却によって、標本の膨張を抑えた薄切を実現できるとともに、通常の業務で用いられている事前冷却後の薄切では標本厚が設定値より約 2 倍厚くなる可能性を DIA 技術を用いた簡便な標本厚推定法を用いて示すことができた。

VI 謝辞

本研究は、AMED の課題番号 JP18ek0109326h0001 の支援を受けた。

利益相反

いずれの著者についても開示すべき利益相反はない。

参考文献

1. 鴨志田伸吾, 大河戸光章. ユング型ミクロトーム (逆 V 字型) を用いた薄切の実際. 松原修, 鴨志田伸吾, 大河戸光章ら (編), 最新臨床検査学講座 病理学/病理検査学. 東京: 医歯薬出版, 2016.
2. 吉田美穂, 倉岡和矢, 菅亜里紗ら. 組織切片自動作製装置の薄切精度向上への取り組み. 医療 2017; 71: 256-263.
3. 鴨志田伸吾, 大河戸光章. ミクロトームの種類. 松原修, 鴨志田伸吾, 大河戸光章ら (編), 最新臨床検査学講座 病理学/病理検査学. 東京: 医歯薬出版, 2016.
4. 服部進, 末吉徳芳. ロータリーミクロトームの使い方. 検査と技術 1979; 8: 643-650.
5. Mukaka, MM. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J 2012; 24: 69-71.
6. 高橋英和. 義歯安定剤の種類と性質. 補綴誌 2003; 47: 474-483.
7. Brittig, F, Weinkauff, P, Karchner, H. Ideal cooling process for paraffin-embedded tissues. Pathol Oncol Res 2004; 10: 172-173.
8. 磯崎, 勝. 基礎講座 薄切技術向上のための基礎知識 加湿・冷却の作用. Medical Technology 2011; 39: 1216-1221.
9. 大和光機工業株式会社, 「リトラトーム REM710」パンフレット, 2009.
10. Friedrich, K, Thieme, B, Haroske, G, et al. Nuclear image analysis of p53-positive and -negative cells in breast carcinoma. Analytical and quantitative cytology and histology 1997; 19: 285-293.
11. Kavantzaz, N, Lazaris, AC, Chatzigianni, E, et al. The nuclear morphometry by image analysis in the histopathologic diagnosis of lung cancer. Journal of experimental & clinical cancer research: CR 2000; 19: 201-206.
12. Calvaruso, V, Burroughs, AK, Standish, R, et al. Computer-assisted image analysis of liver collagen: relationship to Ishak scoring and hepatic venous pressure gradient. Hepatology 2009; 49: 1236-1244.
13. 大和光機工業株式会社. 「RX-SZ RX-860 用実体顕微鏡システム」パンフレット. 2016.
14. Nakazato, Y, Maeshima, AM, Ishikawa, Y, et al. Interobserver agreement in the nuclear grading of primary pulmonary adenocarcinoma. J Thorac Oncol 2013; 8: 736-743.

Estimating Section Thickness of Cooling System–Installed Microtome–Sliced Sections by Digital Image Analysis

Masanao Saio¹, Syunichi Moriya¹, Misa Fujimori¹, Mizuho Hatori¹, Sayaka Kobayashi¹ and Kiminori Kimura²

1 Department of Laboratory Sciences, Gunma University Graduate School of Health Sciences, 3-39-22 Showa-machi, Maebashi, Gunma 371-8514, Japan

2 Department of Hepatology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Disease Center, Komagome Hospital, 3-18-22 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8677, Japan

---

Abstract

Objectives: We evaluated the usefulness of a cooling system installed in the sliding microtome for paraffin-embedded tissue and digital image analysis (DIA) for thickness evaluation.

Methods: We prepared formalin-fixed paraffin-embedded fish sausage sample blocks and sliced the block using a microtome with (continuous cooling) or without (refrigerant cooling) a cooling system. DIA was used to evaluate the percentage of eosin-stained area (positive rate) on the specimen.

Results: The plotted mean positive rate of 2–8- μm thick specimens showed a logarithmic curve and showed a high correlation coefficient ($R^2 > 0.93$). Hence, we utilized this plot as a standard curve to estimate specimen thickness. Under both cooling conditions, three individuals prepared 20 specimens that were 3- μm thick. The mean estimated thickness in the continuous and refrigerant cooling was $< 4 \mu\text{m}$ and $> 6 \mu\text{m}^2$, respectively.

Conclusions: DIA is a useful technique in estimating specimen thickness. Our data showed that specimens prepared with conventional cooling (such as refrigerant cooling) were twice as thick as the setting value of the microtome.

Key words:

pathological examination,
microtome,
paraffin block cooling during sectioning,
digital image analysis,
denture adhesive