特 集

粒子線治療

6 治療計画

田代 睦[†], 島田博文, 川嶋基敬群馬大学 重粒子線医学研究センター
371-8511 群馬県前橋市昭和町 3-39-22[†]tashiro@gunma-u.ac.jp

広義での治療計画とは, これから行われる治療全般, すなわち入院, 検査, 投薬, 処置等の予定や計画といった意味でとらえられる。放射線治療分野における治療計画は, 照射対象となるがん標的を X 線 CT (以下 CT とする) 画像上に設定し, 体内の放射線による線量分布を確認しながら照射方法や線量を具体的に決定することである。ここでは, 特に群馬大学で行われている重粒子線 (炭素イオン線) 治療における治療計画を中心に紹介する。

Key Words : treatment planning, gross tumor volume (GTV), clinical target volume (CTV), planning target volume (PTV), X-ray CT image, radiation dose distribution, irradiation technique, carbon-ion beam therapy, respiratory motion

1. 治療計画の流れ

治療計画を行うために放射線を照射する体位の CT 画像が必要となる。そのために, 様々な照射体位で患者固定具を作成する。これは, 治療時に体の位置を再現するためのものである。固定具により治療寝台に固定された状態で CT 撮影を行う。外部放射線治療では, 標的の線量を十分高くして周囲の線量を抑えるために, 複数の方向から標的に照射することが一般的である。一般的な X 線治療装置や多くの陽子線治療装置では, 照射ポートが体軸の回りに 360° 回転できるため, 患者は一つの体位のみで様々な方向からの照射が可能である。しかし, 群馬大学のような重粒子線治療装置の場合, 照射ポートが水平や垂直下向き, さらに他の施設ではあるが 45° 下向きなどに固定されているため, ビームの照射方向が限られる (ドイツのハイデルベルグ大学では回転ガントリ装置が使用されており, また日本の放射線医学総合研究所でも導入予定である)。方向が固定されているデ

リットを補うために, 患者を仰向けやうつ伏せ, さらに体軸回りに治療寝台を回転 (ローリング) させた状態で照射することにより, 患者の体に対して相対的に照射方向を増やしている。体幹部の治療では, そのような体位の変更により内部臓器の位置が変動するため, 各体位にて CT 画像を取得する必要がある。

次に, 取得された CT 画像に対して, 照射すべきがん標的を設定するために, 画像上に 3 次元的に標的の輪郭を描く。標的の輪郭は, 標的が存在する全ての CT スライス画像に対して描く必要があり, CT 画像のスライス間隔が狭ければより正確に標的の輪郭を描出することが可能である。標的には肉眼的腫瘍体積 (gross tumor volume; GTV), 臨床的標的体積 (clinical target volume; CTV), 計画標的体積 (planning target volume; PTV) が ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) のレポート 50 で定義されている (図 1)¹⁾。GTV が画像上に確認できる腫瘍であり, CT 画像上に直接輪郭を描く。CTV は画像上確認

図1 標的体積の概略図。

できる GTV に加えて浸潤など臨床的に進展が疑われる体積を含めたものである。これらは、場合によって MRI や PET/CT などの他のモダリティ画像を参考にしながら描かれる。PTV は、患者の位置決めによる誤差や機器配置の誤差を含めたセットアップエラーや、呼吸性移動など標的の動きによるエラー、また、線量計算の誤差などの様々なエラーを考慮して、CTV に対してマージンが付加された体積である。これにより、照射中に CTV がずれたり移動したとしても照射範囲内に収まるようにする。また、標的周辺にある正常臓器・組織のうち、放射線に対してリスクが大きいと考えられるものに対しては、リスク臓器 (Organ At Risk; OAR) として輪郭を描く。照射に伴ってリスク臓器へ付与される線量を計算機上で定量化し、それが臨床問題がないかを判断するためである。

標的決定後、線量分布計算を行う。線量分布計算では、具体例は後述するが、ビームの方向や各ビームの線量ウェイト等が設定される。また、照射装置の機器パラメータが全て治療計画装置に登録されており、線量分布の計算をする際に全てのパラメータが決定される。このとき、リスク臓器への線量を低減するための処置なども行われる。

担当医による治療計画線量分布の確認が得ら

れた後、医療カンファレンスにて治療計画を提示し、承認を得る。承認が得られた計画は、治療照射装置に転送され、実際の照射の準備に進む。

2. 重粒子線治療の線量分布計算

粒子線治療における照射法は、大きく二つに分けることができる。一つは拡大照射野形成法で、もう一つはスキニング法である。拡大照射野形成法 (機器構成の例を図2に示す) では、ビームポートの上流で散乱体による多重散乱の効果を利用してビームを広げ、あるいは、散乱体に加えて x 及び y 方向の偏向電磁石を組み合わせて円形状にビームを走査しながらビームを広げ (ワブラー法という)、かつ患者直前でコリメータにより標的形状に合わせてビームを成形し、患者標的位置で一様な線量分布を得る方法である。この場合、標的の形状や深さによって照射野形状やその他の機器パラメータを決定し線量分布の計算を行う。一度その線量分布を確認した後に修正すべき点があれば、照射野形状やその他のパラメータを調整して線量分布を最適化していく、いわゆるフォワードプランニングが一般的に用いられている。一方、スキニング法では、ビームを広げずに、ほぼ加速器から得られるペンシルビームのまま、治療室上流の x 及び y 方向の偏向電磁石によりビームを走査し、標的のを 3 次元的に分割して配置された各スポットに異なる線量を照射することにより、結果として標的内に一様な線量を得る方法である。この場合、線量分布のゴールとなる理想的形状が決まっており、それに合わせて各スポットの線量ウェイトを調整して線量分布を最適化していく、いわゆるインバースプランニングが一般的である。ここでは、群馬大学の現在の照射方法である前者について紹介する。

線量分布計算では、あらかじめ元となる線源データを治療計画装置に登録する。線源データとは、標準条件で取得された深部量百分率 (Percentage Depth Dose; PDD) である。標準条件

図2 群馬大学における照射野形成方法（拡大照射野形成法）。

とは、ビームエネルギー、ワブラー径（ビームを走査する径）（散乱体厚）、拡大ブラッグピーク（Spread-Out Bragg Peak; SOBP）幅すなわちリッジフィルタ、レンジシフタの代表的な値（例えば 50 mm H₂O ごと）、これらパラメータの全ての組み合わせの条件である。それぞれの条件で水中の PDD を水ファントムで測定しておく。このように複数の条件で登録する理由は、一つの条件から他の条件に変えたときに、重粒子線とビーム通過機器との核反応による線量寄与の変化など様々な要因を解析的に精度良く模擬することが困難なためであり、条件の変化による線量計算の誤差を低減するためである。登録されている線源データの数はいく百となっている。

線源データは水中における深部線量分布を表しているが、実際の患者は骨、筋肉、脂肪、肺野など様々な物質から構成されている。物質の密度によって粒子線の止まりやすさ（阻止能）が異なることになるが、それを見積もるために CT 値から粒子線の水に対する阻止能に換算する必要がある。CT 値は X 線の線減弱係数に関

する情報であるが、その値から粒子線の阻止能を解析的に得るのは不可能である。そこで、あらかじめ CT 撮影の条件で、複数の基準物質の CT 撮影を行い、CT 値と阻止能の換算テーブルを得て²⁾、治療計画装置に登録しておく。ちなみに、治療計画装置を用いた線量分布計算では、便宜上、患者体内は全て密度の異なる水であると近似する。すなわち、重粒子線との核反応や多重散乱は物質によって異なるが、水と変わらないと仮定している。以上より、3次元 CT 画像上の各画素（ボクセルと呼ばれる）に対して阻止能が決定され、患者表面からビームの経路上に水等価距離が計算され、線源データ上で同じ水等価深さに相当する線量が各ボクセルに与えられる。この表面からの水等価距離の計算を、細かく分割した全てのビーム経路に対して行う（このように経路に沿って何らかの物理量を積算していくことをレイトラシングと呼ぶ）ことにより、CT 画像全体の深部線量分布を得ることができる。さらに、ビーム軸に垂直な方向（ラテラル方向）の線量分布を考慮する。ワブリングによる基本ビームのラテラル分布は

解析的に計算される。各ビーム経路での多重散乱を経験式により考慮し、結果としてある点の線量は、その点を含む経路のビームの散乱による線量の減少と、その周辺の経路からの散乱による線量の寄与を合計したものとなる。

順番が前後するが、線量分布計算の前に、標的の形状や体内の位置を考慮して、照射機器パラメータを決定する。まず、機器中心（アイソセンタ）は多くの場合 PTV の体積中心に設定される。与えられたビーム方向について、レイトレーシングにより標的各点の水等価深さが計算される。この最大値から、ビームのエネルギーとレンジシフタの厚さが決定される。ビームズアイビュー（Beam's Eye View; BEV）での標的の形状から、多葉コリメータ（Multi-Leaf Collimator; MLC）の形状が決定される。BEV での標的の大きさから、ワブラー径と散乱体厚が決定される。レイトレーシングにより標的への各ビーム経路について、標的の水等価深さ（標的のビーム軸方向の厚さ）の最大値から SOBP 幅（リッジフィルタ）が決定される。標的のビーム末端側の形状により、飛程補償フィルタ（ボラス）の形状が決定される。ボラスを用いることにより、標的の奥側の形状に SOBP のそれを合わせることができ、標的のさらに深部にある正常組織の線量を低減することができる。実際には標的のラテラル方向の位置ずれを補償するためのスメアリングにより、その分ラテラル方向に切削部分が広げられた形状となる。以上により決定されたビームパラメータやボラス形状を用いて、線量分布計算が行われる。

図 3 に重粒子線と X 線の線量分布図の例を示す。実際の治療では、複数の方向のビームを用いることで、標的への原体性（標的の形状に沿って高線量を与え、周辺の線量をなるべく低減させること）が向上する。各ビーム及び全門合成線量分布を CT 画像上に重ねて表示させ、標的への線量が十分か、リスク臓器への線量が許容されるか等を確認する。リスク臓器の線量をより低減させたい場合には、上流にある MLC

図 3 放射線治療計画による線量分布の比較。

a) 重粒子線照射, b) X 線定位照射

を部分的に閉じるように調整することでリスク臓器へのビーム量を低減したり、標的より深い側にある場合には、レンジシフタの厚さを大きくしてビームの飛程を短くしたり、ボラス形状を修正してビームが部分的に届かないようにすることなどにより線量分布の調整を行う。多くの場合、標的への十分な線量投与とリスク臓器への線量低減という、相反する命題に対して臨床許容される条件を求める作業となる。このような調整等により、全ての機器パラメータが決定される。

ちなみに、粒子線治療では RBE (Relative Biological Effectiveness; 生物学的効果比) を考慮した臨床線量（物理線量に RBE を乗じたものであり、臨床的に同じ効果が得られると考えられる量）を用いて処方線量が設定され、線量分布の表示・確認が行われる。RBE は陽子線では 1.1、重粒子線では深さにより平均 LET の関数として 2～3 程度の異なった値を持つ³⁾。RBE の深さ依存性については各線源データについてあらかじめ計算と生物実験の結果から求め、線源データとともに登録しておく。登録された線源データの SOBP は、物理線量ではなく臨床線量が一定となっており、そのようなり

図4 呼吸同期照射方法の模式図。

ッジフィルタが設計されている。

3. 呼吸性移動臓器や変化への対応

肺や肝臓のように呼吸性移動を伴う標的の場合、呼吸同期照射が行われる。これは、呼吸において変位量が比較的小さいと期待される最呼気周辺の呼吸位相でのみ照射することにより、照射中の標的の動き量を抑制し、照射サイズを小さくすることで結果的に周辺正常組織への線量を下げる照射方法である。国内の粒子線治療装置では一般的に用いられる手法である。図4に呼吸同期照射の模式図を示す。胸腹部の上下動をセンサーで呼吸波形としてとらえ、波形があるレベルより呼気側の場合に同期信号をOnとなるようにする。治療計画でのPTV設定時には、患者ごとに異なるであろう動きを考慮することで、周辺正常組織の線量を低減し、個々の患者に応じた、標的へのより正確な照射が期待される。そこで群馬大学では、治療計画CTを撮影するときに、呼吸同期照射時と同じ状態の画像となるよう、呼吸同期CT撮影が行われる。また同時に、同期内の標的動き量を見積もるために、CTの動画像（3D-CTに時間情報を加えたもので4D-CTと呼ばれる）を取得して、

患者ごとの標的の動き量を得る。各方向の動き量からそれぞれの方向のインターナルモーションエラーを考慮して、PTVを決定している⁴⁾。

粒子線治療ではブラッグピークの特長を利用して深部にある標的への線量集中性を高めているが、それゆえX線治療と大きく異なる点として、飛程を考慮する必要があることが挙げられる。標的やビームパス上の解剖学的構造が動きにより変化すると、各場所の飛程が変化してビームが標的に届かなかったり、標的の奥へ通り過ぎてしまったりして、標的への線量が不足したり周辺リスク臓器への線量が大きくなってしまったりする可能性がある。呼吸性移動を伴う腫瘍の場合、各患者ごとに見積もられたインターナルモーションエラーを標的に対するマージンやスマアリングに設定すること等により、変化に対して飛程をカバーすることができる。また、同期内で変化した各位相の4D-CT画像を用いて、計画されたビームで線量分布計算を行い、線量分布に問題がないか治療計画時に確認を行っている。もし、線量分布に問題がある場合には、機器パラメータ等を調整して、問題が解消された線量分布となるよう調整する。

このような飛程変化は、呼吸性移動臓器だけ

でなく、照射中に一見動きがないような部位にも起こり得る。治療による実際の照射期間は部位により1週間から1か月程度かかるため、その間に腫瘍が縮小したり、ビームパス上の解剖学的構造が変化することにより、計画時との相違が現れる可能性がある。そのため、腫瘍サイズの増大や縮小などの変化が疑われる症例に対しては、治療途中で確認用のCT撮影を行い、そのCT画像を用いて治療用に承認された計画のパラメータで線量計算を行い、線量分布の確認を行っている。もし線量分布に標的への線量が不足したりリスク臓器への線量が許容値を超えるなどの不都合が見つかった場合には、そのCTを用いて修正計画を作成し、治療途中で治療計画を切り替える。あらかじめ変化が予想される症例に対しては、後半治療用としてCT撮影及び治療計画を予定しておくことで対応している。治療照射の直前の患者位置決め時に解剖学的構造の変化が見られた場合にも、確認CTを撮影して線量分布確認、場合によっては計画変更を行っている。

4. おわりに

以上、治療計画の概要及び現状の対応について紹介した。治療計画は照射される線量を決めるためのものであるため、その精度の担保が重要である。また、上述のように、日々の患者の変化にいかに対応していくかが粒子線治療を含めた放射線治療の分野で重要な課題となっている。その目的を達するために、現在の治療照射装置、CT装置、治療計画補助ソフトウェアの機能やそれらの連携は、まだ十分に最適化されているとは言えない状況である。我々は、精度を保ちつつより効率的な運用が可能となるよう、今後もシステムを改良していく必要があると考えている。

文 献

- 1) ICRU 50, Prescribing, recording, and reporting photon beam therapy, International Commission

on Radiation Units and Measurements 50 (1993)

- 2) Kanematsu, N., Matsufuji, N., Kohno, R., Minohara, S. and Kanai, T., A CT calibration method based on the polybinary tissue model for radiotherapy treatment planning, *Phys. Med. Biol.*, **48**, 1053-1064 (2003)
- 3) Kanai, T., Endo, M., Minohara, S., Miyahara, N., Koyama-Ito, H., Tomura, H., Matsufuji, N., Futami, Y., Fukumura, A., Hiraoka, T., Furusawa, Y., Ando, K., Suzuki, M., Soga, F. and Kawachi, K., Biophysical characteristics of HIMAC clinical irradiation system for heavy-ion radiation therapy, *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.*, **44**, 201-210 (1999)
- 4) Tashiro, M., Ishii, T., Koya, J., Okada, R., Kurosawa, Y., Arai, K., Abe, S., Ohashi, Y., Shimada, H., Yusa, K., Kanai, T., Yamada, S., Kawamura, H., Ebara, T., Ohno, T. and Nakano, T., Technical approach to individualized respiratory-gated carbon-ion therapy for mobile organs, *Radiol. Phys. Technol.*, **6** (2), 356-366 (2013)

Abstract

Particle Beam Therapy

6 Treatment Planning

Mutsumi TASHIRO, Hirofumi SHIMADA and Motohiro KAWASHIMA : Gunma University Heavy Ion Medical Center, 3-39-22 Showa-machi, Maebashi-shi, Gunma Pref. 371-8511, Japan

In a general meaning, 'treatment planning' is recognized as a schedule or an agenda for an entire medical practice such as hospitalization and discharge, examinations, medications, procedures, etc. On the other hand, that in radiation therapy field usually means to define a target of the tumor to be treated on X-ray CT images, and to actually determine an irradiation scheme and prescribed dose through verifying radiation dose distributions in a patient body. In this article, we briefly introduce treatment planning for heavy-ion beam therapy which is carried out in Gunma University Heavy Ion Medical Center.