放射性硫化テクネチウム- 99m -コロイドと放射性金- 198 -コロイドによる肝シンチグラムの比較

深草駿一，塚田真弓

日本赤十字社中央病院 放射線科

東京都渋谷区広尾 4-1-22

1971年6月11日 受理

手術，生検，剖検で形態変化が明らかであった症例について， ^{198}Au -コロイドと $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -コロイドを用いた肝シンチグラムの比較を行なった。

病理形態変化をよく反映する割合は， ^{198}Au -コロイドで50%， $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -コロイドで54%であった。また誤診した割合は，前者で8%，後者で3.8%であった。

肝シンチグラムの所見は，構造，形態，脾， K_0 の順に有力であって，両者間に著明な差はなかった。被曝の点では，はるかに少ない照射量で，鮮明な像が得られる $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -コロイドによるほうが，有利である。

1. 序および目的

放射性金コロイドによる肝の形態検査の有用性は，いまでは定説化されているが，放射性硫化テクネチウムコロイドによる肝シンチグラムもまた広く使用されている。 ^{99m}Tc 核種の利点(短半減期，低エネルギー)を述べた論説は少なくないが，医薬品として使用するとき，generator からの ^{99m}Tc の溶出と，コロイド化するための調製操作に手間を要し，かつ，親核種 ^{99}Mo が短い半減期であることが欠点である。ところが東京地区では，調製済みの同コロイドが，容易に入手できるようになった。

われわれは，放射性金コロイド* (以下 ^{198}Au -コロイドと称す)と放射性硫化テクネチウムコロイド** (以下 ^{99m}Tc -コロイドと称す) による肝スキャンニングについて，シンチグラム診断所見の比較を試みた。

2. 方 法

2.1 測定方法

正常人肝シンチグラフィにさいして，良好なシンチグラムが得られる条件下で，投与量，測定条件を一定とし比較を試みた。

^{198}Au -コロイドは400 μCi を， ^{99m}Tc -コロイドでは1.6 mCi を絶食無処置下の被検者に静注する。同時に頭部および肝門部にシンチレーションカウンタを指向し，血中および肝門部の放射能濃度の推移を連続記録する。計測値がほぼ平衡に達したのち，正面，右側面，時に背面のシンチグラムを描記し，同体位のX線単純撮影を行なって検査を終了する。測定装置は，島

津製シンチスキャナー，SCC-20，19孔焦点型コリメータ使用，スピード0.7 m/min，ステップ3 mm，およびアロカ製動態機能測定装置で，測定条件は，それぞれの photopeak を選定するほかは変えなかった。濃度調整もまた，それぞれの群で一定とした。

2.2 検査対象

昭和44年における同一期間中，肝シンチグラフィを行なった被検者217名のうち，手術，生検，剖検等により形態学的所見が明らかとなった91例を選んだ。 ^{198}Au -コロイドによるもの38例， ^{99m}Tc -コロイドによるもの53例である (Table 1)。

2.3 評価の方法

シンチグラムの所見項目を設けて，肝の形態所見が，両核種の肝シンチグラムにどのように反映したかを検討するとともに，いずれの所見項目が，評価判定に有利であったかを比較した。このさい，肝に肉眼的形態変化があるものを，器質変化とし，組織学的レベルでの変化であって，臨床検査成績が陽性であったものを機能変化とし，肝に所見が明らかでなかったものを無所見として群別した。

1) シンチグラム所見のとりきめ

位置：肝形が明らかで，つぎのいずれかであるとき，陽性所見とした(変位) (Fig. 3b, Fig. 7)。

a) その過半が右肋骨弓と右横隔膜で構成する領域

*ダイナボット製 (オールコスキャン)

**第一ラジオアイソトープ製 (テクネコロイド)

Table 1 Number of patients with various disease

	¹⁹⁸ Au-Colloid	^{99m} Tc-Colloid
Group of liver organic diseases		
Liver cirrhosis (LC)	6	9
Primary cancer of the liver	4	6
Metastatic cancer of the liver	10	7
Liver cytoma	0	2
Liver abscess	3	5
Group of liver functional alteration		
Hepatitis	1	2
Cholangitis	1	2
Reticulosarcoma	1	3
Others		
Cancer of the stomach	4	3
Carcinoma of the gall bladder	3	0
Lung cancer	0	3
Cancer of the head of pancreas	0	2
Carcinoma of the colon	2	0
Cancer of the breast	2	0
Sarcoma of the stomach	0	2
Gallstone disease	0	2
Testicular cancer	1	0
Valvular disease	0	1
Hydronephrosis	0	1
Retroperitoneal tumor	0	1
Pancreatitis	0	1
Total	38	52

を逸脱するとき。

b) その過半が後半にあるとき。

形態：つぎのいずれかであるとき，陽性所見とした(変形) (Fig. 2, 4)。

a) 正面像で半円，直角三角形，スポーツ帽などの形容で示される平滑な形態と著しく異なるもの。

b) 側面像で円，半楕円，半滴状などの形容で示される平滑な形態と著しく異なるもの。

大きさ：

a) つぎの3条件の2以上を満たすとき，腫大とした。正面像で，最大縦径が15cm以上。正中線上の縦径が10cm以上。側面像で，最大横径が18cm以上 (Fig. 9)。

b) つぎの3条件の2以上を満たすとき，萎縮とし

Fig. 1 Comparison of blood clearance using ¹⁹⁸Au-colloid and ^{99m}Tc-colloid.

●...¹⁹⁸Au-colloid
○...^{99m}Tc-colloid

た。正面像で，最大縦径が7 cm以下。正中線上で，5 cm以下。側面像で，最大横径が10cm以下。

構造：肝形内の濃度分布が隣接する部分に比し，著しく少なく，3線以上にわたるものを欠損とした (Fig. 2, 3, 4, 5, 6)。

脾：脾の描出があるとき，陽性所見とした。

最大径5 cmまで(+)，10cmまで(++)，10cm以上(++) (Fig. 9)。

血中濃度消失係数 (K_e): (Fig. 1)

$K_e = \log 2/T_{1/2}$ ，ただし， $T_{1/2}$ は血中放射能濃度の半減時間(分)。

周知のごとく，放射性金属コロイドを静注し，体外測定することにより，肝内集積率 (K_h) と血中濃度クリアランス (K_e) とが計算できる。

星細胞の貪食能とコロイドの大きさが，この値を決める重要な因子となっている。本来，これは肝シンチグラムの評価対象ではないが，あわせて検査を行なうのでシンチグラム評価判定のさいの補助所見とした。

われわれは本検査以前に患者の K_e 値を ¹⁹⁸Au-コロイドおよび ^{99m}Tc-コロイドについて集計し，Fig. 1の結果を得ている。これから，¹⁹⁸Au-コロイドでは0.2以下を，^{99m}Tc-コロイドでは0.3以下を陽性所見とした。

2) シンチグラムの評価判定

Fig. 2 Liver scan using ^{198}Au -colloid in 47 years old male with liver cirrhosis and liver cancer. Scintigram showing transformation, defect and splenic shadow (卐).

a) 完全描写: 肝所見の全容をシンチグラムに描写しえて, その評価判定により, 肝の形態学的所見を十分把握できたもの。

b) 不完全描写: 同じく, 相当の肝所見を描写しえて評価判定により, かなりの肝の形態学的所見を把握できたもの。

c) 不能: 肝所見をまったく描写しえず, これを評価判定できなかったもの。

d) 誤診: シンチグラムの所見を, 肝所見とは別のものと評価判定したもの。

3. 結 果

3.1 肝の形態学的所見とシンチグラムとの比較 (Table 2)

1) 完全描写は, ^{198}Au -コロイドで50%, ^{99m}Tc -コロイドで54%であった。

2) 不完全描写は, ^{198}Au -コロイドで21%, ^{99m}Tc -コロイドで30.8%であった。

3) 不能は, ^{198}Au -コロイドで21%, ^{99m}Tc -コロイドで11.4%であった。

4) 誤診は, ^{198}Au -コロイドで8%, ^{99m}Tc -コロイドで3.8%であった。

3.2 陽性シンチグラム所見の度数比較 (複数度数)

肝に変化があったもののうち, シンチグラムの評価判定に有利であった所見の度数を比較した。

1) 完全描写群の比較 (Table 3-1)

^{198}Au -コロイドによる場合, 器質変化群 (LC 5, 続発性肝がん 6, 原発性肝がん 3, 計14) では, 構造 (欠損) 14, K₈ 8, 脾出現 7, 形態 (変形) 6, 位置 (変位), 大きさ, それぞれ 3。

機能変化群 (細網肉腫 1, 肝炎 1, 計2) では, 大きさ 2, 形態, 構造, 脾出現がそれぞれ 1。

Table 2 A comparison of liver scintigram using ^{99m}Tc -colloid with that using ^{198}Au -colloid

		Liver scintigraphic grade of reflection on patho-morphism				
		Cases which perfectly reflected on patho-morphism	Cases which faintly reflected on patho-morphism	Cases which hardly reflected on patho-morphism	Wrong diagnosis	Total
^{198}Au -colloid	The group of liver organic alteration	14	5	4	0	38
	The group of liver functional alteration	2	1	0	0	
	Others	3	2	4	3	
	Total	19(50%)	8(21%)	8(21%)	3(8%)	
^{99m}Tc -colloid	The group of liver organic alteration	19	8	2	0	52
	The group of liver functional alteration	4	2	1	0	
	Others	5	6	3	2	
	Total	28(54%)	16(30.8%)	6(11.4%)	3(3.8%)

Fig. 3 Liver scan using ^{198}Au -colloid in 74 years old female with liver cancer.

- (a) showing defect
(b) showing displacement

Table 3-1 Comparison of liver scintigram views
—The group which perfectly reflected on patho-morphism—

		^{198}Au -colloid			^{99m}Tc -colloid		
		Organ alteration	Functional alteration	Total	Organ alteration	Functional alteration	Total
Case		14	2	16	19	4	23
Positive views of liver scintigram which became advantageous to read off the scintigram	Position	3	0	3	7	0	7
	Shape	6	1	7	13	0	13
	Size	3	2	5	9	2	11
	Constitution	14	1	15	17	0	17
	Description of spleen shadow	7	1	8	12	4	16
	Blood clearance (K_p)	8	0	8	9	4	13

Table 3-2 Comparison of liver scintigram views
—The group which faintly reflected on patho-morphism—

		^{198}Au -colloid			^{99m}Tc -colloid		
		Organ alteration	Functional alteration	Total	Organ alteration	Functional alteration	Total
Case		5	1	6	8	2	10
Positive views of liver scintigram which became advantageous to read off the scintigram	Position	0	0	0	0	0	0
	Shape	0	0	0	4	0	4
	Size	0	0	0	3	0	3
	Constitution	2	1	3	6	0	6
	Description of spleen shadow	4	0	4	6	1	7
	Blood clearance (K_p)	3	0	3	3	1	4

Table 3-3 Comparison of liver scintigram views
—The group which hardly reflected on patho-morphism—

		^{198}Au -colloid			^{99m}Tc -colloid		
		Organ alteration	Functional alteration	Total	Organ alteration	Functional alteration	Total
Case		4	0	4	2	1	3
Positive views of liver scintigram which became advantageous to read off the scintigram	Position	0	0	0	0	0	0
	Shape	1	0	1	0	1	1
	Size	1	0	1	0	0	0
	Constitution	0	0	0	0	0	0
	Description of spleen shadow	3	0	3	1	0	1
	Blood clearance (K_0)	1	0	1	0	0	0
Lack of view		0	0	0	1	0	1

Fig. 4 Liver scan using 1.6 mCi of $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid in 67 years old male with liver cirrhosis and liver cancer. Scintigram showing transformation and atrophy.

Fig. 6 Liver scan using 1.6 mCi of $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid in 63 years old male with metastatic carcinoma of the colon. Scintigram showing transformation.

Fig. 5 Liver scan using 1.6 mCi of $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid in 37 years old male with calculus. Scintigram showing defect.

^{99m}Tc -コロイドによる場合、器質変化群 (LC 7, 原発性肝がん 4, 続発性肝がん 6, 嚢腫 2, 計 19) では、構造 17, 形態 13, 脾出現 12, K_0 9, 大きさ 9, 位置 7。機能変化群 (肝炎 2, 胆石 2, 計 4) では、脾出現 4, 大きさ 2, K_0 4。

2) 不完全描写群の比較 (Table 3-2)

^{198}Au -コロイドによる場合、器質変化群 (LC 1, 続発性肝がん 1, 膿瘍 3, 計 5) では、脾出現 4, K_0 3, 構造 2。機能変化 (胆道結石 1) では、構造 1。

^{99m}Tc -コロイドによる場合、器質変化群 (LC 2, 肝がん 1, 膿瘍 5, 計 8) では、構造 6, 脾出現 6, 形態 4, 大きさの変化 3, K_0 3。機能変化群 (細網肉腫 2) では、脾出現 1, K_0 1。

3) 不能群内の比較 (Table 3-3)

Fig. 7 Comparison of liver scan using ^{198}Au -colloid and $^{99\text{m}}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid in 57 years old female with liver cytoma.

- (a) using 400 μCi of ^{198}Au -colloid
 (b) using 1.6 mCi of $^{99\text{m}}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid

Fig. 8 Comparison of liver scan using ^{198}Au -colloid and $^{99\text{m}}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid in 59 years old female with liver cancer.

- (a) using 400 μCi of ^{198}Au -colloid
 (b) using 1.6 mCi of $^{99\text{m}}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid

Right lateral view

Anterior view

Posterior view

Fig. 9 Liver scan using 1.6 mCi of $^{99\text{m}}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid in 47 years old female with hepatitis.
 Scintigram showing swelling.

^{198}Au -コロイドによる場合

器質変化群(続発性肝がん4)では, 脾出現3, 形態, 大きさの変化各1, K_e 1。いずれもこれらの所見から病変の存在を判定し得ず, 単に網内系傷害ありとしたにとどまった。

 ^{99m}Tc -コロイドによる場合

器質変化群(肝がん1, 肝転移1, 計2)では, 所見なし1, 脾出現1。機能変化は細網肉腫1, 形態1。

4) 誤診群内の比較

 ^{198}Au -コロイドの場合

肝に器質変化を認めなかったもので(乳がん2, 胆道結石1, 計3), シンチグラムで陽性所見としたものの度数は, 大きさ3, 構造3, 脾出現2, K_e 2。

 ^{99m}Tc -コロイドの場合

脾頭がん1, 肺がん1。肝に器質変化がなかったが, シンチグラムで陽性所見としたものは, 構造2, 脾出現2, 大きさ1, K_e 1。

3.3 総括

上述の所見項目を比較したとき, 肝シンチグラム診断の形態変化との合致率では ^{198}Au -および ^{99m}Tc -コロイドとの間に著しい差はない。また, 誤読についても著しくはないが, ^{99m}Tc -コロイドによる場合のほうがわずかにまざっている。シンチグラム所見の度数は, 器質変化についてみると, 構造の変化, すなわち, 欠損像を得ることがシンチングラム診断上で, 最も頻度が多く有力であり, 両者間に差はなかった。ついで, 形態変化(変形), 脾出現, K_e 低下, 位置変化等の順に診断所見上頻度が多く有力であり, 両者間に著しい差を認めなかった。誤診したもののうち, 誤診所見のおもなものは肝下面の判読であり, 両者間に著差を認めなかった。

誤診したおもな所見は ^{198}Au -コロイドでは, 大きさ, 構造欠損の描写不足が著しい。これは肝下面における評価であって, 本群ではシンチグラムの描写技術に基づくところが多い。また, 評価判定で脾と K_e との過小評価があった。 ^{99m}Tc -コロイドでは, 構造欠損と脾を過大評価している。

4. 考 察

臓器特異性のあるアイソトープでは, その使用量が像の鮮明度を左右する。しかし, 被曝量の関係からむやみに使用量を増すわけにはいかない。計算により, 使用した両核種コロイドの肝照射線量を求めると, ^{198}Au -コロイド 400 μCi では 31.4ラド, $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -コ

ロイド 1.6 mCi では 0.326ラド(成人の肝1700gとして)であり, ほぼ100倍の差がある。 ^{198}Au -コロイドに比し, なお投与量に余力を残す ^{99m}Tc -コロイドのほうが有利である。

コロイドの直径とその粒度分布は, K_e に対する影響が大きい。それぞれのメーカーによると, ^{198}Au -コロイドは 25 $m\mu$ (10~40 $m\mu$), $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -コロイドは 500 $m\mu$ (400~600 $m\mu$) という(Fig. 10)。後者は, 調製する方法によっては粒度分布が著しく異なるものであるから, 分布に定常性のある製品であることが望ましい。 K_e については, なお検討の余地があるとはいえ, 臨床例では比較的によく網内系傷害の病変を反映していた。

Fig. 10 Electron microphotogram of $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid.

問題の多い肝下面の評価は, シンチグラム技術に影響されることが大きい, 必ずしもそれのみには帰結できない。

所見の比較項目の基準値は pathognostic なものではないし, 測定する方法で異なるものである。一応の目安で, 相対的比較として用いた。なお ^{99m}Tc -コロイドのスキヤニングを 1~2 か月の間隔で 2 回行った例は 9 例であるが, アレルギー反応は認められなかった。

5. 結 論

^{198}Au -コロイドと $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -コロイドとの肝シンチグラムを比較項目を設定して, その優劣を検討した。描写能においては, 両者間に著しい相違を認めなかったが, $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -コロイドのほうがわずかにすぐれており, 被曝量の少ないこともまた有利であることを述べた。

文 献

- 1) 加嶋政昭: 東京医学雑誌, 68, 483 (1960)

- 2) Harper, P.V., et al.: *J. Nucl. Med.*, **5**, 382 (1964)
- 3) Dworkin, H.J., et al.: *Amer. J. Roentgenol.*, **101**, 557 (1967)
- 4) 金子昌生, 他: *Radioisotopes*, **19**, 597(1970)
- 5) Hine, G.J., et al.: *Radiation Dosimetry* (1956)
- 6) 上田英雄: 肝臓病学, 南江堂(昭, 37年)
- 7) 高橋忠雄: 肝臓, 医学書院(1964)
- 8) Jaeger, R.G.: *Dosimetrie u. Strahlenschutz*, Stuttgart (1959)
- 9) 平松博, 他: シンチグラフィの基礎と臨床, 金原出版(昭45年)

Abstract

Comparison of Liver Scintigram Using Radioactive Technetium Heptasulfide (^{99m}Tc)-Colloid with That Using Radioactive Gold (^{198}Au)-Colloid

Shunichi FUKAKUSA and Mayumi TSUKADA

Department of Radiology, The Japan Red Cross Society, Central Hospital

We performed the comparison of liver scintigram using radioactive technetium heptasulfide (^{99m}Tc)-colloid with that using radioactive gold (^{198}Au)-colloid against the cases where remarkable alteration or variation was observed at the time of operation, biopsy or autopsy.

Fifty percent of entire cases reflected well patho-morphism alteration when ^{198}Au -colloid was used. While, it was 54%, when $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid was employed.

On the other hand, the rate of erroneous diagnosis was 8% in the former case, and in the latter, it was 3.8%.

Both types of liver scintigrams are more effective in order for observing constitution, shape, splenic shadow and blood clearance (Kv). And, any significant difference of effects was not marked between these two types of liver scintigrams.

However, in the respect of dose, $^{99m}\text{Tc}_2\text{S}_7$ -colloid is more advantageous than ^{198}Au -colloid, since it produces sharp scintigram with much less radiation dose.

(Received June 11, 1971)