電子顕微鏡的オートラジオグラフィの試料調製

—— 定量化および量的分解能に関する問題 ——

黒岩 常祥

東京都立アイソトープ総合研究所

1. 緒 言

光学顕微鏡レベルでのオートラジオグラフィ（光顕オートラジオグラフィ）をはじめオートラジオグラフィが医学、生物学、農学、さらには工学の分野の研究に飛躍的な成果を与え、かつ与えつつあることは周知の事実である。そして、1956年 Liquier-Milward¹⁾ によってはじめられた電子顕微鏡レベルでのオートラジオグラフィ（電顕オートラジオグラフィ）もまた、深遠な生命の内幕をあばきつつある。さらに生命の作用機構を分子レベルで解明しようと試みるならば、電顕オートラジオグラフィはさらに多くの研究に使用され、それぞれの分野で大きな貢献をはたす武器となるであろう。

オートラジオグラフィの最も重要な特徴は、従来の組織化学および細胞化学的な理論と方法が、おもに生物体内における特定物質の分布と、分布の定量的な解析にとどまっていたのに比べて、特定物質のさらに細かい分析を可能にしたほかに、特定物質の動態の定量を可能にしたことであろう。すなわち、物質の空間的な分布のほかに、さらに時間という因子を導入して、物質の経時的な動態の研究を可能にしたことである。したがって、オートラジオグラフィを用いる場合には、つねにこの点を考慮することが望ましい。

生体内における物質の分布および移動の定量化に関する分解能は、現像処理後、試料上に現われる現像銀粒子の直径（分布の分解能）と密度（量の分解能）によって決定される。現在、光顕オートラジオグラフィのレベルでは、これら両分解能を比較的容易に高めることが可能となった。一方、電顕オートラジオグラフィでは、多くの研究者によって²⁻¹⁶⁾、“分布の分解能”が少しずつ高められ、最近では現像銀粒子の直径も150～300Å となってきた。しかしながら、“量的な分解能”に関しては、研究者の意図する説明に役立つにはまだ不十分であるように思われる。そこで、この両分

解能に関し、改めて検討しなおし、“分布の分解能”を低下させることなく“量的な分解能”を高める適当な方法を見出す必要があると考えた。

すでに、筆者は、この両分解能を高めることに関する研究を進め、最大の問題点が乳剤膜の厚さにあることを確認し、理論的な計算およびモデル実験、さらに本実験を通し、従来、多くの研究者が用いている単層乳剤膜マウント法より、新たに開発した2、3層乳剤膜マウント法のほうが“分布の分解能”の低下をわずかな量にとどめ、“量的な分解能”を高めることができることを示した¹⁷⁾。したがって、ここでは、この点に関し、概略的に述べるにとどめ、この研究過程中、電顕オートラジオグラフィの定量化に、影響を与える二、三の重要な問題が生じてきたので報告し、電顕オートラジオグラフィ用試料調製のための資料としたい。

2. 材料および方法

すでに述べた方法¹⁸⁾に従って、育てた *Crepis capillaris* の、非同調性の分裂組織をもつ実生の根端および茎頂、また Guttes ら(1959, 1961)の方法によって同調分裂させた *Physarum polycephalum* の変形体^{19), 20)}に ³H-チミジン、あるいは ³H-ウリジンを、目的に応じて定められた濃度、時間取り込ませた。つぎに6%グルタルアルデヒド、1%オスミック酸で二重固定し、アルコール・プロピレンオキシサイトのシリーズによって脱水し、最終的に、Luft (1961)の方法²¹⁾に従って、エポキシ樹脂に包埋した。約1000Åの超薄切片を Porten-Blum 型のミクロトームによって作成し、フォルムバルあるいはコロジオン膜をはった150

† The Preparation of Specimens for Electron Microscopic Autoradiography —Several Problems on the Quantifiable Work and the Quantitative Resolution—, Tsuneyoshi KURO-IWA: Tokyo Metropolitan Isotope Research Center, Fukazawa, Setagaya-ku, Tokyo.

穴銅メッシュの上にひろった。フォルムバル膜およびコロジオン膜上、あるいは超薄切片上での臭化銀結晶の分布をみるには、暗所で45°Cで溶かした Sakura NR-H₂ 乳剤を45°C温湯で適当な濃度（結果参照）に希釈し、ループ法（直径18 mmのループ）、タッチング法を用いて、標本あるいは試料上にマウントした。ループ法の場合ループの中心部をマウントした。これをJEM-100型電子顕微鏡で観察した。

現像後の現像銀粒子の観察には上記の方法によって乳剤をマウントし、約2か月間2°C、暗所で露光する。露光した試料は Salpeter ら(1965)の方法^{12,13)}、を改良した方法²⁴⁾によって現像し、Kuroiwa ら(1970, 1971)の方法²²⁻²⁶⁾によって定着、脱ゼラチン（結果参照）、電子染色し、十分に乾燥させたのち、検鏡した。なお、方法における追加あるいは一部変更がある場合には各図、写真の説明に書き添えた。

3. 結 果

3.1 乳剤膜の厚さに関する理論

“分布の分解能”に関する因子については、多くの研究者^{4,9,10,11,14)}によって論議されてきている。一般的に、“分布の分解能”を高める因子として、試料を含む切片が薄いこと、点源から放射される放射線のエネルギーが小さいこと、写真乳剤の層が薄いこと、さらに、臭化銀の結晶が小さいことなどが考えられる。一方“量的な分解能”を高めるための因子としては放射性物質の比放射能が高いこと、放射性物質の濃度が試料内で濃いこと、切片が厚いこと、感度の高い臭化銀結晶を用いること、乳剤の層を厚くすること、露光時間を長くすること、さらに現像後の現像銀粒子の脱ゼラチン処理による転位、流出を防ぐことなどが考えられる。このことからわかるように、両分解能を同じように高めようすると矛盾する点が出てくる。すなわち、膜の厚さは両分解能に関係し、しかも、互いに反作用的に働いている。

図1は電顕オートラジオグラフィの標本を図解したものである。放射点源から放射される β 粒子のエネルギーが放射点源を中心とする半径1 μ の半球内のすべての臭化銀結晶を感光することができること、また、放射 β 粒子が標本内を直進することができると思えば、ゼラチン基質内にある臭化銀結晶の層が厚くなればなるほど標本内部の点源から放射され、乳剤膜中に入射した β 粒子は広い範囲の臭化銀結晶を感光することになる。したがって、現像処理後、現われる現像銀粒子の位置は層が厚いほど、実際の点源から離れた

図1 電顕オートラジオグラム標本の図解、ゼラチン (gelatin) 基質に包埋された3層の臭化銀結晶 (AgBr crystal) が銅メッシュ (grid) 上のフォルムバル、あるいはコロジオン支持膜 (supporting film) にはられた切片をおおっている。標本 (specimen) 内の点源から放射された β 粒子は臭化銀の層が厚いほど、広範囲に臭化銀結晶を感光する。

ところにも現われてくる。この点を、とくに考慮し1962年 Caro^{4,5)}は電顕オートラジオグラフィの理論および実験のなかで“単層乳剤膜マウント法”を使用することを試みた。その後、多くの研究者がこの理論と方法に基づいて実験をおこなってきている。しかしながら、改めて、単層に並べられた臭化銀の結晶を、平面的にながめたとすると、個々の臭化銀の結晶間に非常に多くの空間が生ずることがわかる。したがって、この空間を通して点源から放射された多くの β 粒子が臭化銀の結晶を感光せずに逃げていくと考えられる。理論的な計算およびモデル実験から、全放出された β 粒子の約40%がこの空間を通りぬけることが推定された¹⁷⁾。しかし、臭化銀の結晶の層を1.5, 2層とした場合には臭化銀の空間を通りぬける β 粒子の数が極度に減少することが観察された。実際に、2, 3層に臭化銀結晶がなるように、乳剤を標本上にマウントし、現像処理後における現像銀粒子の増加を調べたところ、従来の単層マウント法の約2~3倍であった。このことはCaro(1962)らの理論および方法^{4,5)}では、“分布の分解能”を高めることはできるが、しかし、一方では“量的な分解能”の著しい低下を起こしているものと考えられる。なお、臭化銀結晶を1層から2層にしたさいに起こる“分布の分解能”の理論的な低下は、臭化銀の結晶の直径を0.1 μ とし、切片の厚さを1000Å、 β 粒子の飛跡を1 μ とした場合には5%以下である¹⁷⁾。このようなことから、臭化銀結晶を単層にするよりも、2層以上にするほうが電顕オートラジオグラフィのための乳剤膜マウント法として有効であるように思われる。

3・2 1つのメッシュ穴内における臭化銀結晶の分布量的な電顕オートラジオグラフィを使用する場合、臭化銀結晶がメッシュのフォルムパール、あるいはコロジオン膜上に、つねに均一に、1層に分布していることが前提となっている。しかしながら、湿度によって、極度の物理的な変化をするこれらの支持膜上に、均一に単層に、臭化銀の結晶をマウントすることが、実際に可能だろうか。この検討をするために、はじめに1つのメッシュ穴内における臭化銀結晶の分布と乳剤の濃度との関係を、つぎに、メッシュ全体に分布するメッシュ穴のそれぞれにおける臭化銀結晶の分布と乳剤の濃度との関係を調べた。

写真1は蒸留温湯で8.5倍(a, b, c, d), 7.5倍(e, f), 6.5倍(g, h)に希釈した乳剤をメッシュ上にはられたフォルムパール膜上に、ループ法によってマウントした試料の電顕写真である。左(a, c, e, g)は低倍率の電顕写真であり、右(b, d, f, h)はそれぞれ左の写真の一部を拡大したものである。ループ内における乳剤の量と臭化銀結晶の分布との間の関係をみると、ループ内

における乳剤を最少量(余分な乳剤を除去し、張られた膜の破れる寸前の量)(c, d)にした場合とその約2倍量にした場合とでは(a, b), 同じ8.5倍に希釈した濃度でも、メッシュ穴内における臭化銀結晶の分布は明らかに異なっていた。後者(a, b)ではほとんどの臭化銀結晶がメッシュ穴の端部に極度に多く分布し、中心部にはほとんどみられないのに対し、前者(c, d)ではメッシュ穴の中心部がいくぶん多く、そこから、放射状に広がる臭化銀結晶の層が観察された。このことは、ループ内における乳剤量を少なくすることによって、1つのメッシュ穴内における臭化銀結晶の局在を緩和することができることを示唆している。ループ内の乳剤量を最少にし、希釈度を7.5倍に下げると中心部の臭化銀結晶の集合がうすれ、メッシュ穴全体に縞模様のような臭化銀結晶の群れが発達してきた(e, f)。さらに、希釈度を6.5倍に低めると、やや縞模様は残るがメッシュ穴全体に臭化銀結晶が比較的均一に分布するようになった(g, h)。この場合、のちに示すように、臭化銀結晶の厚さは1.5~2層になっている

〔写真の説明〕

写真1：乳剤の濃度と1つのメッシュ穴内における臭化銀結晶の分布との関係を示す電子顕微鏡写真

左の写真(a, c, e, g)は低倍率、右の写真(b, d, f, h)はそれぞれ左の写真の一部を拡大したものである。乳剤は蒸留水で8.5倍(a, b, c, d), 7.5倍(e, f), 6.5倍(g, h)に希釈し、ループ法によって、フォルムパール膜上にマウントされた。臭化銀結晶の分布は乳剤の濃度、また、同じ濃度でも、ループ内における乳剤の多(a, b), 少(c, d)によって異なる。1つのメッシュ穴内における臭化銀結晶はループ内における乳剤の量が少ないほど、濃度が濃いほど、均一に分布することがわかる。

×65(a), ×74(c, e, g), ×1,540(b, d, f, h)

写真2：臭化銀結晶の異常分布を示す電子顕微鏡写真

乳剤を蒸留水で8.5倍(a), 7.5倍(b)に希釈し、ループ法によって試料上にマウントした。臭化銀結晶の層が1層に満たないところでは異常分布が起こっている。すなわち、細胞壁(W)、葉緑体のデンプン粒域(St)では臭化銀結晶が少なく、細胞質、あるいは空胞上では多い。一方1層以上になると、そのような異常分布はみられなくなっている(bの右部)。

×3,100(a), ×2,960(b)

写真3：*Crepis capillaris*の茎頂に ^3H -ウリジン(20 $\mu\text{Ci/ml}$, spc. act. 5 Ci/mM)を10分間取り込ませたのち、固定した、細胞上に現われた泡状空胞(V)と核(N)上の現像銀粒子(arrows)

臭化銀結晶が3層以上になるように乳剤を希釈し、ループ法によって試料にマウントし、2週間露光後、現像処理した。細胞が厚いゼラチン膜のため見にくい。さらに、電子線が照射されたところに、泡状の空胞が出現している。空胞の少ないうちは現像銀粒子の転位、流出は起こらない(右下部)が多くなると(左上部)現像銀粒子の流出、転位ばかりでなく、細胞の像もほとんどわからなくなる。×5,400

写真6： ^3H -チミジン(50 $\mu\text{Ci/ml}$, spc. act. 25.3 Ci/mM)を10分間 *Crepis capillaris* の根端に取り込ませたのちの電顕オートラジオグラム

露光期間は約2か月、直径100~300Åの約4000の現像銀粒子がDNA合成期の晩期核の上にある。一方、ミトコンドリア(M)、プラスチッド(P)上にはほとんど観察されない。したがって、このことはDNA合成期の晩期にはミトコンドリア、プラスチッドのDNA合成は起こっていないことを示している。なお仁内にある銀粒子はほとんど仁の繊維状構成要素(F)の上にもみられる。×13,200

写真 1 a ~ h

写真 2 a, b

写真 3

写真 6

とがわかった。また、1つのメッシュ穴内において均一に1層に分布する臭化銀の結晶の観察を試みたが、写真1(g, h)のような臭化銀結晶分布を示すメッシュ穴内の一部に観察されたにすぎない。

3.3 メッシュ全体における臭化銀結晶の分布

メッシュ全体における結晶体の分布を正確にとらえることはむずかしいが、一般的な傾向を求めるにはつぎの方法で十分であるように思われる。まず、1層のときの $1\mu^2$ あたりの臭化銀結晶の数を計算する。つぎに、各濃度に希釈された乳剤をマウントしたメッシュの中心部を通る直線上にあるメッシュ穴に関して、各メッシュ穴の中心部、端部(2か所)の計3点での $1\mu^2$ あたりの臭化銀結晶数を計算し、これを前者で割る。これを各濃度に関し、5枚以上のメッシュで行ない平均値をとり、この値を層の厚さとする。

図2はこのようにして計算された層の厚さを縦軸に、横軸にメッシュ穴の位置を示したものである(0はメッシュの中心)。図2 a, bは8.5倍に希釈した乳剤をループに十分(図2 a)あるいは最少量(図2 b)として乳剤をフォルムパール膜をはったメッシュにマウントしたもの、十分に乳剤をループにとったものでは、各メッシュ穴間における臭化銀結晶の分布の差は小さい。しかし、さきに述べたように、1つのメッシュ穴内における臭化銀結晶の分布の違いは大きい。一方、ループ内における乳剤を最少量にすると、やや、メッシュの中心部が厚くなる傾向がみられた。この傾向はさらに濃度を高めた場合にもみられた(図2 c, d)。このような現象は乳剤のもつ表面張力によって乳剤が中心部にひびかれるために起こるのではないかと考えられる。つぎにタッチング法で試料に乳剤をマウントしてみると、臭化銀結晶のメッシュ内における分布差は非常に大きくなった(図2 d)。したがって、ループ法のほうがタッチング法よりも比較的均一に乳剤をマウントすることができると考えられる。

3.4 超薄切片の標本面上での臭化銀結晶の均一性

臭化銀結晶の分布に関する一般的な研究は、従来、おもに、メッシュにはられたフォルムパールあるいはコロジオン膜上でおこなわれてきた。しかし、実際には超薄切片の標本上での臭化銀結晶の分布が問題になるはずである。そこで、超薄切片をのせたメッシュ上における各濃度に希釈した乳剤の臭化銀結晶の分布を調べてみた。6.5倍に希釈した場合には、臭化銀結晶の

分布は、フォルムパール膜上での分布と同じように、標本上でも、比較的均一であった。しかし、7.5, 8.5倍に希釈した場合には臭化銀の異常分布がみられた。

写真2 a, bは植物の茎頂細胞上に、8.5倍(a), 7.5倍(b)に希釈した乳剤をマウントしたときにみられる、臭化銀結晶の異常分布を示す電子顕微鏡写真である。臭化銀結晶が1層以下である場合には、細胞質に臭化銀結晶が多く分布し、細胞壁や葉緑体のデンプン質域は少なくなる。という異常分布を示した。しかし臭化銀結晶が1.5層以上である場合には、このような異常分布はほとんど観察されなかった(写真2 bの右部と左部の比較)。この原因は明らかでないが、標本の内

図2 乳剤の濃度とメッシュ全体における臭化銀結晶の分布との関係

縦軸に臭化銀結晶の層の厚さ(layer of silver halide)、横軸にメッシュの中心からの距離(distance from center)をとった。乳剤は蒸留水で8.5倍(a, b), 7.5倍(c), 6.5倍(d)に希釈し、ループ法(—●—), およびタッチング法(—□—)によってフォルムパール膜上にマウントされた。臭化銀結晶のメッシュ全体における分布は乳剤の濃度、また同じ濃度でも、ループに取った乳剤の多(a), 少(b)によって異なる。ループにとった乳剤の量が多いほど、各メッシュ穴間における臭化銀結晶の分布差は小さい、一方乳剤の量が少ないと中心部のメッシュ穴の臭化銀結晶の層がやや厚くなる。タッチング法ではメッシュの端部が厚くなる傾向がみられた。

部に含まれている細胞壁や、葉緑体のデンプン域の成分が類似していることから、この現象は標本の物理的な構造変化によって起こるのではなく、試料の化学成分の違いによって起こるものと考えられる。ともかく、このような異常分布が、従来の単層乳剤マウント法ではとくに起こりやすいので、光合成産物の代謝、あるいは細胞壁物質の代謝等の研究をする場合には十分な注意が必要である。このような異常分布は界面展開法も用いて、DNA、RNA タンパク質の分子を観察する場合²⁷⁾にも起こること、また全載法によって、核および染色体を観察する場合²⁸⁾にも起こることが知られている。しかしこれらはさきに述べたと同じような標本内の化学的な成分の違いによって起こるよりもむしろ標本の物理的な状態の違いによって起こると推定されている。そのほかに動物細胞の切片上でも起こると考えられるが、このような研究はほとんどない。

3.5 乳剤膜が厚いために起こる空胞現象

以上のことから、乳剤膜は2, 3層と厚いほうが比較的均一に、1つのメッシュ穴およびメッシュ全体に臭化銀結晶を分布させることができ、“量的な分解能”を高めることができるように思われる。しかし層が厚くなると、現像後、別の問題が生じてきた。1つは現像処理後のゼラチン膜に電子線が照射されると、はん点状の空胞が出現することである。この空胞出現による物理的な力によってほとんどの現像銀粒子は転位、流出してしまう。もう1つはのちに述べるが厚いゼラチン膜のため標本の像が不明瞭になることである(写真3)。前者の問題に関し臭化銀結晶の層の厚さと、空胞の出現との関係を調べてみると、臭化銀結晶の層が3層以上になると明らかに空胞が出現した。この原因を検討中であるがつぎのようなことが起こっているためではないかと考えられる。現像処理後、未感光の臭化銀結晶があった部分がぬけ、ゼラチンに囲まれた空間が生ずる。臭化銀結晶の層が厚いほど、そのような多くの空間が生ずる。周囲をゼラチンによって封じられた空間内にある空気は、電子顕微鏡鏡体内の排気装置によって、ひかれても、十分に排気されない。そのような標本に電子線が照射されるとその衝撃によって試料は数百度に熱せられる。そのとき、ゼラチン空間内にある空気が膨張し爆発する。それが、はん点状の空胞となって観察されるものと考えられる。一方層が2層以下である場合には周囲の封じられた空間は生じない。したがって、爆発は起きず、はん点状の空胞も出現しない。

3.6 脱ゼラチン処理に伴う現像銀粒子の転位、流出
従来、よく脱ゼラチン処理に使用されている酵素処理法のうち、ペプシン処理法を現像後の試料におこなったところ、現像銀粒子の直径が小さいものはほとんど試料面上から流出してしまうことがみられた。そこで詳細に銀粒子の直径(長いほうの直径)とペプシン処理後における現像銀粒子の標本上での残存率を調べてみると図3の白丸印の線のような結果となった。

図3 ペプシン(0.05 mg/ml in HCl; —○—)を5分間、あるいは熱飽和酢酸ウラニル(60°C; —●—)を1.5時間処理後における現像銀粒子の直径(average grain size)と試料上残存率(remaining rate)との関係

*Physarum polycephalum*の変形体がDNA合成期の中間期(分裂後1.5時間経過)になったときに³H-チミジン(20 μ Ci/ml, spc. act. 25 Ci/mM)を10分間取り込ませ、電顕オートラジオグラフィ用標本を作ったもの、ペプシン処理の場合、現像銀粒子の直径が小さくなればなるほど銀粒子の残存率は低くなり、直径が500Åではほとんど、標本上の銀粒子は流出する。一方熱飽和酢酸ウラニル処理の場合では、直径が500Åになっても約80%が残っている。

現像銀粒子の直径2000Å以下では、残存率が急激に低下し、500Åではほとんど標本上に現像銀粒子が残らない。そこで、理論的な考察に基づいて、新たに筆者らが開発した熱飽和酢酸ウラニル脱ゼラチン法^{22, 24)}を使用してみた(写真5)。この非常に簡便な脱ゼラチン法を用いると現像銀粒子の直径が500Åになっても約80%の残存率を示した(図3の黒丸印の線)。また、この方法による脱ゼラチン効果は非常に高く、ゼラチン膜の厚さに対する影響は小さかった(写真4)。しかし、ペプシン処理に比較すると、あるメッシュではわ

写真4 熱飽和酢酸ウラニル処理前(a), 後(b)のメッシュの電子顕微鏡写真
処理前のゼラチン膜の厚さにかかわらず, 処理後は完全にゼラチンが除去され, 切片(S)のみが観察される。
×91(a), ×85(b)

ずかなコンタミネーションが起こった。この“コンタミ”があるメッシュのみに起こるということを考えると, 脱ゼラチンを受ける試料の状態と“コンタミ”が関係していることが考えられる。そこで, 現在, 種々に標本の状態を変え, “コンタミ”の起こる原因を細かに調べている。なお, 最後に, このような種々の問題を考慮し, 改善した電顕オートラジオグラフィを使用して行なった実験例として, 最近, 筆者らが報告した論文²⁵⁾の一部の電顕写真(写真6)を添加した。

4. 考 按

市販の Sakura NR-H₂ 乳剤を用いて, ループ法およびタッチング法によって乳剤を標本にマウントすると, ここに示してきたような種々の問題が生じてくる。他に市販されている乳剤に関しても同様な効果, 現象が生ずると考えられるが, ここに示したような研究はほとんどない。今後, 乳剤の種類をかえて, たとえば, ゼラチン含有量の少ない乳剤を使用し, ここに示したような研究をする必要があろう。

写真5 簡便な熱酢酸ウラニル処理法

中型シャーレに入れた点滴板(D)の一部の窪みに飽和酢酸ウラニルを十分に入れ, その他の窪みに蒸留水を入れる。要脱ゼラチンメッシュを飽和酢酸ウラニルに浮べ, シャーレのふたをする。前もって, 酢酸ウラニル溶液が60°Cになるくらいの位置に設置した赤外線ランプ(250W) (L) のスイッチを入れる。約90分後, 飽和酢酸ウラニル溶液のはいった窪みの周囲に酢酸ウラニルの結晶が析出してくる。析出が50%ほど進んだら, メッシュを隣の窪みの蒸留温水に移し水洗する。これをつぎつぎに移し, 十分水洗する。水洗後, 風乾し, 検鏡する。必要に応じてカーボン蒸着をする。これで染色もできているが, どうしても鉛その他の追染色をする場合には, メッシュの検鏡前にすること, 検鏡後では染まりにくい。

標本上に均一に臭化銀結晶をマウントする方法として, 理論的にループ法, タッチング法, その他の方法よりも銀蒸着法が最も適していると思われる。しかしこれも, 蒸着装置の真空度と蒸着銀粒子の直径, 蒸着時の電圧, あるいは蒸着時間と蒸着銀粒子の厚さ, 蒸着前の銀の量と蒸着後の蒸着銀粒子の厚さ, さらに, 暗所での蒸着銀粒子と臭素の反応速度および蒸着銀粒子の直径等に関する基礎的な研究を十分に行なう必要がある。したがって, 現在, 簡便という点で, 市販の乳剤を用いている。

市販の Sakura NR-H₂ 乳剤を用いた場合には単層乳剤膜マウント法よりも2層乳剤膜マウント法のほうが“分布の分解能”の低下量をわずかにとどめ“量的な分解能”を高めることができることを示してきた。さらにまた、1つのメッシュ穴、あるいはメッシュ全体に均一に膜をマウントすることができること、臭化銀結晶の異常分布を起こさないという点においても層が厚いことが必要であった。しかし、厚すぎると、現像処理後において、空泡現象がみられる。このようなことを考慮しても適当な膜の厚さは2層と考えられる。しかし、現在の2層乳剤膜マウント法が最善の方法だと決して考えられない。改善すべき点がいくつかある。たとえば臭化銀結晶のメッシュ上における均一化という問題についても、ループ法を使用するとどうしても中央部が厚くなる。これはさきに述べたように乳剤と支持膜のもつ表面張力によって起こると考えられる。そこで、乳剤の表面張力、あるいはフォルムボール膜の表面張力を落とす方法を考える必要があろう。“量的な分解能”を高めるという観点にたったとき、さきに述べたように放射性物質の比放射能が高く、濃度が濃いほうが有利であるが、しかし、つねに、そこから放射される放射線の生物に対する影響を考慮しながら、研究において適当な比放射能をもった放射性物質とその濃度を選択すべきだろう。そのほかに、露光時間を長くすることも“量的な分解能”を高める要因である。

しかし、一般的に露光時間が長くなると“背影カブリ”が起こることが知られている。しかし、筆者らの体験によれば、十分に乾燥のきいた容器で露光した場合、3年半の露光でもほとんど“背影カブリ”による銀粒子は現われなかった。しかし、長い露光は実験の回転ということを考えた場合、決して有利な“量的な分解能”を高める方法とはいえない。そのほかに、切片を厚くすることも必要であるが、厚すぎると“分布の分解能”の低下をまねくこと、像がみにくくなること、などの問題がおきてこよう。さらにこのような点に関しても技術的な検討が必要と思われる。が、しかし、電顕オートラジオグラフィの使用やこの方法の技術的な検討をする場合に、まず、みずから求めようとする実験目的が何であるかを十分に認識し、その目的に対し電顕オートラジオグラフィがどの程度、貢献するかを十分に考えることが必要だと思われる。光顕オートラジオグラフィで十分目的が果せるのに電顕オートラジオグラフィを用いるのは愚の骨頂といえよう。同様に、分解能が低いのににもかかわらず、それによ

て多くの説明、解釈を与えることはもっと愚かなことだ。“量的な分解能”に関し暴言するなら、1個の銀粒子の現われたミトコンドリアを10個捜し、複雑な計算を行なうことよりも、10個の銀粒子があらわれた1個のミトコンドリア得るように技術的な努力をするべきだろう。

文 献

- 1) J. Liquier-Milward: *Nature*, **177**, 619(1956)
- 2) R.T. O'Brien & L.A. George: *Nature*, **183**, 1461 (1959)
- 3) R.P. van Tubergen: *J. Biophys. and Biochem. Cytol.*, **9**, 219 (1961)
- 4) L.G. Caro & R.P. van Tubergen: *J. Cell Biol.*, **15**, 173 (1962)
- 5) L.G. Caro: *J. Cell Biol.*, **15**, 189 (1962)
- 6) L.G. Caro: *J. Biophys. and Biochem. Cytol.*, **10**, 37 (1961)
- 7) R.J. Prsybylski: *Exptl. Cell Res.*, **24**, 18 (1961)
- 8) S.D. Pelc, J.D. Combes & G.C. Budd: *Exptl. Cell Res.*, **24**, 192 (1961)
- 9) J.P. Revel & E.D. Hay: *Exptl. Cell Res.*, **25**, 474 (1961)
- 10) S.R. Pelc: *J. Roy. Microscop. Soc.*, **81**, 131 (1963)
- 11) M.J. Moses: *J. Histochem. Cytochem.*, **12**, 115 (1964)
- 12) M.M. Salpeter & L. Bachmann: *J. Cell Biol.*, **22**, 469 (1964)
- 13) M.M. Salpeter & L. Bachmann: *Symp. Intern. Soc. Cell Biol.*, **4**, 23 (1965)
- 14) L. Bachmann & M.M. Salpeter: In "Quantitative Electron Microscopy" (G.F. Bahr & E.H. Zeitler, eds) pp. 303~15. Wilkins, Baltimore, Maryland; *Lab. Invest.*, **14**, 1041 (1965)
- 15) V. Mizuhira: *Radioisotopes*, **14**, 240 (1965)
- 16) M.M. Salpeter: In "Methods in Cell Physiology II" (D.M. Prescott, ed), pp. 229~53, Academic Press, New York, London, (1966)
- 17) T. Kuroiwa: in preparation
- 18) T. Kuroiwa & N. Tanaka: *Cytologia*, **35**, 239 (1970)
- 19) E. Guttes, S. Guttes & H.P. Rusch: *Fed-*

- eration Proc.*, **18**, 479 (1959)
- 20) E. Guttes, S. Guttes & H.P. Rusch: *Devel-
op. Biol.*, **3**, 588 (1961)
- 21) J.H. Luft: *J. Biophys. and Biochem.
Cytol.*, **9**, 409 (1961)
- 22) T. Kuroiwa & N. Tanaka: *J. Electron
Microscopy*, **19**, 63 (1970)
- 23) T. Kuroiwa & N. Tanaka: *Cytologia*, **36**,
143 (1971)
- 24) T. Kuroiwa & N. Tanaka: *Exptl. Cell
Res.*, **67**, 177 (1971)
- 25) T. Kuroiwa & N. Tanaka: *J. Cell Biol.*,
49, 939 (1971)
- 26) T. Kuroiwa: *Exptl. Cell Res.*, in press.
- 27) T. Kuroiwa & M. Fuke: unpublished data.
- 28) T. Kuroiwa & N. Tanaka: unpublished data.
-