土壤中の ^{210}Pb の分析法について

亀谷勝昭, 戸村加代子

国立衛生試験所放射線化学部

東京都世田谷区上用賀1-18-1

1974年 11月13日 受理

環境試料中の ^{210}Pb の分析法として, ^{210}Pb を Pb 担体とともに硝酸溶液から白金板に電着し, ^{210}Pb から生ずる ^{210}Bi の β 線をアルミニウム吸収板 (8 mg/cm^2) を用いて測定する方法を, すなわちその計数率, ^{210}Bi の計数効率および Pb 担体の回収率から, 計算によって試料中の ^{210}Pb の放射能を測定する方法を検討した。

試料からの Pb の分離は, 試料を HF と HClO_4 で処理したのち, Pb をヨード錯イオンとしてメチルイソブチルケトンで抽出し, さらにメチルイソブチルケトンから $2N\text{ HNO}_3$ で Pb を逆抽出した。

上記の方法によると, 硝酸溶液から Pb の電着の回収率は定量的であったが, 土壤からの Pb の化学収率は82%であった。しかし白金板上の Pb は秤量型の PbO_2 として電着されるので, 試料中の ^{210}Pb の放射能は, 容易にその重量により補正することができた。

1. 緒 言

環境試料中にはつねに数種の天然放射性核種が存在するが, これらの核種のうち ^{210}Pb は物理学的半減期および生物学的半減期がともに長く, 国際放射線防護委員会の勧告¹⁾では, この核種の飲料水に対する許容量をとくに低く定めている。しかし環境試料中の ^{210}Pb の分析法はいくつかの報告^{2)~5)}があるがまだ十分に確立された方法はなく, わが国におけるこれらの試料については十分な調査が行われていない。

本報では, 環境試料中の ^{210}Pb を定量する方法として ^{210}Pb を担体とともにヨード錯塩として MIBK に抽出, $2N\text{ HNO}_3$ で逆抽出してこの ^{210}Pb を担体とともに白金板に電着する方法を検討した。また ^{210}Pb の放射能の測定は, ^{210}Pb から放出される2つの β 線の最大エネルギーがそれぞれ 0.061 MeV (19%), 0.015 MeV (81%)⁶⁾ と低いので, ^{210}Pb から生成する ^{210}Bi の β 線 (1.16 MeV 99%)⁶⁾ を測定し, その値から ^{210}Pb を算出する方法を用いた。

2. 実験方法および結果

2.1 試薬および装置

- 1) Pb 担体溶液: $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 1.599 g を水にとかりて $1,000\text{ ml}$ とする。この溶液 1 ml は Pb 1 mg を含む。
- 2) ^{210}Pb 溶液: The Radiochemical Centre の $^{210}\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液 (1.9 mCi/ml) の小量を 0.1

$N\text{ HNO}_3$ にとかりて使用する。

- 3) ヨウ化ナトリウム溶液: 試薬特級 NaI を水にとかりて飽和溶液とする。
- 4) メチルイソブチルケトン (MIBK): 試薬特級品をそのまま使用する。
- 5) 硝酸: 試薬特級 HNO_3 (S.G. 1.38) を使用する。
- 6) 分析用土壤試料: 関東ローム層の土を 105° で乾燥し, 使用する。本土壌中の ^{210}Pb は, 本報の分析操作にしたがって求めたが, 検出されなかった。
- 7) 電解装置: 菊水電子工業社製直流安定化電源 7326 を使用する。
- 8) 電解セル: 放射能測定用試料皿にはいる白金板 ($23\text{ mm } \phi \times 0.8\text{ mm}$) を Pb の電着板とし, この白金板とガラス円筒管 (外径 $23\text{ mm } \phi \times$ 内径 $18\text{ mm} \times 100\text{ mm}$) との間にテフロンリングをはさんで電解液がもれないようにした電解セルを用いる。
- 9) 放射能測定装置: 医理学研究 所 製 Universal Scaler 501型にガスフローデテクターを接続して使用する。

2.2 分析操作

白金皿に分析用土壤試料 1.0 g をとり, Pb 担体溶液 5 ml , 40% HF 10 ml , 60% HClO_4 5 ml を加え, 白煙が生じなくなるまで蒸発乾固する。この蒸発乾固物

に $N HCl$ 50 ml を加え、加温溶解して不溶物があればろ過する。残さは水洗し、洗液をろ液に合わせ、ろ液の全量を 60 ml とする。このろ液にヨウ化ナトリウム溶液 10 ml を加え MIBK 70 ml で 2 回振とうして Pb を抽出する。有機層は $N HCl$ 50 ml、水 10 ml、ヨウ化ナトリウム溶液 10 ml の混液 35 ml で 1 回振とうして洗ったのち、この有機層から Pb を $2N HNO_3$ 20 ml で振とうして逆抽出する。逆抽出は 5 回繰り返す。Pb を抽出した水層はビーカーにとり赤外線ランプの下で蒸発乾固し、この乾固物を硝酸 5 ml、水 5 ml にとかす。この溶液を重量既知の白金板を入れた電解セルに移す。ビーカーは水 5 ml で洗い洗液も電解セルに移す。つぎにこの溶液のはいった電解セルを電解装置に接続し、白金線を陰極、白金板を陽極とし、0.8 amp (この場合電流密度は約 0.4 amp/cm² となる)、3 V で 1 時間、Pb を PbO_2 として白金板に電解電着させる。電解終了後白金板を水洗風乾し重量を測定して、Pb の回収率を求める。つぎにこの PbO_2 の電着した白金板を 30 日間放置し、 ^{210}Pb から生じた ^{210}Bi の β 線を 7.0~8.0 mg/cm² のアルミニウム吸収板をとおして放射能測定装置で測定し、Pb の回収率と ^{210}Bi の測定値から ^{210}Pb の含量を求める。

2.3 分析操作の検討

上記の分析操作は、Pb の有機溶媒による抽出、Pb の白金板への電着の 2 つの操作から成るから、それぞれの操作における Pb の回収率について検討し、つぎに全操作を行なって Pb の回収率を求めた。以下にそれぞれ検討した結果について記す。

2.3.1 硝酸溶液から Pb の白金板への電着: ^{210}Pb の測定用の白金板は、放射能測定装置の検出器の大きさによって限定されるため、あまり大きな面積をもつものは用いることができない。したがって担体として用いる Pb の量も当然限定され、本実験では Pb として 5 mg を電着させることを目的として実験を行なった。

Pb 担体溶液 5 ml を電解セルにとり、水 5 ml および硝酸 5 ml を加えて電流量および電解時間を変化させ、Pb を PbO_2 として重量既知の白金板に電着させて、Pb の重量を求めて、その回収率を検討した。ただし、Pb 担体溶液中の Pb 含量はあらかじめ硫酸鉛として重量法で求めておいた⁷⁾。以下 Fig. 1 に電流量、電解時間を変化させた場合の Pb の回収率を示す。

以上の結果から電解溶液に硝酸($HNO_3 : H_2O = 1 :$

Fig. 1 Electrodeposition of Pb on platinum plate. electrolyte: HNO_3 (1+2) solution.

2) を用いれば、電流量 0.8 amp、電解時間 1 時間で Pb を定量的に電着させることができることを知った。

2.3.2 Pb の溶媒抽出について: Pb 担体溶液 5 ml に水 5 ml、 $N HCl$ 50 ml、ヨウ化ナトリウム溶液 10 ml を加えたのち、MIBK 70 ml を用いて 2 回振とうして Pb をヨード錯塩として抽出する。つぎに Pb を $2N HNO_3$ 20 ml で振とうして逆抽出する。抽出は数回繰り返す。抽出した硝酸溶液をビーカーにとり赤外線ランプの下で蒸発乾固したのち、乾固物を硝酸 5 ml、水 5 ml にとかし、この溶液を重量既知の白金板のはいった電解セルに移す。ビーカーは水 5 ml で洗い、この洗液も電解セルに移し、電流量 0.8 amp、電解時間 1 時間で Pb を白金板に電解電着する。電解終了後白金板をはずし、水洗風乾したのち重量を測定し、Pb の回収率を求める。

$2N HNO_3$ による Pb の逆抽出の収率はその回数に比例して増加し Fig. 2 に示すように 5 回の抽出操作で約 90% が回収された。

Fig. 2 Reextraction of Pb with 20 ml portions of $2N HNO_3$ from 140 ml of MIBK containing lead iodide complex.

なお 5% HCl 溶液 1 容量に対し methylisopropyl-ketone 1 容量の比で Pb のヨード錯塩を抽出した場合、Pb の 99% が有機層に抽出されることが報告され

ているので⁸⁾, MIBK を用いた場合でも N HCl 溶液から Pb が定量的に有機層に抽出されるものと考え, 本法では 2N HNO_3 の逆抽出についてのみ検討を行なった。

2・3・3 土壤中の Pb の回収率について: 分析用土壌試料 1 g に Pb 担体溶液 5 ml を加え, 2・2の分析操作にしたがって全操作を行ない, Pb を PbO_2 として白金板に電着し, この重量から Pb の回収率を求めた。これらの結果は Table 1 に示すとおりである。

Table 1 Recovery of Pb added to 1 gram of soil sample

Taken (mg)	Found (mg)	Recovery (%)
5.50	4.77	86.7
	4.75	86.4
	4.53	82.4
	4.49	81.6
	4.70	85.5
	4.50	81.8
	4.32	78.5
	4.01	72.9
av.	4.51	82.0

Table 1 から明らかなように, Pb の回収率は平均 82% と低いが, もし白金板に電着された PbO_2 が PbO_2 以外の不純物を含まないとするならば ^{210}Pb の放射能を放射化学的に定量し得るはずであると考え, 本報ではさらに分析用土壌試料に ^{210}Pb および Pb 担体を加えて, 放射化学的に ^{210}Pb を定量し得るか否かを検討した。

すなわち, 分析用土壌試料 1 g に一定量の ^{210}Pb 溶液と Pb 担体溶液 5 ml を加え, 分析操作のうちの 2N HNO_3 による逆抽出の回数をかえて, 白金板に電着する Pb 量を変化させ, Pb を白金板に電着させてから 30 日間放置して ^{210}Pb から生成する ^{210}Bi を ^{210}Pb と放射平衡としたのち, ^{210}Bi の β 線をアルミニウム吸収板を用いて計数し, その値から不純物の混入の度合を検討した。その結果, Table 2 から明らかなように, 土壌試料から回収した PbO_2 の比放射能は, いずれもほぼ一定の値を示し, PbO_2 中にはほとんど重量的にも不純物を含むことなく, ^{210}Pb を定量し得ることを知った。なお, ^{210}Bi の計数値から ^{210}Pb を求める方法は, 以下 2・4 に示す方法によった。また一般に土壌試料中に含まれる Pb 含量は 1 g あたり μg オーダーであるので, 計算に用いる Pb の回収率には影響を与えない。

Table 2 Specific activity of Pb recovered from the sample that Pb-210 and Pb carrier were added to soil

Taken			Found		
wt (mg)	cpm	sp. ac.	wt (mg)	cpm	sp. ac.
5.50	133.6	24.3	2.80	69.4	24.8
			3.10	76.3	24.6
			4.00	95.2	23.8
			4.20	97.8	23.3
			4.62	110.4	23.9

2・4 ^{210}Bi の測定値から ^{210}Pb を求める方法

^{210}Pb はその放出する β 線の最大エネルギーが 0.061 MeV (19%) と低く, Pb を分離したままでは, ^{210}Pb の放射能を測定することは容易でない。しかし ^{210}Pb から生ずる娘核種の ^{210}Bi はその半減期が 5.0 日と短くしかも比較的高いエネルギー ($E_{\text{max}} 1.16\text{ MeV } 99\%$) の β 線を放出するので, ^{210}Pb を分離したのち 30 日間放置して ^{210}Bi を生成させ, 放射平衡になった ^{210}Bi の β 線を測定すればこの値から比較的容易に ^{210}Pb を求めることが可能である。そしてまた ^{210}Bi から ^{210}Po も生成するが, ^{210}Po は α 線のみしか放出しないので, $7.0\sim 8.0\text{ mg/cm}^2$ のアルミニウム吸収板を用いることで ^{210}Pb の β 線とともにこの α 線も容易にしゃへいすることができる。したがって土壤中の ^{210}Pb の定量は 2・2 の分析操作にしたがい ^{210}Pb とともに Pb 担体を白金板に電着させたのち, 30 日間放置し, 上記に示すアルミニウム吸収板を用いて ^{210}Bi のみを測定し, その値から次式によって ^{210}Pb を求めることができる。

$$N \pm \Delta N (\text{pCi/g}) = \frac{n \pm \Delta n}{2.22} \times \frac{1}{\eta} \times \frac{100}{A}$$

$N, \Delta N$: 試料 1 g 中の ^{210}Pb の濃度 (pCi/g) およびその標準偏差

$n, \Delta n$: アルミニウム吸収板を用いて測定したときの試料の計数率 (cpm) およびその標準偏差

η : アルミニウム吸収板を用いて測定した場合の ^{210}Bi の計数効率

A : 試料に添加した Pb 担体の化学収率 (%)

なお Pb を白金板に電着した日から $2\sim 3$ 週間後に ^{210}Bi の β 線を測定し, ^{210}Bi の生成率から計算によって ^{210}Pb を求めることも可能であると考えたが, 試料中に ^{210}Bi が含まれていたとすれば, ^{210}Bi は溶媒抽出の操作で Pb と同様な行動を示し, Pb を白金板に電着するさいに ^{210}Bi の一部も Pb とともに電着され

るので、本報では電着した ^{210}Bi を減衰させ、かつ ^{210}Pb から新しく生成する ^{210}Bi を ^{210}Pb と放射平衡としたのち、すなわち30日間放置したのち ^{210}Bi を計数し、その値から ^{210}Pb を放射化学的に求める方法とした。

3. 考 察

^{210}Pb の分析法としてすでに有機溶媒による抽出法が報告され、ジエチルジチオカルバミン酸ジエチルアンモニウム塩・クロロホルム溶液による抽出と、ジチゾン・クロロホルムによる抽出を組み合わせた方法²⁾、ヨード錯塩のメチルイソプロピルケトンによる抽出とジチゾン・クロロホルムによる抽出を組み合わせた方法³⁾、あるいは4級アミンのトルエン溶液で抽出する方法⁴⁾等が用いられている。これらの方法のうち、ジチゾン・クロロホルムを用いた場合は、 ^{210}Pb の定量に、 ^{210}Pb の抽出溶液または ^{210}Bi の抽出溶液を試料皿に移して測定する方法が、そして4級アミンによる抽出の場合には、塩酸で Pb を逆抽出し、この水溶液に硫酸イオンを加えて硫酸塩としてこの沈殿を試料皿に移して測定する方法がとられている。また上記の溶媒抽出を行なわない方法として、 ^{210}Pb を担体とともにいったん PbCrO_4 として沈殿させたのち、さらに Pb を PbSO_4 とし、 ^{210}Pb から生成する ^{210}Bi を Bi 担体とともに BiOCl として沈殿させ測定する方法などもある⁵⁾。しかし一般に環境試料中の ^{210}Pb は非常に微量であり、かつ試料中には fall-out など他の放射性核種の存在が予想されるので、これらの核種を除くよう溶媒抽出法と電着法を応用し、測定試料の形状を一定にして測定する方法を検討した。

すなわち本実験では、試料中の ^{210}Pb を他の無機物および他の放射性核種から分離するため、Pb 担体とともに ^{210}Pb をヨード錯イオンとして MIBK に抽出し、この有機層からさらに 2N HNO_3 で Pb を逆抽出し、この Pb を白金板に電着させる方法を考えた。とくにこの Pb を電着させる方法を用いたことは、Pb 以外の金属が硝酸酸性で陽極の白金板に電着されないこと（他の金属イオンは陰極に電着されるのがふつうである。放射性の Bi は例外のように考えられる）、す

なわち他の放射性の金属イオンが存在しても、Pb 以外の金属では陽極の白金板に電着されないことが、あらかじめ明らかとなっているので⁹⁾、この操作を加えた。しかし実際に Pb 担体を分析用土壌試料 1 g に加えて、抽出操作および電着操作を行ない、Pb を分離定量すると、Table 1 に示すように、82%しか Pb が回収されないが、本法によると添加した Pb 担体が PbO_2 として秤量されるので、 ^{210}Pb の測定値を補正することができ、Table 2 に示すように放射化学的には、ほぼ定量的に ^{210}Pb を求めることができるであろう。したがって、環境試料中の微量の ^{210}Pb の定量において、溶媒抽出法のみまたは沈殿法のみの方よりも、よりいっそう ^{210}Pb を正確に求めることができるであろう。なお本法による ^{210}Pb の定量は、1 cpm のバックグラウンドを有する低バックグラウンド β 線放射能測定装置を使用し、100 分以上の計数時間をとるならば 0.5 pCi までが測定可能である。

文 献

- 1) 国際放射線防護委員会の勧告、体内放射線の許容量に関する専門委員会Ⅱの報告（1959）日本放射性同位元素協会
- 2) C.W. Sill and C.P. Willis: *Anal. Chem.*, **37**, 1661 (1965)
- 3) N.A. Talvitie and W.J. Garcia: *Anal. Chem.*, **37**, 851 (1965)
- 4) H.G. Petrow and A. Cover: *Anal. Chem.*, **37**, 1659 (1965)
- 5) K. Kodaira, M. Kato and M. Ishikawa: *Radioisotopes*, **22**, 331 (1973)
- 6) "Table of Isotopes" Sixth Edition, John Wiley & Sons (1968)
- 7) W.F. Hillebrand and G.E.F. Lundell: "Applied Inorganic Analysis" Second Edition, p.223, John Wiley & Sons (1962)
- 8) P.W. West and J.K. Carlton: *Anal. Chim. Acta*, **6**, 406 (1952)
- 9) 松井元興: "電解分析", 東京裳華房, p.66 (1931)

Abstract**An Analytical Method of Pb-210 in Soil**

Katsuaki KAMETANI and Kayoko TOMURA

Division of Radiochemistry,

National Institute of Hygienic Sciences, Tokyo, Japan

As an analytical method of Pb-210 in environmental sample, the radioactivity of Bi-210 built up from Pb-210 after the electrodeposition of Pb on platinum plate from nitric acid solution was measured by using an aluminum absorber (8 mg/cm^2), and the radioactivity of Pb-210 in the sample was determined by calculation from the counting rate of Bi-210 activity, the counting efficiency of Bi-210 activity, and the chemical recovery of Pb carrier.

The separation of Pb-210 together with stable Pb carrier from the sample was based on the extraction of its iodide complex ion with methyl isobutyl ketone after the treatment of sample with HF and HClO_4 and on the reextraction of Pb in methyl isobutyl ketone with 2N HNO_3 .

By the above mentioned procedure, the recovery of Pb from nitric acid solution by electrodeposition was quantitative and the chemical recovery of Pb from soil was 82%. However, as the chemical form of Pb carrier deposited on the platinum plate was weighable PbO_2 , the radioactivity of Pb-210 in the soil sample could be determined by correcting the found counting rate with the ratio of the weight of Pb carrier added to that of Pb carrier found.

(Received November 13, 1974)