Cs^{137} -針(管)並びに種々なる $Sr^{90}-Y^{90}$ β 線源について

宮川正, 森栄卯輔, 岩井博, 田中利彦, 広石全司

(横浜医科大学放射線科)

I 緒 論

今回治療用 γ 線源としての Cesium 137(Ba^{137m} γ 線)と β 線源としての $Sr^{90}-Y^{90}$ を併せて報告するわけはともに半減期が長く一旦安全な線源を製作すれば長期間反復使用し得るものであるからである。すなわちいわゆる密閉された放射線源として使用するのであるから、密閉されていない人工放射性同位元素を取扱う場合のごとく汚染危険対処した放射性同位元素取扱室なるものがなくても治療に使用し得る。従来ラジウム針、管あるいはラジウムボタン等の使用経験ある施設においては使用し得る人工放射性同位元素である。従って今後需用の多いものと考えられる。すでにラジウム代用としての Co^{60} の需用は各方面においてますます盛んになってきた。大量遠隔照射用、管あるいは針として各施設において使用されている。この種の γ 線源としての人工放射性同位元素は他に 2~3 あるがその中 Cs^{137} は半減期が長く γ 線源として漸次使用されて来た Co^{60} γ 線よりエネルギーは低い半減期が長い点において Co^{60} に優るラジウム代用物と考える。すでに欧米においては Co^{60} と同様の使用法で使われており、近くわが国にも種々なる形の γ 線源として輸入されると思われる。われわれは 100mc の Cs^{137} を輸入したので最初の試みとして Cs^{137} 針、管を試作し、すでに臨床的に使用している。またラジウムボタン β 線源の代用として $Sr^{90}-Y^{90}$ の種々なる形の β 線源を試作して表在性病巣の β 線治療を行っている。

ともに使用経験から非常に便利でありラジウムの治療成績とほとんど差なく、かつ遥かに廉価であるので報告する。

Cs^{137} と Co^{60} との比較

図 1 に示す如き原子核崩壊を行い、われわれと

図 1

しては Ba^{137m} より放射する γ 線を使用するわけである。半減期が Co^{60} より遥かに長く Co^{60} 程放射能の減弱を考慮する必要がない、 Co^{60} の場合大量 γ 線源としては時々線源を補充できるが、針、管等の場合はある程度減弱すれば内容を入れ替えねばならない。特に針の場合は組織内照射用針として治療に適した放射能/長さの期間は長いとはいえない。この点 Cs^{137} は半減期が 33 年であるので実用的にはラジウム針とほとんど同様に長期間使用できる。ただし、 $Cs^{137}-Ba^{137m}$ γ 線のエネルギーは 0.66 Mev. であるから Co^{60} γ 線 (1.17, 1.33 Mev) に比し低い。従って大量遠隔照射の場合は深部率は Co^{60} γ 線に幾分劣り、また皮下層の線量の最大部が幾分表面の方にずれる、かかる点では Co^{60} γ 線の方がやや優れている。(しかし $Cs^{137}-Ba^{137m}$ γ 線 0.66 Mev. は管電圧約 100 万ボルトの X 線の有効波長に相当するので Cs^{137} γ 線の大量遠隔照射でも従来の深部用 X 線より遥かに優れている)。

針あるいは管を使用する場合の空間的線量分布

は線源からの距離が一番大きな役割をして組織の吸収の差は余り問題にならない。従つて、針、管の場合は Cs^{137} の方が Co^{60} より優れているといえる。

II Cs^{137} 針並びに管の試作

輸入された Cs^{137} は Cs^{137}Cl の稀 HCl 溶液である(濃度 343mc/cc.)。今回はこれを細いカタン糸(50番)長さ 25~30 cm に浸み込ませ(結果として 0.45~0.6 mc/cm の割合となった), よく乾燥させて後レジン(Araldite Type D.)を塗布して Cs^{137} が糸からはがれなくしかつ操作しやすくした。これのラジオアウトグラフは図2の如くであつて糸の末端部を除いては Cs^{137} の分布はほぼ均等である。これを 13~14 mm の長さに切断した。これのラジオアウトグラフは図3に示す如

図2 Cs^{137} 糸のラジオアウトグラフ

図3 Cs^{137} 糸のラジオアウトグラフ

くである。ローリッエンエレクトロスコープを用い数 mm 銅+数 mm Al をフィルターとしてラジウム 1mg 針と電離測定値を比較すると前記 13~14mm の Cs^{137} 糸約3本分の γ 線量とラジウ

ム 1mg 針 γ 線の電離測定値がほぼ等しくなった。(約 2mc Cs^{137} γ 線=1mg ラジウム針)この Cs^{137} 糸を約3本づつ(過不足は Cs^{137} 糸を僅か切断あるいは追加した)を科研製ステンレスシース(すでに Co^{60} 針用として山下久雄氏等報告のもの)にレジンとともに密封した。

図4に各針のラジオアウトグラフ並びにシース X線像と Cs^{137} の針に対する分布を示す。図の如く従来のラジウム針と優るとも劣らざる Cs^{137} 分布にすることができた。以上の如くで各 Cs^{137} 針は1本約 2mc であつてラジウム 1mg 針とほぼ同等の γ 線を放射する。

図4 試作 Cs^{137} mc 針とラジウム針との比較(ラジウムオウトグラフ)

同様の方法で真鍮カプセルに Cs^{137} 糸を密封して管を試作した。

1. 使用経験 (Cs^{137} 針)

前記 Cs^{137} 2 mc 針を 30 本試作し専ら組織内照射用として臨床的に使用している。

舌癌、口唇癌、子宮頸部癌。(その他喉頭癌の埋没照射)等にラジウム 1mg 針と全く同様な幾何学的条件と照射時間(8~10 日間)で組織内照射を行っている。もちろん長期間の治療成績は不明であるが、照射終了後数カ月間現在までの経過はラジウムの場合と同様である。

2. Cs^{137} 輸入並びに加工に対する希望

Cs^{137} - Ba^{137m} は γ 線放射体であるため輸送容器はおそらく鉛製の膨大なものであろう。そのため輸送費が非常にかさむものと考えられる。従つてある 1~2 の施設のみで購入すると非常に高価なものになってしまう。全国で大いに Cs^{137} の需

用を高め、まとめて大量輸入し希望した各施設に分配して貰えばおそらく 100mc 位の小量を単独に購入する場合の費用の 10 分の 1 以下で入手できると考える。針、管としてのラジウム代用物としては Co^{60} より遥かに優れていると確信する。各施設においては Co^{60} 針、管を Cs^{137} に切替えることをすすめ、従って共同して輸入し、より廉価な Cs^{137} 針、管を使用したい。さらに、各施設で針、管を製作することは放射線災害予防の点からみて不適當である。今後メーカーがまとめて Cs^{137} 針、管を製作しわれわれとしては出来上った Cs^{137} 針、管を入手したい。もちろん出来上った Cs^{137} 針、管も輸入できるが Co^{60} 針、管の場合と同様にやや高価である。シースに密封することを日本のメーカーが行ってくればより廉価となることは言をまたない。

Ⅲ $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線源

Sr^{90} の半減期は 19.9 年で $\text{Y}^{90} \rightarrow \text{Zr}^{90}$ のとき放出する β 線の最高エネルギーは 2.35 Mev である。これを適当な容器に密閉すればラジウムボタン β 線源と全く同様に使用し得る。

各種 $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線源の試作

輸入された Sr^{90} は $\text{Sr}^{90}(\text{NO}_3)_2$ の稀硝酸溶液濃度約 114mc/cc. である。

原液を種々なる線源の強さ ($\mu\text{c}/\text{cm}^2$) に応じて水にて薄めて使用した。

1. 平面線源

良質な沓紙に Sr^{90} 溶液を浸み込ませ乾燥後ラジオアウトグラフを撮り沓紙の周辺の Sr^{90} の不均等な部分を切り取り、しかる後目的の大きさに切って 1 枚あるいは 2~3 枚重ねてレジンにて包埋、さらに 0.016 mm Al 箔にてレジンとともに包んだ。

その他、 Sr^{90} 溶液に炭酸ソーダ水溶液を加え $\text{Sr}^{90}\text{CO}_3$ の沈澱となし、これを数回遠心操作により水洗し乾燥したものゝを合成樹脂製の浅い皿(底部の厚さ 0.9mm) に平等に入れレジンにて密閉した。その他種々なる方法で試作したが前記の沓紙に浸み込ませる方法が一番簡単であると考え。図 5 に $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線平面線源の各種を示す。

図 5 各種 $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ 平面 β 線源

表 1

	線源の大きさ cm^2	全放射能の強さ μC	$\mu\text{C}/\text{cm}^2$
A	1.6×1.8	824	286
B	1.7×2.0	361	106
C	円形 2.3	1940	843
その他	2.0×1.3	159~400	55~100~200
25 枚	1.3×1.5		

表 1 に図 5 の各種線源の大きさ、 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 等を示す。

2. 大量 $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線照射器

Sr^{90} の原液のまま約 22 mc をピペット操作により長時間 (2~3 日間) を費し、電燈熱にて乾燥させながら図 6 に示す如き柄付き金属皿 (注射針の接合部の内面をハンダにて鍍金耐酸性となし、さらにレジンを塗布したもの) 上に滴下しつつ蒸発乾固させ、さらに塩化カルシウム乾燥器、濃硫酸乾燥器中に 2~3 日間放置しできるだけ水分を除去してから加温しつつレジンにて密封した。さ

図 6

図 7

らに照射面に厚さ 0.016mm Al 箔をレジンにて密着させて包みさらにレジンを塗布した。図6の如き構造となる。実物を図7に示す。

3. 適応症並びに照射術式

i 平面線源

適応症はもちろん表在性の薄層病巣である。一番用いられる適応症は血管腫—乳幼児の単純性血管腫、比較的薄い海綿状血管腫—である。その他色素性母斑、余り厚みのない皮膚癌等。血管腫に対しては1クールとして連日あるいは隔日に4~6回、1回照射量 $50\sim 150\sim 250\mu\text{ch}/\text{cm}^2$ で表1の線源の強さ $\mu\text{c}/\text{cm}^2$ からわかる如く1回の照射時間は30分~60分間である。

病巣の広いものはその面積に応じて平面線源を並べて照射する。なお、不規則な形の病巣あるいは平面線源よりやや小面積の病巣に対しては予め病巣の大きさ形にほぼ一致した窓をあけた薄い鉛板を窓と病巣を一致させて密着せしめて、その上に平面線源を密着照射する—鉛板の代りに鉛粉混入コンパウンドを使用してもよい—。

以上の如く1クール終了後約1ヵ月後その経過により次クールを行う。

極く薄層の皮膚癌に対しては、1回量 $400\sim 500\mu\text{ch}/\text{cm}^2$ 連日ないし隔日に照射を行い総量 $3000\mu\text{chr}$ 以上/ cm^2 である。

ii 大量 $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線照射器、 適応症

比較的小範囲の病巣、

斑点状の血管腫あるいはすでに放射線治療を行い斑点状に血管腫が残存する場合、その他乳嘴腫

等、小範囲の皮膚癌、あるいは放射線治療後の残存皮膚癌等、

眼科疾患、

眼科方面には適応症がかなり多い、

眼瞼及び結膜における腫瘍、(乳嘴腫、血管腫)

春季カタル、翼状贅片、

前眼部結核、フリクテン角結膜炎、鞏膜炎

血管新生を伴う角膜疾患、

図8 眼球を鉛へらで防禦して上眼瞼の血管腫の照射

図9 鉛へら並びに鉛絞り

図10 鉛ガラスつばで術者の手を防禦する

以上の如くである、本照射による1回照射時間は30秒～1分～3分間(時に4分間)である。非常に小範囲の病巣のときは図9に示す小孔のある鉛板を使用する。

照射術式例を図8, 10に示す,

4) $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線源の加工に対する希望,

平面線源, 大量 β 線照射量, とともに表在 β 線治療器として非常に便利であり今後かかる線源の需用は多いと考える。われわれがこれら線源の試作に際して一番注意したことは Sr^{90} による汚染防止である。各施設で線源を製作することは労多くして危険であることはいうまでもない。本格的にメーカーが安全第一の $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線源を製造してくれることを望む。

Cs^{137} と同様に安全な商品となった $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β 線源を輸入できるが高価である。ぜひ日本のメーカーにより照射器を製造して貰いたい。

(昭和30年9月19日受理)

文 献

- 1) Friedell, H.L. Thomus, C.I. and Krohmer, J.S.: *Amer. J. Roent.* 65 232~244 (1951)
- 2) Rossi, H.H. and Ellis, R. H.: *Amer. J. Roent.*, 67 980, (1952).
- 3) Strajman, E.: Tissue Surface Measurements as a Method of Studying in Vivo the Concentration of Beta Ray Isotopes. Theoretical and Experimental Analysis with Radioactive phosphorus. University of California Press. Berk. and Los An. (1951).
- 4) Low-Beer, B.V.A.: The Clinical use of Radioisotopes Charles C. Thowes, Springfield (1950).
- 5) 宮川正, 森榮卯輔, 広石全司: 日本医学放誌 14, 7, 440~445 (1954).
- 6) 宮川正, 森榮卯輔, 岩井博, 田中利彦, 広石全年: 日本医学放誌 15, 4, 311~315 (1955).
- 7) Relario A.J.: *Roentgen, Radium and Isotope Therapy*, Philadelphia, (1953)
- 8) 山下久雄: アイソトープの医学的応用, 医学書院 東京 (1954)

On the Cs^{137} Needles (Tubes) and Several $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β Ray Sources

Tadashi MIYAKAWA, Usuke MORIE, Hiroshi IWAI,

Toshihiko TANAKA, and Takashi HIROISHI

(Radiological Department, Yokohama University School of Medicine)

Cs^{137} -Needles

From the point of the half life period, Cesium 137 (Cs^{137}) as a therapeutic use alternative to Radium is better than Cobalt 60. Authors made Cs^{137} needles and a tube by following process.

On the first step, Cs^{137} Cl in weak HCl was infiltrated in the very fine cotton strings which length are about 25~30 cm. After drying process these Cs^{137} -strings are coated with Resin (Araldite Type D), activity of these Cs^{137} -strings were about 0.45~0.6 mc/cm. These Cs^{137} -strings were cutted short length, which each length was

about 13~14 mm. From the ionizing measurement, the $\text{Cs}^{137}\text{-Ba}^{137}$ γ radiation of each short Cs^{137} -string is equivalent about 1/3mg Radium γ radiation. From the ionizing measurement of γ rays, 2~2.16 mc Cs^{137} is equivalent 1 mg Radium.

Each 3 of these short Cs^{137} -strings was involved with Resin in the stainless steel sheath, which internal diameter is 1 mm, external diameter is 1.6 mm, total length is 28 mm and the active length of the Cs^{137} needle is about 14~15 mm. Thirty Cs^{137} -2 mc-needles were made. Homogeneous distribution of the Radio activity in the

Cs^{137} needles were proved by the radioautographic method. The dose distribution near the Cs^{137} needle in water is almost same to Radium one, by using photographic method.

Authors have used already clinically these Cs^{137} needles to the interstitial irradiation of tongue cancer etc.

$\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ β ray applicators

Authors described on normal $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ Beta-Ray applicators, plane sources, of which intensity were about $50\sim 200\ \mu\text{c}$ per cm^2 and on the intensive $\text{Sr}^{90}\text{-Y}^{90}$ Beta-Ray applicators. Authors made this intensive applicator by filling about 22 mc Sr^{90} (and 22 mc Y^{90}) in small shallow brass capsule of which inside wall is plated with lead and coated with Resin (Araldite Type D). The inside diameter of this metal container is 5.8 mm. Filling process consisted of evaporating drop by drop of $\text{Sr}^{90}(\text{NO}_3)_2$ solution. After filling and drying process,

surface of the source is coated with Resin and covered with aluminium filter (0.016 mm thick) and Resin. Length of this applicator including its shaft is 52 mm, diameter of the source is 5.8 mm, outside diameter is 8 mm.

Considering from the reactions of human skin this applicator emits 2000-3000 rep per min. at the surface of the skin in direct contact. This applicator has been already clinically used against superficial small tumors, e.g. haemangioma, papilloma, cancer of skin etc and eye diseases, which have been reported by Eriedell et al.

With this applicator the treatment was applied in direct contact for 20 seconds-1 min.-3 min.

When apply for very small region, lead plate with holes 2-5 mm diameter, is usually used. It is believed, this applicator is very convenient and has wide indications.