補 冊

第12回ラジオアイソトープインビトロ検査

全国コントロールサーベイ (1990年)[†](社)日本アイソトープ協会医学・薬学部会インビトロテスト専門委員会^{††}

113 東京都文京区本駒込 2-28-45

Key Words: control survey, radioimmunoassay, α -fetoprotein, aldosterone, β_2 -microglobulin, carbohydrate antigen 15-3, C-peptide, digoxin, elastase 1, free triiodothyronine, growth hormone, immunoglobulin E, prostatic acid phosphatase, pancreatic secretory trypsin inhibitor, progesterone, prolactin, thyroglobulin, triiodothyronine, triiodothyronine uptake, tissue polypeptide antigen, thyroid stimulating hormone, testosterone, myoglobin, trypsin

1. はじめに

日本アイソトープ協会医学・薬学部会インビトロテスト専門委員会では、全国の RI インビトロ検査実施機関における測定精度の実態を把握し、同検査の精度向上に資する目的から、毎年全国規模のコントロール

サーベイを実施している。今回は、1990年に実施した「第12回 RI インビトロ検査全国コントロールサーベイ」の結果をとりまとめたので報告する。

2. 対象と方法

2・1 調査対象施設 (参加施設)

今回のサーベイに参加した施設は、1990年11月の時点で RI インビトロ検査を実施している約670の病院、診療所、衛生検査所および試薬メーカーのうち、本調査の趣旨に賛同し、参加申込をした405施設であった(表1)。

その内訳は、国・公立大学病院43、私立大学病院31、国立病院47、公立病院82、民間病院133、衛生検査所57および試薬メーカー関係12であった。

この参加率は60.4%になるので、同種項目を対象としたサーベイを実施した第10回サーベイの60.4%や、昨年の第11回サーベイの60.5%と、ほぼ同程度の参加率であった。

2・2 調査対象項目

この調査では、対象項目が広がるにつれ、第9回サーベイから1回のサーベイでは対象項目の半分を実施して、2年で全項目を一巡する方式を取り入れているので、今回の対象は第10回サーベイで実施した項目とほぼ同じものになる。ただし、hCG、ガストリンは今回実施しなかった(表1)。

また新規項目としては、ミオグロビンとトリプシンの2項目を追加した。

[†] The 12th Quality Control Survey for Radioisotope *in vitro* Tests in Japan, 1990. Subcommittee for Radioisotope *in vitro* Test, Medical and Pharmaceutical Committee, Japan Radioisotope Association: 28-45, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113.

^{††} インビトロテスト専門委員会

委員長	紫 芝 良昌	虎の門病院
委 員	*市原 清志	大阪大学医学部
	佐々木康人	東京大学医学部
	出村 博	東京女子医科大学
	藤 枝 憲二	北海道大学医学部
	前 田 昌子	昭和大学薬学部
	三 橋 直樹	東京大学医学部
	宮 地 幸隆	東邦大学医学部
	森 三樹雄	独協医科大学越谷病院
	矢内原 昇	静岡県立大学薬学部
	山 田 英夫	東京都老人医療センター
オブザーバー		
	石 神 達三	(株)エスアールエル
	大阿久恒雄	ダイナボット(株)
	鈴木修三郎	(株)第一ラジオアイソトープ研究所
	鳥 海 一浩	エス・エム・アイ・ブリストル(株)
	松 浦 始	栄研化学(株)

(* 執筆者)

2・3 測定方法

測定方法は、原則としてラジオアイソトープを用いた検体検査法であるが、同一検査室等でたまたま項目によって non-isotopic 法を採用している場合には、これらも受け入れた。したがって、ラジオイムノアッセイ (RIA) およびイムノラジオメトリックアッセイ (IRMA) が中心であるが、これ以外の酵素法、蛍光、化学発光等の方法による測定も含めた。これらは全体の約16.8%を占めた。

2・4 試料の調製と評価

検体試料は、従来低濃度、高濃度の2種類の調製が行われてきたが、今回はより細かく解析するため、約半数の項目で低、中、高、3濃度の試料を用意した(表2)。濃度の設定にあたっては、過去の設定濃度を参考にし、臨床的に意味のある値で、かつ通常市販されているキットで測定可能であるとともに、それらの標準曲線上でばらつきの生じにくい値とした。なお、3濃度の場合は、低濃度は正常範囲以下または正常下限値付近を、中濃度は正常範囲中央または上限値付近を、高濃度は正常の2-3倍の値をめやすとした。

試料の調製は、原則としてコントロール血清に各標準物質を添加することにより、できるだけ設定濃度付近に近づけるようにした。試料はいずれも凍結乾燥して参加施設に送付した。

なお調製したそれぞれの試料について、測定値の再現性と安定性を評価するため、蛋白組成試験(表3)、同時再現性試験(表4)、日差再現性試験(表5)、反復凍結融解試験(表6)、溶解後の経時変化試験(表7)をそれぞれ実施した。その成績は各表に示すとおりであるが、いずれも今回は特記すべき問題点を認めなかった。

2・5 測定データの解析

2・5・1 測定値の比較

第3回コントロールサーベイ以降の方針に従って、各項目、各キットごとに、各試料の測定値の平均値(M)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)を算出した。また、10施設以上の参加があったものについては、平均値から±2SD以上はずれるものを除外して、それぞれの統計量を再計算するとともに、キット間の有意差の検定を行った(表8)。同時にこれらの値から、キット内変動係数(施設間変動係数)、キット間変動係数を求めた(表9)。さらに、新規の2項目を除いた20項目については、施設間変動係数と、キット間変動係数

の年次推移についてまとめた(表10、表11)。なお、キット内、キット間変動係数の計算は、すべて、non-isotopic 法によるものを除外して計算した。

2・5・2 検量線の比較

各項目ごとに提出された検量線データから、測定キットごとに検量線の形状特性と安定性を調べた。今回の検討は、α-フェトプロテイン(AFP)、β₂-ミクログロブリン(BMG)、IgE、TSHの4項目を対象をしぼり、参加施設数が5以上のキットに限定した。なお、non-isotopic 法によるキットでは、反応値の性質が異なるため、今回検討から除外した。

まず検量線の測定内変動を示す指標としては、二重測定された標準試料計測データのばらつきをプールした値 S_E (純誤差) を次式で求めた。

$$S_E = \sqrt{\frac{(S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_{ND}^2)/ND}{Y_{\max}}} \times 100$$

ここに、NDは濃度レベル数(0濃度を含む)、 S_i は各濃度の標準偏差を表す。また、 $Y_{\max}$ は最大反応値で、漸減型検量線(競合反応系)では0濃度の反応値の平均値を、漸増型検量線(非競合型反応系)では、最大濃度に対する反応値の平均値とした。

また、各種の検量線の特性値を求めるため、個々の検量線を、つぎの3種の数理モデルで回帰した。

$$y = \frac{a-d}{1+(x/c)^h} + d \quad (1)$$

$$y = a_0 + a_1 \cdot X + a_2 \cdot X^2 + a_3 \cdot X^3 + a_4 \cdot X^4 \quad [X = \log(x)] \quad (2)$$

$$y = a_0 + a_1 \cdot X + a_2 \cdot X^2 + a_3 \cdot X^3 + a_4 \cdot X^4 + a_5 \cdot X^5 \quad [X = \log(x)] \quad (3)$$

ここに、 x は濃度、 y は反応値で、式(1)はD. Rodbardの4係数ロジスティック曲線で、反応値の上限・下限(上・下の漸近線)に相当する回帰係数 a 、 d の値をあらかじめ最適な値に調整してから、反復最小二乗法を適用して回帰した(図1)。また式(2)は4次の整次多項式、式(3)は5次の整次多項式で、いずれも濃度 x を対数変換して、通常最小二乗法で回帰した。

各式による回帰後、反応中央値に対する濃度(MRA: mid-range of assay)には、回帰により予測した最大反応値と最小反応値の中間の値に対する濃度とした。なお、この値は式(1)では、係数 c に相当する。

また、回帰残差 S_R (residual of regression) を次式により求め、その値が一番小さいものを最も適合度のよい回帰モデルとした。

$$S_R = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{Y}_i)^2 / ND}{Y_{\max}}} \times 100 \quad [i=1 \sim ND \cdot 2]$$

図 1 4 係数ロジスティック曲線

また、検量線の傾きの推定には、4 係数ロジスティック曲線で帰属して求めた曲線の傾きを表す係数 b (slope factor) を用いた。

3. 成績：測定値の比較

表 8 の測定結果一覧、表 9 の施設間、キット間における変動、表 10 の施設間変動係数の推移、表 11 のキット間変動係数の推移、の各表に沿って、以下今回の成績を示す。なお表 8 において、同一キット上段の値は全データから求めた平均値 (M)、標準偏差 (SD)、変動係数 (CV) を、下段の値は、平均値から $\pm 2SD$ 以上偏位したデータを除外し、それらを求めたものを示す。

3.1 α -フェトプロテイン

参加施設数は 317 で、TSH について 2 番目に多い項目であった。測定キット数は計 26 種と今回最大で、うち 16 種が non-isotopic 法でその増加が目立った。事実 non-isotopic 法のキットによる測定件数は全体の 33.1% で、第 10 回調査時の 13.9% から大幅に増加した。

低・中・高の 3 濃度について測定値のばらつき (CV) が検討されたが、キット内で各 14.8, 10.2, 10.4%, キット間で各 26.4, 18.7, 15.1% と全体にかなり大きな値を示した。この傾向はこれまでの調査と同程度ではあるが (表 10, 11 参照)、測定キットの多様化傾向からも、今後測定値の基準化に向けた努力が必要と考えられる。

3.2 アルドステロン

100 施設が参加し、市販 4 キット (いずれも RIA 法) について検討された。低・高濃度のキット内変動は各

10.6, 13.3%, キット間変動は各 31.0, 18.3% と大きく、その程度はこれまでの調査結果とほぼ同様と考えられた。

3.3 β_2 -ミクログロブリン

223 施設が参加、市販 18 種キット (うち non-isotopic 法 11 種) について検討された。non-isotopic 法の件数が 30.0% と第 10 回調査時の 10.8% と比べ大きく増加した。

低・中・高の 3 濃度について検討されたが、測定値のばらつき (CV) が、キット内で各 6.7, 6.7, 9.1%, キット間で各 3.7, 5.4, 9.8% と、ともに小さく、今回の調査の中でも一番良い成績を示した。この傾向は最近 3 回の調査でも同様に認められている。ただ、中・高濃度の試料において、1 社のキットの値に他との隔りを認め、今後検討を要する点と思われる。

3.4 CA 15-3

今回 2 回目の調査で、65 施設が参加、4 種のキット (うち non-isotopic 法 1 種) について検討された。参加が 1 種のキットに偏っているが、低・高濃度のキット内変動は各 10.7, 12.1%, キット間変動は各 12.5, 12.1% であった。

3.5 C-ペプチド

134 施設が参加、従来同様 2 種のキットについて検討された。

低・中・高濃度の 3 試料の測定値のばらつき (CV) は、キット内で各 17.0, 8.1, 10.5%, キット間で各 10.1, 9.6, 8.0% であった。低濃度はもともとばらつきやすい濃度域で、かつ初期の調査と比べ良くなっていることを考えると満足できる成績と考えられた。

3.6 ジゴキシン

96 施設が参加、市販 8 種の測定キットについて検討された。4 種の non-isotopic 法が 66.7% を占めた (第 10 回では 58%)。

低・高濃度の 2 試料の測定値のばらつき (CV) は、キット内で各 10.5, 8.1%, キット間で各 13.5, 4.8% とほぼ満足できる成績であった。またこのキット間変動は第 10 回調査時と比べやや改善されたと考えられる。

3.7 エラスターゼ 1

133 施設が参加、すべて 1 種の市販キットで測定さ

れた。

低・中・高濃度のキット内変動は、それぞれ 7.5, 7.2, 6.0%と充分満足できるもので、とくに低濃度のそれは従来より明らかに減少していた。

3・8 フリー T₃

213施設が参加、測定に用いられたキット数は前回の3種から6種（1種は non-isotopic 法）に増えた。

低・中・高濃度3試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各8.9, 6.3, 5.0%ときわめて良い値を示した。しかし、キット間では、各13.3, 13.2, 14.7%と比較的大きく、大半の施設で利用されているキットの測定値と他との偏りの大きさが目立った。今後何らかの形で測定値の基準化が必要と考えられる。

3・9 GH

90施設が参加し、市販の6種のキットによって測定された。

低・高濃度2試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各10.6, 7.2%とほぼ満足できる成績であった。しかしキット間では各27.2, 12.1%で、とくに低濃度でのキット間差が目立ったが、これは設定値が3 ng/mlと低かったためと考えられる。過去の調査成績との比較では、全体的にはほぼ同様の傾向と考えられた。

3・10 IgE

199施設が参加、市販の計17種のキットについて検討された。non-isotopic 法（キット10種）の割合は、32.2%と前回の6.5%を大きく上回った。

低・中・高濃度3試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各9.6, 7.7, 10.0%であったのに対し、キット間では各11.7, 8.4, 14.1%で比較的大きい傾向を認めた。

3・11 PAP

78施設が参加、市販7種のキットにつき検討された。non-isotopic 法のキットは4種類利用されていたが、その割合は全体の9.0%と少なかった。

低・高濃度2試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各8.1, 9.7%, キット間で各16.7, 13.4%であった。キット間差では主な3種のキットのうち、一つのものとは他との差が目立つが、前回調査時と比べるとその程度は改善されており、今後もその方向に沿って努力が必要と考えられた。

3・12 PSTI

前回開始された項目で、44施設が参加、すべて単一の市販キットによる測定であった。

低・高濃度の2試料の測定値のキット内変動(CV)は各9.7, 9.8%であった。この成績はともに8%であった前回よりやや劣るものであった。

3・13 プロジェステロン

38施設が参加、市販3種のキットにつき検討された。

低・高濃度2試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各7.9, 9.0%であったのに対し、キット間では各40.5, 34.2%と極端に大きな値となった。この状態は、過去2回の調査時と同じで、当時抽出法による操作上の違いが原因とされたが、現在すべて非抽出法に切り換わっており、そのキット間差の原因につき今後検討を要する。

3・14 プロラクチン

112施設が参加、市販10種のキットにつき検討された。non-isotopic 法による測定は全体の10.7%で、3種のキットが用いられた。

分析は、NIHに準拠した標準物質を用いる一つのキットの測定値(NIH系)と、WHOに準拠したものをを用いる他の全キットの測定値(WHO系)に分けて評価した(表12)。

低・高濃度の2試料の測定値のキット内変動(CV)は、NIH系で各5.5, 4.0%, WHO系で各28.5, 12.4%の結果となり、明らかに前者のほうが良い成績であった。一方、低・高濃度の測定値に対し、WHO系のキット間で変動を求めると各32.1, 34.6%ときわめて大きな値となっており、前回の調査でも問題になったことであるが、同じWHO系でもその標準物質に多様性があることがその原因と考えられ、今後その統一に向けた努力が必要と考えられた。

3・15 サイログロブリン

47施設が参加、2種のキットについて、低・高濃度の試料(A, C)と自己抗体の存在する1試料(B)の、計3試料につき測定値の解析が行われた。その結果キット内変動は各22.6, 19.2, 16.4%と大きく、さらにキット間変動も各61.3, 64.3, 35.5%ときわめて大きかった。ここで抗サイログロブリン抗体を有する試料Bは、試料調製時の添加サイログロブリン量を試料Cと同じとしたが、もともと抗体存在下での測定値は、

その抗体とキットの特性により、いろいろな数値を示すが、その測定値やキット間差の大きさはとくに意味のある数字ではないと解釈すべきである。一方、試料Bを除いた他の2試料でも、キット間差が大きいことについては、今後検討を要する点と思われる。

3・16 T_3

311施設が参加、市販21種のキットについて検討が行われた。non-isotopic法による測定は全体の20.3%を占め、9種類のキットが利用されていた。

低・中・高濃度の3試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各9.7, 7.6, 7.4%, キット間で各18.5, 8.9, 6.0%であった。細かくみると、低濃度でのばらつきが、キット内、キット間とも大きく、中・高濃度では、全体としてRIA法とnon-isotopic法の間の差が大きいことが注目され、今後改善の余地があると考えられる。

3・17 T_3U (T_3 摂取率試験)

129施設が参加、11種のキットについて検討された。うち non-isotopic 法のものは4種で全体の3.9%であった。

低・高濃度の2試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各3.4, 4.2%, キット間で各6.4, 5.7%と良好な成績であった。またこの結果は、過去計6回の調査の中でも一番良いものであった。なお、例数は少ないが一つのキットで値が他と大きく異なっているが、これは T_3U の表示法に、独自の index 表示を利用しているためである。

3・18 TPA

82施設が参加、すべて単一の市販キットによる測定であった。

低・高濃度の2試料の測定値キット内変動(CV)は、各13.8, 11.4%と比較的大きかった。この成績は第10回調査時と比べやや劣るものであった。

3・19 TSH

今回一番多い338施設の参加があった。測定キット数は20種で、うち7種が non-isotopic 法でその割合は全体の22.5%を占めた。

低・中・高濃度の3試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各29.3, 4.6, 6.3%, キット間で各67.9, 14.9, 10.6%であった。低濃度の測定値はもともとばらつきの大きい領域で、そのキット内変動の大

きさは一応許容範囲と考えられる。しかしキット間変動の大きさは、まだ高感度測定法に移行していない測定系がいくつかあるためと考えられる。一方、中・高濃度の測定値では、キット内変動は小さいが、キット間変動は比較的大きく、改善の余地があると思われる。ただこの成績は、過去の調査結果に照らすと、キット内、キット間ともかなり良くなっていると思われる。

3・20 テストステロン

31施設が参加、3種類の市販キットによる測定であった。

低・高濃度の2試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内で各33.4, 13.4%, キット間で各62.0, 14.7%と、いずれも大きな値を示した。この傾向は、過去3回の調査でも同じで、試料の抽出法を用いる一つのキットと他との特性の違いによる差が、そのままの状態になっていることを示しており、今後何らかの対策が必要であろう。

3・21 ミオグロビン

今回新しく取り上げられた項目で、32施設が参加、3種の市販キット(うち1種は non-isotopic 法)について検討された。

低・高濃度2試料のキット内変動(CV)は、各7.9, 5.2%と良好な成績であった。しかしキット間変動は、各33.3, 40.2%とかなり大きく、測定値の基準化に向けて検討が必要と考えられた。

3・22 トリプシン

今回新しく取り上げられた二つ目の項目で、27施設の参加があり、2種類の市販キット(うち1種が non-isotopic 法)による測定であった。

低・高濃度の2試料の測定値のばらつき(CV)は、キット内変動は各7.7, 6.9%と比較的良好な成績であった。なお明瞭なキット間差を認めるが、その大きさは、一方が non-isotopic 法であるため計算されていない。

4. 成績：検量線の安定性と回帰モデル

4・1 回帰モデルの比較

方法の項で示した3種の回帰モデルを各検量線にあてはめ、適合度を表す回帰残差 S_R を求めた。表13は、その値が最小となる回帰モデルの割合をキットごとに調べ比較したものである。

α -フェトプロテインでは、非競合法 (IRMA 法) の検量線が過半数を占めるが、それらでは、3モデルのどれを使っても大差はない。一方、競合法の検量線では、むしろ高次の整次多項式の方が適合がよく、全体として5次の整次多項式が最良となる場合が48.5%で、4係数ロジスティック曲線の割合は33.0%であった。

β_2 -ミクログロブリンの検量線は、キットによらずすべて漸増型で、そのほとんど (72.4%) の場合において、4係数ロジスティック曲線で最良の適合が得られた。ついで、5次の整次多項式で最適となる割合は25.6%で、4次の整次多項式の割合は1.9%と少なかった。

IgE では、全体の約6割が競合反応の検量線であったが、4係数ロジスティック曲線で最良となる割合が53.2%で、4次、5次の整次多項式の割合は、それぞれ、5.6%、41.3%であった。

TSH では、今回検討した参加数5以上のキットでは、すべて非競合法による漸増型の検量線であった。全体の67.1%が4係数ロジスティック曲線で最良の適合となり、4次、5次の整次多項式の割合は、それぞれ、8.0%、24.9%であった。

4.2 検量線の安定性

表14に示す、4係数ロジスティック曲線で回帰したときの傾き (slope)、中間反応値の濃度 (MRA) の二つのパラメータは、検量線の各キット内での安定性を表している。これに対し同表中の、検量線データのばらつき (S_E) は各施設内での測定内変動を、回帰残差 (S_R) は回帰モデルの適合度と S_E を加味したばらつき指標で、回帰モデルの適合が良ければ S_E と同程度の値となる。

このような観点から、まず α -フェトプロテインの検量線を見ると一つのキットを除き、 S_R は S_E と同程度か小さく、充分回帰の適合が良いことが分かる。また slope および MRA の値は二、三のキットでばらつきやすい傾向のあることが示されている。なお slope の符合は、漸増型の検量線でプラス、漸減型のものでマイナスになる。MRA は、競合法か、非競合法かで異なり、非競合法の方が測定可能範囲が広く、一般に MRA の値が大きい。

β_2 -ミクログロブリンでは、 S_R 、 S_E の比較から、一つのキットを除き回帰の適合はよい。また slope は全体にキット内でよく安定しており、MRA も極端なデータを除外して計算すると、ほとんどのキットでよく安定していると考えて良い。

IgE では、回帰の適合度は一つのキットを除きよいことが分かる。また slope は全体にキット内で安定しているが、MRA は二、三のキットでかなり大きくばらつくことが分かり、検量線の不安定性を示すものと解釈できる。

TSH では、回帰の適合度は二、三のキットを除きほぼ妥当な結果と思われる。また slope も1種を除きキット内ではほぼ安定している。MRA は1種のキットで大きくばらつくが、他は、極端なデータを除外するとほぼ安定している。

5. 考 察

RI インビトロ検査を実施する施設数は1990年11月現在全国で約670で、その約6割が今回のサーベイに参加した。参加率はほぼ過去数回のもと同じであるが、検査実施施設数はやや減少の傾向にあり、2年前の第10回調査と比べ、検査実施施設数、参加数ともに1割減少している。今回の調査項目は、第10回調査から、hCGとガストリンの2項目を除き、新しくミオグロビン、トリプシンの2項目を加えた22項目であった。項目別に利用されているキットの種類とその利用数を見ると、ともに non-isotopic 法に属するキットの増加が目立った。とくに、 α -フェトプロテインや、 β_2 -ミクログロブリン、IgE、 T_3 では、その割合が、2年前の第10回調査時と比べ、それぞれ13.8→33.1%、10.8→30.0%、6.5→32.2%、2.3→20.3%と大幅に増加している。このことは、自動化、迅速化の進んだ、優れた non-isotopic 法による測定キット/計測システムの普及傾向を如実に示していると思われる。

今回調査の各項目のキット内変動係数 (施設間変動係数)、キット間変動係数については表9に示す。それらの年次推移 (表10, 11) から分かるごとく、全体としては、ほぼ例年どおりの成績と考えられる。従来どおりキット間差の大きい項目は、 α -フェトプロテイン、アルドステロン、プロジェステロン、プロラクチンであった。とくにプロラクチンは、スタンダードの違いを NIH 系と WHO 系に分けて取り扱ったが、実際には同じ WHO 系内でもそのスタンダードに多様性があり、大きなキット間差の原因になっていると思われる。なお、下垂体ホルモンの標準物質については、これまでの死後の下垂体から抽出する方法では、均一な標品を安定して供給することに無理がある。そこで、すでにすべての下垂体ホルモンの遺伝子が明らかとなり、その蛋白発現も可能となってきたことから、できるだけ近い時期に、組換え遺伝子で作成した標品が、イ

ムノアッセイの測定用に広く供給されることを、大いに期待したい。

一方、今回とくに目立った項目は T_3 で、non-isotopic法キットの値と他との偏りが極端に大きく、何らかの改善策が必要と思われる。またフリー- T_3 は、新測定キットの登場で、これまでの1社のキットが大半を占める傾向がやや弱まったが、その主要キットの測定値と他との比較的大きな差が新たな問題として浮かび上がってきた。もともと、遊離分画の測定の標準化は困難な面があるが、今後の検討を要する点と考えられる。

さらに、新規項目のミオグロビン、トリプシンは、参加施設数が少ないが、明白なキット間差の存在が明らかとなり、何らかの対策が必要であろう。

さて、本コントロールサーベイでは、以前より、検査線の情報も測定された結果とあわせて報告されるシステムになっていたが、今回の調査では、この情報を利用して、検査線の回帰モデルの選択と、検査線そのものの安定性について、新たな検討を加えることとなった。

まず、回帰モデルとして今回取り上げた3式は、いずれも競合反応系の漸減型の検査線、IRMA法など非競合反応系の漸増型の検査線のいずれにも適用しうるものであるが、とくに4次、5次の整次多項式は、後者の漸増型のものに対応すべく取り上げた。

しかし、各モデルを実際にすべての検査線に当てはめて比較してみると、漸増・漸減型を問わず、かなり多くの検査線で、整次多項式がうまく当てはまることが明らかになった。ただ、その適用上注意すべき点は、飛び離れ点がある場合、それら高次の整次多項式は柔軟性に富むため、それらの点を含み込む可能性が充分あるので注意を要する。その防止には、一定の濃度域で式の曲率の変化を確認しておく必要がある。一方4係数ロジスティック曲線では、漸増型検査線で、計算上解が発散してしまう可能性があり、上下の漸近線の巧みな予測と、反復回帰時の発散防止手段が必要であった。

今回検査線の解析から、回帰で求めた曲線の傾き、反応中間値の濃度などの指標を、キットごとにまとめて比較検討すると、各キットの検査線の安定性をかなり明瞭にとらえられることが明らかとなった。今後、さらに各キットの安定性とキット内変動の関係についても、より細かく解析する予定である。いずれにしろ、測定条件に依存した検査線の不安定性は、ある程度キット固有のものではあるが、たとえ不安定な場合でも、多くの場合、測定条件を正確にユーザーに規制していくことで、その解消は可能と思われる。この調査結果は、その意味で重要であったと思われ、今後も対象項目を広げて同様の検討を試みる必要があると思われた。

表1 「第12回 RI インビトロ検査全国コントロールサーベイ」参加数

1. 参加施設数 405施設						
(内訳)	国・公立大学病院	43	私立大学病院	31	国立病院	47
	公立病院	82	民間病院	133	衛生検査所	57
	試薬メーカー	12				

2. 項目別参加数 延 2839項目						
(内訳)	AFP	317 (105)	アルドステロン	100	β_2 -マイクログロブリン	223 (67)
	CA15-3	65 (2)	C-ペプチド	134	ジゴキシン	96 (64)
	エラスターゼ1	133	フリー T ₃	213 (5)	GH	90
	IgE	199 (64)	PAP	78 (7)	PSTI	44
	プロジェステロン	38	プロラクチン	112 (12)	サイログロブリン	47
	T ₃	311 (63)	T ₃ U	129 (5)	TPA	82
	TSH	338 (76)	テストステロン	31	*ミオグロビン	32 (5)
	*トリプシン	27 (2)				

(カッコ内は non-isotopic 法による測定でうち数)

(カッコ内は non-isotopic 法による測定でうち数)

*印は新規実施項目

表2 検体試料の設定濃度

項 目 (単位)	設 定 濃 度		項 目 (単位)	設 定 濃 度	
	種類	A/B (C)		種類	A/B (C)
AFP (ng/ml)	3	10/30/100	PSTI (ng/ml)	2	15/50
アルドステロン (pg/ml)	2	75/200	プロジェステロン (ng/ml)	2	3/10
β_2 -マイクログロブリン (μ g/ml)	3	2/ 5/10	プロラクチン (ng/ml)	2	15/80
CA 15-3 (U/ml)	2	15/90	サイログロブリン (ng/ml)	2	15/80'/80
C-ペプチド (ng/ml)	3	1/ 4/10	T ₃ (ng/dl)	3	70/150/300
ジゴキシン (ng/ml)	2	1/ 3	T ₃ U (%)	2	30/40
エラスターゼ 1 (ng/dl)	3	250/500/800	TPA (U/l)	2	100/400
フリー-T ₃ (pg/ml)	3	2/ 4/ 8	TSH (μ U/ml)	3	0.5/ 4/20
GH (ng/ml)	2	3/30	テストステロン (ng/ml)	2	50/400
IgE (IU/ml)	3	100/200/600	ミオグロビン (ng/ml)	2	30/100
PAP (ng/ml)	2	5/20	トリプシン (ng/ml)	2	200/500

表3 検体試料の蛋白組成

項 目 試料	総 蛋 白 (g/dl)	A/G比 (%)	蛋 白 分 画 (%)					
			A	α_1 G	α_2 G	β G	γ G	
AFP	A	5.5	1.8	64.7	2.7	7.2	9.5	15.9
	B	5.5	2.0	66.7	2.5	6.7	8.6	15.5
	C	5.5	1.9	65.7	2.6	6.8	9.1	15.8
アルドステロン	A	6.8	1.6	61.2	2.1	8.6	8.8	19.3
	B	6.8	1.7	63.4	1.9	7.9	8.8	18.0
β_2 -マイクログロブリン	A	6.6	1.7	62.8	3.3	9.1	8.7	16.1
	B	6.5	1.7	62.4	3.4	9.4	9.6	15.2
	C	6.4	1.7	62.4	3.4	9.2	9.0	16.0
CA 15-3	A	6.8	1.6	61.3	2.9	8.8	7.6	19.4
	B	6.9	1.7	63.2	3.0	8.4	7.2	18.2
C-ペプチド	A	6.5	1.6	61.9	3.5	9.9	9.4	15.3
	B	6.5	1.7	62.5	3.5	9.5	9.7	14.8
	C	6.5	1.7	62.6	3.5	9.3	10.0	14.6
ジゴキシン	A	6.7	1.5	59.9	3.1	9.8	9.2	18.0
	B	6.7	1.4	59.1	3.1	10.0	9.7	18.1
エラスターゼ 1	A	6.7	1.8	63.8	2.6	10.0	8.4	15.2
	B	6.7	1.8	63.8	2.6	10.1	8.6	14.9
	C	6.7	1.7	62.5	2.6	10.6	8.6	15.7
フリーT ₃	A	6.4	1.3	57.2	3.5	10.3	7.3	21.7
	B	7.0	1.5	60.0	2.7	8.9	8.4	20.0
	C	6.8	1.5	60.1	3.1	8.9	8.4	19.5
GH	A	6.6	1.7	63.2	2.5	8.7	8.9	16.7
	B	6.6	1.8	64.0	2.4	8.8	8.4	16.4

項 目	試料	総 蛋 白 (g/dl)	A/G比 (%)	蛋 白 分 画 (%)				
				A	α_1 G	α_2 G	β G	γ G
IgE	A	4.5	2.3	70.1	2.7	7.7	8.2	11.3
	B	4.6	1.9	65.3	3.6	8.7	8.9	13.5
	C	4.5	2.2	68.6	2.9	8.4	8.1	12.0
PAP	A	5.5	2.1	67.5	2.5	6.6	9.1	14.3
	B	5.4	2.2	68.3	2.6	6.3	9.1	13.7
PSTI	A	6.7	1.5	60.5	2.9	9.5	7.8	19.3
	B	6.5	1.3	57.0	3.8	11.2	7.5	20.5
プロジェステロン	A	6.7	1.6	60.9	2.8	9.7	9.1	17.5
	B	6.6	1.6	61.9	2.8	9.4	9.4	16.5
プロラクチン	A	6.7	1.7	63.2	2.8	8.5	10.0	15.5
	B	6.7	1.6	62.1	3.0	10.1	10.2	14.6
サイログロブリン	A	5.7	1.7	63.5	2.6	7.9	9.9	16.1
	B	5.7	1.7	63.1	2.3	7.5	9.2	17.9
	C	5.7	1.9	65.2	2.3	6.4	9.9	16.2
T ₃	A	5.5	2.0	66.9	2.2	6.9	8.9	15.1
	B	5.5	2.2	68.7	2.5	6.5	8.3	14.0
	C	5.6	2.1	67.3	2.7	6.6	8.4	15.0
T ₃ U	A	7.0	1.6	62.0	2.9	9.5	9.2	16.4
	B	6.6	1.9	65.1	3.3	8.2	10.1	13.3
TPA	A	5.2	2.0	66.3	3.3	9.0	9.0	12.4
	B	5.2	2.0	66.2	3.5	8.8	9.2	12.3
TSH	A	6.2	3.1	75.3	1.4	4.3	8.7	10.3
	B	6.3	1.7	63.5	3.2	9.2	9.9	14.2
	C	6.2	1.8	63.6	3.3	9.3	9.4	14.4
テストステロン	A	5.9	1.7	62.4	2.4	6.9	9.9	18.4
	B	5.9	2.0	66.4	2.6	7.8	9.4	13.8
トリプシン	A	6.8	1.7	62.3	2.6	8.4	7.8	18.9
	B	6.7	1.5	60.7	3.0	9.9	7.6	18.8
ミオグロビン	A	6.5	1.6	60.8	3.4	10.6	9.3	15.9
	B	6.4	1.7	62.6	2.9	10.3	9.1	15.1

表4 検体試料の同時再現性試験結果

項 目	検 体 試 料 A			検 体 試 料 B			検 体 試 料 C		
	N	M±SD	CV	N	M±SD	CV	N	M±SD	CV
AFP	10	11.16 ± 0.55	4.89	10	28.15 ± 0.99	3.50	10	88.75 ± 2.33	2.63
アルドステロン	10	70.0 ± 0.40	5.7	10	180.0 ± 1.20	6.7	—	—	—
β ₂ -マイクログロブリン	10	1.9 ± 0.05	2.6	10	5.1 ± 0.08	1.6	10	11.0 ± 0.27	2.5
CA 15-3	10	15.0 ± 1.10	7.3	10	78.0 ± 1.80	2.3	—	—	—
C-ペプチド	10	1.644± 0.09	5.69	10	4.95 ± 0.13	2.53	10	13.09 ± 0.31	2.37
ジゴキシン	10	1.0 ± 0.12	11.55	10	3.1 ± 0.14	4.44	—	—	—
エラスターゼ 1	10	275.0 ±14.4	5.2	10	485.0 ±16.4	3.4	10	775.0 ±33.3	4.3
フリー-T ₃	10	1.84 ± 0.03	1.6	10	3.39 ± 0.054	1.6	10	6.97 ± 0.113	1.6
GH	10	1.9 ± 0.10	5.3	10	21.4 ± 0.81	3.8	—	—	—
IgE	10	111.0 ± 4.08	3.68	10	218.5 ± 5.36	2.45	10	702.2 ±20.64	2.94
PAP	10	4.76 ± 0.29	6.10	10	20.01 ± 0.50	2.51	—	—	—
PSTI	10	14.10 ± 0.66	4.70	10	48.00 ± 1.79	3.70	—	—	—
プロジェステロン	10	7.35 ± 0.314	4.3	10	20.4 ± 1.41	6.9	—	—	—
プロラクチン	10	6.869± 0.10	1.51	10	29.35 ± 0.45	1.52	—	—	—
サイログロブリン	10	13.0 ± 0.5	3.8	10	37.0 ± 2.4	6.5	10	54.0 ± 3.0	5.6
T ₃	10	0.686± 0.04	5.20	10	1.416± 0.06	4.29	10	2.524± 0.05	1.85
T ₃ U	10	30.062± 0.54	1.79	10	36.652± 0.38	1.02	—	—	—
TPA	10	73.80 ± 4.68	6.34	10	338.7 ±33.7	9.95	—	—	—
TSH	10	0.321± 0.03	9.79	10	3.682± 0.10	2.62	10	20.38 ± 0.70	3.42
テストステロン	10	13.48 ± 1.05	7.78	10	326.6 ±12.22	3.74	—	—	—
トリプシン	10	198.0 ± 6.9	3.5	10	452.0 ±16.9	3.7	—	—	—
ミオグロビン	10	31.8 ± 1.03	3.24	10	93.2 ± 3.55	3.81	—	—	—

注 1) 測定は同一時の10重測定による

2) 測定に使用したキットは表7に同じ

表5 検体試料の日差再現性試験結果

項 目	検 体 試 料 A			検 体 試 料 B			検 体 試 料 C		
	N	M±SD	CV	N	M±SD	CV	N	M±SD	CV
AFP	5	11.14 ± 0.33	2.93	5	28.20 ± 0.56	1.97	5	88.68 ± 1.82	2.05
アルドステロン	5	70.0 ± 0.40	5.7	5	180.0 ± 1.10	6.1	—	—	—
β ₂ -マイクログロブリン	5	1.9 ± 0.04	2.1	5	5.1 ± 0.07	1.4	5	10.9 ± 0.23	2.1
CA 15-3	5	14.0 ± 0.90	6.4	5	77.0 ± 2.4	3.1	—	—	—
C-ペプチド	5	1.628± 0.05	2.84	5	4.952± 0.12	2.32	5	13.00 ± 0.26	2.00
ジゴキシン	5	1.1 ± 0.13	11.64	5	3.1 ± 0.15	4.82	—	—	—
エラスターゼ 1	5	277.0 ±16.7	6.0	5	482.0 ± 7.7	1.6	5	769.0 ±18.4	2.4
フリー-T ₃	5	1.85 ± 0.039	2.1	5	3.39 ± 0.078	2.3	5	6.98 ± 0.257	3.7
GH	5	2.0 ± 0.07	3.5	5	21.6 ± 0.78	3.6	—	—	—
IgE	5	110.2 ± 1.47	1.33	5	221.2 ± 5.85	2.64	5	709.4 ± 9.46	1.33
PAP	5	4.828± 0.20	4.08	5	20.12 ± 0.32	1.58	—	—	—
PSTI	5	14.2 ± 0.48	3.4	5	48.8 ± 1.05	2.2	—	—	—
プロジェステロン	5	7.39 ± 0.515	7.0	5	19.9 ± 1.441	7.2	—	—	—
プロラクチン	5	6.90 ± 0.09	1.35	5	29.62 ± 0.41	1.37	—	—	—
サイログロブリン	5	13.0 ± 0.70	5.4	5	37.0 ± 2.3	6.2	5	54.0 ± 2.4	4.4

項 目	検 体 試 料 A			検 体 試 料 B			検 体 試 料 C		
	N	M±SD	CV	N	M±SD	CV	N	M±SD	CV
T ₃	5	0.696± 0.02	3.09	5	1.398± 0.03	2.14	5	2.53 ± 0.04	1.48
T ₃ U	5	30.218± 0.62	2.05	5	36.554± 0.63	1.73	—	— — —	—
TPA	5	74.50 ± 4.15	5.56	5	354.0 ±29.21	8.25	—	— — —	—
TSH	5	0.306± 0.03	8.91	5	3.694± 0.04	1.16	5	20.02 ± 0.35	1.74
テストステロン	5	14.42 ± 1.77	12.27	5	332.0 ±11.45	3.45	—	— — —	—
トリプシン	5	193.0 ±11.3	5.9	5	475.0 ±22.5	4.7	—	— — —	—
ミオグロビン	5	32.6 ± 1.14	3.50	5	93.2 ± 2.59	2.78	—	— — —	—

注1) 測定は5回の異なった日に実施

2) それぞれの数値は3重測定の平均値による集計

3) 測定に使用したキットは表7に同じ

表6 凍結融解の繰返し試験結果

測 定 項 目	検 体 試 料 A			検 体 試 料 B			検 体 試 料 C		
	1 回	3 回	5 回	1 回	3 回	5 回	1 回	3 回	5 回
AFP	11.0	11.6	11.4	28.8	28.7	28.7	89.1	90.6	90.3
アルドステロン	7.0	8.0	8.0	18.0	18.0	18.0	—	—	—
β ₂ -マイクログロブリン	1.9	1.9	1.9	5.1	5.0	5.1	11.0	10.9	11.0
CA 15-3	15.0	14.0	14.0	79.0	78.0	77.0	—	—	—
C-ペプチド	1.63	1.61	1.73	4.95	4.89	4.88	13.2	12.7	13.0
ジゴキシン	1.3	1.2	1.1	3.3	2.9	3.1	—	—	—
エラスターゼ1	269.0	274.0	286.0	470.0	478.0	439.0	750.0	733.0	772.0
フリー-T ₃	1.87	1.85	1.86	3.39	3.43	3.42	6.88	6.95	6.99
GH	2.0	1.8	2.0	22.4	22.1	20.1	—	—	—
IgE	110.0	108.0	107.0	221.0	222.0	220.0	701.0	699.0	707.0
PAP	4.78	4.64	4.96	20.6	20.2	20.5	—	—	—
PSTI	14.9	14.9	14.3	48.6	49.2	48.5	—	—	—
プロジェステロン	7.49	7.45	7.46	19.7	19.6	20.2	—	—	—
プロラクチン	6.87	6.90	7.10	29.7	29.8	30.0	—	—	—
サイログロブリン	12.0	13.0	12.0	37.0	38.0	37.0	54.0	53.0	53.0
T ₃	0.69	0.69	0.68	1.42	1.45	1.39	2.55	2.56	2.48
T ₃ U	30.08	29.67	30.28	36.55	36.72	36.52	—	—	—
TPA	72.7	71.5	77.9	353.0	359.0	366.0	—	—	—
TSH	0.31	0.33	0.29	3.66	3.67	3.61	19.8	20.4	20.2
テストステロン	16.4	16.2	18.4	336.0	335.0	329.0	—	—	—
トリプシン	195.0	199.0	196.0	463.0	451.0	471.0	—	—	—
ミオグロビン	34.0	34.0	34.0	90.0	91.0	88.0	—	—	—

注) それぞれの測定値は3重測定の平均値

表7 溶解後の経時変化試験結果

項目 (単位)	溶解後の 保存状態	検 体 試 料 A			検 体 試 料 B			検 体 試 料 C								
		0 日後	1 日後	2 日後	5 日後	10 日後	0 日後	1 日後	2 日後	5 日後	10 日後					
AFP (ng/ml)	凍結	—	11.7	11.8	11.6	11.7	—	27.9	28.7	28.8	28.2	—	90.7	89.5	89.6	89.8
	4℃	11.2	10.7	10.6	11.3	10.9	28.4	28.8	28.6	28.6	28.0	89.1	89.9	90.5	89.7	89.3
	室温	—	10.9	11.4	11.3	11.9	—	28.1	29.3	28.3	30.2	—	89.7	89.4	90.0	88.2
アルド ステロン (pg/ml)	凍結	—	6	5	8	7	—	19	20	18	19	—	—	—	—	—
	4℃	7	8	8	7	7	18	22	17	19	18	—	—	—	—	—
	室温	—	7	6	2	2	—	21	14	6	3	—	—	—	—	—
β ₂ -マイク ロプロリン (μg/ml)	凍結	—	2.0	1.9	1.9	1.9	—	5.1	5.1	5.2	5.0	—	11.1	11.2	11.1	11.1
	4℃	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	—	5.1	5.1	5.1	5.1	—	11.2	11.1	11.0	11.2
	室温	—	1.9	1.9	1.8	1.4	—	5.0	5.0	4.8	4.0	—	11.1	10.6	10.0	7.9
CA15-3 (U/ml)	凍結	—	15	13	14	14	—	78	80	77	76	—	—	—	—	—
	4℃	13	14	15	16	16	77	79	80	78	77	—	—	—	—	—
	室温	—	13	14	14	15	—	78	77	80	77	—	—	—	—	—
C-ペプチド (ng/ml)	凍結	—	1.62	1.58	1.63	1.62	—	4.87	4.89	4.83	4.83	—	13.2	13.2	12.8	13.1
	4℃	1.65	1.66	1.65	1.63	1.68	4.94	4.98	4.90	4.87	4.88	12.9	13.1	13.3	12.7	12.5
	室温	—	1.64	1.56	1.42	0.86	—	5.03	4.64	4.23	3.15	—	12.8	12.6	13.0	11.8
ジゴキシン (ng/ml)	凍結	—	1.2	1.3	1.0	1.0	—	3.1	3.2	2.9	3.1	—	—	—	—	—
	4℃	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	3.1	3.2	3.2	2.8	3.1	—	—	—	—	—
	室温	—	1.1	1.3	1.0	1.2	—	3.1	2.9	2.7	3.1	—	—	—	—	—
エラス ターゼ1 (ng/dl)	凍結	—	258	279	282	270	—	468	472	501	485	—	772	772	731	749
	4℃	279	274	280	281	282	495	487	485	469	473	776	740	741	736	786
	室温	—	271	262	266	283	—	485	467	462	484	—	717	784	770	710
フリー-T ₃ (pg/ml)	凍結	—	1.89	1.85	1.83	1.85	—	3.38	3.45	3.43	3.37	—	6.96	6.94	6.96	6.93
	4℃	1.85	1.85	1.81	1.83	1.87	3.41	3.38	3.35	3.39	3.39	6.97	6.92	6.96	6.95	6.93
	室温	—	1.87	1.86	1.84	1.83	—	3.48	3.46	3.23	3.19	—	6.87	6.96	6.97	6.98

項 目 (単 位)	溶解後の 保存状態	検 体 試 料 A			検 体 試 料 B			検 体 試 料 C						
		0 日後	1 日後	2 日後	5 日後	10 日後	0 日後	1 日後	2 日後	5 日後	10 日後			
GH (ng/ml)	凍結	—	1.9	2.0	2.2	2.0	—	21.0	19.6	20.5	20.8	—	—	—
	4℃	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	21.6	21.0	21.1	22.9	21.9	—	—	—
	室温	—	2.0	2.0	2.1	1.8	—	20.5	19.8	22.4	22.4	—	—	—
IgE (IU/ml)	凍結	—	113	107	113	115	—	223	212	222	217	—	692	698
	4℃	111	114	111	114	114	214	213	209	223	215	709	713	685
	室温	—	108	113	106	107	—	217	224	218	224	—	713	694
PAP (ng/ml)	凍結	—	4.74	4.65	4.96	4.66	—	20.3	19.1	20.1	19.6	—	—	—
	4℃	4.74	4.86	4.72	4.80	4.66	20.2	19.7	19.8	19.2	20.0	—	—	—
	室温	—	4.71	4.62	4.60	4.33	—	19.7	19.4	19.6	18.7	—	—	—
PSTI (ng/ml)	凍結	—	14.6	14.6	15.0	14.5	—	50.3	49.7	48.4	48.9	—	—	—
	4℃	14.3	14.9	14.3	14.0	13.6	47.8	48.5	49.1	48.2	48.1	—	—	—
	室温	—	14.9	14.9	14.7	14.3	—	48.4	47.3	46.8	45.1	—	—	—
プロジェス チロン (ng/ml)	凍結	—	7.20	7.34	7.58	7.36	—	20.4	20.3	22.7	20.9	—	—	—
	4℃	7.57	7.39	6.97	7.34	7.72	20.5	20.5	21.5	20.4	20.5	—	—	—
	室温	—	7.35	7.20	6.95	6.79	—	20.1	18.7	17.9	17.5	—	—	—
プロラクチン (ng/ml)	凍結	—	6.87	6.85	6.71	6.68	—	29.4	29.2	29.5	29.0	—	—	—
	4℃	6.81	6.86	6.83	6.76	6.80	29.3	29.5	29.0	29.5	29.0	—	—	—
	室温	—	6.86	6.64	6.40	6.27	—	30.1	29.8	30.0	28.3	—	—	—
サイロ グロブリン (ng/ml)	凍結	—	12	12	13	12	—	38	37	38	37	—	52	54
	4℃	13	12	13	12	13	37	38	38	37	39	53	54	53
	室温	—	13	13	12	12	—	37	38	39	37	—	53	55
T ₃ (ng/dl)	凍結	—	0.69	0.70	0.71	0.70	—	1.41	1.41	1.42	1.41	—	2.49	2.57
	4℃	0.69	0.71	0.70	0.71	0.69	1.41	1.42	1.45	1.40	1.42	2.51	2.48	2.50
	室温	—	0.68	0.72	0.68	0.74	—	1.40	1.43	1.41	1.45	—	2.51	2.48
T ₃ U (%)	凍結	—	29.99	28.93	29.59	29.46	—	36.63	35.93	36.52	36.51	—	—	—
	4℃	29.77	29.42	29.72	29.94	29.81	36.57	36.79	36.18	36.15	36.31	—	—	—
	室温	—	29.11	29.70	31.57	32.30	—	36.54	36.29	38.25	39.53	—	—	—

	検 体 試 料 A					検 体 試 料 B					検 体 試 料 C				
	0 日後	1 日後	2 日後	5 日後	10 日後	0 日後	1 日後	2 日後	5 日後	10 日後	0 日後	1 日後	2 日後	5 日後	10 日後
TPA (U/l)	凍結	—	76.8	71.4	71.5	68.2	—	336	326	340	334	—	—	—	—
	4℃	72.5	68.4	67.7	75.1	64.2	331	337	340	344	360	—	—	—	—
	室温	—	71.3	74.0	72.2	77.5	—	340	337	349	354	—	—	—	—
TSH (μU/ml)	凍結	—	0.30	0.33	0.34	0.33	—	3.68	3.70	3.64	3.69	—	20.0	19.5	20.1
	4℃	0.33	0.32	0.27	0.29	0.32	3.68	3.65	3.69	3.64	3.67	20.3	20.2	19.9	20.2
	室温	—	0.29	0.32	0.33	0.33	—	3.68	3.70	3.68	3.59	—	19.8	19.8	18.4
テストステロン (ng/dl)	凍結	—	15.8	16.9	15.4	16.7	—	326	340	334	330	—	—	—	—
	4℃	15.0	15.4	14.5	15.3	14.4	335	343	336	329	330	—	—	—	—
	室温	—	16.3	16.1	15.7	16.0	—	335	337	350	375	—	—	—	—
トリプシン (ng/ml)	凍結	—	196	206	201	199	—	460	471	454	466	—	—	—	—
	4℃	203	191	193	194	189	469	475	456	466	459	—	—	—	—
	室温	—	198	189	185	187	—	471	465	478	465	—	—	—	—
ミオグロビン (ng/ml)	凍結	—	30	30	30	30	—	86	87	94	86	—	—	—	—
	4℃	31	30	32	31	32	88	88	86	91	89	—	—	—	—
	室温	—	32	30	33	31	—	90	85	92	90	—	—	—	—

〔再現性試験、安定性試験に用いた測定試薬〕

AFP : スクロセップ AFP キット	GH : ファルマシア GH	T ₃ : T-3・リアビーズ
アルドステロン : アルドステロン・リアキット II	IgE : ファルマシア IgE リア	T ₃ U : トリオソルブ-S
β ₂ -マイクログロブリン : LA-β ₂ MG	PAP : PAP ‘栄研’	TPA : プロリフィゲン TPA キット “第一” II
CA 15-3 : セントコア CA 15-3 RIA キット	PSTI : PSTI テスト シオノギ	TSH : スクロセップ TSH キット
C-ペプチド : C-ペプチド リア シオノギ	プロジェステロン : DPC・プロゲステロンキット	テストステロン : DPC・トータル テストステロ
ジゴキシン : ジゴキシン・リアビーズ	プロラクチン : スパック-S プロラクチンキット	ン キット
エラスターゼ 1 : エラスターゼ 1・リアキット	サイログロブリン : サイログロブリン ‘栄研’	トリプシン : リアグノスト トリプシン II
フリー-T ₃ : アマレックス-M フリー-T ₃		ミオグロビン : ミオグロビンキット「第一」 II

表8 測定結果集計一覧

AFP (単位: ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①α-フェトリン・リアビーズ	114 111	11.5± 2.3 11.3± 1.2	20.0 10.6	114 106	29.4± 3.3 28.8± 2.1	11.2 7.3	113 106	92.0± 8.8 90.8± 6.2	9.6 6.8
②AFP ‘栄研’	41 40	10.5± 1.3 10.4± 1.2	12.4 11.5	41 39	31.0± 3.5 30.9± 2.4	11.3 7.8	40 38	107.2±12.8 107.0±11.2	11.9 10.2
③Ab ビーズ AFP ‘栄研’	14 13	8.1± 1.4 8.3± 1.1	17.3 13.3	14	24.7± 1.7	6.9	14	86.9± 2.3	2.6
④スパック-S α-フェトリンキット	13 12	11.0± 2.1 10.6± 1.4	19.1 13.2	13	26.3± 2.5	9.5	13	85.5± 8.4	9.8
⑤α-フェトリンキット 「第一」Ⅱ	10 9	14.5± 1.2 14.2± 0.7	8.3 4.9	10	37.9± 3.3	8.7	10	125.1± 9.5	7.6
ファルマシア α-フェトリン	9	11.5± 1.5	13.0	9	27.2± 0.8	2.9	9	86.5± 6.5	7.5
リアグノスト cAFP	6	9.2± 1.1	12.0	5	23.7± 2.2	9.3	6	84.2±21.4	25.4
α-フェトリンリアパック	2	7.3± 2.8	38.4	2	22.0± 0.1	0.5	1	74.0	
ガンマダブ α-フェトリン	2	5.4± 1.0	18.5	2	21.9± 5.7	26.0	2	90.1± 5.8	6.4
スクロセップAFPキット	1	11.3		1	28.3		1	89.7	
⑥IMx AFP・ ダイナパック	43 36	11.5± 1.5 11.4± 1.1	13.0 9.6	43 37	30.5± 2.6 30.5± 2.3	8.5 7.5	42 38	99.3± 8.5 98.6± 8.3	8.6 8.4
⑦グラオザイム AFP	11	12.3± 1.1	8.9	11	32.5± 2.7	8.3	11	103.9± 6.5	6.3
⑧ランリーム AFP	10 9	15.6± 1.1 15.8± 0.8	7.1 5.1	10 9	34.7± 2.0 35.2± 1.5	5.8 4.3	10	100.9± 7.0	6.9
EIA テスト AFP「BMY」	8 7	17.4± 8.8 14.5± 3.5	50.6 24.1	8 7	43.2±16.1 38.4± 9.7	37.3 25.3	8	136.4±41.3	30.3
エルピアエース AFP	6	15.6± 2.6	16.7	6	35.0± 4.8	13.7	6	98.7± 9.3	9.4
Eテスト「TOSOH」	5	12.0± 1.2	10.0	5	30.0± 4.0	13.3	5	97.2± 9.2	9.5
AFP EIA キット 「三井」Ⅱ	4	11.8± 2.6	22.0	4	30.9± 1.6	5.2	4	99.1±10.8	10.9
デルフィア AFP	4	10.5± 0.3	2.9	4	27.3± 0.5	1.8	4	84.6± 0.3	0.4
AFP EIA ワンステップ	3	11.6± 0.9	7.8	3	30.6± 3.7	12.1	3	102.7± 3.8	3.7
AFP EIA「アボット」	2	12.0± 0.7	5.8	2	31.8± 2.7	8.5	2	113.4± 0.8	0.7
エクステル AFP	2	17.9± 9.7	54.2	2	32.0± 9.8	30.6	2	92.3±25.8	28.0
エルジア-AFP	2	10.0± 1.6	16.0	2	28.1± 1.1	3.9	2	89.8± 3.8	4.2
イムザイン AFP モノ	2	14.0± 2.8	20.0	2	39.1±11.5	29.4	2	114.6± 9.3	8.1
AFP「ロシュ」 EIA DM	1	10.9		1	27.2		1	86.7	

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
LA-AFP ‘栄研’	1	26.5		1	50.0		1	118	
自家製 (RPHA 法)	1	20		1	40		1	80	
キット間の有意差検定 NS	①—④, ①—⑥, ②—④			②—⑥, ②—⑦, ③—④			②—⑦, ②—⑧, ③—④		
p<0.05	④—⑥, ⑥—⑦			⑥—⑦			⑥—⑦, ⑥—⑧, ⑦—⑧		
p<0.01	①—⑦, ④—⑦						①—③		
p<0.001	上記以外			上記以外			①—④ 上記以外		

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

アルドステロン (単位: pg/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①アルドステロン・ リアキットⅡ	50 47	61.7±12.8 59.6±9.9	20.7 16.6	50 47	180.1±18.4 177.2±14.8	10.2 8.4
②アルドステロン テストシオノギ	24 22	80.5±7.9 80.7±5.7	9.8 7.1	24 23	220.2±14.9 218.8±13.7	6.8 6.3
③スパック-S アルドステロンキット	22 21	90.6±11.7 91.7±10.7	12.9 11.7	22 21	214.7±22.5 211.9±18.8	10.5 8.9
DPC・アルドステロンキット	4	126.0±10.6	8.4	4	274.9±51.8	18.8
キット間の有意差検定 NS p<0.001	全キット間			②—③ 上記以外		

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

β_2 -マイクログロブリン (単位: $\mu\text{g/ml}$)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
① β_2 -MG リアシオノギ	59 55	1.86±0.15 1.87±0.12	8.1 6.4	59 56	4.90±0.31 4.88±0.25	6.3 5.1	58 57	10.23±0.64 10.19±0.57	6.3 5.6
②ファルマシア β_2 -マイクログリア	32 31	1.87±0.10 1.86±0.09	5.3 4.8	32 31	4.94±0.21 4.96±0.19	4.3 3.8	32 30	10.36±0.59 10.36±0.51	5.7 4.9
③ β_2 -マイクログリアビーズ	22 21	1.86±0.17 1.83±0.14	9.1 7.7	22 20	4.59±0.40 4.60±0.29	8.7 6.3	22	9.25±0.65	7.0
④ β_2 -マイクログロブリン キットⅡ ‘栄研’	19 18	1.86±0.12 1.88±0.10	6.5 5.3	19 18	5.16±0.40 5.10±0.32	7.8 6.3	18 17	10.95±0.82 10.80±0.53	7.5 4.9

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
β_2 -マイクロ キット「第一」	9	1.99±0.08	4.0	9	5.03±0.16	3.2	9	10.21±0.56	5.5
				8	4.98±0.09	1.8	8	10.06±0.36	3.6
スパック-S β_2 -マイクロキット	9	1.94±0.17	8.8	9	5.17±0.36	7.0	9	10.18±0.62	6.1
β_2 -マイクログロブリン ‘栄研’	6	2.05±0.17	8.3	6	5.51±0.61	11.1	6	12.58±2.15	17.1
⑤IMx β_2 -マイクロ ダイナパック	35	1.71±0.15	8.8	35	4.58±0.36	7.9	35	9.29±0.72	7.8
	31	1.70±0.14	8.2	30	4.53±0.27	6.0	31	9.41±0.56	6.0
LA- β_2 -マイクロ・ グロブリン‘栄研’	5	1.98±0.28	14.1	5	5.10±0.64	12.5	5	11.04±1.21	11.0
エルピア エース β_2 M	4	2.35±0.49	20.9	4	5.71±1.12	19.6	4	12.11±2.48	20.5
ランリーム BMG	4	1.90±0.29	15.3	4	5.11±0.88	17.2	4	10.46±1.55	14.8
LX 試薬 ‘栄研’ β_2 -M	4	2.00±0.20	10.0	4	5.29±0.69	13.0	4	11.81±1.46	12.4
BMG-ラテックス「生研」	4	1.83±0.43	23.5	4	4.97±0.63	12.7	4	10.37±0.89	8.6
グラオザイム β_2 -MG	3	2.18±0.03	1.4	3	6.08±0.55	9.0	3	13.92±0.38	2.7
イムザイン β_2 -MG	3	1.93±0.57	29.5	3	5.43±0.35	6.4	3	11.23±1.07	9.5
Eテスト 「TOSOH」BMG	2	1.82±0.12	6.6	2	4.15±0.92	22.2	2	10.08±0.74	7.3
エクステル β_2 -マイクログロブリン	2	1.74±0.06	3.4	2	4.54±0.05	1.1	2	9.65±0.21	2.2
β_2 -MG EIAキット「三井」	1	2.10		1	5.00		1	12.8	
キット間の有意差検定 NS	①—②, ①—③, ①—④ ②—③, ②—④, ③—④			①—②, ②—④, ③—⑤			①—②, ③—⑤		
p<0.01	③—⑤			①—④			②—④		
p<0.001	上記以外			上記以外			上記以外		

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

CA 15-3 (単位: U/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
セントコア CA 15-3 RIA キット	53	14.5± 2.0	13.8	53	85.7± 8.6	10.0
	51	14.8± 1.6	10.8	50	85.4± 6.6	7.7
エルザ・CA 15-3 キットⅡ	7	12.4± 1.7	13.7	7	70.4±11.4	16.2
ボールエルザ・CA 15-3 キット	2	11.7± 0.6	5.1	3	69.1± 8.5	12.3
イムノクロン CA 15-3	2	14.5± 3.5	24.1	2	80.5± 5.0	6.2

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

C-ペプチド (単位: ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①C-ペプチド キット「第一」Ⅲ	76 73	1.03±0.16 1.01±0.13	15.5 12.9	76 72	4.21±0.40 4.17±0.28	9.5 6.7	74 72	10.80±1.62 10.89±0.90	15.0 8.3
②C-ペプチド リアシオノギ	58 55	1.18±0.32 1.17±0.23	27.1 19.7	58 52	4.78±0.68 4.78±0.43	14.2 9.0	56 53	12.15±1.73 12.20±1.45	14.2 11.0
キット間の有意差検定 p<0.001	①—②			①—②			①—②		

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

ジゴキシシン (単位: ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①ファデバス ジゴキシシンリア	13 12	1.00±0.23 1.06±0.14	23.0 13.2	13 12	2.81±0.60 2.95±0.32	21.4 10.8
アマレックスジゴキシシン	8	1.12±0.03	2.7	8	3.24±0.14	4.3
ジゴキシシン・リアビーズ	6	1.15±0.14	12.2	6	3.23±0.32	9.9
スパックジゴキシシンキット	5	0.84±0.09	10.7	5	2.99±0.16	5.4
②TDX ジゴキシシン 「アポット」	49 42	1.03±0.10 1.03±0.08	9.7 7.8	49 45	2.82±0.14 2.83±0.13	5.0 4.6
デュポンテストパック DGN	8	1.10±0.16	14.5	8	3.09±0.16	6.1
スタトラスジゴキシシン	6	1.05±0.19	18.1	6	2.98±0.40	13.4
エミットジゴキシシン パッチアッセイ S	1	1.45		1	4.53	
キット間の有意差検定 NS p<0.05	①—②			①—②		

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

エラスターゼ1 (単位: ng/dl)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
エラスターゼ1・ リアキット	133 125	280 ±27.0 279 ±21.0	9.6 7.5	133 125	511 ±46.0 513 ±37.0	9.0 7.2	133 123	805 ±67.0 810 ±49.0	8.3 6.0

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

フリー T₃ (単位: pg/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①アマレックス-M フ リ ー T ₃	170 162	1.85±0.19 1.84±0.14	10.3 7.6	170 156	3.30±0.28 3.32±0.19	8.5 5.7	170 164	6.78±0.64 6.82±0.40	9.4 5.9
②DPC・ フ リ ー T ₃ キット	16 15	1.41±0.27 1.37±0.22	19.1 16.1	16 15	2.64±0.28 2.60±0.23	10.6 8.8	16	4.95±0.41	8.3
③M-FT ₃ 「コーニング」	12	1.63±0.19	11.7	12	2.56±0.19	7.4	12 11	5.50±0.27 5.55±0.21	4.9 3.8
アマレックス フ リ ー T ₃	7 6	1.77±0.22 1.85±0.11	12.4 5.9	7	3.29±0.16	4.9	7	6.84±0.15	2.2
リアグノスト FT ₃	3	1.98±0.06	3.0	3	2.63±0.13	4.9	3	5.35±0.22	4.1
アマライトフリー-T ₃	5	2.92±0.20	6.8	5	3.95±0.24	6.1	5	8.09±0.87	10.8
キット間の有意差検定 NS p<0.01 p<0.001	②—③ 上記以外			②—③ 上記以外			全キット間		

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

GH (単位: ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①HGH・ リアキットⅡ	34 32	3.3± 0.4 31.1± 2.9	12.1 9.3	34 32	31.2± 3.9 31.1± 2.9	12.5 9.3
②Ab ビーズ HGH ‘栄研’	29 27	3.0± 0.5 2.9± 0.2	16.7 6.9	29 27	27.5± 1.8 27.1± 1.2	6.5 4.4
③GH キット 「第一」	10 9	3.1± 0.4 3.0± 0.3	12.9 10.0	10	30.5± 1.9	6.2
ファルマシア GH	8 7	2.0± 0.2 21.7± 2.0	10.0 9.2	8 7	22.6± 3.1 21.7± 2.0	13.7 9.2
HGH-I ‘栄研’	7	4.7± 0.6	12.8	7	28.7± 2.6	9.1
HGH・リアキット	2	3.5± 0.1	2.9	2	28.3± 0.2	0.7
キット間の有意差検定 NS p<0.001	全キット間			①—③ 上記以外		

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

IgE (単位: IU/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①ファルマシア IgE リア	66 61	117 ± 8.0 116 ± 6.0	6.8 5.2	66 62	223 ± 20.0 221 ± 16.0	9.0 7.2	66 64	719 ± 75.0 731 ± 66.0	10.4 9.3
②Ab ビーズ IgE ‘栄研’	29 28	93 ± 20.0 90 ± 10.0	21.5 11.1	29 28	187 ± 34.0 182 ± 16.0	18.2 8.8	29 28	800 ± 234.0 758 ± 87.0	30.4 11.5
③IgE・ リアビーズ	19	109 ± 8.0	7.3	19 17	207 ± 16.0 207 ± 12.0	7.7 5.8	19 17	624 ± 74.0 626 ± 51.0	11.9 8.1
IgE キット「第一」	8 7	93 ± 12.0 89 ± 6.0	12.9 6.7	7	193 ± 17.0	8.8	8	531 ± 68.0	12.8
キャップ IgE RIA	6	104 ± 11.0	10.6	6	228 ± 16.0	7.0	6	688 ± 69.0	10.0
IgE ‘栄研’	4	120 ± 18.0	15.0	4	228 ± 24.0	10.5	3	779 ± 85.0	10.9
IgE キット「第一」Ⅱ	3	114 ± 7.0	6.1	3	215 ± 8.0	3.7	3	577 ± 16.0	2.8
④IMx IgE・ ダイナパック	32 31	106 ± 11.0 104 ± 8.0	10.4 7.8	32 31	198 ± 21.0 195 ± 15.0	10.6 7.7	31 29	576 ± 57.0 575 ± 43.0	9.9 7.5
ランリーム IgE	7	124 ± 23.0	18.5	7	236 ± 41.0	17.4	7	742 ± 129.0	17.4
エルピアエース IgE	6	145 ± 25.0	17.2	6	268 ± 35.0	13.1	6	848 ± 117.0	13.8
グラオザイム IgE	5	95 ± 11.0	11.6	5	171 ± 21.0	12.3	5	485 ± 63.0	13.0
イムザイン IgE	3	94 ± 22.0	23.4	3	171 ± 50.0	29.2	3	591 ± 86.0	14.6
Eテスト「TOSOH」	3	122 ± 6.0	4.9	3	254 ± 28.0	11.0	3	235 ± 10.0	4.3
EIA テスト IgE「BMY」	2	142 ± 4.0	2.8	2	257 ± 9.0	3.5	2	732 ± 2.0	0.3
IgE EIA キット 「三井」Ⅱ	2	134 ± 39.0	29.1	2	277 ± 25.0	9.0	2	754 ± 122.0	16.2
LX 試薬 ‘栄研’ IgE	2	111 ± 8.0	7.2	2	193 ± 4.0	2.1	2	2 043 ± 1 720	84.2
キャップ IgE FEIA	2	113 ± 15.0	13.3	2	221 ± 24.0	10.9	2	692 ± 53.0	7.7
キット間の有意差検定 NS p<0.05 p<0.01 p<0.001	③—④ 上記以外			①—③, ②—④, ③—④ 上記以外			①—② 上記以外		

各欄下段の数字は M ± 2 SD 以内のデータによる再計算値

PAP (単位 : ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①PAP・ ‘栄研’	42 41	5.10±0.48 5.13±0.45	9.4 8.8	42 39	19.59±1.90 19.43±1.45	9.7 7.5
②PAP・ リアキット	16 15	6.57±1.05 6.80±0.56	16.0 8.2	16 15	25.12±3.31 24.42±1.79	13.2 7.3
③ガンマーマダブ PAP	12 11	5.26±0.46 5.17±0.36	8.7 7.0	12 11	20.31±3.65 19.57±2.71	18.0 13.8
自家調製キット	1	5.64		1	19.11	
メルク イムノアッセイ PAP	3	4.89±0.40	8.2	3	18.65±5.81	31.2
PAP テスト テイゾー	2	5.31±0.51	9.6	2	19.67±2.78	14.1
PAP EIA「アボット」	1	8.00		1	21.80	
Eテスト PAP	1	5.30		1	20.50	
キット間の有意差検定 NS p<0.001	①—③ 上記以外			①—③ 上記以外		

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値**PSTI** (単位 : ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
PSTI テスト シオノギ	44 42	14.8± 2.2 14.4± 1.4	14.9 9.7	44 42	53.2±10.9 51.1± 5.0	20.5 9.8

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値**プロゲステロン** (単位 : ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
DPC プロゲステロン キット	26 25	7.35±0.51 7.31±0.47	6.9 6.4	26	19.55±1.61	8.2
プロゲステロン ・I-125・キット	8	6.77±0.56	8.3	8	16.50±1.61	9.8
プロゲステロン キット「第一」Ⅱ	4	3.06±0.27	8.8	4	9.45±0.60	6.3

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

プロラクチン (単位: ng/ml)

1. 標準物質が NIH に準拠するもの

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
プロラクチン・リアビーズⅡ	36	14.7 ± 0.9	6.1	36	77.1 ± 4.1	5.3
	35	14.6 ± 0.8	5.5	35	76.7 ± 3.1	4.0

2. 標準物質が WHO に準拠するもの

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
スパック-S プロラクチンキット	45	6.9 ± 0.7	10.1	45	34.9 ± 2.6	7.4
	43	6.9 ± 0.6	8.7	43	35.2 ± 2.2	6.3
プロラクチン ・リアビーズⅡ (WHO)	5	7.3 ± 0.8	11.1	5	34.5 ± 7.5	21.7
フェルマシア プロラクチンリア	5	6.1 ± 1.3	21.3	5	30.0 ± 5.0	16.7
Ab ビーズ プロラクチン '栄研'	4	13.1 ± 0.4	3.1	4	67.4 ± 4.0	5.9
ガンマーダブ プロラクチン	3	12.4 ± 6.3	50.8	3	38.1 ± 8.8	22.9
アレグロ Prolactin キット	2	10.3 ± 0.1	1.0	2	58.6 ± 0.1	0.2
デルフィア プロラクチン	6	7.7 ± 3.9	50.6	6	37.8 ± 19.0	50.3
	5	6.1 ± 0.3	4.9	5	30.1 ± 2.5	8.3
IMx プロラクチン・ ダイナパック	5	10.3 ± 0.7	6.8	5	54.5 ± 2.7	5.0
E テスト PRL	1	8.2		1	42.7	

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

サイログロブリン (単位: ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
サイログロブリン '栄研'	40	11.6 ± 4.4	37.9	40	40.6 ± 7.4	18.2	40	56.1 ± 10.2	18.2
	39	10.9 ± 1.4	12.8	36	39.5 ± 5.0	12.7	37	53.9 ± 6.3	11.7
サイログロブリン ・I-125・キット	7	27.6 ± 6.0	21.7	7	14.8 ± 5.4	36.5	7	90.0 ± 15.4	17.1

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

T_3 (単位: ng/dl)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
① T_3 ・リアビーズ	95 91	71 ± 8.0 70 ± 6.0	11.3 8.6	95 89	141 ± 11.0 140 ± 9.0	7.8 6.4	95 89	261 ± 22.0 259 ± 15.0	8.4 5.8
②スパック T_3 RIA キット	51 50	51 ± 6.0 51 ± 5.0	11.8 9.8	51 49	123 ± 9.0 123 ± 8.0	7.3 6.5	51 49	243 ± 17.0 243 ± 15.0	7.0 6.2
③アマレックス- MT_3	19 18	60 ± 7.0 59 ± 6.0	11.7 10.2	19 18	136 ± 17.0 139 ± 9.0	12.5 6.5	19 18	267 ± 26.0 271 ± 16.0	9.7 5.9
④ガンマーコート T_3 II	18 17	36 ± 8.0 34 ± 6.0	22.2 17.6	18 17	107 ± 12.0 105 ± 9.0	11.2 8.6	18	226 ± 17.0	7.5
⑤Ab チューブ T_3 '栄研'	17 16	59 ± 7.0 58 ± 5.0	11.9 8.6	17 16	135 ± 11.0 133 ± 9.8	8.1 6.8	17	257 ± 18.0	7.0
⑥トリヨードサイロニン (T_3) '栄研'	13	59 ± 7.0	11.9	13	133 ± 8.0	6.0	12	261 ± 11.0	4.2
⑦ T_3 ・リアキット II	11	65 ± 5.0	7.7	11	141 ± 11.0	7.8	11	273 ± 28.0	10.3
⑧M- T_3 「コーニング」	10	55 ± 8.0	14.5	10	122 ± 8.0	6.6	10	234 ± 11.0	4.7
ファルマシア T_3 リア	5	57 ± 2.0	3.5	5	129 ± 10.0	7.8	5	240 ± 12.0	5.0
DPC・ トータル T_3 キット	5	49 ± 3.0	6.1	5	112 ± 14.0	12.5	5	242 ± 21.0	8.7
コンスル T_3 RIA キット II	2	55 ± 3.0	5.5	2	134 ± 1.0	0.7	2	267 ± 7.0	2.6
リアグノスト tT_3	2	39 ± 4.0	10.3	2	121 ± 13.0	10.7	2	256 ± 34.0	13.3
⑨IMx T_3 ・ダイナパック	36 35	77 ± 16.0 76 ± 15.0	20.8 19.7	36 34	182 ± 20.0 182 ± 17.0	11.0 9.3	34 33	381 ± 38.0 384 ± 35.0	10.0 9.1
EIA テスト T_3 テスト「BMY」	7	44 ± 4.0	9.1	7	100 ± 6.0	6.0	7	206 ± 20.0	9.7
デルフィア Total T_3	6	120 ± 12.0	10.0	6	208 ± 13.0	6.3	6	385 ± 29.0	7.5
グラオザイム T_3	4	85 ± 6.0	7.1	4	197 ± 13.0	6.6	4	374 ± 18.0	4.8
ケミルミ T_3	4	76 ± 16.0	21.1	4	180 ± 42.0	23.3	4	305 ± 71.0	23.3
E テスト 「TOSOH」 T_3 II	3	85 ± 15.0	17.6	3	171 ± 7.0	4.1	3	335 ± 44.0	13.1
スタトラス T_3	1	35		1	109		1	217	
アマライト T_3	1	84		1	174		1	324	
T_3 エンチムンテスト EIA	1	40		1	118		1	231	
キット間の有意差検定 NS	③—⑤, ③—⑥, ③—⑧ ⑤—⑥, ⑤—⑧, ⑥—⑧			①—③, ①—⑦, ③—⑤ ③—⑥, ③—⑦, ⑤—⑥ ⑥—⑦			①—⑤, ①—⑥, ③—⑥ ③—⑦, ⑤—⑥, ⑤—⑦ ⑥—⑦		
p<0.05	②—⑧, ⑥—⑦, ⑦—⑨			⑥—⑦			①—⑦, ③—⑤		
p<0.01	①—⑨, ①—⑦, ③—⑦ ⑤—⑦, ⑦—⑧			①—⑤, ①—⑥			①—③, ②—⑤		
p<0.001	上記以外			上記以外			上記以外		

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

T₃U (単位: %)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①トリオソルブ-S	63 58	31.1± 1.6 31.2± 1.3	5.1 4.2	63 60	40.8± 2.5 40.9± 2.2	6.1 5.4
②スパック T ₃ Uptake キット	18	34.8± 1.3	3.7	18 17	41.5± 1.7 41.7± 1.5	4.1 3.6
③T ₃ -アップテイク -MAA キット	15	35.1± 0.8	2.3	15	38.8± 1.2	3.1
④レゾマット T ₃ マイクロテスト	14 13	31.5± 1.3 31.2± 0.8	4.1 2.6	14 13	37.2± 2.0 36.8± 1.4	5.4 3.8
ガンマー・コート T ₃ アップテイク	9	34.9± 1.0	2.9	9	40.0± 1.3	3.3
M-T ₃ U「コーニング」	4	30.9± 1.3	4.2	4	36.2± 1.8	5.0
DPC・T ₃ アップテイクキット	1	34.9		1	41.1	
TDX T-アップテイク	2	0.9± 0.0	0.0	2	0.7± 0.0	0.0
ケミルミ T ₃ U	1	33.2		1	40.4	
スタトラス T ₃ U	1	36.6		1	39.8	
アマライト T ₃ U	1	38.2		1	47.6	
キット間の有意差検定 NS p<0.001	①—④, ②—③ 上記以外			①—② 上記以外		

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

TPA (単位: U/l)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
プロリフィゲン TPA キット“第一”Ⅱ	82 79	107.5±18.4 109.6±15.1	17.1 13.8	82 77	441.7±67.0 440.7±50.2	15.2 11.4

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

TSH (単位: μU/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
①TSH・リアビーズⅡ	88 84	0.49±0.10 0.47±0.05	20.4 10.6	88 85	3.45±0.26 3.45±0.21	7.5 6.1	88 81	17.91±1.34 17.92±0.92	7.5 5.1
②スパック-S TSH	73 69	0.49±0.16 0.47±0.09	32.7 19.1	73 69	4.02±0.42 3.97±0.27	10.4 6.8	73 69	20.36±1.30 20.32±0.92	6.4 4.5

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B			試 料 C		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
③リアグノスト tTSH	43 41	0.51±0.07 0.51±0.05	13.7 9.8	43 40	3.41±0.25 3.42±0.20	7.3 5.8	43 41	17.06±1.45 17.04±1.21	8.5 7.1
④TSH キット「第一」Ⅱ	15	0.56±0.08	14.3	15	4.10±0.21	5.1	15	21.40±1.67	7.8
⑤アマウエル TSH	11 10	0.57±0.10 0.54±0.06	17.5 11.1	11	3.21±0.16	5.0	11 10	15.65±1.25 15.33±0.73	8.0 4.8
MH-TSH「コーニング」	9	1.69±0.32	18.9	9 8	3.26±0.31 3.35±0.19	9.5 5.7	9 8	21.06±6.58 18.91±1.27	31.2 6.7
Ab チューブ TSH ‘栄研’	7	0.45±0.09	20.0	7 6	4.79±0.52 4.97±0.22	10.9 4.4	7	21.31±1.27	6.0
ガンマーコート TSH IRMA	5	0.70±0.13	18.6	5	3.65±0.12	3.3	5	17.49±1.75	10.0
アレグロ HS-TSH キット	3	0.62±0.01	1.6	3	3.94±0.18	4.6	3	20.88±1.10	5.3
M-TSH「コーニング」	3	2.14±0.72	33.6	3	3.01±0.72	23.9	3	17.46±1.07	6.1
TSH キット「第一」	2	1.17±0.04	3.4	2	4.49±0.41	9.1	2	21.00±1.41	6.7
TSH ‘栄研’				2	4.28±1.03	24.1	2	20.48±0.39	1.9
スクロセップ TSH キット	1	0.31		1	3.65		1	20.6	
⑥IMx TSH・ダイナパック	39 38	0.46±0.09 0.45±0.09	19.6 19.2	39 37	3.67±0.31 3.66±0.25	8.4 6.8	38 36	19.14±1.27 18.95±1.01	6.6 5.3
⑦デルフィア TSH	15	0.39±0.04	10.3	15	3.96±0.27	6.8	15 14	20.88±1.87 20.53±1.35	9.0 6.6
ケミルミ TSH	7 6	0.47±0.16 0.42±0.08	34.0 19.0	7	3.53±0.08	2.3	7	19.96±0.51	2.6
EIA テスト TSHs「BMY」	7	0.94±0.12	12.8	7 6	3.91±0.43 3.75±0.06	11.0 1.6	6	18.52±0.75	4.0
Eテスト 「TOSOH」TSH	5	0.44±0.06	13.6	5	3.87±0.48	12.4	5	20.36±0.97	4.8
TSH・EIA 「ダイナボット」	2	0.89±0.02	2.2	2	3.73±0.38	10.2	2	18.80±0.57	3.0
グラオザイム TSH	1	0.42		1	3.69		1	19.10	
キット間の有意差検定 NS	①—②, ①—⑥, ②—⑥ ③—⑤, ④—⑤			①—③, ②—④, ②—⑦ ④—⑦			②—⑦, ④—⑦		
p<0.05	②—③, ②—⑤, ⑥—⑦			③—⑤			上記以外		
p<0.01	②—⑦, ③—④, ⑤—⑥			上記以外					
p<0.001	上記以外								

各欄下段の数字は M±2SD 以内のデータによる再計算値

テストステロン (単位: ng/dl)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
DPC・トータル テストステロンキット	18 17	15.0 ± 8.0 14.0 ± 3.0	53.3 21.4	18 17	382 ± 196.0 337 ± 47.0	51.3 13.9
テストステロン ‘栄研’	8	56.0 ± 19.0	33.9	8 7	406 ± 127.0 446 ± 60.0	31.3 13.5
テストステロン ・I-125・キット	5	32.0 ± 4.0	12.5	5	366 ± 46.0	12.6

各欄下段の数字は M ± 2 SD 以内のデータによる再計算値

ミオグロビン (単位: ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
ミオグロビン キット「第一」Ⅱ	20 19	33.0 ± 4.0 34.0 ± 4.0	12.1 11.8	19 17	90.0 ± 7.0 92.0 ± 5.0	7.8 5.4
ミオグロビン ‘栄研’	7	55.0 ± 3.0	5.5	7	165.0 ± 8.0	4.8
Mb-ラテックス「生研」	5	22.0 ± 11.0	50.0	5	97.0 ± 4.0	4.1

各欄下段の数字は M ± 2 SD 以内のデータによる再計算値

トリプシン (単位: ng/ml)

キ ャ ッ ト 名	試 料 A			試 料 B		
	N	M ± SD	CV	N	M ± SD	CV
リアグノスト トリプシンⅡ	25 24	180.0 ± 17.0 182.0 ± 14.0	9.4 7.7	25 23	461.0 ± 43.0 461.0 ± 32.0	9.3 6.9
コダザイムトリプシン MEIA	2	60.0 ± 2.0	3.3	2	82.0 ± 4.0	4.9

各欄下段の数字は M ± 2 SD 以内のデータによる再計算値

表 9 施設間・キット間における変動

項 目	Within Kit Variation CV (%)			Between Kit Variation CV (%)		
	試 料 A	試 料 B	試 料 C	試 料 A	試 料 B	試 料 C
AFP	14.75(9)	10.17(9)	10.36(8)	26.42(9)	18.71(9)	15.14(8)
アルドステロン	10.55(4)	13.29(4)	—	30.99(4)	18.32(4)	—
β ₂ -マイクログロブリン	6.70(7)	6.69(7)	9.13(7)	3.66(7)	5.37(7)	9.82(7)
CA 15-3	10.73(3)	12.07(3)	—	12.50(3)	12.07(3)	—
C-ペプチド	16.97(2)	8.09(2)	10.45(2)	10.09(2)	9.61(2)	7.97(2)
ジゴキシン	10.48(4)	8.06(4)	—	13.46(4)	4.83(4)	—
エラスターゼ 1	7.52(1)	7.21(1)	6.04(1)	—	—	—

項 目	Within Kit Variation CV (%)			Between Kit Variation CV (%)		
	試料 A	試料 B	試料 C	試料 A	試料 B	試料 C
フリー T ₃	8.90(5)	6.31(5)	5.03(5)	13.29(5)	13.19(5)	14.74(5)
GH	10.55(6)	7.20(6)	—	27.24(6)	12.07(6)	—
IgE	9.63(7)	7.70(7)	9.99(7)	11.66(7)	8.39(7)	14.10(7)
PAP	8.12(3)	9.71(3)	—	16.66(3)	13.43(3)	—
PSTI	9.72(1)	9.78(1)	—	—	—	—
プロジェステロン	7.86(3)	8.96(3)	—	40.45(3)	34.16(3)	—
プロラクチン I	5.47(1)	4.04(1)	—	—	—	—
II	28.48(6)	12.44(6)	—	32.08(6)	34.62(6)	—
サイログロブリン	22.62(2)	19.16(2)	16.35(2)	61.29(2)	64.30(2)	35.46(2)
T ₃	9.72(12)	7.56(12)	7.35(12)	18.52(12)	8.88(12)	5.99(12)
T ₃ U	3.35(6)	4.17(6)	—	6.36(6)	5.65(6)	—
TPA	13.77(1)	11.39(1)	—	—	—	—
TSH	29.28(11)	4.58(12)	6.27(12)	67.85(11)	14.92(12)	10.61(12)
テストステロン	33.36(3)	13.41(3)	—	61.97(3)	14.73(3)	—
ミオグロビン	7.94(2)	5.19(2)	—	33.34(2)	40.16(2)	—
トリプシン	7.69(1)	6.94(1)	—	—	—	—

注1) 各項の () 内は測定系の数

2) プロラクチンはスタンダードの違いにより2系列 (I NIH 準拠, II WHO 準拠) に分割

表10 施設間変動係数 (Within Kit Variation CV (%)) の推移

項 目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第10回	第12回
AFP	低濃度	29.6(3)	—	—	12.2(8)	—	—	—	—	14.8(9)
	中濃度	—	—	—	—	11.2(9)	8.8(10)	17.8(11)	8.7(11)	15.1(12)
	高濃度	10.0(3)	—	—	11.2(8)	16.7(9)	7.9(10)	12.5(11)	14.7(11)	8.6(12)
アルドステロン	低濃度	—	—	—	—	17.4(2)	16.7(2)	14.1(2)	28.3(2)	9.3(4)
	高濃度	—	—	—	—	10.6(2)	13.5(2)	14.3(2)	12.6(2)	7.7(4)
β_2 -ミクログロブリン	低濃度	—	—	—	—	10.1(3)	11.7(3)	7.4(4)	—	7.2(4)
	中濃度	—	—	13.0(2)	—	—	—	7.5(4)	—	6.7(7)
	高濃度	—	—	16.1(2)	—	9.1(3)	12.8(3)	7.5(4)	8.4(4)	9.4(4)
CA 15-3	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	13.5(2)	10.7(3)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	—	14.1(2)	12.1(3)
C-ペプチド	低濃度	—	—	—	—	12.1(2)	12.8(2)	14.3(2)	19.3(3)	10.8(2)
	中濃度	—	—	—	—	—	17.0(2)	14.9(2)	—	10.6(2)
	高濃度	—	—	—	—	11.8(2)	—	—	13.9(3)	—
ジゴキシン	低濃度	—	—	11.2(4)	—	—	6.7(5)	9.3(5)	10.6(5)	6.5(4)
	高濃度	—	—	6.2(4)	—	—	4.5(5)	8.2(5)	8.7(5)	6.0(4)
エラスターゼ1	低濃度	—	—	—	—	9.7(1)	9.1(1)	9.2(1)	10.1(1)	9.8(1)
	中濃度	—	—	—	—	6.8(1)	—	—	—	—
	高濃度	—	—	—	—	—	6.2(1)	7.8(1)	6.1(1)	8.1(1)

項 目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第10回	第12回
フリー T ₃	低濃度	—	—	—	—	—	—	8.5(3)	16.1(3)	8.9(5)
	中濃度	—	—	—	—	—	—	—	16.3(3)	6.3(5)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	7.1(3)	—	5.0(5)
GH	低濃度	—	16.7(2)	—	—	18.6(3)	9.7(2)	12.0(3)	7.0(3)	11.4(5)
	高濃度	—	11.8(2)	—	—	15.9(3)	10.7(2)	10.8(3)	6.9(3)	8.0(5)
IgE	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6(7)
	中濃度	—	—	22.6(2)	16.3(4)	—	13.3(5)	11.5(7)	8.0(3)	8.8(5)
	高濃度	—	—	17.0(2)	18.1(4)	—	14.3(5)	9.2(7)	10.9(3)	9.7(5)
PAP	低濃度	—	—	—	—	12.3(4)	10.1(4)	14.8(4)	9.5(4)	6.5(3)
	高濃度	—	—	—	—	7.7(4)	10.2(4)	12.5(4)	8.0(4)	9.0(3)
PSTI	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0(1)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0(1)
プロジェクトロ ン	低濃度	—	—	—	—	—	—	20.2(3)	18.2(2)	27.6(3)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	15.4(3)	9.5(2)	10.1(3)
プロラク チン	低濃度	—	—	—	14.3(3)	13.7(4)	10.2(4)	15.6(4)	11.4(5)	I 8.8(2) II 28.7(2)
	高濃度	—	—	—	14.1(3)	15.6(4)	9.5(4)	14.9(4)	19.5(5)	I 5.6(2) II 16.1(2)
T ₃	低濃度	—	—	—	10.7(7)	—	—	—	—	—
	中濃度	10.3(5)	11.6(6)	—	—	13.9(8)	6.9(7)	10.6(9)	9.3(11)	8.3(11)
	高濃度	11.8(5)	11.7(6)	—	8.3(7)	9.9(8)	5.7(7)	13.2(9)	6.8(11)	6.6(11)
T ₃ U	低濃度	—	—	—	—	—	8.3(6)	3.6(7)	3.9(8)	4.2(6)
	高濃度	—	—	—	—	—	8.5(6)	6.3(7)	4.4(8)	4.5(6)
テストス テロン	低濃度	—	—	—	—	—	—	16.7(2)	16.0(2)	17.0(3)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	10.9(2)	12.4(2)	9.8(3)
サイログ ロブリ ン	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0(2)
	中濃度	—	—	—	—	—	—	—	8.3(2)	—
	高濃度	—	—	—	—	—	—	—	13.1(2)	10.0(2)
TPA	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	19.1(1)	9.8(1)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	—	17.8(1)	8.2(1)
TSH	極低濃度	—	—	—	—	—	—	—	49.1(16)	55.0(16)
	低濃度	31.4(5)	30.5(6)	29.7(6)	14.0(8)	13.0(6)	13.0(6)	22.6(8)	22.4(16)	16.6(16)
	高濃度	13.5(5)	21.2(6)	16.9(6)	11.8(8)	10.1(6)	7.1(6)	7.5(8)	10.3(16)	8.8(16)

注1) () 内は測定系の数

2) 第10, 12回のプロラクチンはスタンダードの違いにより2系列 (I NIH 準拠, II WHO 準拠) に分割

表11 キット間変動係数 (Between Kit Variation CV (%)) の推移

項 目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第10回	第12回
AFP	低濃度	26.6(3)	—	—	18.5(8)	—	—	—	—	26.4(9)
	中濃度	—	—	—	—	17.4(9)	12.5(10)	20.2(11)	13.3(11)	24.4(12)
	高濃度	8.8(3)	—	—	18.7(8)	14.4(9)	12.8(10)	13.7(11)	10.4(11)	21.6(12)
アルドステロン	低濃度	—	—	—	—	1.9(2)	7.5(2)	3.7(2)	32.7(2)	24.5(4)
	高濃度	—	—	—	—	9.9(2)	33.5(2)	32.5(2)	59.8(2)	15.2(4)
β_2 -マイクログロブリン	低濃度	—	—	—	—	3.7(3)	3.2(3)	3.4(4)	—	4.9(4)
	中濃度	—	—	1.3(2)	—	—	—	—	5.4(4)	—
	高濃度	—	—	4.6(2)	—	4.3(3)	3.6(3)	3.8(4)	7.0(4)	8.8(4)
CA 15-3	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0(2)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1(2)
C-ペプチド	低濃度	—	—	—	—	4.9(2)	4.5(2)	6.5(2)	44.7(3)	9.2(2)
	中濃度	—	—	—	—	—	1.2(2)	11.2(2)	—	7.4(2)
	高濃度	—	—	—	—	3.7(2)	—	—	25.5(3)	—
ジゴキシン	低濃度	—	—	9.5(2)	—	—	5.8(5)	3.3(5)	8.5(5)	15.0(4)
	高濃度	—	—	9.3(2)	—	—	5.0(5)	4.1(5)	4.3(5)	12.0(4)
フリー T ₃	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	12.0(3)	7.9(3)
	中濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0(3)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	—	12.0(3)	—
GH	低濃度	—	22.3(2)	—	—	31.7(2)	19.3(2)	37.5(3)	3.1(3)	13.6(5)
	高濃度	—	8.1(2)	—	—	14.4(2)	14.0(2)	18.3(3)	3.1(3)	9.6(5)
IgE	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中濃度	—	—	2.6(2)	7.0(4)	—	8.3(5)	7.7(7)	7.5(3)	15.8(5)
	高濃度	—	—	0.4(2)	15.3(4)	—	4.8(5)	12.5(7)	11.7(3)	15.9(5)
PAP	低濃度	—	—	—	—	7.5(4)	12.7(4)	15.8(4)	18.1(4)	23.7(3)
	高濃度	—	—	—	—	7.9(4)	15.3(4)	13.6(4)	12.6(4)	21.9(3)
プロジェクトロン	低濃度	—	—	—	—	—	—	20.5(3)	47.2(2)	30.8(3)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	10.0(3)	53.9(2)	32.8(3)
プロラクチン	低濃度	—	—	—	22.2(3)	19.6(4)	30.8(4)	40.4(4)	28.0(5)	I 10.0(2) II 40.5(2)
	高濃度	—	—	—	22.8(3)	18.3(4)	31.0(4)	25.0(4)	20.8(5)	I 7.9(2) II 29.8(2)
T ₃	低濃度	—	—	—	12.4(7)	—	—	—	—	—
	中濃度	22.2(5)	15.4(6)	—	—	10.4(8)	8.0(7)	10.3(9)	13.8(11)	8.2(11)
	高濃度	7.2(5)	17.8(6)	—	13.0(7)	4.4(8)	3.8(7)	8.3(9)	6.6(11)	5.0(11)
T ₃ U	低濃度	—	—	—	—	11.3(6)	15.1(6)	12.8(7)	11.9(8)	7.4(6)
	高濃度	—	—	—	—	12.8(6)	14.3(6)	10.8(7)	10.6(8)	7.2(6)
テストステロン	低濃度	—	—	—	—	—	—	33.5(2)	55.3(2)	29.5(3)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	20.2(2)	32.4(2)	11.3(3)

項 目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第10回	第12回
サイログ ロブリ ン	低濃度	—	—	—	—	—	—	—	109.4(2)	61.3(2)
	中濃度	—	—	—	—	—	—	12.2(2)	—	64.3(2)
	高濃度	—	—	—	—	—	—	4.4(2)	26.1(2)	35.5(2)
TSH	極低濃度	—	—	—	—	—	—	94.3(14)	85.4(16)	67.9(11)
	低濃度	55.5(5)	47.6(6)	18.2(6)	21.8(8)	20.4(6)	16.3(6)	55.4(8)	53.4(16)	16.1(16)
	高濃度	25.8(5)	22.7(6)	13.5(6)	13.7(8)	23.2(6)	9.3(6)	15.4(8)	9.8(16)	10.8(16)

注1) () 内は測定系の数

2) 第10, 12回のプロラクチンはスタンダードの違いにより2系列 (I NIH 準拠, II WHO 準拠) に分割

表 12 プロラクチンキットの標準濃度 (値付け) の違い

準拠するスタンダード	キ ャ ッ ト 名 称
WHO 1 st IRP 75/504	スパック-S プロラクチンキット ファルマシア プロラクチンリア ガンマーダブ プロラクチン アレグロ プロラクチンキット
WHO 2 nd IRP 83/562	Ab ビーズ プロラクチン '栄研' IMx プロラクチン・ダイナパック
WHO 3 rd IRP 84/500	デルフィア プロラクチン
NIH VLS #4	プロラクチン・リアビーズ II (WHO 1 st IRP 75/504 でも読み取り可能)

表 13 3種のモデルによる検量線の回帰とその適合度

AFP

キ ャ ッ ト 名	N	4 係数ロジス ティック曲線	整次多項式(4次)	整次多項式(5次)
α-フェト・リアビーズ	114	40 (35.1)	32 (28.1)	42 (36.8)
AFP '栄研'	41	8 (19.5)	0 (0.0)	33 (80.5)
Ab ビーズ '栄研'	14	5 (35.7)	0 (0.0)	9 (64.3)
スパック-S α-フェトキット	13	5 (38.5)	4 (30.8)	4 (30.8)
α-フェトキット「第一」II	10	5 (50.0)	1 (10.0)	4 (40.0)
ファルマシア AFP リア	9	2 (22.2)	0 (0.0)	7 (77.8)
リアグノスト cAFP	5	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)
計	221	68 (33.0)	38 (18.4)	102 (48.5)

β_2 -マイクログロブリン

キ ャ ッ ト 名	N	4 係数ロジス ティック曲線	整次多項式(4次)	整次多項式(5次)
β_2 -マイクロ リアシオノギ	59	43 (72.9)	1 (1.7)	15 (25.4)
ファルマシア β_2 -マイクロリア	32	20 (62.5)	1 (3.1)	11 (34.4)
β_2 -マイクロ・リアビーズ	22	22(100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
β_2 -マイクログロブリン キットⅡ ‘栄研’	19	12 (63.2)	1 (5.3)	6 (31.6)
β_2 -マイクロキット「第一」	9	8 (88.9)	0 (0.0)	1 (11.1)
スパック-S β_2 -マイクロキット	9	7 (77.8)	0 (0.0)	2 (22.2)
β_2 -マイクログロブリン ‘栄研’	6	1 (16.7)	0 (0.0) —	5 (83.3)
計	156	113 (72.4)	3 (1.9)	40 (25.6)

IgE

キ ャ ッ ト 名	N	4 係数ロジス ティック曲線	整次多項式(4次)	整次多項式(5次)
ファルマシア IgE リア	66	23 (34.8)	0 (0.0)	43 (65.2)
Ab ビーズ IgE ‘栄研’	27	23 (85.2)	0 (0.0)	4 (14.8)
IgE・リアビーズ	19	12 (63.2)	7 (36.8)	0 (0.0)
IgE キット「第一」	8	8(100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
キャップ IgE リア	6	1 (16.7)	0 (0.0)	5 (83.3)
計	126	67 (53.2)	7 (5.6)	52 (41.3)

TSH

キ ャ ッ ト 名	N	4 係数ロジス ティック曲線	整次多項式(4次)	整次多項式(5次)
TSH・リアビーズⅡ	87	57 (65.5)	17 (19.5)	13 (14.9)
スパック-S TSH	72	45 (62.5)	2 (2.8)	25 (34.7)
リアグノスト tTSH	43	26 (60.5)	1 (2.3)	16 (37.2)
TSH キット「第一」Ⅱ	15	13 (86.7)	0 (0.0)	2 (13.3)
アマウェル TSH	11	11(100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
MH-TSH「コーニング」	9	7 (77.8)	0 (0.0)	2 (22.2)
Ab チューブ TSH ‘栄研’	7	4 (57.1)	0 (0.0)	3 (42.9)
ガンマーコート TSH IRMA	5	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)
計	249	167 (67.1)	20 (8.0)	62 (24.9)

注) 各列の数値は S_R (回帰残差) が一番小さくなった回帰モデルの度数と比 (%) を示す

表 14 検量線のパラメータのキット内変動

AFP

キ ャ ッ ト 名	Slope			MRA			S_R			S_E		
	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV
α -フェト・ リアビーズ	109 104	1.01 ± 0.07 1.01 ± 0.05	6.94 5.34	108 104	272.72 ± 30.42 274.14 ± 19.76	11.15 7.21	114 108	1.83 ± 1.71 1.55 ± 1.20	93.47 77.43	105 101	2.55 ± 2.53 2.22 ± 1.92	99.50 86.26
AFP ‘栄研’	41 39	-1.09 ± 0.11 -1.10 ± 0.10	10.19 9.04	41 39	31.60 ± 5.00 30.83 ± 3.61	15.82 11.71	41 39	1.66 ± 0.63 1.58 ± 0.54	38.03 34.43	39 37	1.96 ± 0.88 1.81 ± 0.61	45.16 33.69
Ab ビーズ AFP ‘栄研’	13 12	-0.92 ± 0.07 -0.93 ± 0.05	7.79 5.75	13	39.31 ± 2.91	7.41	14 13	1.78 ± 0.62 1.67 ± 0.46	34.53 27.42	13 12	2.53 ± 1.39 2.30 ± 1.16	54.86 50.33
スパック-S α -フェトキット	13	1.01 ± 0.07	6.46	13	208.58 ± 20.78	9.96	13 12	1.79 ± 1.27 1.57 ± 1.04	70.78 66.38	11	2.61 ± 1.90	72.94
α -フェトキッ ト「第一」Ⅱ	10	1.11 ± 0.14	12.39	10	146.77 ± 30.10	20.51	10	3.35 ± 2.16	64.54	10 9	1.66 ± 1.05 1.41 ± 0.75	63.23 53.13
ファルマシア AFP リア	9	-1.01 ± 0.05	4.61	9	39.16 ± 3.17	8.10	9	1.24 ± 0.81	64.99	9	1.51 ± 0.93	61.23
リアグノスト cAFP	5	0.91 ± 0.08	9.04	5	249.56 ± 38.37	15.37	5	2.34 ± 1.20	51.29	5	2.31 ± 1.78	77.22

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値 β_2 -マイクログロブリン

キ ャ ッ ト 名	Slope			MRA			S_R			S_E		
	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV
β_2 -マイク ロリアシオノギ	57 54	-1.04 ± 0.06 -1.03 ± 0.04	5.41 4.11	57 54	2.49 ± 0.34 2.46 ± 0.14	13.73 5.72	59 55	2.11 ± 0.81 2.11 ± 0.66	38.15 31.34	54 52	1.60 ± 0.70 1.52 ± 0.55	43.49 36.36
ファルマシア β_2 -マイクロシア	30 28	-1.08 ± 0.07 -1.10 ± 0.05	6.60 4.31	30 28	2.07 ± 0.27 2.13 ± 0.16	12.86 7.47	32 30	2.38 ± 1.13 2.35 ± 0.90	47.60 38.51	28 27	2.25 ± 1.52 2.02 ± 0.92	67.54 45.70
β_2 -マイク ロリアビーズ	22 21	-1.41 ± 0.07 -1.42 ± 0.06	5.30 4.58	22 20	1.89 ± 0.43 1.86 ± 0.17	22.87 9.27	22 21	4.81 ± 1.15 4.68 ± 0.99	24.00 21.21	22 20	2.10 ± 1.46 1.69 ± 0.62	69.84 36.84
β_2 -マイクログ ロブリンキッ トⅡ ‘栄研’	18 16	-1.07 ± 0.07 -1.07 ± 0.05	6.14 4.67	18 17	2.96 ± 0.51 3.06 ± 0.29	17.28 9.36	19 17	2.29 ± 0.95 2.03 ± 0.58	41.54 28.75	18 17	1.47 ± 1.44 1.19 ± 0.79	97.47 66.78
β_2 -マイク ロキット「第一」	9	-1.03 ± 0.03	3.34	9	2.71 ± 0.16	6.05	9	3.39 ± 0.65	19.09	9	1.78 ± 0.99	55.38
スパック-S β_2 - マイクロシア	9	-1.04 ± 0.04	3.91	9	1.77 ± 0.09	4.95	9	3.18 ± 1.18	37.06	9	2.84 ± 1.91	67.22
β_2 -マイクログ ロブリン ‘栄研’	6	-1.33 ± 0.11	8.51	6	1.59 ± 0.12	7.52	6	2.96 ± 1.71	57.84	6	3.46 ± 2.07	59.91

各欄下段の数字は $M \pm 2SD$ 以内のデータによる再計算値

IgE

キ ャ ッ ト 名	Slope			MRA			S_R			S_E		
	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV
ファルマシア IgE リア	66 60	-0.99 ± 0.08 -0.99 ± 0.06	8.09 5.75	66 63	72.35 ± 15.38 69.46 ± 6.64	21.25 9.56	66 64	1.98 ± 0.90 1.90 ± 0.77	45.30 40.58	64 60	2.14 ± 1.13 1.94 ± 0.84	52.97 43.20
Ab ビーズ IgE ‘栄研’	28 27	1.28 ± 0.11 1.30 ± 0.08	8.19 6.30	28 26	725.88 ± 94.17 726.86 ± 68.86	12.97 9.47	27 24	6.44 ± 2.37 7.14 ± 1.32	36.86 18.49	26 25	2.05 ± 1.55 1.84 ± 1.15	75.52 62.50
IgE・ リアビーズ	19 18	1.03 ± 0.03 1.04 ± 0.03	3.01 2.69	19 18	283.67 ± 202.8 240.08 ± 72.77	71.48 30.31	19 18	2.72 ± 1.52 2.48 ± 1.10	55.96 44.39	19 18	2.49 ± 2.27 2.10 ± 1.52	90.98 72.45
IgE キット 「第一」	8	-1.09 ± 0.08	7.56	8	161.90 ± 5.92	3.66	8	2.62 ± 0.57	21.92	8	1.28 ± 1.00	77.91
キャップ IgE リア	6	0.84 ± 0.09	10.59	6	252.46 ± 90.53	35.86	6	2.45 ± 1.71	69.79	6	3.05 ± 2.41	79.08

各欄下段の数字は $M \pm 2 SD$ 以内のデータによる再計算値**TSH**

キ ャ ッ ト 名	Slope			MRA			S_R			S_E		
	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV	N	$M \pm SD$	CV
TSH・ リアビーズⅡ	86 84	1.02 ± 0.04 1.01 ± 0.02	4.18 2.21	86 81	67.75 ± 5.56 67.36 ± 3.25	8.20 4.83	86 82	1.21 ± 0.77 1.10 ± 0.58	63.54 52.91	79 76	1.23 ± 1.11 1.09 ± 0.85	90.33 77.89
スパック-S TSH	67 63	1.16 ± 0.08 1.17 ± 0.05	7.19 4.47	67 61	41.50 ± 7.74 41.80 ± 3.08	18.66 7.38	72 70	3.54 ± 2.08 3.42 ± 1.97	58.70 57.53	64 60	1.34 ± 1.20 1.12 ± 0.83	89.11 74.04
リアグノスト tTSH	33 31	1.05 ± 0.06 1.05 ± 0.05	5.91 4.82	33 31	18.26 ± 2.38 17.80 ± 1.45	13.06 8.17	43 40	2.05 ± 1.45 1.79 ± 1.11	70.47 62.13	30 28	1.64 ± 1.69 1.26 ± 0.84	103.0 66.73
TSH キット 「第一」Ⅱ	15 14	1.13 ± 0.08 1.11 ± 0.04	7.21 3.96	15	31.36 ± 9.09	28.98	15 14	4.56 ± 1.64 4.84 ± 1.27	36.08 26.30	13 12	1.51 ± 0.78 1.36 ± 0.58	51.54 42.60
アマウェル TSH	11	1.10 ± 0.03	2.38	11	49.73 ± 3.17	6.37	11	3.15 ± 0.46	14.47	11	1.10 ± 0.58	52.63
MH-TSH 「コーニンダ」	8	1.05 ± 0.12	11.83	8	36.73 ± 3.65	9.95	9	1.62 ± 1.19	73.56	8	1.02 ± 0.74	72.62
Ab チューブ TSH ‘栄研’	7	1.00 ± 0.03	3.07	7	74.27 ± 22.20	29.89	7	1.75 ± 0.83	47.45	7	1.29 ± 1.46	113.9
ガンマーコート TSH IRMA	4	1.11 ± 0.06	5.45	4	42.61 ± 1.20	2.81	5	3.87 ± 1.12	29.05	4	1.33 ± 0.66	49.58

各欄下段の数字は $M \pm 2 SD$ 以内のデータによる再計算値Slope: 曲線の傾き (4 係数ロジスティック曲線の係数 b)

MRA: 反応中央値に対する濃度

 S_E : 回帰残差 S_R : 純誤差 (測定内変動)

(詳細は本文参照)