歩行支援ロボットの課題と展望

榎 泰 輔^{1†}, 蜂須賀 研 二²

¹九州産業大学 工学部 バイオロボティクス学科

²産業医科大学 リハビリテーション医学講座

要旨 急激なテンポで社会の高齢化が進む中、医療・介護の現場でロボット技術への期待が膨らんでいる。高齢者に発症が多い脳卒中では片麻痺により歩行が困難になる例が多く、自立支援・社会復帰をめざすリハビリテーションが施されるが、長時間・頻回の訓練を実現するにはロボット等の活用が考えられる。理学療法士が担当する運動療法において、特に歩行機能の回復を支援するロボットの課題について述べる。

キーワード: ロボット, リハビリテーション, 歩行支援, 介護, 脳卒中

1. 医療福祉ロボットへの期待

21 世紀の日本では 65 歳以上の高齢者人口が急激に増加し、2020 年には人口の 4 分の 1 を占める超高齢社会になると予測されている。また、国民医療費の抑制政策や介護保険制度の改革等も進められている。こうした中、高齢者・障害者が安心・快適に暮らせる環境を整備することは急務であり、ロボット技術への期待が膨らんでいる。

高齢者の発症が多い脳卒中は、我が国の主要な死亡原因(年間 14 万人死亡, 患者数推計 145 万人)で寝たきりの主原因となる国民病である。脳卒中による片麻痺患者に対しては、自立生活・社会復帰を目標に、理学療法・作業療法・言語療法等のリハビリテーションが施される。一方、医療の効率化が施策として掲げられ、脳卒中等のリハビリでも早期回復・早期退院が誘導されている。しかし、人手だけでは効率化に限界がある。特に長時間・頻回の訓練を人手だけに頼るのは現実には難しい。ここに療法士を支援する機械化・省力化のニーズがある。

本稿では、理学療法士が担当する運動療法において、歩行機能回復を支援するロボットの課題について述べる。

2. リハビリロボットの開発動向

患者との意志疎通を取りながら微妙なテクニックを駆使することは当然人が優れるが、ロボットの方が効率的で得意な面もある。同じパターンを精度よく長時間繰り返すことや、非常に高速または緩慢な動作、大きな負荷や重量を支えることなどである。また、運動状態を定量的にかつリアルタイムに計測する機能を利用すれば、いわゆるエビデンスを構築する有力なツ

ルとなる。なお、下肢では少ないが、上肢リハビリ装置では脳の活動との関連性を調べる neuro-rehabilitation の研究が最近盛んになっていることにも注目したい^{1,2)}。

リハビリロボットへの要求性能としては、患者の状態変化に自在に対処する治療スキル、機能回復レベルを評価する計測データ、安全性や操作性などの実用性があげられる。

2.1 歩行訓練を支援するロボット

立位での実践的な歩行機能回復を目的とした装置であり、体幹姿勢の保持と両下肢の駆動機構を持つものが多い。動物実験レベルで研究されてきた脊髄の歩行ジェネレータがトピックスとなっており、脊髄損傷者に対し療法士が徒手で下肢を動かして訓練すればある程度の効果があるとされている。しかし長時間の人手による訓練は実際には難しいため、機械化するニーズは大きい。

PW-10 は日立製作所が開発した歩行訓練機である³⁾。下肢への直接的な駆動機構はないが、体幹のサポートアームと、左右の下肢に対して独立動作する 2 本のベルトから成るトレッドミルとを備える。足が蹴る力に応じベルトの抵抗力を調整する。オプションでベルトの速度に同期した映像を映し、モチベーションを高めることができる。一方、スイス Balgrist 大学病院が開発した Driven Gait Orthosis (DGO) は、体幹の吊り下げ機構、両下肢の股・膝を独立に駆動する 2 本のロボットアームと電動トレッドミルから成り多様な運動を介助して刺激する(図 1)。脊髄損傷での臨床実績がある⁴⁾。

2.2 下肢機能訓練を支援するロボット

下肢の痙性緩和や随意性向上や筋力強化など、歩行機能回復のための基礎訓練が目的である。

安川電機の Therapeutic Exercise Machine (TEM) は、片麻痺の基礎的な訓練を目的に、臥位で矢状面内の片下肢の股・膝の多様な運動パターン(屈伸・SLR)を、療法士が徒手で

2006 年 7 月 14 日受付

[†]〒813-8503 福岡県福岡市東区松香台 2-3-1

九州産業大学 工学部 バイオロボティクス学科

榎 泰輔

Tel:092-673-5461 Fax:092-673-5642

E-mail:sakaki@ip.kyusan-u.ac.jp

直接教え込むことができる。また他動・自動介助・関節可動域運動が可能である。片麻痺患者で他動運動による痙性緩和効果と歩行効率改善の効果を検証している⁵⁾。なお、後継機「TEM LX2」は、ICU（集中治療室）で急性期に使われる廉価な装置として NEDO の助成を受け開発、製品化されたものである^{6,7)}（図2）。一方、Strength Ergo は持久力やフィットネスを目的に、左右独立動作が可能な三菱電機製エルゴメータである。半臥位も取れ体幹バランスが悪い場合も適用できる。左右のペダルは独立に制御でき、負荷を別々に調整したり片方だけを介助したりすることもできる⁸⁾。

3. 下肢機能回復支援システムの概要

3.1 システムコンセプト

本システムは NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の5年間（1999～2003年度）のプロジェクト「身体機能

図1 Driven Gait Orthosis (DGO)
(URL:<http://www.neurozh.ch/e/groups/dietz00.htm> より引用)

図2 リハビリロボット TEM LX2 の外観

リハビリ支援システム」の一部である⁹⁾。高齢者・障害者の運動療法を介助し身体機能の維持・回復促進、医師・療法士の負担低減と回復の定量的評価を目指し、歩行訓練装置（ダイヘンテック、大分大、東京電機大が担当）、下肢機能回復支援システム（安川電機、産業医科大が担当）、および上肢動作訓練支援システム（旭化成グループ、大阪大、兵庫医科大が担当）を開発した。

下肢機能回復支援システムは、脳卒中の亜急性期から回復期初期において歩行障害のある患者に対し、立位での両下肢歩行運動を介助する（図3）。その際、患者の歩行運動の状態（関節角度、関節トルク、床反力、筋電図）を計測し、その情報を音・画像で患者にフィードバックする。同時に、運動状態をもとに大腿・下腿の支持・駆動を調整し適切な介助を行うものである（図4）。

3.2 システム構成と機能

(1) 機構

大腿・下腿を独立に駆動する4本のロボットアーム、臥位～立位の姿勢において体幹を支持するシート部、上体支持機

図3 歩行支援ロボットのコンセプト

図4 下肢機能回復支援システムによる訓練（産医大で臨床中）

構とトレッドミルから成る歩行面, コントローラで構成される。各アームの可動範囲は股・膝の屈伸と歩行運動を実現するよう設計されている。大腿・下腿はそれぞれアーム先端のスプリントにて支持される。スプリント基部には下肢への負荷を計測する力センサを備え、負荷情報のフィードバックで運動パターンを調整し、駆動軸に備えられたサーボモータによりロボットアームが駆動される。コントローラには全体の制御系を統括するCPU部と駆動・計測のためのサーボ部、センサ信号処理部および電源部が内蔵されている(図5)。

(2) 計測機能

運動状態を計測・評価するため、股・膝・足関節の角度センサ、股・膝関節トルク推定用力センサ、足底反力(足底への床反力)用の感圧センサ、大腿四頭筋等の筋電図電極を備える。これらの計測情報は、下記訓練パターンの調整やフィードバック機能として用いられる。

(3) 訓練パターン提示機能

回復レベルに応じたパターンを提供する。4本のアームの協調動作で下肢屈伸や立位歩行様の両下肢運動を介助する。下

肢長をもとに歩行様の運動パターンを生成する。その際、片麻痺足(麻痺により足首が伸びた状態)による床面干渉を回避すべくパターンを修正できる。

患者の回復レベルに応じ、予め設定した軌道に沿って運動する他動運動、教示軌道に沿った随意的運動を介助する自動介助運動等を選択できる。教示軌道に沿った方向での随意的筋力の大きさに応じて介助力が加えられ、微弱な筋力でも目的のパターンに沿って効率的に運動できる。

(4) フィードバック機能

訓練中に運動の指示やその状態を提示する機能である。例えば踵接地時の足背屈など、歩行の各位相に対し運動を指示しその状態を提示する。これまで自動介助運動時の音声提示の効果を脳卒中患者で評価している。

また、負荷の変化を常にモニターし運動パターンを調整する。下肢への負荷をフィードバックし療法士の腕のようにスムーズで柔軟に動くことができる。痙性に由来する過負荷の危険が生じた場合でも、柔らかく曲げることで疼痛の発生リスクを低減できる(図6)。

安全機能として、センサの状態監視やモータ出力リミッタなど、ソフト・ハード・機構に対する対策を講じた。

4. 下肢機能回復支援システムの臨床適用

我々の歩行支援ロボットの有用性に関する臨床研究の途中経過を報告する¹⁰⁻¹²⁾。

まず、予備的に亜急性期片麻痺2名と慢性期片麻痺患者1名に対して、1回20分間、1週に5日間、合計3~4週間の歩行支援ロボット訓練を実施した。患者はいずれも重度または中等度の片麻痺患者であり、歩行には長下肢装具または短下肢装具が必要であり、理学療法士の介助あるいは監視歩行も要した。訓練前と終了時に、片麻痺重症度、Barthel indexを用いた日常生活動作、Ashworth scaleを用いた下腿三頭筋の痙性、等運動性リカンベント型エルゴメータによる下肢筋ピーク・トルク値、10m歩行速度を測定した。訓練前後で片麻痺重症度、日常生活動作、痙性に変化はなかったが、亜急性期の患者では歩行速度と下肢筋力が増加し、慢性期の患者では下肢筋力は増加したが歩行速度の改善はなかった。

現在、発症から4週以内の回復期患者を対象にして、予備研究で実施した訓練方法と評価方法に基づき、歩行支援ロボット訓練と理学療法士による歩行訓練との前向き比較研究を行っている。片麻痺や日常生活動作の回復に両群間で相違はないが、ロボット訓練を行うと歩行速度が速くなり、確実に下肢筋力が増加する結果が得られている。

ロボット訓練では機能回復以外にも訓練施行上の以下の利点が挙げられる。

4.1 理学療法士の肉体的負担の軽減

立位・歩行が困難な重度の歩行障害患者では、理学療法士が体幹を保持し下肢を振り出しする介助が必要であり、理学療法士の肉体的負担は大きい。歩行支援ロボットは装置が

図5 歩行支援ロボットの機構

図6 運動指示・結果を提示するフィードバック機能

体幹を保持してロボットアームが大腿や下腿を制御するので理学療法士の負担は著しく軽減でき、訓練を実施している間、カルテの記載や電話など、短時間であれば他の用事を済ませることも可能である。

4.2 十分な訓練量の確保

重度の歩行障害患者の歩行訓練を行うには、理学療法士が患者の介助をしながら1分間歩いて4分間休憩を繰り返す。例えば20分間歩行訓練を行っても実質4分間の歩行訓練にしかない。ロボット訓練では理学療法士も患者にも肉体的負担はなく、実質20分間の連続歩行訓練が可能である。正常な歩行動作を、十分量反復して訓練を実施するのはロボット訓練が優れている。

4.3 安全管理

重度の歩行障害患者の歩行訓練ではしばしば転倒することがあり、1～2年に1件は骨折などの重大事故を生じている。ロボット訓練では体幹を保持して下肢の動きを制御するので、バランスを崩したり足がもつれたりすることはなく転倒を生じることはあり得ない。療法士の歩行訓練よりもロボット訓練の方が、安全性が高いといえる。

一方、検討すべき課題は病院が購入できる程度の価格設定にできるか、訓練や機器の専門家でなくても簡単に操作できるように操作を簡略化できるかである。

5. 医工連携と歩行支援ロボット開発の展望

医療福祉ロボットの開発においては、患者や高齢者等を対象に現場で試用を積み重ね、効果や安全性を検証する必要がある。しかし、現場から厳しい評価を受け試用の開始すらできないことも多い。リハビリロボットのような医療福祉機器の研究開発は、医療側との密接な連携なしには成功しない。医工連携を進めるにあたっては、医療現場のニーズ把握と仕様抽出、医療と工学側との協力体制、医療倫理上の問題、医工間の文化の違い、製品化といった課題を理解し、じっくり取り組むのが良いだろう。

今後ますますロボットへの期待は高まるであろう。医療福祉をはじめ、人により近い現場で実際に使われるロボットへ進化するためには、何が必要であろうか。ひとつは人に対する知識であろう。高齢者を含む一般家庭でロボットを使いこなすには、分かりやすいインターフェース技術や高度の安全技術が必要である。医療福祉分野では特に、人の身体の構造や動きの仕組みを良く理解した上で、柔軟にさりげなくアシストしてくれる機能を開発することが求められる。ロボット技術は、機械・電気・情報などの総合技術である。今後はこれに加えて生体工学・人間工学・生命工学といった、人に関した学問・技術と融合・発展していくであろう。この分野に興味をもち、次世代のエンジニアを目指す学生が増えることを望んでいる。

参考文献

- 1) 榊泰輔, 岡島康友, 内田成男, 富田豊: 訓練および介助へのロボット技術の応用, 総合リハ, 30(11), 1081-1086, (2002).
- 2) Krebs, H.I., et al.: Overview of clinical trials with MIT-MANUS, A robot-aided neuro-rehabilitation facility, Technol Health Care, 7(6), 419-423, (1999).
- 3) 日立下肢リハビリ装置: http://www.hitachi.co.jp/Prod/siji/fukusi/nounyu/nounyu_11.html
- 4) Dietz, V., et al.: Neuronal coordination of arm and leg movements during human locomotion, Eur J Neurosci, 14, 1906-1914, (2002).
- 5) 岡島康友, 他: ロボット技術の下肢訓練装置への応用と効果の検証, リハ医学, 39, 77-80, (2002).
- 6) 上島隆秀, 他: 下肢他動運動が脳血流変動に及ぼす影響について, 日本生理人類学会誌, 10 巻特別1, 60-61, (2005).
- 7) Tomisaki, H., et al.: Development of portable therapeutic exercise machine TEM LX2 typeD. 36th International Symposium on Robotics Symposium Digest, 108, (2005).
- 8) 大森, 他: 新しいコンセプトの運動負荷装置, 理学療法ジャーナル, 33, 387-393, (1999).
- 9) 榊泰輔, 内田成男, 富田豊, 蜂須賀研二: 下肢機能回復支援システム, 日本ロボット学会誌, 21(4), 390-393, (2003).
- 10) Hachisuka, K., et al.: A prototype walking assist robot and its clinical application for stroke patients with severe gait disturbance. In: Ring, H., Soroker, N. (Eds): Advances in Physical and Rehabilitation Medicine, Monduzzi Editore, Bologna, 23-26, (2003).
- 11) 蜂須賀研二, 他: 片麻痺患者歩行訓練に対する歩行支援ロボットの臨床的有用性, 日本臨床, 64, (2006) (印刷中).
- 12) 蜂須賀研二: リハビリテーション医学における工学技術の役割, 日本義肢装具学会誌, 22, (2006) (印刷中).

榊 泰輔 (さかき たいすけ)

1985年九州大学理学部数学科卒業。同年(株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社。1990年～つくば研究所、2001年～開発研究所にてリハビリロボット研究チームのリーダー。工学博士。2002年第50回電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)受賞。2003年9月九州産業大学工学部へ赴任、現在に至る。(正会員)。

蜂須賀 研二 (はちすか けんじ)

1975年慶應大学医学部卒業。同年訓練医, 専修医, 1980年慶大月ヶ瀬リハビリセンター助手, 1984年 Mayo Clinic 研究員, 1987年産業医科大学リハビリ医学講師, 1991年助教授, 1999年教授。医学博士。日本リハ医学会理事。日本義肢装具学会理事。