身体の連動性を考慮したランニング動作を再現するアスリート用リハビリ装置
の設計に関する検討南後 淳^{*1}, 山川 晶太郎^{*2}, 松田 拓也^{*3}, 赤木 浩之^{*4}, 伊藤 燎良^{*5}Study on design of rehabilitation device for athlete to reproduce running motions
in consideration of body interlocking using planar linkageJun NANGO^{*1}, Seitaro YAMAKAWA^{*2}, Takuya MATSUDA^{*3}, Hiroyuki AKAKI^{*4} and Akira ITO^{*5}^{*1} Yamagata Univ. Graduate School of Science and Engineering
4-3-16 Jounan, Yonezawa-shi, Yamagata 992-8510, Japan^{*2} Former Yamagata Univ. Graduate School of Science and Engineering
4-3-16 Jounan, Yonezawa-shi, Yamagata 992-8510, Japan^{*3} Yamagata Univ. Graduate School of Science and Engineering
4-3-16 Jounan, Yonezawa-shi, Yamagata 992-8510, Japan

(Current affiliation: Giken Co., Ltd, 2-8-24, Shingashi, Itabashi-ku, Tokyo 175-0081, Japan)

^{*4} Yamagata Univ. Graduate School of Science and Engineering
4-3-16 Jounan, Yonezawa-shi, Yamagata 992-8510, Japan(Current affiliation: AIZU OLYMPUS CORPORATION
500 Muranishi, Nidera, Mondenmachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 965-8520, Japan)^{*5} Yamagata Univ. Graduate School of Science and Engineering
4-3-16 Jounan, Yonezawa-shi, Yamagata 992-8510, Japan

(Current affiliation: Alpine Electronics, Inc., 1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo 145-0067, Japan)

Received: 25 March 2018; Revised: 11 July 2018; Accepted: 18 September 2018

Abstract

The current increase in health awareness has led to greater attention to exercise. However, the growing number of competitors in various sports has caused a concomitant increase in the number of injuries during matches. After an injury, an immediate return to competition is difficult. A related problem is the shortage of athletic trainers. Strong teams such as professional, corporate, and university teams retain athletic trainers who can create unified plans spanning from injury to recovery, including subsequent recurrence prevention. However, only a fraction of teams can maintain such support staff, and so measures to accommodate the increase in the competitive population in various sports are beginning to fall increasingly behind. Competitive sports are supported by the continued influx of amateur athletes, and so when members quit due to injury or injury aggravation, it is undesirable both for the individual and for the sport as a whole. Thus, there is a need to develop rehabilitation devices that can provide an environment in which the user can safely be rehabilitated while determining his or her own state of recovery even if no athletic trainer is available. Conventional rehabilitation devices have emphasized recovery of cardiopulmonary function or the function of specific joints, with little to no development of devices aiming for an early return to competition. Against this background, the objective of this study is to design and develop a rehabilitation device that prevents reduced range of motion in joints and also prevents decreased muscle strength and

No.18-00155 [DOI: 10.1299/transjsme.18-00155], J-STAGE Advance Publication date : 28 September, 2018

^{*1} 正員, 山形大学大学院理工学研究科 (〒992-8510 山形県米沢市城南 4-3-16)^{*2} 元 山形大学大学院理工学研究科^{*3} 山形大学大学院理工学研究科 (現 技研 (株) (〒175-0081 東京都板橋区新河岸 2-8-24))^{*4} 山形大学大学院理工学研究科 (現 会津オリンピックパレス (株) (〒965-8520 福島県会津若松市門田町大字飯寺字村西 500))^{*5} 山形大学大学院理工学研究科 (現 アルパイン (株) (〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町 1-7))

E-mail of corresponding author: nango@yz.yamagata-u.ac.jp

proprioception in athletic movements during the rehabilitation period. The device works by recreating a running action close to that used in daily life as a common movement in numerous sports. We demonstrate that the use of a planar linkage with one degree of freedom is effective in the design of such a device. This rehabilitation device uses a planar six-bar linkage to simulate the path of the legs during running. Furthermore, we investigate a design with a form that uses a slider crank mechanism with the motion of the arms during running as an input to create the proprioceptive sensation of a motion that includes not only the legs but the arms in a linked operation. We aim to develop a device that, by being used while seated in a saddle and employing adjustable links, can track a range of different leg pathways instead of being designed for a specific individual. Using a prototype device, we verify the reproduction of the running motion as well as the amounts of muscle activity when using the apparatus in order to investigate its utility as a rehabilitation device.

Keywords : Rehabilitation device, Planar 6-link mechanism, Action of the running, Adjustable link

1. 緒 言

現在、健康意識の高まりにより運動することが注目されている。しかし、各種スポーツの競技人口の増加に伴い、競技中に怪我をするなど負傷者も増加している。一度怪我をしてしまうと直ぐに競技に復帰することは難しい。これは、日常生活動作まで回復させ、社会復帰を目的とするメディカルリハビリテーション (MR) だけでなく、競技生活に耐えうるレベルまで回復させ、競技復帰を目的とするアスレチックリハビリテーション (AR) という 2 段階を経なければならないためである。また、それぞれのリハビリテーションにおいて、担当するスタッフは、MR においては医師の指示によって理学療法士が、AR においては主にアスレチックトレーナ (AT) であるために、これらスタッフ間での情報共有が重要である。ところが、それを可能にする明確な基準の設定が、個々の事例で異なるために困難を伴うことが競技復帰への早期回復を妨げる要因の一つとなっている。

さらに、AT の不足がもう一つの問題として挙げられる。プロチームや実業団および大学などの強豪チームなどでは AT が在籍し、受傷から復帰まで、その後の再発防止まで一貫したプランを立てることができる。しかし、このような環境が整っているのは、あくまで一部であり、各種スポーツの競技人口の増加に対して相対的に対応の遅れが目立ち始めている。各種競技スポーツはアマチュアアスリートの存在で支えられており、この競技層の受傷や再発によるスポーツからの離脱は本人にもその競技にとっても好ましくない。

また、従来のリハビリテーションの指標とされている受傷後または術後の経過期間に対し、個々の回復レベルを段階的および機能的に評価して効率的にトレーニング方法を決定する手法が求められている。

そこで、MR と AR の両方の効果が得られることで効果的に、そして機器を使用することで AT が不在であっても使用者が自らの回復状態を判断しながら安全にリハビリテーションを行う環境を提供することが可能なリハビリ装置の開発が望まれる。

従来のリハビリ機器は、心肺機能や特定関節の機能に関して回復に重点を置いたものがほとんどであり、競技への早期復帰を目的とした機器開発は行われていないように思われる。

また、最近ではロボット等を使ったリハビリテーション技術に関する研究 (裴他, 2011, Toda et al., 2016) もあり、人手不足の問題解消の手段として期待されている。人体動作の解析手法の研究 (嘉陽, 狼, 2013, 積際他, 2016) が進んだことで、運動を行う人への情報の可視化や力覚提示など (Qi 他, 2016, 古荘他, 2012, 横田他, 2016), リハビリを必要とする人が自分で機器を操作する環境が整いつつある。

本研究では、日常生活動作に近く、多くの競技で一般的な動作となっているランニング動作を再現することで、リハビリ期間中の関節可動域の縮小、筋力や競技動作の固有感覚の低下を防ぐリハビリ装置の設計・開発を目的とする。図 1 に本研究で提案するリハビリ装置の概念図を示す。このような装置の設計には、1 自由度の平面リンク機構を使用することが有効であることを示す。

このリハビリ装置は平面 6 節リンク機構を用いて、ランニング時の脚部軌跡を擬似的に再現する。平面 6 節リンク機構を採用するのは、平面 4 節リンク機構に比べ、設計パラメータが多く、歩行時の足部などの複雑な運動軌跡を再現できるからである (南後他, 2014)。さらに、図 2 の機構図に示すように、装置にスライダ・クランク

機構を用いてランニング時の腕部の動作を入力として与えることで、脚部のみではなく、腕部とも連動した動作の固有感覚の獲得が可能な形式で設計することを検討する。この装置はサドルに着座した状態で使用するとし、加えて、可調整リンクを用いることである特定の個人向けの装置ではなく、異なる脚部軌跡を追従することが可能な装置の開発を試みる。

試作した装置を用いて、ランニング動作の再現に関して、また、機器を使用した際の筋活動量に関して検証を行い、リハビリ機器としての有用性について検討する。

Fig. 1 Conceptual diagram of athlete rehabilitation device. The rehabilitation device is composed of the driving mechanism by own user's arm and the generator mechanism of the running leg motion. The user acts the running motion with the relief condition sitting the saddle.

Fig. 2 Assembling drawing of athlete rehabilitation device. The arm driving mechanism is composed with a slider-crank mechanism. The leg motion generator mechanism is composed with the planar 6-link mechanism. Cranks in these mechanisms are connected with a chain-driving mechanism, then motions of the arm and leg synchronize.

2. 装置の運動学モデルおよび設計

2・1 脚部案内機構

人体脚部の大腿部を Link 6, 下腿部を Link 7 の 2 リンクの剛体とみなし, Link 1 から Link 5 までの平面 6 節リンク機構(Link 0 は静止節)の装置に追加した平面 8 節リンク機構の機構図を図 3 に示す. 図中の対偶点は全て回転対偶となっており, 対偶点 A, D および S が静止対偶点を表している. また, 対偶点 S, K および P がそれぞれ人体の股関節, 膝関節および足関節の回転中心を表す. 設計では, 対偶点 A に回転運動を入力として与えることで, Link 1 を回転させ, 対偶点 P で出力を得る機構としている. 実際の装置では, 左右に同じ機構を有しており, 位相差のある Link 1 の回転を介して 2 つの機構を同期させている. 機構定数は各リンク長, 静止節の長さおよび角度, そして股関節の静止対偶点を決定するための長さおよび角度とする.

また, ランニング動作は二次元簡易モーションキャプチャを用いて LED マーカーを図 5 に示すように取り付け 9 名の 20 代男性のトレッドミル上でランニング時 (16[km/h]) の脚部関節の角変位を測定し, 各データのランニング動作 1 周期分を 500 個に, それぞれのデータをある時間間隔で等分割し, 対応するデータごとに平均を求めることで得られたランニング動作時の脚部の各関節角変位を図 5(b)に示す. 導出した軌跡を元に, 遺伝的アルゴリズム (GA) (南後他, 2017) を用いて装置の機構定数を探索する. 採用した機構定数を表 1 に示す.

また, 図 6 には, 体格の異なる被験者 (被験者 A (身長 178[cm], 体重 55[kg]), 被験者 B (身長 159[cm], 体重 50[kg])) についてトレッドミル上でランニング時 (12[km/h]) の人体脚部の角変位を測定した結果を示す. さらに, この関節角変位を用いて得られる膝関節中心および足関節中心の描く軌跡を図 7 に示す. これらの図から分かるように, 股関節中心を原点に描かれる足関節中心および膝関節中心は両者で大きく異なる. 前述の方法により探索した機構定数に対して, 体格差およびランニング速度に応じた機構定数の調整方法について, 第 4 章にて説明する.

2・2 腕部駆動機構

腕部機構にはランニング時の腕振りの往復運動に注目し, スライダ・クランク機構を用いる. 出力クランクを Link 9, 伝達を行う中間節を Link 8 とした機構図を図 4 に示す. 図中の対偶点は点 D_H のみが直進対偶であり, その他はすべて回転対偶となっている. また, 対偶点 C_H が静止対偶点である. 加えて, スライダ・クランク機構の機構定数に関しても脚部と同様に腕部動作を測定することで導出し, Link 8 および Link 9 の機構定数(a_8 および a_9)を決定した. その決定した機構定数を表 1 に示す. クランク軸からスライダ軸までの高さ a_{10} は, 製作の際に 260[mm]とした.

Table 1 Kinematic constants

Parameter	Value	Parameter	Value
$a_0 (= \overline{AD})$	370 [mm]	$a_6 (= \overline{SK})$	460 [mm]
$a_1 (= \overline{AB})$	150 [mm]	$a_7 (= \overline{KP})$	420 [mm]
$a_2 (= \overline{BC})$	390 [mm]	$r (= \overline{FP})$	250 [mm]
$a_3 (= \overline{DC})$	480 [mm]	$a_8 (= \overline{A_H B_H})$	500 [mm]
$a_4 (= \overline{CE})$	230 [mm]	$a_9 (= \overline{B_H C_H})$	150 [mm]
$a_5 (= \overline{EF})$	250 [mm]	α	0 [rad]
$Sr (= \overline{AS})$	390[mm]	θ_0	127[deg]
		S_θ	293[deg]

Fig. 3 Schematic diagram of leg motion generator mechanism with human leg. The planar 8-link mechanism is adapted for the analytical model to simulate the human leg motion generated by the mechanism. Link 1 indicates the crank of leg motion generator mechanism. Link 2 and Link 3 are ternary links. Link 6 and Link 7 indicate the femoral region and the crural region, respectively. Points A, B, C, D, E, F, G, S, K and P indicate the center of revolute pair. Points S, K and P indicate the hip joint, the knee joint and the ankle joint, respectively. Points A, D and S are stationary pairs.

Fig. 4 Schematic diagram of driving mechanism by own user's arm. The User drives the device with a handle attached Link 10. The input motion is an arm swinging action of running. The input motion is translated the motion to guide the leg in a running. As a result, the rehabilitation device generating a relational motion between an arm and a leg when a human runs is obtained.

(a) Motion capture system using LED

(b) Configuration of running motion of leg

Fig. 5 Measurement condition of running motion. Running motion referred to design is measured. Subjects run on the treadmill set the constant velocity (16 km/h). LEDs are put on the hip joint, knee joint, ankle joint and toe, and the leg in the running motion is took pictures. Angular displacements are calculated using sequence photographs.

(a) Hip joint

(b) Knee joint

(c) Ankle joint

Fig. 6 Angular displacements of human leg of 2 subjects (12[km/h]). In the cases of different physical constitutions, human leg angular displacements are measured.

Fig. 7 Trajectories of knee and ankle joints in the running motion. Trajectories of different physical constitutions are shown. Subject A and Subject B are same with these of figure 6.

3. 試作装置の概要

製作した装置の外観を図 8 に示す。装置は、サドルで体重を免荷し、左右にそれぞれ脚部駆動機構・腕部案内機構を有しており、脚部および腕部での動作で運動性を獲得するために左右で図 3 に示した脚部案内機構の Link 1 と図 4 に示した腕部駆動機構の Link 9 を、チェーン・スプロケット機構（図 10 参照）を介して連結し、これらのクランク角には $180[\text{deg}]$ の位相差を与えることで各部の運動が同期している。

この装置の使用状況を示した図 9 から分かるように、使用者は、サドルで体重を免荷した状態で Hand Grip を腕部で、Pedal を脚部で操作し、足部が床面から離れた状態で模擬的にランニング動作を行う。

また、体格差等による足関節の軌跡の違いは、図 7 に示すように足部の後方への蹴り上げの高さや、足部軌跡から得られる閉曲線の面積として表れている。腕部については手首関節の前後の揺動幅に個人差が表れる。これらの個人差への対応に関して図 8 に示す α , r および a_8 の 3 つのパラメータの変更が有効であること、および可調整リンクを用いた角度および長さの調整方法について、第 4 章に示す。

Fig. 8 General view of device made on an experimental basis. Adjustable link is used to change the length of link and location of joint. Length of r and a_8 , and angle α are adjustable. Driving motion by user's own arm is transmitted through the chain-driving mechanism to leg motion generator mechanism.

Fig. 9 Using condition of device. Users sit on the saddle to make legs reduce the load. Users control the hand grip to guide the leg in running motion.

Fig. 10 Chain-driving mechanism. The arm driving mechanism and the leg motion generator mechanism is synchronized by the chain-driving mechanism.

4. 可調整リンクによるランニング軌跡の変化

4・1 可調整リンクが与える影響

装置使用時の脚部動作を数値解析により，Link 2 の点 C における角度 α と Link 5 における長さ r を変化させることで装置の描く軌跡が変化することを示す．図 3 に示す α が角度の可調整のパラメータであり，図 3 に示す r および図 4 に示す a_8 が長さの可調整のパラメータである．決定した機構定数から α のみ変化させた場合， r のみ変化させた場合，そして α と r を変化させたときの軌跡の変化を図 11 に示す．

4・2 角度の調整

図3に示した Link 2 における点 C (図8 参照) に、固定式ハブを用いて角度 α の調節を可能にする。これにより、使用者のランニング動作における後方への蹴り上げの高さに対する追従が可能になる。Link 2 が一直線状になっているときを $\alpha = 0$ [deg] とし反時計回りを正として個々のランニング動作に合わせて調整する。Link 2 に固定式ハブを取り入れた様子を図 12(a) に示す。

4・3 長さの調整

図3に示した Link 5 の r と、図4に示した Link 8 の a_8 (図8 参照) において、位置決め調整ねじブロックと全ねじを用いて長さの調整を行う。これにより、脚部軌跡の大きさに変化が生じるため、使用者の脚の長さによる変化に対する追従が可能になる。位置決め調整ねじブロックと全ねじを用いた可調整リンクを図 12 (b) および (c) に示す。なお、 r は $0 \sim 370$ [mm]、 a_8 は $400 \sim 550$ [mm] の範囲で調整が可能である。また、腕部のスライド・クラック機構の可調整リンク a_8 に関しては使用者の腕の長さに応じて調整する。

Fig. 11 Various change characteristics of ankle trajectory for adjustable design parameters. The height of kicking backward is decreased by changing α . The inclination of ankle trajectory is decreased by changing r .

Fig. 12 Adjustable links. Length parameters r and a_8 are adjusted by using full threads. Angle parameter α is adjusted by using a friction joint.

5. 試作装置の評価

5・1 ランニング軌跡の測定

測定には株式会社スポーツセンシング社製のワイヤレスモーションセンサー(寸法 30W×40D×20H[mm])を6個使用し、バンドを用いて首、上腕部、前腕部、大腿部、下腿部、足部の6ヶ所に固定し、被験者は20代男性(被験者A(身長178[cm], 体重55[kg]), 被験者C(身長173[cm], 体重86[kg]), 被験者D(身長174[cm], 体重68[kg]))とした。図13に取り付け時の外観を示しており、図中の丸印の箇所にモーションセンサーを取り付けている。

被験者の体格に合わせた装置の機構定数および通常ランニング時と装置使用時の姿勢の変化と、各関節における通常ランニング時の軌跡と装置使用時の軌跡の比較を図14に示す。この図では体幹部がy軸と一致し、肩関節の中心を原点として表示している。ランニング動作時および装置使用時の人体の姿勢を、踵接地時および後方蹴り上げ最大時等を含む4か所で比較し、表示している。さらに、これらの脚部角変位を用いて描いた膝関節中心および足関節中心の軌跡を図15に示す。図14から分かるように軌跡が完全に一致しているわけではないが、ランニング時の脚部軌跡で、脚の振り幅(水平軸方向について足部関節中心の変位)について、被験者のトレッドミル上での数値を100%とすると、装置使用時には約106%、高さ(足部の後方への蹴り上げる高さ、垂直方向について足部関節中心の変位)も同様に約101%の比率で実現されているため、各関節の可動域の各大に繋がっていると考えられる。また、腕部の関節に関しては、ランニング時と装置使用時で手首関節中心の振り幅(水平方向の変位)が約118%、高さ(垂直方向の変位)が約97%で実現されていることからこの被験者の場合では十分な可動範囲が得られている。

腕部については、被験者Aにおいてのみ、ランニング時と装置使用時における手首関節部付近の描く軌跡に重なりを確認できるが、被験者CおよびDにおいては、特に装置使用時における腕部の腕振り動作が再現できていない結果となった。肘関節付近の描く軌跡により肩関節における揺動運動は確認できるものの、上・下半身の連動性の獲得についてはさらに検討していく必要がある。

5・2 表面筋電位の測定

筋電位測定には、株式会社スポーツセンシング社製のワイヤレス筋電センサー(乾式)を図16のように大腿直筋(RF)・外側広筋(VL)・半腱様筋(ST)・前脛骨筋(TA)・腓腹筋(GA)・ヒラメ筋(SO)の6つの脚部筋肉に取り付け、通常時のランニング動作と装置使用時の2つの筋活動を測定することで筋使用率の増減を比較し、脚部筋肉の負担減少の程度を確認する。また、モーションセンサーと筋電センサーを用いて、通常時のランニングと装置使用時のランニング動作の1サイクルあたりの筋活動量の変化の測定を行い、比較することで通常時のランニング動作の筋活動量の変化を装置使用時に再現できているか確認する。

筋使用率の確認方法として、%MVCを用いる。被験者は20代男性(被験者E(身長169[cm], 体重54[kg]), 被験者F(身長178[cm], 体重72[kg]))とし、その被験者の最大努力によって得られる生理的限界値100%MVCと

し、100%MVC に対してどのくらいの割合で筋肉を使用していたか図 17 に示す。図 17 から分かるように、全ての筋肉において、通常時のランニングに比べて装置使用時に筋活動が減少しており、装置を使用することによって一定の負担軽減が実現されているということが確認できた。

ランニング動作の 1 サイクルあたりの筋活動量の変化の比較を行うため各脚部筋肉に関して 1 サイクルあたりの IEMG[mV] の変化を測定した。その結果を図 18 および図 19 に示す。これらの図から通常時のランニング動作よりも装置使用時の方が IEMG[mV] の値が低いことと装置使用時に通常時のランニング動作の筋活動量を超えることはなかったため、筋肉を無理に使用している瞬間がないことが確認できた。

Fig. 13 Measuring the motion of running. Compact wire-less motion sensors are used. This sensor measures accelerations, angular velocities and terrestrial magnetism along orthogonal three axes, respectively. Six sensors are put on the neck, the upper arm, wrist, the femoral region, the crural region and foot region.

Fig. 14 Configuration of 3 subjects in running motion (12[km/h]). In these figures, postures and trajectories of the ankle joint and the wrist joint of subjects are compared between these cases of running and using device, respectively.

Fig. 15 Trajectories of 3 subjects in using device. Trajectories of ankle joints and knee joints in using device are compared among three subjects.

Fig. 16 Measuring positions of EMG on the leg. Six sensors are put on subjects, and values of electromyograph (EMG) of Rectus femoris(RF), Semitendinosus(ST), Vastus lateralis(VL), Tibialis anterior(TA), Gastrocnemius(GA) and Soleus(SO) are measured.

Fig. 17 Values of %MVC (12[km/h]) . All measuring values of electromyograph of muscles are reduced by using the device.

Fig. 18 Electromyograph variation to running cycle of Subject E (12[km/h]). Values of electromyograph are compared between the normal running motion and the simulated motion using device.

Fig. 19 Electromyograph variation to running cycle Subject F (12[km/h]) . Values of electromyograph are compared between the normal running motion and the simulated motion using device.

6. 結 言

本研究では、平面リンク機構を使用したアスリート用リハビリ装置の試作を行った。ランニング動作を1自由度機構により模擬的に再現することで複数の関節の連動した運動を得て、競技に近い動作の固有感覚の獲得や関節可動域の拡大に対する効果を期待してのものである。機構の一部を可調整リンクで構成し、複数の被験者に対する異なるランニング動作に対応できることを示した。ただし、装置使用時の腕部動作は、スライダ・クランク機構での再現は十分ではない結果となった。

また、表面筋電位測定による筋活動量の評価では、脚部に関して、サドルで体重による負担を免荷していること、入力の一部を腕部で行っていることもあるが、計測した筋肉（大腿直筋、外側広筋、半腱様筋、前脛骨筋、腓腹筋、ヒラメ筋）のすべてにおいてランニング動作に対して筋活動量の低下を確認した。これにより、機器を使用することで脚部への負担を軽減した状態で、ランニング動作と同様の関節運動を行うことが可能であることを示した。ランニングの運動サイクルに対する筋活動量の変化では、装置使用時には腓腹筋やヒラメ筋ではほとんど出力が得られず、その変化もほとんどない一定値であったが、大腿直筋や半腱様筋に関して、脚部の後方への蹴り上げ時での筋活動量の増加がランニング時と同様の傾向として確認できる場合もあった。

負傷からの回復を支援する装置としては、リハビリテーションの進行状況や負傷の程度に応じて、免荷の程度が調整できることが望ましい。将来的には、クランク軸にディスクブレーキを模した摺動抵抗調整機構を取付けるなどして、一定の接触力で制御なしで安全に負荷を調整し、筋活動量の変化特性が、サイクル表記されたランニング動作に対して同様となるよう装置を設計することが課題となる。サドルで体重を免荷した状態ではあるが、一部の筋肉で変化特性の類似の傾向が見られたことや、ランニング動作時以上に筋活動量が大きくなるような使用者への過度な負担となる現象は見られなかったので、被験者を増やすなどして筋活動量の変化特性に関する検証を継続しつつ、負荷の調整機構の設計の可能性について今後、検討していく予定である。

文 献

- Qi AN, 柳井 香史朗, 中川 純希, 温 文, 山川 博司, 山下 淳, 浅間 一, 実映像と筋活動の重畳表示によるローイング動作教育システム, 日本機械学会論文集, Vol. 82, No. 834 (2016), DOI:10.1299/transjsme.15-00424.
- 古荘 純次, 川谷 亮治, 原口 真, 任意のリンク姿勢において逆向き手先抵抗力を提示可能なパッシブ型力覚提示システム「Neo-PLEMO」の研究開発, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.78, No.786 (2012), pp.535–546.
- 嘉陽 宗弘, 狼 嘉彰, 人体筋骨格系不具合に対する運動療法の構造モデリング, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.79, No.803 (2013), pp.2273–2285.
- 南後 淳, 前田 和則, 加藤 良祐, 横澤 恵輔, 佐藤 拓也, 歩行訓練器のための疑似歩行動作一回転運動変換機構の設計, 日本機械学会論文集, Vol. 80, No. 820 (2014), DOI:10.1299/transjsme.2014trans0344.
- 南後 淳, 宮原 洋平, 高山 将歩, 宮田 和揮, 鈴木 貴史, 佐藤 潤, 使用者自身で駆動する歩行補助装置の開発, 日本機械学会論文集, Vol. 83, No. 854 (2017), DOI:10.1299/transjsme.17-00171.
- 裴 艶玲, 金 泳佑, 大日方 五郎, 長谷 和徳, ロボット支援型下肢リハビリテーションにおける筋骨格モデルに基づいた運動軌道と足先に作用する力の設計, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.77, No.781 (2011), pp.3439–3453.
- Toda, H., Matsumoto, T., Tanizaki, R. and Imaeda, T., Ankle joint pushing mechanism by stabilization of ankle position using a brace structure, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.10, No.1 (2016), DOI: 10.1299/jamdsm.2016jamdsm0013.
- 積際 徹, 本元 泰穂, 横川 隆一, 表面筋電位・踏力計測に基づく自転車競技選手のペダリング動作解析システムの開発, 日本機械学会論文集, Vol. 82, No. 841 (2016), DOI:10.1299/transjsme.16-00010.
- 横田 紘季, 大島 成通, 水野 直樹, 自己組織化写像を用いた人体運動情報の可視化（筋骨格モデルシミュレーションに基づく最適動作を利用した身体知マップの生成）, 日本機械学会論文集, Vol. 82, No. 834 (2016), DOI:10.1299/transjsme.15-00497.

References

- An, Q., Yanai, K., Nakagawa, J., Wen, W., Yamakawa, H., Yamashita, A. and Asama, H., Skill training system for rowing motion using integrated presentation of motion and muscle activation, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol. 82, No. 834 (2016), DOI:10.1299/transjsme.15-00424.
- Furusho, J., Kawatani, R. and Haraguchi, M., Development of the passive-type force display system "Neo-PLEMO", which can display the opposite resistance force against handle on the arbitrary link posture, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C, Vol.78, No.786 (2012), pp.535–546 (in Japanese).
- Kayo, M. and Ohkami, Y., Structural modeling of the human musculoskeletal system for exercise therapy, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C, Vol.79, No.803 (2013), pp.2273–2285 (in Japanese).
- Nango, J., Maeda, K., Katou, R., Yokozawa, K. and Sato, T., Design of simulated waking motion - rotational motion transformer for a walker, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol. 80, No. 820 (2014), DOI:10.1299/transjsme.2014trans0344.
- Nango, J., Miyahara, Y., Takayama, M., Miyata, K., Suzuki, T. and Sato, J., Design of mechanism for assisting walking motion driven by user's own arm, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol. 83, No. 854 (2017), DOI:10.1299/transjsme.17-00171.
- Pei, Y., Kim, Y., Obinta, G. and Hase, K., Design of motion trajectory and external force on foot based on musculo-skeletal model in robot-assisted lower limb rehabilitation, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C, Vol.77, No.781 (2011), pp.3439–3453 (in Japanese).
- Toda, H., Matsumoto, T., Tanizaki, R. and Imaeda, T., Ankle joint pushing mechanism by stabilization of ankle position using a brace structure, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.10, No.1 (2016), DOI: 10.1299/jamdsm.2016jamdsm0013.
- Tsumugiwa, T., Hommoto, Y. and Yokogawa, R., Development of motion analysis system for cyclists based on surface EMG and pedal force measurements, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol. 82, No. 841 (2016), DOI:10.1299/transjsme.16-00010.
- Yokota, H., Ohshima, S. and Mizuno, N., Visualization of human motion information using self-organizing map (Motor skill map involving optimized motion based on musculoskeletal model simulation), Transactions of the JSME (in Japanese), Vol. 82, No. 834 (2016), DOI:10.1299/transjsme.15-00497.