Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

Editor: A. OGATA

YAKUGAKUZASSHI

Subeditor: S. TAKAGI

A. Ogata und Y. Ito: *Über einen neuen Apparat zur kontinuierlichen Extraktion von Flüssigkeiten.*

(Aus dem Laboratorium für Chemie der Organpräparate im Pharmaceutischen Institute der medizinischen Fakultät der Kaiserl. Tokio Universität.)

Vor einiger Zeit haben Veler, Thayer und Doisy [Journ. of Biolog. Chem. **87**, 357 (1930)] zur Extraktion des weiblichen Sexualhormons aus dem Harn der Graviden eine neue Konstruktion für einen Extraktionsapparat angegeben, während A. Ogata und Y. Ito zwecks Extraktion des männlichen Geschlechtshormons aus dem Harn der Männer mittels Chloroform einen auf dem Prinzip des Gegenstromes beruhenden Extraktionsapparat verbesserten und einen neuen Apparat zur kontinuierlichen Extraktion von Flüssigkeiten konstruierten.

Dieser Extraktionsapparat (vergl. die Abb. in der nächsten Seite) ist allgemein in solchen Fällen brauchbar, wo aus einer wässrigen Lösung die darin enthaltene Substanz mit einem Lösungsmittel, welches ein höheres spezifisches Gewicht als die betreffende wässrige Lösung aufweist und sich mit Wasser nicht mischt, bei Zimmertemperatur extrahiert werden soll. Es bietet unter anderen in folgenden Punkten Vorteile, nämlich dass derselbe bei Verwendung geringer Menge Lösungsmittel automatisch arbeitet und während der Extraktion keine weiteren Mühen verursacht.

Das Extraktionsrohr ist an beiden Seiten innerlich mit Vorwölbungen versehen, damit die Chloroformtröpfchen mit dem Harn möglichst vollkommen in Berührung kommen können. (Auf 1 m des Extraktionsrohrs kommen auf der einen Seite etwa 36 Vorwölbungen).

Der vom Harnbehälter C herabtropfende Harn gelangt über die Röhre b und das Scheidegefäß B in das Extraktionsrohr c, steigt darin hinauf, um bei d nach aussen hinauszufliessen. Der aus dem Destillierkolben A entweichende Chloroformdampf gelangt über das Rohr a nach dem Kühler D, kondensiert sich darin und sammelt sich in E an. Der Vorstoss E bildet an seinem un-

teren Ende eine feine Kapillare von geeigneter Weite, um zu ermöglichen, dass das in das Extraktionsrohr c abtropfende Chloroform in möglichst feinen Tröpfchen

dorthin gelangen. Die feinen Chloroformtröpfchen, die im Extraktionsrohr c dem von unten hinaufsteigenden Harne begegnen, extrahieren die erwünschte Substanz des Harnes, tropfen dann hinab und sammeln sich unten im Scheidegefäß B an.

Sobald das Chloroform im Scheidegefäß B im grossen und ganzen die Bedingung

$\alpha \times \text{spec. Gewicht des Harns} = \beta \times \text{spec. Gewicht des Chloroform}$

erfüllt, fliesst es über die Rohre e', e und f in den Destillierkolben A zurück. Hier wird es sofort wieder verdampft und die oben beschriebene Prozedur beginnt wieder von neuem. Auf diese Weise steigt mit der Zeit die Konzentration der erwünschten Substanz im Kolben A.

Je nach dem spezifischen Gewicht der Flüssigkeit, die extrahiert werden soll, kann man die Verbindung des Rohres e' verlängern oder verkürzen, um die Entfernung β zu ändern. (Die Entfernung von der Berührungsfläche der Chloroformschicht mit dem Harne im

Scheidegefäß B bis zur Austrittsstelle des Harnes in d wird α bezeichnet, während die Entfernung zwischen obiger Berührungsstelle und dem seitlichen Kreuzungspunkt der Röhre e β genannt wird.)

Vermittelst des Hahnes I kann man die Chloroformmenge im Scheidegefäß B verringern; er dient dazu, um in Fällen, wo die in den Kolben A zurückfließende Chloroformmenge zunimmt, den Zufluss zu regulieren. Man gebraucht den Hahn II, wenn bei erneuter Extraktion frisches Chloroform zuzusetzen ist. Der Hahn III soll die Herausnahme des Gesamtchloroforms aus dem Scheidegefäß B ermöglichen. Der Hahn IV dient dazu, das zur Extraktion verwendete Chloroform gegebenenfalls aus dem Kolben A hinausfliessen zu lassen,

Verff. haben die Leistungsfähigkeit des Chloroform zur Extraktion bei Extraktion des Phenols aus einer wässrigen Phenollösung erprobt und haben gefunden, dass, wenn das Extraktionsrohr wie in der Figur eine gerade Linie bildet (d. h. bei einer Länge von etwa 2 m) 90-93% Phenol extrahiert werden. Bei der

Verwendung einer spiraligen Extraktionsröhre von derselben Höhe wie bei der geraden wurden nur 50-60% Phenol extrahiert. Dass das längere Extraktionsrohr in der Leistung minderwertiger ist, liegt daran, dass die Konstruktion noch unvollkommen war und Chloroform und die Flüssigkeit sich schlecht berührten. Aber vergleicht man die Leistungsfähigkeit dieses Apparats mit der des geraden Extraktionsrohrs, so zeigt sich, dass bei spiraliger Extraktionsröhre die extrahierte Menge innerhalb einer bestimmten Zeitdauer bei weitem grösser war.

Akira Ogata und Yasoji Ito: *Untersuchung des männlichen Sexualhormons. (I. Mittcil). Männliches Sexualhormon aus männlichem Harn. (I.)*

Verff. haben in dem Wunsche, das männliche Geschlechtshormon in reinem Zustande aus dem männlichen Harn zu isolieren, seit Anfang 1931 diese Untersuchung in Angriff genommen. Vor kurzem hat aber Butenandt [Z. Ang. 44. 905-908 (1931)] mitgeteilt, dass ihm die Isolierung des kristallinischen, männlichen Sexualhormons im reinen Zustande aus männlichem Harn gelungen sei. Ob nun jene Kristalle tatsächlich das wahre männliche Geschlechtshormon darstellen oder nicht, lässt sich zwar noch bestreiten, aber da die Konstitutionsformel derselben noch nicht festgestellt worden ist, wollen Ogata und Ito ohne Rücksicht auf jene Publikation zu nehmen, ihre bisherigen Resultate mitteilen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass diese Untersuchung noch weiter fortgesetzt werden wird.

Auswertung: Dieselbe wurde nach der Hahnenkamm-Methode d. h. durch Prüfung des Kammwachstums an kastrierten Hähnen festgestellt. Etwa viermonatige, weisse Leghornhähnen wurden kastriert und im Garten gezüchtet. Wenn nach etwa 2-3 Wochen die Kämme den höchsten Grad der Atrophie erreichten, wurden Versuche an den Hähnen gemacht. Die Grösse des Hahnenkamms wurde durch Messung der Länge L und Höhe H des Kamms festgestellt; nach Gallagher und Koch [The Jour. of pharmacolog. & experim. Therap. 40 327-329 (1930)] wurde $L+H$ berechnet. Bei jedem Versuchstiere müsste eigentlich die physiologische Einheit erst bestimmt werden, da in dieser Mitteilung die Extraktionsmethode der Hauptgegenstand der Untersuchung war und Verff. noch wenige Tierversuche hatten, so haben sich Verff. vorläufig mit der Feststellung des Kammwachstumskoeffizienten begnügt.

藥 學 雜 誌

第五十二卷 第 八 號 (累號六百六) 昭和七年八月發行

— 報 文 —

連續液體抽出器の一新考案に就きて

緒 方 章

伊 藤 四 十 二

(東京帝國大學醫學部藥學科臟器藥品化學教室)

(昭和7年6月23日受理)

A. Ogata u. Y. Ito: Über einen neuen Apparat
zur kontinuierlichen Extraktion von Flüssigkeiten.

著者等は男尿中より男性ホルモンを抽出する目的の爲に一種の連續液體抽出器を考案せり。嘗て Veler, Thayer 及 Doisy [Journ. of biolog. chem. (87) 357, 1930] は妊婦尿より結晶性女性ホルモンを抽出するに際しクロロフォルムを溶媒となす一種の連續液體抽出器を考案發表せり。その原理は蒸溜コルベンより蒸溜されたるクロロフォルム蒸氣は冷却器に依り冷却されてその細滴が同時に注入せらるゝ尿と共に同一の管の中を下降しその際に尿中のホルモンを抽出するにあるも斯の如く單に尿とクロロフォルムの細滴とが同一方向に向つて下降するのみにてはその接觸甚だ不完全なるを免れず。依りて著者等はその一部を改造し逆流式となせり。此抽出器は一般に多量の水溶液中より、その水溶液よりも大なる比重を有し、しかも水と混和せざる如き溶媒を以て所要物質を室温にて抽出せんとする場合に應用し得るものにして少量の溶媒にて足り得る點及自動的に働く爲1回の抽出操作中殆ど省る必要無き點等の長所あり。

クロロフォルム細滴と尿との接觸するガラス管の内壁は、兩者の接觸を完全ならしめんが爲に交互に突起を有するものとなせり。しかして接觸管を圖の如く直線(抽出管の長さ約 2m.)となしたるもの及同一の高さにて管長を延長する爲に螺旋形となしたるものに就き、石炭酸水溶液にてその抽出效率を比較せしに、滴下速度の遲速に依りて能率に大なる影響を及ぼすべきも、直線形のものにては加へたる石炭酸の約 90-93% 螺旋形のものにては約 50-60% を抽出する能率を有するも、前者にては著しく液の流下速度制限せられ8時間にて約 6-8L. の液を抽出するに過ぎず。しかるに後者にては同時間内に約 25-30L. の液を抽出する事を得。

此抽出器が自動的に働く爲には以下 „機能の説明” の項に於て述ぶる如く一定

の平衡關係の成立を要するものにして抽出せんとする水溶液は必ず一定の比重を有せざるべからず。しかして若し比重稍々大に過ぐる時は、液の流下速度著しく制限さるるのみならず往々にして働かざる事あり。又

比重餘りに小に過ぐる時はクロロフォルムの還流行はれず、是又運行不能となるなり。

此抽出器の製作に關して藥學士平野四野氏、市野瀬善四郎氏の御助力を得たり。

機能の説明 (圖参照)

クロロフォルム蒸溜コルベンAより出でたるクロロフォルム蒸氣は管aを上昇して冷却器Dに依り冷却されて液體となりEに溜る。Eは尿中に落下するクロロフォルムを出来るだけ細滴となす爲その下端を適當の太さの毛细管となしたる漏斗にしてその尖端より滴下するクロロフォルムは分離管Bより上昇し來る尿に逆ひてC管中を落下しBの下部に溜る。一方豫め酸性となし適當の比重となしたる尿はC中に貯へ適量を絶へずb管中に注入す。b管及びC管は分離管Bを介する一種の連通管にして尿はBを経て上部より來るクロロフォルム細滴に逆ひてC管を上昇し上部のdより流出す。分離管Bにては、クロロフォルムは下層、尿は上層となる。e'管は分離管Bの底面より上昇し、側管を有し先端を細く引き延したるe管と圖の如くe'に於てゴム管を以て連絡す。e管の側管は活栓I, II, IIIを有するf管にゴム管を以て連結してクロロフォルム蒸溜コルベンAに還る。分離管Bの下部に溜りたるクロロフォルム抽出液は下記の如き平衡成立する場合に始めてe'及びe管を経て蒸溜コルベンAに還流し更に蒸溜されてaを経てDに行き冷却されて上述の操作を繰返へしA中のクロロフォルム液中の目的物の濃度は漸次に濃厚となる。

連續液體抽出器模式圖

分離管Bに於ける尿とクロロフォルム層との接界面と尿の出口迄の距離を α 、又同じ接界面よりe管の側管の分岐點迄の高さを β となす時、クロロフォルムがBよりe', eを経てAに還る爲には大體

$$\alpha \times \text{尿の比重} = \beta \times \text{クロロフォルムの比重}$$

なる關係成立せざるべからず。故に任意の比重を有する液體を抽出する場合には其の比重に應じてe'の接續を伸縮し β の距離を變ぜしむ。

一回の抽出操作終了する時はAコルベンの冷却するを待ちてあらかしめクロロフォルムを充滿せしめたるg管の活栓IVを開きてサイフォン作用を應用して他の

受器に流出せしむ。次回の抽出には活栓 II を開きて新しきクロロフォルムを A 中に流入せしむ。活栓 I は尿の滴下速度大なる時か又は尿の比重大に過ぐる場合に往々にして B 管よりのクロロフォルム還流量大に過ぎ B 管中のクロロフォルム量著しく減少する事あるが爲に、A 管への還流速度を加減する爲に附したるものなり。又活栓 III は此の抽出器の内部を洗滌する場合の爲に附す。

抽出効率の試験。食鹽を加へて比重を酸性尿と略々等しくなしてその表面張力を尿に接近せしめんが爲に石鹼液少量を加へたるフェノール水溶液を使用せしが E の毛細管より滴下するクロロフォルム液は尿に於けるが如く細滴とはならず大なる塊となりて落下するを以て抽出の能率は尿に於けると同様に考ふる事を得ざるべし。上記の如くして製したるフェノール水溶液をクロロフォルムを以て抽出し、抽出前後の水溶液中のフェノール含量を Seubert [Arch. der Pharm. [218] 321-36 (1881)] の方法に従つて滴定して定量せり。

フェノール水溶液 I. 94g フェノール、食鹽 230g を 10L. の水に溶解し石鹼少量を加ふ (d. = 1.020)

フェノール水溶液 II. 10g. フェノール, 230g 食鹽を 10L. の水に溶解し、石鹼少量を加ふ (d. = 1.018)

以上 2 種のフェノール水溶液を用ひて抽出能率を測定したる概略の結果は下表の如し、

抽出器	フェノール水溶液 10L. 中の フェノール量 (gr)		クロロフォルムにて抽出されたるフェノール量 (g)	抽出効率 (%)	抽出時間 [1 L. 水溶液の 流出に要せし時間] (分)
	抽出前	抽出後			
直線形	94g	6.4g	87.6g	93%	85分
	10	1.0	9.0	90	—
螺旋形	94	40	54.0	57	48
	40	21	19.0	48	26